



SERVICIOS DE SALUD
DE SINALOA

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
DIRECCION ADMINISTRATIVA.
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES.
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.
SSS-LA-001-2017

PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE: PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO DE DETERMINACION DE CARGA VIRAL Y LINFOCITOS CD4.
RELACION DE EQUIPOS, REACTIVOS Y CONSUMIBLES PARA LA DETERMINACION DE CARGA VIRAL HIV.
ANEXO I TECNICO

RENGLO N	DESCRIPCION DE LOS MATERIALES.	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CARGA VIRAL: INSUMOS Y REATIVOS NECESARIO PARA PRUEBAS EFECTIVAS REALIZADAS, INCLUYENDO EQUIPO EN COMODATO PARA LA EXTRACCION AUTOMATIZADA DE ACIDOS NUCLEICOS Y TERMOCICLADOR PARA DETERMINACION DE CARGA VIRAL MEDIANTE RT-PCR EN TIEMPO REAL EN PLASMA HUMANO PARA UN TOTAL DE 2,573 PRUEBAS. DEBE PERMITIR LA AMPLIFICACION DE ACIDOS NUCLEICOS IN VITRO PARA LA CUANTIFICACION DE ARN DEL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA TIPO 1 (HIV-1), ASI COMO PERMITIR OBTENER RESULTADOS EN COPIAS/ML Y EN LOGARITMO BASE 10 (LOG10). TODOS LOS EQUIPOS EN COMODATO DEBERAN INCLUIR NO-BREAK (UPS), DEBE INCLUIR INTERFAZ A LA PLATAFORMA SABAR QUE PERMITA CAPTURA DE MANERA DIRECTA LOS RESULTADOS GENERADOS POR EL EQUIPO TERMOCICLADOR EN DICHA PLATAFORMA, ADEMAS LAS UNIDADES CAPASITS DEL ESTADO DEBEN DE CONTAR CON INTERFAZ SALVAR.	PRUEBA.	2,573		
2	CD4. PRUEBAS EFECTIVAS REALIZADAS, INCLUYENDO EQUIPO EN COMODATO PARA CUANTIFICACION DE SUBPOBLACIONES DE LINFOCITOS CD4/CD8/CD3 MEDIANTE CITOMETRIA DE FLUJO EN SANGRE TOTAL HUMANA PARA UNA TOTAL DE 1,434 PRUEBAS. INCLUYE CITOMETRO DE FLUJO CON CARGADOR DE CARRUSEL PARA MUESTRAS Y PREPARADOR AUTOMATICO DE MUESTRAS. TODOS LOS EQUIPOS EN COMODATO DEBERAN INCLUIR NO-BREAK (UPS), DEBERA DE PERMITIR OBTENER RESULTADOS EN VALORES ABSOLUTOS PARA CD3, CD4 Y CD8 Y VALORES PORCENTUALES PARA CD4 Y CD8, ASI COMO LA RELACION DE LINFOCITOS CD4/CD8. DEBE INCLUIR INTERFAZ A LA PLATAFORMA SALVAR QUE PERMITA CAPTURAR DE MANERA DIRECTA LOS RESULTADOS GENERADOS POR EL CITOMETRO DE FLUJO EN DICHA PLATAFORMA, ADEMAS LAS UNIDADES CAPASITS DEL ESTADO DEBEN DE CONTAR CON INTERFAZ A SALVAR.	PRUEBA.	1,434		

El proveedor deberá otorgar:

- Instalaciones
- Capacitación
- Puesta en marcha.
- Calibración.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.