

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. SSS-LPN-001-2023

Relativa a la contratación del servicio integral de banco de sangre para los hospitales generales e integrales, hospital de la mujer y hospital pediátrico de Sinaloa” ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 10:00 horas, del día 16 de febrero de 2023, en la sala de juntas de los Servicios de Salud de Sinaloa, ubicada en calle Cerro Montebello No. 150 oriente, colonia Montebello, se reunieron los Servidores Públicos y licitantes, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones para la contratación del servicio integral de banco de sangre para los hospitales generales e integrales, hospital de la mujer y hospital pediátrico de Sinaloa” solicitada por la Dirección de Atención Médica; a la convocatoria de la Licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 40 y 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa (Ley), así como el numeral 2 de la convocatoria a la licitación.

Este Acto fue presidido por el C. Eduardo Aguirre Medina, Director Administrativo de los Servicios de Salud de Sinaloa y asistido por el C.C. Edgar Ricardo Zazueta Zazueta, Jefe del Departamento de Laboratorio de análisis clínicos, conforme a las facultades que le confiere los artículos 17 y 18 del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa, quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el Artículo 41 de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta junta de aclaraciones, de forma presencial, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido a más tardar a las 10:00 horas, del día 15 de febrero de 2023. Caso contrario, se les permitirá su asistencia como observadores sin poder formular preguntas.

A continuación, se dio inicio al evento señalando que se recibió en tiempo y forma, de conformidad al Artículo 41 de la Ley, la solicitud de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, de la siguiente empresa:


No	Nombre, razón o denominación social	Forma de presentación	No. de preguntas
1.-	Laboratorios Licon, S.A.	Electrónica	8
2.-	Biodist, S.A. de C.V.	Electrónica	9

Acto seguido, se procedió a la lectura de las aclaraciones de los proveedores licitantes, presentado en tiempo y forma, como se indica a continuación:

1) Solicitudes de aclaración efectuadas por:

Nombre de la empresa: LABORATORIOS LICON S.A.

B) PREGUNTAS TÉCNICAS:





SERVICIOS DE SALUD
DE SINALOA

SSS-LPN-001-2023
ACLARACIONES

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. SSS-LPN-001-2023

Relativa a la contratación del servicio integral de banco de sangre para los hospitales generales e integrales, hospital de la mujer y hospital pediátrico de Sinaloa"

1.- PUNTO 6.10 CONTROL DE CALIDAD, CONTROL DE CALIDAD INTERNO, EL PRESTADOR DEL SERVICIO, DEBERÁ PROPORCIONAR LOS SIGUIENTES CONTROLES DE CALIDAD INTERNOS PARA LAS PRUEBAS DE TAMIZAJE PARA LA DETECCIÓN DE AGENTES TRANSMISIBLES POR TRANSFUSIÓN EN LOS BANCOS DE SANGRE, QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN QUE PERMITAN VERIFICAR SU DESARROLLO CORRECTO Y SE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LOS HEMOCOMPONENTES LIBERADOS. EN APEGO A LOS APARTADOS 9.4.9.1, 9.4.10.1, 9.4.12.1, 9.4.14.1 Y EL APARTADO 15.9.2 A) SE DEBERÁ INCLUIR UN CONTROL POSITIVO DÉBIL ADICIONAL AL QUE INCLUYE EL FABRICANTE, CUYO VALOR NO EXCEDERÁ DE TRES VECES EL PUNTO DE CORTE. EN APEGO A LA NOM-253-SSA1-2012 PARA LA DISPOSICIÓN DE SANGRE HUMANA Y SUS COMPONENTES CON FINES TERAPÉUTICOS. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI SE DEBERÁ DE ENTREGAR CARTA DE APOYO POR PARTE DEL FABRICANTE DE LOS CONTROLES POSITIVOS DÉBILES.

RESPUESTA: No se requiere carta de apoyo para este apartado bastara con considerarlo dentro de su propuesta para su entrega dentro de las unidades que corresponda, podrá anexar carta baja protesta de decir verdad que cumplirá con el punto solicitado.

2.- ANEXO I. INSUMOS Y REACTIVOS PARA BANCOS DE SANGRE Y SERVICIOS DE TRANSFUSION RENGLÓN 7 RASTREO DE ANTICUERPOS IRREGULARES INCLUYENDO ANTIGENO DIEGO A, INCLUYA CONTROL DE CALIDAD INTERNO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI PARA EL CONTROL DE CALIDAD INTERNO SE DEBERA DE INCLUIR PANEL DE 3 CÉLULAS QUE INCLUYA EL ANTI DI-A. **FAVOR DE ACLARAR**

RESPUESTA: Para el control de calidad interno se requieren, controles positivos para la prueba de rastreo de anticuerpos por ANTI-D Y ANTI-FYA.

3.- ANEXO II. FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPAMIENTO, RENGLON 8 EQUIPO AUTOMATIZADO DE INMUNO-HEMATOLOGÍA. PUNTO 1 EQUIPO COMPLETAMENTE AUTOMATIZADO PARA LA DETERMINACIÓN DE GRUPOS SANGUÍNEOS ABO DIRECTO E INVERSO, FACTOR RH, FENOTIPO RH, COOMBS DIRECTO, RASTREO E IDENTIFICACIÓN DE ANTICUERPOS IRREGULARES, TITULACIÓN DE ANTICUERPOS, ANTIGLOBULINA HUMANA DIRECTA Y PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD EN TARJETA DE GEL DE 6 POCILLOS. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO COMPLETAMENTE AUTOMATIZADO PARA LA DETERMINACIÓN DE GRUPOS SANGUÍNEOS ABO DIRECTO E INVERSO, FACTOR RH, FENOTIPO RH, COOMBS DIRECTO, RASTREO E IDENTIFICACIÓN DE ANTICUERPOS IRREGULARES, TITULACIÓN DE ANTICUERPOS, ANTIGLOBULINA HUMANA DIRECTA Y PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD, EN TARJETA DE GEL DE 6 A 8 POCILLOS. **¿SE ACEPTA?**

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. SSS-LPN-001-2023

Relativa a la contratación del servicio integral de banco de sangre para los hospitales generales e integrales, hospital de la mujer y hospital pediátrico de Sinaloa”

RESPUESTA: No se acepta, se requiere tarjetas de 6 pozos que optimiza el recurso en las pruebas de AHG y en la técnica manual la separación entre los pocillos permite menor fuente de error por contaminación durante el pipeteo.

4.- ANEXO II. FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPAMIENTO, RENGLON 8 EQUIPO AUTOMATIZADO DE INMUNO-HEMATOLOGÍA. PUNTO 4, HOMOGENIZACIÓN DE ERITROCITOS Y ALMACENAMIENTO A BORDO DEL EQUIPO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI POR ALMACENAMIENTO SE REFIERE A LA CAPACIDAD DEL EQUIPO PARA CONSERVAR EL REACTIVO EN UNA ZONA REFRIGERADA MIENTRAS SE ENCUENTRAN EN USO. **FAVOR DE ACLARAR**


RESPUESTA: Es correcta su apreciación.

5.- ANEXO II. FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPAMIENTO, RENGLON 8 EQUIPO AUTOMATIZADO DE INMUNO-HEMATOLOGÍA. PUNTO 12, CÓDIGO DE BARRAS PARA MUESTRAS Y REACTIVOS, INCLUYENDO LA HOJA DEL PANEL DE IDENTIFICACIÓN. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, QUE EL CÓDIGO DE BARRAS DE LA HOJA DEL PANEL DE IDENTIFICACIÓN SEA OPCIONAL Y NOS PERMITA ENTREGAR, CARTA DE DETERMINACIONES ANTIGENICAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ANTICUERPOS IRREGULARES CLINICAMENTE SIGNIFICATIVOS CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONSIDERANDO QUE ACTUALMENTE EN EL MERCADO SOLO UNA CASA COMERCIAL PODRIA CUBRIR CON ESTE PUNTO. **¿SE ACEPTA?**

RESPUESTA: Es una necesidad del servicio el contar con la ayuda del equipo para la identificación automática de anticuerpos irregulares. Favor de considerar lo solicitado en dicho punto en su propuesta

6.- ANEXO II. FICHAS TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO RENGLON 9 EQUIPO SEMIAUTOMATIZADO DE INMUNOHEMATOLOGÍA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO QUE CUENTE CON INCUBADOR Y CENTRIFUGA EXTERNOS, LECTOR DE AGLUTINACIÓN DE COLUMNAS INTEGRADO, CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES DE AGLUTINACIÓN, RESULTADOS Y LECTURA DE CÓDIGO DE BARRAS PARA IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS. **¿SE ACEPTA?**

RESPUESTA: Se acepta sin ser limitante para los demás participantes siempre y cuando cumpla con los requisitos técnicos solicitados en las bases.





SERVICIOS DE SALUD
DE SINALOA

SSS-LPN-001-2023
ACLARACIONES

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. SSS-LPN-001-2023

Relativa a la contratación del servicio integral de banco de sangre para los hospitales generales e integrales, hospital de la mujer y hospital pediátrico de Sinaloa”

7.- ANEXO II. FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPAMIENTO, RENGLON 9 EQUIPO SEMIAUTOMATIZADO DE INMUNOHEMATOLOGÍA. PUNTO 1, SEMIAUTOMATIZADO PARA LA DETERMINACIÓN DE GRUPOS SANGUÍNEOS ABO DIRECTO E INVERSO, FACTOR RH, FENOTIPO RH, COOMBS DIRECTO, RASTREO E IDENTIFICACIÓN DE ANTICUERPOS IRREGULARES, ANTIGLOBULINA HUMANA DIRECTA Y PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD EN TARJETA DE GEL DE 6 POCILLOS. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO AUTOMATIZADO CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS, PERO EN FORMATO DE TARJETA DE GEL DE 6 A 8 POZOS CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONSIDERANDO QUE ESTO NO INFLUYE EN LOS RESULTADOS. **¿SE ACEPTA?**

RESPUESTA: No se acepta, pues con las tarjetas de 6 pozos se optimiza el recurso en las pruebas de AHG y en la técnica manual la separación entre los pocillos permite menor fuente de error por contaminación durante el pipeteo.

8.- ANEXO II. FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPAMIENTO, RENGLON 9 EQUIPO SEMIAUTOMATIZADO DE INMUNOHEMATOLOGÍA. PUNTO 9, CÓDIGO DE BARRAS PARA MUESTRAS Y REACTIVOS, INCLUYENDO LA HOJA DEL PANEL DE IDENTIFICACIÓN. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, QUE EL CÓDIGO DE BARRAS DE LA HOJA DEL PANEL DE IDENTIFICACIÓN SEA OPCIONAL Y NOS PERMITA ENTREGAR CARTA DE DETERMINACIONES ANTIGENICAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ANTICUERPOS IRREGULARES CLINICAMENTE SIGNIFICATIVOS CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONSIDERANDO QUE ACTUALMENTE EN EL MERCADO SOLO UNA CASA COMERCIAL PODRIA CUBRIR CON ESTE PUNTO. **¿SE ACEPTA?**

RESPUESTA: Es una necesidad del servicio el contar con la ayuda del equipo para la identificación automática de anticuerpos irregulares. Favor de considerar lo solicitado en dicho punto en su propuesta

2) Solicitudes de aclaración efectuadas por:

Nombre de la empresa: Biodist, S.A. de C.V.

A) Preguntas administrativas:

1.- Pregunta: Punto 5.13 Solicitamos amablemente a la convocante que nos permita que, la opinión de cumplimiento del IMSS se presente con fecha de emisión de máximo tres días hábiles previos a la fecha de prestación y apertura; ¿Se acepta?

Respuesta: Se acepta.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several initials below it.]



SERVICIOS DE SALUD
DE SINALOA

SSS-LPN-001-2023
ACLARACIONES

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. SSS-LPN-001-2023

Relativa a la contratación del servicio integral de banco de sangre para los hospitales generales e integrales, hospital de la mujer y hospital pediátrico de Sinaloa”

2.- Pregunta: es correcto entender que el ejercicio fiscal para esta licitación es 2023-2024,

¿

Respuesta: Afirmativo, es correcta su apreciación

B) Preguntas Técnicas:

1.- Pregunta: Anexo II fichas técnicas de equipamiento, renglón 2. Sellador dieléctrico para tubos de bolsa de sangre de mesa. Solicitamos nos permita ofertar sellador portátil con las especificaciones solicitadas en sustituto al sellador de mesa ya que la funcionalidad de un sellador de mesa o portátil es el mismo y no afecta la calidad de los sellos de las líneas ¿se acepta?

Respuesta: Se acepta sin ser limitante para los demás participantes

2.- Pregunta: Anexo II fichas técnicas de equipamiento, renglón 2. Sellador dieléctrico para tubos de bolsa de sangre portátil. Punto 1. Solicitan sistema de mesa. Es correcto entender que el sellador debe ser sistema portátil. ¿es correcta mi apreciación?

Respuesta: Afirmativo, es correcta su apreciación

3.- Pregunta: Anexo II fichas técnicas de equipamiento, renglón 7. Analizador automatizado para inmunoanálisis. Punto 10. Solicitan calibración hasta 28 días. Solicitamos nos permita ofertar equipo con frecuencia de calibración 30 días, sin que esto afecte la calidad de los resultados ¿se acepta?

Respuesta: Se acepta sin ser limitante para los demás participantes.

4.- Pregunta: 6. Propuestas Técnicas 6.1. Descripción y especificaciones de cada una de las partidas solicitadas contenidas en el Anexo Solicitamos amablemente al convocante nos confirme si es correcta nuestra apreciación para el anexo 2A (IIA) equipamiento complementario bastara con presentar únicamente carta bajo protesta de decir verdad que se proporcionaran dichos equipos ¿señalando marca y modelo es correcto?

Respuesta: Se deberá anexar la descripción y especificaciones de cada una de las partidas solicitadas contenidas en el anexo i. insumos y reactivos para bancos de sangre y servicios de transfusión, anexo II. Fichas técnicas del equipamiento objetos de la presente licitación. Para anexo IIA complementario podrá presentar carta señalando marca y modelo sin ser limitante para los demás participantes.

5.- Pregunta: Anexo 1 renglón 17. solicitamos amablemente al convocante nos permita ofertar en presentación de tarjeta sin que esto afecte precio y rendimiento garantizando una mayor trazabilidad al poderla utilizar en los equipos ofertados ¿se acepta?

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. SSS-LPN-001-2023

Relativa a la contratación del servicio integral de banco de sangre para los hospitales generales e integrales, hospital de la mujer y hospital pediátrico de Sinaloa”

Respuesta: Se acepta sin ser limitante para los demás participantes.

6.- Preguntas Anexo 1 Renglón 9. Solicitamos amablemente al convocante nos comente si es correcta nuestra apreciación y hay un error en la transcripción dice control de calidad interno r1, r1R2R2 debe decir control de calidad interno rr, R1R2 ¿es correcto?

Respuesta: Se anexa nomenclatura correcta, rr R1R2

7.- Preguntas: Anexo 2 Renglón 9. solicitamos amablemente al convocante nos comente si es correcta nuestra apreciación ¿se deberá ofertar también incubador?

Respuesta: El equipo debe contar con los módulos: pipeteador automático para el dispensado de muestras y reactivos, lector automático externo de tarjetas y centrifuga de tarjetas e incubador

En razón de dar cumplimiento a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del Artículo 41 de la Ley, en este Acto se da a conocer el calendario de los eventos subsecuentes de esta licitación, que a continuación se detalla:


EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones	23 de febrero de 2023	10:00 horas.	Sala de juntas de los Servicios de Salud de Sinaloa, ubicada en calle Cerro Montebello No. 150 oriente, colonia Montebello, Culiacán, Sinaloa

Para efectos de notificación, se hace constar que en este Acto se les entrega una copia de la presente Acta a los asistentes, en términos del Artículo 47 de la Ley, se difundirá un ejemplar de la misma en la dirección electrónica: <https://compranet.sinaloa.gob.mx>, para efectos de su notificación.

Asimismo, se informa que a partir de esta fecha se fijará en el rotulón que se ha colocado en la Subdirección de Recursos Materiales, un ejemplar de la presente Acta por un término no menor de cinco días hábiles.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunión, siendo las 11:00 horas, del día 16 de febrero de 2023.

Esta Acta consta de 08 (ocho) hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.



Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. SSS-LPN-001-2023

Relativa a la contratación del servicio integral de banco de sangre para los hospitales generales e integrales, hospital de la mujer y hospital pediátrico de Sinaloa”

POR LOS LICITANTES


C. Fernando Ignacio Reyes
Cano.

Representante de Biodist,
S.A. de C.V.



C. Diana García


Representante de Laboratorio
Licón, S.A.



OBSERVADORES

C. Griselda López Ramírez

Representante de Dicipa, S.A.
de C.V.



POR LA DEPENDENCIA


Nombre

Representante

Firma

C. Eduardo Aguirre Medina

Director Administrativo



C. Karla Gámez Gutiérrez

Subdirectora de Recursos
Materiales



C. Lorenzo Guadalupe Roque
Aguilera

Representante de la Dirección
Jurídica y de Normatividad



C. José Alejandro Avilés
Tostado

Jefe del Departamento de
Adquisiciones




C. María José Corrales Osuna

Representante del Órgano
Interno de Control y
Evaluación.



C. Edgar Ricardo Zazueta
Zazueta.

Jefe del Departamento de
laboratorios clínicos.





SERVICIOS DE SALUD
DE SINALOA

SSS-LPN-001-2023
ACLARACIONES

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. SSS-LPN-001-2023

Relativa a la contratación del servicio integral de banco de sangre para los hospitales generales e integrales, hospital de la mujer y hospital pediátrico de Sinaloa”

C. Cruz Leticia Inzunza
Lizárraga.

Representante de la
Subdirección de abasto y
equipamiento.

POR LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

C. Rina Guadalupe
Valenzuela García.

Representante de la Secretaría
de Transparencia y Rendición de
Cuentas

----- FIN DEL ACTA -----