



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

# Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Subdirección de Recursos Materiales

## PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-84-W47-925006998-T-14-2023

RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE: "BIENES DEL PROYECTO SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL HOSPITAL GENERAL CULIACÁN 120 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN Y LA ADQUISICIÓN DE BIENES DEL PROYECTO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA, SIN CONTEMPLAR LA UNIDAD DE HEMATO ONCOLOGÍA, EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN."

### ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 10:00 horas, del día 17 de octubre de 2023, en la sala de juntas de los Servicios de Salud de Sinaloa, ubicada en calle Cerro Montebello oriente 150, colonia Montebello, se reunieron los Servidores Públicos y licitantes cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones para la adquisición de "Bienes del proyecto sustitución por obra nueva del Hospital General de Culiacán 120 camas en el municipio de Culiacán y la adquisición de bienes del proyecto del Hospital Pediatrico de Sinaloa, sin contemplar la unidad de hemato oncología, en el municipio de Culiacán" solicitado por la Dirección de Atención Médica; a la convocatoria de la Licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33 y 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 45 y 46 del Reglamento de la Ley, así como el numeral III.3 de la convocatoria a la Licitación.

Este Acto fue presidido por el C. Eduardo Aguirre Medina, Director Administrativo, quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el Artículo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta junta de aclaraciones, por sí o en representación de un tercero y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este Acto.

El C. Eduardo Aguirre Medina, Director Administrativo, fue asistido por la C. Karla Osiris Soto Espinoza, jefe del departamento de Recuperación de Equipo Médico, quien dio respuesta y solventó las preguntas de carácter técnico.

A continuación, se informa que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al Artículo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, las siguientes empresas:

No	Nombre, razón o denominación social	Forma de presentación	No. de preguntas
1.-	PROVEEDORA INTEGRAL DE EMPRESAS, S.A. DE C.V.	Electrónica	8

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]*



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

# Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Subdirección de Recursos Materiales

## PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-84-W47-925006998-T-14-2023

RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE: "BIENES DEL PROYECTO SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL HOSPITAL GENERAL CULIACÁN 120 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN Y LA ADQUISICIÓN DE BIENES DEL PROYECTO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA, SIN CONTEMPLAR LA UNIDAD DE HEMATO ONCOLOGÍA, EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN."

2.-	NORTECHMEDICAL S.A. DE C.V.	Electrónica	68
3.-	PRAHMEDIC, S.A. DE C.V.	Electrónica	1
4.-	CONSERMED LIFE, S.A. DE C.V.	Presencial	16

### 1) Solicitudes de aclaración efectuadas por:

Nombre de la empresa: **PROVEEDORA INTEGRAL DE EMPRESAS, S.A. DE C.V.**

#### A) Preguntas administrativas:

1.- ¿Pregunta Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare el procedimiento será presencial o por COMPRANET, debido a que en COMPRANET no se permite ingresarlo a nuestros procedimientos?

**Respuesta: LA PRESENTE CONVOCATORIA ES PRESENCIAL**

#### B) Preguntas Técnicas:

##### Partida 33- Topógrafo corneal

1.4.- Solicitan "Intervalo de potencia dióptrica en el rango 1 a 95 dioptrías o mayor", el poder refractivo humano es aproximadamente de 43 dioptrías por lo que el rango solicitado está fuera de parámetros reales, solicitamos que nos permitan ofertar "33.75 dioptrías a 61.36 dioptrías" con lo cual se cubre el poder del enfoque de un ojo humano. Dado que su enfoque es fijo y no requiere de estos rasgos desproporcionados, con el rango ofertado se cubre la mayoría de las patologías en córnea. ¿Se acepta?

**Respuesta: SE ACEPTA SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES**

1.6.- Solicitamos cordialmente a la convocante ofertar una tecnología superior a lo solicitado a una videocámara CCD al ser una tecnología antigua. ¿Se acepta?

**Respuesta: SE ACEPTA SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES**

1.7.- Entendemos que los parámetros solicitados hacen referencia a un equipo de cómputo externo que podemos ofertar en conjunto con el equipo. ¿Es cierta nuestra observación?

**Respuesta: SE ACEPTA SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES**

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

## Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Subdirección de Recursos Materiales

### PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-84-W47-925006998-T-14-2023

RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE: "BIENES DEL PROYECTO SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL HOSPITAL GENERAL CULIACÁN 120 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN Y LA ADQUISICIÓN DE BIENES DEL PROYECTO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA, SIN CONTEMPLAR LA UNIDAD DE HEMATO ONCOLOGÍA, EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN."

2.1.- Solicitamos a la convocante poder ofertar una impresora que utilice un sistema de tinta continua en vez de uso de cartuchos. ¿Se acepta?

**Respuesta: SE ACEPTA SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES**

Partida 34- Unidad oftalmológica

1.2.4.- Solicitan "giratorio de 180° como mínimo", ¿Podemos ofertar para optimización de espacio una silla fija completamente motorizada con botón de puesta a cero y controles en pantalla LCD? ¿Se acepta?

**Respuesta: SE ACEPTA SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES**

1.3.1.3.- Solicitan "con tres fosos portainstrumentos para recarga de instrumentos de mano", solicitamos cordialmente a la convocante ofertar con 2 fosos porta instrumentos, ya que se recarga un oftalmoscopio y retinoscopio. ¿Se acepta?

**Respuesta: SE ACEPTA SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES**

1.3.1.3.- La mayoría de los instrumentos (como retinoscopio y oftalmoscopio) actualmente se recargan conectando directamente a la corriente, por lo cual no necesita fosos para recargarse ¿Podemos ofertar una unidad con fosos y cajón para guarda?

**Respuesta: SE ACEPTA SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES**

Paquímetro ultrasónico

Entendemos que quiere un equipo con transductor que pueda intercambiarse en caso de daño. ¿Es correcto? ¿O se requiere fijo?

**Respuesta: SE REQUIERE UN EQUIPO QUE CUENTE CON UN TRANSDUCTOR INTERCAMBIABLE**

2) Solicitudes de aclaración efectuadas por:

**Nombre de la empresa: NORTECHMEDICAL, SA DE CV**

Pregunta No. 001 En relación a:

- Al punto IV.2.- Documentación Legal y de Identificación que deberán presentar
- 1.- Documentación Distinta a la de la Proposición:
- Punto I: Acreditación de personalidad:
- Basta con presentar copia simple legible de lo documentos legales requeridos para acreditar la personalidad del participante ó es necesario presentar originales por fuera del sobre para su cotejo?

**Respuesta: ES SUFICIENTE CON PRESENTAR COPIA SIMPLE**

Pregunta No. 002 En relacion a:



SERVICIOS DE SALUD  
DE SINALOA

LA-84-W47-925006998-T-14-2023  
ACLARACIONES

## Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Subdirección de Recursos Materiales

### PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-84-W47-925006998-T-14-2023

**RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE: "BIENES DEL PROYECTO SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL HOSPITAL GENERAL CULIACÁN 120 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN Y LA ADQUISICIÓN DE BIENES DEL PROYECTO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA, SIN CONTEMPLAR LA UNIDAD DE HEMATO ONCOLOGÍA, EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN."**

- Al punto IV.2.- Documentación Legal y de Identificación que deberán presentar
- 1.- Documentación Distinta a la de la Proposición:
- Punto I: Acreditación de personalidad:
- Es requerido llevar la identificación oficial del representante dentro del sobre cerrado de las propuestas tecnico economicas ó poder ir por fuera del mismo para identificarse al momento de ingresar a las instalaciones de SSS referenciadas en la convocatoria como lugar de presentación?

**Respuesta: ES SUFICIENTE CON PRESENTAR COPIA SIMPLE**

Pregunta No. 003 En relación a:

- Al punto IV.3.- Propuesta Técnica
- Punto 04 Se registro sanitario vigente emitido por la COFEPRIS
- Se proponer presentar la caratula del registro para validar sus datos completos y la página donde se menciona el producto solicitado en la convocatoria, ¿se acepta? ó Será necesario presentar el 100% de las paginas del registro sanitario vigente.

**Respuesta: SERÁ SUFICIENTE PRESENTAR LA CARATULA DEL REGISTRO SANITARIO , ASÍ COMO TODAS LAS HOJAS REFERENCIANDO EL EQUIPO OFERTADO Y LA ULTIMA PAGINA DONDE SE ENCUENTRA LA VIGENCIA, EN CASO DE PRORROGA SE DEBERA ANEXAR ESTA**

Pregunta No. 004 En relación a:

- Al punto IV.3.- Propuesta Técnica
- Punto 07 Se requiere carta garantía por 12 meses contra defectos de fabricación y vicios ocultos
- Los 12 meses son a partir de la fecha de entrega a los SSS, es correcta nuestra apreciación?

**Respuesta: NO, LOS 12 MESES ES APARTIR DE LA PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO**

Pregunta No. 005 En relación a:

- Al punto IV.3.- Propuesta Técnica
- Punto 10 Se requiere carta garantía por 12 meses contra daños o perjuicios
- Los 12 meses son a partir de la fecha de entrega a los SSS, es correcta nuestra apreciacion?

**Respuesta: NO, LOS 12 MESES ES APARTIR DE LA PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO**



SERVICIOS DE SALUD  
DE SINALOA

LA-84-W47-925006998-T-14-2023  
ACLARACIONES

## Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Subdirección de Recursos Materiales

### PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-84-W47-925006998-T-14-2023

**RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE: "BIENES DEL PROYECTO SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL HOSPITAL GENERAL CULIACÁN 120 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN Y LA ADQUISICIÓN DE BIENES DEL PROYECTO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA, SIN CONTEMPLAR LA UNIDAD DE HEMATO ONCOLOGÍA, EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN."**

Pregunta No. 006 En relacion a:

- Al punto IV.3.- Propuesta Técnica
- Punto 11 Se requiere 100% en medio magnético por duplicado
- Se propone entregar información digital de la propuesta en memoria tipo USB A. ¿Se acepta? En caso que no se acepte por favor describa el formato para cumplir este requisito.

**Respuesta: SE ACEPTA USB TIPO A**

Pregunta No. 007 En relacion a:

- Al punto IV.3.- Propuesta Técnica
- Punto 11 Se requiere 100% en medio magnético por duplicado
- Una vez que se haya impreso, firmado y escaneado; ¿será suficiente trabajar la información en formato PDF? En caso que no se acepte por favor describa el formato para cumplir este requisito.

**Respuesta: SE ACEPTA FORMATO PDF**

Pregunta No. 008 En relación a:

- NO. 80 - HGC
- FICHA TECNICA: DESCU-SC-4080000-0001
- CLAVE COMPENDIO: S/C
- DESCRIPCION: Descubrimiento de absceso hepático
- Solicitamos se extienda el plazo de entrega de 60 a 90 días, debido al proceso de importación, limitaciones de producción del fabricante y el nivel de especialización de este renglón. ¿Se acepta para este renglón sin afectar a las demás partidas de instrumental?

**Respuesta: NO SE ACEPTA, EL PLAZO DE ENTREGA ES 45 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO DEBIDO AL ORIGEN DE LOS RECURSOS**

Pregunta No. 009 En relación a:

- NO. 81 - HGC
- FICHA TECNICA: EQUIP-5378300772-0001
- CLAVE COMPENDIO: 537.830.0772
- DESCRIPCION: Set de toma de biopsia de mama
- Solicitamos se extienda el plazo de entrega de 60 a 90 días, debido al proceso de importación, limitaciones de producción del fabricante y el nivel de especialización de este renglón. ¿Se acepta para este renglón sin afectar a las demás partidas de instrumental?



## Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Subdirección de Recursos Materiales

SERVICIOS DE SALUD  
DE SINALOA

### PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-84-W47-925006998-T-14-2023

RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE: "BIENES DEL PROYECTO SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL HOSPITAL GENERAL CULIACÁN 120 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN Y LA ADQUISICIÓN DE BIENES DEL PROYECTO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA, SIN CONTEMPLAR LA UNIDAD DE HEMATO ONCOLOGÍA, EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN."

**Respuesta: NO SE ACEPTA, EL PLAZO DE ENTREGA ES 45 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO DEBIDO AL ORIGEN DE LOS RECURSOS**

Pregunta No. 010 En relación a:

- NO. 82 - HGC
- FICHA TECNICA: EQUIP-SC-5315200-0001
- CLAVE COMPENDIO: S/C
- DESCRIPCION: Equipo de cirugía para resección transuretral.
- Solicitamos se extienda el plazo de entrega de 60 a 90 días, debido al proceso de importación, limitaciones de producción del fabricante y el nivel de especialización de este renglón. ¿Se acepta para este renglón sin afectar a las demás partidas de instrumental?

**Respuesta: NO SE ACEPTA, EL PLAZO DE ENTREGA ES 45 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO DEBIDO AL ORIGEN DE LOS RECURSOS**

Pregunta No. 011 En relación a:

- NO. 83 - HGC
- FICHA TECNICA: SETSD-5378301088-0001
- CLAVE COMPENDIO: S/C
- DESCRIPCION: Set de neuroendoscopia
- Solicitamos se extienda el plazo de entrega de 60 a 90 días, debido al proceso de importación, limitaciones de producción del fabricante y el nivel de especialización de este renglón. ¿Se acepta para este renglón sin afectar a las demás partidas de instrumental?

**Respuesta: NO SE ACEPTA, EL PLAZO DE ENTREGA ES 45 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO DEBIDO AL ORIGEN DE LOS RECURSOS**

Pregunta No. 012 En relación a:

- NO. 80 - HGC
- FICHA TECNICA: DESCU-SC-4080000-0001
- CLAVE COMPENDIO: S/C
- DESCRIPCION: Descubrimiento de absceso hepático
- Solicitamos se extienda el plazo de entrega de 60 a 90 días, debido al proceso de importación, limitaciones del fabricante y el nivel de especialización de este renglón. ¿Se acepta para este renglón sin afectar a las demás partidas de instrumental?

## Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Subdirección de Recursos Materiales

### PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-84-W47-925006998-T-14-2023

RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE: "BIENES DEL PROYECTO SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL HOSPITAL GENERAL CULIACÁN 120 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN Y LA ADQUISICIÓN DE BIENES DEL PROYECTO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA, SIN CONTEMPLAR LA UNIDAD DE HEMATO ONCOLOGÍA, EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN."

**Respuesta: NO SE ACEPTA, EL PLAZO DE ENTREGA ES 45 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO DEBIDO AL ORIGEN DE LOS RECURSOS**

Pregunta No. 013 En relación a:

- NO. 80 - HGC
- FICHA TECNICA: DESCU-SC-4080000-0001
- CLAVE COMPENDIO: S/C
- DESCRIPCION: Descubrimiento de absceso hepático
- Consecutivo 13: Se solicita "Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central estrías cruzadas, longitud 20 cm." ¿Se acepta opción con ranura? Ambas cumplen con la función de suturar en procedimientos quirúrgicos.

**Respuesta: Se acepta con ranura, sin ser limitante para los demás participantes.**

Pregunta No. 014 En relación a:

- NO. 80 - HGC
- FICHA TECNICA: DESCU-SC-4080000-0001
- CLAVE COMPENDIO: S/C
- DESCRIPCION: Descubrimiento de absceso hepático
- Consecutivo 14: Se solicita "Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías cruzadas, longitud 30 cm." ¿Se acepta opción con ranura? Ambas cumplen con su función de suturar en procedimientos quirúrgicos.

**Respuesta: Se acepta con ranura, sin ser limitante para los demás participantes.**

Pregunta No. 015 En relación a:

- NO. 80 - HGC
- FICHA TECNICA: DESCU-SC-4080000-0001
- CLAVE COMPENDIO: S/C
- DESCRIPCION: Descubrimiento de absceso hepático
- Consecutivo 15: Se solicita "Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 150 a 155 mm." ¿Se acepta opción con ranura? No especifica este requerimiento. Ambas cumplen con su función de separar, ampliar campo operatorio.

**Respuesta: Se acepta con ranura, sin ser limitante para los demás participantes.**

Pregunta No. 016 En relación a:



SERVICIOS DE SALUD  
DE SINALOA

LA-84-W47-925006998-T-14-2023  
ACLARACIONES

## Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Subdirección de Recursos Materiales

### PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-84-W47-925006998-T-14-2023

RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE: "BIENES DEL PROYECTO SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL HOSPITAL GENERAL CULIACÁN 120 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN Y LA ADQUISICIÓN DE BIENES DEL PROYECTO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA, SIN CONTEMPLAR LA UNIDAD DE HEMATO ONCOLOGÍA, EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN."

- a. NO. 80 - HGC
- b. FICHA TECNICA: DESCU-SC-4080000-0001
- c. CLAVE COMPENDIO: S/C
- d. DESCRIPCION: Descubrimiento de absceso hepático
- e. Consecutivo 21: Se solicita "Pinza Adson, con dientes 1 x 2, longitud 20 cm."
- f. Con el fin de promover la libre participación y actualizar la descripción del renglón a la oferta comercial vigente, se propone una tolerancia de +/- 20% en la descripción técnica descrita sin afectar el concepto requerido mejorando el desempeño del renglón mencionado. ¿Se acepta? En caso negativo, por favor comparta la descripción más amplia con un rango de tolerancia máximo relacionado a este renglón.

**Respuesta: Se acepta la tolerancia +/-20% en dimensiones, sin ser limitante para los demás participantes.**

Pregunta No. 017 En relación a:

- a. NO. 80 - HGC
- b. FICHA TECNICA: DESCU-SC-4080000-0001
- c. CLAVE COMPENDIO: S/C
- d. DESCRIPCION: Descubrimiento de absceso hepático
- e. Consecutivo 22: Se solicita "Pinza Adson, sin dientes 20 cm de longitud."
- f. Con el fin de promover la libre participación y actualizar la descripción del renglón a la oferta comercial vigente, se propone una tolerancia de +/- 20% en la descripción técnica descrita sin afectar el concepto requerido mejorando el desempeño del renglón mencionado. ¿Se acepta? En caso negativo, por favor comparta la descripción más amplia con un rango de tolerancia máximo relacionado a este renglón.

**Respuesta: Se acepta la tolerancia +/-20% en dimensiones, sin ser limitante para los demás participantes.**

Pregunta No. 018 En relación a:

- a. NO. 80 - HGC
- b. FICHA TECNICA: DESCU-SC-4080000-0001
- c. CLAVE COMPENDIO: S/C
- d. DESCRIPCION: Descubrimiento de absceso hepático
- e. Consecutivo 23: Se solicita "Pinza Adson, en bayoneta, sin dientes, 18.5 cm de longitud."
- f. Con el fin de promover la libre participación y actualizar la descripción del renglón a la oferta comercial vigente, se propone una tolerancia de +/- 20% en la descripción técnica descrita sin afectar el concepto requerido





SERVICIOS DE SALUD  
DE SINALOA

LA-84-W47-925006998-T-14-2023  
ACLARACIONES

## Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Subdirección de Recursos Materiales

### PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-84-W47-925006998-T-14-2023

RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE: "BIENES DEL PROYECTO SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL HOSPITAL GENERAL CULIACÁN 120 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN Y LA ADQUISICIÓN DE BIENES DEL PROYECTO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA, SIN CONTEMPLAR LA UNIDAD DE HEMATO ONCOLOGÍA, EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN."

mejorando el desempeño del renglón mencionado. ¿Se acepta? En caso negativo, por favor comparta la descripción más amplia con un rango de tolerancia máximo relacionado a este renglón.

**Respuesta: Se acepta la tolerancia +-20% en dimensiones, sin ser limitante para los demás participantes.**

Pregunta No. 019 En relación a:

- NO. 80 - HGC
- FICHA TECNICA: DESCU-SC-4080000-0001
- CLAVE COMPENDIO: S/C
- DESCRIPCION: Descubrimiento de absceso hepático
- Consecutivo 37: Se solicita "Pinza forceps 159mm punta totalmente curva"
- Con el fin de promover la libre participación y actualizar la descripción del renglón a la oferta comercial vigente, se propone una tolerancia de +/- 20% en la descripción técnica descrita sin afectar el concepto requerido mejorando el desempeño del renglón mencionado. ¿Se acepta? En caso negativo, por favor comparta la descripción más amplia con un rango de tolerancia máximo relacionado a este renglón.

**Respuesta: Se acepta la tolerancia +-20% en dimensiones, sin ser limitante para los demás participantes.**

Pregunta No. 020 En relación a:

- NO. 80 - HGC
- FICHA TECNICA: DESCU-SC-4080000-0001
- CLAVE COMPENDIO: S/C
- DESCRIPCION: Descubrimiento de absceso hepático
- Consecutivo 38: Se solicita "Pinza forceps 184mm punta totalmente curva"
- Con el fin de promover la libre participación y actualizar la descripción del renglón a la oferta comercial vigente, se propone una tolerancia de +/- 20% en la descripción técnica descrita sin afectar el concepto requerido mejorando el desempeño del renglón mencionado. ¿Se acepta? En caso negativo, por favor comparta la descripción más amplia con un rango de tolerancia máximo relacionado a este renglón.

**Respuesta: Se acepta la tolerancia +-20% en dimensiones, sin ser limitante para los demás participantes.**

Pregunta No. 021 En relación a:

- NO. 80 - HGC
- FICHA TECNICA: DESCU-SC-4080000-0001



## Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Subdirección de Recursos Materiales

### PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-84-W47-925006998-T-14-2023

RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE: "BIENES DEL PROYECTO SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL HOSPITAL GENERAL CULIACÁN 120 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN Y LA ADQUISICIÓN DE BIENES DEL PROYECTO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA, SIN CONTEMPLAR LA UNIDAD DE HEMATO ONCOLOGÍA, EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN."

- c. CLAVE COMPENDIO: S/C
- d. DESCRIPCION: Descubrimiento de absceso hepático
- e. Consecutivo 39: Se solicita "Pinza forceps 229mm punta totalmente curva"
- f. Con el fin de promover la libre participación y actualizar la descripción del renglón a la oferta comercial vigente, se propone una tolerancia de +/- 20% en la descripción técnica descrita sin afectar el concepto requerido mejorando el desempeño del renglón mencionado. ¿Se acepta? En caso negativo, por favor comparta la descripción mas amplia con un rango de tolerancia máximo relacionado a este renglón.  
**Respuesta: Se acepta la tolerancia +-20% en dimensiones, sin ser limitante para los demás participantes.**

Pregunta No. 022 En relación a:

- a. NO. 80 - HGC
- b. FICHA TECNICA: DESCU-SC-4080000-0001
- c. CLAVE COMPENDIO: S/C
- d. DESCRIPCION: Descubrimiento de absceso hepático
- e. Consecutivo 40: Se solicita "Pinza forceps 191mm punta totalmente curva"
- f. Con el fin de promover la libre participación y actualizar la descripción del renglón a la oferta comercial vigente, se propone una tolerancia de +/- 20% en la descripción técnica descrita sin afectar el concepto requerido mejorando el desempeño del renglón mencionado. ¿Se acepta? En caso negativo, por favor comparta la descripción mas amplia con un rango de tolerancia máximo relacionado a este renglón.  
**Respuesta: Se acepta la tolerancia +-20% en dimensiones, sin ser limitante para los demás participantes.**

Pregunta No. 023 En relación a:

- a. NO. 80 - HGC
- b. FICHA TECNICA: DESCU-SC-4080000-0001
- c. CLAVE COMPENDIO: S/C
- d. DESCRIPCION: Descubrimiento de absceso hepático
- e. Consecutivo 41: Se solicita "Pinza forceps 241mm punta totalmente curva"
- f. Con el fin de promover la libre participación y actualizar la descripción del renglón a la oferta comercial vigente, se propone una tolerancia de +/- 20% en la descripción técnica descrita sin afectar el concepto requerido mejorando el desempeño del renglón mencionado. ¿Se acepta? En caso negativo, por favor comparta la descripción mas amplia con un rango de tolerancia máximo relacionado a este renglón.



SERVICIOS DE SALUD  
DE SINALOA

LA-84-W47-925006998-T-14-2023  
ACLARACIONES

## Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Subdirección de Recursos Materiales

### PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-84-W47-925006998-T-14-2023

RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE: "BIENES DEL PROYECTO SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL HOSPITAL GENERAL CULIACÁN 120 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN Y LA ADQUISICIÓN DE BIENES DEL PROYECTO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA, SIN CONTEMPLAR LA UNIDAD DE HEMATO ONCOLOGÍA, EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN."

**Respuesta: Se acepta la tolerancia +-20% en dimensiones, sin ser limitante para los demás participantes.**

Pregunta No. 024 En relación a:

- NO. 80 - HGC
- FICHA TECNICA: DESCU-SC-4080000-0001
- CLAVE COMPENDIO: S/C
- DESCRIPCION: Descubrimiento de absceso hepático
- Consecutivo 44: Se solicita "Pinza De Bakey, atraumática, angulada, ramas de 1,5 mm. de ancho, longitud de 200 mm. a 205 mm." ¿Se acepta variación de +0.5 mm en ramas? Se oferta con ramas de 2mm. Sin impactar en funcionalidad de lograr la oclusión vascular en cirugía.

**Respuesta: Se acepta la variación de 0.5mm en ramas, sin ser limitante para los demás participantes.**

Pregunta No. 025 En relación a:

- NO. 81 - HGC
- FICHA TECNICA: EQUIP-5378300772-0001
- CLAVE COMPENDIO: 537.830.0772
- DESCRIPCION: Set de toma de biopsia de mama
- DESCRIPCION: Set de toma de biopsia de mama
- Solicitamos se extienda el plazo de entrega de 45 a 60 días, debido al proceso de importación y el nivel de especialización de este renglón. ¿Se acepta para este renglón sin afectar el lote?

**Respuesta: NO SE ACEPTA, EL PLAZO DE ENTREGA ES 45 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO DEBIDO AL ORIGEN DE LOS RECURSOS**

Pregunta No. 026 En relación a:

- NO. 81 - HGC
- FICHA TECNICA: EQUIP-5378300772-0001
- CLAVE COMPENDIO: 537.830.0772
- DESCRIPCION: Set de toma de biopsia de mama
- Consecutivo 7: No se oferta porque no se tiene el modelo solicitado. ¿Se acepta opción equivalente en otro modelo?

**Respuesta: Se acepta, sin ser limitante a los demás participantes, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA EQUIVALENCIA**

Pregunta No. 027 En relación a:



SERVICIOS DE SALUD  
DE SINALOA

LA-84-W47-925006998-T-14-2023  
ACLARACIONES

## Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Subdirección de Recursos Materiales

### PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-84-W47-925006998-T-14-2023

RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE: "BIENES DEL PROYECTO SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL HOSPITAL GENERAL CULIACÁN 120 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN Y LA ADQUISICIÓN DE BIENES DEL PROYECTO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA, SIN CONTEMPLAR LA UNIDAD DE HEMATO ONCOLOGÍA, EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN."

- NO. 81 - HGC
- FICHA TECNICA: EQUIP-5378300772-0001
- CLAVE COMPENDIO: 537.830.0772
- DESCRIPCION: Set de toma de biopsia de mama
- Consecutivo 28: Se solicita " Cucharilla Bruns curva copa redonda N ° 00."  
¿Se acepta variante curva con copa ovalada? Ambas cumplen su función de legar y disecar.

**Respuesta: Se acepta, sin ser limitante a los demás participantes.**

Pregunta No. 028 En relación a:

- NO. 81 - HGC
- FICHA TECNICA: EQUIP-5378300772-0001
- CLAVE COMPENDIO: 537.830.0772
- DESCRIPCION: Set de toma de biopsia de mama
- Consecutivo 29: Se solicita " Cucharilla Bruns curva copa redonda N ° 0."  
¿Se acepta variante curva con copa ovalada? Ambas cumplen su función de legar y disecar.

**Respuesta: Se acepta, sin ser limitante a los demás participantes.**

Pregunta No. 029 En relación a:

- NO. 81 - HGC
- FICHA TECNICA: EQUIP-5378300772-0001
- CLAVE COMPENDIO: 537.830.0772
- DESCRIPCION: Set de toma de biopsia de mama
- Consecutivo 30: Se solicita " Cucharilla Bruns curva copa redonda N ° 1."  
¿Se acepta variante curva con copa ovalada? Ambas cumplen su función de legar y disecar.

**Respuesta: Se acepta, sin ser limitante a los demás participantes.**

Pregunta No. 030 En relación a:

- NO. 81 - HGC
- FICHA TECNICA: EQUIP-5378300772-0001
- CLAVE COMPENDIO: 537.830.0772
- DESCRIPCION: Set de toma de biopsia de mama
- Consecutivo 31: Se solicita " Cucharilla Bruns curva copa redonda N ° 2."  
¿Se acepta variante curva con copa ovalada? Ambas cumplen su función de legar y disecar.

**Respuesta: Se acepta, sin ser limitante a los demás participantes.**



SERVICIOS DE SALUD  
DE SINALOA

LA-84-W47-925006998-T-14-2023  
ACLARACIONES

## Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Subdirección de Recursos Materiales

### PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-84-W47-925006998-T-14-2023

RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE: "BIENES DEL PROYECTO SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL HOSPITAL GENERAL CULIACÁN 120 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN Y LA ADQUISICIÓN DE BIENES DEL PROYECTO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA, SIN CONTEMPLAR LA UNIDAD DE HEMATO ONCOLOGÍA, EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN."

Pregunta No. 031 En relación a:

- NO. 81 - HGC
- FICHA TECNICA: EQUIP-5378300772-0001
- CLAVE COMPENDIO: 537.830.0772
- DESCRIPCION: Set de toma de biopsia de mama
- Consecutivo 32: Se solicita " Cucharilla Bruns curva copa redonda N ° 4." ¿Se acepta variante curva con copa ovalada? Ambas cumplen su función de legar y disecar.

**Respuesta: Se acepta, sin ser limitante a los demás participantes.**

Pregunta No. 032 En relación a:

- NO. 81 - HGC
- FICHA TECNICA: EQUIP-5378300772-0001
- CLAVE COMPENDIO: 537.830.0772
- DESCRIPCION: Set de toma de biopsia de mama
- Consecutivo 33: Se solicita "Cucharilla Bruns curva, copa redonda N° 1." ¿Se acepta variante curva con copa ovalada? Ambas cumplen su función de legar y disecar.

**Respuesta: Se acepta, sin ser limitante a los demás participantes.**

Pregunta No. 033 En relación a:

- NO. 81 - HGC
- FICHA TECNICA: EQUIP-5378300772-0001
- CLAVE COMPENDIO: 537.830.0772
- DESCRIPCION: Set de toma de biopsia de mama
- Consecutivo 34: Se solicita "Cucharilla Bruns curva, copa redonda N° 2." ¿Se acepta variante curva con copa ovalada? Ambas cumplen su función de legar y disecar.

**Respuesta: Se acepta, sin ser limitante a los demás participantes.**

Pregunta No. 034 En relación a:

- NO. 81 - HGC
- FICHA TECNICA: EQUIP-5378300772-0001
- CLAVE COMPENDIO: 537.830.0772
- DESCRIPCION: Set de toma de biopsia de mama
- Consecutivo 35: Se solicita "Cinzel. Cinzel Cottle de 6 mm. de ancho de hoja de 180 mm. de longitud." ¿Se acepta medida de 7mm? Ambas cumplen su función de Realizar osteotomía manual.



SERVICIOS DE SALUD  
DE SINALOA

LA-84-W47-925006998-T-14-2023  
ACLARACIONES

## Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Subdirección de Recursos Materiales

### PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-84-W47-925006998-T-14-2023

RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE: "BIENES DEL PROYECTO SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL HOSPITAL GENERAL CULIACÁN 120 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN Y LA ADQUISICIÓN DE BIENES DEL PROYECTO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA, SIN CONTEMPLAR LA UNIDAD DE HEMATO ONCOLOGÍA, EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN."

**Respuesta: Se acepta la opción de 7mm, sin ser limitante a los demás participantes.**

Pregunta No. 035 En relación a:

- NO. 81 - HGC
- FICHA TECNICA: EQUIP-5378300772-0001
- CLAVE COMPENDIO: 537.830.0772
- DESCRIPCION: Set de toma de biopsia de mama
- Consecutivo 37: Se solicita "Cinzel Cottle curvo 4 mm de ancho." ¿Se acepta medida de 6mm? Ambas cumplen su función de Realizar osteotomía manual.

**Respuesta: Se acepta la opción de 6mm, sin ser limitante a los demás participantes.**

Pregunta No. 036 En relación a:

- NO. 83 – HGC y NO. 48 – HPS
- FICHA TECNICA: SETSD-5378301088-0001
- CLAVE COMPENDIO: 537.830.1088
- DESCRIPCION: Set de neuroendoscopía
- Solicitamos se extienda el plazo de entrega de 90 a 120 días, debido al proceso de fabricación, envío e importación, además del nivel de especialización de este renglón. ¿Se acepta para este renglón?

**Respuesta: Respuesta: NO SE ACEPTA, EL PLAZO DE ENTREGA ES 45 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO DEBIDO AL ORIGEN DE LOS RECURSOS**

Pregunta No. 037 En relación a:

- NO. 83 – HGC y NO. 48 – HPS
- FICHA TECNICA: SETSD-5378301088-0001
- CLAVE COMPENDIO: 537.830.1088
- DESCRIPCION: Set de neuroendoscopía
- Solicitamos se acepte la propuesta de un "Equipo de neuroendoscopía flexible", donde se incluyan las partes, accesorios y aditamentos necesarios para procedimientos de lavado quirúrgico, exploración y control de hemorragias e infecciones. Debido a que lo solicitado en la ficha técnica hace referencia solamente a accesorios dispersos en su mayoría sin compatibilidad evidente. ¿Se acepta la presentación del equipo/set que cumpla con los elementos solicitados, adicionando los faltantes para cumplir con un equipo funcional?

## Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Subdirección de Recursos Materiales

### PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-84-W47-925006998-T-14-2023

RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE: "BIENES DEL PROYECTO SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL HOSPITAL GENERAL CULIACÁN 120 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN Y LA ADQUISICIÓN DE BIENES DEL PROYECTO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA, SIN CONTEMPLAR LA UNIDAD DE HEMATO ONCOLOGÍA, EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN."

**Respuesta: Se acepta, derivado de que representa una configuración completa y funcional, SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES**

Pregunta No. 038 En relación a:

- a. NO. 83 – HGC y NO. 48 – HPS
- b. FICHA TECNICA: SETSD-5378301088-0001
- c. CLAVE COMPENDIO: 537.830.1088
- d. DESCRIPCION: Set de neuroendoscopia
- e. Solicitamos se acepte la propuesta de un "Equipo de neuroendoscopia flexible", donde se incluyan las partes, accesorios y aditamentos necesarios para procedimientos de lavado quirúrgico, exploración y control de hemorragias e infecciones. Debido a que lo solicitado en la ficha técnica hace referencia solamente a accesorios dispersos en su mayoría sin compatibilidad evidente. ¿Se acepta la presentación del equipo/set?  
Conformado por:

**1.0.- CANAL DE TRABAJO:**

1.1.- VENTRICULOSCOPIO CON ÓPTICA DE VISIÓN FRONTAL GRAN ANGULAR 6° Y 18cm

1.2.- VAINA QUIRÚRGICA DE 6.8mm DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 14cm DE LONGITUD.

1.3.- OBTURADOR DE PUNTA ELÍPTICA PARA USO CON VAINA QUIRÚRGICA.

**2.0.- PINZA DE BIOPSIA:**

2.1.- PINZA PARA BIOPSIA, ABERTURA UNILATERAL, 2mm y 30cm

**3.0.- PINZA DE AGARRE:**

3.1.- KIT PINZAS DE AGARRE GIRATORIA DOBLE ACCIÓN CON DIENTES, MANGO METÁLICO 2mm y 30cm

**4.0.- TIJERA**

4.1.- KIT DE TIJERAS GIRATORIO MANGO METÁLICO, MANDIBULAS DE ACCIÓN SIMPLE 2mm y 30cm

**5.0.- ELECTRODO:**

5.1.- ELECTRODO DE COAGULACIÓN BIPOLAR 1.7mm x 30 CM

**6.0.- VENTRICULOSCOPIO FLEXIBLE:**

6.1.- NEURO-FIBROSCOPIO 1.5mm CON ANGULO DE VISIÓN 110°

6.2.- VERIFICADOR DE LA HERMETICIDAD CON PERILLA Y MANÓMETRO

6.3.- CEPILLO DE LIMPIEZA DESECABLE, PARA CANAL DE 1.2mm, 220cm

**7.0.-BANDEJA:**

7.1.- CONTENEDOR DE PLÁSTICO PARA ESTERILIZACIÓN Y ALMACENJAE DE INSTRUMENTOS

## Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Subdirección de Recursos Materiales

### PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-84-W47-925006998-T-14-2023

**RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE: "BIENES DEL PROYECTO SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL HOSPITAL GENERAL CULIACÁN 120 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN Y LA ADQUISICIÓN DE BIENES DEL PROYECTO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA, SIN CONTEMPLAR LA UNIDAD DE HEMATO ONCOLOGÍA, EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN."**

**Respuesta: Se acepta, ya que es una configuración óptima, completa y de acuerdo a las especificaciones de funcionamiento**

Pregunta No. 039 En relación a:

- NO. 83 – HGC y NO. 48 – HPS
- FICHA TECNICA: SETSD-5378301088-0001
- CLAVE COMPENDIO: 537.830.1088
- DESCRIPCION: Set de neuroendoscopia
- Consecutivo 18 "Coagulador de aspiración de comando de mano": Solicitamos el poder ofertar coagulador monopolar o bipolar, ya que es la tecnología serían las tecnologías equivalentes. ¿Se acepta la propuesta?

**Respuesta: Se acepta, siendo este el equivalente del set/equipo ofertado.**

Pregunta No. 040 En relación a:

- NO. 83 – HGC y NO. 48 – HPS
- FICHA TECNICA: SETSD-5378301088-0001
- CLAVE COMPENDIO: 537.830.1088
- DESCRIPCION: Set de neuroendoscopia
- Consecutivo 19 "Adaptador de electrodo bipolar 1 a 1.7mm": Debido a que el equipo a ofertar no requiere ni utiliza adaptador para su funcionamiento. ¿Se acepta omitir el punto 19 de la descripción técnica?

**Respuesta: Se acepta, ya que, de no ser requerido por la opción presentada, SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES**

Pregunta No. 041 En relación a:

- NO. 83 – HGC y NO. 48 – HPS
- FICHA TECNICA: SETSD-5378301088-0001
- CLAVE COMPENDIO: 537.830.1088
- DESCRIPCION: Set de neuroendoscopia
- Consecutivo 4 "Telescopio o sistema óptico 2.7 mm de 30°. Debido a que la diferencia en longitud del telescopio no afecta su funcionamiento. ¿Se aceptan variaciones en la longitud y diámetro del +-20%?

**Respuesta: Se acepta, sin ser limitante para los participantes.**

Pregunta No. 042 En relación a:

- NO. 83 – HGC y NO. 48 – HPS
- FICHA TECNICA: SETSD-5378301088-0001
- CLAVE COMPENDIO: 537.830.1088





SERVICIOS DE SALUD  
DE SINALOA

LA-84-W47-925006998-T-14-2023  
ACLARACIONES

## Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Subdirección de Recursos Materiales

### PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-84-W47-925006998-T-14-2023

RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE: "BIENES DEL PROYECTO SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL HOSPITAL GENERAL CULIACÁN 120 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN Y LA ADQUISICIÓN DE BIENES DEL PROYECTO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA, SIN CONTEMPLAR LA UNIDAD DE HEMATO ONCOLOGÍA, EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN."

- d. DESCRIPCION: Set de neuroendoscopia
- e. Consecutivo 7 "Telescopio o sistema óptico 2.7 mm de 70°. Debido a que la diferencia en longitud del telescopio no afecta su funcionamiento. ¿Se aceptan variaciones en la longitud y diámetro del +-20%?  
**Respuesta: Se acepta, sin ser limitante para los participantes.**

Pregunta No. 043 En relación a:

- a. NO. 83 – HGC y NO. 48 – HPS
- b. FICHA TECNICA: SETSD-5378301088-0001
- c. CLAVE COMPENDIO: 537.830.1088
- d. DESCRIPCION: Set de neuroendoscopia
- e. Consecutivo 8 "Telescopio o sistema óptico 2.7 mm de 0°. Debido a que la diferencia en longitud del telescopio no afecta su funcionamiento. ¿Se aceptan variaciones en la longitud y diámetro del +-20%?  
**Respuesta: Se acepta, sin ser limitante para los participantes.**

Pregunta No. 044 En relación a:

- a. NO. 83 – HGC y NO. 48 – HPS
- b. FICHA TECNICA: SETSD-5378301088-0001
- c. CLAVE COMPENDIO: 537.830.1088
- d. DESCRIPCION: Set de neuroendoscopia
- e. Consecutivo 15 "Telescopio o sistema óptico 2.7 mm de 90°. Debido a que la diferencia en longitud del telescopio no afecta su funcionamiento. ¿Se aceptan variaciones en la longitud y diámetro del +-20%?  
**Respuesta: Se acepta, sin ser limitante para los participantes.**

Pregunta No. 045 En relación a:

- a. NO. 83 – HGC y NO. 48 – HPS
- b. FICHA TECNICA: SETSD-5378301088-0001
- c. CLAVE COMPENDIO: 537.830.1088
- d. DESCRIPCION: Set de neuroendoscopia
- e. Debido a que actualmente por temas de actualización de catálogo las dimensiones en diámetro y longitud de tijera no son los ofertados actualmente por los fabricantes y para no limitar la libre participación. ¿Se aceptan variaciones en la longitud y diámetro del +-20% en tijeras?  
**Respuesta: Se acepta, sin ser limitante para los participantes.**

Pregunta No. 046 En relación a:

- a. NO. 83 – HGC y NO. 48 – HPS



SERVICIOS DE SALUD  
DE SINALOA

LA-84-W47-925006998-T-14-2023  
ACLARACIONES

## Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Subdirección de Recursos Materiales

### PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-84-W47-925006998-T-14-2023

**RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE: "BIENES DEL PROYECTO SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL HOSPITAL GENERAL CULIACÁN 120 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN Y LA ADQUISICIÓN DE BIENES DEL PROYECTO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA, SIN CONTEMPLAR LA UNIDAD DE HEMATO ONCOLOGÍA, EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN."**

- b. FICHA TECNICA: SETSD-5378301088-0001
- c. CLAVE COMPENDIO: 537.830.1088
- d. DESCRIPCION: Set de neuroendoscopia
- e. Debido a que actualmente por temas de actualización de catálogo las dimensiones en diámetro y longitud de pinzas para biopsia no son los ofertados actualmente por los fabricantes y para no limitar la libre participación ¿Se aceptan variaciones en la longitud y diámetro del +-20% en pinzas para biopsia?

**Respuesta: Se acepta, sin ser limitante para los participantes.**

Pregunta No. 047 En relación a:

- a. NO. 83 – HGC y NO. 48 – HPS
- b. FICHA TECNICA: SETSD-5378301088-0001
- c. CLAVE COMPENDIO: 537.830.1088
- d. DESCRIPCION: Set de neuroendoscopia
- e. Debido a que actualmente por temas de actualización de catálogo las dimensiones en diámetro y longitud de tijera no son los ofertados actualmente por los fabricantes y para no limitar la libre participación. ¿Se aceptan variaciones en la longitud y diámetro del +-20% en pinzas de agarre?

**Respuesta: Se acepta, sin ser limitante para los participantes.**

Pregunta No. 048 En relación a:

- a. NO. 99 – HGC y NO. 47 – HPS
- b. FICHA TECNICA: POTEN-5337310162-0001
- c. CLAVE COMPENDIO: 533. 731.0162
- d. DESCRIPCION: Potenciómetro digital
- e. Solicitamos se extienda el plazo de entrega de 45 a 60 días, debido al proceso de fabricación, envío e importación, además del nivel de especialización de este renglón. ¿Se acepta para este renglón?

**Respuesta: NO SE ACEPTA, EL PLAZO DE ENTREGA ES 45 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO DEBIDO AL ORIGEN DE LOS RECURSOS**

Pregunta No. 049 En relación a:

- a. NO. 99 – HGC y NO. 47 – HPS
- b. FICHA TECNICA: POTEN-5337310162-0001
- c. CLAVE COMPENDIO: 533. 731.0162
- d. DESCRIPCION: Potenciómetro digital



## Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Subdirección de Recursos Materiales

### PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-84-W47-925006998-T-14-2023

RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE: "BIENES DEL PROYECTO SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL HOSPITAL GENERAL CULIACÁN 120 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN Y LA ADQUISICIÓN DE BIENES DEL PROYECTO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA, SIN CONTEMPLAR LA UNIDAD DE HEMATO ONCOLOGÍA, EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN."

- e. Consecutivo 1.1 "Calibración sencilla con un solo toque de botón". El equipo cuenta con un proceso de calibración hasta de 5 puntos con un toque de botón. ¿Se acepta como equivalente a lo solicitado en la ficha técnica?  
**Respuesta: Se acepta, SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES**

Pregunta No. 050 En relación a:

- NO. 99 – HGC y NO. 47 – HPS
- FICHA TECNICA: POTEN-5337310162-0001
- CLAVE COMPENDIO: 533. 731.0162
- DESCRIPCION: Potenciómetro digital
- Consecutivo 1.2 "Reconocimiento automático del electrodo". El equipo cuenta con el reconocimiento del electrodo y punta de temperatura al encenderse. ¿Se acepta como equivalente a lo solicitado en la ficha técnica?  
**Respuesta: Se acepta, SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES**

Pregunta No. 051 En relación a:

- NO. 99 – HGC y NO. 47 – HPS
- FICHA TECNICA: POTEN-5337310162-0001
- CLAVE COMPENDIO: 533. 731.0162
- DESCRIPCION: Potenciómetro digital
- Consecutivo 1.3 "Reconocimiento automático del buffer". El equipo reconoce cuando un buffer es diferente al que se encuentra seleccionado al momento de realizar la calibración de pH. ¿Se acepta como equivalente a lo solicitado en la ficha técnica?  
**Respuesta: Se acepta, SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, ya que al reconocer un pH diferente evita los errores al momento de realizarse la calibración.**

Pregunta No. 052 En relación a:

- NO. 46 - HPS
- FICHA TECNICA: PLETI-5317000106-0001
- CLAVE COMPENDIO: 531.700.0106
- DESCRIPCION: PLETISMOGRAFO CORPORAL PEDIATRICO-ADULTO
- Consecutivo 1.3 "Helio con principio de medición por conducción térmica rango de medición 0 a 9.5% con precisión de 0.05%.". El equipo cuenta con tecnología Metano Tecnología multigas RTD™ Analizador de Difusión: Tecnología RTD. Tiempo de análisis <1 segundo, Rango CO y CH4: 0-0.35%



## Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Subdirección de Recursos Materiales

SERVICIOS DE SALUD  
DE SINALOA

### PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-84-W47-925006998-T-14-2023

**RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE: "BIENES DEL PROYECTO SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL HOSPITAL GENERAL CULIACÁN 120 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN Y LA ADQUISICIÓN DE BIENES DEL PROYECTO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA, SIN CONTEMPLAR LA UNIDAD DE HEMATO ONCOLOGÍA, EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN."**

con precisión de 0.003%, siendo equivalente y superior a lo solicitado. ¿Se acepta la tecnología planteada?

**Respuesta: Se acepta, SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES**

Pregunta No. 053 En relación a:

- NO. 46 - HPS
- FICHA TECNICA: PLETI-5317000106-0001
- CLAVE COMPENDIO: 531.700.0106
- DESCRIPCION: PLETISMOGRAFO CORPORAL PEDIATRICO-ADULTO
- Consecutivo 1.3.2. "Monóxido de carbono con principio de celda electroquímica rango de medición de 0 a 0.4% con precisión del 0.0003%". El equipo presenta una tecnología equivalente de Monóxido de carbono y Metano, rango de 0 a 0.35% con precisión de 0.003%
- ¿Se acepta el rango de 0 a 0.35 con precisión de 0.003%?

**Respuesta: Se acepta, SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES**

Pregunta No. 054 En relación a:

- NO. 46 - HPS
- FICHA TECNICA: PLETI-5317000106-0001
- CLAVE COMPENDIO: 531.700.0106
- DESCRIPCION: PLETISMOGRAFO CORPORAL PEDIATRICO-ADULTO
- Consecutivo 1.4 "Neumotacógrafo calentado con tecnología de rejilla": El equipo cuenta con tecnología de sensor de flujo. Más moderna y superior al neumotocógrafo solicitado. ¿Se acepta el cambio en la tecnología?

**Respuesta: Se acepta, sin ser limitante para los demás participantes.**

Pregunta No. 055 En relación a:

- NO. 46 - HPS
- FICHA TECNICA: PLETI-5317000106-0001
- CLAVE COMPENDIO: 531.700.0106
- DESCRIPCION: PLETISMOGRAFO CORPORAL PEDIATRICO-ADULTO
- Consecutivo 1.4.2. "Flujo de 0 a  $\pm 20$  litros/segundo con exactitud del 2%" El equipo cuenta con flujo de 0 a  $\pm 20$  litros/segundo con exactitud de  $\pm 3\%$ . ¿Se aceptan los márgenes manejados por la tecnología?

**Respuesta: Se acepta, SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.**

## Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Subdirección de Recursos Materiales

### PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-84-W47-925006998-T-14-2023

**RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE: "BIENES DEL PROYECTO SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL HOSPITAL GENERAL CULIACÁN 120 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN Y LA ADQUISICIÓN DE BIENES DEL PROYECTO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA, SIN CONTEMPLAR LA UNIDAD DE HEMATO ONCOLOGÍA, EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN."**

Pregunta No. 056 En relación a:

- NO. 46 - HPS
- FICHA TECNICA: PLETI-5317000106-0001
- CLAVE COMPENDIO: 531.700.0106
- DESCRIPCION: PLETISMOGRAFO CORPORAL PEDIATRICO-ADULTO
- Consecutivo 1.6. "Cabina de acrílico transparente en sus cuatro paredes que permita visualizar al paciente durante el estudio con: dimensiones de 90 x 90 cm mínimo." El equipo cuenta con Cabina de acrílico transparente en forma de cilindro que permita visualizar al paciente durante el estudio, puerta rotativa, con: dimensiones de 176.5 cm de altura, diámetro de 94 cm. ¿Se acepta el cambio en dimensiones y prestaciones de cabina?

**Respuesta: Se acepta, SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES**

Pregunta No. 057 En relación a:

- NO. 46 - HPS
- FICHA TECNICA: PLETI-5317000106-0001
- CLAVE COMPENDIO: 531.700.0106
- DESCRIPCION: PLETISMOGRAFO CORPORAL PEDIATRICO-ADULTO
- Consecutivo 1.7. "Silla para paciente desmontable y con altura ajustable" El equipo cuenta con asiento para paciente fijo y metálico, con capacidad para soportar pacientes bariátricos. ¿Se acepta el cambio en las especificaciones del asiento?

**Respuesta: Se acepta, SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES**

Pregunta No. 058 En relación a:

- NO. 46 - HPS
- FICHA TECNICA: PLETI-5317000106-0001
- CLAVE COMPENDIO: 531.700.0106
- DESCRIPCION: PLETISMOGRAFO CORPORAL PEDIATRICO-ADULTO
- Consecutivo 1.9. "Capacidad de volumen de la cabina de 830 litros o mayor" El equipo cuenta con un volumen de cabina de 716 litros, no es limitante del funcionamiento de este. ¿Se acepta volumen de cabina menor?

**Respuesta: Se acepta, SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES**

Pregunta No. 059 En relación a:

- NO. 46 - HPS



## Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Subdirección de Recursos Materiales

### PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-84-W47-925006998-T-14-2023

RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE: "BIENES DEL PROYECTO SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL HOSPITAL GENERAL CULIACÁN 120 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN Y LA ADQUISICIÓN DE BIENES DEL PROYECTO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA, SIN CONTEMPLAR LA UNIDAD DE HEMATO ONCOLOGÍA, EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN."

- b. FICHA TECNICA: PLETI-5317000106-0001
- c. CLAVE COMPENDIO: 531.700.0106
- d. DESCRIPCION: PLETISMOGRAFO CORPORAL PEDIATRICO-ADULTO
- e. Consecutivo 1.7. "Silla para paciente desmontable y con altura ajustable" El equipo cuenta con asiento para paciente fijo y metálico, con capacidad para soportar pacientes bariátricos. ¿Se acepta el cambio en las especificaciones del asiento?

**Respuesta: Se acepta, e SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES**

Pregunta No. 060 En relación a:

- a. NO. 46 - HPS
- b. FICHA TECNICA: PLETI-5317000106-0001
- c. CLAVE COMPENDIO: 531.700.0106
- d. DESCRIPCION: PLETISMOGRAFO CORPORAL PEDIATRICO-ADULTO
- e. Consecutivo 1.10. "Acceso con rampa para introducir una silla de ruedas dentro de la cabina pletismográfica" Los pacientes en silla de ruedas, pueden ingresar a la cabina y sentarse con mínimo esfuerzo y sin escalones ¿Se acepta que no se requiera rampa para entrada y acomodo?

**Respuesta: Se acepta, sin ser limitante para los demás participantes.**

Pregunta No. 061 En relación a:

- a. NO. 46 - HPS
- b. FICHA TECNICA: PLETI-5317000106-0001
- c. CLAVE COMPENDIO: 531.700.0106
- d. DESCRIPCION: PLETISMOGRAFO CORPORAL PEDIATRICO-ADULTO
- e. Consecutivo 1.15. Sistema basado en computadora personal. El equipo solicitado en la ficha técnica incluye requisitos técnicos desactualizados y ya no disponibles en el mercado. ¿Se acepta un equipo de cómputo con hardware actual, incluyendo especificaciones equivalentes y superiores?

**Respuesta: Se acepta, SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES**

Pregunta No. 062 En relación a:

- a. NO. 46 - HPS
- b. FICHA TECNICA: PLETI-5317000106-0001
- c. CLAVE COMPENDIO: 531.700.0106
- d. DESCRIPCION: PLETISMOGRAFO CORPORAL PEDIATRICO-ADULTO



## Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Subdirección de Recursos Materiales

### PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-84-W47-925006998-T-14-2023

RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE: "BIENES DEL PROYECTO SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL HOSPITAL GENERAL CULIACÁN 120 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN Y LA ADQUISICIÓN DE BIENES DEL PROYECTO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA, SIN CONTEMPLAR LA UNIDAD DE HEMATO ONCOLOGÍA, EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN."

- e. Consecutivo 1.15.12 "Cuenta con doble pantalla a color de alta resolución de 19 pulgadas", el equipo cuenta con una (1) pantalla de 22 pulgadas, suficiente para el despliegue del estudio. ¿Se acepta la opción de 1 pantalla?
- f. **Respuesta: Se acepta, SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES**

Pregunta No. 063 En relación a:

- a. NO. 46 - HPS
- b. FICHA TECNICA: PLETI-5317000106-0001
- c. CLAVE COMPENDIO: 531.700.0106
- d. DESCRIPCION: PLETISMOGRAFO CORPORAL PEDIATRICO-ADULTO
- e. Consecutivo 1.15.14 "Mesa de trabajo con ajuste de la posición del teclado y de todos sus componentes de la misma marca que el equipo". El equipo cuenta con mesa de trabajo estática, estándar. Suficiente para la colocación de los elementos del equipo de cómputo. ¿Se acepta la opción de mesa estática?

**Respuesta: Se acepta, SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES**

Pregunta No. 064 En relación a:

- a. NO. 46 - HPS
- b. FICHA TECNICA: PLETI-5317000106-0001
- c. CLAVE COMPENDIO: 531.700.0106
- d. DESCRIPCION: PLETISMOGRAFO CORPORAL PEDIATRICO-ADULTO
- e. Consecutivo 1.21.5 "Capacidad de difusión concentración inspirada y espirada de helio". Cuenta con capacidad de metano inhalado y exhalado, siendo equivalente a lo solicitado. ¿Se acepta la tecnología ofertada?

**Respuesta: Se acepta, SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES**

Pregunta No. 065 En relación a:

- a. NO. 46 - HPS
- b. FICHA TECNICA: PLETI-5317000106-0001
- c. CLAVE COMPENDIO: 531.700.0106
- d. DESCRIPCION: PLETISMOGRAFO CORPORAL PEDIATRICO-ADULTO
- e. Consecutivo 1.22 "Medición de la distensibilidad dinámica y estática mediante balón esofágico". Equipo no cuenta con la medición esofágica, sin embargo, al no ser un procedimiento estándar se solicita se acepte la opción del equipo. ¿Se acepta no incluir la medición mediante balón esofágico?



## Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Subdirección de Recursos Materiales

### PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-84-W47-925006998-T-14-2023

RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE: "BIENES DEL PROYECTO SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL  
HOSPITAL GENERAL CULIACÁN 120 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN Y LA ADQUISICIÓN  
DE BIENES DEL PROYECTO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA, SIN CONTEMPLAR LA  
UNIDAD DE HEMATO ONCOLOGÍA, EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN."

**Respuesta: Se acepta, siempre y cuando no sea limitante para el funcionamiento normal del equipo.**

Pregunta No. 066 En relación a:

- a. NO. 46 - HPS
- b. FICHA TECNICA: PLETI-5317000106-0001
- c. CLAVE COMPENDIO: 531.700.0106
- d. DESCRIPCION: PLETISMOGRAFO CORPORAL PEDIATRICO-ADULTO
- e. Consecutivo 1.23 "Prueba para medición de rinomanometría;", el equipo cuenta con una (1) pantalla de 22 pulgadas, suficiente para el despliegue del estudio. Equipo no cuenta con la medición de rinomanometría, sin embargo, al no ser un procedimiento estándar se solicita se acepte la opción del equipo. ¿Se acepta no incluir la medición de rinomanometría?

**Respuesta: Se acepta, siempre y cuando no sea limitante para el funcionamiento normal del equipo.**

Pregunta No. 067 En relación a:

- a. NO. 46 - HPS
- b. FICHA TECNICA: PLETI-5317000106-0001
- c. CLAVE COMPENDIO: 531.700.0106
- d. DESCRIPCION: PLETISMOGRAFO CORPORAL PEDIATRICO-ADULTO
- e. Consecutivo 1.24 "Puebas de bronco-provocación debe incluir nebulizador automático controlado por flujo para suministro de dosis exacta de aerosol con capacidad de realizar diferentes etapas de reto bronquial asegurando de forma automática Equipo no cuenta con reto bronquial, sin embargo, al no ser un procedimiento estándar se solicita se acepte la opción del equipo. ¿Se acepta no incluir el reto bronquial?

**Respuesta: Se acepta, siempre y cuando no sea limitante para el funcionamiento normal del equipo.**

Pregunta No. 068 En relación a:

- a. NO. 46 - HPS
- b. FICHA TECNICA: PLETI-5317000106-0001
- c. CLAVE COMPENDIO: 531.700.0106
- d. DESCRIPCION: PLETISMOGRAFO CORPORAL PEDIATRICO-ADULTO
- e. Consecutivo 1.25 "Estación de trabajo que permita realizar de forma simultánea pruebas de ergo-espirometría con capacidad de programación de pruebas adquisición almacenamiento y análisis de eventos fisiológicos como respuesta al esfuerzo con sistema de interpretación automática y





## Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Subdirección de Recursos Materiales

### PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-84-W47-925006998-T-14-2023

RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE: "BIENES DEL PROYECTO SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL HOSPITAL GENERAL CULIACÁN 120 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN Y LA ADQUISICIÓN DE BIENES DEL PROYECTO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA, SIN CONTEMPLAR LA UNIDAD DE HEMATO ONCOLOGÍA, EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN."

capacidad de cambiar los diferentes criterios de interpretación". Equipo no cuenta con la capacidad, sin embargo, al no ser un procedimiento estándar se solicita se acepte la opción del equipo. ¿Se acepta no incluir el no incluir la prueba? No se afecta en el funcionamiento general del equipo.

**Respuesta: Se acepta, siempre y cuando no sea limitante para el funcionamiento normal del equipo.**

#### 3) Solicitudes de aclaración efectuadas por:

**Nombre de la empresa: PRAHMEDIC, S.A. DE C.V.**

#### A) Preguntas administrativas:

1.- **Del apartado IX.2.- Plazo de Entrega** El contrato inicia a partir de la notificación de la adjudicación y hasta 45 días naturales para su entrega. De la manera más atenta se le solicita a la convocante nos permita entregar en un plazo de 90 días naturales.

**Respuesta: NO SE ACEPTA, EL PLAZO DE ENTREGA ES 45 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO DEBIDO AL ORIGEN DE LOS RECURSOS**

#### 4) Solicitudes de aclaración efectuadas por:

**Nombre de la empresa: CONSERMED LIFE SA DE CV**

#### Preguntas Técnica:

PREGUNTA NO. 1

REGLON 41 DEL HOSPITAL GENERAL DE CULIACÁN, FICHA TECNICA DERMA-5312830150-0001, CLAVE 531.283.0150. PUNTO 1.5 INTERRUPTOR DE PIE. SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACEPTAR OFERTAR ACCIONAMIENTO DEL EQUIPO POR MEDIO DE BOTÓN MANUAL. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DERMATOMO CON FUNCIÓN A BASE DE INTERRUPTOR MANUAL. ¿SE ACEPTA?

**SE ACEPTA SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES**



SERVICIOS DE SALUD  
DE SINALOA

LA-84-W47-925006998-T-14-2023  
ACLARACIONES

## Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Subdirección de Recursos Materiales

### PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-84-W47-925006998-T-14-2023

**RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE: "BIENES DEL PROYECTO SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL HOSPITAL GENERAL CULIACÁN 120 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN Y LA ADQUISICIÓN DE BIENES DEL PROYECTO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA, SIN CONTEMPLAR LA UNIDAD DE HEMATO ONCOLOGÍA, EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN."**

#### PREGUNTA NO. 2

REGLON 41 DEL HOSPITAL GENERAL DE CULIACÁN, FICHA TECNICA DERMA-5312830150-0001, CLAVE 531.283.0150. PUNTO 3 CONSUMIBLES; DERIVADO A LA SOLICITUD Y A LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO SOLICITAMOS AGREGAR: CONTENEDOR Y CESTA, ASÍ COMO EL CUIDADO DEL EQUIPO, SE DEBERÁ INCLUIR CONSUMIBLES: LUBRICANTE EN SPRAY PARA MOTORES PERMEABLE AL VAPOR 300 ML DE LA MISMA MARCA QUE EL EQUIPO OFERTADO (3 PIEZAS), FILTRO, PRECINTO Y CANDADOS PARA CONTENEDOR (1 BTO), (1 BTO) (1 BTO), DISPOSITIVO DE REMOCIÓN DE BATERÍA . HOJA PARA DERMATOMO UN SOLO USO, CAJA CON 10 PIEZAS (3 CAJAS) CABLE DE CORRIENTE DE 2,5 M DE LONGITUD PARA CONEXIÓN A CARGADOR DE BATERIAS, CARGADOR DE BATERIAS CON 4 SLOTS QUE PERMITEN REALIZAR LA CARGA DE 4 ACUMULADORES DE FORMA SIMULTANEA.

**¿SE ACEPTA? SE ACEPTA SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES**

#### PREGUNTA NO. 3

REGLON 4, HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA, FICHA TÉCNICA DERMA-5312830028-0001. CLAVE 531.283.0028 PUNTO 1.2 PARA APLICAR INJERTO CON PIEZA DE MANO, SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR EQUIPO PARA USO EN DERMATOLOGÍA/TRAUMATOLOGÍA PARA LA EXTRACCIÓN DE INJERTOS CUTÁNEOS, FUNCIÓN POR MEDIO DE ACUMULADOR, EQUIPO CON SEGURO CONTRA ACCIONAMIENTO INVOLUNTARIO, POTENCIA MÁXIMA DE 250 W, CON FRECUENCIA DE OSCILACIÓN 0 1/MIN HASTA APROX.6 500 1/MIN. CAT. GA670, ¿SE ACEPTA? SE ACEPTA SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

#### PREGUNTA NO. 4

REGLON 4, HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA, FICHA TÉCNICA DERMA-5312830028-0001. CLAVE 531.283.0028 PUNTO 3 CONSUMIBLES; DERIVADO A LA SOLICITUD Y A LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO SOLICITAMOS AGREGAR: CONTENEDOR Y CESTA, ASÍ COMO EL CUIDADO DEL EQUIPO, SE DEBERÁ INCLUIR CONSUMIBLES: LUBRICANTE EN SPRAY PARA MOTORES PERMEABLE AL VAPOR 300 ML DE LA MISMA MARCA QUE EL EQUIPO OFERTADO (3 PIEZAS), FILTRO, PRECINTO Y CANDADOS PARA CONTENEDOR (1 BTO), (1 BTO) (1 BTO), DISPOSITIVO DE REMOCIÓN DE BATERÍA . HOJA PARA DERMATOMO UN SOLO USO, CAJA CON 10 PIEZAS (3 CAJAS) CABLE DE CORRIENTE DE 2,5 M DE LONGITUD PARA CONEXIÓN A CARGADOR DE BATERIAS, CARGADOR DE BATERIAS CON 4 SLOTS QUE PERMITEN REALIZAR LA CARGA DE 4 ACUMULADORES DE FORMA SIMULTANEA ¿SE ACEPTA?



## Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Subdirección de Recursos Materiales

### PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-84-W47-925006998-T-14-2023

RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE: "BIENES DEL PROYECTO SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL HOSPITAL GENERAL CULIACÁN 120 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN Y LA ADQUISICIÓN DE BIENES DEL PROYECTO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA, SIN CONTEMPLAR LA UNIDAD DE HEMATO ONCOLOGÍA, EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN."

#### SE ACEPTA SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

##### PREGUNTA NO. 5

REGLON 4, HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA, FICHA TÉCNICA DERMA-5312830028-0001. CLAVE 531.283.0028 PUNTO 2.1. LLAVE DE AJUSTE, SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR, 2. 1 LA TECNOLOGÍA NO REQUIERE DE HERRAMIENTOS PARA COLOCACIÓN O RETIRO DE HOJAS, ¿SE ACEPTA?

#### SE ACEPTA SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

##### PREGUNTA NO. 6

REGLON 4, HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA, FICHA TÉCNICA DERMA-5312830028-0001. CLAVE 531.283.0028. PUNTO 2.2. HOJAS INTERCAMBIABLES. SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR, 2. 1 LA TECNOLOGÍA NO REQUIERE DE HERRAMIENTOS PARA COLOCACIÓN O RETIRO DE HOJAS, ¿SE ACEPTA?

#### SE ACEPTA SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

##### PREGUNTA NO. 7

REGLON 5 DEL HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA, FICHA TECNICA DERMA-5312830150-0001, CLAVE 531.283.0150. PUNTO 1.5 INTERRUPTOR DE PIE. SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACEPTE OFERTAR ACCIONAMIENTO DEL EQUIPO POR MEDIO DE BOTÓN MANUAL. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DERMATOMO CON FUNCIÓN A BASE DE INTERRUPTOR MANUAL. ¿SE ACEPTA?

#### SE ACEPTA SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

##### PREGUNTA NO. 8

REGLON 8 DEL HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA, FICHA TECNICA DERMA-5312830150-0001, CLAVE 531.283.0150. PUNTO 3 CONSUMIBLES; DERIVADO A LA SOLICITUD Y A LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO SOLICITAMOS AGREGAR: CONTENEDOR Y CESTA, ASÍ COMO EL CUIDADO DEL EQUIPO, SE DEBERÁ INCLUIR CONSUMIBLES: LUBRICANTE EN SPRAY PARA MOTORES PERMEABLE AL VAPOR 300 ML DE LA MISMA MARCA QUE EL EQUIPO OFERTADO (3 PIEZAS), FILTRO, PRECINTO Y CANDADOS PARA CONTENEDOR (1 BTO), (1 BTO) (1 BTO), DISPOSITIVO DE REMOCIÓN DE BATERÍA . HOJA PARA DERMATOMO UN SOLO USO, CAJA CON 10 PIEZAS (3 CAJAS) CABLE DE CORRIENTE DE 2,5 M DE LONGITUD PARA CONEXIÓN A CARGADOR DE BATERIAS , CARGADOR DE



SERVICIOS DE SALUD  
DE SINALOA

LA-84-W47-925006998-T-14-2023  
ACLARACIONES

## Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE  
TRATADOS No. LA-84-W47-925006998-T-14-2023

RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE: "BIENES DEL PROYECTO SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL  
HOSPITAL GENERAL CULIACÁN 120 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN Y LA ADQUISICIÓN  
DE BIENES DEL PROYECTO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA, SIN CONTEMPLAR LA  
UNIDAD DE HEMATO ONCOLOGÍA, EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN."

BATERIAS CON 4 SLOTS QUE PERMITEN REALIZAR LA CARGA DE 4  
ACUMULADORES DE FORMA SIMULTANEA. ¿SE ACEPTA?  
**SE ACEPTA SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES**

PREGUNTA NO. 9

REGLON 6 DEL HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA, FICHA TECNICA DOPPL-  
5319240056-0001, CLAVE 531.924.0056 DOPPLER PARA MEDIR FLUJO

**SOLICITAN:** EQUIPO PARA MONITOREO DE PERFUSIÓN SANGUÍNEA EN TIEMPO REAL, CON  
CÁLCULOS SIMULTÁNEOS DE VELOCIDAD, VOLUMEN Y FLUJO SANGUÍNEO. **PRINCIPIO DE  
OPERACIÓN LÁSER -**

**PREGUNTA:** SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS INDIQUE SI SE  
ACEPTA LA OFERTA DE UN EQUIPO QUE EL **PRINCIPIO DE OPERACIÓN SEA POR  
ULTRASONIDO**, CON FINES DIAGNÓSTICOS, APLICABLE EN PACIENTES ADULTOS  
Y PEDIÁTRICOS QUE INCLUYAN ECOGRAFÍAS PARA ADULTOS, ECOGRAFÍAS  
PEDIÁTRICAS Y DE ABDOMEN PEDIÁTRICO.

¿SE ACEPTA?

**SE ACEPTA SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES**

PREGUNTA NO. 10

FICHA TÉCNICA DOPPL-5319240056-0001CLAVE 531.924.0056 DOPPLER PARA  
MEDIR FLUJO

**PREGUNTA:** EN CASO DE QUE LA RESPUESTA ANTERIOR SEA AFIRMATIVA  
SOLICITAMOS NOS PERMITA AJUSTAR LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA DE  
ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE UN ULTRASONIDO COMO EL  
QUE SE PROPONE OFERTAR, ES DECIR QUE LOS PUNTOS 1.1 AL 1.14 QUEDEN DE  
LA SIGUIENTE MANERA.

1. CONTROL DE GANANCIA Y AJUSTE DE LA CURVA TGC AUTOMÁTICA  
Y/O POR MEDIO DE DOS CONTROLES INDEPENDIENTES
2. CON TECNOLOGÍA ASIC PROPIEDAD DEL CLIENTE
3. CON PROCESADOR NEURONAL QUALCOMM SNAPDRAGON 835 PARA  
CÁLCULO DE ALGORITMOS
4. CONECTIVIDAD VIA WIFI 802.11AC
5. SEGURIDAD WIFI WPA, WPA2, WPA2-PSK
6. CONECTIVIDAD DICOM
7. ACTUALIZACIONES VIA WIFI
7. MODOS DE OPERACIÓN
- 7.1.- BIDIMENSIONAL CON MODO M SIMULTÁNEO.



SERVICIOS DE SALUD  
DE SINALOA

LA-84-W47-925006998-T-14-2023  
ACLARACIONES

## Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Subdirección de Recursos Materiales

### PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-84-W47-925006998-T-14-2023

RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE: "BIENES DEL PROYECTO SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL HOSPITAL GENERAL CULIACÁN 120 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN Y LA ADQUISICIÓN DE BIENES DEL PROYECTO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA, SIN CONTEMPLAR LA UNIDAD DE HEMATO ONCOLOGÍA, EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN."

- 7.2. DOPPLER PULSADO.
- 7.3. DOPPLER CONTINUO
- 7.3. DOPPLER COLOR
- 7.4. DOPPLER TISULAR
- 8. SOFTWARE DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA :
  - 8.1 LA MEDICIÓN AUTOMÁTICA DE FRACCIÓN DE EYECCIÓN
  - 8.2 IDENTIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS CARDIACAS COMO AUTOETIQUETADO DE CAVIDADES, AUTOCLASIFICACIÓN Y AUTO GUÍA DE RASTREO.
- 9.- PROGRAMA COMPLETO DE MEDICIONES, REPORTES Y CÁLCULOS: CARDIACOS, ABDOMINALES Y PULMÓN
  - 9.1.- DISTANCIAS.
  - 9.2.- ÁREA.
  - 9.3.- VOLUMEN.
  - 9.4.- VELOCIDADES
- 10.- TRANSDUCTOR DE ARREGLO EN FASE DE 2MHZ O MENOR A 5 MHZ O MAYOR PARA APLICACIONES EN CARDIOLOGIAM PULMÓN Y ABDOMEN.
  - 10.1.- CON GRADO DE PROTECCIÓN IPX7 Y QUE SOPORTE CAIDAS DE HASTA UN METRO
  - 11.- PANTALLA TÁCTIL DE 8 PULGADAS O MAYOR
    - 11.1.- RESOLUCIÓN DE 1920 X 1200 PIXELS O MAYOR.
    - 11.2.- CON GRADO DE PROTECCIÓN IP22

**SE ACEPTA SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES**

PREGUNTA NO. 11

**AGITA-5330200428-0001 AGITADOR ELECTRICO ROTATORIO PARA HGS Y HPS**

PREGUNTA: SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS

- 1.1. Velocidad de 5 a 80 RPM.
- 1.2. Con temporizador digital de 1 s y 99 hrs 59 minutos.
- 1.3. Sistema con plataformas que se pueden retirar fácilmente, lo cual permite la limpieza sencilla y rápida del aparato.
- 1.4. Uso versátil gracias a la gran variedad de plataformas.
- 1.5. Manejo sencillo mediante teclado de membrana.



SERVICIOS DE SALUD  
DE SINALOA

LA-84-W47-925006998-T-14-2023  
ACLARACIONES

## Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Subdirección de Recursos Materiales

### PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-84-W47-925006998-T-14-2023

RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE: "BIENES DEL PROYECTO SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL HOSPITAL GENERAL CULIACÁN 120 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN Y LA ADQUISICIÓN DE BIENES DEL PROYECTO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA, SIN CONTEMPLAR LA UNIDAD DE HEMATO ONCOLOGÍA, EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN."

- 1.6. Ángulo de inclinación de la plataforma giratoria de 0 a 90°.
- 1.7. Apto para el funcionamiento continuo.

**SE ACEPTA SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES**

PREGUNTA NO. 12

**CAMPA-5331590017-0001 CAMPANA DE FLUJO LAMINAR PARA HGS**

PREGUNTA: SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS

- 1.1. Campana de Flujo Laminar Vertical con ventana frontal deslizante y alarma que indica el nivel de apertura de la ventana.
  - 1.1.1. Flujo de aire vertical y recirculación de aire filtrado.
  - 1.1.2. Estructura en acero laminado en frío con recubrimiento anti bacteriano, mesa de trabajo en acero inoxidable 304.
- 1.2. Filtros absolutos de eficiencia del 99.99% (HEPA) y retención de partículas de 0.3 micras.
- 1.3. Prefiltro de fibra de poliéster, lavable para protección del filtro absoluto.
- 1.4. Medidas aproximadas de 130 x 204 x 75 cm [ancho, altura (incluyendo la base) y fondo].
- 1.8. Indicador de Velocidad de flujo de aire, temporizador UV, tiempo de trabajo UV, tiempo de trabajo del sistema y tiempo real.
- 1.9. Velocidad de flujo promedio de 0.3 a 0.5 m/s

**SE ACEPTA SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES**

PREGUNTA NO. 13

**CAMPA-5331590017-0002 CAMPANA DE FLUJO LAMINAR PARA HGS**

PREGUNTA: SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS

- 1.1. Campana de Flujo Laminar Vertical con ventana frontal deslizante y alarma que indica el nivel de apertura de la ventana.
  - 1.1.1. Flujo de aire vertical y recirculación de aire filtrado.
  - 1.1.2. Estructura en acero laminado en frío con recubrimiento anti bacteriano, mesa de trabajo en acero inoxidable 304.
- 1.2. Filtros absolutos de eficiencia del 99.99% (HEPA) y retención de partículas de 0.3 micras.



SERVICIOS DE SALUD  
DE SINALOA

LA-84-W47-925006998-T-14-2023  
ACLARACIONES

## Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Subdirección de Recursos Materiales

### PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-84-W47-925006998-T-14-2023

**RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE: "BIENES DEL PROYECTO SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL HOSPITAL GENERAL CULIACÁN 120 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN Y LA ADQUISICIÓN DE BIENES DEL PROYECTO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA, SIN CONTEMPLAR LA UNIDAD DE HEMATO ONCOLOGÍA, EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN."**

- 1.3. Prefiltro de fibra de poliéster, lavable para protección del filtro absoluto
- 1.8. Velocidad de flujo promedio de 0.3 a 0.5 m/s
- 1.10. Dos contactos dobles dentro del área de trabajo con capacidad de al menos 500 W
- 1.11. Ventana frontal motorizada.
- 1.12. Apertura máxima de 43.0 cm.

**SE ACEPTA SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES**

PREGUNTA NO. 14

**CAMPA-5331590017-0003 CAMPANA DE FLUJO LAMINAR PARA HGS**

PREGUNTA: SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR Gabinete de seguridad biológica Clase III, con ventana frontal sellada herméticamente.

**SE ACEPTA SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES**

PREGUNTA NO. 15

**BALAN-5331070481-0001 BALANZA GRANATARIA PARA HGS Y HPS**

PREGUNTA: SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS

- 1.1.- Balanza granataria
- 1.2.- Balanza con un platillo de acero inoxidable.
- 1.3.- Capacidad de 610 a 2610 g con pesas.
- 1.4.- Sensibilidad hasta 0,1 g.
- 1.5.- Escala de 0 a 10 g dividida en 0.1 g y otra escala de 100 a 500 g dividida en 100 g.

**SE ACEPTA SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES**

PREGUNTA NO. 16

**PARRI-5336810014-0001 PARRILLA PARA USO RUTINARIO PARA HGS Y HPS**

PREGUNTA: SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS

- 1.1. Con control de temperatura en pasos de 10°C arriba del ambiente hasta 500°C
- 1.2. Control digital de temperatura.
- 1.3. Foco indicador de encendido o calentamiento.
- 1.4. Gabinete de metálico.
- 1.5. Placa aislante en contacto con los recipientes.

## Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Subdirección de Recursos Materiales

### PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-84-W47-925006998-T-14-2023

RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE: "BIENES DEL PROYECTO SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL HOSPITAL GENERAL CULIACÁN 120 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN Y LA ADQUISICIÓN DE BIENES DEL PROYECTO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA, SIN CONTEMPLAR LA UNIDAD DE HEMATO ONCOLOGÍA, EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN."

- 1.6. Superficie de calentamiento rectangular de 17.8 x 17.8 cm
- 1.7. Con método de agitación magnética.
  - 1.7.1. Con velocidad de agitación regulable de 60 a 1500 RPM.
2. Accesorios
  - 2.1.- Barra de agitador magnética de 2.5 cm (2 unidades).

**SE ACEPTA SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES**

De conformidad con el Artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la convocatoria a la licitación.

En razón de dar cumplimiento a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del Artículo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en este Acto se da a conocer el calendario de los eventos subsecuentes de esta licitación, que a continuación se detalla:

EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones	24 de octubre de 2023	10:00 hrs.	Sala de juntas de los Servicios de Salud de Sinaloa, ubicada en calle Cerro Montebello no. 150 oriente, colonia Montebello, Culiacán, Sinaloa

Para efectos de notificación, se hace constar que en este Acto se les entrega una copia de la presente Acta a los presentes, en términos del Artículo 37 Bis de la Ley, se difundirá un ejemplar de la misma en la dirección electrónica: <https://compranet.hacienda.gob.mx>, para efectos de su notificación.

Asimismo, se informa que a partir de esta fecha se fijará en el pizarrón de informes que se ha colocado en la Subdirección de Recursos Materiales, un ejemplar de la presente Acta por un término no menor de cinco días hábiles.

No existiendo más aclaraciones por parte de los licitantes y no habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la primera y última junta, siendo las **12:50 horas**, del día 17 de octubre de 2023.

Esta Acta consta de 34 (treinta y cuatro) hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.





SERVICIOS DE SALUD  
DE SINALOA

LA-84-W47-925006998-T-14-2023  
ACLARACIONES



## Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Subdirección de Recursos Materiales

### PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-84-W47-925006998-T-14-2023

RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE: "BIENES DEL PROYECTO SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL  
HOSPITAL GENERAL CULIACÁN 120 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN Y LA ADQUISICIÓN  
DE BIENES DEL PROYECTO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA, SIN CONTEMPLAR LA  
UNIDAD DE HEMATO ONCOLOGÍA, EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN."

#### POR LOS LICITANTES

Nombre	Nombre, razón o denominación social	Firma
C. Pablo Ernesto Corona Avilés.	Representante de NortechMedical, S.A. de C.V.	
C. Alejandro Montaña Rivera.	Representante de Consermed Life, S.A. de C.V.	

#### POR LA DEPENDENCIA

Nombre	Representante	Firma
C. Eduardo Aguirre Medina	Director Administrativo	
C. Karla Gámez Gutiérrez	Subdirectora de Recursos Materiales	
C. Anadyd Dagued Ley León	Representante de la Dirección Jurídica y de Normatividad.	
C. Fidel Niebla López	Representante de la Dirección de Atención Médica	
C. Karla Osiris Soto Espinoza.	Jefe del Departamento de Recuperación de Equipo Médico.	



# Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Subdirección de Recursos Materiales

## PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-84-W47-925006998-T-14-2023

RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE: "BIENES DEL PROYECTO SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL HOSPITAL GENERAL CULIACÁN 120 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN Y LA ADQUISICIÓN DE BIENES DEL PROYECTO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA, SIN CONTEMPLAR LA UNIDAD DE HEMATO ONCOLOGÍA, EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN."

C. María José Corrales Osuna.

Representante del Órgano  
Interno de Control y  
Evaluación.

### POR LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

C. Guillermo Armenta Beltrán

Representante de la Secretaría  
de Transparencia y Rendición de  
Cuentas

----- FIN DEL ACTA -----