

## Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Subdirección de Recursos Materiales

### PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. SSS-LPIP-006-2022

Relativa a la "Contratación del Servicio para la Adquisición de Insumos para el Área de Hemodinamia en el Hospital General de Culiacán y el Hospital Pediátrico de Sinaloa"

#### ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 10:00 horas, del día 22 de febrero de 2022, en la sala de juntas de los Servicios de Salud de Sinaloa, ubicada en calle Cerro Montebello No. 150 oriente, colonia Montebello, se reunieron los Servidores Públicos, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones para la "Contratación del Servicio para la Adquisición de Insumos para el Área de Hemodinamia en el Hospital General de Culiacán y el Hospital Pediátrico de Sinaloa" solicitada por la Dirección de Atención médica; a la convocatoria de la Licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 40 y 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa en adelante la Ley, así como el numeral 2 de la convocatoria a la licitación.

Este Acto fue presidido por la C. Karla Gámez Gutiérrez, Subdirectora de Recursos Materiales de los Servicios de Salud de Sinaloa y asistida por los C. Gerardo Aldama Aranzubia, Subdirector de Abastos y Equipamiento y C. José Antonio Zepeda Buelna Representante de la Dirección de Atención Médica, conforme a las facultades que le confiere los artículos 17 y 18 del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa, quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el Artículo 41 de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta junta de aclaraciones, de forma presencial, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido a más tardar a las 10:00 horas, del día 21 de febrero de 2022. Caso contrario, se les permitirá su asistencia como observadores sin poder formular preguntas.

La convocante informa que se agregan 5 renglones en los Anexos I Técnico y Anexo II Económico, se entrega en este acto como **Anexo I Técnico Junta de Aclaraciones y Anexo II Económico Junta de Aclaraciones actualizados**, modificado el Lote único de 42 a 47 renglones.

A continuación, se dio inicio al evento señalando que se recibió en tiempo y forma, de conformidad al Artículo 41 de la Ley, la solicitud de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, de las siguientes empresas:

No	Nombre, razón o denominación social	Forma de presentación	No. de preguntas
1.-	SOLUCIONES INTEGRALES CARDIOLÓGICAS, S.A. DE C.V.	Electrónica	26
2.-	AMPHARMA, S.A. DE C.V.	Electrónica	16

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the letters 'K u' and 'M u']*



## Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Subdirección de Recursos Materiales

### PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. SSS-LPIP-006-2022

Relativa a la "Contratación del Servicio para la Adquisición de Insumos para el Área de Hemodinamia en el Hospital General de Culiacán y el Hospital Pediátrico de Sinaloa"

Acto seguido, se procedió a la lectura de las aclaraciones de los proveedores licitantes, presentado en tiempo y forma, como se indica a continuación:

Solicitudes de aclaración efectuadas por:

Nombre de la empresa: SOLUCIONES INTEGRALES CARDIOLÓGICAS, S.A. DE C.V.

A) Preguntas administrativas:


1. LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE SOLICITAR EL CERTIFICADO ISO 9001-2015 DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES AMPARANDO EL MOTIVO DE LA CONTRATACIÓN DE ESTE SERVICIO INTEGRAL EN HEMODINAMIA, ESTO PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL SERVICIO CONFORME A LA NOM 2000-001-001 NORMA QUE ESTABLE LAS DISPOSICIONES GENERALES PARA LA PLANEACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL DE SERVICIOS MÉDICOS INTEGRALES, VIGENTE, CON FECHA DEL 26 DE JULIO DEL 2010. ¿SE ACEPTA?

Respuesta: NO SE ACEPTA, TODA VEZ QUE EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA NORMA 2000-001-001 NORMA QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES GENERALES PARA LA PLANEACIÓN, IMPLANTACIÓN Y CONTROL DE SERVICIOS MÉDICOS INTEGRALES, VIGENTE CON FECHA 26 DE JULIO DE 2010, SU ÁMBITO DE APLICACIÓN SON LA "UNIDADES MEDICAS DE LAS DELEGACIONES Y UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), Y NO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, POR LO QUE PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL SERVICIO SERÁ SUFICIENTE CON PRESENTAR MÍNIMO 2 CONTRATOS EN DONDE CONSTE QUE EL LICITANTE HA PRESTADO DEL "SERVICIO DE HEMODINAMIA"

2. PUNTO 5 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y DE IDENTIFICACION, INCISO G). LA CONVOCANTE SOLICITA OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EMITIDO POE EL SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS INFORME SI ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE DICHA OPINION DE CUMPLIMIENTO DEBE PRESENTARSE EN POSITIVO, DE LO CONTRARIO SERIA CAUSA DE DESCALIFICACION?

Respuesta: NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO, SIN EMBARGO, EN CASO DE QUE EL LITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO PRESENTE OPINION DE CUMPLIMIENTO NEGATIVA, DEBERÁ PRESENTAR PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO LA CITADA OPINION EN POSITIVO, DE LO CONTRARIO NO PROCEDERA LA FIRMA DEL CONTRATO Y SE ADJUDICARÁ AL LICITANTE QUE HAYA OBTENIDO EL SEGUNDO LUGAR.







SERVICIOS DE SALUD  
DE SINALOA

## Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Subdirección de Recursos Materiales

SSS-LPIP-06-2022  
ACLARACIONES

### PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. SSS-LPIP-006-2022

Relativa a la "Contratación del Servicio para la Adquisición de Insumos para el Área de Hemodinamia en el Hospital General de Culiacán y el Hospital Pediátrico de Sinaloa"

3. PUNTO 5 DOCUMENTACION LEGAL Y DE IDENTIFICACION.  
SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME ¿LOS ESCRITOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASÍ COMO EN TODOS AQUELLOS EN LOS QUE EL LICITANTE SE COMPROMETE, ¿PUEDEN SER EN FORMATO LIBRE O LA CONVOCANTE CUENTA CON FORMATOS EXCLUSIVOS PARA CADA ESCRITO SOLICITADO?

Respuesta: LOS LICITANTES PODRAN PRESENTAR SU PROPUESTA EN FORMATOS LIBRES, DEBIENDO CUMPLIR CON LO SEÑALANDO EN CADA REQUISITO.

4. PUNTO 5 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y DE IDENTIFICACION, INCISO M).  
LA CONVOCANTE SOLICITA OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL EMITIDA POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS INFORME SI ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE DICHA OPINION DE CUMPLIMIENTO DEBE PRESENTARSE EN POSITIVO, DE LO CONTRARIO SERIA CAUSA DE DESCALIFICACION?

RESPUESTA: NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO, SIN EMBARGO, EN CASO DE QUE EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO PRESENTE OPINION DE CUMPLIMIENTO NEGATIVA, DEBERÁ PRESENTAR PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO LA CITADA OPINION EN POSITIVO, DE LO CONTRARIO NO PROCEDERA LA FIRMA DEL CONTRATO Y SE ADJUDICARÁ AL LICITANTE QUE HAYA OBTENIDO EL SEGUNDO LUGAR.

5. PUNTO 5 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y DE IDENTIFICACION, INCISO M).  
LA CONVOCANTE SOLICITA OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EN MATERIA DE INSTITUTO NACIONAL DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT)

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS INFORME SI ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE DICHA OPINION DE CUMPLIMIENTO DEBE PRESENTARSE EN POSITIVO, DE LO CONTRARIO SERIA CAUSA DE DESCALIFICACION?

RESPUESTA: NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO, SIN EMBARGO, EN CASO DE QUE EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO PRESENTE OPINION DE CUMPLIMIENTO NEGATIVA, DEBERÁ PRESENTAR PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO LA CITADA OPINION EN POSITIVO, DE LO CONTRARIO NO PROCEDERA LA FIRMA DEL CONTRATO Y SE ADJUDICARÁ AL LICITANTE QUE HAYA OBTENIDO EL SEGUNDO LUGAR.

#### B) Preguntas Técnicas:

1.- PREGUNTA: ANEXO 1 NO. DE RENGLÓN 1. LA CONVOCANTE SOLICITA STENT LIBERADOR DE FÁRMACO CON POLÍMERO BIOABSORBIBLE. FÁRMACO SIROLIMUS O EVEROLIMUS: DIAMETROS: 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50 Y 4.00 MM, LONGITUDES: DE 08 A





SERVICIOS DE SALUD  
DE SINALOA

## Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Subdirección de Recursos Materiales

SSS-LPIP-06-2022  
ACLARACIONES

### PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. SSS-LPIP-006-2022

Relativa a la "Contratación del Servicio para la Adquisición de Insumos para el Área de Hemodinamia en el Hospital General de Culiacán y el Hospital Pediátrico de Sinaloa"

40MM INCLUYENDO MEDIDAS INTERMEDIAS. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: S/C PROTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (STENT) DE PLATINO CROMO CON RECUBRIMIENTO DE POLIMERO BIOABSORBIBLE CON MEDICAMENTO EVEROLIMUS, MONTADO EN BALÓN DE ALTA PRESIÓN Y BAJO PERFIL DIÁMETROS: 2.25 A 5.0 MM Y LONGITUDES DE 8.0, 12, 16,20,24,28,32,38 Y 48 MM. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER CONDICIONANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

2.- PREGUNTA: ANEXO 1 NO. DE RENGLÓN 2. LA CONVOCANTE SOLICITA: CATÉTER BALÓN DE DILATACIÓN CORONARIO, DIÁMETRO: 1.10, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 Y 4.5 MM., LONGITUDES: 5MM EN ADELANTE. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER BALÓN DE DILATACIÓN CORONARIO, DIÁMETROS DESDE 1.20 A 4.0 MM Y LONGITUDES DE 8 A 30 MM. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA. DEBERÁ OFERTAR TAMBIÉN LOS DIÁMETROS SOLICITADOS DE 1.10MM ASÍ COMO DE 4.5MM, PARA CONTAR CON TODO EL RANGO TERAPÉUTICO.

3. PREGUNTA: ANEXO 1 NO. DE RENGLÓN 7: LA CONVOCANTE SOLICITA: INSUFLADOR PARA MEDIR Y MANTENER LA PRESIÓN CON CAPACIDAD DE 20CC Y MANÓMETRO INTEGRADO 30ATM.. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR INSUFLADOR PARA MEDIR Y MANTENER LA PRESIÓN CON CAPACIDAD DE 20CC Y MANÓMETRO INTEGRADO 26ATM. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER CONDICIONANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

4. PREGUNTA: ANEXO 1 NO. DE RENGLÓN 28. LA CONVOCANTE SOLICITA: GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA DE ALTO GRAMAJE PARA ESTENOSIS CORONARIA COMPLEJAS. DIÁMETRO .014". LONGITUD: 190 CM. PUNTA: RADIOPACA, RECTA O CURVA. CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA DE ALTO GRAMAJE PARA ESTENOSIS CORONARIA COMPLEJAS. PUNTA CONICA DE 0.008" CON 1,10 Y 14 GR DE CARGA FUERZA DE PENETRACIÓN DE 31GF/MM<sup>2</sup>, 308GF/MM<sup>2</sup> Y 432GF/MM<sup>2</sup> RESPECTIVAMENTE. LONGITUD: 190 Y 300 CM. PUNTA: RADIOPACA, RECTA O CURVA. CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER CONDICIONANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

5. PREGUNTA: ANEXO 1 NO. DE RENGLÓN 37. LA CONVOCANTE SOLICITA: MICROCATÉTER CORONARIO DE SOPORTE. PUNTA ANGULADA PREFORMADA A 90°.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





SERVICIOS DE SALUD  
DE SINALOA

## Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Subdirección de Recursos Materiales

SSS-LPIP-06-2022  
ACLARACIONES

### PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. SSS-LPIP-006-2022

Relativa a la "Contratación del Servicio para la Adquisición de Insumos para el Área de Hemodinamia en el Hospital General de Culiacán y el Hospital Pediátrico de Sinaloa"

**SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: MICROCATÉTER CORONARIO DE SOPORTE. LONGITUD DE 135 Y 150CM, CON COIL DE ALTA CAPACIDAD DE TORQUE, PERFIL DE CRUCE DE 2.4F Y DE 2.1F (PARA ALTO SOPORTE A GUÍA O ALTA FLEXIBILIDAD RESPECTIVAMENTE). ¿SE ACEPTA?**

RESPUESTA: NO SE ACEPTA. SE REQUIERE LA PUNTA ANGULADA SOLICITADA.

**6. PREGUNTA: ANEXO 1. CON LA FINALIDAD DE COADYUVAR ESFUERZOS EN EL ACCESO Y LA ATENCIÓN DE CALIDAD A LOS PACIENTES QUE SE ATIENDEN EN EL DEPARTAMENTO DE HEMODINAMIA EN EL HOSPITAL GENERAL DE CULIACÁN Y EL HOSPITAL PEDIÁTRICO DE SINALOA. Y ASI ESTAR EN POSIBILIDADES DE BRINDAR EL MEJOR TRATAMIENTO SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE LA INCLUSIÓN DE EL SIGUIENTE INSUMO: CATÉTER DE EXTENSIÓN (EXTENSIÓN DE CATÉTER GUÍA) DISPONIBLE EN 5-EN-6 (DI 0.057"), 6-EN-7 (DI 0.063") Y 7-EN-8 (DI 0.072"), CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO Z-GLIDE, COLLAR DE PLATINO IRIDIO HELICOIDAL Y LONGITUD DE 25 Y 40 CM. ¿SE ACEPTA LA INCLUSIÓN?**

RESPUESTA: NO SE ACEPTA. EL INSUMO DESCRITO NO FORMA PARTE DE LA SOLICITUD DEL AREA REQUIRENTE.

**7. PREGUNTA: ANEXO 1. CON LA FINALIDAD DE COADYUVAR ESFUERZOS EN EL ACCESO Y LA ATENCIÓN DE CALIDAD A LOS PACIENTES QUE SE ATIENDEN EN EL DEPARTAMENTO DE HEMODINAMIA EN EL HOSPITAL GENERAL DE CULIACÁN Y EL HOSPITAL PEDIÁTRICO DE SINALOA. Y ASI ESTAR EN POSIBILIDADES DE BRINDAR EL MEJOR TRATAMIENTO SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE LA INCLUSIÓN DE EL SIGUIENTE INSUMO: CATÉTER (SONDA) DE ULTRASONIDO INTRACORONARIO DE TIPO MECÁNICA ROTATORIA DE 40 MHZ, COMPATIBLE CON CATÉTER GUÍA 5F Y CON EQUIPO ILAB (POLARIS) CON SISTEMA DE RECORRIDO A VELOCIDAD CONTROLADA DE 0.5 MM/S.. ¿SE ACEPTA LA INCLUSIÓN?**

RESPUESTA: NO SE ACEPTA. EL INSUMO DESCRITO NO FORMA PARTE DE LA SOLICITUD DEL AREA REQUIRENTE.

**8. PREGUNTA: ANEXO 1. CON LA FINALIDAD DE COADYUVAR ESFUERZOS EN EL ACCESO Y LA ATENCIÓN DE CALIDAD A LOS PACIENTES QUE SE ATIENDEN EN EL DEPARTAMENTO DE HEMODINAMIA EN EL HOSPITAL GENERAL DE CULIACÁN Y EL HOSPITAL PEDIÁTRICO DE SINALOA. Y ASI ESTAR EN POSIBILIDADES DE BRINDAR EL MEJOR TRATAMIENTO SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE LA INCLUSIÓN DE EL SIGUIENTE INSUMO: KIT QUE INCLUYE CATÉTER DE REENTRADA A LA LUZ VASCULAR CORONARIO. (CON BALON PLANO DISTAL PARA ORIENTACION AUTOMATICA CON DOBLE PUERTO DE SALIDA OPUESTOS A 180 GRADOS) CON GUÍA 0.014 X185 A 300 MM CON AGUIJON EN LA PUNTA. ¿SE ACEPTA LA INCLUSIÓN?**

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'S' and 'H' and other marks.





SERVICIOS DE SALUD  
DE SINALOA

## Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Subdirección de Recursos Materiales

SSS-LPIP-06-2022  
ACLARACIONES

### PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. SSS-LPIP-006-2022

Relativa a la "Contratación del Servicio para la Adquisición de Insumos para el Área de Hemodinamia en el Hospital General de Culiacán y el Hospital Pediátrico de Sinaloa"

RESPUESTA: NO SE ACEPTA. EL INSUMO DESCRITO NO FORMA PARTE DE LA SOLICITUD DEL AREA REQUIRENTE.

9. PREGUNTA: ANEXO 1. CON LA FINALIDAD DE COADYUVAR ESFUERZOS EN EL ACCESO Y LA ATENCIÓN DE CALIDAD A LOS PACIENTES QUE SE ATIENDEN EN EL DEPARTAMENTO DE HEMODINAMIA EN EL HOSPITAL GENERAL DE CULIACÁN Y EL HOSPITAL PEDIÁTRICO DE SINALOA. Y ASI ESTAR EN POSIBILIDADES DE BRINDAR EL MEJOR TRATAMIENTO SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE LA INCLUSIÓN DE EL SIGUIENTE INSUMO: CATÉTER CORONARIO DE CRUCE LUMINAL Y SUBINTIMAL PARA OCLUSIONES TOTALES CRÓNICAS (CTO'S), CON PUNTA ATRAUMÁTICA DE 1MM Y SISTEMA FAST SPIN. ¿SE ACEPTA LA INCLUSIÓN?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA. EL INSUMO DESCRITO NO FORMA PARTE DE LA SOLICITUD DEL AREA REQUIRENTE.

10. PREGUNTA: ANEXO 1. CON LA FINALIDAD DE COADYUVAR ESFUERZOS EN EL ACCESO Y LA ATENCIÓN DE CALIDAD A LOS PACIENTES QUE SE ATIENDEN EN EL DEPARTAMENTO DE HEMODINAMIA EN EL HOSPITAL GENERAL DE CULIACÁN Y EL HOSPITAL PEDIÁTRICO DE SINALOA. Y ASI ESTAR EN POSIBILIDADES DE BRINDAR EL MEJOR TRATAMIENTO SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE LA INCLUSIÓN DE EL SIGUIENTE INSUMO: CATÉTER BALÓN DE MICRODILATACIÓN CON 1.20 MM DE DIÁMETRO Y 12 MM DE LONGITUD DISPONIBLE EN MR (MONORAIL/RAPIDO INTERCAMBIO) Y OTW (OVER THE WIRE/SOBRE LA GUÍA). ¿SE ACEPTA LA INCLUSIÓN?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA. EL INSUMO DESCRITO NO FORMA PARTE DE LA SOLICITUD DEL AREA REQUIRENTE.

11. PREGUNTA: ANEXO 1. CON LA FINALIDAD DE COADYUVAR ESFUERZOS EN EL ACCESO Y LA ATENCIÓN DE CALIDAD A LOS PACIENTES QUE SE ATIENDEN EN EL DEPARTAMENTO DE HEMODINAMIA EN EL HOSPITAL GENERAL DE CULIACÁN Y EL HOSPITAL PEDIÁTRICO DE SINALOA. Y ASI ESTAR EN POSIBILIDADES DE BRINDAR EL MEJOR TRATAMIENTO SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE LA INCLUSIÓN DE EL SIGUIENTE INSUMO: DISPOSITIVO PARA REALIZAR INTERCAMBIO POR TÉCNICA DE ATRAPAMIENTO INTRA CATÉTER, CON FILAMENTO GUÍA INTERNO, COMPATIBLE CON CATÉTER GUÍA 6, 7 Y 8F Y SISTEMA DE AJUSTE PARA CATÉTER DE 90 Y 100CM. SE ACEPTA LA INCLUSIÓN?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA. EL INSUMO DESCRITO NO FORMA PARTE DE LA SOLICITUD DEL AREA REQUIRENTE.

12. PREGUNTA: ANEXO 1. CON LA FINALIDAD DE COADYUVAR ESFUERZOS EN EL ACCESO Y LA ATENCIÓN DE CALIDAD A LOS PACIENTES QUE SE ATIENDEN EN EL DEPARTAMENTO DE HEMODINAMIA EN EL HOSPITAL GENERAL DE CULIACÁN Y EL

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





SERVICIOS DE SALUD  
DE SINALOA

## Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Subdirección de Recursos Materiales

SSS-LPIP-06-2022  
ACLARACIONES

### PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. SSS-LPIP-006-2022

Relativa a la "Contratación del Servicio para la Adquisición de Insumos para el Área de Hemodinamia en el Hospital General de Culiacán y el Hospital Pediátrico de Sinaloa"

HOSPITAL PEDIÁTRICO DE SINALOA. Y ASI ESTAR EN POSIBILIDADES DE BRINDAR EL MEJOR TRATAMIENTO SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE LA INCLUSIÓN DE EL SIGUIENTE INSUMO: CATÉTER BALÓN CON ATEROTOMOS CON PUNTOS DE FLEXIÓN PARA MICRODISECCIÓN DE PLACA ATEROSCLERÓTICA. DIÁMETROS 2.0 A 4.0 MM LONGITUDES 6, 10 Y 15 MM ¿SE ACEPTA LA INCLUSIÓN?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA. EL INSUMO DESCRITO NO FORMA PARTE DE LA SOLICITUD DEL AREA REQUIRENTE.

13. PREGUNTA: ANEXO 1. CON LA FINALIDAD DE COADYUVAR ESFUERZOS EN EL ACCESO Y LA ATENCIÓN DE CALIDAD A LOS PACIENTES QUE SE ATIENDEN EN EL DEPARTAMENTO DE HEMODINAMIA EN EL HOSPITAL GENERAL DE CULIACÁN Y EL HOSPITAL PEDIÁTRICO DE SINALOA. Y ASI ESTAR EN POSIBILIDADES DE BRINDAR EL MEJOR TRATAMIENTO SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE LA INCLUSIÓN DE EL SIGUIENTE INSUMO: CATÉTER DE ATERECTOMIA ROTACIONAL TRASLUMINAL PERCUTÁNEA, DE OCLUSIONES AGUDAS O CRÓNICAS, DIFERENTES DIÁMETROS Y LONGITUDES CON ACCESORIOS INCLUIDOS (SISTEMAS AVANZADORES DE FRESA, CUERDA GUIA PARA ATERECTOMIA DE 330 CM DE LONGITUD Y AVANZADOR) ¿SE ACEPTA LA INCLUSIÓN?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA. EL INSUMO DESCRITO NO FORMA PARTE DE LA SOLICITUD DEL AREA REQUIRENTE.

14. ANEXO 1. CON LA FINALIDAD DE COADYUVAR ESFUERZOS EN EL ACCESO Y LA ATENCIÓN DE CALIDAD A LOS PACIENTES QUE SE ATIENDEN EN EL DEPARTAMENTO DE HEMODINAMIA EN EL HOSPITAL GENERAL DE CULIACÁN Y EL HOSPITAL PEDIÁTRICO DE SINALOA. Y ASI ESTAR EN POSIBILIDADES DE BRINDAR EL MEJOR TRATAMIENTO SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE LA INCLUSIÓN DE EL SIGUIENTE INSUMO: GUIA 0.014" PARA MONTAJE DE OLIVAS DE ATERECTOMIA ROTACIONAL. ¿SE ACEPTA LA INCLUSIÓN?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA. EL INSUMO DESCRITO NO FORMA PARTE DE LA SOLICITUD DEL AREA REQUIRENTE.

15. REFERENTE AL PUNTO 6. PROPUESTA TÉCNICA INCISO I)

¿PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO ENTENDEMOS QUE PODEMOS PRESENTAR SOLO LA CARTA DE APOYO DEL DISTRIBUIDOR DE LOS INSUMOS ¿ES CORRECTO?

RESPUESTA: AFIRMATIVO, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several initials below it.



## PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. SSS-LPIP-006-2022

Relativa a la "Contratación del Servicio para la Adquisición de Insumos para el Área de Hemodinamia en el Hospital General de Culiacán y el Hospital Pediátrico de Sinaloa"

**16. SI NO ES CORRECTA LA APRESIACIÓN ANTERIOR, LE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO PERMITA PRESENTAR SOLO LA CARTA DE APOYO DEL DISTRIBUIDOR PRIMARIO ¿SE ACEPTA?**

RESPUESTA: RESPONDIDA EN LA PREGUNTA ANTERIOR.

**17. REFERENTE AL PUNTO 6. PROPUESTA TÉCNICA INCISO D). RESPECTO A LA SOLICITUD DE LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA CON CONTRATOS SIMILARES, ENTENDEMOS QUE PARA ACREDITAR ESTE PUNTO DE LAS BASES SE REQUIERE PRESENTAR CONTRATOS COMPROBABLES EN HEMODINAMIA Y TELEMEDICINA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?**

RESPUESTA: NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. SE DEBERÁ ACREDITAR LA EXPERIENCIA EN CONTRATOS SIMILARES, DEBERÁ ADJUNTAR AL MENOS UNA COPIA SIMPLE DE ALGÚN CONTRATO O ESCRITOS DE OPINIÓN FAVORABLE CON EL QUE ACREDITE POR LO MENOS DOS AÑOS DE EXPERIENCIA.

**18. REFERENTE AL PUNTO 6. PROPUESTA TÉCNICA INCISO K). PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE INCISO DE LAS BASES RESPECTO AL PERSONAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO, BASTARA CON PRESENTAR EL CURRÍCULO Y CERTIFICACIONES PARA AVALAR EL NIVEL PROFESIONAL ASÍ MISMO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PUNTO DE TELEMEDICINA ENTENDEMOS QUE DEBEMOS PRESENTAR LAS COMPETENCIAS Y CERTIFICACIONES DEL PERSONAL MÉDICO QUE INTERPRETAN LOS ELECTROCARDIOGRAMAS EN LA PLATAFORMA DE TELEMEDICINA SOLICITADA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?**

RESPUESTA: NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. HAGO MENCION DEL INCISO K, ESPECIFICA DEBERÁ PRESENTAR: RELACIÓN (ORIGINAL) DEL PERSONAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO, Y DE SERVICIOS, CON QUE CUENTE, INCLUYENDO FOTO- COPIAS DE LOS DOCUMENTOS QUE AVALEN EL NIVEL PROFESIONAL.

**19. REFERENTE AL PUNTO 6. PROPUESTA TÉCNICA INCISO C). CURRÍCULUM EN PAPEL MEMBRETADO Y FIRMADO POR SU REPRESENTANTE LEGAL, EN EL QUE MANIFIESTEN QUE CUENTAN CON EL PERSONAL TÉCNICO CAPACITADO Y CON EXPERIENCIA EN EL SUMINISTRO DE INSUMOS SOLICITADOS EN ESTAS BASES, LA CUAL DEBERA SER MAYOR A 2 (DOS) AÑOS, ESTE DEBERA DE SER ENTREGADO AL MOMENTO DE SU PROPUESTA.**

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME, SI ES CORRECTO ENTENDER QUE ¿EL PERSONAL TÉCNICO DEBERÁ CONTAR CON DIPLOMAS O CONSTANCIAS CON LAS QUE SE PUEDA EVALUAR SU CAPACITACIÓN Y EXPERIENCIA EN EL SUMINISTRO DE LOS INSUMOS, MISMOS QUE DEBEN SER ANEXADOS A LA PROPUESTA TÉCNICA?

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





SERVICIOS DE SALUD  
DE SINALOA

## Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Subdirección de Recursos Materiales

SSS-LPIP-06-2022  
ACLARACIONES

### PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. SSS-LPIP-006-2022

Relativa a la "Contratación del Servicio para la Adquisición de Insumos para el Área de Hemodinamia en el Hospital General de Culiacán y el Hospital Pediátrico de Sinaloa"

RESPUESTA: NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, ESTE INCISO SE REFIERE AL CURRÍCULO DE LA EMPRESA, Y NO DEL PERSONAL PROPUESTO AL CUAL YA SE HIZO REFERENCIA EN EL INCISO K)

20. REFERENTE AL PUNTO 6. PROPUESTA TÉCNICA INCISO C). CURRÍCULO EN PAPEL MEMBRADO Y FIRMADO POR SU REPRESENTANTE LEGAL, EN EL QUE MANIFIESTEN QUE CUENTAN CON EL PERSONAL TÉCNICO CAPACITADO Y CON EXPERIENCIA EN EL SUMINISTRO DE INSUMOS SOLICITADOS EN ESTAS BASES, LA CUAL DEBERA SER MAYOR A 2 (DOS) AÑOS, ESTE DEBERA DE SER ENTREGADO AL MOMENTO DE SU PROPUESTA.

¿PODRÍA LA CONVOCANTE INFORMARNOS LA CANTIDAD DE PERSONAL TÉCNICO QUE SERÁ REQUERIDO PARA LA COBERTURA DEL SERVICIO MOTIVO DE ESTE EVENTO?

RESPUESTA: SERÁ REQUERIDO UN TOTAL DE 3 (TRES) MÍNIMO.

21. REFERENTE AL PUNTO 6. PROPUESTA TÉCNICA INCISO E). EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA, COPIA SIMPLE DE LOS REGISTROS SANITARIOS EN ANVERSO Y REVERSO (BIENES DE CONSUMO), VIGENTES Y SU ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN (REFRENDO O PRÓRROGA SEGÚN CORRESPONDA) EXPEDIDOS POR LA COFEPRIS.

PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS REGISTROS SANITARIOS LE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA REFERENCIAR LOS REGISTROS POR FAMILIA YA QUE UN SOLO REGISTRO CUBRE VARIAS PARTIDAS, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

Nombre de la empresa: AMPHARMA, S.A. DE C.V.

C) Preguntas administrativas:

1.- PUNTO 4 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, En el último párrafo de ese apartado dice "Cada licitante deberá presentar en archivo electrónico 2 (dos) copias, de la documentación contenida en este apartado: (Punto 4, Incisos A, B y C, "Documentación Legal y de Identificación, Propuesta Técnica y Económica", ¿los cuales serán para el área usuaria y el jurídico". Pregunta: ¿Esto es solo aplicable para los licitantes que presenten propuestas conjuntas?

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'S' and 'H' and other marks.]*





SERVICIOS DE SALUD  
DE SINALOA

## Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Subdirección de Recursos Materiales

SSS-LPIP-06-2022  
ACLARACIONES

### PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. SSS-LPIP-006-2022

Relativa a la "Contratación del Servicio para la Adquisición de Insumos para el Área de Hemodinamia en el Hospital General de Culiacán y el Hospital Pediátrico de Sinaloa"

RESPUESTA: NEGATIVO, ESTE PUNTO ES APLICABLE PARA TODOS LOS LICITANTES, DEBERÁN PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.

**2.- PUNTO 6 PROPUESTAS TÉCNICAS, INCISO D), PREGUNTA: ¿Cuántos contratos se deben presentar?**

Respuesta: DEBERÁ PRESENTAR MÍNIMO 2 CONTRATOS NO IMPORTANDO QUE SEAN CON UNA MISMA INSTITUCIÓN O DEPENDENCIA.

**3.- PUNTO 6 PROPUESTAS TÉCNICAS, INCISO M), SE INDICA QUE:** Toda la documentación proporcionada en la presente convocatoria de la licitación (documentación legal, propuesta técnica, propuesta económica) deberá entregarla al 100% en medio magnético por duplicado, señalando el punto al que pertenece, debiendo coincidir la información en electrónico con lo presentado físicamente. **PREGUNTA: ¿Puede ser indistintamente en dispositivo USB o en CD?**

Respuesta: AFIRMATIVO, PUEDE SER EN CUALQUIERA DE LOS DOS MEDIOS MAGNÉTICOS PROPUESTOS.

**4.- PUNTO 12 PREGUNTA:** ¿Las entregas se realizarán conforme a los pedidos o solicitudes que realice el área correspondiente?

RESPUESTA: AFIRMATIVO, LOS PEDIDOS SE ENTREGARÁN CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS DEL HOSPITAL GENERAL DE CULIACÁN Y EL HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA.

**5.- PUNTO 13 LUGAR DE ENTREGA (SEGUNDO PÁRRAFO), INDICA QUE** "Los equipos en comodato especificados en el Anexo Técnico 1 de telemedicina para la detección del infarto agudo al miocardio para las 19 unidades enlazadas en el programa de código infarto Sinaloa deberán ser entregados en cada una de las Unidades Hospitalarias (Anexo M), durante la vigencia establecida en el contrato", **PREGUNTA:** ¿La entrega de dichos equipos puede ser en cualquier momento durante la vigencia del contrato?

Respuesta: DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO.

**6.- PUNTO 14 ÚLTIMO PÁRRAFO PREGUNTA:** ¿Para la capacitación se deberá presentar un calendario o deberá realizarse conforme se instalen los equipos de Telemedicina?

Respuesta: LA CAPACITACIÓN SE DEBERÁ REALIZAR EN CADA UNIDAD MÉDICA CONFORME SE ENTREGUEN LOS EQUIPOS SOLICITADOS.

**7.- PUNTO 15 CONDICIONES DE PAGO: PREGUNTA:** ¿Se debe realizar facturación por cada una de las entregas?

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*



## PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. SSS-LPIP-006-2022

Relativa a la "Contratación del Servicio para la Adquisición de Insumos para el Área de Hemodinamia en el Hospital General de Culiacán y el Hospital Pediátrico de Sinaloa"

Respuesta: SE DEBERÁ FACTURAR POR EVENTO QUIRURGICO.

**8.- PREGUNTA:** ¿Es necesario realizar visitas a las unidades medicas en las que se deberá instalar equipo de Telemedicina?

Respuesta: NO SERA NECESARIO REALIZAR VISITA DE VERIFICACIÓN A LA UNIDADES MÉDICAS, DEBIDO A QUE EN EL CONTENIDO DEL ANEXO SE SOLICITA CONTAR CON ASISTENCIA TECNICA LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS DEL AÑO.

**9.- PREGUNTA:** ¿Cuál es el plazo para la instalación de los equipos en el Hospital General de Culiacán?

Respuesta: DEBERÁ INSTALARSE A SOLICITUD DEL HOSPITAL Y EN UN PLAZO NO MAYOR A 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO.

**10.- PREGUNTA:** ¿Cuál es el plazo para la instalación de los equipos de Telemedicina?

Respuesta: DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO.

### D) Preguntas Técnicas:

**1.- 1.- EN EL ANEXO 1, NO. RENGLO 2, SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR "CATÉTER BALÓN DE DILATACIÓN CORONARIO, DIÁMETRO: 1.10, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 Y 4.5 MM., LONGITUDES: 10MM EN ADELANTE", Pregunta: ¿SE ACEPTA?**

Respuesta: NO SE ACEPTA. DEBERÁ APEGARSE A LOS MM DE LONGITUD SOLICITADOS.

**2.- EN EL ANEXO 1, NO. RENGLO 6, SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR "INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL. CONSTA DE: UNA GUÍA METÁLICA DE 0.035" A 0.038" CON DILATADOR DE VASO, UNA FUNDA O CAMISA CON VÁLVULA HEMOSTÁTICA Y PUERTO LATERAL. LONGITUD: 10 A 11 CM. CALIBRE: 4FR, 5FR, 6FR, 7FR, 8FR, 9FR Y 10FR", Pregunta: ¿SE ACEPTA?**

Respuesta: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

**3.- EN EL ANEXO 1, NO. RENGLO 10, SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR "INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL PARA ACCESO RADIAL. CONSTA DE: UNA GUÍA METÁLICA DE 0.021" CON DILATADOR DE VASO, UNA FUNDA O CAMISA CON VÁLVULA HEMOSTÁTICA Y PUERTO LATERAL. LONGITUD: 10 A 11 CM. CALIBRE: 5FR, 6FR., ¿SE ACEPTA?**

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





SERVICIOS DE SALUD  
DE SINALOA

# Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Subdirección de Recursos Materiales

SSS-LPIP-06-2022  
ACLARACIONES

## PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. SSS-LPIP-006-2022

Relativa a la "Contratación del Servicio para la Adquisición de Insumos para el Área de Hemodinamia en el Hospital General de Culiacán y el Hospital Pediátrico de Sinaloa"

Respuesta: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

### 4.- ANEXO 1, RENGLÓN 1.

SE SOLICITA: STENT LIBERADOR DE FÁRMACO CON POLÍMERO BIOABSORBIBLE. FÁRMACO SIROLIMUS O EVEROLIMUS: DIAMETROS: 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50 Y 4.00 MM, LONGITUDES: DE 08 A 40MM INCLUYENDO MEDIDAS INTERMEDIAS LE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MEDICAMENTO BIOLIMUS, SIENDO ANÁLOGO DEL SIROLIMUS, OFERTANDO IGUALMENTE CON POLÍMERO BIOABSORBIBLE Y LAS MEDIDAS SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA?

Respuesta: NO SE ACEPTA. DEBERÁ APEGARSE A LOS FÁRMACOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE.

### 5.- ANEXO 1, RENGLÓN 1.

SE SOLICITA: CATÉTER PARA ARTERIOGRAFÍA CORONARIA CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO. CURVAS DIVERSAS RADIALES. LONGITUD DE 100CM. CALIBRES 4FR Y 5FR.  
LE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR "CATÉTER PARA ARTERIOGRAFÍA CORONARIA, CURVAS RADIALES, LONGITUD DE 100 A 105CM. CALIBRES 4 A 6 FR. ¿SE ACEPTA?

Respuesta: SE ACEPTA SIN SER LIMINANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, LA RESPUESTA EN REFERENCIA A EL ANEXO 1, RENGLON 11.

6.- EN EL ANEXO 1, NO. RENGLON 33, SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR "CATETER BALÓN CORONARIO MEDICADO, LIBERADOR DE FARMACO SIROLIMUS O PACLITAXEL: DIAMETROS Y LONGITUDES DIVERSAS", ¿SE ACEPTA?

Respuesta: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

De conformidad con el Artículo 40 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la convocatoria a la licitación.

En razón de dar cumplimiento a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del Artículo 41 de la citada Ley, en este Acto se da a conocer el calendario del evento subsecuente de esta licitación, que a continuación se detalla:

EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones	04 de marzo de 2022	10:00 horas.	Sala de juntas de los Servicios de Salud de Sinaloa, ubicada en calle Cerro Montebello No. 150 oriente,

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*



**PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
PRESENCIAL No. SSS-LPIP-006-2022**

Relativa a la "Contratación del Servicio para la Adquisición de Insumos para el Área de Hemodinamia en el Hospital General de Culiacán y el Hospital Pediátrico de Sinaloa"

		colonia Montebello, Culiacán, Sinaloa
--	--	--

Para efectos de notificación, se hace constar que en este Acto se les entrega una copia de la presente Acta a los asistentes, en términos del Artículo 47 de la Ley en comento, se difundirá un ejemplar de la misma en la dirección electrónica: <https://compranet.sinaloa.gob.mx>, para efectos de su notificación.

Asimismo, se informa que a partir de esta fecha se fijará en el rotulón que se ha colocado en la Subdirección de Recursos Materiales, un ejemplar de la presente Acta por un término no menor de cinco días hábiles.


No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunión, siendo las 11:20 horas, del día 22 de febrero de 2022.

Esta Acta consta de 14 (catorce) hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

**POR LOS LICITANTES**


C. Maximino Miranda Barredas

Representante de Soluciones  
Integrales Cardiológicas, S.A.  
de C.V.



C. Jorge Rocha Gascón

Representante de Ampharma,  
S.A. de C.V.




**POR LA DEPENDENCIA**

Nombre

Representante

Firma

C. Karla Gámez Gutiérrez

Subdirectora de Recursos  
Materiales.



C. Imelda Inzunza González.

Directora Jurídica y de  
Normatividad.





**PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
PRESENCIAL No. SSS-LPIP-006-2022**

Relativa a la "Contratación del Servicio para la Adquisición de Insumos para el Área de Hemodinamia en el Hospital General de Culiacán y el Hospital Pediátrico de Sinaloa"

C. José Alejandro Avilés  
Tostado

Jefe del Departamento de  
Adquisiciones



C. Eva Karina Bonilla  
Rodríguez.

Representante del Órgano  
Interno de Control y  
Evaluación.




C. Gerardo Aldama Aranzubia

Subdirector de Abastos y  
Equipamiento de la Dirección  
de Atención Médica.



C. José Antonio Zepeda Buelna.

Representante de la Dirección  
de Atención Médica



**POR LA SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS**

C. Vladimir Lenin Flores Ruiz

Representante de la Secretaría  
de Transparencia y Rendición de  
Cuentas



FIN DEL ACTA

