

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
No. SSS-LA-004-2019

“EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE MAZATLÁN DR. MARTINIANO CARVAJAL”

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES AL CONTENIDO DE LAS BASES

EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA, SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DÍA DIECINUEVE DE JULIO DEL DOS MIL DIECINUEVE, SE REUNEN EN LA SALA DE JUNTAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, UBICADA EN CALLE CERRO MONTEBELLO ORIENTE 150, MONTEBELLO LOS C. ING. ARMANDO ENRIQUE APODACA SOTO, DIRECTOR ADMINISTRATIVO; DR. PRISCILIANO LEÓN BUENO, REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE ATENCION MÉDICA, DR. GONZALO REYNAGA SOLIS, REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD, LIC. EDGAR JOEL CASTRO SOTO, REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL Y EVALUACION, LIC. SERGIO LUIS ROMERO Y GARCÍA, REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA Y DE NORMATIVIDAD, LIC. NORMA AURORA ARCE MIRANDA, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DEPENDIENTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ING. DAVID RAFAEL DE LA PEÑA PIÑA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, TODOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD, CUYA PERSONALIDAD JURIDICA SE ACREDITA EN LOS ARTICULOS 28 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES PARA EL ESTADO DE SINALOA Y 63 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, ING. CATALINA DÍAZ ARMENDARIS, REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, POR LOS LICITANTES PARTICIPANTES, C. AMPARO SANDOVAL ROBLES, REPRESENTANTE DE LA EMPRESA AL TORO QUE ES UNA MONA, S. A. DE C.V. Y C. JOEL VALDES SOTO, REPRESENTANTE DE LA EMPRESA MOBILIARIOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., **EN CALIDAD DE OBSERVADORES** C. MINERVA COTA S, DE LA EMPRESA AL TORO QUE ES UNA MONA, S.A. DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES AL CONTENIDO DE LAS BASES, DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. SSS-LA-004-2019, REFERENTE A “EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE MAZATLÁN DR. MARTINIANO CARVAJAL”.-----

EN USO DE LA PALABRA, EL ING. ARMANDO ENRIQUE APODACA SOTO, FUNCIONARIO PÚBLICO AUTORIZADO PARA QUE PRESIDA EL EVENTO, LO DECLARÓ FORMALMENTE INICIADO Y CONTINUÓ CON LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LOS LICITANTES PARTICIPANTES, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE Y MARGEN DE LA PRESENTE ACTA -----

LA CONVOCANTE INFORMA EN REFERENCIA A LOS RENGLONES DEL **LOTE 1 COCINA**, LO SIGUIENTE: **52.-** JARRA MEXICO DE CRYSTAL MARCA CRISA 1.750; **145.-** HORNO DE MICROONDAS MARCA AMANA, CON CONTROL DIGITAL, DISPLAY DIGITAL, CON LUZ INTERIOR, Y TIMER AUTOMATICO, 1,000 WATTS DE POTENCIA. 120V. CAMARA DE COCCION DE 1.2 PIES CUB. Y ADMITE FUENTES DE HASTA 14" (35.6 CMS.). DE DIAMETRO, INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE., CON 1 PUERTA AL FRENTE CON VIDRIO TEMPLADO, 5 NIVELES DE POTENCIA Y HASTA 100 MENUS PROGRAMABLES. MEDIDA EXTERIOR: 53 X 48.2 X 35 CMS. DE ALTO; **150.-** MARMITA DE VOLTEO A GAS MARCA INTER INCLUYE SISTEMA AHORRADOR DE



Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

SERVICIOS DE SALUD
DE SINALOA

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. SSS-LA-004-2019

“EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE MAZATLÁN DR. MARTINIANO CARVAJAL”

GAS CON AUTOENCENDIDO ELECTRONICO, CAPACIDAD ÚTIL DE 80 LTS. CON CAPACIDAD TOTAL DE 95 LTS. DE TIPO HEMISFERICO CON 2/3 CHAQUETA DE VAPOR., LA OLLA CONSTRUIDA EN ACERO INOX. ACABADO SANITARIO, DISEÑADA PARA TRABAJAR A UNA PRESION DE 2.1 KG/CM2.BASE TUBULAR DE ACERO INOX. CON BRIDAS PARA NIVELAR Y FIJAR EN PISO. CON MECANISMO DE VOLTEO, SE REQUIERE ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA DE 120 V. 60 HZ. MECANISMO DE VOLTEO CORONA SINFIN CON CAJA Y CHUMACERAS DE ALUMINIO, QUEMADORES CONTROLADOS POR TERMOSTATO VARIABLE E INSTRUMENTACION DE SEGURIDAD; **152.-** PELADORA DE VERDURAS Y PAPAS ELECTRICO, MARCA HOBART PORTATIL CAP. PARA 15-20 LBS.(9 KGS.), DE PAPAS EN 1-3 MINUTOS. CONSTRUCCION EN ACERO INOXIDABLE SOLDADO, 115V/60/1, MOTOR DE 1/3 HP; **154.-** PROCESADOR HOBART ALIMENTACION INCLINADA, TRANSMISION DE ENGRANES, MOTOR DE 1/3 H.P. 3.5 AMPERES, 420 REVOLUCIONES POR MINUTO. 11 LBS POR MIN.(5 KGS). CAPACIDAD DE PRODUCCION DE 299 KILOS POR HORA TOLVA DE TAMAÑO MEDIANO, INCLUYE: 6 PLATE-6PACK-SSP, 6 DISCOS QUE CONSISTE EN: 1 REBANADAS 1/16, 1 REBANADAS 5/32, 1 REBANADAS 7/32, 1 REBANADAS 3/8 Y 1 CORTE 3/8 1 3 CUBO 3/8 Y 2 ESTANTES DE PARED, PARA COLOCAR LOS DISCOS; Y **155.-** REBANADORA HOBART PARA USO PESADO MANUAL DE 33.02 CMS. LA CUCHILLA ACABADO PULIDO, REMOVIBLE, PARA CARNE Y VEGETALES AGARRA BRAZO, CUBIERTA DE SEG. CON AFILADOR MOTOR DE 1/2 H.P. 5.4 AMP. 120V; EL SEÑALAMIENTO DE DETERMINADAS MARCAS EN DICHS RENGLONES HACEN REFERENCIA UNICAMENTE A LA CALIDAD DEL BIEN O PRODUCTO QUE SE REQUIERE ADQUIRIR POR LA CONVOCANTE, SIN LIMITAR A LOS LICITANTES A OFERTAR OTRAS MARCAS QUE CUMPLAN CON LAS CARACTERISTICAS REQUERIDAS.-----

ACTO SEGUIDO, SE PROCEDIÓ A DAR RESPUESTA A LAS PREGUNTAS RECIBIDAS DE LOS LICITANTES, DETALLANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA: -----

1) INTERCAMBIO GLOBAL LATINOAMERICANA, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS:	RESPUESTA:
1.-REFERENTE AL PUNTO 4 INCISO A DOCUMENTACIÓN LEGAL Y DE IDENTIFICACIÓN A.1 PARA LAS PERSONAS MORARES PUNTO VI- SOLICITAN SE PRESENTE ORIGINAL Y COPIA DE CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL DEL PARTICIPANTE, HOY EN DÍA SON DOCUMENTOS QUE EL SHCP EMITE VÍA ELECTRÓNICA SERÁ SUFICIENTE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO CON PRESENTAR UNA IMPRESIÓN DEL DOCUMENTO EMITIDO.	SE ACEPTA LA PROPUESTA
2.-REFERENTE AL PUNTO 4 INCISO B) PROPUESTA TÉCNICA PUNTO VII EN EL CUAL SOLICITAN PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA CUAL SE COMPROMETE A ENTREGAR PÓLIZA DE GARANTÍA CONCUNA VIGENCIA DE 24 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, PARA LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN EL ANEXO I TÉCNICO LOTE 4 ROPERÍA LA GARANTÍA PARA ESTOS PRODUCTOS NO PUEDE SER MAYOR A 12 MESES	SE ACEPTA SU PROPUESTA.



Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

SERVICIOS DE SALUD
DE SINALOA

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. SSS-LA-004-2019

“EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE MAZATLÁN DR. MARTINIANO CARVAJAL”

<p>YA QUE SON PRODUCTOS DE ALTA ROTACIÓN PARA LOS ARTÍCULOS SOLICITADOS EN ESTE LOTE SE PODRÁ ENTREGAR CARTA MANIFESTANDO SOLO LOS 12 MESES DE GARANTÍA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO.</p>	<p>3.-REFERENTE AL PUNTO 4 INCISO B) PROPUESTA TÉCNICA PUNTO X EN EL CUAL SOLICITAN PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA CUAL SE COMPROMETE A ENTREGAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DURANTE 24 MESES EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO PARA LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN EL LOTE 4 ROPERÍA NO APLICA LO SOLICITADO SERÁ SUFICIENTE CON MANIFESTAR EN LA CARTA QUE NO APLICA PARA LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN EL LOTE 4 ROPERÍA, PODRÁ APLICAR.</p>	<p>NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. SE SOLICITARÁ POR 12 MESES EN CASO DE DEFECTO DE FABRICACIÓN, YA QUE NO TODA LA ROPERÍA SE USA DIARIAMENTE, ES DE ACUERDO A NECESIDADES.</p>
<p>4.-REFERENTE AL PUNTO 4 INCISO B) PROPUESTA TÉCNICA PUNTO XIII EN EL CUAL SOLICITAN: CATÁLOGOS, FOLLETOS, HOJAS DE SEGURIDAD, CERTIFICADOS DE ANÁLISIS Y CALIBRACIÓN, GUÍAS RÁPIDAS O DE SERVICIO ORIGINALES QUE CONTENGAN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO II, O EN SU CASO COPIA SIMPLE DEL MANUAL EN DONDE SE HAGA REFERENCIA A LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN DICHO ANEXO. DEBERÁ PRESENTARLOS EN IDIOMA ESPAÑOL O TRADUCIDOS EN ESPAÑOL. ESTO SIN OMITIR QUE A LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS SE DEBERÁN ENTREGAR IMPRESOS DICHO MANUALES EN CADA UNIDAD MÉDICA OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN. (NO APLICA PARA LOS EQUIPOS PROPIEDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA.)</p> <p>PARA EL LOTE 4 REFERENTE A ROPERÍA SOLTAMOS CONSIDEREN QUE SE PRESENTE DE MANERA OBLIGATORIA ENTREGA DE MUESTRA POR CADA RENGLÓN SOLICITADO EN ESTE LOTE CON LA FINALIDAD QUE EL INSTITUTO CUENTE CON LOS PRODUCTOS PARA PODER VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS MISMOS Y DE ESA MANERA CUBRIR SUS NECESIDADES, PODRÁ APLICAR, EN CASO DE QUE LA RESPUESTA SEA AFIRMATIVA LAS MUESTRAS LAS ENTREGAREMOS EL DÍA DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS CONJUNTAMENTE CON LOS SOBRES.</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p>	
<p>5.- REFERENTE AL ANEXO I TÉCNICO LOTE 3 LAVANDERÍA ESTOS EQUIPOS AL MOMENTO DE LA INSTALACIÓN EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE YA CONTARA CON LAS BASES PARA LA COLOCACIÓN Y ANCLAJE DE LOS EQUIPOS LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DEMAS INSTALACIONES QUE SE REQUIEREN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTOS O SE TENDRÁ QUE REALIZAR TAMBIÉN TODAS LAS INSTALACIONES PARA QUE SEA CONSIDERADAS EN EL COSTO DE LOS EQUIPOS FAVOR DE ACLARAR.</p>	<p>YA SE CUENTA CON BASES, NO HAY ANCLAJES, EL RESTO SE TIENE LISTO.</p>	
<p>6.-REFERENTE AL ANEXO TÉCNICO LOTE ROPERÍA ESTOS</p>	<p>SE ACEPTA SU</p>	

Elvira Jarama

[Signature]

[Signature]
SR

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

SERVICIOS DE SALUD
DE SINALOA

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. SSS-LA-004-2019

“EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE MAZATLÁN DR. MARTINIANO CARVAJAL”

<p>PRODUCTOS ESTÁN CATALOGADOS POR LA COFERIS DE ACUERDO AL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN EL CUAL COMO APARECEN LOS ARTÍCULOS DE MATERIAL DE CURACIÓN DE BAJO RIESGO POR LO QUE REQUIEREN ALGUNO DE ELLOS REGISTRO SANITARIO VIGENTE DE ACUERDO AL ANEXO I PUBLICADO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SOLICITEN EL REGISTRO PARA LOS ARTÍCULOS QUE CORRESPONDA Y SEA PARTE INTEGRAL Y OBLIGATORIA DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS Y CON ESTO LA SECRETARÍA TENDRÁ GARANTÍA DE PRONTOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE Y LE SERVIRÁ PARA SU CERTIFICACIONES DEL HOSPITAL PODRÁ APLICARLO SOLICITADO.(ANEXO DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y ANEXO I)</p>	<p>PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p>
<p>7.- REFERENTE AL PUNTO 4 INCISOS B) PROPUESTA TÉCNICA HACEN MENCIÓN DESPUÉS DEL PUNTO XVII LO SIGUIENTE: TODA LA DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN (DOCUMENTACIÓN LEGAL, PROPUESTA TÉCNICA, PROPUESTA ECONÓMICA) DEBERÁ ENTREGARLA AL 100% EN MEDIO MAGNÉTICO (USB), EN FORMATO PDF, POR DUPLICADO SEÑALANDO EL PUNTO AL QUE PERTENECEN, DEBIENDO CONCORDAR LA INFORMACIÓN EN MEDIO ELECTRÓNICO CON LO PRESENTADO FÍSICAMENTE, ADEMÁS DE LAS TRADUCCIONES DEL INGLÉS A ESPAÑOL CUANDO PRESENTEN DOCUMENTOS EN IDIOMA DIFERENTE AL ESPAÑOL Y CUANDO SEA EL CASO. Y EN EL INCISO C) PROPUESTA ECONÓMICA PUNTO IV SOLICITAN DEBERÁ ADJUNTAR DISCO COMPACTO (CD) O MEMORIA USB, LA CUAL CONTENDRÁ ARCHIVOS CON EL TOTAL DE SUS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA, EN FORMATO PDF Y EXCEL IDENTIFICADOS CON EL INCISO NUMERAL DE LAS BASES EN EL QUE SE ESTÉ DANDO CUMPLIMIENTO. LAS PREGUNTAS SON: SE ENTREGARÁ DISCO COMPACTO CD O EN USB Y CUANTAS SE DEBERÁN DE ENTREGAR YA LO SOLICITAN EN AMBOS PUNTOS FAVOR DE ACLARAR.</p>	<p>SE ACLARA QUE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL, PROPUESTA TÉCNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA DEBERÁ ENTREGARSE, ADEMÁS DE LA CARPETA QUE CONTENGA DICHA DOCUMENTACIÓN, EN MEDIO MAGNÉTICO (USB) O DISCO COMPACTO (CD) POR DUPLICADO.</p>
<p>8.- DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA Y PROPUESTAS TÉCNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA TODO EN CONJUNTO SE ENTREGARÁ EN UN SOLO SOBRE FAVOR DE ACLARAR.</p>	<p>DE PREFERENCIA EN UN SOLO SOBRE, SEPARANDO LO LEGAL, TÉCNICO Y ECONÓMICO, LO ANTERIOR, PARA MAYOR CONTROL Y ADECUADA APRECIACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTEN LOS LICITANTES.</p>

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten initials "SR" in blue ink]

[Handwritten signatures and initials in blue ink at the top of the page]

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
No. SSS-LA-004-2019

“EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE MAZATLÁN DR. MARTINIANO CARVAJAL”

2) AL TORO QUE ES UNA MONA, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS:	RESPUESTA:
<ul style="list-style-type: none"> En el inciso B) Propuesta Técnica (página 7), a que se refieren con “copias simples de las normas a que se sujetan los bienes a ofertar por parte de los licitantes”? 	<p>SE REFIERE A QUE LOS LICITANTES DEBERÁN DE AGREGAR COPIAS SIMPLE DE LAS NORMAS OFICIALES QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES QUE OFERTAN, EN LOS CASOS EN LOS QUE SE ESTÁ SUJETO A ALGUNA NORMATIVIDAD OFICIAL.</p>
<p>En ese mismo inciso, B) Propuesta Técnica, punto XVI (página 9), se menciona que se deberán presentar los “contratos celebrados con dependencias de la administración pública y con particulares”. Será posible entregar en lugar de contratos, copias de órdenes de compra? ¿O bien, con que otros documentos pudiera cumplir con este requisito?. Nuestra compañía no maneja contratos con los clientes, los pedidos se realizan mediante órdenes de compra</p>	<p>SE ACEPTA ORDENES DE COMPRA, PEDIDOS, O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE FEHACIENTEMENTE LA RELACIÓN COMERCIAL ENTRE LA LICITANTE Y DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES Y/O EMPRESAS DE LA INICIATIVA PRIVADA, POR UN PERIODO DE 2 AÑOS ANTERIORES A LA ENTREGA DE LA PROPUESTA.</p>
<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo a las Bases, inciso B) Propuesta Técnica, punto VIII, respecto a la póliza de garantía con vigencia de 24 meses, cabe señalar que los equipos ofertados ofrecen sus garantías de la siguiente manera: <u>Equipos de Refrigeración:</u> Garantía de 1 año en piezas y mano de obra, estarán libres de defectos en materiales y problemas de fabricación bajo condiciones normales de uso y mantenimiento durante un periodo de 1 año desde la fecha de instalación (fecha de inicio de la garantía), pero en ningún caso exceder de 18 meses desde la fecha de envío desde la fábrica. Si hay un defecto de material o problema de fabricación será cubierta por esta garantía, durante el periodo que la 	<p>SI ES FABRICANTE COMO SE SEÑALA EN PÓLIZA. Y SI ES PROVEEDOR QUE SEAN LOS 18 MESES QUE SE SOLICITAN.</p>

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
No. SSS-LA-004-2019

“EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE MAZATLÁN DR. MARTINIANO CARVAJAL”

<p>garantía está en vigor, el proveedor reparará o reemplazará esa parte del equipo que presenta defectos y cubrirá costos de mano de obra dentro del período de garantía correspondiente. Garantía de 3 años adicional en compresor por defectos en mano de obra y material, bajo el servicio normal y adecuado uso y mantenimiento. La garantía extendida no aplica a gabinete, kit de arranque, control de temperatura, montaje de ventilador o cualquier otro componente eléctrico o mecánico. <u>Equipos a gas:</u> Garantía por 1 año a partir de la fecha de entrega del equipo contra defectos, materiales y mano de obra de empleados en la fabricación del equipo. Todas las partes para el control y flujo de corriente eléctrica, hidráulico y gas, gozarán de una garantía de 90 días. Fallas ocasionadas por variación de voltaje no se cubren en garantía.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> En relación al Lote 5 (Acero Inoxidable), ¿debemos considerar que todos los bienes (tarjas, mesas, repisas, lavabos, llaves, gabinetes, etc) son en acero inoxidable, a menos que se señale lo contrario? 	<p>SON DE ACERO INOXIDABLE COMO SE SEÑALA EN EL LOTE. FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Referente al Lote 1 (Cocina), ¿Debo considerar que todos los bienes ahí descritos como “INSERTO”, “TAPA” y “ANAQUEL” que no especificuen algún tipo de material especial, son en Acero Inoxidable? 	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</p>

LAS ACLARACIONES, ACUERDOS Y MODIFICACIONES TOMADAS EN LA PRESENTE REUNIÓN, PASAN A FORMAR PARTE INTEGRAL DE LAS BASES EMITIDAS PARA LA PRESENTE LICITACION.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS ONCE HORAS DEL MISMO DIA DE INICIADO EL PRESENTE ACTO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, PREVIA LECTURA DE LA MISMA.

Handwritten signatures and initials in blue ink are present throughout the page, including a large signature at the top left, a signature at the top center, a signature at the top right, and several initials and signatures at the bottom of the page.



Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

SERVICIOS DE SALUD
DE SINALOA

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. SSS-LA-004-2019

“EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE MAZATLÁN DR. MARTINIANO CARVAJAL”

POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS:

ING. ARMANDO ENRIQUE APODACA SOTO. DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	
DR. PRISCILIANO LEÓN BUENO. REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE ATENCION MÉDICA	
DR. GONZALO REYNAGA SOLIS. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD.	
LIC. SERGIO LUIS ROMERO Y GARCÍA. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA Y DE NORMATIVIDAD.	
LIC. EDGAR JOEL CASTRO SOTO. REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL Y EVALUACION	

INVITADOS

LIC. NORMA AURORA ARCE MIRANDA. JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	
ING. RAFAEL DAVID DE LA PEÑA PIÑA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN Y EQUIPO MÉDICO.	

POR LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS:

ING. CATALINA DÍAZ ARMENDARIS. REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTRAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA.	
---	--

POR LOS LICITANTES:

C. AMPARO SANDOVAL ROBLES. REPRESENTANTE DE LA EMPRESA AL TORO QUE ES UNA MONA, S.A. DE C.V.	
C. JOEL VALDÉS SOTO. REPRESENTANTE DE LA EMPRESA MOBILIARIOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	



Servicios de Salud de Sinaloa
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales


SERVICIOS DE SALUD
DE SINALOA

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
No. SSS-LA-004-2019

“EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE MAZATLÁN DR. MARTINIANO CARVAJAL”

POR LOS OBSERVADORES:

C. MINERVA COTA S.
DE LA EMPRESA AL TORO QUE ES UNA MONA, S.A.
DE C.V.



SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. SSS-LA.004-2019, PARA EL "EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE MAZATLÁN DR. MARTINIANO CARVAJAL".