SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. SSS-LPN-021-2026

Relativa a la adquisición de "Equipo Médico y de Laboratorio".

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 10:00 horas, del día 21 de octubre de 2026, en la sala de juntas de los Servicios de Salud de Sinaloa, ubicada en calle Cerro Montebello No. 150 oriente, colonia Montebello, se reunieron los Servidores Públicos, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones para la adquisición de **"Equipo Médico y de Laboratorio"** solicitado por la Dirección de Atención Médica de los Servicios de Salud de Sinaloa; a la convocatoria de la Licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 40 y 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa (Ley), así como el numeral 2 de la convocatoria a la licitación.

Este Acto fue presidido por el C. Eduardo Aguirre Medina, Director Administrativo de los Servicios de Salud de Sinaloa y asistido por la Ing. Karla Osiris Soto Espinoza, Jefe del Departamento de Recuperación de Equipo Médico, conforme a las facultades que le confiere los artículos 17 y 18 del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa, quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el Artículo 41 de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta junta de aclaraciones, de forma presencial, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido a más tardar a las 10:00 horas, del día 20 de octubre de 2026. Caso contrario, se les permitirá su asistencia como observadores sin poder formular preguntas.

A continuación, se dio inicio al evento señalando que se recibió en tiempo y forma, de conformidad al Artículo 41 de la Ley, la solicitud de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, de las siguientes empresas:

No	Nombre, razón o denominación social	Forma de presentación	No. de preguntas
1.-	GERARDO VEGA VALADEZ	ELECTRÓNICA	4
2.-	JESÚS RODOLFO BAJO LEYVA	ELECTRÓNICA	4
3.-	NORTECHMEDICAL, S.A. DE C.V.	ELECTRONICA	22
4.-	PRAHMEDIC, SA. DE C.V.	ELECTRONICA	1
5.-	DEWIMED, S.A.	ELECTRONICA	21
6.-	CONSERMED LIFE, S.A. de C.V.	ELECTRONICA	11

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. SSS-LPN-021-2026

Relativa a la adquisición de "Equipo Médico y de Laboratorio".

7.-	CORPORATIVO MS SISTEMAS MÉDICOS, S.A. DE C.V.	ELECTRONICA	19
8.-	INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.	ELECTRONICA	65
9.-	MEDSOLUTIONS, S.A DE C.V.	ELECTRONICA	14
10.-	GROUP IGE SALUD, S. DE R.L. DE C.V.	ELECTRONICA	34
11.-	AR BIOMEDICAL SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	ELECTRONICA	6

Acto seguido, se procedió a la lectura de las aclaraciones de los licitantes, presentado en tiempo y forma, como se indica a continuación:

Solicitudes de aclaración efectuadas por:

GERARDO VEGA VALADEZ

Preguntas Técnicas:

1.- PREGUNTA:
Propuesta técnica punto 4.2.3 presentación de carta de apoyo del distribuidor y fabricante: pedimos se omita este punto ya que Viola a la Libre Competencia, exigir una carta exclusiva del fabricante limita la participación de intermediarios o distribuidores mayoristas legítimos que podamos ofrecer los mismos bienes, comprometiéndonos con las garantías y calidad de cada bien ofertado.
¿De ser negativa su respuesta favor de documentar?

RESPUESTA: No se acepta, Se mantiene lo establecido en el numeral 4.2.3 de las bases de la licitación, toda vez que dicho requisito tiene como finalidad garantizar el respaldo del fabricante, la originalidad de los bienes ofertados, su suministro oportuno, el cumplimiento de las garantías y la disponibilidad de soporte técnico y refacciones. Asimismo, se precisa que no se exige exclusividad comercial, permitiéndose la participación de licitantes respaldados por fabricantes o distribuidores autorizados.

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. SSS-LPN-021-2026

Relativa a la adquisición de "Equipo Médico y de Laboratorio".

2-PREGUNTA:
Partida 12 Esfigmómetro de pared y 13 estuche de diagnóstico hospitalario ficha técnica menciona instalación, ¿debemos considerar la instalación de las diferentes unidades médicas?
El ser positiva la respuesta cuento tiempo de dará para culminar con la instalación ya que se debe considerar instalación, materiales dependiendo del material de cada pared o área de colocación (taladrar en material cemento, tablaroca, etc).

RESPUESTA: Sí, es correcto. El licitante adjudicado deberá considerar la instalación de los equipos correspondientes a las partidas 12 y 13 en las diferentes unidades médicas de destino, incluyendo los materiales y accesorios necesarios para su correcta instalación, de acuerdo con las condiciones de cada área. Para llevar a cabo dichos trabajos, se otorgará un plazo máximo de 10 días hábiles, contados a partir de la entrega de los equipos.

3-PREGUNTA:
Partida 11 esfigmómetro portátil, 12 Esfigmómetro de pared, y partida 15 esfigmómetro mercurial portátil; acepta que se entregue 2 brazaletes por equipo (pediátrico y adulto) que son los de uso estándar.

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.

4-PREGUNTA:
Partida 13 estuche de diagnóstico básico: ficha técnica punto 3.1 consumibles: las cantidades serán determinadas de acuerdo a las necesidades operativas de las unidades médicas, verificando compatibilidad para la marca y modelo. ´Pedimos omitir dicho punto al no ser claro.

RESPUESTA: SE ACEPTA SU SOLICITUD. Se elimina el numeral 3.1, correspondiente a consumibles, de la ficha técnica de la partida 13, con la finalidad de brindar mayor claridad y certeza a los licitantes respecto a los requisitos técnicos solicitados.

JESÚS RODOLFO BAJO LEYVA

A) Preguntas administrativas:

1.- Solicitamos eliminar punto 4.2.3. Presentar carta de apoyo por parte del fabricante o distribuidor autorizado (en caso de distribuidor autorizado, deberá acompañar carta del fabricante donde se especifique que es distribuidor autorizado), dicha carta deberá presentarse en original y contener como mínimo la razón social de la empresa, números de

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. SSS-LPN-021-2026

Relativa a la adquisición de "Equipo Médico y de Laboratorio".

teléfonos, correo electrónico, domicilio de la empresa, debiendo estar firmada por el propietario, representante legal. Las cartas presentadas deberán avalar el 100% de los renglones ofertados.
Por lo menos de las partidas 1- 6-9-10-11-12-13-14 y 15

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, Se mantiene lo establecido en el numeral 4.2.3 de las bases de la licitación, toda vez que dicho requisito tiene como finalidad garantizar el respaldo del fabricante, la originalidad de los bienes ofertados, su suministro oportuno, el cumplimiento de las garantías y la disponibilidad de soporte técnico y refacciones. Asimismo, se precisa que no se exige exclusividad comercial, permitiéndose la participación de licitantes respaldados por fabricantes o distribuidores autorizados.

2- Pregunta: ¿no existe una secuencia en las partidas? ¿Se omite la partida 5 es correcta nuestra apreciación?

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. Se modifica y corrige la numeración consecutiva de las partidas, toda vez que se identificó una inconsistencia en su secuencia, derivada de la omisión de un número. Lo anterior, con la finalidad de mantener un orden consecutivo y brindar mayor claridad a los licitantes, sin modificar el contenido ni las especificaciones técnicas de las partidas.

3-Pregunta: ¿existen varias partidas que se ocupa de la instalación de los equipos como las partidas 12,13,6, es importante considerar las instalaciones de estos equipos, sin adecuaciones es correcta nuestra apreciación? ¿La unidad médica contara con las adecuaciones necesarias para la colocación de los equipos?

RESPUESTA: Las unidades médicas ya cuentan con las adecuaciones necesarias en las áreas indicadas, el licitante solo deberá considerar la instalación básica de los bienes ofertados.

4- Pregunta: ¿De no contar con las instalaciones correctas para la instalación de los equipos se considerará al proveedor hasta que la unidad realice las adecuaciones sin ser esto penalización o costo adicional para el proveedor que resulte ganador?

RESPUESTA: Las unidades ya cuentan con las áreas, sin embargo si se presentara algún imprevisto y se requiere de más tiempo, se tiene que solicitar la prorroga correspondiente para que no genere penas convencionales. Cualquier adecuación al inmueble correrá por cuenta de la unidad.

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. SSS-LPN-021-2026

Relativa a la adquisición de "Equipo Médico y de Laboratorio".

NORTECHMEDICAL, S.A. DE C.V.

Preguntas administrativas:

1.- Referencia: Numeral 4, primer párrafo, y numeral 4.2.7. La convocatoria indica que se presentará una proposición por renglón en sobre cerrado. ¿Debe el licitante entregar un sobre independiente por cada renglón ofertado, o puede entregar un solo sobre cerrado que contenga la documentación legal y de identificación una sola vez y las propuestas técnica y económica separadas e identificadas por renglón? En su caso, ¿el medio magnético por duplicado se entrega uno por sobre o uno por toda la proposición?

RESPUESTA: Los licitantes deberán presentar un solo sobre, independientemente en los renglones que participen, aclarando que no es necesario presenta ningún documento por repetido.

2.- Referencia: Numeral 4.2.3. La convocatoria señala como causal de descalificación que la carta de apoyo se presente firmada por ausencia o por poder. ¿Confirma la convocante que es válida la carta firmada por el apoderado legal del fabricante o del distribuidor autorizado que cuente con poder notarial vigente con facultades para ello, y que la causal se refiere únicamente a firmas por ausencia o por poder simple de un tercero?

RESPUESTA: Afirmativo es correcta su apreciación.

3.- Referencia: Numeral 4.2.3. Tratándose de fabricantes extranjeros, ¿se acepta la carta de apoyo emitida por la filial establecida en México del fabricante, o por el titular del registro sanitario en México, firmada por su representante legal?

RESPUESTA: Se acepta de ambas representaciones, sin ser limitante para los demás licitantes. Así como la presentación de carta de apoyo emitida por el distribuidor autorizado en México, siempre y cuando se acompañe de la carta del fabricante que acredite su carácter de distribuidor autorizado, debidamente firmada por su representante legal, conforme a lo establecido en el numeral 4.2.3 de las bases de la licitación.

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. SSS-LPN-021-2026

Relativa a la adquisición de "Equipo Médico y de Laboratorio".

4.- Referencia: Numeral 4.2.3. Cuando el licitante oferte renglones de distintos fabricantes, ¿se confirma que el requisito de avalar el 100% de los renglones ofertados se cumple presentando una carta por cada fabricante que ampare los renglones de su marca, y no una sola carta que ampare todos los renglones de la proposición?

RESPUESTA: Los licitantes deberán presentar carta de apoyo del fabricante de acuerdo a las marcas ofertadas en cada renglón.

5.- Referencia: Numeral 4.2.4. ¿Se acepta el registro sanitario cuyo titular sea el importador o la filial en México del fabricante, distinto del laboratorio fabricante, siempre que ampare la marca y el modelo ofertados? Asimismo, cuando el registro haya sido emitido de forma digital por COFEPRIS sin reverso, ¿es suficiente presentar copia legible del documento completo emitido?

RESPUESTA: Se acepta sin ser limitante para los demás licitantes, siempre y cuando se demuestre la trazabilidad de la marca.

6.- Referencia: Numeral 4.2.5. ¿Se acepta que la identificación de cada especificación en catálogos, fichas técnicas o folletos se realice mediante marcado o subrayado con referencia cruzada al número de característica de la ficha técnica del Anexo I-A, incluyendo manuales de usuario o de servicio del fabricante como documento de soporte? ¿La traducción simple al español puede ser elaborada por el licitante?

RESPUESTA: Las especificaciones técnicas deberán identificarse mediante marcado o subrayado en los catálogos, fichas técnicas, folletos o manuales del fabricante, acompañados del Anexo I-A, en el cual se deberá indicar el número de punto, la descripción de la característica solicitada y la página del documento donde se encuentra la referencia correspondiente, a fin de facilitar su verificación y evaluación técnica. Asimismo, se acepta la traducción simple al español elaborada por el licitante, siempre que sea fiel al contenido del documento original.

7.- Referencia: Numerales 4.1.9 y 4.1.10. Para la vigencia de la constancia del INFONAVIT (no mayor a 30 días) y de la opinión de cumplimiento del IMSS (no mayor a 15 días), ¿se computa el plazo con referencia a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones del 28 de octubre de 2026?

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. SSS-LPN-021-2026

Relativa a la adquisición de "Equipo Médico y de Laboratorio".

RESPUESTA: Afirmativo es correcta su apreciación.

8.- Referencia: Numeral 5, último párrafo. Respecto del margen de preferencia de hasta 5% para proveedores del Estado de Sinaloa previsto en el artículo 13 de la Ley, ¿qué documentos debe presentar el licitante para acreditar su condición de proveedor del Estado y en qué sobre deben incluirse para que sea considerado en la comparación económica?

RESPUESTA: El margen del 5% solo aplica para fabricantes en el estado de Sinaloa, por lo que con los registros sanitarios serán los documentos para acreditar el otorgamiento de dicho beneficio.

9.- Referencia: Numeral 7. ¿Confirma la convocante que el plazo de entrega de 20 días hábiles se computa a partir de la notificación del fallo y no de la firma del contrato? En caso de diferirse la fecha del fallo conforme al numeral 4.3, ¿se mantendrá el mismo plazo de 20 días hábiles a partir de la nueva fecha de notificación?

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, Se confirma que el plazo de entrega de los bienes será de 20 días hábiles contados a partir de la notificación del fallo. En caso de diferirse la fecha del fallo, se mantendrá el mismo plazo de 20 días hábiles, computados a partir de la nueva fecha de notificación del fallo.

10.- Referencia: Numerales 3 y 7. Considerando que el contrato tendrá alcance al ejercicio fiscal vigente, si la fecha de entrega resultante del cómputo de 20 días hábiles rebasa el 31 de diciembre de 2026, ¿cuál será la fecha límite de entrega aplicable?

RESPUESTA: En caso de que el plazo de 20 días hábiles para la entrega de los bienes rebase el 31 de diciembre de 2026, se establece como fecha límite de entrega el 28 de diciembre de 2026, considerando que la contratación corresponde al ejercicio fiscal vigente.

11.- Referencia: Numeral 8 y Anexo VI. ¿Se permiten entregas parciales por unidad médica conforme al Anexo V, con acta de entrega-recepción y factura por cada unidad, y el trámite de pago correspondiente a cada entrega parcial, sin esperar la entrega total del renglón?

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. SSS-LPN-021-2026

Relativa a la adquisición de "Equipo Médico y de Laboratorio".

RESPUESTA: Se podrán realizar pagos parciales contra acta entrega recepción y factura por cada unidad.

12.- Referencia: Numeral 8. Para los equipos que requieren instalación, puesta en marcha y capacitación, ¿estas actividades deben concluirse dentro del plazo de 20 días hábiles, o pueden programarse con el área usuaria después de la firma del acta de entrega-recepción sin que ello genere pena convencional?

RESPUESTA: Únicamente los licitantes en los renglones 12 y 13 se le otorgará 10 días hábiles adicionales para la instalación y puesta en marcha.

13.- Referencia: Numeral 9. La convocatoria indica que la garantía será de 12 o 24 meses según la ficha técnica. ¿Puede la convocante precisar el periodo de garantía aplicable a cada renglón cuando la ficha técnica del Anexo I-A no lo indique expresamente?

RESPUESTA: El periodo de garantía aplicable a cada bien se encuentra expresamente establecido en su respectiva ficha técnica del Anexo I-A, por lo que deberá atenderse al plazo señalado en cada una de ellas.

14.- Referencia: Numeral 13. Para el cálculo de la pena convencional de 0.5% por día de atraso, ¿se confirma que la base de cálculo es el importe de los bienes no entregados oportunamente y no el importe total del contrato?

RESPUESTA: Afirmativa es correcta su apreciación

15.- Referencia: Numeral 16. Si un mismo licitante resulta adjudicado en varios renglones, ¿se formalizará un solo contrato con una sola fianza de cumplimiento por el 10% de su monto total sin IVA?

RESPUESTA: Afirmativo es correcta su apreciación.

16.- Referencia: Numeral 4.3.2 y Anexo II. ¿El precio unitario debe expresarse con dos decimales y el IVA desglosado por renglón? ¿Los precios deben incluir flete, maniobras, instalación y capacitación hasta cada unidad médica señalada en el Anexo V?

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. SSS-LPN-021-2026

Relativa a la adquisición de "Equipo Médico y de Laboratorio".

RESPUESTA: Afirmativo deberá expresarse con dos decimales y considerar todos los costos de flete, maniobra, instalación, capacitación, hasta la puesta en marcha en cada unidad médica por parte del licitante.

Preguntas Técnicas:

17.- Referencia: Generales, Anexo I-A. Para los equipos electromédicos, ¿la convocante acepta equipos con alimentación eléctrica de 120 V / 60 Hz con clavija grado hospital, y confirma que los accesorios y consumibles requeridos son únicamente los enumerados en la ficha técnica de cada renglón?

RESPUESTA: Se solicita a los licitantes apegarse estrictamente a las características, especificaciones técnicas, accesorios y consumibles establecidos en las fichas técnicas correspondientes a cada uno de los equipos, conforme al Anexo I-A de las bases de la licitación.

18.- Referencia: Generales, Anexo I-A. Cuando la ficha técnica indique características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas, ¿puede la convocante precisar la configuración que deberá ofertarse para cada renglón, a fin de que todas las proposiciones se evalúen de manera homogénea?

RESPUESTA: Se clarifica a los licitantes que la configuración a ofertar para cada renglón deberá ser aquella que cumpla y garantice cabalmente con las especificaciones técnicas mínimas descritas en el Anexo I-A de la presente convocatoria.

Tratándose de características seleccionables, el licitante deberá ofertar la configuración estándar o modular que satisfaga las necesidades operativas de las unidades médicas señaladas en las bases, asegurando que todos los elementos propuestos sean compatibles y funcionales para su debida operación.

19.- Referencia: Renglón 15, clave 531.116.0328, esfigmomanómetro mercurial portátil. En atención al Convenio de Minamata sobre el Mercurio, ratificado por el Estado Mexicano, que prevé la eliminación de los esfigmomanómetros con mercurio, ¿la convocante acepta ofertar esfigmomanómetro aneroide o digital, conservando el resto de las especificaciones del renglón?

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. SSS-LPN-021-2026

Relativa a la adquisición de "Equipo Médico y de Laboratorio".

RESPUESTA: Se acepta ofertar esfigmomanómetro de columna libre de mercurio, con líquido de medición alternativo, siempre que sea apto para uso médico y garantice la precisión y confiabilidad de las mediciones, conservando las demás características técnicas y funcionales solicitadas en la ficha correspondiente.

20.- Referencia: ELECTRO-531.328.0221, unidad de electrocirugía avanzada con sellado o termofusión de vasos. 2.1 Accesorios: Carro para montaje de equipo. ¿El carro de traslado puede ser genérico o debe ser del fabricante de la marca de la unidad de electrocirugía?

RESPUESTA: Se acepta su solicitud sin ser limitante para los demás licitantes.

21.- Referencia: ELECTRO-531.328.0221, 2.6.- Deberá incluir instrumento electroquirúrgico bipolar avanzado, tipo pinza, para sellado vascular y disección de tejidos, compatible con el generador electroquirúrgico ofertado, con capacidad de aplicación de energía controlada para sellado de vasos sanguíneos de hasta 7 mm de diámetro, con sistema de corte integrado y mecanismo de activación manual y/o mediante pedal, según la configuración del sistema. Pregunta: ¿la pinza solicitada deberá ser para uso de cirugía abierta o laparoscópica?

RESPUESTA: Se solicita pinza laparoscópica

22.- Referencia: ELECTRO-531.328.0221, Consumibles 3.1.- Dos kits de arranque (pinza bipolar, lápiz monopolar, electrodo de retorno, lápiz de marcaje). Pregunta: ¿La pinza bipolar se requiere curva o recta y si hay alguna referencia en la medida?

RESPUESTA: En el Kit se consideran dos: una pinza recta y una pinza curva

PRAHMEDIC, SA. DE C.V.

A) Preguntas Técnicas:

1.- Pregunta: Partida 8 RADIOVISIÓGRAFO DENTAL DIGITAL INTRAORAL En relación con la especificación que establece: "Sensor con capacidad de adquisición de imágenes diagnósticas en diferentes condiciones de exposición radiográfica", solicitamos atentamente a la convocante aclarar si dicha característica se refiere a la

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. SSS-LPN-021-2026

Relativa a la adquisición de "Equipo Médico y de Laboratorio".

capacidad del sensor para obtener imágenes diagnósticas ante variaciones en los parámetros de exposición del equipo de rayos X, tales como el tiempo de exposición y la dosis de radiación, manteniendo una calidad de imagen adecuada para el diagnóstico odontológico.

Asimismo, agradeceremos precisar si se requiere algún rango específico de exposición o criterio técnico de calidad de imagen para acreditar el cumplimiento de esta característica. ----------?

RESPUESTA: La característica solicitada se refiere a la capacidad del sensor intraoral para adquirir imágenes radiográficas con calidad diagnóstica adecuada ante variaciones en los parámetros de exposición del equipo de rayos X dental. Para efectos de evaluación técnica, se precisa que se requiere un sensor con capacidad de adquisición de imágenes diagnósticas en diferentes condiciones de exposición radiográfica, considerando como referencia un rango de dosis de 0.020 a 2.000 mGy y tiempos de exposición de 0.04 a 0.63 segundos, bajo condiciones de prueba de 65 kVp y 6 mA. El licitante deberá acreditar mediante documentación técnica oficial del fabricante la capacidad de adquisición de imágenes diagnósticas en el rango señalado o demostrar un desempeño equivalente, conforme a las condiciones de prueba documentadas.

DEWIMED, S.A.

A) Preguntas administrativas:

1.- Solicitamos a la convocante acepte ampliar el tiempo de entrega a 60 días, en virtud de que los bienes que ofertamos son de importación, tomando en cuenta el tiempo de producción y envió, así como la saturación aduanal, es que solicitamos se tomen en cuenta estos factores, a fin de estar en posibilidades de entregar en tiempo y forma. ¿Se acepta nuestra petición?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA. El licitante deberá apegarse al plazo de entrega establecido en las bases de la convocatoria, toda vez que dicho plazo responde a las necesidades operativas de las unidades médicas y a la programación institucional para la recepción y puesta en funcionamiento de los equipos. Por lo anterior, se mantienen sin modificación las condiciones y los tiempos de entrega originalmente establecidos.

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. SSS-LPN-021-2026

Relativa a la adquisición de "Equipo Médico y de Laboratorio".

B) Preguntas Técnicas:

1.- Partida 2, unidad de electrocirugía avanzada con sellado o termofusión de vasos, punto 1.4.2.3. Solicitamos a la convocante nos permita referenciar este punto en el modo "Coagulación moderada", dado que, en la documentación oficial, el fabricante utiliza este término para referirse al "Soft Coag". ¿Se acepta?

RESPUESTA: Se acepta su solicitud sin ser limitante para los demás licitantes. Se permite referenciar el modo como "Coagulación moderada", siempre que se acredite documentalmente su equivalencia con el modo Soft Coag y el cumplimiento de la potencia solicitada.

2.- Partida 2, unidad de electrocirugía avanzada con sellado o termofusión de vasos, punto 1.4.3.1. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un equipo con 4 modos de coagulación bipolar, los cuales tienen un rango de 1-120 w, 5-120 w, 0.1-40 w, 1-100 w. Esto como tecnología equivalente del fabricante y como una mejora tecnológica, ya que, al ampliar el rango de potencia de salida permite tener una mayor versatilidad en las aplicaciones del equipo. ¿Se acepta?

RESPUESTA: Se acepta su solicitud sin ser limitante para los demás licitantes. Se aceptan los cuatro modos de coagulación bipolar propuestos, siempre que cumplan con los niveles de potencia y las funciones establecidas en la ficha técnica.

3.- Partida 2, unidad de electrocirugía avanzada con sellado o termofusión de vasos, punto 1.4.3.2. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un equipo con un modo de coagulación bipolar de 0.1-40W. Esto como tecnología equivalente del fabricante y como una mejora tecnológica ya que al ampliar el rango de potencia de salida permite tener una mayor versatilidad en las aplicaciones del equipo. ¿Se acepta?

RESPUESTA: Se acepta su solicitud sin ser limitante para los demás licitantes. Se acepta el rango propuesto, siempre que permita seleccionar la potencia de 15 W solicitada y cumpla con las características funcionales del modo bipolar de baja potencia.

4.- Partida 2, unidad de electrocirugía avanzada con sellado o termofusión de vasos, punto 1.4.3.3. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un equipo con 1 modo de coagulación bipolar, con un rango de 1-100 w. Esto como tecnología equivalente del

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. SSS-LPN-021-2026

Relativa a la adquisición de "Equipo Médico y de Laboratorio".

fabricante y como una mejora tecnológica ya que al ampliar el rango de potencia de salida permite tener una mayor versatilidad en las aplicaciones del equipo. ¿Se acepta?

RESPUESTA: Se acepta su solicitud sin ser limitante para los demás licitantes. Se acepta el rango propuesto, siempre que permita seleccionar la potencia de 40 W solicitada y cumpla con las características funcionales correspondientes.

5.- Partida 2, unidad de electrocirugía avanzada con sellado o termofusión de vasos, punto 1.4.3.4. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un equipo con 4 modos de coagulación bipolar, los cuales tienen un rango de 1-120 w, 5-120 w. Esto como tecnología equivalente del fabricante y como una mejora tecnológica ya que al ampliar el rango de potencia de salida permite tener una mayor versatilidad en las aplicaciones del equipo. ¿Se acepta?

RESPUESTA: Se acepta su solicitud sin ser limitante para los demás licitantes. Se aceptan los rangos propuestos, siempre que permitan alcanzar la potencia de 95 W solicitada y se garantice el cumplimiento de las funciones de coagulación bipolar establecidas en la ficha técnica.

6.- Partida 2, unidad de electrocirugía avanzada con sellado o termofusión de vasos, punto 1.10.2. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un equipo con un ancho de 43 cm, de acuerdo a la tecnología del fabricante, esto no demerita el uso del bien y permite una libre participación. ¿Se acepta?

RESPUESTA: Se acepta sin ser limitante para los demás licitantes

7.- Partida 2, unidad de electrocirugía avanzada con sellado o termofusión de vasos, punto 1.10.3. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un equipo con un largo de 47.5 cm, de acuerdo a la tecnología del fabricante, esto no demerita el uso del bien y permite una libre participación. ¿Se acepta?

RESPUESTA: Se acepta sin ser limitante para los demás licitantes

8.- Partida 2, unidad de electrocirugía avanzada con sellado o termofusión de vasos, punto 1.11. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un equipo con un peso de 12.5 kg de acuerdo a la tecnología del fabricante, esto no demerita el uso del bien y permite una libre participación. ¿Se acepta?

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. SSS-LPN-021-2026

Relativa a la adquisición de "Equipo Médico y de Laboratorio".

RESPUESTA: Las características solicitadas son las mínimas requeridas, podrá ofertar características superiores sin ser limitante para los demás licitantes

9.- Partida 2, unidad de electrocirugía avanzada con sellado o termofusión de vasos, punto 1.12.3. Solicitamos a la convocante nos permita referenciar este punto en unidad de medida de hPa, dado que, el fabricante utiliza esta unidad de medida en su documentación oficial. Esto permite la libre participación de los licitantes. ¿Se acepta?

RESPUESTA: Se acepta su solicitud sin ser limitante para los demás licitantes. Se permite referenciar la presión atmosférica en hectopascales (hPa), siempre que corresponda al rango de 700 a 1060 mbar establecido en la ficha técnica, considerando que ambas unidades son equivalentes.

10.- Partida 2, unidad de electrocirugía avanzada con sellado o termofusión de vasos, punto 2.3.1. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un pedal doble con conmutación para salida monopolar y bipolar, haciendo que solo se requiera un solo pedal para amabas salidas. Esto como una mejora tecnología y permite una libre participación de los licitantes ¿se acepta?

RESPUESTA: Las características solicitadas son las mínimas requeridas, podrá ofertar características superiores sin ser limitante para los demás licitantes

11.- Partida 2, unidad de electrocirugía avanzada con sellado o termofusión de vasos, punto 2.3.2. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un pedal doble con conmutación para salida monopolar y bipolar, haciendo que solo se requiera un solo pedal para amabas salidas. Esto como una mejora tecnología y permite una libre participación de los licitantes. ¿Se acepta?

RESPUESTA: Las características solicitadas son las mínimas requeridas, podrá ofertar características superiores sin ser limitante para los demás licitantes

12.- Partida 2, unidad de electrocirugía avanzada con sellado o termofusión de vasos, punto 2.6. Solicitamos a la convocante nos aclaré sí la pinza para sellado de vasos solicitada será utilizada para cirugías laparoscópicas o abiertas, o en su caso ambas. Favor de aclarar.

RESPUESTA: SE ACLARA QUE: La pinza deberá cumplir con las características técnicas y funcionales establecidas en el numeral 2.6 de la ficha técnica, incluyendo

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. SSS-LPN-021-2026

Relativa a la adquisición de "Equipo Médico y de Laboratorio".

la capacidad de sellado vascular de hasta 7 mm de diámetro y sistema de corte integrado.

13.- Partida 2, unidad de electrocirugía avanzada con sellado o termofusión de vasos, punto 2.6. En caso de requerir la pinza de sellado de vasos, solicitamos a la convocante nos permita realizar la entrega parcial de la partida, dado que, contamos con el equipo y accesorios a excepción de esta pinza para entrega inmediata; teniendo como tiempo de entrega de parte del proveedor de 45 días. ¿Se acepta?

RESPUESTA: Los licitantes deberán entregar el 100% del equipo y sus accesorios por renglón en cada unidad en los plazos establecidos en las bases.

14.- Partida 9, estetoscopio de cápsula sencilla, punto 4.1. Solicitamos se acepte ofertar solo un juego de olivas y una membrana como refacciones. ¿Se acepta?

RESPUESTA: Se acepta sin ser limitante para los demás licitantes.

15.- Partida 10, estetoscopio de cápsula doble, punto 1.5.3. Solicitamos que se nos aclare, ¿a qué se refiere con potencia de calefactor?

RESPUESTA: SE ACLARA QUE: El numeral 1.5.3, correspondiente a potencia de calefactor, se incluyó por error en la ficha técnica, por lo que se elimina dicho requisito, permaneciendo sin modificaciones las demás especificaciones técnicas solicitadas.

16.- Partida 10, estetoscopio de cápsula doble, punto 4.1.1. Solicitamos se acepte ofertar solo un juego de olivas y una membrana como refacciones. ¿Se acepta?

RESPUESTA: Se acepta sin ser limitante para los demás licitantes.

17.- Partida 11, esfigmomanómetro aneroide portátil, punto 1.2. Solicitamos se acepte ofertar un brazalete universal para niños, adultos y adultos obesos. ¿Se acepta?

RESPUESTA: Se acepta ofertar brazaletes universales para uso pediátrico, adulto y adulto obeso, siempre y cuando se entreguen dos brazaletes universales por equipo, compatibles con el esfigmomanómetro ofertado y que cubran los rangos de circunferencia requeridos, sin que esta aceptación sea limitante para los demás licitantes.

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. SSS-LPN-021-2026

Relativa a la adquisición de "Equipo Médico y de Laboratorio".

18.- Partida 11, esfigmomanómetro aneroide portátil, punto 1.2.4. Solicitamos se acepte ofertar un brazalete universal para niños, adultos y adultos obesos. ¿Se acepta?

RESPUESTA: Se acepta ofertar brazaletes universales para uso pediátrico, adulto y adulto obeso, siempre y cuando se entreguen dos brazaletes universales por equipo, compatibles con el esfigmomanómetro ofertado y que cubran los rangos de circunferencia requeridos, sin que esta aceptación sea limitativa para los demás licitantes.

19.- Partida 11, esfigmomanómetro aneroide portátil, punto 1.5. Solicitamos que se acepte ofertar un tubo de 70 cm como mínimo. ¿Se acepta?

RESPUESTA: Se acepta ofertar un tubo con longitud mínima de 70 cm, siempre y cuando sea compatible con el equipo ofertado y garantice su correcto funcionamiento, sin que esta aceptación sea limitativa para los demás licitantes.

20.- Partida 11, esfigmomanómetro aneroide portátil, punto 2.1. Solicitamos se acepte que sea opcional el ofertar el pedestal. ¿Se acepta?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON LAS MINIMAS REQUERIDAS, PODRA OFERTAR CARACTERISTICAS SUPERIORES.

CONSERMED LIFE, S.A. de C.V.

A) Preguntas administrativas:

PREGUNTA 1: En las bases de la licitación se solicita la presentación de una carta de respaldo del fabricante. Se solicita atentamente a la convocante aclarar si, para efectos de cumplir con dicho requisito, será aceptable presentar una carta emitida por el distribuidor primario o distribuidor autorizado por el fabricante, en la que se acredite el suministro, respaldo, garantía y disponibilidad de los bienes ofertados, siempre que dicho distribuidor cuente con autorización vigente del fabricante.

RESPUESTA: Se acepta la presentación de carta de respaldo emitida por el distribuidor primario o distribuidor autorizado, siempre y cuando se acompañe de la carta emitida por el fabricante que acredite su carácter de distribuidor autorizado, debiendo cumplir con lo establecido en el numeral 4.2.3 de las bases de la licitación.

B) Preguntas Técnicas:

PREGUNTA 1 PARTIDA 4 INCUBADORA PARA RECIEN NACIDO

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. SSS-LPN-021-2026

Relativa a la adquisición de "Equipo Médico y de Laboratorio".

Respecto al sistema de auto prueba inicial y durante el funcionamiento ¿se acepta una incubadora que realiza una prueba automática al encendido y que durante su operación supervisa las condiciones de funcionamiento mediante alarmas de falla del sistema, sensores y circulación de aire?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.

PREGUNTA 2 PARTIDA 4 INCUBADORA PARA RECIEN NACIDO
Respecto al requisito del Puerto RS-232, ¿se acepta una incubadora que cuente con salida de comunicación serial conforme al diseño del fabricante, sin limitar dicha comunicación específicamente al estándar RS-232, siempre que permita la transferencia e integración de datos con sistemas externos?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES

PREGUNTA 3 PARTIDA 4 INCUBADORA PARA RECIEN NACIDO
Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar una incubadora que muestre simultáneamente ambas temperaturas monitorizadas y presente el valor ajustado correspondiente al modo de control activo, aire o piel, manteniendo además el despliegue de los valores ajustados y monitorizados de humedad relativa y concentración de oxígeno. ¿se acepta?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES

PREGUNTA 4 PARTIDA 4 INCUBADORA PARA RECIEN NACIDO
¿se acepta una incubadora cona alarmas audiovisuales por desviación de temperatura de piel de +- 1°C y de aire de +1.5°C y -3 °C respecto al valor ajustado en sustitución del umbral de 0.5c señalado en el anexo?

RESPUESTA: LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON LAS MINIMAS REQUERIDAS, PODRA OFERTAR CARACTERISTICAS SUPERIORES.

PREGUNTA 5 PARTIDA 4 INCUBADORA PARA RECIEN NACIDO
Respecto a la cortina de aire en el acceso frontal ¿ se acepta una incubadora con circulación de aire calentado, doble pared y portillos con puños elásticos para reducir las perdidas del microambiente durante la atención del paciente, sin requerir una cortina de aire frontal especifica?

RESPUESTA: LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON LAS MINIMAS REQUERIDAS, PODRA OFERTAR CARACTERISTICAS SUPERIORES.

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. SSS-LPN-021-2026

Relativa a la adquisición de "Equipo Médico y de Laboratorio".

PREGUNTA 6 PARTIDA 4 INCUBADORA PARA RECIEN NACIDO
Respecto a la capacidad de aislamiento acústico ¿se acepta acreditar este requisito mediante una especificación de ruido interno de hasta 55 dBA, bajo condiciones de ruido ambiental menores de 45dBa?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.

PREGUNTA 7 PARTIDA 16 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL
de temperatura servocontrolado modo Piel de 34° a 38°C por medio del elemento radiante se está cumpliendo con este punto, ¿es correcta nuestra apreciación?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES..

PREGUNTA 8 PARTIDA 16 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL
Se solicita amablemente a la convocante nos permita referenciar este punto como capacidad de monitorización de segunda temperatura del paciente por medio de sensor de piel al dar un estado más preciso y exacto del estado de la temperatura del paciente, ¿se acepta?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.

PREGUNTA 9 PARTIDA 16 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL
Se solicita amablemente a la convocante para no limitar la libre participación nos permita ofertar lámpara para fototerapia colocada a un lado de la cuna por medio de brazo flexible con agarradera a los paneles transparente que limitan la cuna con contador de horas para registro de tiempo de exposición del paciente y contador de vida útil de la lámpara, ¿se acepta?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.

PREGUNTA 10 PARTIDA 16 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL
Se entiende que al ofertar un frasco humidificador para flujómetro se está cumpliendo con este punto, ¿es correcta nuestra apreciación?

RESPUESTA: Se acepta ofertar un frasco humidificador para flujómetro, siempre que sea compatible con el sistema de suministro de oxígeno requerido, permita la

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. SSS-LPN-021-2026

Relativa a la adquisición de "Equipo Médico y de Laboratorio".

humidificación del gas administrado al paciente y cumpla con las demás características técnicas establecidas en la ficha correspondiente.

CORPORATIVO MS SISTEMAS MÉDICOS, S.A. DE C.V.

A) Preguntas administrativas:

1.- Numeral 4 Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. Se solicita amablemente a la convocante presentar la documentación legal y de identificación, así como la propuesta técnica y económica con firma autógrafa al término de cada documento, manifiesto o anexo y rubrica en las demás hojas que conforman la documentación. ¿Se acepta nuestra propuesta?

RESPUESTA: Se acepta.

2.- Numeral 4.1 Documentación Legal y de Identificación. Es correcto entender que para la presentación de la Documentación Legal y de Identificación, bastará con que mi representada presente dentro del sobre cerrado copia simple del Acta Constitutiva, sus Reformas, Poder Legal, Identificación del Representante Legal e Identificación Oficial de la persona que asista al Acto, para así dar cumplimiento al sub numeral 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.5. Favor de pronunciarse al respecto.

RESPUESTA: Afirmativo es correcta su apreciación.

3.- Numeral 4 Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. Es correcto entender que los formatos incluidos en la convocatoria podrán ser reproducidos por mi representada y que no será motivo de desechamiento, el no respetar exactamente el mismo formato, siempre y cuando el escrito reproducido incluya la información completa solicitada en el formato original de la convocatoria.
Favor de pronunciarse al respecto.

RESPUESTA: Afirmativo es correcta su apreciación.

4.- Numeral 4 Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. Es correcto entender que los requisitos y/o anexos y/o escritos libres que no apliquen a mi representada, bastará con presentarlos con la leyenda de "No aplica" Favor de confirmar.

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. SSS-LPN-021-2026

Relativa a la adquisición de "Equipo Médico y de Laboratorio".

RESPUESTA: Afirmativo, no es necesario presentar ningún documento si no aplica.

5.- Numeral 4.1.8. Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales. Se solicita amablemente a la convocante, nos permita presentar la opinión de cumplimiento de obligaciones con fecha de expedición comprendida desde la fecha de junta de aclaraciones y hasta la presentación y apertura de propuestas, invariablemente a la firma de contrato deberá presentarse vigente. Favor de pronunciarse al respecto.

RESPUESTA: La referencia a los plazos de las opiniones de cumplimiento deberá considerarse en base al acto de presentación y apertura de proposiciones.

6.- Numeral 4.2.7. Es correcto entender que la Documentación Legal, Técnica y Económica además de entregarse en físico y en sobre cerrado, además se presentará su duplicado en formato digital, es decir, se presentará la misma documentación en 1 (una) USB. ¿es correcta nuestra apreciación?

RESPUESTA: Se requieren en 2 USB.

B) Preguntas técnicas:

1.- De la partida incubadora para recién nacido sobre el punto "falla del módulo de control de oxígeno", se solicita amablemente a la convocante permita ofertar un equipo que cuente con alarmas de falla del sensor de oxígeno y de concentración alta y baja de oxígeno, toda vez que estas permiten identificar condiciones anormales en la medición y concentración de oxígeno, garantizando la vigilancia y seguridad del paciente. ¿Se acepta nuestra propuesta?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.

2.- De la partida incubadora para recién nacido sobre el punto "falla de ventilador", se solicita amablemente a la convocante permita ofertar un equipo que cuente con una alarma de falla del sistema, toda vez que esta permite alertar al usuario sobre condiciones anormales en el funcionamiento del equipo, favoreciendo la identificación oportuna de fallas y la seguridad del paciente. ¿se acepta nuestra propuesta?

RESPUESTA: NEGATIVO, SE REQUIERE LA ALARMA "FALLA DE VENTILADOR" LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON LAS MINIMAS REQUERIDAS, PODRA OFERTAR CARACTERISTICAS SUPERIORES.

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. SSS-LPN-021-2026

Relativa a la adquisición de "Equipo Médico y de Laboratorio".

3.- De la partida incubadora para recién nacido sobre el punto "de altura variable que soporta un capacete con cubierta transparente que permita el uso de fototerapia con flujo de aire anteroposterior como mínimo con cortina de aire en el acceso frontal con sujetador para fijar la doble pared para evitar desplazamiento accidental durante la operación del equipo y atención del paciente", se solicita amablemente a la convocante permita ofertar un equipo que cuente con doble pared en el capacete, cuya configuración y diseño permitan su adecuada colocación y funcionamiento, toda vez que el manual del fabricante describe las características y ubicación de dichas paredes, favoreciendo la seguridad durante la operación del equipo y la atención del paciente. ¿Se acepta nuestra propuesta?

RESPUESTA: LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON LAS MINIMAS REQUERIDAS, PODRA OFERTAR CARACTERISTICAS SUPERIORES.

4.- De la partida incubadora para recién nacido sobre el punto "con capacidad de aislamiento acústico", se solicita amablemente a la convocante permita ofertar un equipo que cuente con una barrera aislante y protección térmica, toda vez que estas características contribuyen a mantener condiciones adecuadas dentro del habitáculo del paciente, sin comprometer la funcionalidad y seguridad del equipo. ¿se acepta nuestra propuesta?

RESPUESTA: LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON LAS MINIMAS REQUERIDAS, PODRA OFERTAR CARACTERISTICAS SUPERIORES.

5.- De la partida cuna de calor radiante con fototerapia, sobre el punto "alarma de operación", se solicita amablemente a la convocante permita ofertar un equipo que cuente con alarmas de falla del sistema y de alimentación eléctrica, toda vez que estas permiten alertar al personal sobre condiciones anormales durante el funcionamiento del equipo, favoreciendo la identificación oportuna de fallas y la seguridad del paciente. ¿se acepta nuestra propuesta?

RESPUESTA: LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON LAS MINIMAS REQUERIDAS, PODRA OFERTAR CARACTERISTICAS SUPERIORES.

6.- De la partida cuna de calor radiante con fototerapia, sobre el punto "temperatura seleccionada y monitorizada del colchón de gel", se solicita amablemente a la convocante permita ofertar un equipo que cuente con monitoreo de la temperatura del paciente y de la piel, así como con sistemas de seguridad para el control de la temperatura, toda vez que estas funciones permiten mantener la vigilancia térmica del neonato y contribuyen a su seguridad durante la atención. ¿se acepta nuestra propuesta?

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. SSS-LPN-021-2026

Relativa a la adquisición de "Equipo Médico y de Laboratorio".

RESPUESTA: LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON LAS MINIMAS REQUERIDAS, PODRA OFERTAR CARACTERISTICAS SUPERIORES.

7.- De la partida cuna de calor radiante con fototerapia, sobre el punto "control de corte automático por alta temperatura", se solicita amablemente a la convocante permita ofertar un equipo que cuente con un sistema de control térmico que disminuya o interrumpa automáticamente la calefacción cuando la temperatura del infante supere la programada, toda vez que esta función permite regular el aporte de calor y contribuye a la seguridad del paciente neonatal. ¿se acepta nuestra propuesta?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.

8.- De la partida cuna de calor radiante con fototerapia, sobre el punto "despliegue de mensajes de alerta en español o con signos convencionales en el panel de control", se solicita amablemente a la convocante permita ofertar un equipo que cuente con indicadores visuales, colores, números y signos convencionales para la identificación de las alarmas, toda vez que estos elementos permiten reconocer e identificar las condiciones de alerta durante la operación del equipo, favoreciendo una respuesta oportuna por parte del personal médico. ¿se acepta nuestra propuesta?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.

9.- De la partida cuna de calor radiante con fototerapia, sobre el punto "a los lados del radiador de la cuna con contador de horas para registro de tiempo de exposición del paciente y de vida útil de la lámpara, longitud de onda dentro del rango de 400 a 550 nm, vida útil de 1000 horas como mínimo", se solicita amablemente a la convocante permita ofertar equipos con tecnología propia de cada fabricante para el registro y control del tiempo de uso de la fototerapia, toda vez que los fabricantes pueden implementar diferentes sistemas de monitoreo y control que permiten dar seguimiento a la operación y vida útil de la fuente de luz, favoreciendo su uso adecuado y la seguridad del paciente, sin limitar la libre participación de los licitantes. ¿se acepta nuestra propuesta?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.

10.- De la partida cuna de calor radiante con fototerapia, sobre el punto "altura libre del piso al elemento calefactor", se solicita amablemente a la convocante permita ofertar un equipo con diseño y configuración propios del fabricante en cuanto a la altura y disposición del elemento calefactor, toda vez que estas características pueden variar entre fabricantes sin comprometer la funcionalidad del equipo, el acceso al paciente ni la seguridad durante la

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. SSS-LPN-021-2026

Relativa a la adquisición de "Equipo Médico y de Laboratorio".

atención neonatal, favoreciendo así la libre participación de los licitantes. ¿se acepta nuestra propuesta?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.

11.- De la partida cuna de calor radiante con fototerapia, sobre el punto "charola para monitor, puerto de entrada de oxígeno para cilindro o toma mural con soporte para cilindro de oxígeno, flujómetro y regulador", se solicita amablemente a la convocante permita ofertar un equipo que cuente con soporte para cilindro de oxígeno y que permita la integración de los accesorios necesarios para el suministro de oxígeno, de acuerdo con la configuración propia del fabricante, toda vez que las características de conexión y suministro pueden variar entre fabricantes sin comprometer la funcionalidad del equipo ni la seguridad del paciente, favoreciendo la libre participación de los licitantes. ¿se acepta nuestra propuesta?

RESPUESTA: LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON LAS MINIMAS REQUERIDAS, PODRA OFERTAR CARACTERISTICAS SUPERIORES.

12.- De la partida cuna de calor radiante con fototerapia, sobre el punto "sistema de humidificación", se solicita amablemente a la convocante permita ofertar un equipo con tecnología y configuración propias del fabricante, que no cuente con un sistema de humidificación integrado, toda vez que las cunas de calor radiante están diseñadas para proporcionar calor controlado al recién nacido mediante un sistema de radiación, por lo que la incorporación de humidificación puede variar según el diseño del equipo, sin comprometer su funcionalidad principal ni la seguridad del paciente, favoreciendo así la libre participación de los licitantes. ¿se acepta nuestra propuesta?

RESPUESTA: LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON LAS MINIMAS REQUERIDAS, PODRA OFERTAR CARACTERISTICAS SUPERIORES.

13.- De la partida cuna de calor radiante con fototerapia, sobre el punto "unidad de succión con soporte y manómetro de vacío integrado al equipo", se solicita amablemente a la convocante permita ofertar un equipo que cuente con un sistema de aspiración de secreciones tipo venturi, conforme a la configuración propia del fabricante, toda vez que esta tecnología permite realizar la aspiración de secreciones y puede presentar diferencias en la integración y disposición de sus componentes, sin comprometer la funcionalidad del sistema, favoreciendo así la libre participación de los licitantes. ¿se acepta nuestra propuesta?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES.

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. SSS-LPN-021-2026

Relativa a la adquisición de "Equipo Médico y de Laboratorio".

INSTRUMENTACIÓN MÉDICA, S.A. DE C.V.

A) Preguntas administrativas:

1.- Pregunta, numeral 4.2.3 Se solicita a la convocante aceptar las cartas de apoyo del fabricante o distribuidor autorizado con firma electrónica o firma autógrafa digitalizada, impresas e incorporadas a la propuesta, proporcionando los datos de contacto del emisor para verificar su autenticidad, bajo el compromiso de que, en caso de resultar adjudicado, el licitante entregará la carta original en el momento que la convocante lo indique. ¿Se acepta?

RESPUESTA: Se acepta sin ser limitante para los demás licitantes.

2.- Pregunta, numeral 4.2.3 Con relación al numeral 4.2.3, se solicita a la convocante aceptar que, cuando el licitante tenga el carácter de distribuidor autorizado de los equipos ofertados, la carta de apoyo sea emitida por el propio licitante y firmada por su representante legal, acompañada de la carta del fabricante que acredite dicha autorización y ampare los renglones ofertados. ¿Se acepta?

RESPUESTA: Afirmativo es correcta su apreciación.

3.- Pregunta, numeral 4.2.7 Se solicita confirmar que la entrega de la documentación en medio magnético por duplicado podrá cumplirse mediante dos memorias USB con archivos PDF que reproduzcan íntegramente la documentación física firmada, organizados e identificados por numeral. En caso de requerir archivos editables adicionales, favor de precisar cuáles y en qué formato.

RESPUESTA: Además de los archivos en pdf deberá agregar su propuesta técnica y económica en archivos editables para efecto de la elaboración de los contratos en caso de que resulten adjudicados.

4.- Pregunta, numeral 6 y Anexo IV. Se solicita confirmar que el plazo para presentar la garantía de cumplimiento será de diez días hábiles posteriores a la firma del contrato, conforme al numeral 6 de las bases, y que se corregirá la referencia a diez días naturales contenida en la cláusula octava, inciso 1, del modelo de contrato.

RESPUESTA: Son 10 días hábiles a partir de la firma del contrato.

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. SSS-LPN-021-2026

Relativa a la adquisición de "Equipo Médico y de Laboratorio".

5.- Pregunta, con relación al numeral 4.2.3, se solicita a la convocante aceptar que las cartas de apoyo sean firmadas por directores, gerentes comerciales o de ventas, así como por otros funcionarios autorizados por el fabricante o distribuidor autorizado para emitir dichos documentos, sin limitar su firma al propietario o representante legal.

Lo anterior, considerando que, conforme a la organización interna de diversos fabricantes y distribuidores, la emisión y firma de cartas de respaldo para procedimientos de contratación corresponde a sus áreas comerciales o de ventas, cuyos responsables cuentan con autorización para confirmar la relación de distribución y el apoyo a los bienes ofertados, aunque no ostenten el carácter de propietario o representante legal.

Para verificar su autenticidad, las cartas incluirán nombre, cargo y datos de contacto del firmante para verificar la autenticidad de la carta. ¿se acepta?

RESPUESTA: Se acepta sin ser limitante para los demás licitantes.

B) Preguntas Técnicas:

1.- Renglón 2. Unidad de electrocirugía avanzada con sellado o termofusión de vasos.

Se solicita atentamente a la Convocante confirmar que para aquellas características técnicas que no se encuentren descritas textualmente en los catálogos, folletos, fichas técnicas o manuales del fabricante, podrán ser acreditadas de manera complementaria mediante carta emitida por el fabricante y/o distribuidor autorizado, en hoja membretada y firmada por persona facultada para ello, siempre que en dicha carta se identifique claramente la característica técnica que se pretende acreditar. ¿Se acepta?

RESPUESTA: Se acepta sin ser limitante para los demás licitantes.

2.- Renglón 2. Unidad de electrocirugía avanzada con sellado o termofusión de vasos. Dice: 1.2.1.2.1.- Fulguración.

Pregunta:

Se solicita amablemente a la convocante confirmar si se aceptará el modo Spray como equivalente funcional al modo de fulguración solicitado, siempre que permita obtener el efecto hemostático requerido durante el procedimiento quirúrgico para la coagulación superficial sin contacto con muy poco efecto en profundidad y muy poca

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. SSS-LPN-021-2026

Relativa a la adquisición de "Equipo Médico y de Laboratorio".

carbonización, sin disminuir la seguridad y funcionalidad del equipo ofertado. ¿Se acepta?

RESPUESTA: LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON LAS MINIMAS REQUERIDAS, PODRA OFERTAR CARACTERISTICAS SUPERIORES.

3.- Renglón 2. Unidad de electrocirugía avanzada con sellado o termofusión de vasos. Dice: 1.2.1.2.3.- Soft coag o coagulación suave.

Pregunta:

Se solicita amablemente a la convocante confirmar si se aceptará la tecnología Care Coag como equivalente funcional que permite realizar coagulación mediante una corriente de baja tensión, favoreciendo la hemostasia con menor formación de chispas y reduciendo la adherencia y carbonización del tejido, sin disminuir la seguridad y funcionalidad del equipo ofertado. ¿Se acepta?

RESPUESTA: LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON LAS MINIMAS REQUERIDAS, PODRA OFERTAR CARACTERISTICAS SUPERIORES.

4.- Renglón 2. Unidad de electrocirugía avanzada con sellado o termofusión de vasos. Dice: 1.4.1.1.- Corte puro con potencia nominal de hasta 300 w.

Pregunta:

Se solicita amablemente a la convocante confirmar si se aceptarán equipos con una potencia máxima de corte puro de hasta 360 W, considerando que una mayor potencia nominal disponible amplía el rango de operación del generador y permite al usuario seleccionar y ajustar la potencia de salida de acuerdo con las características del tejido y las necesidades del procedimiento quirúrgico. Lo anterior, siempre que el equipo permita regular la energía suministrada para obtener el efecto de corte requerido, sin que la mayor capacidad máxima implique la aplicación obligatoria de una potencia superior a la solicitada, y manteniendo las condiciones de seguridad y funcionalidad requeridas para el paciente. ¿Se acepta?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.

5.- Renglón 2. Unidad de electrocirugía avanzada con sellado o termofusión de vasos. Dice: 1.4.1.2.- Corte blend con potencia nominal de hasta 200 w.

Pregunta:

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. SSS-LPN-021-2026

Relativa a la adquisición de "Equipo Médico y de Laboratorio".

Se solicita amablemente a la convocante confirmar si se aceptarán equipos con una potencia máxima en modo de corte blend de hasta 250 w, considerando que una mayor capacidad de potencia disponible amplía el rango de operación del generador y permite al usuario ajustar la energía suministrada de acuerdo con las características del tejido y las necesidades del procedimiento quirúrgico. Asimismo, se hace notar que una mayor potencia máxima no implica que el equipo deba operar necesariamente a dicho nivel, ya que la salida puede regularse conforme al efecto electroquirúrgico requerido, manteniendo la seguridad y funcionalidad del equipo durante su uso. ¿Se acepta?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.

6.- Renglón 2. Unidad de electrocirugía avanzada con sellado o termofusión de vasos. Dice: 1.4.1.3.- Modo monopolar avanzado adicional con potencia nominal de hasta 200 w.

Pregunta:

Se solicita amablemente a la convocante confirmar si se aceptarán equipos que cuenten con un modo monopolar avanzado adicional con potencia nominal de 150 W hasta 200 W, considerando que la potencia máxima no determina por sí sola la eficacia del procedimiento, ya que esta depende también de las características de la corriente electroquirúrgica, la forma de onda y el efecto tisular que proporciona el modo seleccionado. Lo anterior, siempre que la tecnología ofertada permita realizar las funciones de corte, disección y hemostasia requeridas, de acuerdo con las necesidades del procedimiento quirúrgico, sin comprometer la seguridad ni la funcionalidad del equipo. ¿Se acepta?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.

7.- Renglón 2. Unidad de electrocirugía avanzada con sellado o termofusión de vasos. Dice: 1.4.2.1.- Fulguración con potencia nominal de hasta 120 W.

Pregunta:

Se solicita atentamente a la Convocante aceptar el modo Spray con potencia regulable de 2 a 150 W como equivalente funcional al modo de fulguración solicitado, considerando que permite realizar coagulación superficial sin contacto, favoreciendo la hemostasia de los tejidos mediante el ajuste de potencia de acuerdo con las

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. SSS-LPN-021-2026

Relativa a la adquisición de "Equipo Médico y de Laboratorio".

necesidades del procedimiento quirúrgico, sin comprometer la seguridad ni la funcionalidad del equipo ofertado. ¿Se acepta?

RESPUESTA: LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON LAS MINIMAS REQUERIDAS, PODRA OFERTAR CARACTERISTICAS SUPERIORES.

8.- Renglón 2. Unidad de electrocirugía avanzada con sellado o termofusión de vasos.
Dice: 1.4.2.2.- Spray con potencia nominal de hasta 120 W.

Pregunta:

Se solicita amablemente a la convocante aceptar equipos con una potencia máxima de hasta 150 W en modo Spray, considerando que su capacidad de regulación permite ajustar la energía suministrada para obtener una coagulación superficial mediante pulverización, favoreciendo la hemostasia de los tejidos de acuerdo con las necesidades del procedimiento quirúrgico, sin comprometer la seguridad ni la funcionalidad del equipo. ¿Se acepta?

RESPUESTA: Se acepta sin ser limitante para los demás licitantes.

9.- Renglón 2. Unidad de electrocirugía avanzada con sellado o termofusión de vasos.
Dice:
1.4.3.2.- Potencia bipolar baja de hasta 15 W.
1.4.3.3.- Potencia bipolar media de hasta 40 W.
1.4.3.4.- Potencia bipolar alta de hasta 95 W.

Pregunta:

Se solicita atentamente a la Convocante aceptar, en sustitución de la clasificación de potencias bipolares baja, media y alta, los modos de coagulación bipolar Micro Coag, con potencia regulable de 0.1 a 50 W, y Macro Coag, con potencia regulable de 1 a 120 W, considerando que permiten ajustar la energía conforme a las necesidades del procedimiento quirúrgico, incluyendo los niveles de potencia solicitados, sin comprometer la seguridad ni funcionalidad del equipo. ¿Se acepta?

RESPUESTA: Se acepta sin ser limitante para los demás licitantes.

10.- Renglón 2. Unidad de electrocirugía avanzada con sellado o termofusión de vasos.
Dice: 1.4.4.1.- Potencia nominal para sellado vascular de hasta 350 W, o equivalente conforme al diseño del fabricante.

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. SSS-LPN-021-2026

Relativa a la adquisición de "Equipo Médico y de Laboratorio".

Pregunta:

Se solicita amablemente a la convocante aceptar equipos con una potencia nominal para sellado vascular de hasta 320 W, considerando que la eficacia del sellado no depende exclusivamente de la potencia máxima, sino también de la tecnología de control de energía, la medición de impedancia y los mecanismos de regulación propios de cada fabricante, los cuales permiten alcanzar un sellado vascular seguro y eficaz conforme a las características del tejido y del vaso tratado. ¿Se acepta?

RESPUESTA: LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON LAS MINIMAS REQUERIDAS, PODRA OFERTAR CARACTERISTICAS SUPERIORES.

11.- Renglón 2. Unidad de electrocirugía avanzada con sellado o termofusión de vasos.
Dice: 1.4.5.1.- Modalidad de corte/coagulación bipolar con potencia de hasta 375 W.

Pregunta:

Se solicita amablemente a la convocante aceptar equipos que cuenten con una potencia de hasta 350 W, considerando que el desempeño electroquirúrgico depende también de las características de la corriente, la forma de onda y la regulación de energía de cada fabricante, siempre que se permita realizar el corte y la coagulación bipolar requeridos de manera eficaz y segura.

RESPUESTA: LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON LAS MINIMAS REQUERIDAS, PODRA OFERTAR CARACTERISTICAS SUPERIORES.

12.- Renglón 2. Unidad de electrocirugía avanzada con sellado o termofusión de vasos.
Dice: 1.4.5.2. Modalidad de coagulación bipolar con potencia de hasta 175 W.

Pregunta:

Se solicita amablemente a la convocante aceptar equipos que cuenten con una potencia regulable de 5 a 200 W, considerando que dicho rango permite ajustar la energía suministrada conforme a las necesidades del procedimiento quirúrgico y obtener una coagulación bipolar controlada y eficaz, sin comprometer la seguridad ni la funcionalidad del equipo ofertado. ¿Se acepta?

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. SSS-LPN-021-2026

Relativa a la adquisición de "Equipo Médico y de Laboratorio".

RESPUESTA: Se acepta sin ser limitante para los demás licitantes.

13.- Renglón 2. Unidad de electrocirugía avanzada con sellado o termofusión de vasos.
Dice: 1.5.1. Pantalla touch LCD.

Pregunta:

Se solicita amablemente a la convocante aceptar equipos que cuenten con pantalla TFT, cuya tecnología y funcionalidad táctil se acrediten mediante carta emitida por el fabricante, siempre que permita la visualización y selección de los parámetros de operación del equipo de manera clara y segura. ¿Se acepta?

RESPUESTA: Se acepta sin ser limitante para los demás licitantes, siempre y cuando cumpla con las características touch y permita la configuración del equipo solicitado.

14.- Renglón 2. Unidad de electrocirugía avanzada con sellado o termofusión de vasos.
Dice: 1.5.2. Tamaño de pantalla de 7 pulgadas o mayor.

Pregunta:

Se solicita amablemente a la convocante aceptar que el tamaño de la pantalla y sus características técnicas se acrediten mediante carta emitida por el fabricante, siempre que la interfaz permita visualizar y controlar adecuadamente los parámetros y funciones del equipo durante los procedimientos quirúrgicos. ¿Se acepta?

RESPUESTA: Se acepta sin ser limitante para los demás licitantes, se ratifica que las dimensiones o especificaciones de la pantalla que no vengan explícitas en la folletería comercial del fabricante podrán respaldarse mediante carta técnica aclaratoria del fabricante, siempre que el equipo cumpla con el tamaño mínimo de 7 pulgadas solicitado.

15.- Renglón 2. Unidad de electrocirugía avanzada con sellado o termofusión de vasos.
Dice: 1.10.1.- Alto de 17 cm a 18 cm

Pregunta:

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. SSS-LPN-021-2026

Relativa a la adquisición de "Equipo Médico y de Laboratorio".

Se solicita amablemente a la convocante aceptar equipos con una altura de 18.2 cm, considerando que esta diferencia dimensional no afecta su instalación, manejo ni funcionamiento, siempre que se mantengan las condiciones de seguridad y operatividad requeridas. ¿Se acepta?

RESPUESTA: Se acepta sin ser limitante para los demás licitantes.

16.- Renglón 2. Unidad de electrocirugía avanzada con sellado o termofusión de vasos.
Dice: 1.10.2.- Ancho de 35 cm a 37 cm.

Pregunta:

Se solicita amablemente a la convocante aceptar equipos con un ancho de 39 cm, considerando que esta dimensión permite integrar los componentes necesarios para su funcionamiento y no compromete su desempeño ni seguridad, siempre que se cuente con el espacio adecuado para su instalación. ¿Se acepta?

RESPUESTA: Se acepta sin ser limitante para los demás licitantes.

17.- Renglón 2. Unidad de electrocirugía avanzada con sellado o termofusión de vasos.
Dice: 1.10.3.- Largo/profundidad de 46 cm a 47 cm.

Pregunta:

Se solicita amablemente a la convocante aceptar equipos con una profundidad de 43.5 cm, considerando que esta característica dimensional no afecta su funcionalidad ni seguridad, siempre que permita su correcta instalación y operación. ¿Se acepta?

RESPUESTA: Se acepta sin ser limitante para los demás licitantes.

18.- Renglón 2. Unidad de electrocirugía avanzada con sellado o termofusión de vasos.
Dice: 3.1.- Dos kits de arranque (pinza bipolar, lápiz monopolar, electrodo de retorno, lápiz de marcaje)

Pregunta:

Se solicita amablemente a la convocante confirmar si el lápiz de marcaje podrá considerarse opcional cuando no sea requerido para la operación del equipo

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. SSS-LPN-021-2026

Relativa a la adquisición de "Equipo Médico y de Laboratorio".

ofertado, debido a que dicho accesorio no forma parte de la configuración necesaria para su funcionamiento. ¿Se acepta?

RESPUESTA: No se acepta. Se requiere que los licitantes incluyan en su oferta los dos kits de arranque con la totalidad de los insumos solicitados en las bases (incluyendo el lápiz de marcaje estéril), a fin de garantizar la entrega integral del material.

19.- Renglón 16 Cuna de calor radiante.
Dice: 1.5.1 Dos temperaturas del paciente

Pregunta:
En relación con el presente requisito, se solicita atentamente a la convocante confirmar si se dará por cumplido satisfactoriamente el numeral mediante el despliegue digital e independiente en pantalla de la temperatura cutánea del paciente (TEMP PIEL), su gráfica de tendencia térmica y la temperatura de control configurada (CONF TEMP); o bien, mediante la medición de la temperatura cutánea del paciente utilizando los cuatro sensores reutilizables solicitados en el numeral 2.3.

Lo anterior, considerando que dichas funciones permiten visualizar y monitorear la temperatura cutánea del paciente, así como identificar su comportamiento térmico, favoreciendo la participación de equipos con diferentes tecnologías de monitoreo.

¿Se acepta?

RESPUESTA: LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON LAS MINIMAS REQUERIDAS, PODRA OFERTAR CARACTERISTICAS SUPERIORES.

20.- Renglón 16 Cuna de calor radiante.
Dice: 1.10 Tubo de calentamiento cerámico infrarrojo lejano

PREGUNTA: Se solicita atentamente a la convocante confirmar que el requerimiento de contar con un elemento calefactor radiante con rejilla se da por cumplido al ofertar un equipo con elemento calefactor por radiación infrarroja lejana (tubo cerámico), provisto de una red o guarda metálica protectora contra quemaduras.

Lo anterior, considerando que el tubo cerámico proporciona calentamiento mediante radiación infrarroja lejana, mientras que la guarda metálica cumple con la función de protección contra el contacto accidental con el elemento calefactor, manteniendo la funcionalidad y seguridad del equipo.

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. SSS-LPN-021-2026

Relativa a la adquisición de "Equipo Médico y de Laboratorio".

¿Se acepta?

RESPUESTA: Se acepta sin ser limitante para los demás licitantes.

21.- Renglón 16 Cuna de calor radiante.
Dice: 1.11.- Cuna limitada en los cuatro lados por paneles transparentes, abatibles con al menos 3 pasa cables en un panel.

Pregunta:
En relación con lo solicitado, se solicita atentamente a la convocante nos permita ofertar una cuna delimitada en sus cuatro lados por paneles transparentes de protección, de los cuales tres paneles de acceso al paciente (frontal y laterales) sean abatibles y el panel adyacente a la columna de soporte sea fijo, contando con ranuras o entradas pasacables para sondas y circuitos.

Lo anterior, considerando que esta configuración permite el acceso al paciente a través de los tres paneles abatibles, mientras que el panel fijo proporciona estabilidad estructural. Asi mismo, las entradas pasacables permiten el paso y manejo de sondas y circuitos necesarios para la atención del paciente.

¿Se acepta?

RESPUESTA: Se acepta sin ser limitante para los demás licitantes. Se precisa que se aceptará la configuración del fabricante que cuente con tres paneles abatibles y panel posterior fijo o desmontable, siempre que incluya los pasa cables solicitados y permita el acceso ergonómico y seguro al paciente neonatal desde múltiples ángulos.

22.- Renglón 16 Cuna de calor radiante.
Dice: 1.12.- Con posición o movimiento de trendelenburg y contratrendelenburg o trendelenburg inverso, o inclinación de la cuna, con un ángulo de 13° grados de inclinación como mínimo hacia ambos lados y de manera continua.

Pregunta:
Se solicita atentamente nos permita ofertar el punto de la siguiente manera:

1.12.- Con posición o movimiento de trendelenburg y contratrendelenburg o trendelenburg inverso, o inclinación de la cuna, con un ángulo de 12° grados de inclinación como mínimo hacia ambos lados y de manera continua.

Lo anterior, considerando que la diferencia de 1° respecto a lo solicitado es mínima y permite mantener la funcionalidad de los movimientos de inclinación del equipo,

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. SSS-LPN-021-2026

Relativa a la adquisición de "Equipo Médico y de Laboratorio".

sin comprometer su operación, favoreciendo así la libre participación y pluralidad de marcas y fabricantes.

¿Se acepta?

RESPUESTA: Se acepta sin ser limitante para los demás licitantes.

23.- Renglón 16 Cuna de calor radiante.
Dice: 1.19 Colchón de material esponjoso espacial, revestido con cubierta de vinilo.

Pregunta:
Se solicita atentamente a la Convocante nos permita ofertar un colchón de material esponjoso o espuma, con cubierta impermeable y biocompatible de vinilo, poliuretano o cuero sintético de grado médico.

Lo anterior, considerando que estos materiales permiten ofrecer facilidad de limpieza y desinfección, así como condiciones adecuadas de confort térmico para el neonato, favoreciendo la libre participación de diferentes fabricantes.

¿Se acepta?

RESPUESTA: Se acepta sin ser limitante para los demás licitantes.

24.- Renglón 16 Cuna de calor radiante.
Dice: 1.25.1 Un (1) cable troncal para la medición de saturación de oxígeno y diez (10) sensores desechables.

Pregunta:

En relación con el presente requerimiento, se solicita atentamente a la Convocante confirmar si se acepta suministrar un (1) cable troncal o de extensión para la medición de SpO_2, acompañado de diez (10) sensores neonatales desechables compatibles con la tecnología del equipo; o bien, un (1) sensor neonatal tipo Y con sus respectivas cintas desechables de fijación, para garantizar la correcta medición de la saturación de oxígeno en el neonato.

Lo anterior, considerando que ambas alternativas permiten realizar la monitorización de la saturación de oxígeno del paciente neonatal mediante accesorios compatibles con el equipo, favoreciendo su funcionalidad y la libre participación de diferentes fabricantes.

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. SSS-LPN-021-2026

Relativa a la adquisición de "Equipo Médico y de Laboratorio".

¿Se acepta?

RESPUESTA: LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON LAS MINIMAS REQUERIDAS, PODRA OFERTAR CARACTERISTICAS SUPERIORES.

25.- Renglón 16 Cuna de calor radiante.
Dice: 1.26.- Con cronómetro CPR y de APGAR con tono de alarma en los minutos 1, 3, 5 y 10

Pregunta:

Se solicita atentamente a la convocante confirmar que el presente requisito se cumple mediante el temporizador de apgar y reanimación integrada en pantalla, el cual cuenta con modos de conteo progresivo y regresivo, y permite configurar hasta 10 tiempos de alarma sonora y visual, incluyendo los minutos 1, 3, 5 y 10 solicitados.

Lo anterior, considerando que estas funciones permiten llevar el control del tiempo durante la reanimación neonatal y la evaluación de apgar, así como establecer las alertas correspondientes en los intervalos requeridos para apoyar la atención del recién nacido.
¿Se acepta?

RESPUESTA: LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON LAS MINIMAS REQUERIDAS, PODRA OFERTAR CARACTERISTICAS SUPERIORES.

26.- Renglón 16 Cuna de calor radiante.
Dice: 2.6.- Mangueras para suministro de gas de acuerdo al código americano de colores: o_2 - verde, aire - amarillo; pudiendo ser aire y oxígeno o sólo oxígeno, según marca y modelo.
Pregunta:
En relación con el presente requerimiento, se solicita atentamente a la convocante confirmar que, independientemente de que el manual de usuario haga referencia, a manera de ejemplo, a mangueras identificadas conforme al código europeo de colores, se deberán suministrar las mangueras de grado médico correspondientes a las tomas murales de las unidades médicas, identificadas de acuerdo con el código americano de colores establecido en el presente numeral.

Lo anterior, con la finalidad de garantizar la compatibilidad de las mangueras con las tomas murales de las unidades médicas, así como la correcta identificación de los gases medicinales conforme a los requerimientos establecidos por la convocante.
¿Se acepta?

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. SSS-LPN-021-2026

Relativa a la adquisición de "Equipo Médico y de Laboratorio".

RESPUESTA: El licitante ganador deberá entregar las mangueras identificadas bajo el código americano de colores conforme a lo solicitado en el numeral 2.6 del Anexo Técnico para garantizar la compatibilidad con las tomas de las unidades médicas.

27.- Renglón 3 Ventilador de alta frecuencia oscilatoria pediátrico/neonatal con modo convencional
Dice: 1.2.1.4 Amplitud con rango de 5 a 100 (en cmh2o o mbar).

Preguntas:
Se solicita atentamente nos permita ofertar el punto de la siguiente manera:

Amplitud ajustable de forma porcentual en un rango del 1 % al 100 %, con limitación automática de presión de ±30 cmh_2o para pacientes neonatales.

La configuración propuesta permite ajustar la amplitud de manera porcentual y cuenta con un sistema de seguridad controlado por microprocesador que limita la presión aplicada al paciente neonatal, contribuyendo a prevenir presiones excesivas y reducir el riesgo de baro trauma, favoreciendo así la seguridad durante la terapia.

¿Se acepta?

RESPUESTA: Se acepta sin ser limitante para los demás licitantes.

28.- Renglón 3 Ventilador de alta frecuencia oscilatoria pediátrico/neonatal con modo convencional
Dice: 1.3.1.2.- Frecuencia respiratoria con rango de 2 respiraciones por minuto a 200 respiraciones por minuto

Preguntas:
Se solicita atentamente nos permita ofertar el punto de la siguiente manera:

Frecuencia respiratoria ajustable en un rango de 1 a 150 rpm en modo de ventilación convencional.

El rango propuesto permite ajustar la frecuencia respiratoria de acuerdo con los requerimientos de ventilación convencional. asimismo, el equipo cuenta con un modo de ventilación de alta frecuencia (hfv), diseñado para proporcionar una modalidad ventilatoria específica para frecuencias superiores, lo que permite disponer de distintas alternativas de ventilación de acuerdo con las necesidades clínicas del paciente.

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. SSS-LPN-021-2026

Relativa a la adquisición de "Equipo Médico y de Laboratorio".

¿Se acepta?

RESPUESTA: LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON LAS MINIMAS REQUERIDAS, PODRA OFERTAR CARACTERISTICAS SUPERIORES.

29.- Renglón 3 Ventilador de alta frecuencia oscilatoria pediátrico/neonatal con modo convencional
Dice: 1.3.1.5.- Volumen corriente con rango de 0.8 ml a 300 ml.

Preguntas:
Se solicita atentamente nos permita ofertar el punto de la siguiente manera:

Volumen corriente ajustable en un rango de 2.0 a 200 ml.

El rango propuesto permite ajustar el volumen corriente de acuerdo con los requerimientos ventilatorios del paciente, ofreciendo una alternativa de configuración que favorece la participación de equipos con diferentes características técnicas y promueve la libre concurrencia de marcas.
¿Se acepta?

RESPUESTA: LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON LAS MINIMAS REQUERIDAS, PODRA OFERTAR CARACTERISTICAS SUPERIORES.

30.- Renglón 3 Ventilador de alta frecuencia oscilatoria pediátrico/neonatal con modo convencional
Dice: 1.3.1.12.- Mecanismo de disparo o trigger por flujo, por volumen y por presión

Preguntas:
Se solicita atentamente nos permita ofertar el punto de la siguiente manera:

Mecanismo de disparo o trigger por flujo y por presión.

El equipo cuenta con mecanismos de disparo por flujo y por presión, los cuales permiten detectar el esfuerzo respiratorio del paciente para activar el soporte ventilatorio. por lo anterior, se solicita considerar esta configuración como una alternativa técnicamente viable, con la finalidad de favorecer la libre participación de marcas que cuenten con diferentes tecnologías de disparo.
¿Se acepta?

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. SSS-LPN-021-2026

Relativa a la adquisición de "Equipo Médico y de Laboratorio".

RESPUESTA: LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON LAS MINIMAS REQUERIDAS, PODRA OFERTAR CARACTERISTICAS SUPERIORES.

31.- Renglón 3 Ventilador de alta frecuencia oscilatoria pediátrico/neonatal con modo convencional
Dice: 1.3.1.14.- Tiempo de flush de o2 con concentración y tiempo regulable por el usuario entre 0 y 120 segundos.

Preguntas:
Se solicita atentamente nos permita ofertar el punto de la siguiente manera:

Flush de o_2 mediante botón de acceso directo "o_2 boost", con una duración preconfigurada de 180 segundos y posibilidad de cancelación manual en cualquier momento por parte del usuario.

La configuración propuesta permite al personal médico activar rápidamente el suministro de oxígeno mediante un botón de acceso directo y suspenderlo manualmente en cualquier momento, de acuerdo con las necesidades clínicas del paciente. esta funcionalidad proporciona control sobre la duración efectiva del procedimiento y permite considerar equipos con diferentes configuraciones tecnológicas, favoreciendo la libre participación de marcas.
¿Se acepta?

RESPUESTA: Se acepta sin ser limitante para los demás licitantes.

32.- Renglón 3 Ventilador de alta frecuencia oscilatoria pediátrico/neonatal con modo convencional
Dice: 1.3.2.8- Con opción a futuro de tecnica de oscilación forzada (FOT).
1.3.2.9.- Con opción a futuro de control inteligente predictivo de la oxigenación (PRICO).

Preguntas:
Se solicita atentamente nos permita ofertar equipos que no cuenten con las opciones futuras FOT y PRICO.

Las funciones FOT y PRICO corresponden a tecnologías con denominaciones y características específicas, cuya obligatoriedad podría limitar la participación de equipos con diferentes configuraciones tecnológicas. por lo anterior, se solicita considerar la aceptación de equipos que, aun sin contar con dichas opciones, permitan brindar soporte ventilatorio conforme a sus características y prestaciones, favoreciendo la libre participación de marcas y la pluralidad de propuestas.

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. SSS-LPN-021-2026

Relativa a la adquisición de "Equipo Médico y de Laboratorio".

¿Se acepta?

RESPUESTA: Se acepta sin ser limitante para los demás licitantes.

33.- Renglón 3 Ventilador de alta frecuencia oscilatoria pediátrico/neonatal con modo convencional
Dice: 1.3.3.13.- Capacidad de almacenar eventos relacionados con los parámetros ventilatorios seleccionados y tendencias de al menos 5 días.

Preguntas:
Se solicita atentamente nos permita ofertar el punto de la siguiente manera:

Capacidad de almacenar eventos relacionados con los parámetros ventilatorios seleccionados y desplegar tendencias de hasta 72 horas continuas.

El equipo permite almacenar y visualizar las tendencias de los parámetros ventilatorios durante un periodo continuo de 72 horas, lo que facilita el seguimiento de la evolución clínica del paciente y la revisión de los cambios en su condición respiratoria. Por lo anterior, se solicita considerar este periodo de almacenamiento como una alternativa técnicamente viable, favoreciendo la libre participación de marcas con diferentes configuraciones tecnológicas.

¿Se acepta?

RESPUESTA: LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON LAS MINIMAS REQUERIDAS, PODRA OFERTAR CARACTERISTICAS SUPERIORES.

34.- Partida 3 Ventilador de alta frecuencia oscilatoria pediátrico/neonatal con modo convencional, ANEXO I PROPUESTA TECNICA y ANEXO I-A FICHAS TECNICAS

Dice:

En el Anexo I, Propuesta Técnica, se solicita una cantidad de 5 ventiladores, mientras que en el Anexo I-A, Fichas Técnicas, se indica una cantidad de 1 ventilador.

Pregunta:

Se solicita atentamente a la Convocante aclarar cuál es la cantidad de ventiladores que deberá considerarse para la presente partida, toda vez que existe una discrepancia entre ambos anexos.

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. SSS-LPN-021-2026

Relativa a la adquisición de "Equipo Médico y de Laboratorio".

¿Se acepta?

RESPUESTA: En el anexo I se establece la cantidad y en el Anexo I-A la distribución de los 5 ventiladores solicitados.

35.- Renglón 1 ELECTROCARDIÓGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN
Dice: 1.5 Pantalla LCD a color con retroiluminación LED, de 8 pulgadas, con resolución mínima de 800 × 480 píxeles.

Se solicita atentamente a la convocante permita ofertar este punto de la siguiente manera:
1.5 Pantalla LCD/TFT a color de 8 pulgadas como mínimo con resolución mínima de 800 × 480 píxeles.

Lo anterior debido a que la tecnología TFT constituye una tecnología de matriz activa utilizada en pantallas LCD, por lo que ambas denominaciones no son excluyentes y pueden corresponder a soluciones técnicamente compatibles con las características requeridas. Asimismo, permitir una pantalla de mayor tamaño, manteniendo como mínimo la resolución solicitada, posibilita ofertar equipos con mejores condiciones de visualización, sin afectar la funcionalidad ni el desempeño esperado. Esta flexibilidad en las especificaciones técnicas permitiría ampliar las alternativas disponibles en el mercado, favoreciendo la participación de un mayor número de fabricantes y distribuidores, así como la libre concurrencia

¿Se acepta?

RESPUESTA: Se acepta sin ser limitante para los demás licitantes.

36.- Renglón 1 ELECTROCARDIÓGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN
Dice: 1.8.1.- Frecuencia ventricular.

Se solicita atentamente a la convocante confirmar que con frecuencia ventricular se refiere a frecuencia cardiaca.

Lo anterior debido a que precisar la terminología permitirá identificar correctamente el parámetro solicitado y asegurar una interpretación uniforme de la especificación técnica, facilitando la presentación de propuestas que cumplan con los requerimientos establecidos.

¿Es correcto?

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. SSS-LPN-021-2026

Relativa a la adquisición de "Equipo Médico y de Laboratorio".

RESPUESTA: Se refiere al cálculo de la frecuencia cardíaca del paciente.

37.- Renglón 1 ELECTROCARDIÓGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN
Todos los puntos.

Se solicita atentamente a la convocante permita acreditar, de manera complementaria y cuando resulte necesario, el cumplimiento de las características técnicas del equipo ofertado mediante imágenes, aun cuando dichas características no se encuentren descritas explícitamente en la documentación técnica del fabricante.
Lo anterior debido a que las imágenes permiten identificar y corroborar visualmente características físicas, componentes, interfaces y elementos de diseño que, en ocasiones, no se detallan de manera textual en las fichas técnicas o catálogos del fabricante.

¿Se acepta?

RESPUESTA: No se acepta. Se ratifica que las características técnicas de los equipos deberán acreditarse fehacientemente mediante catálogos, fichas técnicas, manuales del fabricante o cartas de respaldo suscritas por personal facultado, no siendo admisibles las imágenes aisladas como única forma de comprobación.

38.- Renglón 1 ELECTROCARDIÓGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN
Dice: 1.8.5.- Ejes P/QRS/T.

Se solicita atentamente a la convocante permita ofertar este punto de la siguiente manera:
1.8.5.- Ejes eléctricos.

Lo anterior debido a que el término "ejes eléctricos" se utiliza para referenciar de manera general los ejes eléctricos cardíacos correspondientes a las ondas P, al complejo QRS y a la onda T, por lo que permite identificar la misma característica técnica solicitada, favoreciendo la libre participación.

¿Se acepta?

RESPUESTA: Se acepta sin ser limitante para los demás licitantes.

39.- Renglón 1 ELECTROCARDIÓGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN
Dice: 1.9.- Capacidad para detección y marcado de pulsos de marcapasos.

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. SSS-LPN-021-2026

Relativa a la adquisición de "Equipo Médico y de Laboratorio".

Se solicita atentamente a la convocante permita ofertar este punto de la siguiente manera:
1.9.- Capacidad para detección de marcapasos.

Lo anterior debido a que la capacidad de detección permite identificar la presencia de pulsos de marcapasos durante el monitoreo electrocardiográfico. Asimismo, la función de marcado de pulsos podrá acreditarse mediante carta emitida por el fabricante, en la que se confirme que el equipo ofertado cuenta con dicha funcionalidad. Lo anterior permitirá verificar el cumplimiento de las características solicitadas mediante documentación complementaria, brindando flexibilidad en la acreditación técnica y favoreciendo la libre participación

¿Se acepta?

RESPUESTA: Se acepta sin ser limitante para los demás licitantes.

40.- Renglón 1 ELECTROCARDIÓGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN
Dice: 1.11.- Frecuencia de muestreo de ECG de 1,000 Hz como mínimo.

Se solicita atentamente a la convocante permita ofertar este punto de la siguiente manera:
1.11.- Frecuencia de muestreo de ECG de 500 Hz (muestras/seg) como mínimo.

Lo anterior debido a que una frecuencia de muestreo de 500 Hz proporciona una resolución temporal de 2 milisegundos entre muestras, permitiendo una representación adecuada de la morfología de la señal electrocardiográfica para su análisis en aplicaciones clínicas convencionales. Asimismo, esta frecuencia constituye una alternativa técnicamente viable para la evaluación de la actividad eléctrica cardíaca, por lo que aceptar dicho parámetro favorecería la libre participación.

¿Se acepta?

RESPUESTA: LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON LAS MINIMAS REQUERIDAS, PODRA OFERTAR CARACTERISTICAS SUPERIORES.

41.- Renglón 1 ELECTROCARDIÓGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN
Dice:
1.12.- Frecuencia de muestreo para detección de marcapasos de 16 kHz/canal en al menos dos canales.
1.13.- Resolución de adquisición de 1 µV/LSB o mejor.

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. SSS-LPN-021-2026

Relativa a la adquisición de "Equipo Médico y de Laboratorio".

1.25.- Pieza aplicada tipo CF protegida contra desfibrilación.

Se solicita atentamente a la convocante permita acreditar el cumplimiento de estas características mediante carta emitida por el fabricante.

Lo anterior debido a que estas características técnicas corresponden a parámetros específicos del procesamiento y adquisición de la señal electrocardiográfica que pueden no encontrarse descritos explícitamente en la documentación técnica o los catálogos comerciales del fabricante, aun cuando el equipo cuente con las capacidades requeridas. Por lo anterior, permitir su acreditación mediante una carta del fabricante facilitaría la verificación documental brindando flexibilidad en la presentación de evidencia y favoreciendo la libre participación

¿Se acepta?

RESPUESTA: Se acepta sin ser limitante para los demás licitantes.

42.- Renglón 1 ELECTROCARDIÓGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN
Dice: 1.13.- Resolución de adquisición de 1 µV/LSB o mejor.

Se solicita atentamente a la convocante permita ofertar este punto de la siguiente manera:
1.13 Resolución de adquisición de 1.25 µV/LSB o mejor.

Lo anterior debido a que una resolución de adquisición de 1.25 µV/LSB permite una digitalización adecuada de la señal electrocardiográfica para su representación y análisis clínico, favoreciendo la libre participación.

¿Se acepta?

RESPUESTA: LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON LAS MINIMAS REQUERIDAS, PODRA OFERTAR CARACTERISTICAS SUPERIORES.

43.- Renglón 1 ELECTROCARDIÓGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN
Dice: 1.14.- Rango de señal de entrada de al menos ±10 mV pico a pico.

Se solicita atentamente a la convocante permita ofertar este punto de la siguiente manera:
1.14.- Tolerancia de potencial de desplazamiento o rango de medición dinámico o rango de señal de entrada de al menos ±10 mV pico a pico.

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. SSS-LPN-021-2026

Relativa a la adquisición de "Equipo Médico y de Laboratorio".

Lo anterior debido a que los fabricantes pueden emplear distintas denominaciones técnicas para referirse a los parámetros relacionados con la capacidad de entrada y medición de la señal electrocardiográfica. Permitir las denominaciones propuestas facilitaría la identificación y acreditación de esta característica conforme a la terminología utilizada en la documentación técnica del equipo ofertado, sin modificar el valor mínimo requerido, favoreciendo la libre participación.

¿Se acepta?

RESPUESTA: Se acepta sin ser limitante para los demás licitantes.

44.- Renglón 1 ELECTROCARDIÓGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN
Dice: 1.15.- Impedancia de entrada de ≥550 MΩ a 10 Hz.

Se solicita atentamente a la convocante permita ofertar este punto de la siguiente manera:
1.15.- Impedancia de entrada de ≥50 MΩ como mínimo.

Lo anterior debido a que la impedancia de entrada propuesta permite mantener una alta impedancia en la etapa de adquisición de la señal electrocardiográfica, reduciendo la carga eléctrica sobre los electrodos y favoreciendo la adecuada captación de señales bioeléctricas de baja amplitud. Por ello, este valor constituye una alternativa técnica viable para equipos de electrocardiografía, favoreciendo la libre participación.

¿Se acepta?

RESPUESTA: Se aclara a los licitantes que se requieren equipos que cuenten con una impedancia de entrada ≥50 MΩ como mínimo.

45.- Renglón 1 ELECTROCARDIÓGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN
Dice: 1.16.- Rechazo en modo común de ≥110 dB.

Se solicita atentamente a la convocante permita ofertar este punto de la siguiente manera:
1.16.- Rechazo en modo común de ≥105 dB.

Lo anterior debido a que el rechazo en modo común es un parámetro que determina la capacidad del electrocardiógrafo para atenuar señales eléctricas no deseadas que se presentan simultáneamente en sus entradas, como las interferencias provenientes de la red eléctrica, las cuales pueden afectar la calidad del trazado

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. SSS-LPN-021-2026

Relativa a la adquisición de "Equipo Médico y de Laboratorio".

electrocardiográfico. Un valor mínimo de ≥105 dB representa una capacidad considerable de atenuación de dichas interferencias y puede ser técnicamente funcional para la adquisición de señales ECG. Aceptar este valor permitiría considerar equipos con distintas arquitecturas electrónicas sin modificar la finalidad clínica del requerimiento, favoreciendo la libre participación

¿Se acepta?

RESPUESTA: Se acepta sin ser limitante para los demás licitantes.

46.- Renglón 1 ELECTROCARDIÓGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN
Dice: 1.17.- Respuesta en frecuencia de 0.05 a 150 Hz o mayor.

Se solicita atentamente a la convocante permita ofertar equipos con una respuesta en frecuencia de 75 a 150 Hz o mayor, siempre que dicha configuración permita obtener registros electrocardiográficos adecuados para la aplicación clínica prevista, favoreciendo la libre participación.

¿Se acepta?

RESPUESTA: LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON LAS MINIMAS REQUERIDAS, PODRA OFERTAR CARACTERISTICAS SUPERIORES.

47.- Renglón 1 ELECTROCARDIÓGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN
Todos los puntos.

Se solicita atentamente a la convocante confirmar que, en aquellos puntos de la ficha técnica en los que se indiquen dos o más valores separados por una diagonal (/), estos se entenderán como opciones alternativas, por lo que será suficiente cumplir con uno de los valores especificados, siempre que la redacción del requisito no establezca expresamente que deban cumplirse ambos.

Ejemplo: Filtro para artefacto muscular seleccionable de 20/35 Hz. ¿Es correcto entender que se dará cumplimiento a este punto al ofertar un filtro para artefacto muscular seleccionable de 20 Hz o de 35 Hz, sin que sea obligatorio contar con ambas opciones?
Lo anterior, con la finalidad de aclarar la interpretación de los requisitos técnicos

RESPUESTA: Afirmativo es correcta su apreciación.

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. SSS-LPN-021-2026

Relativa a la adquisición de "Equipo Médico y de Laboratorio".

48.- Renglón 1 ELECTROCARDIÓGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN
Dice: 1.19.- Filtro para artefacto muscular seleccionable de 20/35 Hz.

Se solicita atentamente a la convocante permita ofertar el punto de la siguiente manera:
1.19.- Filtro para artefacto muscular seleccionable de 25/35 Hz.

Lo anterior debido a que la frecuencia de corte del filtro para artefacto muscular puede variar según el diseño y la configuración del equipo. La opción de 25/35 Hz permite disponer de alternativas de filtrado para atenuar componentes de ruido muscular que afectan el trazado electrocardiográfico, manteniendo la opción de 35 Hz solicitada. Aceptar esta variante permitiría considerar equipos con diferentes configuraciones de procesamiento de señal, sin restringir la participación a una combinación específica de frecuencias y favoreciendo la libre participación.

¿Se acepta?

RESPUESTA: LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON LAS MINIMAS REQUERIDAS, PODRA OFERTAR CARACTERISTICAS SUPERIORES.

49.- Renglón 1 ELECTROCARDIÓGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN
Dice: 1.21.- Sensibilidades seleccionables de al menos 2.5, 5, 10 y 20 mm/mV, además de ajuste automático.

Se solicita atentamente a la convocante permita ofertar el punto de la siguiente manera:
1.21.- Sensibilidades seleccionables de al menos 5, 10 y 20 mm/mV, además de ajuste automático.

Lo anterior debido a que las sensibilidades de 5, 10 y 20 mm/mV permiten ajustar la amplitud de visualización del electrocardiograma para facilitar la evaluación de la morfología de las ondas y los complejos cardíacos. Asimismo, la función de ajuste automático permite adaptar la presentación del trazado a la amplitud de la señal adquirida. Por lo anterior, prescindir de la sensibilidad de 2.5 mm/mV no elimina las opciones principales de ajuste solicitadas y permitiría considerar equipos con distintas configuraciones, ampliando la participación sin comprometer la funcionalidad requerida.

¿Se acepta?

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. SSS-LPN-021-2026

Relativa a la adquisición de "Equipo Médico y de Laboratorio".

RESPUESTA: LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON LAS MINIMAS REQUERIDAS, PODRA OFERTAR CARACTERISTICAS SUPERIORES.

50.- Renglón 1 ELECTROCARDIÓGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN
Dice: 1.22.- Velocidades de barrido de al menos 5, 12.5, 25 y 50 mm/s.

Se solicita atentamente a la convocante permita ofertar este punto de la siguiente manera:
1.22.- Velocidades de barrido seleccionables de al menos 12.5, 25 y 50 mm/s.

Lo anterior debido a que las velocidades propuestas permiten ajustar la presentación temporal del trazado electrocardiográfico para la revisión de la morfología de las ondas, los intervalos y los complejos cardíacos. Permitir estas opciones ampliaría las alternativas de equipos participantes sin restringir la evaluación a una velocidad adicional específica.

¿Se acepta?

RESPUESTA: LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON LAS MINIMAS REQUERIDAS, PODRA OFERTAR CARACTERISTICAS SUPERIORES.

51.- Renglón 1 ELECTROCARDIÓGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN
Dice: 1.24.- Protección contra descarga de desfibrilador de hasta 5,000 V / 360 J.

Se solicita atentamente a la convocante permita ofertar este punto de la siguiente manera:
1.24.- Protección contra descarga de desfibrilador de hasta 4000 VAC.

Lo anterior debido a que permitir una especificación de protección de hasta 4000 VAC facilitaría la participación de equipos que expresan la capacidad de aislamiento o protección eléctrica mediante parámetros de tensión alterna.

¿Se acepta?

RESPUESTA: LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON LAS MINIMAS REQUERIDAS, PODRA OFERTAR CARACTERISTICAS SUPERIORES.

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. SSS-LPN-021-2026

Relativa a la adquisición de "Equipo Médico y de Laboratorio".

52.- Renglón 1 ELECTROCARDIÓGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN
Dice: 1.26.1.- Registrador térmico integrado al equipo, con capacidad de impresión de hasta 12 canales de onda, velocidades seleccionables de 5, 12.5, 25 y 50 mm/s y resolución vertical mínima de 8 puntos/mm.

Se solicita atentamente a la convocante permita ofertar este punto de la siguiente manera:
1.26.1.- Registrador térmico integrado al equipo, con capacidad de impresión de hasta 12 canales de onda, velocidades seleccionables de 12.5, 25 y 50 mm/s y resolución vertical mínima de 8 puntos/mm.

Lo anterior debido a que las velocidades propuestas permiten realizar impresiones electrocardiográficas con distintas escalas temporales para la valoración de la morfología de las ondas y los intervalos del trazado. Mantener las velocidades de 12.5, 25 y 50 mm/s proporciona alternativas de presentación para la revisión clínica, por lo que permitir esta configuración favorece la libre participación.

¿Se acepta?

RESPUESTA: LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON LAS MINIMAS REQUERIDAS, PODRA OFERTAR CARACTERISTICAS SUPERIORES.

53.- Renglón 1 ELECTROCARDIÓGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN
Dice: 1.26.2.- Deberá utilizar papel plegado tamaño A4 o Carta, permitiendo la impresión de informes electrocardiográficos completos.

Se solicita atentamente a la convocante permita ofertar este punto de la siguiente manera:
1.26.2.- Deberá utilizar papel plegado tamaño A4 o Carta, o papel con un ancho de 216 mm, permitiendo la impresión de informes electrocardiográficos completos.

Lo anterior debido a que el ancho de 216 mm permite utilizar papel con una dimensión transversal equivalente al formato Carta, favoreciendo la libre participación.

¿Se acepta?

RESPUESTA: Se acepta sin ser limitante para los demás licitantes.

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. SSS-LPN-021-2026

Relativa a la adquisición de "Equipo Médico y de Laboratorio".

54.- Renglón 1 ELECTROCARDIÓGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN
Dice: 1.26.3.- El equipo deberá permitir diferentes formatos de reporte de ECG, incluyendo como mínimo configuraciones equivalentes a 3×4+1, 3×4+3, 6×2, 6×2+1 y 12×1.

Se solicita atentamente a la convocante permita ofertar este punto de la siguiente manera:
1.26.3.- El equipo deberá permitir diferentes formatos de reporte de ECG, incluyendo configuraciones de 2×6, 4×3, 1×6 y 1×12.

Lo anterior debido a que los formatos propuestos permiten presentar los registros electrocardiográficos en distintas distribuciones de canales, facilitando la revisión de las derivaciones y la interpretación del trazado. Aceptar estas configuraciones permitiría considerar equipos con diferentes opciones de presentación e impresión de reportes, ampliando las alternativas tecnológicas disponibles y favoreciendo la libre participación.

¿Se acepta?

RESPUESTA: LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON LAS MINIMAS REQUERIDAS, PODRA OFERTAR CARACTERISTICAS SUPERIORES.

55.- Renglón 1 ELECTROCARDIÓGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN
Dice: 1.29.- Equipo portátil, con peso máximo de aproximadamente 5 kg, incluyendo unidad principal, batería y registrador térmico.

Se solicita atentamente a la convocante permita ofertar este punto de la siguiente manera:
1.29.- Equipo portátil, con peso máximo de hasta 6.5 kg, incluyendo unidad principal, batería y registrador térmico.

Lo anterior debido a que un peso de hasta 6.5 kg permite conservar la portabilidad del equipo y facilitar su traslado entre áreas de atención médica, sin comprometer por sí mismo su funcionalidad como electrocardiógrafo, favoreciendo la libre participación.

¿Se acepta?

RESPUESTA: Se acepta sin ser limitante para los demás licitantes. Se aclara a los licitantes que se aceptarán equipos portátiles cuyo peso máximo sea de hasta 6.5 kg (incluyendo unidad principal, batería y registrador térmico), toda vez que dicho peso

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. SSS-LPN-021-2026

Relativa a la adquisición de "Equipo Médico y de Laboratorio".

permite conservar la portabilidad y facilidad de traslado del equipo entre las diferentes áreas de atención médica.

56.- Renglón 1 ELECTROCARDIÓGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN
Dice: 1.30.- Dimensiones aproximadas máximas de 31 × 37 × 13 cm.

Se solicita atentamente a la convocante permita ofertar dimensiones de acuerdo con las especificaciones del fabricante, manteniendo siempre la portabilidad del equipo. Lo anterior debido a que las dimensiones de los equipos pueden variar según el diseño y la configuración establecidos por cada fabricante. Permitir esta alternativa brindaría flexibilidad para considerar equipos con diferentes diseños y distribuciones de componentes, manteniendo siempre la portabilidad y facilitando su traslado entre las distintas áreas de atención médica, sin comprometer su funcionalidad para el uso clínico previsto.

¿Se acepta?

RESPUESTA: Se acepta sin ser limitante para los demás licitantes. Se aclara a los licitantes que se aceptarán equipos cuyas dimensiones físicas correspondan a los diseños y configuraciones estándar de fábrica de cada fabricante, siempre y cuando el equipo mantenga la condición de portabilidad y facilidad de traslado entre las diferentes áreas de atención médica, cumpliendo con los requerimientos operativos y clínicos solicitados en las bases.

57.- Renglón 1 ELECTROCARDIÓGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN
Dice:
2.1.- Cable de paciente para adquisición de ECG de 12 derivaciones.
2.2.- Juego de cables de derivaciones.

Se solicita atentamente a la convocante permita ofertar ambos puntos mediante un cable de paciente integrado de 10 puntas para la adquisición de ECG de 12 derivaciones, como alternativa a la presentación por separado de los componentes descritos.

Lo anterior debido a que un cable de paciente integrado de 10 puntas permite realizar la adquisición de un electrocardiograma de 12 derivaciones mediante la conexión de las derivaciones correspondientes, integrando en un solo conjunto los cables necesarios para la conexión al paciente. Esta configuración facilita el manejo y la organización de los cables durante la operación, sin afectar la finalidad de adquisición, favoreciendo la libre participación.

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. SSS-LPN-021-2026

Relativa a la adquisición de "Equipo Médico y de Laboratorio".

¿Se acepta?

RESPUESTA: Se acepta sin ser limitante para los demás licitantes.

58.- Renglón 1 ELECTROCARDIÓGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN
Dice: 1.31.- Operación dentro de un intervalo de temperatura de al menos 0 a 40 °C y humedad relativa de 15 a 95 % sin condensación.

Se solicita atentamente a la convocante permita ofertar este punto de la siguiente manera:
1.31.- Operación dentro de un intervalo de temperatura de ≥ 0 °C hasta 40 °C y humedad relativa de 15 a 93 % o mayor, sin condensación.

Lo anterior debido a que los equipos pueden presentar distintos rangos ambientales de operación de acuerdo con su diseño y especificaciones del fabricante. Manteniendo condiciones de operación adecuadas para el entorno clínico previsto y favoreciendo la libre participación.

¿Se acepta?

RESPUESTA: Se acepta sin ser limitante para los demás licitantes.

59.- Pregunta
Renglones 1, 2, 3 y 16.
7.- Plazo de entrega.
Dice: A partir de la notificación del fallo, el licitante adjudicado deberá entregar los bienes dentro de los 20 (veinte) días hábiles.

Se solicita atentamente a la convocante permita ampliar el plazo de entrega a 60 (sesenta) días hábiles, contados a partir de la notificación del fallo.

Lo anterior debido a que los equipos correspondientes a las partidas señaladas son de origen extranjero, por lo que su suministro requiere considerar los tiempos de disponibilidad y preparación por parte del fabricante, así como los procesos de importación, despacho aduanero y traslado hasta el lugar de entrega establecido. En este sentido, ampliar el plazo a 60 días hábiles permitiría contar con un periodo razonable para completar los procedimientos logísticos necesarios, favoreciendo la participación de un número mayor de licitantes, así como la libre participación.

¿Se acepta?

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. SSS-LPN-021-2026

Relativa a la adquisición de "Equipo Médico y de Laboratorio".

RESPUESTA: Únicamente para las partidas 12 y 13 se amplía el plazo de 10 días hábiles adicionales.

60.- Con relación al Anexo I-A, numeral 9. Mantenimiento, se solicita atentamente confirmar que, para acreditar la capacitación del personal técnico, así como la disponibilidad de instalaciones y Departamento de Servicio Técnico en territorio nacional, será suficiente presentar en la propuesta la siguiente documentación:

1. Una constancia de capacitación emitida por el fabricante y/o titular del registro sanitario por cada tipo de equipo ofertado.

2. Evidencia fotográfica de las instalaciones del Departamento de Servicio Técnico.

3. Directorio del personal de Servicio Técnico, indicando nombre y datos de contacto.

¿Se acepta?

RESPUESTA: Se acepta sin ser limitante para los demás licitantes.

MEDSOLUTIONS, S.A DE C.V.

Pregunta 1. Documentación técnica y fichas de los bienes

Respecto de la propuesta técnica, se solicita a la convocante confirmar si, para acreditar el cumplimiento de las especificaciones de cada bien ofertado, se aceptarán fichas técnicas y catálogos oficiales del fabricante en formato electrónico, siempre que se identifique claramente la marca, modelo y página en la que se acredita cada característica solicitada.

RESPUESTA: La entrega deberá ser en físico y electrónica, debido a que es una licitación presencial.

Pregunta 2. Cartas de respaldo del fabricante

Respecto de la carta de apoyo o respaldo requerida para los renglones ofertados, se solicita confirmar si se aceptará una carta emitida por el fabricante que identifique al licitante y los renglones o bienes respaldados, aun cuando dicha carta ampare varios renglones en un solo documento.

RESPUESTA: Se acepta sin ser limitante para los demás licitantes.

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. SSS-LPN-021-2026

Relativa a la adquisición de "Equipo Médico y de Laboratorio".

Pregunta 3. Distribuidores autorizados

En caso de que el licitante participe como distribuidor autorizado y no directamente como fabricante, se solicita precisar si será suficiente presentar la carta de autorización o distribución emitida por el fabricante, acompañada del documento que acredite dicha autorización, en los términos establecidos en la convocatoria.

RESPUESTA: Afirmativo es correcta su apreciación.

Pregunta 4. Registro sanitario

Respecto del registro sanitario de los bienes ofertados, se solicita confirmar si se aceptará el registro sanitario vigente o, en su caso, la documentación oficial que acredite su prórroga o extensión de vigencia, conforme a lo previsto en la convocatoria. Asimismo, se solicita precisar el procedimiento documental aplicable a los bienes que, por su naturaleza o clasificación, no requieran registro sanitario.

RESPUESTA: Afirmativo es correcta su apreciación.

Pregunta 5. Documentación de bienes que no requieren registro sanitario

Para los bienes respecto de los cuales no resulte exigible un registro sanitario, se solicita a la convocante precisar qué documento específico deberá presentar el licitante para acreditar dicha condición y si será necesario identificar el supuesto aplicable por cada renglón ofertado.

RESPUESTA: En el caso de los dispositivos médicos que así se hayan estipulado por su naturaleza como de bajo riesgo para efectos de obtención del Registro Sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren Registro Sanitario, se deberá presentar el listado publicado en el Diario Oficial de la Federación y mencionar a que renglón y clave se refieren e identificar el supuesto aplicable.

Pregunta 6. Entrega de documentación en medio magnético

En relación con la entrega de la propuesta y su documentación en medio magnético, se solicita confirmar si se aceptarán archivos electrónicos en formato PDF legible, organizados e identificados por apartado y renglón, siempre que su contenido corresponda íntegramente con la documentación presentada de manera física.

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. SSS-LPN-021-2026

Relativa a la adquisición de "Equipo Médico y de Laboratorio".

RESPUESTA: Afirmativo es correcta su apreciación, debiendo agregar de manera adicional en formatos editables su propuesta técnica y económica.

Pregunta 7. Plazo de entrega e instalación

Considerando el plazo de entrega previsto en la convocatoria y que la garantía de los bienes se computará a partir de su puesta en marcha, se solicita precisar si el plazo establecido para la entrega comprende únicamente la entrega física de los bienes o si también incluye instalación, puesta en marcha, pruebas de funcionamiento y capacitación, cuando estos conceptos resulten aplicables al bien adjudicado.

RESPUESTA: El plazo de entrega se computara a partir de la puesta en marcha y capacitación.

Pregunta 8. Coordinación de entregas por unidad médica

Toda vez que la entrega se realizará en las unidades médicas señaladas en el Anexo V, se solicita confirmar si el proveedor podrá coordinar con cada unidad médica las fechas y horarios específicos de recepción, dentro de los plazos contractuales y horarios establecidos en la convocatoria, con el objeto de asegurar la recepción correcta de los bienes.

RESPUESTA: Afirmativo es correcta su apreciación.

Pregunta 9. Recepción de entregas y documentación comprobatoria

Respecto de la documentación requerida para acreditar la entrega y tramitar el pago, se solicita confirmar si, cuando los bienes se entreguen en distintas unidades médicas o en fechas diferentes, la documentación de recepción y facturación podrá integrarse de manera individual por cada entrega efectivamente recibida, conforme a los requisitos administrativos y fiscales aplicables.

RESPUESTA: La entrega será contra factura y acta entrega recepción por unidad médica.

Pregunta 10. Garantía de los bienes

Respecto de la garantía solicitada, se pide confirmar que el periodo aplicable será el que corresponda a cada bien conforme a la convocatoria y al anexo técnico, contado a partir de la puesta en marcha cuando así se establezca, y precisar qué documento deberá presentar el proveedor para acreditar el inicio de dicho periodo.

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. SSS-LPN-021-2026

Relativa a la adquisición de "Equipo Médico y de Laboratorio".

RESPUESTA: Se confirma que la garantía comienza a partir de la puesta en marcha del equipo y el documento que deberá de presentar el proveedor para acreditar dicho periodo es el de hoja de servicios donde se especifique la instalación y la capacitación.

Pregunta 11. Sustitución de bienes por defectos o incumplimiento de calidad

En relación con la obligación de sustituir los bienes que presenten defectos o incumplimientos de calidad, se solicita precisar si el plazo de sustitución comenzará a computarse a partir de la notificación formal realizada por la convocante o por la unidad médica receptora, y qué medio se utilizará para dejar constancia de dicha notificación.

RESPUESTA: El plazo de sustitución empezara a computarse a partir de la notificación formal realizada por los servicios de salud de Sinaloa y el medio de notificación será atravez de un oficio o correo electrónico.

Pregunta 12. Vigencia contractual

Considerando que la contratación corresponde al ejercicio fiscal en curso, se solicita precisar la fecha o condición que determinará la conclusión de la vigencia contractual, así como confirmar que las obligaciones de garantía y atención de defectos continuarán conforme a los plazos expresamente establecidos en la convocatoria y el contrato.

RESPUESTA: Se aclara que la vigencia para la entrega de los bienes capacitación y puesta en marcha será de 20 días hábiles a partir de la notificación del fallo, solo en el caso de las partidas 12 y 13 tendrán 10 días hábiles adicionales, para efecto de garantía de los bienes será conforme a lo señalado en el anexo I-A de 12 o 24 meses por lo que la vigencia contractual será al término de las garantías de cada renglón.

Pregunta 13. Pagos por entregas efectivamente recibidas

Respecto del plazo de pago previsto en la convocatoria, se solicita confirmar si el cómputo iniciará una vez que se haya presentado y validado la documentación completa correspondiente a los bienes efectivamente entregados y recibidos a satisfacción, y precisar si la convocante notificará al proveedor las inconsistencias documentales que impidan iniciar dicho cómputo.

RESPUESTA: Afirmativo es correcta su apreciación.

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. SSS-LPN-021-2026

Relativa a la adquisición de "Equipo Médico y de Laboratorio".

Pregunta 14. Aclaración sobre los anexos técnicos

Se solicita confirmar que las características, cantidades, destinos de entrega y demás condiciones específicas que deberán cumplir los bienes serán las establecidas en los Anexos I, I-A y V, y que cualquier duda relativa a un renglón determinado podrá identificarse por su número de renglón para recibir una respuesta específica de la convocante.

RESPUESTA: Afirmativo es correcta su apreciación

GROUP IGE SALUD, S. DE R.L. DE C.V.

A) Preguntas Técnicas:

1.- PREGUNTA SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS REITERE QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA FICHA SE PODRÁ PRESENTAR CARTA DE TITULAR DE REGISTRO SANITARIO, DISTRIBUIDOR PRIMARIO O IMPORTADOR DE LOS BIENES OFERTADOS. QUE INCLUYA LA INFORMACIÓN SOLICITADA. FAVOR DE CONFIRMAR?

RESPUESTA: Se deberá dar cumplimiento a lo establecido en la convocatoria respecto a la documentación solicitada en la ficha técnica. Las cartas deberán ser firmadas por el fabricante.

2.- SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE, CUANDO EN LA CONVOCATORIA SE SOLICITEN CARTAS EMITIDAS POR EL FABRICANTE, ESTAS PODRÁN SER EMITIDAS POR EL FABRICANTE O FABRICANTE LEGAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LAS DEFINICIONES SEÑALADAS EN EL APÉNDICE III, NORMATIVO DEL SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 5.0 DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS VIGENTE. FAVOR DE CONFIRMAR?

RESPUESTA: SE ACEPTA SU SOLICITUD, Se confirma que las cartas solicitadas en la convocatoria podrán ser emitidas por el fabricante o fabricante legal del dispositivo médico, conforme a las definiciones establecidas en el Suplemento para Dispositivos Médicos de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos vigente, siempre que se acredite dicha calidad y se cumpla con los requisitos establecidos en la convocatoria.

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. SSS-LPN-021-2026

Relativa a la adquisición de "Equipo Médico y de Laboratorio".

3.- SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME EN EL ANEXO 1-A, PUNTO 1.3.-CON CONTROL MANUAL DE LA POTENCIA DEL CALEFACTOR DE 0 A 100%. CON AUMENTOS DE 5%. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMTA OFERTAR UN CONTROL MANUAL DE LA POTENCIA DEL CALEFACTOR DESACTIVADO (0%) Y DEL 10% A 100%. CON AUMENTOS DE 10%, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON LAS MINIMAS REQUERIDAS, PODRA OFERTAR CARACTERISTICAS SUPERIORES.

4.- SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME EN EL ANEXO 1-A, PUNTO 1.4.- CON MODO DE PRECALENTAMIENTO SELECIONABLE EN PANTALLA. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PERMITA OFERTAR CON MODO DE PRECALENTAMIENTO QUE SE INICIE DE FORMA AUTOMÁTICA AL ENCENDER EL SISTEMA Y UN CALENTAMIENTO MEDIANTE SELECCIÓN EN PANTALLA DEL MODO CANGURO QUE AJUSTA LA POTENCIA DEL CALENTADOR RADIANTE A 30% MIENTRAS EL BEBÉ ESTÁ FUERA DE CUNA. UNA VEZ QUE REGRESA, SE REANUNDA LA TERAPIA DE CALOR UTILIZANDO LOS AJUSTES QUE ESTABAN ACTIVADOS ANTES DEL MODO CANGURO. ESTO PERMITE MANTENER EL CALOR DE LA CUNA ANTES DE QUE EL PACIENTE REGRESE. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.

5.- SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME EN EL ANEXO 1-A, PUNTO 1.17.- LÁMPARA O ELEMENTO CALEFACTOR ABATIBLE DE ENFOQUE CONTINUO QUE PERMITA EL ACCESO DEL EQUIPO DE RAYOS X. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PERMITA OFERTAR UN ELEMENTO CALEFACTOR FIJO DE ENFOQUE CONTINUO QUE NO NECESITA MOVERSE PARA PERMITIR EL ACCESO DEL EQUIPO DE RAYOS X. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.

6.- SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME EN EL ANEXO 1-A, PUNTO 1.19.- COLCHÓN DE MATERIAL ESPONJOSO ESPACIAL, REVESTIDO CON CUBIERTA DE VINILO. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. SSS-LPN-021-2026

Relativa a la adquisición de "Equipo Médico y de Laboratorio".

CONVOCANTE QUE PERMITA OFERTAR UN COLCHÓN RADIOTRANSPARENTE DE MATERIAL ESPUMOSO (ESPONJOSO) CON CUBIERTA LAVABLE, IMPERMEABLE E HIPOELERGÉNICO, QUE MANTIENE EL CALOR DEL PACIENTE INCLUSO SI LA BASE SE ENCUENTRA INCLINADA. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.

7.- SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME EN EL ANEXO 1-A, PUNTO 1.26. CON CRONÓMETRO CPR Y DE APGAR CON TONO DE ALARMA EN LOS MINUTOS 1,3,5 Y 10. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PERMITA OFERTAR CRONÓMETRO GENERAL YA QUE PERMITE UTILIZARSE PARA FUNCIONES DE CPR, Y ALARMAS APGAR EN LOS MINUTOS 1,5 Y 10, YA QUE UNA ALARMA EN EL MINUTO 3 NO ES INDISPENSABLE DE ACUERDO CON LA NOM-007-SSA2-2016, APÉNDICE F NORMATIVO, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON LAS MINIMAS REQUERIDAS, PODRA OFERTAR CARACTERISTICAS SUPERIORES.

8.- SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME EN EL ANEXO 1-A, PUNTO 1.1.2.2 CONTROL CON MODO SERVOCONTROLADO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA DE LA PIEL DEL PACIENTE DE 34° A 37.5°. CON SOBREGIRO EN RANGO DE 37.6° A 38°. SE ENTIENDE QUE ESTE PUNTO HACE REFERENCIA A UN SERVOCONTROL PARA AJUSTE DE TEMPERATURA DE LA PIEL DEL PACIENTE EN EL RANGO DE 34°C HASTA 37°C CON UN SOBREGIRO O RANGO AMPLIADO DE TEMPERATURA O SOBRE TEMPERATURA A PARTIR DE 37.1°C A MÁXIMO 38°C. ¿ES CORRECTO NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON LAS MINIMAS REQUERIDAS, PODRA OFERTAR CARACTERISTICAS SUPERIORES.

9.- SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME EN EL ANEXO 1-A, PUNTO 1.1.3.1 CONTROL CON MODO SERVOCONTROLADO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA DE LA PIEL DEL PACIENTE DE 35° A 37.5°. CON SOBREGIRO EN RANGO DE 37.6° A 38°. SE ENTIENDE QUE ESTE PUNTO HACE REFERENCIA A UN SERVOCONTROL PARA AJUSTE DE TEMPERATURA DE LA PIEL DEL PACIENTE EN EL RANGO DE 34°C HASTA 37°C CON UN SOBREGIRO O RANGO

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. SSS-LPN-021-2026

Relativa a la adquisición de "Equipo Médico y de Laboratorio".

AMPLIADO DE TEMPERATURA O SOBRE TEMPERATURA A PARTIR DE 37.1°C A MÁXIMO 38°C. ¿ES CORRECTO NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON LAS MINIMAS REQUERIDAS, PODRA OFERTAR CARACTERISTICAS SUPERIORES.

10.- SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME EN EL ANEXO 1-A, PUNTO 1.2.1.8 DESPLIEGUE DE TENDENCIAS GRÁFICAS EN EL TIEMPO SELECCIONABLE POR EL USUSARIO EN TIEMPOS DE 1,3,6,12 0 24 HORAS DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR DEPSLIEGUE DE TENDENCIAS GRÁFICAS EN EL TIEMPO SELECCIONABLE POR EL USUARIO EN TIEMPOS DE 2,4,8,12,24,48 HRS Y 7 DÍAS. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.

11.- SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME EN EL ANEXO 1-A, PUNTO 1.2.2.5 DESPLIEGUE DE TENDENCIAS GRÁFICAS EN EL TIEMPO SELECCIONABLE POR EL USUSARIO EN TIEMPOS DE 1,3,6,12 0 24 HORAS DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR DEPSLIEGUE DE TENDENCIAS GRÁFICAS EN EL TIEMPO SELECCIONABLE POR EL USUARIO EN TIEMPOS DE 2,4,8,12,24,48 HRS Y 7 DÍAS. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.

12.- SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME EN EL ANEXO 1-A, PUNTO 1.2.3.1 CON CRONÓMETRO DE APGAR CON ALARMA EN LOS MINUTOS 1,3,5 Y 10. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PERMITA OFERTAR ALARMAS APGAR EN LOS MINUTOS 1,5 Y 10, YA QUE UNA ALARMA EN EL MINUTO 3 NO ES INDISPENSABLE DE ACUERDO CON LA NOM-007-SSA2-2016, APÉNDICE F NORMATIVO, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON LAS MINIMAS REQUERIDAS, PODRA OFERTAR CARACTERISTICAS SUPERIORES.

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. SSS-LPN-021-2026

Relativa a la adquisición de "Equipo Médico y de Laboratorio".

13.- SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME EN EL ANEXO 1-A, PUNTO 1.3.6. DESVÍO DE CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO EN +/-3%. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UN RANGO DE DESVÍO DE CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO EN +/-5%. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON LAS MINIMAS REQUERIDAS, PODRA OFERTAR CARACTERISTICAS SUPERIORES.

14.- SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME EN EL ANEXO 1-A, PUNTO 1.5.5 CAPACETE TRASNPARENTE CIN DOBLE PARED ACTIVA, CON CIRCULACIÓN DE AIRE ENTRE EL CAPACETE Y LA DOBLE PARED. SE ENTIENDE QUE EL OFERTAR TECNOLOGÍA SIMILAR NO SERÁ CAUSA DE DESECHAMIENTO, POR LO TANTO, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UNA DOBLE PARED ELECTRÓNICA, LA CUAL CONSISTE EN UNA PARED DE CALOR QUE EMITE EL RADIADOR AL MISMO TIEMPO QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA CERRADO O EN MODO INCUBADORA. ESTE CUMPLE PERFECTAMENTE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA DOBLE PARED DE ACRÍLICO, EN DONDE EL OBJETIVO ES EVITAR EL ENFRIAMIENTO O PÉRDIDA DE CALOR A TRAVÉS DE LA RADIACIÓN EMITIDA HACIA EL CAPACETE. DE ESTA MANERA SE MANTIENE AL PACIENTE ESTABLE CON SU TEMPERATURA CORPORAL TODO EL TIEMPO. ADEMÁS DE QUE CON ESTA SE REDUCEN LAS INFECCIONES NOSOCOMIALES POR NO CONTAR CON ESQUINAS Y/O RINCONES QUE LA DOBLE PARED DE ACRÍLICO PUEDE TENER. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON LAS MINIMAS REQUERIDAS, PODRA OFERTAR CARACTERISTICAS IGUALES O SUPERIORES.

15.- SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME EN EL ANEXO 1-A, PUNTO 1.5.9. CON AL MENOS CINCO PORTILLOS DE ACCESO AL PACIENTE CON UNA ABERTURA DE CIRCUITO RESPIRATORIO. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR 5 PORTILLOS DE ACCESO AL PACIENTE, ADICIONAL A LOS 10 PASATUBOS DE LA CANOPIA QUE PERMITEN EL PASO DEL CIRCUITO RESPIRATORIO. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: Se acepta sin ser limitante para los demás licitantes.

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. SSS-LPN-021-2026

Relativa a la adquisición de "Equipo Médico y de Laboratorio".

16.- SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME EN EL ANEXO 1-A, PUNTO 1.6.1 INTERCONSTRUIDO, CON DEPÓSITO DE AGUA, LAVABLE Y REMOVIBLE. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UN SISTEMA HUMIDIFICADOR INTERCONSTRUIDO Y ESTERILIZABLE CON LIMPIEZA AUTOMÁTICA, ASEGURANDO ASÍ LAS BUENAS PRÁCTICAS EN LA PREVENCIÓN DE INFECCIONES, YA QUE ESTO EVITA LA PROLIFERACIÓN DE MICROORGANISMOS DENTRO DEL EQUIPO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES Y REDUCE LOS COSTOS ASOCIADOS AL INSTITUTO EVITANDO MÁS DÍAS DE ESTANCIA PARA LOS RECIÉN NACIDOS. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.

17.- SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME EN EL ANEXO 1-A, PUNTO 1.8.- COLCHÓN DE UN MATERIAL ESPONJOSO ESPACIAL REVESTIDO CON CUBIERTA DE VINILO. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PERMITA OFERTAR UN COLCHÓN RADIOTRANSPARENTE DE MATERIAL ESPUMOSO (ESPONJOSO) CON CUBIERTA LAVABLE, IMPERMEABLE E HIPOELERGÉNICO, QUE MANTIENE EL CALOR DEL PACIENTE INCLUSO SI LA BASE SE ENCUENTRA INCLINADA. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.

18.- SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME EN EL ANEXO 1-A, PUNTO 2.2 SENSORES REUSABLES DE TEMPERATURA DE PIEL. CON EL FIN DE EVITAR INFECCIONES NOSOCOMIALES, LAS CUALES TIENEN COMO CONSECUENCIA UNA ESTANCIA HOSPITALARIA MÁS AMPLIA DE UN PACIENTE Y UN AUMENTO DE COSTOS PARA EL INSTITUTO, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR COMO OPCIÓN A ESTE PUNTO 40 SENSORES DE TEMPERATURA DESECHABLES DE ACUERDO CON LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NEGATIVO SE REQUIEREN SENSORES REHUSABLES.

19.- SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME EN EL ANEXO 1-A, PUNTO 2.3 LÁMPARA DE FOTOTERAPIA EN EL RANGO DE LONGITUD DE ONDA DE 450 A 475 NANÓMETROS.CON EL FIN DE BRINDAR AL PACIENTE UNA CORRECTA TRANSFORMACIÓN FOTOQUÍMICA DE LA BILIRRUBINA EN LA PIEL, LO

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. SSS-LPN-021-2026

Relativa a la adquisición de "Equipo Médico y de Laboratorio".

QUE GARANTIZA UN RANGO CORRECTO EN LA LONGITUD DE ONDA DE ACUERDO CON LO REQUERIDO, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UNA LÁMPARA DE FOTOTERAPIA DE TECNOLOGÍA LED (TECNOLOGÍA SUPERIOR A LO SOLICITADO) CON UN RANGO DE LONGITUD DE ONDA DE 460 A 490 NM. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON LAS MINIMAS REQUERIDAS, PODRA OFERTAR CARACTERISTICAS IGUALES O SUPERIORES.

20.- SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME EN EL ANEXO 1-A, PUNTO 1.3.1.2.- FRECUENCIA RESPIRATORIA CON RANGO DE 2 RESPIRACIONES POR MINUTO A 200 RESPIRACIONES POR MINUTO. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR RANGO SUPERIOR DE 150 RESPIRACIONES POR MINUTO, YA QUE ESTE VALOR CUBRE AMPLIAMENTE LOS REQUERIMIENTOS DE RPM DE LOS RECIÉN NACIDOS. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON LAS MINIMAS REQUERIDAS, PODRA OFERTAR CARACTERISTICAS IGUALES O SUPERIORES.

21.- SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME EN EL ANEXO 1-A, PUNTO 1.3.1.5.- VOLUMEN CORRIENTE CON RANGO DE 0.8 ML A 300 ML. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR RANGO INFERIOR DE 2 ML, YA QUE MANTIENE LA CAPACIDAD DE PROPORCIONAR SOPORTE VENTILATORIO SEGURO Y EFICAZ A PACIENTES NEONATALES, INCLUYENDO AQUELLOS DE MUY BAJO PESO AL NACER, SIN REPRESENTAR UNA LIMITACIÓN CLÍNICA PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO... ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON LAS MINIMAS REQUERIDAS, PODRA OFERTAR CARACTERISTICAS SUPERIORES.

22.- SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME EN EL ANEXO 1-A, PUNTO 1.3.1.12.- MECANISMO DE DISPARO O TRIGGER POR FLUJO, POR VOLUMEN Y POR PRESIÓN. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI PARA EL CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO 'MECANISMO DE DISPARO O TRIGGER POR FLUJO, POR VOLUMEN Y POR PRESIÓN' SE ACEPTAN

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. SSS-LPN-021-2026

Relativa a la adquisición de "Equipo Médico y de Laboratorio".

EQUIPOS CON DISPARO POR FLUJO Y POR PRESIÓN, CONSIDERANDO QUE ÉSTOS CONSTITUYEN LOS MECANISMOS DE TRIGGER UTILIZADOS DE FORMA HABITUAL EN VENTILADORES NEONATALES DE ALTA GAMA Y QUE EL EQUIPO OFERTADO INCORPORA ADEMÁS MODALIDADES DE VOLUMEN GARANTIZADO. ¿SE ACEPTA?"

RESPUESTA: LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON LAS MINIMAS REQUERIDAS, PODRA OFERTAR CARACTERISTICAS SUPERIORES.

23.- SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME EN EL ANEXO 1-A, PUNTO 1.3.2.1.- VENTILACIÓN ASISTO CONTROLADA, PTV, IPPV, O SIPPV Y SIMV CONTROLADA. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO DEBEREMOS OFERTAR VENTILACIÓN SIMV CONTROLADA Y ALGUNO DE LOS SIGUIENTES MODOS VENTILATORIOS: ASISTO CONTROLADA O PTV O IPPV O SIPPV. ¿ES CORRECTO? ESTO PORQUE NINGÚN VENTILADOR EN EL MERCADO OFRECE TODOS ESTOS MODOS VENTILATIORS AL MISMO TIEMPO YA QUE HACEN REFERENCIA A DIFERENTE NOMENCLATURA PARA EL MISMO MODO.

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

24.- SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME EN EL ANEXO 1-A, PUNTO 1.3.2.8.- CON OPCIÓN A FUTURO DE TÉCNICA DE OSCILACIÓN FORZADA (FOT).

PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTAR EQUIPOS QUE NO CUENTEN CON LA OPCIÓN FUTURA DE TÉCNICA DE OSCILACIÓN FORZADA (FOT), SIEMPRE QUE CUMPLAN CON LAS FUNCIONES DE VENTILACIÓN NEONATAL, MONITOREO RESPIRATORIO Y MODALIDADES AVANZADAS REQUERIDAS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES NEONATALES Y PEDIÁTRICOS, YA QUE LA FOT CONSTITUYE UNA HERRAMIENTA COMPLEMENTARIA DE EVALUACIÓN DE LA MECÁNICA PULMONAR Y NO UN REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA VENTILACIÓN MECÁNICA CONVENCIONAL O DE ALTA FRECUENCIA. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON LAS MINIMAS REQUERIDAS, PODRA OFERTAR CARACTERISTICAS SUPERIORES.

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. SSS-LPN-021-2026

Relativa a la adquisición de "Equipo Médico y de Laboratorio".

25.- SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME EN EL ANEXO 1-A, PUNTO 1.3.2.9.- CON OPCIÓN A FUTURO DE CONTROL INTELIGENTE PREDICTIVO DE LA OXIGENACIÓN (PRICO). PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ELIMINAR EL REQUISITO "CON OPCIÓN A FUTURO DE CONTROL INTELIGENTE PREDICTIVO DE LA OXIGENACIÓN (PRICO)" O ACEPTAR TECNOLOGÍAS EQUIVALENTES, TODA VEZ QUE CORRESPONDE A UNA CARACTERÍSTICA PROPIETARIA DE UN FABRICANTE ESPECÍFICO Y SU AUSENCIA NO AFECTA LA CAPACIDAD DEL VENTILADOR PARA PROPORCIONAR SOPORTE VENTILATORIO NEONATAL Y PEDIÁTRICO SEGURO, EFICAZ Y CONFORME A LA PRÁCTICA CLÍNICA HABITUAL. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON LAS MINIMAS REQUERIDAS, PODRA OFERTAR CARACTERISTICAS SUPERIORES.

26.- SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME EN EL ANEXO 1-A, PUNTO 1.3.4.7.- VALOR DE O2 FUERA DEL LÍMITE. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO MEDIANTE NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE, QUE EN CASO DE MI REPRESENTADA ES FALLO EN LA MEDICIÓN DE O2, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

27.- SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME EN EL ANEXO 1-A, PUNTO 1.3.4.10.- CARGA BATERIA (<15 MIN). PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO MEDIANTE NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE, QUE EN CASO DE MI REPRESENTADA ES BATERÍA BAJA Y BATERÍA DESCARGADA CUANDO QUEDAN 5 MINUTOS DE CARGA, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON LAS MINIMAS REQUERIDAS, PODRA OFERTAR CARACTERISTICAS SUPERIORES.

28.- SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME EN EL ANEXO 1-A, PUNTO 1.3.4.11.- FALLO DEL VENTILADOR (SISTEMA). PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. SSS-LPN-021-2026

Relativa a la adquisición de "Equipo Médico y de Laboratorio".

REQUISITO MEDIANTE NOMENCLATURA PROPIA DEL FABRICANTE, QUE EN CASO DE MI REPRESENTADA ES FALLA DEL DISPOSITIVO, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON LAS MINIMAS REQUERIDAS, PODRA OFERTAR CARACTERISTICAS SUPERIORES.

29.- SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME EN EL ANEXO 1-A, PUNTO 1.4.4.2.- COMPATIBLE CON EL VENTILADOR OFERTADO Y CON CIRCUITOS DE PACIENTE UNIVERSALES. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTAR EQUIPOS COMPATIBLES CON EL VENTILADOR OFERTADO Y CON LOS CIRCUITOS DE PACIENTE EXPRESAMENTE VALIDADOS Y AUTORIZADOS POR EL FABRICANTE PARA SU USO SEGURO Y EFICAZ, SIN QUE SEA REQUISITO LA COMPATIBILIDAD CON CIRCUITOS UNIVERSALES, TODA VEZ QUE LA UTILIZACIÓN DE CIRCUITOS ESPECÍFICAMENTE APROBADOS POR EL FABRICANTE GARANTIZA EL CORRECTO DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE HUMIDIFICACIÓN Y VENTILACIÓN, ASÍ COMO LA SEGURIDAD DEL PACIENTE. ¿SE ACEPTA

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITAIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.

30.- SE SOLICITA A LA CONVOVANTE CONFIRMAR QUE SE LICITAN 4 INCUBADORAS PARA RECIÉN NACIDO CONFORME AL DESGLOSE DEL ANEXO V UBICACIONES Y DISTRIBUCIÓN, YA QUE EL ANEXO I PROPUESTA TÉCNICA PARTIDA 4 MENCIONA QUE SE SOLICITAN SOLO 2 EQUIPOS. ¿ES CORRECTO?

RESPUESTA: SE ACLARA QUE: La cantidad correcta es de 2 incubadoras para recién nacido, distribuidas de la siguiente manera: 1 equipo para el Hospital General de Los Mochis y 1 equipo para el Hospital General de Mazatlán. Por lo anterior, se realizará la corrección correspondiente en el Anexo V, Ubicaciones y Distribución, permaneciendo la cantidad establecida en el Anexo I, Propuesta Técnica.

31.- SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME EN EL ANEXO 1-A, PUNTO 10.1.4 REGISTRO SANITARIO EXPEDIDO POR COFEPRIS O CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO REQUIERE REQUIEREN REGISTRO SANITARIO DE ACUERDO A COFEPRIS. Y EL PUNTO 10.2.4.- REGISTRO SANITARIO EXPEDIDO POR COFEPRIS O CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. SSS-LPN-021-2026

Relativa a la adquisición de "Equipo Médico y de Laboratorio".

VERDAD QUE NO REQUIERE REQUIEREN REGISTRO SANITARIO DE ACUERDO A COFEPRIS. ¿SE TIENE QUE SUBIR EL ARCHIVO 2 VECES O LOS PUNTOS ESTAN DUPLICADOS? ES CORRECTA LA APRECIACIÓN

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

32.- ANEXO 1-A (PUNTOS 10.1.2, 10.2.2 Y 10.2.3) - CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO.

RESPECTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL ANEXO 1-A:

PUNTO 10.1.2.- CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001.

PUNTO 10.2.2.- CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001 O ISO 13485.

PUNTO 10.2.3.- CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 13485 O ISO 9001.

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI DICHOS REQUERIMIENTOS CORRESPONDEN A UNA DUPLICACIÓN DE NUMERALES O SI EL LICITANTE DEBE ADJUNTAR EL ARCHIVO CORRESPONDIENTE EN CADA UNO DE LOS APARTADOS DE LA PLATAFORMA/PROPUESTA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

33.- ANEXO 1-A (PUNTOS 10.1.3, 10.2.2 Y 10.2.3) - CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO.

RESPECTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL ANEXO 1-A:

PUNTO 10.1.3.- CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 13485.

PUNTO 10.2.2.- CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001 O ISO 13485.

PUNTO 10.2.3.- CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 13485 O ISO 9001.

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI DICHOS REQUERIMIENTOS CORRESPONDEN A UNA DUPLICACIÓN DE NUMERALES O SI EL LICITANTE DEBE ADJUNTAR EL ARCHIVO CORRESPONDIENTE EN CADA UNO DE LOS APARTADOS DE LA PLATAFORMA/PROPUESTA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. SSS-LPN-021-2026

Relativa a la adquisición de "Equipo Médico y de Laboratorio".

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

34.- SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME EN EL ANEXO 1-A, APLICABILIDAD DE LA NORMA ISO 7741 A EQUIPO MÉDICO. RESPECTO AL PUNTO 10.1.5.- CERTIFICADO DE CALIDAD ISO: 7741, SE HACE NOTAR A LA CONVOCANTE QUE DICHA NORMA ESPECIFICA REQUISITOS EXCLUSIVAMENTE PARA INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS (*TIJERAS Y CIZALLAS*), POR LO QUE NO RESULTA APLICABLE A LA NATURALEZA DE LOS BIENES CONSISTENTES EN INCUBADORAS DE LACTANTES Y CUNAS DE CALOR RADIANTE. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI PARA LAS PARTIDAS REFERENTES A INCUBADORAS Y CUNAS DE CALOR NO APLICA LA PRESENTACIÓN DEL CERTIFICADO ISO 7741, O BIEN, SI BASTARÁ CON PRESENTAR LA ACREDITACIÓN DE LA NORMA ISO 13485 DEL FABRICANTE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

AR BIOMEDICAL SOLUTIONS, S.A. DE C.V.

A) Preguntas Técnicas:

1.- PREGUNTA: ANEXO I-A FICHAS TÉCNICAS, FICHA ELECTROCAR-531.168.0069, CLAVE 531.168.0069, ELECTROCARDIÓGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN.
EN EL NUMERAL 1.15 LA CONVOCANTE SOLICITA UNA "IMPEDANCIA DE ENTRADA DE ≥550 MΩ A 10 HZ". ENTENDEMOS QUE SE TRATA DE UN ERROR DE CAPTURA Y QUE EL VALOR CORRECTO ES ≥50 MΩ A 10 HZ., LE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR ESTE PUNTO.

RESPUESTA: Se aclara a los licitantes que se requieren equipos que cuenten con una impedancia de entrada ≥50 MΩ como mínimo.

2.- PREGUNTA: PARTIDA 1: "EQUIPO PORTATIL" SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI SE REFIERE A QUE EL EQUIPO DEBE INCLUIR BASE RODABLE

RESPUESTA: El término «equipo portátil» hace referencia a que el equipo deberá contar con dimensiones compactas que faciliten su traslado, manipulación y colocación en espacios reducidos

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. SSS-LPN-021-2026

Relativa a la adquisición de "Equipo Médico y de Laboratorio".

3. PREGUNTA: PARTIDA 1: "CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA" SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITIR REFERENCIAR ESTE PUNTO CON LA OPCIÓN DE CALIBRACIÓN DE PANTALLA, YA QUE POR LA NATURALEZA DEL EQUIPO NO REQUIERE UNA CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA GENERAL COMO TAL, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES

4.- PREGUNTA: PARTIDA 9, "ESTETOSCOPIO DE CAPSULA SENCILLA" SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITIR OFERTAR ESTETOSCOPIO DE CAPSULA DOBLE POR ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA YA QUE LOS DE CAPSULA SENCILLA, YA NO SE ENCUENTRAN DISPONIBLE EN EL MERCADO, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA: LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON LAS MINIMAS REQUERIDAS, PODRA OFERTAR CARACTERISTICAS SUPERIORES.

5.- PREGUNTA: PARTIDA 13. "PORTA ABATELENGUAS" SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITIR OFERTAR EL PORTA ABATELENGUAS POR SEPARADO, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.

6.- PREGUNTA: PARTIDA 15. "ESFIGMANÓMETRO MERCURIAL PORTATIL" SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITIR OFERTAR ESFIGMANÓMETRO ANEROIDE EN SU LUGAR DEBIDO A ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA YA QUE LOS DE MERCURIO YA NO SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN EL MERCADO, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA: Se acepta ofertar esfigmomanómetro de columna libre de mercurio, con líquido de medición alternativo, siempre que sea apto para uso médico y garantice la precisión y confiabilidad de las mediciones, conservando las demás características técnicas y funcionales solicitadas en la ficha correspondiente.

En razón de dar cumplimiento a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del Artículo 41 de la Ley, en este Acto se da a conocer el calendario del evento subsecuente de esta licitación, que a continuación se detalla:

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. SSS-LPN-021-2026

Relativa a la adquisición de "Equipo Médico y de Laboratorio".

EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones	28 de octubre del 2026	10:00 horas.	Sala de juntas de los Servicios de Salud de Sinaloa, ubicada en calle Cerro Montebello No. 150 oriente, colonia Montebello, Culiacán, Sinaloa

Para efectos de notificación, se hace constar que en este Acto se les entrega una copia de la presente Acta a los asistentes, en términos del Artículo 47 de la Ley, se difundirá un ejemplar de la misma en la dirección electrónica: ***https://compranet.sinaloa.gob.mx,*** para efectos de su notificación.

Asimismo, se informa que a partir de esta fecha se fijará en el rotulón que se ha colocado en la Subdirección de Recursos Materiales, un ejemplar de la presente Acta por un término no menor de cinco días hábiles.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunión, siendo las 16:20 horas, del día 21 de octubre del 2026.

Esta Acta consta de 112 (Ciento doce) hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

POR LA DEPENDENCIA

Nombre	Representante	Firma
C. Eduardo Aguirre Medina	Director Administrativo	
C. Karla Gámez Gutiérrez.	Subdirectora de Recursos Materiales.	
C. Karla Osiris Soto Espinoza	Jefe del Departamento de Recuperación de Equipo Médico.	

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. SSS-LPN-021-2026

Relativa a la adquisición de "Equipo Médico y de Laboratorio".

C. Edgar Joel Castro Soto	Representante del Órgano Interno de Control y Evaluación.
C. Guillermo Ochoa Meza	Representante de la Dirección Jurídica y Normatividad

POR LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

C. Paul López Benites	Representante de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas

---------- FIN DEL ACTA ----------

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES.
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
SSS-LPN-021-2026
ANEXO I
PROPUESTA TECNICA
ADQUISICIÓN DE "EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO"

NO.	PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRESENTACION	MARCA	MODELO
1	53101	531.168.0069	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN. EQUIPO PORTÁTIL DE DIAGNÓSTICO NO INVASIVO DE LOS EVENTOS ELECTRICOS DEL CORAZÓN MULTICANAL CON CAPACIDAD PARA OBTENER EN FORMA SIMULTÁNEA DOCE DERIVACIONES. CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN VÍA RS 232 A UNA COMPUTADORA PERSONAL. SELECTOR AUTOMÁTICO DE DERIVACIONES. CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA. CAPTURA DE DERIVACIONES. CON CAPACIDAD PARA OBTENER EL TRAZO DE UNA DERIVACIÓN EN UN CANAL CONTINUO. PANTALLA PARA VISUALIZACIÓN SIMULTÁNEA DE AL MENOS TRES CANALES. CAPACIDAD DE CONECTAR MONITOR PARA MEJOR VISUALIZACIÓN DEL TRAZO. TECLADO ALFANUMÉRICO. IMPRESIÓN DE 12 DERIVACIONES SIMULTÁNEAMENTE EN 3 O MÁS CANALES. PROGRAMAS DE APLICACIONES DIAGNÓSTICAS. CAPACIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO DE REGISTROS EN MEDIO MAGNÉTICO. SOFTWARE INTERNO PARA MANEJO DE BASE DE DATOS Y ARCHIVO ELECTROCARDIOGRÁFICO DE LOS PACIENTES. BATERÍA RECARGABLE INTEGRADA.	2	PIEZA		
2	53101	531.328.0221	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA AVANZADA CON SELLADO O TERMOFUSION DE VASOS. EQUIPO CON GENERADOR QUE CREA UNA CORRIENTE DE ALTA FRECUENCIA A FIN DE GENERAR CALOR EN LOS TEJIDOS PARA CORTAR Y COAGULAR DURANTE LA CIRUGÍA INCLUYENDO SALIDAS DE ENERGÍA MONOPOLAR BIPOLAR Y SELLADO O TERMOFUSIÓN DE VASOS (BIPOLAR MODIFICADO). UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA CON SALIDA MONOPOLAR DE CORTE PURO CON POTENCIA DE SALIDA DE 300 WATTS O MAYOR; MEZCLA O BLEND CON POTENCIA MÍNIMA DE 200 WATTS; CON AL MENOS DOS MODOS DE COAGULACIÓN MONOPOLAR CON POTENCIA MÍNIMA DE 110 WATTS. SALIDA BIPOLAR: COAGULACIÓN CON POTENCIA DE SALIDA DE 70 WATTS O MAYOR Y CONTROL INDEPENDIENTE PARA SELECCIÓN DE POTENCIA EN MODO BIPOLAR. SALIDA PARA SELLADO O TERMOFUSIÓN DE VASOS (BIPOLAR MODIFICADO) CON SALIDA INDEPENDIENTE MEMORIA INTERNA PARA RECONOCIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS; FORMACIÓN DE SELLOS QUE SOPORTAN 400 MMHG O MÁS SIN DEPENDER DE TROMBOS; CAPACIDAD DE MEDIR LA IMPEDANCIA DE LOS TEJIDOS Y HACER UNA SELECCIÓN CONTINUA DEL NIVEL DE ENERGÍA DE SALIDA TRABAJA DE FORMA DINÁMICA; CAPACIDAD DE SELLADO DE VASOS DE HASTA 7 MM DE DIÁMETRO GENERANDO DAÑO TÉRMICO LATERAL MENOR DE 3 MM; ALARMA AUDIBLE DE FINALIZACIÓN DE SELLADO DE VASOS. PANTALLA LCD O TECNOLOGÍA SUPERIOR. DESPLIEGUE NUMÉRICO Y DE FUNCIONES EN PANTALLA DE: POTENCIA DE SALIDA MONOPOLAR POTENCIA DE SALIDA BIPOLAR INDICADOR DE ACTIVACIÓN DE SELLADO DE VASOS (BIPOLAR MODIFICADO) INDICADOR DEL MODO EN USO INDICADOR DE MONITORIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL CONTACTO DEL ELECTRODO DE RETORNO INDICADOR DE ERRORES. ACTIVACIÓN DE LA UNIDAD POR MEDIO DEL INSTRUMENTO Y/O PEDAL EN SALIDA MONOPOLAR POR MEDIO DEL INSTRUMENTO Y/O PEDAL EN SALIDA BIPOLAR POR MEDIO DEL INSTRUMENTO Y/O PEDAL EN SALIDA DE SELLADO DE VASOS (BIPOLAR MODIFICADO). INDICADORES AUDIBLES Y VISIBLES AL ACCIONAR CUALQUIERA DE LOS MODOS DEL EQUIPO. ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES DE: FALLA EN ALGUNO DE LOS MODOS FALSO CONTACTO DEL ELECTRODO DE RETORNO CON EL PACIENTE O QUE NO ESTÉ CONECTADO A LA UNIDAD INTERRUPCIÓN DEL CICLO DE SELLADO DE VASOS FALLAS DURANTE LA FORMACIÓN DEL SELLO DE LOS VASOS. PEDAL BIPOLAR. PEDAL MONOPOLAR. CARRO PARA SOPORTE Y TRASLADO DEL EQUIPO. PINZA BIPOLAR RECTA Y DE BAYONETA.	1	PIEZA		
3	53101	531.941.1012	VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIÁTRICO/NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL. EQUIPO ELECTROMECÁNICO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR DE SOPORTE DE VIDA PARA APOYO EN MODO DE VENTILACIÓN DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA Y CONVENCIONAL PARA PACIENTES NEONATOS Y PEDIÁTRICOS CON COMPROMISO DE LA FUNCIÓN RESPIRATORIA. PANTALLA INTERCONSTRUIDA: TIPO LCD LCD-TFT TFT O LED, A COLOR, SENSIBLE AL TACTO O TOUCH SCREEN. TAMAÑO DE 10.4" O MAYOR. CARACTERÍSTICAS DEL MODO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA: CONTROLES Y AJUSTES DE (VENTILACIÓN DE ALTA FRECUENCIA): PRESIÓN MEDIA EN LAS VÍAS AÉREAS QUE CUBRA EL RANGO DE 5 A 25 CMH2O O MBAR. FRECUENCIA RESPIRATORIA QUE CUBRA EL RANGO DE 5 A 15 HZ. FIO2 QUE CUBRA EL RANGO DE 21 A 100 %. AMPLITUD QUE CUBRA EL RANGO DE 5 A 80 (EN CMH2O O MBAR, O PORCENTAJE DE LA PRESIÓN MEDIA). MODOS VENTILATORIOS: HFV, HFV MÁS MODO CONVENCIONAL O VOLUMEN GARANTIZADO. PARÁMETROS MONITORIZADOS: PRESIÓN MEDIA EN LAS VÍAS AÉREAS (CMH2O O MBAR). FRECUENCIA RESPIRATORIA (HZ). FIO2 (%). AMPLITUD (CMH2O O MBAR). VOLUMEN MINUTO (L/MIN). VOLUMEN CORRIENTE (ML). DCO2 (ML2/S). ALARMAS: AUDIBLES Y VISUALES AMBAS PRIORIZADAS EN TRES NIVELES. PRESIÓN MEDIA (ALTA Y BAJA). FIO2 (ALTA Y BAJA). BAJA PRESIÓN DEL SUMINISTRO DE GASES. FALTA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. VENTILADOR INOPERANTE O FALLA DEL VENTILADOR. VOLUMEN MINUTO ALTO Y BAJO. CARACTERÍSTICAS DEL MODO CONVENCIONAL: CONTROLES Y AJUSTES DE (VENTILACIÓN CONVENCIONAL): PRESIÓN INSPIRATORIA QUE CUBRA EL RANGO DE 10 A 65 CMH2O O MBAR. FRECUENCIA RESPIRATORIA QUE CUBRA EL RANGO DE 20 A 150 RESPIRACIONES POR MINUTO. TIEMPO INSPIRATORIO QUE CUBRA EL RANGO DE 0.1 A 2 SEGUNDOS. FIO2 QUE CUBRA EL RANGO DE 21 A 100 %. VOLUMEN CORRIENTE QUE CUBRA EL RANGO DE 2 A 100 ML. PEEP/CPAP QUE CUBRA EL RANGO DE 0 A 20 CMH2O O BAR. PRESIÓN SOPORTE (PSV) PRESIÓN ASISTIDA O ASB (CMH2O O MBAR) O PORCENTAJE DEL FLUJO PICO QUE CUBRA EL RANGO DE 10 O MENOR, O 50% A 80 O MAYOR (EN CMH2O O MBAR, O PORCENTAJE DE LA PRESIÓN MEDIA). CON VOLUMEN GARANTIZADO OBJETIVO O PRVC (ML). RESPIRACIÓN MANUAL. BIAS FLOW FLUJO BASE O CONTINUO. MECANISMO DE DISPARO O TRIGGER POR FLUJO. SENSIBILIDAD ESPIRATORIA TERMINACIÓN DE LA FASE INSPIRATORIA O DE FINALIZACIÓN POR FLUJO. MODOS VENTILATORIOS: VENTILACIÓN ASISTO CONTROLADA PTV IPPV O SIPPV Y SIMV CONTROLADA. VENTILACIÓN MANDATORIA INTERMITENTE (SIMV) CON PRESIÓN SOPORTE. PRESIÓN SOPORTE (PSV) O PRESIÓN ASISTIDA O ASB. CPAP O ESPONTÁNEO CON LÍNEA DE BASE ELEVADA. VENTILACIÓN NO INVASIVA O CPAP NASAL. PARÁMETROS MONITORIZADOS: PRESIÓN INSPIRATORIA PICO O MÁXIMA. PRESIÓN MEDIA EN VÍAS AEREAS. VOLUMEN CORRIENTE ESPIRADO. VOLUMEN MINUTO. PEEP. FRECUENCIA RESPIRATORIA. RELACIÓN I:E. TIEMPO INSPIRATORIO Y ESPIRATORIO. FIO2. CÁLCULO DE DISTENSIBILIDAD O COMPLIANCE. CÁLCULO DE LA RESISTENCIA. DESPLIEGUE DE AL MENOS DOS LAZOS O LOOPS. CAPACIDAD DE ALMACENAR EVENTOS RELACIONADOS CON LOS PARÁMETROS VENTILATORIOS SELECCIONADOS Y TENDENCIAS DE AL MENOS 24 HORAS. DESPLIEGUE DE AL MENOS 2 DE LAS 3 CURVAS DE VENTILACIÓN DE FORMA SIMULTÁNEA: VOLUMEN-TIEMPO; FLUJO-TIEMPO; PRESIÓN-TIEMPO. ALARMAS: AUDIBLES Y VISUALES AMBAS PRIORIZADAS EN TRES NIVELES. PRESIÓN INSPIRATORIA ALTA Y BAJA. PEEP BAJO O DESCONEXIÓN DEL PACIENTE O FUGA. APNEA. VOLUMEN MINUTO Y/O CORRIENTE (ALTO Y BAJO). FRECUENCIA RESPIRATORIA ALTA. FIO2 ALTA Y BAJA. BAJA PRESIÓN O PÉRDIDA DEL SUMINISTRO DE GASES. FALLA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. BATERÍA BAJA. VENTILADOR INOPERANTE FALLA DEL VENTILADOR FALLA TÉCNICA O FALLA DE CICLO. SILENCIO DE ALARMA. PROGRAMACIÓN DE ALARMAS. CARACTERÍSTICAS GENERALES: MEZCLADOR DE AIRE-OXÍGENO INTERNO. MONITOREO DE FIO2 INTERNO. SENSOR DE FLUJO REUSABLE. HUMIDIFICADOR SERVOCONTROLADO PARA USO CON CALENTADOR DE RAMA INSPIRATORIA O DUAL; CON SENSOR DE TEMPERATURA SENCILLO O DUAL Y SOPORTE AL VENTILADOR. TODO EL SISTEMA EN IDIOMA ESPAÑOL. CON SISTEMA DE COMPENSACIÓN DE FUGAS. PERILLA SELECTORA FÍSICA O EN PANTALLA TÁCTIL PARA EL AJUSTE DE LOS VALORES DE TODOS LOS PARÁMETROS DE CONTROL. INDICADOR DE BATERÍA DE RESPALDO EN USO. INDICADOR DE HORAS DE USO EN PANTALLA. REGULADORES DE PRESIÓN INTEGRADOS PARA EL SUMINISTRO DE GASES. DURACIÓN DE LA BATERÍA DE RESPALDO (EXTERNA Y/O INTERNA) DE 30 MINUTOS COMO MÍNIMO. CONTROLADO A TRAVÉS DE UN MICROPROCESADOR. ACCESORIOS INCLUIDOS: BRAZO SOPORTE PARA CIRCUITO PACIENTE. BASE RODABLE PARA EL EQUIPO CON SISTEMA DE FRENO EN AL MENOS DOS RUEDAS. MANGUERAS PARA SUMINISTRO DE GAS DE ACUERDO AL CÓDIGO AMERICANO DE COLORES: 02- VERDE AIRE - AMARILLO. Y CONEXIONES DE ACUERDO A CADA UNIDAD SOLICITANTE AL MOMENTO DE LICITAR. DOS CIRCUITOS DE PACIENTE PEDIÁTRICO / NEONATAL REUSABLES LIBRES DE LÁTEX (INCLUYE ADAPTADORES Y CONECTORES). O DIEZ CIRCUITOS DESECHABLES LIBRES DE LÁTEX, Y SI LA MARCA LO REQUIERE DOS CIRCUITOS DE ALTA FRECUENCIA REUSABLES LIBRES DE LÁTEX (INCLUYE ADAPTADORES Y CONECTORES). DOS SENSORES DE FLUJO REUSABLES PEDIÁTRICO / NEONATAL EN CASO DE QUE LA TECNOLOGÍA ASÍ LO REQUIERA, UN JUEGO DE PUNTAS NASALES DESECHABLES DE AL MENOS CINCO MEDIDAS DIFERENTES CON SISTEMA DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN. DOS CÁMARAS DE HUMIDIFICACIÓN REUSABLES O DIEZ CÁMARAS DESECHABLES NEONATALES.	5	PIEZA		
4	53101	531.497.2083	INCUBADORA PARA RECIÉN NACIDO. EQUIPO ELECTROMÉDICO CON RUEDAS QUE PROPORCIONA CONDICIONES ÓPTIMAS DE TEMPERATURA HUMEDAD Y OXIGENACIÓN. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: CARRO CON SISTEMA DE FRENO EN AL MENOS DOS RUEDAS; SISTEMA DE AUTOPRUEBA INICIAL Y DURANTE EL FUNCIONAMIENTO. CON PUERTO RS232.CONTROLES: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: INTERVALO DE CONTROL DE TEMPERATURA DE: PIEL DE PACIENTE AIRE CON RESOLUCIÓN DE 0.2 °C O MENOR. SISTEMA DE HUMIDIFICACIÓN Y MEDICIÓN DE LA HUMEDAD RELATIVA. MONITOREO DE PARÁMETROS: LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: DESPLIEGUE DIGITAL SIMULTÁNEO DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: TEMPERATURA DE AIRE AJUSTADA Y MONITORIZADA; TEMPERATURA DE PIEL DE PACIENTE AJUSTADA Y MONITORIZADA; HUMEDAD RELATIVA AJUSTADA Y MONITORIZADA; CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO AJUSTADA Y MONITORIZADA. INDICADOR DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO. MONITOREO CONTINUO DE LA TEMPERATURA CORPORAL; MONITOREO DE LA CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO. ALARMAS: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: SISTEMA DE SEÑALES DE ALARMA INDICADOS EN TONOS O SECUENCIA DE TONOS; CON ALARMAS AUDIOVISUALES PARA: TEMPERATURA DEL AIRE TEMPERATURA DE PIEL DEL PACIENTE QUE SE ACTIVE SI LA DIFERENCIA DE LA TEMPERATURA AJUSTADA Y LA MONITORIZADA ES MAYOR A 0.5 ° C; FALTA DE AGUA Y FALLA EN EL CONTROL DE HUMEDAD; FALLA DEL MÓDULO DE CONTROL DE OXÍGENO. FALLA DEL SENSOR EN MODO DE CONTROL DE AIRE Y PIEL. FALTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA; FALLA DE VENTILADOR.GABINETE: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: DE ALTURA VARIABLE QUE SOPORTA UN CAPACETE CON CUBIERTA TRANSPARENTE QUE PERMITA EL USO DE FOTOTERAPIA CON FLUJO DE AIRE ANTEROPOSTERIOR COMO MÍNIMO CON CORTINA DE AIRE EN EL ACCESO FRONTAL CON SUJETADOR PARA FIJAR LA DOBLE PARED PARA EVITAR DESPLAZAMIENTO ACCIDENTAL DURANTE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO Y ATENCIÓN DEL PACIENTE. LA DOBLE PARED DEBE SER DESMONTABLE PARA SU LIMPIEZA. CON PORTILLOS DE ACCESO AL PACIENTE. CON ACCESOS PARA TUBOS. AL INTERIOR DEL CAPACETE PUERTA FRONTAL ABATIBLE CON SEGUROS PARA EVITAR CAÍDAS ACCIDENTALES. CON CAPACIDAD DE AISLAMIENTO ACÚSTICO. BASE PARA EL COLCHÓN CON AJUSTE DE INCLINACIÓN PARA PROPORCIONAR POSICIONES DE TRENDELEMBURG Y CONTRA-TRENDELEMBURG AL PACIENTE. SOPORTE PARA SOLUCIONES. FILTRO DE AIRE. CON AL MENOS 2 CAJONES. HUMIDIFICADOR; LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: COMPARTIMENTO HUMIDIFICADOR DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE.	2	PIEZA		

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES.
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
SSS-LPN-021-2026
ANEXO I
PROPUESTA TECNICA
ADQUISICIÓN DE "EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO"

NO.	PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRESENTACION	MARCA	MODELO
5	53101	531.291.0028	UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO. EQUIPO FIJO ELECTROHIDRONEUMÁTICO DE TECNOLOGÍA AVANZADA CON FINES DE TRATAMIENTO Y DIAGNÓSTICO EN LA ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA INTEGRAL DEL PACIENTE. LÁMPARA ESTOMATOLÓGICA: INTEGRADA AL SILLÓN CABEZAL DE ALUMINIO ORIENTABLE A LA BOCA DEL PACIENTE CON VENTILACIÓN NATURAL CON UN HAZ DE LUZ FRÍA ENFOCABLE DE 50 A 100 CM DE DISTANCIA LIBRE DE SOMBRAS INTENSIDAD LUMINOSA GRADUABLE ILUMINACIÓN DENTRO DEL RANGO DE 10000 A 50000 LUXES CON TEMPERATURA DE CALOR ENTRE 3500 °K O MAYOR CON ENFRIAMIENTO POR FILTROS ÓPTICOS REFLECTOR DICROICO REDUCTORES DE CALOR (NO EXCEDER 6 ° LA TEMPERATURA AMBIENTE EN LA DISTANCIA FOCAL). MÓDULO ESTOMATOLÓGICO: INTEGRADO AL SILLÓN CON ALTURA AJUSTABLE EN CONJUNTO CON EL SILLÓN POSICIONABLE EN CUALQUIER PUNTO ALREDEDOR DE 270 ° COMO MÍNIMO. NEGATOSCOPIO INTEGRADO AL MÓDULO. CON DISPOSITIVOS INDIVIDUALES PARA ALIMENTAR Y CONTROLAR EL AIRE Y EL AGUA EN LAS PIEZAS DE MANO A TRAVÉS DE BLOQUE AUTOMÁTICO. BOTELLA DE AGUA PURIFICADA CON SISTEMA DE VÁLVULA PARA REGULAR EL AGUA DE ENFRIAMIENTO MANÓMETROS CON ESCALA DE 0 A 4 KG/CM2 REGULADORES DE PRESIÓN DE AIRE Y AGUA PARA LAS PIEZAS DE MANO Y JERINGA TRIPLE. DOS PIEZAS DE MANO DE ALTA VELOCIDAD CON: TURBINA Y MANDRIL DE ACERO INOXIDABLE MANGO DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO DE 2 VÍAS DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE TURBINA CON MANDRIL EJE Y BALEROS DE ACERO INOXIDABLE CON VELOCIDAD DE GIRO DE 350000 RPM O MAYOR HERRAMIENTA PARA CAMBIO DE FRESA. PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD CON MANGO DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO DE 2 VÍAS DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE GIRO DE 0 A 30000 +/- 10000 RPM MOTOR CON CAMBIADOR DE GIRO DE ACERO INOXIDABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE CONTRA ÁNGULO Y ADAPTADOR CONO RECTO CON MANDRIL DE ACERO INOXIDABLE PARA INSERTO DE FRESA Y HERRAMIENTA PARA CAMBIO EN CASO DE SER NECESARIO. JERINGA TRIPLE ESTOMATOLÓGICA PARA LAVAR Y SECAR CAMPOS CLÍNICOS BUCALES DE ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO CON DOS PUNTAS DESMONTABLES Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE CON DOS DUCTOS UNO PARA AGUA Y OTRO PARA AIRE OPERADO POR VÁLVULAS MECÁNICAS INDEPENDIENTES PARA LA SELECCIÓN DE TRABAJO SECO MÚMEDO O ROCÍO CON ALIMENTACIÓN DE AGUA Y AIRE CON VÁLVULA DE NO-RETRACCIÓN. UNIDAD ULTRASÓNICA DE PROFILAXIS PARA EFECTUAR DETARTRAJE INTEGRADO AL EQUIPO PIEZA DE MANO CON PUNTAS INTERCAMBIABLES CONTROL DE POTENCIA ELÉCTRICA DE 0 A 30 WATTS MÁXIMO CONTROL DE SALIDA DE AGUA REGULADA. SILLÓN ELECTROHIDRÁULICO O ELECTROMECÁNICO ESTOMATOLÓGICO ANATÓMICO: CAPACIDAD MÍNIMA DE LEVANTE DE 180 KG CON MOVIMIENTOS VERTICALES DE ASCENSO Y DESCENSO VARIABLE DESDE SU BASE SISTEMA DE MANDO ELÉCTRICO ACCIONADO CON CONTROL MANUAL Y/O PEDAL MOVIMIENTOS ELECTROMECÁNICOS DEL RESPALDO PARA LAS SIGUIENTES POSICIONES: DESDE POSICIÓN CERO HASTA TRENDELEMBURG POSICIÓN CERO AUTOMÁTICA. ASIENTO Y DESCANSA PIERNAS CORRIDO FORRADO CON MATERIAL PLÁSTICO LAVABLE. FUNDA DE PROTECCIÓN EN EL ÁREA DE LA PIECERA CON CODERAS O DESCANSA BRAZOS ABATIBLES CABEZAL CON ARTICULACIÓN PARA MOVIMIENTOS DE RECLINACIÓN ANTERIOR Y POSTERIOR. ESCUPIDERA FIJA INTEGRADA AL SOPORTE DEL SILLÓN O A LA UNIDAD DESPLAZABLE HORIZONTALMENTE Y AJUSTE VERTICAL CON RECIPIENTE DE PORCELANA O VIDRIO PORCELANIZADO O POLÍMERO RESISTENTE A RAYADURAS O ACERO ESMALTADO DESMONTABLE PARA FÁCIL LIMPIEZA SOPORTE PARA LLENADO DE VASO CON CONTROL DE LLENADO Y ENJUAGUE DE ESCUPIDERA TEMPORIZADO BASE CONECTADA AL SISTEMA DE DRENAJE. ASPIRADOR QUIRÚRGICO DE VACIADO RÁPIDO; CON SISTEMA SILENCIOSO; ACCIONADO CON AIRE CON TRAMPA PARA SÓLIDOS Y CON DESCARGA DIRECTA AL DRENAJE. EYECTOR DE SALIVA CON FILTRO PARA RETENCIÓN DE SÓLIDOS Y ADAPTADOR PARA CÁNULAS. DESECHABLES CON DESCARGA DIRECTA AL DRENAJE. DOS SILLAS UNA PARA ESTOMATÓLOGO Y UNA PARA ASISTENTE CON DESCANSA PIES AMBOS CON SISTEMA NEUMÁTICO PARA AJUSTE DE ALTURA CON RODAJAS TAPIZADOS DE PLÁSTICO O TELA RESISTENTE Y LAVABLE. CON SISTEMA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AIRE Y AGUA DE LA CAJA DE CONEXIONES AL MÓDULO DE TRABAJO DEBIDAMENTE PROTEGIDO QUE LE PERMITAN SU DESPLAZAMIENTO A UN RADIO DE ACCIÓN DE DOS METROS COMO MÍNIMO EN TORNO AL SILLÓN. CON SISTEMA DE PROTECCIÓN QUE IMPIDA EL REFLUJO DE LÍQUIDOS AL TÉRMINO DE LOS TRATAMIENTOS. CON MANGUERAS DE SILICÓN O POLIURETANO LISAS DE 2 VÍAS DE UN LARGO DE 180 A 200 CM.	11	PIEZA		
6	53101	531.341.2305	UNIDAD RADIOLÓGICA DENTAL EQUIPO DE RAYOS "X" QUE SE EMPLEA PARA ESTUDIOS RADIOGRÁFICOS DE PADECIMIENTOS ESTOMATOLÓGICOS. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: CONTROL DE TIEMPO DE EXPOSICIÓN TRANSFORMADOR DE ALTA TENSIÓN. TUBO DE RAYOS "X" DE ÁNODO FIJO CON UN PUNTO FOCAL. MA Y KV SOPORTE PARA EL EQUIPO. LOCALIZADOR.	6	PIEZA		
7	53101	SIN	RADIOVISIÓGRAFO DENTAL DIGITAL INTRAORAL. EQUIPO ELECTROMÉDICO DESTINADO A LA ADQUISICIÓN, VISUALIZACIÓN, ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE IMÁGENES RADIOGRÁFICAS DIGITALES INTRAORALES PARA APOYO AL DIAGNÓSTICO ODONTOLÓGICO, MEDIANTE SENSOR DIGITAL QUE CAPTA LOS FOTONES DE RAYOS X Y LOS CONVIERTE EN SEÑALES ELECTRÓNICAS PARA SU PROCESAMIENTO Y VISUALIZACIÓN EN UN EQUIPO DE CÓMPUTO. CON DETECTOR DE TECNOLOGÍA CMOS O SUPERIOR. TAMAÑO DE PÍXEL DE 14.8 µM O MENOR. RESOLUCIÓN TEÓRICA DE 33 LP/MM O MAYOR. PROFUNDIDAD DE IMAGEN DE 12 BITS O MAYOR. SENSOR INTRAORAL CON DISEÑO ERGONÓMICO, BORDES REDONDEADOS Y ESPESOR MÁXIMO DE 5 MM, QUE FACILITE SU POSICIONAMIENTO Y CONTRIBUYA A LA COMODIDAD DEL PACIENTE. ÁREA ACTIVA DE ACUERDO CON EL TAMAÑO DEL SENSOR OFERTADO. CON CONEXIÓN DIGITAL DIRECTA MEDIANTE USB 2.0, USB 3.0 O SUPERIOR, COMPATIBLE CON EQUIPO DE CÓMPUTO. CABLE DE CONEXIÓN DE LONGITUD MÍNIMA DE 2.5 METROS. CON SOFTWARE PARA ADQUISICIÓN, VISUALIZACIÓN Y PROCESAMIENTO DE IMÁGENES RADIOGRÁFICAS DENTALES, QUE PERMITA COMO MÍNIMO AJUSTE DE BRILLO Y CONTRASTE, AMPLIACIÓN DE IMAGEN Y ALMACENAMIENTO DE ESTUDIOS. DEBERÁ INCLUIR LOS CONTROLADORES, LICENCIAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. COMPATIBLE CON EQUIPOS GENERADORES DE RAYOS X PARA USO DENTAL INTRAORAL. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A TRAVÉS DEL PUERTO USB O SISTEMA EQUIVALENTE. ACCESORIOS: POSICIONADORES O SOPORTES PARA SENSOR INTRAORAL; PROTECTORES O FUNDAS DESECHABLES PARA SENSOR; ACCESORIOS DE CONEXIÓN NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO. MANUAL DE USUARIO EN ESPAÑOL, IMPRESO O ELECTRÓNICO.	2	PIEZA		
8	53101	531.375.0209	ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFERICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	488	PIEZA		
9	53101	531.375.0126	ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	683	PIEZA		
10	53101	531.116.0369	ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	425	PIEZA		
11	53101	531.116.0377	ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	235	PIEZA		
12	53101	531.295.1162	ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	179	PIEZA		
13	53101	531.295.1188	ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	291	PIEZA		
14	53101	531.116.0328	ESFIGMOMANÓMETRO MERCURIAL PORTÁTIL. EQUIPO PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: MERCURIAL PORTÁTIL EN CAJA O BASE METÁLICA TUBO DE PLÁSTICO IRROMPIBLE ESCALA DE 0 A 300 MM HG CON GRADUACIÓN NUMÉRICA DE 10 MM HG Y RESOLUCIÓN DE 2 MM HG. SISTEMA DE INSUFLACIÓN QUE INCLUYA: BRAZALETE LAVABLE CON SISTEMA VELCRO PARA FIJACIÓN (ADULTO Y PEDIÁTRICO). BOLSA DE INSUFLACIÓN DE LÁTEX (ADULTO Y PEDIÁTRICO). PERILLA DE LÁTEX CON VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE AIRE CONECTOR CÓNICO TUBO O MANGUERA DE EXTENSIÓN DE 50 CM COMO MÍNIMO.	189	PIEZA		

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES.
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
SSS-LPN-021-2026
ANEXO I
PROPUESTA TECNICA
ADQUISICIÓN DE "EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO"

NO.	PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRESENTACION	MARCA	MODELO
15	53101	531.252.0033	CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL. EQUIPO ELECTROMÉDICO CON RUEDAS QUE PERMITE CONTROLAR MANUALMENTE Y POR SERVOCONTROL EL AMBIENTE TÉRMICO DEL PACIENTE EN ESTADO CRÍTICO EN UN MEDIO ABIERTO. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: ELEMENTO DE CALENTAMIENTO PARA PROPORCIONAR UNA TEMPERATURA NO MAYOR DE 39 °C TIPO RADIANTE; REGULADOR PARA ESTABILIZAR LA TEMPERATURA DEL PACIENTE. CONTROLES: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: TEMPERATURA MANUAL Y SERVOCONTROLADA. ALARMAS: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: ALARMA DE OPERACIÓN. CON ALARMA AUDIBLE Y VISIBLE PARA ALTA Y BAJA TEMPERATURA FALLA DE CORRIENTE ELÉCTRICA Y DE VERIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN DEL PACIENTE. MONITOREO DE PARÁMETROS: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA SELECCIONADA Y MONITORIZADA DE PIEL; TEMPERATURA SELECCIONADA Y MONITORIZADA DEL COLCHÓN DE GEL; CONTROL DE CORTE AUTOMÁTICO POR ALTA TEMPERATURA. DESPLIEGUE DE MENSAJES DE ALERTA EN ESPAÑOL O CON SIGNOS CONVENCIONALES EN EL PANEL DE CONTROL. LÁMPARA PARA FOTOTERAPIA: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: A LOS LADOS DEL RADIADOR DE LA CUNA CON CONTADOR DE HORAS PARA REGISTRO DE TIEMPO DE EXPOSICIÓN DEL PACIENTE Y DE VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA LONGITUD DE ONDA DENTRO DEL RANGO DE 400 A 550 NM VIDA ÚTIL DE 1000 HORAS COMO MÍNIMO. CALEFACCIÓN: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: CON ELEMENTO DE CALEFACCIÓN CON INDICADOR DE POTENCIA. ALTURA LIBRE DEL PISO AL ELEMENTO CALEFACTOR. CUNA: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: LIMITADA EN LOS CUATRO LADOS CON PANELES TRANSPARENTES ABATIBLES PARA TENER ACCESO COMPLETO AL NEONATO QUE PERMITA LA TOMA DE RADIOGRAFÍAS CON CHAROLA PARA CHASIS DE RAYOS X CON SISTEMA QUE PERMITA DAR POSICIÓN AL NEONATO EN TRENDELEMBURG Y CONTRA TRENDELEMBURG. UNIDAD DE TIPO MÓVIL CON RUEDAS Y FRENO EN AL MENOS DOS DE ELLAS CON SOPORTE DE ALTURA VARIABLE. BASE: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: CHAROLA PARA MONITOR PUERTO DE ENTRADA DE OXÍGENO PARA CILINDRO O TOMA MURAL CON SOPORTE PARA CILINDRO DE OXÍGENO FLUJÓMETRO Y REGULADOR. CON CAJONES. UNIDAD DE SUCCIÓN CON SOPORTE Y MANÓMETRO DE VACÍO INTEGRADO AL EQUIPO. SISTEMA DE HUMIDIFICACIÓN. PORTASUERO. MONITOR: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: INTEGRADO O INTERCONSTRUIDO. DESPLIEGUE DE CURVAS DE ECG Y PLETISMOGRAFÍA COMO MÍNIMO. CON ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES PARA ALTERACIONES EN: FRECUENCIA CARDIACA FRECUENCIA RESPIRATORIA Y OXIMETRÍA DE PULSO CON PANTALLA A COLOR DE TECNOLOGÍA LCD DE MATRIZ ACTIVA O TFT O TRC.	2	PIEZA		

NOMBRE Y FIRMA DEL PROPIETARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	CLAVE DEL COMPEND	FICHA TÉCNICA	NO. DE FORMATO	NOMBRE DE LA UNIDAD	CLAVE CLUES	MUNICIPIO/LOCALIDAD	CANTIDAD	ADULTO	PEDIATRICO
ELECTROCARIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN. EQUIPO PORTATIL DE DIAGNOSTICO NO INVASIVO DE LOS EVENTOS ELÉCTRICOS DEL CORAZÓN MULTICANAL, CON CAPACIDAD PARA OBTENER EN FORMA SIMULTÁNEA DOCE DERIVACIONES. CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN VÍA RS 232 A UNA COMPUTADORA PERSONAL, SELECTOR AUTOMÁTICO DE DERIVACIONES. CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA. CAPTURA DE DERIVACIONES. CON CAPACIDAD PARA OBTENER EL TRAZO DE UNA DERIVACIÓN EN UN CANAL CONTINUO. PANTALLA PARA VISUALIZACIÓN SIMULTÁNEA DE AL MENOS TRES CANALES. CAPACIDAD DE CONECTAR MONITOR PARA MEJOR VISUALIZACIÓN DEL TRAZO. TECLADO ALFANUMÉRICO. IMPRESIÓN DE 12 DERIVACIONES SIMULTÁNEAMENTE EN 3 O MÁS CANALES. PROGRAMAS DE APLICACIONES DIAGNÓSTICAS. CAPACIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO DE REGISTROS EN MEDIO MAGNÉTICO. SOFTWARE INTERNO PARA MANEJO DE BASE DE DATOS Y ARCHIVO ELECTROCARDIOGRÁFICO DE LOS PACIENTES. BATERÍA RECARGABLE INTEGRADA.	531.168.0069	ELECTROCAR-531.168.0069	1191	HOSPITAL GENERAL DE CULIACÁN	SLIMB000014	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	2	NO APLICA	NO APLICA
UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA AVANZADA CON SELLADO O TERMOFUSION DE VASOS. EQUIPO CON GENERADOR QUE CREA UNA CORRIENTE DE ALTA FRECUENCIA A FIN DE GENERAR CALOR EN LOS TEJIDOS PARA CORTAR Y COAGULAR DURANTE LA CIRUGÍA INCLUYENDO SALIDAS DE ENERGÍA MONOPOLAR BIPOLAR Y SELLADO O TERMOFUSIÓN DE VASOS (BIPOLAR MODIFICADO). UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA CON SALIDA MONOPOLAR DE CORTE PURO CON POTENCIA DE SALIDA DE 300 WATTS O MAYOR; MEZCLA O BLEND CON POTENCIA MÍNIMA DE 200 WATTS; CON AL MENOS DOS MODOS DE COAGULACIÓN MONOPOLAR CON POTENCIA MÍNIMA DE 180 WATTS. SALIDA BIPOLAR: COAGULACIÓN CON POTENCIA DE SALIDA DE 70 WATTS O MAYOR Y CONTROL INDEPENDIENTE PARA SELECCIÓN DE POTENCIA EN MODO BIPOLAR. SALIDA PARA SELLADO O TERMOFUSIÓN DE VASOS (BIPOLAR MODIFICADO) CON SALIDA INDEPENDIENTE MEMORIA INTERNA PARA RECONOCIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS; FORMACIÓN DE SELLOS QUE SOPORTAN 400 MMHG O MÁS SIN DEPENDER DE TROMBOS; CAPACIDAD DE MEDIR LA IMPEDANCIA DE LOS TEJIDOS Y HACER UNA SELECCIÓN CONTINUA DEL NIVEL DE ENERGÍA DE SALIDA TRABAJA DE FORMA DINÁMICA; CAPACIDAD DE SELLADO DE VASOS DE HASTA 7 MM DE DIÁMETRO GENERANDO DAÑO TÉRMICO LATERAL MENOR DE 3 MM; ALARMA AUDIBLE DE FINALIZACIÓN DE SELLADO DE VASOS. PANTALLA LCD O TECNOLOGÍA SUPERIOR. DESPLIEGUE NUMÉRICO Y DE FUNCIONES EN PANTALLA DE: POTENCIA DE SALIDA MONOPOLAR POTENCIA DE SALIDA BIPOLAR INDICADOR DE ACTIVACION DE SELLADO DE VASOS (BIPOLAR MODIFICADO) INDICADOR DEL MODO EN USO INDICADOR DE MONITORIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL CONTACTO DEL ELECTRODO DE RETORNO INDICADOR DE ERRORES. ACTIVACIÓN DE LA UNIDAD POR MEDIO DEL INSTRUMENTO Y/O PEDAL EN SALIDA MONOPOLAR POR MEDIO DEL INSTRUMENTO Y/O PEDAL EN SALIDA BIPOLAR POR MEDIO DEL INSTRUMENTO Y/O PEDAL EN SALIDA DE SELLADO DE VASOS (BIPOLAR MODIFICADO). INDICADORES AUDIBLES Y VISIBLES AL ACCIONAR CUALQUIERA DE LOS MODOS DEL EQUIPO. ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES DE: FALLA EN ALGUNO DE LOS MODOS FALSO CONTACTO DEL ELECTRODO DE RETORNO CON EL PACIENTE O QUE NO ESTÉ CONECTADO A LA UNIDAD INTERRUPCIÓN DEL CICLO DE SELLADO DE VASOS FALLAS DURANTE LA FORMACIÓN DEL SELLO DE LOS VASOS. PEDAL BIPOLAR. PEDAL MONOPOLAR. CARRO PARA SOPORTE Y TRASLADO DEL EQUIPO. PINZA BIPOLAR RECTA Y DE BAYONETA.	531.328.0221	ELECTRO-531.328.0221	1291	HOSPITAL GENERAL DE CULIACÁN	SLIMB000014	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE, AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL, CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONOMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OIDOS DEL USUARIO. OIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.375.0126	ESTETODOBLE-531.375.0126	1161	HOSPITAL GENERAL DE CULIACÁN	SLIMB000014	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	40	38	2
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0369	ESFIGPEDESTAL-531.116.0369	1161	HOSPITAL GENERAL DE CULIACÁN	SLIMB000014	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	38	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNOSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1162	ESTUCHOSPS-531.295.1162	1161	HOSPITAL GENERAL DE CULIACÁN	SLIMB000014	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	3	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNOSTICOS, CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1188	ESTUCBASICO-531.295.1188	1161	HOSPITAL GENERAL DE CULIACÁN	SLIMB000014	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	15	NO APLICA	NO APLICA
INCUBADORA PARA RECIEN NACIDO. EQUIPO ELECTROMÉDICO CON RUEDAS QUE PROPORCIONA CONDICIONES ÓPTIMAS DE TEMPERATURA HUMEDAD Y OXIGENACIÓN. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: CARRO CON SISTEMA DE FRENO EN AL MENOS DOS RUEDAS; SISTEMA DE AUTOPRUEBA INICIAL Y DURANTE EL FUNCIONAMIENTO, CON PUERTO RS232.CONTROLES: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: INTERVALO DE CONTROL DE TEMPERATURA DE: PIEL DE PACIENTE AIRE CON RESOLUCIÓN DE 0.2 °C O MENOR. SISTEMA DE HUMIDIFICACIÓN Y MEDICIÓN DE LA HUMEDAD RELATIVA. MONITOREO DE PARÁMETROS: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: DESPLIEGUE DIGITAL SIMULTÁNEO DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: TEMPERATURA DE AIRE AJUSTADA Y MONITORIZADA; TEMPERATURA DE PIEL DE PACIENTE AJUSTADA Y MONITORIZADA; HUMEDAD RELATIVA AJUSTADA Y MONITORIZADA; CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO AJUSTADA Y MONITORIZADA. INDICADOR DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO. MONITOREO CONTINUO DE LA TEMPERATURA CORPORAL; MONITOREO DE LA CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO. ALARMAS: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: SISTEMA DE SEÑALES DE ALARMA INDICADOS EN TONOS O SECUENCIA DE TONOS; CON ALARMAS AUDIOVISUALES PARA: TEMPERATURA DEL AIRE TEMPERATURA DE PIEL DEL PACIENTE QUE SE ACTIVE SI LA DIFERENCIA DE LA TEMPERATURA AJUSTADA Y LA MONITORIZADA ES MAYOR A 0.5 ° C; FALTA DE AGUA Y FALLA EN EL CONTROL DE HUMEDAD; FALLA DEL MÓDULO DE CONTROL DE OXÍGENO. FALLA DEL SENSOR EN MODO DE CONTROL DE AIRE Y PIEL. FALTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA; FALLA DE VENTILADOR.GABINETE: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES; DE ALTURA VARIABLE QUE SOPORTA UN CAPACETE CON CUBIERTA TRANSPARENTE QUE PERMITA EL USO DE FOTOTERAPIA CON FLUJO DE AIRE ANTEROPOSTERIOR COMO MÍNIMO CON CORTINA DE AIRE EN EL ACCESO FRONTAL CON SUJETADOR PARA FIJAR LA DOBLE PARED PARA EVITAR DESPLAZAMIENTO ACCIDENTAL DURANTE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO Y ATENCIÓN DEL PACIENTE. LA DOBLE PARED DEBE SER DESMONTABLE PARA SU LIMPIEZA. CON PORTILLOS DE ACCESO AL PACIENTE. CON ACCESOS PARA TUBOS. AL INTERIOR DEL CAPACETE PUERTA FRONTAL ABATIBLE CON SEGUROS PARA EVITAR CAÍDAS ACCIDENTALES. CON CAPACIDAD DE AISLAMIENTO ACÚSTICO. BASE PARA EL COLCHÓN CON AJUSTE DE INCLINACIÓN PARA PROPORCIONAR POSICIONES DE TRENDELEMBURG Y CONTRA-TRENDELEMBURG AL PACIENTE. SOPORTE PARA SOLUCIONES. FILTRO DE AIRE. CON AL MENOS 2 CAJONES. HUMIDIFICADOR: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: COMPARTIMENTO HUMIDIFICADOR DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE.	531.497.2083	INCUBADORA-531.497.2083	1182	HOSPITAL GENERAL LOS MOCHIS	SLIMB000031	AHOME/LOS MOCHIS	1	NO APLICA	NO APLICA
VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIÁTRICO/NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL. EQUIPO ELECTROMECANICO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR DE SOPORTE DE VIDA PARA APOYO EN MODO DE VENTILACIÓN DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA Y CONVENCIONAL PARA PACIENTES NEONATOS Y PEDIÁTRICOS CON COMPROMISO DE LA FUNCIÓN RESPIRATORIA. PANTALLA INTERCONSTRUIDA: TIPO LCD LCD-TFT TFT O LED. A COLOR. SENSIBLE AL TACTO O TOUCH SCREEN. TAMAÑO DE 10.4" O MAYOR. CARACTERÍSTICAS DEL MODO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA: CONTROLES Y AJUSTES DE (VENTILACIÓN DE ALTA FRECUENCIA): PRESIÓN MEDIA EN LAS VÍAS AÉREAS QUE CUBRA EL RANGO DE 5 A 25 CMH2O O MBAR. FRECUENCIA RESPIRATORIA QUE CUBRA EL RANGO DE 5 A 15 HZ. FIO2 QUE CUBRA EL RANGO DE 21 A 100 %. AMPLITUD QUE CUBRA EL RANGO DE 1 A 80 (EN CMH2O O MBAR. O PORCENTAJE DE LA PRESIÓN MEDIA). MODOS VENTILATORIOS: HFV. NFV MÁS MODO CONVENCIONAL O VOLUMEN GARANTIZADO. PARÁMETROS MONITORIZADOS: PRESIÓN MEDIA EN LAS VÍAS AÉREAS (CMH2O O MBAR). FRECUENCIA RESPIRATORIA (HZ). FIO2 (%). AMPLITUD (CMH2O O MBAR). VOLUMEN MINUTO (L/MIN). VOLUMEN CORRIENTE (ML). DCO2 (ML2/S). ALARMAS: AUDIBLES Y VISUALES AMBAS PRIORIZADAS EN TRES NIVELES. PRESIÓN MEDIA (ALTA Y BAJA). FIO2 (ALTA Y BAJA). BAJA PRESIÓN DEL SUMINISTRO DE GASES. FALTA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. VENTILADOR INOPERANTE O FALLA DEL VENTILADOR. VOLUMEN MINUTO ALTO Y BAJO. CARACTERÍSTICAS DEL MODO CONVENCIONAL: CONTROLES Y AJUSTES DE (VENTILACIÓN CONVENCIONAL): PRESIÓN INSPIRATORIA QUE CUBRA EL RANGO DE 10 A 65 CMH2O O MBAR. FRECUENCIA RESPIRATORIA QUE CUBRA EL RANGO DE 10 A 150 RESPIRACIONES POR MINUTO. TIEMPO INSPIRATORIO QUE CUBRA EL RANGO DE 0.1 A 2 SEGUNDOS. FIO2 QUE CUBRA EL RANGO DE 21 A 100 %. VOLUMEN CORRIENTE QUE CUBRA EL RANGO DE 2 A 100 ML. PEEP/CPAP QUE CUBRA EL RANGO DE 0 A 20 CMH2O O BAR. PRESIÓN SOPORTE (PSV) PRESIÓN ASISTIDA O ASB (CMH2O O MBAR) O PORCENTAJE DEL FLUJO PICO QUE CUBRA EL RANGO DE 10 O MENOR. O 50% A 80 O MAYOR (EN CMH2O O MBAR. O PORCENTAJE DE LA PRESIÓN MEDIA). CON VOLUMEN GARANTIZADO OBJETIVO O PRVC (ML). RESPIRACIÓN MANUAL. BIAS FLOW FLUJO BASE O CONTINUO. MECANISMO DE DISPARO O TRIGGER POR FLUJO. SENSIBILIDAD ESPIRATORIA TERMINACIÓN DE LA FASE INSPIRATORIA O DE FINALIZACIÓN POR FLUJO. MODOS VENTILATORIOS: VENTILACIÓN ASISTO CONTROLADA PTV IPPV O SIPPV Y SIMV CONTROLADA. VENTILACIÓN MANDATORIA INTERMITENTE (SIMV) CON PRESIÓN SOPORTE. PRESIÓN SOPORTE (PSV) O PRESIÓN ASISTIDA O ASB, CPAP O ESPONTÁNEO CON LÍNEA DE BASE ELEVADA. VENTILACIÓN NO INVASIVA O CPAP NASAL. PARÁMETROS MONITORIZADOS: PRESIÓN INSPIRATORIA PICO O MÁXIMA. PRESIÓN MEDIA EN VÍAS AÉREAS. VOLUMEN CORRIENTE ESPIRADO. VOLUMEN MINUTO. PEEP. FRECUENCIA RESPIRATORIA. RELACIÓN I:E. TIEMPO INSPIRATORIO Y ESPIRATORIO. FIO2. CÁLCULO DE DISTENSIBILIDAD O COMPLIANCE. CÁLCULO DE LA RESISTENCIA. DESPLIEGUE DE AL MENOS DOS LAZOS O LOOPS. CAPACIDAD DE ALMACENAR EVENTOS RELACIONADOS CON LOS PARÁMETROS VENTILATORIOS SELECCIONADOS Y TENDENCIAS DE AL MENOS 24 HORAS. DESPLIEGUE DE AL MENOS 2 DE LAS 3 CURVAS DE VENTILACIÓN DE FORMA SIMULTÁNEA: VOLUMEN-TIEMPO; FLUJO-TIEMPO; PRESIÓN-TIEMPO. ALARMAS: AUDIBLES Y VISUALES AMBAS PRIORIZADAS EN TRES NIVELES. PRESIÓN INSPIRATORIA ALTA Y BAJA. PEEP BAJO O DESCONEXIÓN DEL PACIENTE O FUGA. APNEA. VOLUMEN MINUTO Y/O CORRIENTE (ALTO Y BAJO). FRECUENCIA RESPIRATORIA ALTA. FIO2 ALTA Y BAJA. BAJA PRESIÓN O PÉRDIDA DEL SUMINISTRO DE GASES. FALLA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. BATERÍA BAJA. VENTILADOR INOPERANTE FALLA DEL VENTILADOR FALLA TÉCNICA O FALLA DE CICLO. SILENCIO DE ALARMA. PROGRAMACIÓN DE ALARMAS. CARACTERÍSTICAS GENERALES: MEZCLADOR DE AIRE-OXÍGENO INTERNO. MONITOREO DE FIO2 INTERNO. SENSOR DE FLUJO REUSABLE. HUMIDIFICADOR SERVOCONTROLADO PARA USO CON CALENTADOR DE RAMA INSPIRATORIA O DUAL; CON SENSOR DE TEMPERATURA SENCILLO O DUAL Y SOPORTE AL VENTILADOR. TODO EL SISTEMA EN IDIOMA ESPAÑOL. CON SISTEMA DE COMPENSACIÓN DE FUGAS. PERILLA SELECTORA FÍSICA O EN PANTALLA TÁCTIL PARA EL AJUSTE DE LOS VALORES DE TODOS LOS PARÁMETROS DE CONTROL. INDICADOR DE BATERÍA DE RESPALDO EN USO. INDICADOR DE HORAS DE USO EN PANTALLA. REGULADORES DE PRESIÓN INTEGRADOS PARA EL SUMINISTRO DE GASES. DURACIÓN DE LA BATERÍA DE RESPALDO (EXTERNA Y/O INTERNA) DE 30 MINUTOS COMO MÍNIMO. CONTROLADO A TRAVÉS DE UN MICROPROCESADOR. ACCESORIOS INCLUIDOS: BRAZO SOPORTE PARA CIRCUITO PACIENTE. BASE RODABLE PARA EL EQUIPO CON SISTEMA DE FRENO EN AL MENOS DOS RUEDAS. MANGUERAS PARA SUMINISTRO DE GAS DE ACUERDO AL CÓDIGO AMERICANO DE COLORES: O2-VERDE AIRE - AMARILLO. Y CONEXIONES DE ACUERDO A CADA UNIDAD SOLICITANTE AL MOMENTO DE LICITAR. DOS CIRCUITOS DE PACIENTE PEDIÁTRICO / NEONATAL REUSABLES LIBRES DE LÁTEX (INCLUYE ADAPTADORES Y CONECTORES). O DIEZ CIRCUITOS DESECHABLES LIBRES DE LÁTEX. Y SI LA MARCA LO REQUIERE DOS CIRCUITOS DE ALTA FRECUENCIA REUSABLES LIBRES DE LÁTEX (INCLUYE ADAPTADORES Y CONECTORES). DOS SENSORES DE FLUJO REUSABLES PEDIÁTRICO / NEONATAL EN CASO DE QUE LA TECNOLOGÍA ASÍ LO REQUIERA. UN JUEGO DE PUNTAS NASALES DESECHABLES DE AL MENOS CINCO MEDIDAS DIFERENTES CON SISTEMA DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN. DOS CÁMARAS DE HUMIDIFICACIÓN REUSABLES O DIEZ CÁMARAS DESECHABLES NEONATALES.	531.941.1012	VENTILADOR-531.941.1012	1182	HOSPITAL GENERAL LOS MOCHIS	SLIMB000031	AHOME/LOS MOCHIS	1	NO APLICA	NO APLICA

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	CLAVE DEL COMPENDI	FICHA TÉCNICA	NO. DE FORMATO	NOMBRE DE LA UNIDAD	CLAVE CLUES	MUNICIPIO/LOCALIDAD	CANTIDAD	ADULTO	PEDIATRICO
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	531.375.0209	ESTETOSCOPIO 531.375.0209	1227	HOSPITAL GENERAL LOS MOCHIS	SLIMB000031	AHOME/LOS MOCHIS	50	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.375.0126	ESTETODOBLE-531.375.0126	1227	HOSPITAL GENERAL LOS MOCHIS	SLIMB000031	AHOME/LOS MOCHIS	60	50	10
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0369	ESFIGPEDESTAL-531.116.0369	1227	HOSPITAL GENERAL LOS MOCHIS	SLIMB000031	AHOME/LOS MOCHIS	30	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0377	ESFIGPARED-531.116.0377	1227	HOSPITAL GENERAL LOS MOCHIS	SLIMB000031	AHOME/LOS MOCHIS	50	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1162	ESTUCHOSPI-531.295.1162	1227	HOSPITAL GENERAL LOS MOCHIS	SLIMB000031	AHOME/LOS MOCHIS	25	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACION. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1188	ESTUCBASICO-531.295.1188	1227	HOSPITAL GENERAL LOS MOCHIS	SLIMB000031	AHOME/LOS MOCHIS	15	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO MERCURIAL PORTÁTIL. EQUIPO PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESION ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: MERCURIAL PORTÁTIL EN CAJA O BASE METÁLICA TUBO DE PLÁSTICO IRROMPIBLE ESCALA DE 0 A 300 MM HG CON GRADUACIÓN NUMÉRICA DE 10 MM HG Y RESOLUCIÓN DE 2 MM HG. SISTEMA DE INSUFLACIÓN QUE INCLUYA: BRAZALETE LAVABLE CON SISTEMA VELCRO PARA FIJACIÓN (ADULTO Y PEDIÁTRICO). BOLSA DE INSUFLACIÓN DE LÁTEX (ADULTO Y PEDIÁTRICO). PERILLA DE LÁTEX CON VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE AIRE CONECTOR CÓNICO TUBO O MANGUERA DE EXTENSIÓN DE 50 CM COMO MÍNIMO.	531.116.0328	ESFIGMERCU-531.116.0328	1227	HOSPITAL GENERAL LOS MOCHIS	SLIMB000031	AHOME/LOS MOCHIS	50	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	531.375.0209	ESTETOSCOPIO 531.375.0209	1230	BACHOMOBAMPO 1	SLIMB000055	AHOME/BACHOMOBAMPO NUMERO UNO	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.375.0126	ADULTOESTETO-531.375.0126	1230	BACHOMOBAMPO 1	SLIMB000055	AHOME/BACHOMOBAMPO NUMERO UNO	1	1	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0377	ESFIGPARED-531.116.0377	1230	BACHOMOBAMPO 1	SLIMB000055	AHOME/BACHOMOBAMPO NUMERO UNO	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1188	ESTUCBASICO-531.295.1188	1230	BACHOMOBAMPO 1	SLIMB000055	AHOME/BACHOMOBAMPO NUMERO UNO	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1162	ESTUCHOSPI-531.295.1162	1230	BACHOMOBAMPO 1	SLIMB000055	AHOME/BACHOMOBAMPO NUMERO UNO	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	531.375.0209	ESTETOSCOPIO 531.375.0209	1231	LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA	SLIMB000096	AHOME/LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA	3	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.375.0126	ESTETODOBLE-531.375.0126	1231	LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA	SLIMB000096	AHOME/LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA	3	2	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0369	ESFIGPEDESTAL-531.116.0369	1231	LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA	SLIMB000096	AHOME/LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1188	ESTUCBASICO-531.295.1188	1231	LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA	SLIMB000096	AHOME/LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA	3	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	531.375.0209	ESTETOSCOPIO 531.375.0209	1232	MOCHIS (EJIDO MOCHIS)	SLIMB000113	AHOME/MOCHIS (EJIDO MOCHIS)	5	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.375.0126	ESTETODOBLE-531.375.0126	1232	MOCHIS (EJIDO MOCHIS)	SLIMB000113	AHOME/MOCHIS (EJIDO MOCHIS)	5	5	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0369	ESFIGPEDESTAL-531.116.0369	1232	MOCHIS (EJIDO MOCHIS)	SLIMB000113	AHOME/MOCHIS (EJIDO MOCHIS)	2	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0377	ESFIGPARED-531.116.0377	1232	MOCHIS (EJIDO MOCHIS)	SLIMB000113	AHOME/MOCHIS (EJIDO MOCHIS)	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1188	ESTUCBASICO-531.295.1188	1232	MOCHIS (EJIDO MOCHIS)	SLIMB000113	AHOME/MOCHIS (EJIDO MOCHIS)	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1162	ESTUCHOSPI-531.295.1162	1232	MOCHIS (EJIDO MOCHIS)	SLIMB000113	AHOME/MOCHIS (EJIDO MOCHIS)	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	531.375.0209	ESTETOSCOPIO 531.375.0209	1132	HOSPITAL INTEGRAL ANGOSTURA	SLIMB000195	ANGOSTURA/ANGOSTURA	15	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.375.0126	ESTETODOBLE-531.375.0126	1132	HOSPITAL INTEGRAL ANGOSTURA	SLIMB000195	ANGOSTURA/ANGOSTURA	17	15	2
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0369	ESFIGPEDESTAL-531.116.0369	1132	HOSPITAL INTEGRAL ANGOSTURA	SLIMB000195	ANGOSTURA/ANGOSTURA	6	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0377	ESFIGPARED-531.116.0377	1132	HOSPITAL INTEGRAL ANGOSTURA	SLIMB000195	ANGOSTURA/ANGOSTURA	3	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1162	ESTUCHOSPI-531.295.1162	1132	HOSPITAL INTEGRAL ANGOSTURA	SLIMB000195	ANGOSTURA/ANGOSTURA	1	NO APLICA	NO APLICA

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	CLAVE DEL COMPENDI	FICHA TÉCNICA	NO. DE FORMATO	NOMBRE DE LA UNIDAD	CLAVE CLUES	MUNICIPIO/LOCALIDAD	CANTIDAD	ADULTO	PEDIATRICO
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACION. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1188	ESTUCBASICO-531.295.1188	1132	HOSPITAL INTEGRAL ANGOSTURA	SLIMB000195	ANGOSTURA/ANGOSTURA	5	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.375.0126	ESTETODOBLE-531.375.0126	1233	LA REFORMA	SLIMB000236	ANGOSTURA/LA REFORMA	6	6	0
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR METODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0369	ESFIGPEDESTAL-531.116.0369	1233	LA REFORMA	SLIMB000236	ANGOSTURA/LA REFORMA	1	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0377	ESFIGPARED-531.116.0377	1233	LA REFORMA	SLIMB000236	ANGOSTURA/LA REFORMA	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNOSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1188	ESTUCBASICO-531.295.1188	1233	LA REFORMA	SLIMB000236	ANGOSTURA/LA REFORMA	3	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMETICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1162	ESTUCHOSPI-531.295.1162	1233	LA REFORMA	SLIMB000236	ANGOSTURA/LA REFORMA	3	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSION ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	531.375.0209	ESTETOSCOPIO 531.375.0209	1136	HOSPITAL INTEGRAL BADIRAGUATO	SLIMB000241	BADIRAGUATO/BADIRAGUATO	10	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.375.0126	ESTETODOBLE-531.375.0126	1136	HOSPITAL INTEGRAL BADIRAGUATO	SLIMB000241	BADIRAGUATO/BADIRAGUATO	15	15	0
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESION ARTERIAL POR METODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0369	ESFIGPEDESTAL-531.116.0369	1136	HOSPITAL INTEGRAL BADIRAGUATO	SLIMB000241	BADIRAGUATO/BADIRAGUATO	15	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR METODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0377	ESFIGPARED-531.116.0377	1136	HOSPITAL INTEGRAL BADIRAGUATO	SLIMB000241	BADIRAGUATO/BADIRAGUATO	7	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1162	ESTUCHOSPI-531.295.1162	1136	HOSPITAL INTEGRAL BADIRAGUATO	SLIMB000241	BADIRAGUATO/BADIRAGUATO	7	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1188	ESTUCBASICO-531.295.1188	1136	HOSPITAL INTEGRAL BADIRAGUATO	SLIMB000241	BADIRAGUATO/BADIRAGUATO	5	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.375.0126	ESTETODOBLE-531.375.0126	1134	SURUTATO	SLIMB000381	BADIRAGUATO/SURUTATO	1	1	0
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSION ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	531.375.0209	ESTETOSCOPIO 531.375.0209	1137	HOSPITAL INTEGRAL CONCORDIA	SLIMB000446	CONCORDIA/HEROICA CIUDAD CONCORDIA	10	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIC DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.375.0126	ESTETODOBLE-531.375.0126	1137	HOSPITAL INTEGRAL CONCORDIA	SLIMB000446	CONCORDIA/HEROICA CIUDAD CONCORDIA	15	15	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0369	ESFIGPEDESTAL-531.116.0369	1137	HOSPITAL INTEGRAL CONCORDIA	SLIMB000446	CONCORDIA/HEROICA CIUDAD CONCORDIA	15	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0377	ESFIGPARED-531.116.0377	1137	HOSPITAL INTEGRAL CONCORDIA	SLIMB000446	CONCORDIA/HEROICA CIUDAD CONCORDIA	7	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1162	ESTUCHOSPI-531.295.1162	1137	HOSPITAL INTEGRAL CONCORDIA	SLIMB000446	CONCORDIA/HEROICA CIUDAD CONCORDIA	7	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1188	ESTUCBASICO-531.295.1188	1137	HOSPITAL INTEGRAL CONCORDIA	SLIMB000446	CONCORDIA/HEROICA CIUDAD CONCORDIA	5	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSION ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	531.375.0209	ESTETOSCOPIO 531.375.0209	1235	CONCORDIA	SLIMB000451	CONCORDIA/HEROICA CIUDAD CONCORDIA	3	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.375.0126	ESTETODOBLE-531.375.0126	1235	CONCORDIA	SLIMB000451	CONCORDIA/HEROICA CIUDAD CONCORDIA	3	3	0
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESION ARTERIAL POR METODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0369	ESFIGPEDESTAL-531.116.0369	1235	CONCORDIA	SLIMB000451	CONCORDIA/HEROICA CIUDAD CONCORDIA	3	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1188	ESTUCBASICO-531.295.1188	1235	CONCORDIA	SLIMB000451	CONCORDIA/HEROICA CIUDAD CONCORDIA	3	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR METODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0369	ESFIGPEDESTAL-531.116.0369	1236	LA CONCEPCIÓN (LA BARRIGONA)	SLIMB000475	CONCORDIA/LA CONCEPCION (LA BARRIGONA)	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1188	ESTUCBASICO-531.295.1188	1236	LA CONCEPCIÓN (LA BARRIGONA)	SLIMB000475	CONCORDIA/LA CONCEPCION (LA BARRIGONA)	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.375.0126	ESTETODOBLE-531.375.0126	1237	MESILLAS	SLIMB000480	CONCORDIA/MESILLAS	2	2	0
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMETICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1162	ESTUCHOSPI-531.295.1162	1237	MESILLAS	SLIMB000480	CONCORDIA/MESILLAS	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSION ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	531.375.0209	ESTETOSCOPIO 531.375.0209	1138	HOSPITAL INTEGRAL COSALA	SLIMB000545	COSALA/COSALA	5	NO APLICA	NO APLICA

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	CLAVE DEL COMPENDI	FICHA TÉCNICA	NO. DE FORMATO	NOMBRE DE LA UNIDAD	CLAVE CLUES	MUNICIPIO/LOCALIDAD	CANTIDAD	ADULTO	PEDIATRICO
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE, AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL, CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES, ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES, CON TUBO FLEXIBLE, CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN, CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.375.0126	ESTETODOBLE-531.375.0126	1136	HOSPITAL INTEGRAL COSALA	SLIMB000545	COSALA/COSALA	7	5	2
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTÁTIL, AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA, BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS, PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO, CON CAJA O ESTUCHE, LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0369	ESFIGPEDESTAL-531.116.0369	1138	HOSPITAL INTEGRAL COSALA	SLIMB000545	COSALA/COSALA	5	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED, AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA, BRAZALETES REUSABLES, PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO, SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE, TUBOS, O MANGUERAS, CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE, LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0377	ESFIGPARED-531.116.0377	1138	HOSPITAL INTEGRAL COSALA	SLIMB000545	COSALA/COSALA	5	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO HOSPITALARIO, EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FISICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACION. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1162	ESTUCHOSPI-531.295.1162	1138	HOSPITAL INTEGRAL COSALA	SLIMB000545	COSALA/COSALA	5	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO, EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FISICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1188	ESTUCBASICO-531.295.1188	1138	HOSPITAL INTEGRAL COSALA	SLIMB000545	COSALA/COSALA	3	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO MERCURIAL PORTÁTIL, EQUIPO PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: MERCURIAL PORTÁTIL EN CAJA O BASE METÁLICA TUBO DE PLÁSTICO IRROMPIBLE ESCALA DE 0 A 300 MM HG CON GRADUACIÓN NUMÉRICA DE 10 MM HG Y RESOLUCIÓN DE 2 MM HG. SISTEMA DE INSUFLACIÓN QUE INCLUYA; BRAZALETE LAVABLE CON SISTEMA VELCRO PARA FIJACIÓN (ADULTO Y PEDIÁTRICO). BOLSA DE INSUFLACIÓN DE LÁTEX (ADULTO Y PEDIÁTRICO). PERILLA DE LÁTEX CON VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE AIRE CONECTOR CÓNICO TUBO O MANGUERA DE EXTENSIÓN DE 50 CM COMO MÍNIMO.	531.116.0328	ESFIGMERCU-531.116.0328	1138	HOSPITAL INTEGRAL COSALA	SLIMB000545	COSALA/COSALA	1	NO APLICA	NO APLICA
UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO. EQUIPO FIJO ELECTROHIDRONEUMÁTICO DE TECNOLOGÍA AVANZADA CON FINES DE TRATAMIENTO Y DIAGNÓSTICO EN LA ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA INTEGRAL DEL PACIENTE. LÁMPARA ESTOMATOLÓGICA: INTEGRADA AL SILLÓN CABEZAL DE ALUMINIO ORIENTABLE A LA BOCA DEL PACIENTE CON VENTILACIÓN NATURAL CON UN HAZ DE LUZ FRÍA ENFOCABLE DE 50 A 100 CM DE DISTANCIA LIBRE DE SOMBRAS INTENSIDAD LUMINOSA GRADUABLE ILUMINACIÓN DENTRO DEL RANGO DE 10000 A 50000 LUXES CON TEMPERATURA DE CALOR ENTRE 3500 °K O MAYOR CON ENFRIAMIENTO POR FILTROS ÓPTICOS REFLECTOR DICROICO REDUCTORES DE CALOR (NO EXCEDER 6 ° LA TEMPERATURA AMBIENTE EN LA DISTANCIA FOCAL). MÓDULO ESTOMATOLÓGICO: INTEGRADO AL SILLÓN CON ALTURA AJUSTABLE EN CONJUNTO CON EL SILLÓN POSICIONABLE EN CUALQUIER PUNTO ALREDEDOR DE 270 ° COMO MÍNIMO. NEGATOSCOPIO INTEGRADO AL MÓDULO. CON DISPOSITIVOS INDIVIDUALES PARA ALIMENTAR Y CONTROLAR EL AIRE Y EL AGUA EN LAS PIEZAS DE MANO A TRAVÉS DE BLOQUE AUTOMÁTICO. BOTELLA DE AGUA PURIFICADA CON SISTEMA DE VÁLVULA PARA REGULAR EL AGUA DE ENFRIAMIENTO MANÓMETROS CON ESCALA DE 0 A 4 KG/CM2 REGULADORES DE PRESION DE AIRE Y AGUA PARA LAS PIEZAS DE MANO Y JERINGA TRIPLE. DOS PIEZAS DE MANO DE ALTA VELOCIDAD CON: TURBINA Y MANDRIL DE ACERO INOXIDABLE MANGO DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO DE 2 VÍAS DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE TURBINA CON MANDRIL EJE Y BALEROS DE ACERO INOXIDABLE CON VELOCIDAD DE GIRO DE 350000 RPM O MAYOR. HERRAMIENTA PARA CAMBIO DE FRESA. PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD CON MANGO DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO DE 2 VÍAS DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE GIRO DE 0 A 30000 +/- 10000 RPM MOTOR CON CAMBIADOR DE GIRO DE ACERO INOXIDABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE CONTRA ÁNGULO Y ADAPTADOR CONO RECTO CON MANDRIL DE ACERO INOXIDABLE PARA INSERTO DE FRESA Y HERRAMIENTA PARA CAMBIO EN CASO DE SER NECESARIO. JERINGA TRIPLE ESTOMATOLÓGICA PARA LAVAR Y SECAR CAMPOS CLÍNICOS BUCALES DE ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO CON DOS PUNTAS DESMONTABLES Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE CON DOS DUCTOS UNO PARA AGUA Y OTRO PARA AIRE OPERADO POR VÁLVULAS MECÁNICAS INDEPENDIENTES PARA LA SELECCIÓN DE TRABAJO SECO HÚMEDO O ROCÍO CON ALIMENTACIÓN DE AGUA Y AIRE CON VÁLVULA DE NO-RETRACCIÓN. UNIDAD ULTRASÓNICA DE PROFILAXIS PARA EFECTUAR DETARTRAJE INTEGRADO AL EQUIPO PIEZA DE MANO CON PUNTAS INTERCAMBIABLES CONTROL DE POTENCIA ELÉCTRICA DE 0 A 30 WATTS MÁXIMO CONTROL DE SALIDA DE AGUA REGULADA. SILLÓN ELECTROHIDRÁULICO O ELECTROMECÁNICO ESTOMATOLÓGICO ANATÓMICO: CAPACIDAD MÍNIMA DE LEVANTE DE 180 KG CON MOVIMIENTOS VERTICALES DE ASCENSO Y DESCENSO VARIABLE DESDE SU BASE SISTEMA DE MANDO ELÉCTRICO ACCIONADO CON CONTROL MANUAL Y/O PEDAL MOVIMIENTOS ELECTROMECÁNICOS DEL RESPALDO PARA LAS SIGUIENTES POSICIONES: DESDE POSICIÓN CERO HASTA TRENDELEMBURG POSICIÓN CERO AUTOMÁTICA. ASIENTO Y DESCANSA PIERNAS CORRIDO FORRADO CON MATERIAL PLÁSTICO LAVABLE. FUNDA DE PROTECCIÓN EN EL ÁREA DE LA PIECERA CON CODERAS O DESCANSA BRAZOS ABATIBLES CABEZAL CON ARTICULACIÓN PARA MOVIMIENTOS DE RECLINACIÓN ANTERIOR Y POSTERIOR. ESCUPIDERA FIJA INTEGRADA AL SOPORTE DEL SILLÓN O A LA UNIDAD DESPLAZABLE HORIZONTALMENTE Y AJUSTE VERTICAL CON RECIPIENTE DE PORCELANA O VIDRIO PORCELANIZADO O POLÍMERO RESISTENTE A RAYADURAS O ACERO ESMALTADO DESMONTABLE PARA FÁCIL LIMPIEZA SOPORTE PARA LLENADO DE VASO CON CONTROL DE LLENADO Y ENJUAGUE DE ESCUPIDERA TEMPORIZADO BASE CONECTADA AL SISTEMA DE DRENAJE. ASPIRADOR QUIRÚRGICO DE VACIADO RÁPIDO; CON SISTEMA SILENCIOSO; ACCIONADO CON AIRE CON TRAMPA PARA SÓLIDOS Y CON DESCARGA DIRECTA AL DRENAJE. EYECTOR DE SALIVA CON FILTRO PARA RETENCIÓN DE SÓLIDOS Y ADAPTADOR PARA CÁNULAS. DESECHABLES CON DESCARGA DIRECTA AL DRENAJE. DOS SILLAS UNA PARA ESTOMATÓLOGO Y UNA PARA ASISTENTE CON DESCANSA PIES AMBOS CON SISTEMA NEUMÁTICO PARA AJUSTE DE ALTURA CON RODAJAS TAPIZADOS DE PLÁSTICO O TELA RESISTENTE Y LAVABLE. CON SISTEMA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AIRE Y AGUA DE LA CAJA DE CONEXIONES AL MÓDULO DE TRABAJO DEBIDAMENTE PROTEGIDO QUE LE PERMITAN SU DESPLAZAMIENTO A UN RADIO DE ACCIÓN DE DOS METROS COMO MÍNIMO EN TORNO AL SILLÓN. CON SISTEMA DE PROTECCIÓN QUE IMPIDA EL REFLUJO DE LÍQUIDOS AL TÉRMINO DE LOS TRATAMIENTOS. CON MANGUERAS DE SILICÓN O POLIURETANO LISAS DE 2 VÍAS DE UN LARGO DE 180 A 200 CM.	531.191.0028	UNIDADESTOMA-531.191.0028	1222	CENTRO DE HIGIENE ESCOLAR	SLIMB000591	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA, AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSION ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	531.375.0209	ESTETOSCOPIO 531.375.0209	1224	CENTRO DE HIGIENE ESCOLAR	SLIMB000591	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	7	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE, AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL, CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES, ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES, CON TUBO FLEXIBLE, CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN, CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.375.0126	ESTETODOBLE-531.375.0126	1224	CENTRO DE HIGIENE ESCOLAR	SLIMB000591	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	10	8	2
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL, AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA, BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS, PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO, CON CAJA O ESTUCHE, LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0369	ESFIGPEDESTAL-531.116.0369	1224	CENTRO DE HIGIENE ESCOLAR	SLIMB000591	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	8	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED, AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA, BRAZALETES REUSABLES, PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO, SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE, TUBOS, O MANGUERAS, CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE, LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0377	ESFIGPARED-531.116.0377	1224	CENTRO DE HIGIENE ESCOLAR	SLIMB000591	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	8	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO, EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FISICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1162	ESTUCHOSPI-531.295.1162	1224	CENTRO DE HIGIENE ESCOLAR	SLIMB000591	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO, EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FISICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1188	ESTUCBASICO-531.295.1188	1224	CENTRO DE HIGIENE ESCOLAR	SLIMB000591	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	4	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO MERCURIAL PORTÁTIL, EQUIPO PARA LA MEDICION DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR METODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: MERCURIAL PORTÁTIL EN CAJA O BASE METÁLICA TUBO DE PLÁSTICO IRROMPIBLE ESCALA DE 0 A 300 MM HG CON GRADUACIÓN NUMÉRICA DE 10 MM HG Y RESOLUCIÓN DE 2 MM HG. SISTEMA DE INSUFLACIÓN QUE INCLUYA; BRAZALETE LAVABLE CON SISTEMA VELCRO PARA FIJACIÓN (ADULTO Y PEDIÁTRICO). BOLSA DE INSUFLACIÓN DE LÁTEX (ADULTO Y PEDIÁTRICO). PERILLA DE LÁTEX CON VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE AIRE CONECTOR CÓNICO TUBO O MANGUERA DE EXTENSIÓN DE 50 CM COMO MÍNIMO.	531.116.0328	ESFIGMERCU-531.116.0328	1224	CENTRO DE HIGIENE ESCOLAR	SLIMB000591	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	4	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE, AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL, CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES, ERGONOMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OIDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES, CON TUBO FLEXIBLE, CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN, CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA, MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.375.0126	ESTETODOBLE-531.375.0126	1148	CENTRO DERMATOLOGICO DE SINALOA	SLIMB000603	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	6	6	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL, AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA, BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS, PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO, CON CAJA O ESTUCHE, LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0369	ESFIGPEDESTAL-531.116.0369	1148	CENTRO DERMATOLOGICO DE SINALOA	SLIMB000603	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	6	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO, EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FISICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPECULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1188	ESTUCBASICO-531.295.1188	1148	CENTRO DERMATOLOGICO DE SINALOA	SLIMB000603	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA, AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSION ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	531.375.0209	ESTETOSCOPIO 531.375.0209	1139	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO	SLIMB000615	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	5	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE, AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL, CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES, ERGONOMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES, CON TUBO FLEXIBLE, CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN, CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA, MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.375.0126	ESTETODOBLE-531.375.0126	1139	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO	SLIMB000615	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	5	5	2
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL, AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA, BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS, PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO, CON CAJA O ESTUCHE, LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0369	ESFIGPEDESTAL-531.116.0369	1139	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO	SLIMB000615	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	3	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED, AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA, BRAZALETES REUSABLES, PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO, SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE, TUBOS, O MANGUERAS, CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE, LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0377	ESFIGPARED-531.116.0377	1139	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO	SLIMB000615	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO, EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1162	ESTUCHOSPI-531.295.1162	1139	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO	SLIMB000615	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	3	NO APLICA	NO APLICA

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	CLAVE DEL COMPENDI	FICHA TÉCNICA	NO. DE FORMATO	NOMBRE DE LA UNIDAD	CLAVE CLUES	MUNICIPIO/LOCALIDAD	CANTIDAD	ADULTO	PEDIATRICO
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FISICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNOSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1188	ESTUCBASICO-531.295.1188	1139	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO	SLIMSSA000615	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	3	NO APLICA	NO APLICA
UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO. EQUIPO FIJO ELECTROHIDRONEUMÁTICO DE TECNOLOGÍA AVANZADA CON FINES DE TRATAMIENTO Y DIAGNÓSTICO EN LA ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA INTEGRAL DEL PACIENTE. LÁMPARA ESTOMATOLÓGICA: INTEGRADA AL SILLÓN CABEZAL DE ALUMINIO ORIENTABLE A LA BOCA DEL PACIENTE CON VENTILACIÓN NATURAL CON UN HAZ DE LUZ FRÍA ENFOCABLE DE 50 A 100 CM DE DISTANCIA LIBRE DE SOMBRAS INTENSIDAD LUMINOSA GRADUABLE ILUMINACIÓN DENTRO DEL RANGO DE 10000 A 50000 LUXES CON TEMPERATURA DE CALOR ENTRE 3500 °K O MAYOR CON ENFRIAMIENTO POR FILTROS ÓPTICOS REFLECTOR DICROICO REDUCTORES DE CALOR (NO EXCEDER 6 ° LA TEMPERATURA AMBIENTE EN LA DISTANCIA FOCAL). MÓDULO ESTOMATOLÓGICO: INTEGRADO AL SILLÓN CON ALTURA AJUSTABLE EN CONJUNTO CON EL SILLÓN POSICIONABLE EN CUALQUIER PUNTO ALREDEDOR DE 270 ° COMO MÍNIMO. NEGATOSCOPIO INTEGRADO AL MÓDULO. CON DISPOSITIVOS INDIVIDUALES PARA ALIMENTAR Y CONTROLAR EL AIRE Y EL AGUA EN LAS PIEZAS DE MANO A TRAVÉS DE BLOQUE AUTOMÁTICO. BOTELLA DE AGUA PURIFICADA CON SISTEMA DE VÁLVULA PARA REGULAR EL AGUA DE ENFRIAMIENTO MANÓMETROS CON ESCALA DE 0 A 4 KG/CM2 REGULADORES DE PRESIÓN DE AIRE Y AGUA PARA LAS PIEZAS DE MANO Y JERINGA TRIPLE. DOS PIEZAS DE MANO DE ALTA VELOCIDAD CON: TURBINA Y MANDRIL DE ACERO INOXIDABLE MANGO DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO DE 2 VÍAS DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE TURBINA CON MANDRIL EJE Y BALEROS DE ACERO INOXIDABLE CON VELOCIDAD DE GIRO DE 350000 RPM O MAYOR HERRAMIENTA PARA CAMBIO DE FRESA. PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD CON MANGO DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO DE 2 VÍAS DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE GIRO DE 0 A 30000 +/- 10000 RPM MOTOR CON CAMBIADOR DE GIRO DE ACERO INOXIDABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE CONTRA ÁNGULO Y ADAPTADOR CONO RECTO CON MANDRIL DE ACERO INOXIDABLE PARA INSERTO DE FRESA Y HERRAMIENTA PARA CAMBIO EN CASO DE SER NECESARIO. JERINGA TRIPLE ESTOMATOLÓGICA PARA LAVAR Y SECAR CAMPOS CLÍNICOS BUCALES DE ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO CON DOS PUNTAS DESMONTABLES Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE CON DOS DUCTOS UNO PARA AGUA Y OTRO PARA AIRE OPERADO POR VÁLVULAS MECÁNICAS INDEPENDIENTES PARA LA SELECCIÓN DE TRABAJO SECO HÚMEDO O ROCÍO CON ALIMENTACIÓN DE AGUA Y AIRE CON VÁLVULA DE NO-RETRACCIÓN. UNIDAD ULTRASÓNICA DE PROFILAXIS PARA EFECTUAR DETARTRAJE INTEGRADO AL EQUIPO PIEZA DE MANO CON PUNTAS INTERCAMBIABLES CONTROL DE POTENCIA ELÉCTRICA DE 0 A 30 WATTS MÁXIMO CONTROL DE SALIDA DE AGUA REGULADA. SILLÓN ELECTROHIDRÁULICO O ELECTROMECÁNICO ESTOMATOLÓGICO ANATÓMICO: CAPACIDAD MÍNIMA DE LEVANTE DE 180 KG CON MOVIMIENTOS VERTICALES DE ASCENSO Y DESCENSO VARIABLE DESDE SU BASE SISTEMA DE MANDO ELÉCTRICO ACCIONADO CON CONTROL MANUAL Y/O PEDAL MOVIMIENTOS ELECTROMECÁNICOS DEL RESPALDO PARA LAS SIGUIENTES POSICIONES: DESDE POSICIÓN CERO HASTA TRENDELEMBURG POSICIÓN CERO AUTOMÁTICA. ASIENTO Y DESCANSA PIERNAS CORRIDO FORRADO CON MATERIAL PLÁSTICO LAVABLE. FUNDA DE PROTECCIÓN EN EL ÁREA DE LA PIECERA CON CODERAS O DESCANSA BRAZOS ABATIBLES CABEZAL CON ARTICULACIÓN PARA MOVIMIENTOS DE RECLINACIÓN ANTERIOR Y POSTERIOR. ESCUPIDERA FIJA INTEGRADA AL SOPORTE DEL SILLÓN O A LA UNIDAD DESPLAZABLE HORIZONTALMENTE Y AJUSTE VERTICAL CON RECIPIENTE DE PORCELANA O VIDRIO PORCELANIZADO O POLÍMERO RESISTENTE A RAYADURAS O ACERO ESMALTADO DESMONTABLE PARA FÁCIL LIMPIEZA SOPORTE PARA LLENADO DE VASO CON CONTROL DE LLENADO Y ENJUAGUE DE ESCUPIDERA TEMPORIZADO BASE CONECTADA AL SISTEMA DE DRENAJE. ASPIRADOR QUIRÚRGICO DE VACIADO RÁPIDO; CON SISTEMA SILENCIOSO; ACCIONADO CON AIRE CON TRAMPA PARA SÓLIDOS Y CON DESCARGA DIRECTA AL DRENAJE. EYECTOR DE SALIVA CON FILTRO PARA RETENCIÓN DE SÓLIDOS Y ADAPTADOR PARA CÁNULAS. DESECHABLES CON DESCARGA DIRECTA AL DRENAJE. DOS SILLAS UNA PARA ESTOMATÓLOGO Y UNA PARA ASISTENTE CON DESCANSA PIES AMBOS CON SISTEMA NEUMÁTICO PARA AJUSTE DE ALTURA CON RODAJAS TAPIZADOS DE PLÁSTICO O TELA RESISTENTE Y LAVABLE. CON SISTEMA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AIRE Y AGUA DE LA CAJA DE CONEXIONES AL MÓDULO DE TRABAJO DEBIDAMENTE PROTEGIDO QUE LE PERMITAN SU DESPLAZAMIENTO A UN RADIO DE ACCIÓN DE DOS METROS COMO MÍNIMO EN TORNO AL SILLÓN. CON SISTEMA DE PROTECCIÓN QUE IMPIDA EL REFLUJO DE LÍQUIDOS AL TÉRMINO DE LOS TRATAMIENTOS. CON MANGUERAS DE SILICÓN O POLIURETANO LISAS DE 2 VÍAS DE UN LARGO DE 180 A 200 CM.	531.291.0028	UNIDADESTOMA-531.291.0028	1183	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	SLIMB000673	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	6	NO APLICA	NO APLICA
RADIOVISIÓGRAFO DENTAL DIGITAL INTRAORAL. EQUIPO ELECTROMÉDICO DESTINADO A LA ADQUISICIÓN, VISUALIZACIÓN, ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE IMÁGENES RADIOGRÁFICAS DIGITALES INTRAORALES PARA APOYO AL DIAGNOSTICO ODONTOLÓGICO, MEDIANTE SENSOR DIGITAL QUE CAPTA LOS FOTONES DE RAYOS X Y LOS CONVIERTE EN SEÑALES ELECTRÓNICAS PARA SU PROCESAMIENTO Y VISUALIZACIÓN EN UN EQUIPO DE CÓMPUTO. CON DETECTOR DE TECNOLOGÍA CMOS O SUPERIOR. TAMAÑO DE PÍXEL DE 14.8 MM O MENOR. RESOLUCIÓN TEÓRICA DE 33 LP/MM O MAYOR. PROFUNDIDAD DE IMAGEN DE 12 BITS O MAYOR. SENSOR INTRAORAL CON DISEÑO ERGONÓMICO, BORDES REDONDEADOS Y ESPESOR MÁXIMO DE 5 MM, QUE FACILITE SU POSICIONAMIENTO Y CONTRIBUYA A LA COMODIDAD DEL PACIENTE. ÁREA ACTIVA DE ACUERDO CON EL TAMAÑO DEL SENSOR OFERTADO. CON CONEXIÓN DIGITAL DIRECTA MEDIANTE USB 2.0, USB 3.0 O SUPERIOR, COMPATIBLE CON EQUIPO DE CÓMPUTO. CABLE DE CONEXIÓN DE LONGITUD MÍNIMA DE 2.5 METROS. CON SOFTWARE PARA ADQUISICIÓN, VISUALIZACIÓN Y PROCESAMIENTO DE IMÁGENES RADIOGRÁFICAS DENTALES, QUE PERMITA COMO MÍNIMO AJUSTE DE BRILLO Y CONTRASTE, AMPLIACIÓN DE IMAGEN Y ALMACENAMIENTO DE ESTUDIOS. DEBERÁ INCLUIR LOS CONTROLADORES, LICENCIAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. COMPATIBLE CON EQUIPOS GENERADORES DE RAYOS X PARA USO DENTAL INTRAORAL. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A TRAVÉS DEL PUERTO USB O SISTEMA EQUIVALENTE. ACCESORIOS: POSICIONADORES O SOPORTES PARA SENSOR INTRAORAL; PROTECTORES O FUNDAS DESECHABLES PARA SENSOR; ACCESORIOS DE CONEXIÓN NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO	SIN CLAVE DEL COMPENDIO	RADIOVISIÓGRAFO-SIN CLAVE	1183	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	SLIMB000673	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	2	NO APLICA	NO APLICA
UNIDAD RADIOLÓGICA DENTAL. EQUIPO DE RAYOS "X" QUE SE EMPLEA PARA ESTUDIOS RADIOGRÁFICOS DE PADECIMIENTOS ESTOMATOLÓGICOS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: CONTROL DE TIEMPO DE EXPOSICIÓN TRANSFORMADOR DE ALTA TENSIÓN. TUBO DE RAYOS "X" DE ÁNODO FIJO CON UN PUNTO FOCAL, MA Y KV SOPORTE PARA EL EQUIPO. LOCALIZADOR.	531.341.2305	RADENTAL-531.341.2305	1183	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	SLIMB000673	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	6	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESION ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0369	ESFIGPEDESTAL-531.116.0369	1238	CULIACÁN (AGUARUTO)	SLIMB000685	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	1	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICION DE LA PRESION ARTERIAL POR METODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIPE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0377	ESFIGPARED-531.116.0377	1238	CULIACÁN (AGUARUTO)	SLIMB000685	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	4	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FISICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNOSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1162	ESTUCHOSPI-531.295.1162	1238	CULIACÁN (AGUARUTO)	SLIMB000685	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	1	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0369	ESFIGPEDESTAL-531.116.0369	1139	BAILA	SLIMB000714	CULIACAN/BAILA	1	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0377	ESFIGPARED-531.116.0377	1239	BAILA	SLIMB000714	CULIACAN/BAILA	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFERICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 55 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	531.375.0209	ESTETOSCOPIO 531.375.0209	1240	JESÚS MARÍA	SLIMB000772	CULIACAN/JESUS MARIA	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL, CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONOMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN, CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.375.0126	ESTETODOBLE-531.375.0126	1240	JESÚS MARÍA	SLIMB000772	CULIACAN/JESUS MARIA	1	1	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESION ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0369	ESFIGPEDESTAL-531.116.0369	1240	JESÚS MARÍA	SLIMB000772	CULIACAN/JESUS MARIA	1	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0377	ESFIGPARED-531.116.0377	1240	JESÚS MARÍA	SLIMB000772	CULIACAN/JESUS MARIA	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FISICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPECULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1188	ESTUCBASICO-531.295.1188	1240	JESÚS MARÍA	SLIMB000772	CULIACAN/JESUS MARIA	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1162	ESTUCHOSPI-531.295.1162	1240	JESÚS MARÍA	SLIMB000772	CULIACAN/JESUS MARIA	2	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICION DE LA PRESION ARTERIAL POR METODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0369	ESFIGPEDESTAL-531.116.0369	1241	SAN LORENZO	SLIMB000813	CULIACAN/SAN LORENZO	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACION FISICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNOSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACION. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1162	ESTUCHOSPI-531.295.1162	1241	SAN LORENZO	SLIMB000813	CULIACAN/SAN LORENZO	1	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0369	ESFIGPEDESTAL-531.116.0369	1242	PUEBLOS UNIDOS	SLIMB000854	CULIACAN/PUEBLOS UNIDOS	2	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS. CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0377	ESFIGPARED-531.116.0377	1242	PUEBLOS UNIDOS	SLIMB000854	CULIACAN/PUEBLOS UNIDOS	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FISICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1162	ESTUCHOSPI-531.295.1162	1241	PUEBLOS UNIDOS	SLIMB000854	CULIACAN/PUEBLOS UNIDOS	1	NO APLICA	NO APLICA

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	CLAVE DEL COMPEND	FICHA TECNICA	NO. DE FORMATO	NOMBRE DE LA UNIDAD	CLAVE CLUES	MUNICIPIO/LOCALIDAD	CANTIDAD	ADULTO	PEDIATRICO
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	531.375.0209	ESTETOSCOPIO 531.375.0209	1243	GUADALUPE VICTORIA (EL ATORON)	SLIMB000871	ELDORADO/GUADALUPE VICTORIA (EL ATORON)	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.375.0126	ESTETODOBLE-531.375.0126	1243	GUADALUPE VICTORIA (EL ATORON)	SLIMB000871	ELDORADO/GUADALUPE VICTORIA (EL ATORON)	1	1	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0369	ESFIGPEDESTAL-531.116.0369	1243	GUADALUPE VICTORIA (EL ATORON)	SLIMB000871	ELDORADO/GUADALUPE VICTORIA (EL ATORON)	1	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0377	ESFIGPARED-531.116.0377	1243	GUADALUPE VICTORIA (EL ATORON)	SLIMB000871	ELDORADO/GUADALUPE VICTORIA (EL ATORON)	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FISICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1188	ESTUCBASICO-531.295.1188	1243	GUADALUPE VICTORIA (EL ATORON)	SLIMB000871	ELDORADO/GUADALUPE VICTORIA (EL ATORON)	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FISICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1162	ESTUCHOSPI-531.295.1162	1243	GUADALUPE VICTORIA (EL ATORON)	SLIMB000871	ELDORADO/GUADALUPE VICTORIA (EL ATORON)	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFERICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	531.375.0209	ESTETOSCOPIO 531.375.0209	1225	HOSPITAL INTEGRAL CHOIX	SLIMB000895	CHOIX/CHOIX	12	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.375.0126	ESTETODOBLE-531.375.0126	1225	HOSPITAL INTEGRAL CHOIX	SLIMB000895	CHOIX/CHOIX	11	11	6
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0369	ESFIGPEDESTAL-531.116.0369	1225	HOSPITAL INTEGRAL CHOIX	SLIMB000895	CHOIX/CHOIX	10	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FISICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1162	ESTUCHOSPI-531.295.1162	1225	HOSPITAL INTEGRAL CHOIX	SLIMB000895	CHOIX/CHOIX	3	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACION FISICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPECULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1188	ESTUCBASICO-531.295.1188	1225	HOSPITAL INTEGRAL CHOIX	SLIMB000895	CHOIX/CHOIX	5	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANOMETRO MERCURIAL PORTÁTIL. EQUIPO PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: MERCURIAL PORTÁTIL EN CAJA O BASE METÁLICA TUBO DE PLÁSTICO IRROMPIBLE ESCALA DE 0 A 300 MM HG CON GRADUACIÓN NUMÉRICA DE 1.3 MM HG Y RESOLUCIÓN DE 2 MM HG. SISTEMA DE INSUFLACIÓN QUE INCLUYA: BRAZALETE LAVABLE CON SISTEMA VELCRO PARA FIJACIÓN (ADULTO Y PEDIÁTRICO). BOLSA DE INSUFLACIÓN DE LÁTEX (ADULTO Y PEDIÁTRICO). PERILLA DE LÁTEX CON VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE AIRE CONECTOR CÓNICO TUBO O MANGUERA DE EXTENSIÓN DE 50 CM COMO MÍNIMO.	531.116.0328	ESFIGMERCU-531.116.0328	1225	HOSPITAL INTEGRAL CHOIX	SLIMB000895	CHOIX/CHOIX	9	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	531.375.0209	ESTETOSCOPIO 531.375.0209	1244	SAN JAVIER	SLIMB000970	CHOIX/SAN JAVIER	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.375.0126	ESTETODOBLE-531.375.0126	1244	SAN JAVIER	SLIMB000970	CHOIX/SAN JAVIER	1	1	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0369	ESFIGPEDESTAL-531.116.0369	1244	SAN JAVIER	SLIMB000970	CHOIX/SAN JAVIER	1	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0377	ESFIGPARED-531.116.0377	1244	SAN JAVIER	SLIMB000970	CHOIX/SAN JAVIER	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FISICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1188	ESTUCBASICO-531.295.1188	1244	SAN JAVIER	SLIMB000970	CHOIX/SAN JAVIER	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FISICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMETICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1162	ESTUCHOSPI-531.295.1162	1244	SAN JAVIER	SLIMB000970	CHOIX/SAN JAVIER	3	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	531.375.0209	ESTETOSCOPIO 531.375.0209	1245	YECORATO	SLIMB000994	CHOIX/YECORATO	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.375.0126	ESTETODOBLE-531.375.0126	1245	YECORATO	SLIMB000994	CHOIX/YECORATO	1	1	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0369	ESFIGPEDESTAL-531.116.0369	1245	YECORATO	SLIMB000994	CHOIX/YECORATO	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FISICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1188	ESTUCBASICO-531.295.1188	1245	YECORATO	SLIMB000994	CHOIX/YECORATO	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	531.375.0209	ESTETOSCOPIO 531.375.0209	1246	ESCUINAPA	SLIMB001040	ESCUINAPA/ESCUINAPA DE HIDALGO	6	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.375.0126	ESTETODOBLE-531.375.0126	1246	ESCUINAPA	SLIMB001040	ESCUINAPA/ESCUINAPA DE HIDALGO	6	6	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0369	ESFIGPEDESTAL-531.116.0369	1246	ESCUINAPA	SLIMB001040	ESCUINAPA/ESCUINAPA DE HIDALGO	6	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FISICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPECULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1188	ESTUCBASICO-531.295.1188	1246	ESCUINAPA	SLIMB001040	ESCUINAPA/ESCUINAPA DE HIDALGO	6	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFERICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	531.375.0209	ESTETOSCOPIO 531.375.0209	1247	LA CONCHA (LA CONCEPCIÓN)	SLIMB001052	ESCUINAPA/LA CONCHA (LA CONCEPCION)	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.375.0126	ESTETODOBLE-531.375.0126	1247	LA CONCHA (LA CONCEPCIÓN)	SLIMB001052	ESCUINAPA/LA CONCHA (LA CONCEPCION)	1	1	0

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	CLAVE DEL COMPENDI	FICHA TÉCNICA	NO. DE FORMATO	NOMBRE DE LA UNIDAD	CLAVE CLUES	MUNICIPIO/LOCALIDAD	CANTIDAD	ADULTO	PEDIATRICO
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESION ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0369	ESFIGPEDESTAL-531.116.0369	1247	LA CONCHA (LA CONCEPCIÓN)	SLIMB001052	ESCUINAPA/LA CONCHA (LA CONCEPCION)	1	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESION ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0377	ESFIGPARED-531.116.0377	1247	LA CONCHA (LA CONCEPCIÓN)	SLIMB001052	ESCUINAPA/LA CONCHA (LA CONCEPCION)	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1188	ESTUCBASICO-531.295.1188	1247	LA CONCHA (LA CONCEPCIÓN)	SLIMB001052	ESCUINAPA/LA CONCHA (LA CONCEPCION)	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNOSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1162	ESTUCHOSPI-531.295.1162	1247	LA CONCHA (LA CONCEPCIÓN)	SLIMB001052	ESCUINAPA/LA CONCHA (LA CONCEPCION)	1	NO APLICA	NO APLICA
VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIÁTRICO/NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL. EQUIPO ELECTROMECÁNICO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR DE SOPORTE DE VIDA PARA APOYO EN MODO DE VENTILACIÓN DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA Y CONVENCIONAL PARA PACIENTES NEONATOS Y PEDIÁTRICOS CON COMPROMISO DE LA FUNCIÓN RESPIRATORIA. PANTALLA INTERCONSTRUIDA: TIPO LCD LCD-TFT TFT O LED. A COLOR, SENSIBLE AL TACTO O TOUCH SCREEN. TAMAÑO DE 10.4" O MAYOR. CARACTERÍSTICAS DEL MODO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA: CONTROLES Y AJUSTES DE (VENTILACIÓN DE ALTA FRECUENCIA): PRESIÓN MEDIA EN LAS VÍAS AÉREAS QUE CUBRA (1 RANGO DE 5 A 25 CMH2O O MBAR. FRECUENCIA RESPIRATORIA QUE CUBRA EL RANGO DE 5 A 15 HZ. FIO2 QUE CUBRA EL RANGO DE 21 A 100 %. AMPLITUD QUE CUBRA EL RANGO DE 5 A 80 (EN CMH2O O MBAR. O PORCENTAJE DE LA PRESIÓN MEDIA). MODOS VENTILATORIOS: HFV, HFV MÁS MODO CONVENCIONAL O VOLUMEN GARANTIZADO. PARÁMETROS MONITORIZADOS: PRESIÓN MLDIA EN LAS VÍAS AÉREAS (CMH2O O MBAR). FRECUENCIA RESPIRATORIA (HZ). FIO2 (%). AMPLITUD (CMH2O O MBAR). VOLUMEN MINUTO (L/MIN). VOLUMEN CORRIENTE (ML). DCO2 (ML2/S). ALARMAS: AUDIBLES Y VISUALES AMBAS PRIORIZADAS EN TRES NIVELES. PRESIÓN MEDIA (ALTA Y BAJA). FIO2 (ALTA Y BAJA). BAJA PRESIÓN DEL SUMINISTRO DE GASES. FALTA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. VENTILADOR INOPERANTE O FALLA DEL VENTILADOR. VOLUMEN MINUTO ALTO Y BAJO. CARACTERÍSTICAS DEL MODO CONVENCIONAL: CONTROLES Y AJUSTES DE (VENTI ACIÓN CONVENCIONAL): PRESIÓN INSPIRATORIA QUE CUBRA EL RANGO DE 10 A 65 CMH2O O MBAR. FRECUENCIA RESPIRATORIA QUE CUBRA EL RANGO DE 20 A 150 RESPIRACIONES POR MINUTO. TIEMPO INSPIRATORIO QUE CUBRA EL RANGO DE 0.1 A 2 SEGUNDOS. FIO2 QUE CUBRA EL KANGO DE 21 A 100 %. VOLUMEN CORRIENTE QUE CUBRA EL RANGO DE 3 A 200 ML. PEEP/CPAP QUE CUBRA EL RANGO DE 0 A 20 CMH2O O BAR. PRESIÓN SOPORTE (PSV) PRESIÓN ASISTIDA O ASB (CMH2O O MBAR) O PORCENTAJE DEL FLUJO PICO QUE CUBRA EL RANGO DE 10 O MENOR. O 50% A 80 O MAYOR (EN CMH2O O MBAR. O PORCENTAJE DE LA PRESIÓN MEDIA). CON VOLUMEN GARANTIZADO OBJETIVO O PRVC (ML). RESPIRACIÓN MANUAL. BIAS FLOW FLUJO BASE O CONTINUO. MECANISMO DE DISPARO O TRIGGER POR FLUJO. SENSIBILIDAD ESPIRATORIA TERMINACIÓN DE LA FASE INSPIRATORIA O DE FINALIZACIÓN POR FLUJO. MODOS VENTILATORIOS: VENTILACIÓN ASISTO CONTROLADA PTV IPPV O SIPPV Y SIMV CONTROLADA. VENTILACIÓN MANDATORIA INTERMITENTE (SIMV) CON PRESIÓN SOPORTE. PRESIÓN SOPORTE (PSV) O PRESIÓN ASISTIDA O ASB. CPAP O ESPONTÁNEO CON LÍNEA DE BASE ELEVADA. VENTILACIÓN NO INVASIVA O CPAP NASAL. PARÁMETROS MONITORIZADOS: PRESIÓN INSPIRATORIA PICO O MÁXIMA. PRESIÓN MEDIA EN VÍAS AÉREAS. VOLUMEN CORRIENTE ESPIRADO. VOLUMEN MINUTO. PEEP. FRECUENCIA RESPIRATORIA. RELACIÓN I:E. TIEMPO INSPIRATORIO Y ESPIRATORIO. FIO2. CÁLCULO DE DISTENSIBILIDAD O COMPLIANCE. CÁLCULO DE LA RESISTENCIA. DESPLIEGUE DE AL MENOS DOS LAZOS O LOOPS. CAPACIDAD DE ALMACENAR EVENTOS RELACIONADOS CON LOS PARÁMETROS VENTILATORIOS SELECCIONADOS Y TENDENCIAS DE AL MENOS 24 HORAS. DESPLIEGUE DE AL MENOS 2 DE LAS 3 CURVAS DE VENTILACIÓN DE FORMA SIMULTÁNEA: VOLUMEN-TIEMPO; FLUJO-TIEMPO; PRESIÓN-TIEMPO. ALARMAS: AUDIBLES Y VISUALES AMBAS PRIORIZADAS EN TRES NIVELES. PRESIÓN INSPIRATORIA ALTA Y BAJA. PEEP BAJO O DESCONEXIÓN DEL PACIENTE O FUGA. APNEA. VOLUMEN MINUTO Y/O CORRIENTE (ALTO Y BAJO). FRECUENCIA RESPIRATORIA ALTA. FIO2 ALTA Y BAJA. BAJA PRESIÓN O PÉRDIDA DEL SUMINISTRO DE GASES. FALLA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. BATERÍA BAJA. VENTILADOR INOPERANTE FALLA DEL VENTILADOR FALLA TÉCNICA O FALLA DE CICLO. SILENCIO DE ALARMA. PROGRAMACIÓN DE ALARMAS. CARACTERÍSTICAS GENERALES: MEZCLADOR DE AIRE-OXÍGENO INTERNO. MONITOREO DE FIO2 INTERNO. SENSOR DE FLUJO REUSABLE. HUMIDIFICADOR SERVOCONTROLADO PARA USO CON CALENTADOR DE RAMA INSPIRATORIA O DUAL; CON SENSOR DE TEMPERATURA SENCILLO O DUAL Y SOPORTE AL VENTILADOR. TODO EL SISTEMA EN IDIOMA ESPAÑOL. CON SISTEMA DE COMPENSACIÓN DE FUGAS. PERILLA SELECTORA FÍSICA O EN PANTALLA TÁCTIL PARA EL AJUSTE DE LOS VALORES DE TODOS LOS PARÁMETROS DE CONTROL. INDICADOR DE BATERÍA DE RESPALDO EN USO. INDICADOR DE HORAS DE USO EN PANTALLA. REGULADORES DE PRESIÓN INTEGRADOS PARA EL SUMINISTRO DE GASES. DURACIÓN DE LA BATERÍA DE RESPALDO (EXTERNA Y/O INTERNA) DE 30 MINUTOS COMO MÍNIMO. CONTROLADO A TRAVÉS DE UN MICROPROCESADOR. ACCESORIOS INCLUIDOS: BRAZO SOPORTE PARA CIRCUITO PACIENTE. BASE RODABLE PARA EL EQUIPO CON SISTEMA DE FRENO EN AL MENOS DOS RUEDAS. MANGUERAS PARA SUMINISTRO DE GAS DE ACUERDO AL CÓDIGO AMERICANO DE COLORES: O2-VERDE AIRE - AMARILLO. Y CONEXIONES DE ACUERDO A CADA UNIDAD SOLICITANTE AL MOMENTO DE LICITAR. DOS CIRCUITOS DE PACIENTE PEDIÁTRICO / NEONATAL REUSABLES LIBRES DE LÁTEX (INCLUYE ADAPTADORES Y CONECTORES). O DIEZ CIRCUITOS DESECHABLES LIBRES DE LÁTEX. Y SI LA MARCA LO REQUIERE DOS CIRCUITOS DE ALTA FRECUENCIA REUSABLES LIBRES DE LÁTEX (INCLUYE ADAPTADORES Y CONECTORES). DOS SENSORES DE FLUJO REUSABLES PEDIÁTRICO / NEONATAL EN CASO DE QUE LA TECNOLOGÍA ASÍ LO REQUIERA. UN JUEGO DE PUNTAS NASALES DESECHABLES DE AL MENOS CINCO MEDIDAS DIFERENTES CON SISTEMA DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN. DOS CÁMARAS DE HUMIDIFICACIÓN REUSABLES O DIEZ CÁMARAS DESECHABLES NEONATALES.	531.941.1012	VENTILADOR-531.941.1012	1181	HOSPITAL GENERAL GUASAVE	SLIMB001134	GUASAVE/GUASAVE	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4 5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	531.375.0209	ESTETOSCOPIO 531.375.0209	1149	HOSPITAL GENERAL GUASAVE	SLIMB001134	GUASAVE/GUASAVE	10	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.375.0126	ESTETODOBLE-531.375.0126	1149	HOSPITAL GENERAL GUASAVE	SLIMB001134	GUASAVE/GUASAVE	5	5	0
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICION DE LA PRESION ARTERIAL POR METODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0369	ESFIGPEDESTAL-531.116.0369	1149	HOSPITAL GENERAL GUASAVE	SLIMB001134	GUASAVE/GUASAVE	2	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0377	ESFIGPARED-531.116.0377	1149	HOSPITAL GENERAL GUASAVE	SLIMB001134	GUASAVE/GUASAVE	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1162	ESTUCHOSPI-531.295.1162	1149	HOSPITAL GENERAL GUASAVE	SLIMB001134	GUASAVE/GUASAVE	5	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1188	ESTUCBASICO-531.295.1188	1149	HOSPITAL GENERAL GUASAVE	SLIMB001134	GUASAVE/GUASAVE	5	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	531.375.0209	ESTETOSCOPIO 531.375.0209	1248	ADOLFO RUIZ CORTINES	SLIMB001146	GUASAVE/ADOLFO RUIZ CORTINES	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.375.0126	ESTETODOBLE-531.375.0126	1248	ADOLFO RUIZ CORTINES	SLIMB001146	GUASAVE/ADOLFO RUIZ CORTINES	2	2	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0369	ESFIGPEDESTAL-531.116.0369	1248	ADOLFO RUIZ CORTINES	SLIMB001146	GUASAVE/ADOLFO RUIZ CORTINES	3	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0377	ESFIGPARED-531.116.0377	1248	ADOLFO RUIZ CORTINES	SLIMB001146	GUASAVE/ADOLFO RUIZ CORTINES	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1188	ESTUCBASICO-531.295.1188	1248	ADOLFO RUIZ CORTINES	SLIMB001146	GUASAVE/ADOLFO RUIZ CORTINES	3	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1162	ESTUCHOSPI-531.295.1162	1248	ADOLFO RUIZ CORTINES	SLIMB001146	GUASAVE/ADOLFO RUIZ CORTINES	3	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	531.375.0209	ESTETOSCOPIO 531.375.0209	1249	BACHOCO	SLIMB001163	JUAN JOSE RIOS/BACHOCO	3	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.375.0126	ESTETODOBLE-531.375.0126	1249	BACHOCO	SLIMB001163	JUAN JOSE RIOS/BACHOCO	4	4	0
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICION DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR METODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0369	ESFIGPEDESTAL-531.116.0369	1249	BACHOCO	SLIMB001163	JUAN JOSE RIOS/BACHOCO	3	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICION DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR METODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0377	ESFIGPARED-531.116.0377	1249	BACHOCO	SLIMB001163	JUAN JOSE RIOS/BACHOCO	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1188	ESTUCBASICO-531.295.1188	1249	BACHOCO	SLIMB001163	JUAN JOSE RIOS/BACHOCO	1	NO APLICA	NO APLICA

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	CLAVE DEL COMPENDI	FICHA TECNICA	NO. DE FORMATO	NOMBRE DE LA UNIDAD	CLAVE CLUES	MUNICIPIO/LOCALIDAD	CANTIDAD	ADULTO	PEDIATRICO
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1161	ESTUCHOSPI-531.295.1161	1249	BACHOCO	SLIMB001163	JUAN JOSE RIOS/BACHOCO	2	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0369	ESFIGPEDESTAL-531.116.0369	1250	BAMOA	SLIMB001175	GUASAVE/BAMOA	1	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICION DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR METODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0377	ESFIGPARED-531.116.0377	1250	BAMOA	SLIMB001175	GUASAVE/BAMOA	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNOSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1188	ESTUCBASICO-531.295.1188	1250	BAMOA	SLIMB001175	GUASAVE/BAMOA	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1161	ESTUCHOSPI-531.295.1161	1250	BAMOA	SLIMB001175	GUASAVE/BAMOA	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFERICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	531.375.0209	ESTETOSCOPIO 531.375.0209	1251	CALLEJONES DE TAMAZULA	SLIMB001204	GUASAVE/CALLEJONES DE TAMAZULA	3	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONOMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.375.0126	ESTETODOBLE-531.375.0126	1251	CALLEJONES DE TAMAZULA	SLIMB001204	GUASAVE/CALLEJONES DE TAMAZULA	3	3	0
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICION DE LA PRESION ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0369	ESFIGPEDESTAL-531.116.0369	1251	CALLEJONES DE TAMAZULA	SLIMB001204	GUASAVE/CALLEJONES DE TAMAZULA	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1188	ESTUCBASICO-531.295.1188	1251	CALLEJONES DE TAMAZULA	SLIMB001204	GUASAVE/CALLEJONES DE TAMAZULA	3	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFERICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	531.375.0209	ESTETOSCOPIO 531.375.0209	1252	EL CUBILETE (EL NUMERO UNO)	SLIMB001133	GUASAVE/EL CUBILETE (EL CUBILETE NUMERO UNO)	4	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.375.0126	ESTETODOBLE-531.375.0126	1251	EL CUBILETE (EL NUMERO UNO)	SLIMB001133	GUASAVE/EL CUBILETE (EL CUBILETE NUMERO UNO)	4	4	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0369	ESFIGPEDESTAL-531.116.0369	1252	EL CUBILETE (EL NUMERO UNO)	SLIMB001133	GUASAVE/EL CUBILETE (EL CUBILETE NUMERO UNO)	1	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICION DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR METODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0377	ESFIGPARED-531.116.0377	1252	EL CUBILETE (EL NUMERO UNO)	SLIMB001133	GUASAVE/EL CUBILETE (EL CUBILETE NUMERO UNO)	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1188	ESTUCBASICO-531.295.1188	1252	EL CUBILETE (EL NUMERO UNO)	SLIMB001133	GUASAVE/EL CUBILETE (EL CUBILETE NUMERO UNO)	4	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1162	ESTUCHOSPI-531.295.1162	1252	EL CUBILETE (EL NUMERO UNO)	SLIMB001233	GUASAVE/EL CUBILETE (EL CUBILETE NUMERO UNO)	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFERICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	531.375.0209	ESTETOSCOPIO 531.375.0209	1253	EL HUITUSSI	SLIMB001286	GUASAVE/EL HUITUSSI	3	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.375.0126	ESTETODOBLE-531.375.0126	1253	EL HUITUSSI	SLIMB001286	GUASAVE/EL HUITUSSI	2	2	0
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1162	ESTUCHOSPI-531.295.1162	1253	EL HUITUSSI	SLIMB001286	GUASAVE/EL HUITUSSI	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFERICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	531.375.0209	ESTETOSCOPIO 531.375.0209	1255	HERCULANO DE LA ROCHA	SLIMB001390	GUASAVE/HERCULANO DE LA ROCHA	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.375.0126	ESTETODOBLE-531.375.0126	1255	HERCULANO DE LA ROCHA	SLIMB001390	GUASAVE/HERCULANO DE LA ROCHA	3	3	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESION ARTERIAL POR METODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0369	ESFIGPEDESTAL-531.116.0369	1255	HERCULANO DE LA ROCHA	SLIMB001390	GUASAVE/HERCULANO DE LA ROCHA	2	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESION ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0377	ESFIGPARED-531.116.0377	1255	HERCULANO DE LA ROCHA	SLIMB001390	GUASAVE/HERCULANO DE LA ROCHA	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1188	ESTUCBASICO-531.295.1188	1255	HERCULANO DE LA ROCHA	SLIMB001390	GUASAVE/HERCULANO DE LA ROCHA	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1162	ESTUCHOSPI-531.295.1162	1255	HERCULANO DE LA ROCHA	SLIMB001390	GUASAVE/HERCULANO DE LA ROCHA	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFERICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PAPA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	531.375.0209	ESTETOSCOPIO 531.375.0209	1256	ISLA DE LA PIEDRA	SLIMB001402	MAZATLAN/MAZATLAN	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONOMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.375.0126	ESTETODOBLE-531.375.0126	1256	ISLA DE LA PIEDRA	SLIMB001402	MAZATLAN/MAZATLAN	1	1	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0369	ESFIGPEDESTAL-531.116.0369	1256	ISLA DE LA PIEDRA	SLIMB001402	MAZATLAN/MAZATLAN	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1188	ESTUCBASICO-531.295.1188	1256	ISLA DE LA PIEDRA	SLIMB001402	MAZATLAN/MAZATLAN	1	NO APLICA	NO APLICA

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	CLAVE DEL CONPEMD	FICHA TECNICA	NO. DE FORMATO	NOMBRE DE LA UNIDAD	CLAVE CLUES	MUNICIPIO/LOCALIDAD	CANTIDAD	ADULTO	PEDIATRICO
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACION FISICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACION. SISTEMA SELLADO O HERMETICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS, OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1162	ESTUCHOSPI-531.295.1162	1156	ISLA DE LA PIEDRA	SLIMB001402	MAZATLAN/MAZATLAN	7	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ	531.375.0209	ESTETOSCOPIO 531.375.0209	1157	MAZATLAN (COL. 20 DE NOVIEMBRE)	SLIMB001414	MAZATLAN/MAZATLAN	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL, CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.375.0126	ESTETODOBLE-531.375.0126	1157	MAZATLAN (COL. 20 DE NOVIEMBRE)	SLIMB001414	MAZATLAN/MAZATLAN	1	1	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0369	ESFIGPEDESTAL-531.116.0369	1157	MAZATLAN (COL. 20 DE NOVIEMBRE)	SLIMB001414	MAZATLAN/MAZATLAN	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1188	ESTUCBASICO-531.295.1188	1157	MAZATLAN (COL. 20 DE NOVIEMBRE)	SLIMB001414	MAZATLAN/MAZATLAN	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSION ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	531.375.0209	ESTETOSCOPIO 531.375.0209	1158	MAZATLAN (COL. MONTUOSA)	SLIMB001426	MAZATLAN/MAZATLAN	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL, CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.375.0126	ESTETODOBLE-531.375.0126	1158	MAZATLAN (COL. MONTUOSA)	SLIMB001426	MAZATLAN/MAZATLAN	2	2	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0369	ESFIGPEDESTAL-531.116.0369	1158	MAZATLAN (COL. MONTUOSA)	SLIMB001426	MAZATLAN/MAZATLAN	2	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0377	ESFIGPARED-531.116.0377	1158	MAZATLAN (COL. MONTUOSA)	SLIMB001426	MAZATLAN/MAZATLAN	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1188	ESTUCBASICO-531.295.1188	1158	MAZATLAN (COL. MONTUOSA)	SLIMB001426	MAZATLAN/MAZATLAN	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1162	ESTUCHOSPI-531.295.1162	1158	MAZATLAN (COL. MONTUOSA)	SLIMB001426	MAZATLAN/MAZATLAN	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	531.375.0209	ESTETOSCOPIO 531.375.0209	1159	MAZATLAN (COL. URIAS)	SLIMB001431	MAZATLAN/MAZATLAN	5	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL, CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.375.0126	ESTETODOBLE-531.375.0126	1159	MAZATLAN (COL. URIAS)	SLIMB001431	MAZATLAN/MAZATLAN	5	5	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0369	ESFIGPEDESTAL-531.116.0369	1159	MAZATLAN (COL. URIAS)	SLIMB001431	MAZATLAN/MAZATLAN	4	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESION ARTERIAL POR METODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0377	ESFIGPARED-531.116.0377	1159	MAZATLAN (COL. URIAS)	SLIMB001431	MAZATLAN/MAZATLAN	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1188	ESTUCBASICO-531.295.1188	1159	MAZATLAN (COL. URIAS)	SLIMB001431	MAZATLAN/MAZATLAN	4	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1162	ESTUCHOSPI-531.295.1162	1159	MAZATLAN (COL. URIAS)	SLIMB001431	MAZATLAN/MAZATLAN	3	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL, CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.375.0126	ESTETODOBLE-531.375.0126	1160	LA NORIA DE SAN ANTONIO (LA NORIA)	SLIMB001472	MAZATLAN/LA NORIA DE SAN ANTONIO (LA NORIA)	2	2	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0369	ESFIGPEDESTAL-531.116.0369	1160	LA NORIA DE SAN ANTONIO (LA NORIA)	SLIMB001472	MAZATLAN/LA NORIA DE SAN ANTONIO (LA NORIA)	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1188	ESTUCBASICO-531.295.1188	1160	LA NORIA DE SAN ANTONIO (LA NORIA)	SLIMB001472	MAZATLAN/LA NORIA DE SAN ANTONIO (LA NORIA)	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL, CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.375.0126	ESTETODOBLE-531.375.0126	1169	EL RECODO	SLIMB001501	MAZATLAN/EL RECODO	1	1	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0369	ESFIGPEDESTAL-531.116.0369	1169	EL RECODO	SLIMB001501	MAZATLAN/EL RECODO	1	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0377	ESFIGPARED-531.116.0377	1169	EL RECODO	SLIMB001501	MAZATLAN/EL RECODO	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1162	ESTUCHOSPI-531.295.1162	1169	EL RECODO	SLIMB001501	MAZATLAN/EL RECODO	1	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0369	ESFIGPEDESTAL-531.116.0369	1170	SAN MARCOS	SLIMB001513	MAZATLAN/SAN MARCOS	1	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESION ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0377	ESFIGPARED-531.116.0377	1170	SAN MARCOS	SLIMB001513	MAZATLAN/SAN MARCOS	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UN DADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1162	ESTUCHOSPI-531.295.1162	1170	SAN MARCOS	SLIMB001513	MAZATLAN/SAN MARCOS	1	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0369	ESFIGPEDESTAL-531.116.0369	1152	HOSPITAL INTEGRAL MOCORITO	SLIMB001554	MOCORITO/MOCORITO	10	NO APLICA	NO APLICA

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	CLAVE DEL COMPENDI	FICHA TÉCNICA	NO. DE FORMATO	NOMBRE DE LA UNIDAD	CLAVE CLUES	MUNICIPIO/LOCALIDAD	CANTIDAD	ADULTO	PEDIATRICO
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0377	ESFIGPARED-531.116.0377	1152	HOSPITAL INTEGRAL MOCORITO	SLIMB001554	MOCORITO/MOCORITO	10	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE D RECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1188	ESTUCBASICO-531.295.1188	1152	HOSPITAL INTEGRAL MOCORITO	SLIMB001554	MOCORITO/MOCORITO	10	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	531.375.0209	ESTETOSCOPIO 531.375.0209	1271	CERRO AGUDO	SLIMB001571	MOCORITO/CERRO AGUDO	4	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.375.0126	ESTETODOBLE-531.375.0126	1271	CERRO AGUDO	SLIMB001571	MOCORITO/CERRO AGUDO	3	3	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0369	ESFIGPEDESTAL-531.116.0369	1271	CERRO AGUDO	SLIMB001571	MOCORITO/CERRO AGUDO	2	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0377	ESFIGPARED-531.116.0377	1271	CERRO AGUDO	SLIMB001571	MOCORITO/CERRO AGUDO	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1188	ESTUCBASICO-531.295.1188	1271	CERRO AGUDO	SLIMB001571	MOCORITO/CERRO AGUDO	3	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1162	ESTUCHOSPI-531.295.1162	1271	CERRO AGUDO	SLIMB001571	MOCORITO/CERRO AGUDO	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	531.375.0209	ESTETOSCOPIO 531.375.0209	1153	HOSPITAL INTEGRAL DE EL ROSARIO	SLIMB001711	ROSARIO/EL ROSARIO	10	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.375.0126	ESTETODOBLE-531.375.0126	1153	HOSPITAL INTEGRAL DE EL ROSARIO	SLIMB001711	ROSARIO/EL ROSARIO	8	8	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0369	ESFIGPEDESTAL-531.116.0369	1153	HOSPITAL INTEGRAL DE EL ROSARIO	SLIMB001711	ROSARIO/EL ROSARIO	7	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1188	ESTUCBASICO-531.295.1188	1153	HOSPITAL INTEGRAL DE EL ROSARIO	SLIMB001711	ROSARIO/EL ROSARIO	10	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	531.375.0209	ESTETOSCOPIO 531.375.0209	1272	EJIDO EL TABLON NO 1(CRUCES CUATAS)	SLIMB001740	ROSARIO/EL EJIDO TABLON NUMERO UNO (LAS CRUCES CUATAS)	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.375.0126	ESTETODOBLE-531.375.0126	1272	EJIDO EL TABLON NO 1(CRUCES CUATAS)	SLIMB001740	ROSARIO/EL EJIDO TABLON NUMERO UNO (LAS CRUCES CUATAS)	2	2	0
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0369	ESFIGPEDESTAL-531.116.0369	1272	EJIDO EL TABLON NO 1(CRUCES CUATAS)	SLIMB001740	ROSARIO/EL EJIDO TABLON NUMERO UNO (LAS CRUCES CUATAS)	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1188	ESTUCBASICO-531.295.1188	1272	EJIDO EL TABLON NO 1(CRUCES CUATAS)	SLIMB001740	ROSARIO/EL EJIDO TABLON NUMERO UNO (LAS CRUCES CUATAS)	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	531.375.0209	ESTETOSCOPIO 531.375.0209	1273	AGUA VERDE	SLIMB001776	ROSARIO/AGUA VERDE	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.375.0126	ESTETODOBLE-531.375.0126	1273	AGUA VERDE	SLIMB001776	ROSARIO/AGUA VERDE	2	2	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0369	ESFIGPEDESTAL-531.116.0369	1273	AGUA VERDE	SLIMB001776	ROSARIO/AGUA VERDE	3	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0377	ESFIGPARED-531.116.0377	1273	AGUA VERDE	SLIMB001776	ROSARIO/AGUA VERDE	3	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1188	ESTUCBASICO-531.295.1188	1273	AGUA VERDE	SLIMB001776	ROSARIO/AGUA VERDE	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1162	ESTUCHOSPI-531.295.1161	1273	AGUA VERDE	SLIMB001776	ROSARIO/AGUA VERDE	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	531.375.0209	ESTETOSCOPIO 531.375.0109	1274	EMILIO ALVAREZ IBARRA(GOLONDRINAS)	SLIMB001846	SALVADOR ALVARADO/EMILIO ALVAREZ IBARRA (LAS GOLONDRINAS)	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.375.0126	ESTETODOBLE-531.375.0126	1274	EMILIO ALVAREZ IBARRA(GOLONDRINAS)	SLIMB001846	SALVADOR ALVARADO/EMILIO ALVAREZ IBARRA (LAS GOLONDRINAS)	2	2	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0377	ESFIGPARED-531.116.0377	1274	EMILIO ALVAREZ IBARRA(GOLONDRINAS)	SLIMB001846	SALVADOR ALVARADO/EMILIO ALVAREZ IBARRA (LAS GOLONDRINAS)	4	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1188	ESTUCBASICO-531.295.1188	1274	EMILIO ALVAREZ IBARRA(GOLONDRINAS)	SLIMB001846	SALVADOR ALVARADO/EMILIO ALVAREZ IBARRA (LAS GOLONDRINAS)	1	NO APLICA	NO APLICA

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	CLAVE DEL COMPENDI	FICHA TÉCNICA	NO. DE FORMATO	NOMBRE DE LA UNIDAD	CLAVE CLUES	MUNICIPIO/LOCALIDAD	CANTIDAD	ADULTO	PEDIATRICO
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACION FISICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS, CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN, SISTEMA SELLADO O HERMETICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS, CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1162	ESTUCHOSPI-531.295.1162	1274	EMILIO ALVAREZ ICAZA IBARRA(GOLONDRINAS)	SLIMB001840	SALVADOR ALVARADO/EMILIO ALVAREZ ICAZA IBARRA (LAS GOLONDRINAS)	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSION ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	531.375.0209	ESTETOSCOPIO 531.375.0209	1275	IXPALINO	SLIMB001904	SAN IGNACIO/IXPALINO	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.375.0126	ESTETODOBLE-531.375.0126	1275	IXPALINO	SLIMB001904	SAN IGNACIO/IXPALINO	1	1	0
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR METODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0369	ESFIGPEDESTAL-531.116.0369	1275	IXPALINO	SLIMB001904	SAN IGNACIO/IXPALINO	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIAMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	531.375.0209	ESTETOSCOPIO 531.375.0209	1276	PIAXTLA DE ABAJO	SLIMB001921	SAN IGNACIO/PIAXTLA DE ABAJO	1	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0369	ESFIGPEDESTAL-531.116.0369	1276	PIAXTLA DE ABAJO	SLIMB001921	SAN IGNACIO/PIAXTLA DE ABAJO	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1188	ESTUCBASICO-531.295.1188	1276	PIAXTLA DE ABAJO	SLIMB001921	SAN IGNACIO/PIAXTLA DE ABAJO	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	531.375.0209	ESTETOSCOPIO 531.375.0209	1154	HOSPITAL INTEGRAL DE SINALOA DE LEYVA	SLIMB001950	SINALOA/SINALOA DE LEYVA	7	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.375.0126	ESTETODOBLE-531.375.0126	1154	HOSPITAL INTEGRAL DE SINALOA DE LEYVA	SLIMB001950	SINALOA/SINALOA DE LEYVA	5	5	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0369	ESFIGPEDESTAL-531.116.0369	1154	HOSPITAL INTEGRAL DE SINALOA DE LEYVA	SLIMB001950	SINALOA/SINALOA DE LEYVA	7	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FISICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN, SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1162	ESTUCHOSPI-531.295.1162	1154	HOSPITAL INTEGRAL DE SINALOA DE LEYVA	SLIMB001950	SINALOA/SINALOA DE LEYVA	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1188	ESTUCBASICO-531.295.1188	1154	HOSPITAL INTEGRAL DE SINALOA DE LEYVA	SLIMB001950	SINALOA/SINALOA DE LEYVA	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	531.375.0209	ESTETOSCOPIO 531.375.0209	1277	LLANO GRANDE	SLIMB002056	SINALOA/LLANO GRANDE	3	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.375.0126	ESTETODOBLE-531.375.0126	1277	LLANO GRANDE	SLIMB002056	SINALOA/LLANO GRANDE	1	1	0
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR METODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0377	ESFIGPARED-531.116.0377	1277	LLANO GRANDE	SLIMB002056	SINALOA/LLANO GRANDE	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1162	ESTUCHOSPI-531.295.1162	1277	LLANO GRANDE	SLIMB002056	SINALOA/LLANO GRANDE	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.375.0126	ESTETODOBLE-531.375.0126	1278	RECOVECO	SLIMB002155	MOCORITO/RECOVECO	3	3	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR METODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0369	ESFIGPEDESTAL-531.116.0369	1278	RECOVECO	SLIMB002155	MOCORITO/RECOVECO	1	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICION DE LA PRESION ARTERIAL POR METODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0377	ESFIGPARED-531.116.0377	1278	RECOVECO	SLIMB002155	MOCORITO/RECOVECO	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1188	ESTUCBASICO-531.295.1188	1278	RECOVECO	SLIMB002155	MOCORITO/RECOVECO	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FISICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMETICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS, CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1162	ESTUCHOSPI-531.295.1162	1278	RECOVECO	SLIMB002155	MOCORITO/RECOVECO	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 H².	531.375.0209	ESTETOSCOPIO 531.375.0209	1155	HOSPITAL INTEGRAL NAVOLATO	SLIMB002184	NAVOLATO/NAVOLATO	15	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.375.0126	ESTETODOBLE-531.375.0126	1155	HOSPITAL INTEGRAL NAVOLATO	SLIMB002184	NAVOLATO/NAVOLATO	10	10	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR METODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0369	ESFIGPEDESTAL-531.116.0369	1155	HOSPITAL INTEGRAL NAVOLATO	SLIMB002184	NAVOLATO/NAVOLATO	10	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICION DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR METODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0377	ESFIGPARED-531.116.0377	1155	HOSPITAL INTEGRAL NAVOLATO	SLIMB002184	NAVOLATO/NAVOLATO	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPECULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1162	ESTUCHOSPI-531.295.1162	1155	HOSPITAL INTEGRAL NAVOLATO	SLIMB002184	NAVOLATO/NAVOLATO	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1188	ESTUCBASICO-531.295.1188	1155	HOSPITAL INTEGRAL NAVOLATO	SLIMB002184	NAVOLATO/NAVOLATO	3	NO APLICA	NO APLICA

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	CLAVE DEL CM PENDI	FICHA TECNICA	NO. DE FORMATO	NOMBRE DE LA UNIDAD	CLAVE CLUES	MUNICIPIO/LOCALIDAD	CANTIDAD	ADULTO	PEDIATRICO
VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIÁTRICO/NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL. EQUIPO ELECTROMECÁNICO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR DE SOPORTE DE VIDA PARA APOYO EN MODO DE VENTILACIÓN DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA Y CONVENCIONAL PARA PACIENTES NEONATOS Y PEDIÁTRICOS CON COMPROMISO DE LA FUNCIÓN RESPIRATORIA. PANTALLA INTERCONSTRUIDA: TIPO LCD LCD-TFT TFT O LED. A COLOR, SENSIBLE AL TACTO O TOUCH SCREEN. TAMAÑO DE 10.4" O MAYOR. CARACTERÍSTICAS DEL MODO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA: CONTROLES Y AJUSTES DE (VENTILACIÓN DE ALTA FRECUENCIA): PRESIÓN MEDIA EN LAS VÍAS AÉREAS QUE CUBRA EL RANGO DE 5 A 25 CMH2O O MBAR. FRECUENCIA RESPIRATORIA QUE CUBRA EL RANGO DE 5 A 15 HZ. FIO2 QUE CUBRA EL RANGO DE 21 A 100 %. AMPLITUD QUE CUBRA EL RANGO DE 5 A 80 (EN CMH2O O MBAR. O PORCENTAJE DE LA PRESIÓN MEDIA). MODOS VENTILATORIOS: HFV. HFV MÁS MODO CONVENCIONAL O VOLUMEN GAVANTIZADO. PARÁMETROS MONITORIZADOS: PRESIÓN MEDIA EN LAS VÍAS AÉREAS (CMH2O O MBAR). FRECUENCIA RESPIRATORIA (HZ). FIO2 (%). AMPLITUD (CMH2O O MBAR). VOLUMEN MINUTO (L/MIN). VOLUMEN CORRIENTE (ML). DCO2 (ML2/S). ALARMAS: AUDIBLES Y VISUALES AMBAS PHIORIZADAS EN TRES NIVELES. PRESIÓN MEDIA (ALTA Y BAJA). FIO2 (ALTA Y BAJA). BAJA PRESIÓN DEL SUMINISTRO DE GASES. FALTA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. VENTILADOR INOPERANTE O FALLA DEL VENTILADOR. VOLUMEN MINUTO ALTO Y BAJO. CARACTERÍSTICAS DEL MODO CONVENCIONAL: CONTROLES Y AJUSTES DE (VENTILACIÓN CONVENCIONAL): PRESIÓN INSPIRATORIA QUE CUBRA EL RANGO DE 10 A 65 CMH2O O MBAR. FRECUENCIA RESPIRATORIA QUE CUBRA EL RANGO DE 20 A 150 RESPIRACIONES POR MINUTO. TIEMPO INSPIRATORIO QUE CUBRA EL RANGO DE 0.1 A 2 SEGUNDOS. FIO2 QUE CUBRA EL RANGO DE 21 A 100 %. VOLUMEN CORRIENTE QUE CUBRA EL RANGO DE 2 A 300 ML. PEEP/CPAP QUE CUBRA EL RANGO DE 0 A 20 CMH2O O BAR. PRESIÓN SOPORTE (PSV) PRESIÓN ASISTIDA O ASB (CMH2O O MBAR) O PORCENTAJE DEL FLUJO PICO QUE CUBRA EL RANGO DE 10 O MENOR. O 50% A 80 O MAYOR (EN CMH2O O MBAR. O PORCENTAJE DE LA PRESIÓN MEDIA). CON VOLUMEN GARANTIZADO OBJETIVO O PRVC (ML). RESPIRACIÓN MANUAL. BIAS FLOW FLUJO BASE O CONTINUO. MECANISMO DE DISPARO O TRIGGER POR FLUJO. SENSIBILIDAD ESPIRATORIA TERMINACIÓN DE LA FASE INSPIRATORIA O DE FINALIZACIÓN POR FLUJO. MODOS VENTILATORIOS: VENTILACIÓN ASISTO CONTROLADA PTV IPPV O SIPPV Y SIMV CONTROLADA. VENTILACIÓN MANDATORIA INTERMITENTE (SIMV) CON PRESIÓN SOPORTE. PRESIÓN SOPORTE (PSV) O PRESIÓN ASISTIDA O ASB. CPAP O ESPONTÁNEO CON LÍNEA DE BASE ELEVADA. VENTILACIÓN NO INVASIVA O CPAP NASAL. PARÁMETROS MONITORIZADOS: PRESIÓN INSPIRATORIA PICO O MÁXIMA. PRESIÓN MEDIA EN VÍAS AÉREAS. VOLUMEN CORRIENTE ESPIRADO. VOLUMEN MINUTO. PEEP. FRECUENCIA RESPIRATORIA. RELACIÓN I:E. TIEMPO INSPIRATORIO Y ESPIRATORIO. FIO2. CÁLCULO DE DISTENSIBILIDAD O COMPLIANCE. CÁLCULO DE LA RESISTENCIA. DESPLIEGUE DE AL MENOS DOS LAZOS O LOOPS. CAPACIDAD DE ALMACENAR EVENTOS RELACIONADOS CON LOS PARÁMETROS VENTILATORIOS SELECCIONADOS Y TENDENCIAS DE AL MENOS 24 HORAS. DESPLIEGUE DE AL MENOS 2 DE LAS 3 CURVAS DE VENTILACIÓN DE FORMA SIMULTÁNEA: VOLUMEN-TIEMPO; FLUJO-TIEMPO; PRESIÓN-TIEMPO. ALARMAS: AUDIBLES Y VISUALES AMBAS PRIORIZADAS EN TRES NIVELES. PRESIÓN INSPIRATORIA ALTA Y BAJA. PEEP BAJO O DESCONEXIÓN DEL PACIENTE O FUGA. APNEA. VOLUMEN MINUTO Y/O CORRIENTE (ALTO Y BAJO). FRECUENCIA RESPIRATORIA ALTA. FIO2 ALTA Y BAJA. BAJA PRESIÓN O PÉRDIDA DEL SUMINISTRO DE GASES. FALLA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. BATERÍA BAJA. VENTILADOR INOPERANTE FALLA DEL VENTILADOR FALLA TÉCNICA O FALLA DE CICLO. SILENCIO DE ALARMA. PROGRAMACIÓN DE ALARMAS. CARACTERÍSTICAS GENERALES: MEZCLADOR DE AIRE-OXÍGENO INTERNO. MONITOREO DE FIO2 INTERNO. SENSOR DE FLUJO REUSABLE. HUMIDIFICADOR SERVOCONTROLADO PARA USO CON CALENTADOR DE RAMA INSPIRATORIA O DUAL; CON SENSOR DE TEMPERATURA SENCILLO O DUAL Y SOPORTE AL VENTILADOR. TODO EL SISTEMA EN IDIOMA ESPAÑOL. CON SISTEMA DE COMPENSACIÓN DE FUGAS. PERILLA SELECTORA FÍSICA O EN PANTALLA TÁCTIL PARA EL AJUSTE DE LOS VALORES DE TODOS LOS PARÁMETROS DE CONTROL. INDICADOR DE BATERÍA DE RESPALDO EN USO. INDICADOR DE HORAS DE USO EN PANTALLA. REGULADORES DE PRESIÓN INTEGRADOS PARA EL SUMINISTRO DE GASES. DURACIÓN DE LA BATERÍA DE RESPALDO (EXTERNA Y/O INTERNA) DE 30 MINUTOS COMO MÍNIMO. CONTROLADO A TRAVÉS DE UN MICROPROCESADOR. ACCESORIOS INCLUIDOS: BRAZO SOPORTE PARA CIRCUITO PACIENTE. BASE RODABLE PARA EL EQUIPO CON SISTEMA DE FRENO EN AL MENOS DOS RUEDAS. MANGUERAS PARA SUMINISTRO DE GAS DE ACUERDO AL CÓDIGO AMERICANO DE COLORES: O2-VERDE AIRE - AMARILLO. Y CONEXIONES DE ACUERDO A CADA UNIDAD SOLICITANTE AL MOMENTO DE LICITAR. DOS CIRCUITOS DE PACIENTE PEDIÁTRICO / NEONATAL REUSABLES LIBRES DE LÁTEX (INCLUYE ADAPTADORES Y CONECTORES). O DIEZ CIRCUITOS DESECHABLES LIBRES DE LÁTEX. Y SI LA MARCA LO REQUIERE DOS CIRCUITOS DE ALTA FRECUENCIA REUSABLES LIBRES DE LÁTEX (INCLUYE ADAPTADORES Y CONECTORES). DOS SENSORES DE FLUJO REUSABLES PEDIÁTRICO / NEONATAL EN CASO DE QUE LA TECNOLOGÍA ASÍ LO REQUIERA. UN JUEGO DE PUNTAS NASALES DESECHABLES DE AL MENOS CINCO MEDIDAS DIFERENTES CON SISTEMA DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN. DOS CÁMARAS DE HUMIDIFICACIÓN REUSABLES O DIEZ CÁMARAS DESECHABLES NEONATALES.	531.941.1012	VENTILADOR-531.941.1012	1180	HOSPITAL PEDIÁTRICO DE SINALOA	SLIMB002230	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACION FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	531.375.0209	ESTETOSCOPIO 531.375.0209	1226	HOSPITAL PEDIÁTRICO DE SINALOA	SLIMB002230	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	100	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICION DE LA PRESION ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.816.0377	ESFIGPARED-531.816.0377	1228	HOSPITAL PEDIÁTRICO DE SINALOA	SLIMB002230	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	50	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMETICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1162	ESTUCHOSPI-531.295.1162	1228	HOSPITAL PEDIÁTRICO DE SINALOA	SLIMB002230	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	25	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1188	ESTUCBASICO-531.295.1188	1228	HOSPITAL PEDIÁTRICO DE SINALOA	SLIMB002230	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	50	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.375.0126	ESTETODOBLE-531.375.0126	1226	HOSPITAL PEDIÁTRICO DE SINALOA	SLIMB002230	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	100	100	0
ESFIGMOMANÓMETRO MERCURIAL PORTÁTIL. EQUIPO PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: MERCURIAL PORTÁTIL EN CAJA O BASE METÁLICA TUBO DE PLÁSTICO INROMPIBLE ESCALA DE 0 A 300 MM HG CON GRADUACIÓN NUMÉRICA DE 10 MM HG Y RESOLUCIÓN DE 2 MM HG. SISTEMA DE INSUFLACIÓN QUE INCLUYA: BRAZALETE LAVABLE CON SISTEMA VELCRO PARA FIJACIÓN (ADULTO Y PEDIÁTRICO). BOLSA DE INSUFLACIÓN DE LÁTEX (ADULTO Y PEDIÁTRICO). PERILLA DE LÁTEX CON VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE AIRE CONECTOR CÓNICO TUBO O MANGUERA DE EXTENSIÓN DE 50 CM COMO MÍNIMO.	531.116.0328	ESFIGMERCU-531.116.0328	1228	HOSPITAL PEDIÁTRICO DE SINALOA	SLIMB002230	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	100	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.375.0126	ESTETODOBLE-531.375.0126	1159	HOSPITAL INTEGRAL VALLE DEL CARRIZO	SLIMB002241	AHOME/GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	5	5	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0369	ESFIGPEDESTAL-531.116.0369	1159	HOSPITAL INTEGRAL VALLE DEL CARRIZO	SLIMB002242	AHOME/GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	5	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.816.0377	ESFIGPARED-531.816.0377	1159	HOSPITAL INTEGRAL VALLE DEL CARRIZO	SLIMB002241	AHOME/GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	5	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1162	ESTUCHOSPI-531.295.1162	1159	HOSPITAL INTEGRAL VALLE DEL CARRIZO	SLIMB002241	AHOME/GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1188	ESTUCBASICO-531.295.1188	1159	HOSPITAL INTEGRAL VALLE DEL CARRIZO	SLIMB002242	AHOME/GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	5	NO APLICA	NO APLICA
INCUBADORA PARA RECIEN NACIDO. EQUIPO ELECTROMÉDICO CON RUEDAS QUE PROPORCIONA CONDICIONES ÓPTIMAS DE TEMPERATURA HUMEDAD Y OXIGENACION. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: CARRO CON SISTEMA DE FRENO EN AL MENOS DOS RUEDAS; SISTEMA DE AUTOPRUEBA INICIAL Y DURANTE EL FUNCIONAMIENTO. CON PUERTO RS232. CONTROLES: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: INTERVALO DE CONTROL DE TEMPERATURA DE: PIEL DE PACIENTE AIRE CON RESOLUCIÓN DE 0.2 °C O MENOR. SISTEMA DE HUMIDIFICACIÓN Y MEDICIÓN DE LA HUMEDAD RELATIVA. MONITOREO DE PARÁMETROS: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: DESPLIEGUE DIGITAL SIMULTÁNEO DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: TEMPERATURA DE AIRE AJUSTADA Y MONITORIZADA; TEMPERATURA DE PIEL DE PACIENTE AJUSTADA Y MONITORIZADA; HUMEDAD RELATIVA AJUSTADA Y MONITORIZADA; CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO AJUSTADA Y MONITORIZADA. INDICADOR DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO. MONITOREO CONTINUO DE LA TEMPERATURA CORPORAL; MONITOREO DE LA CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO. ALARMAS: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: SISTEMA DE SEÑALES DE ALARMA INDICADOS EN TONOS O SECUENCIA DE TONOS; CON ALARMAS AUDIOVISUALES PARA: TEMPERATURA DEL AIRE TEMPERATURA DE PIEL DEL PACIENTE QUE SE ACTIVE SI LA DIFERENCIA DE LA TEMPERATURA AJUSTADA Y LA MONITORIZADA ES MAYOR A 0.5 ° C; FALTA DE AGUA Y FALLA EN EL CONTROL DE HUMEDAD; FALLA DEL MÓDULO DE CONTROL DE OXÍGENO. FALLA DEL SENSOR EN MODO DE CONTROL DE AIRE Y PIEL. FALTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA; FALLA DE VENTILADOR GABINETE: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: DE ALTURA VARIABLE QUE SOPORTA UN CAPACETE CON CUBIERTA TRANSPARENTE QUE PERMITA EL USO DE FOTOTERAPIA CON FLUJO DE AIRE ANTEROPOSTERIOR COMO MÍNIMO CON CORTINA DE AIRE EN EL ACCESO FRONTAL CON SUJETADOR PARA FIJAR LA DOBLE PARED PARA EVITAR DESPLAZAMIENTO ACCIDENTAL DURANTE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO Y ATENCIÓN DEL PACIENTE. LA DOBLE PARED DEBE SER DESMONTABLE PARA SU LIMPIEZA. CON PORTILLOS DE ACCESO AL PACIENTE. CON ACCESOS PARA TUBOS. AL INTERIOR DEL CAPACETE PUERTA FRONTAL ABATIBLE CON SEGUROS PARA EVITAR CAÍDAS ACCIDENTALES. CON CAPACIDAD DE AISLAMIENTO ACÚSTICO. BASE PARA EL COLCHÓN CON AJUSTE DE INCLINACIÓN PARA PROPORCIONAR POSICIONES DE TRENDELEMBURG Y CONTRA-TRENDELEMBURG AL PACIENTE. SOPORTE PARA SOLUCIONES. FILTRO DE AIRE. CON AL MENOS 2 CAJONES. HUMIDIFICADOR: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: COMPARTIMENTO HUMIDIFICADOR DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE.	531.497.2083	INCUBADORA-531.497.2083	1179	HOSPITAL GENERAL DE MAZATLÁN	SLIMB002254	MAZATLAN/MAZATLAN	1	NO APLICA	NO APLICA

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	CLAVE DEL COMPENDI	FICHA TÉCNICA	NO. DE FORMATO	NOMBRE DE LA UNIDAD	CLAVE CLUES	MUNICIPIO/LOCALIDAD	CANTIDAD	ADULTO	PEDIATRICO
VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIÁTRICO/NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL. EQUIPO ELECTROMECÁNICO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR DE SOPORTE DE VIDA PARA APOYO EN MODO DE VENTILACIÓN DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA Y CONVENCIONAL PARA PACIENTES NEONATOS Y PEDIÁTRICOS CON COMPROMISO DE LA FUNCIÓN RESPIRATORIA. PANTALLA INTERCONSTRUIDA: TIPO LCD LCD-TFT TFT O LED. A COLOR, SENSIBLE AL TACTO O TOUCH SCREEN. TAMAÑO DE 10.4" O MAYOR. CARACTERÍSTICAS DEL MODO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA: CONTROLES Y AJUSTES DE (VENTILACIÓN DE ALTA FRECUENCIA): PRESIÓN MEDIA EN LAS VÍAS AÉREAS QUE CUBRA EL RANGO DE 5 A 25 CMH2O O MBAR. FRECUENCIA RESPIRATORIA QUE CUBRA EL RANGO DE 5 A 85 HZ. FIO2 QUE CUBRA EL RANGO DE 21 A 100 %. AMPLITUD QUE CUBRA EL RANGO DE 5 A 80 (EN CMH2O O MBAR, O PORCENTAJE DE LA PRESIÓN MEDIA). MODOS VENTILATORIOS: HFV, HFV MÁS MODO CONVENCIONAL O VOLUMEN GARANTIZADO. PARÁMETROS MONITORIZADOS: PRESIÓN MEDIA EN LAS VÍAS AÉREAS (CMH2O O MBAR), FRECUENCIA RESPIRATORIA (HZ), FIO2 (%), AMPLITUD (CMH2O O MBAR), VOLUMEN MINUTO (L/MIN), VOLUMEN CORRIENTE (ML), DCO2 (ML2/S). ALARMAS: AUDIBLES Y VISUALES AMBAS PRIORIZADAS EN TRES NIVELES. PRESIÓN MEDIA (ALTA Y BAJA), FIO2 (ALTA Y BAJA), BAJA PRESIÓN DEL SUMINISTRO DE GASES, FALTA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, VENTILADOR INOPERANTE O FALLA DEL VENTILADOR, VOLUMEN MINUTO ALTO Y BAJO. CARACTERÍSTICAS DEL MODO CONVENCIONAL: CONTROLES Y AJUSTES DE (VENTILACIÓN CONVENCIONAL): PRESIÓN INSPIRATORIA QUE CUBRA EL RANGO DE 10 A 65 CMH2O O MBAR. FRECUENCIA RESPIRATORIA QUE CUBRA EL RANGO DE 20 A 150 RESPIRACIONES POR MINUTO. TIEMPO INSPIRATORIO QUE CUBRA EL RANGO DE 0.1 A 2 SEGUNDOS. FIO2 QUE CUBRA EL RANGO DE 21 A 100 %. VOLUMEN CORRIENTE QUE CUBRA EL RANGO DE 2 A 100 ML. PEEP/CPAP QUE CUBRA EL RANGO DE 0 A 20 CMH2O O BAR. PRESIÓN SOPORTE (PSV) PRESIÓN ASISTIDA O ASB (CMH2O O MBAR) O PORCENTAJE DEL FLUJO PICO QUE CUBRA EL RANGO DE 10 O MENOR. O 50% A 80 O MAYOR (EN CMH2O O MBAR, O PORCENTAJE DE LA PRESIÓN MEDIA). CON VOLUMEN GARANTIZADO OBJETIVO O PRVC (ML). RESPIRACIÓN MANUAL, BIAS FLOW FLUJO BASE O CONTINUO. MECANISMO DE DISPARO O TRIGGER POR FLUJO. SENSIBILIDAD ESPIRATORIA TERMINACIÓN DE LA FASE INSPIRATORIA O DE FINALIZACIÓN POR FLUJO. MODOS VENTILATORIOS: VENTILACIÓN ASISTO CONTROLADA PTV IPPV O SIPPV Y SIMV CONTROLADA. VENTILACIÓN MANDATORIA INTERMITENTE (SIMV) CON PRESIÓN SOPORTE. PRESIÓN SOPORTE (PSV) O PRESIÓN ASISTIDA O ASB. CPAP O ESPONTÁNEO CON LÍNEA DE BASE ELEVADA. VENTILACIÓN NO INVASIVA O CPAP NASAL. PARÁMETROS MONITORIZADOS: PRESIÓN INSPIRATORIA PICO O MÁXIMA. PRESIÓN MEDIA EN VÍAS AÉREAS. VOLUMEN CORRIENTE ESPIRADO. VOLUMEN MINUTO. PEEP. FRECUENCIA RESPIRATORIA. RELACIÓN I:E. TIEMPO INSPIRATORIO Y ESPIRATORIO. FIO2. CÁLCULO OE DISTENSIBILIDAD O COMPLIANCE. CÁLCULO DE LA RESISTENCIA. DESPLIEGUE DE AL MENOS DOS LAZOS O LOOPS. CAPACIDAD DE ALMACENAR EVENTOS RELACIONADOS CON LOS PARÁMETROS VENTILATORIOS SELECCIONADOS Y TENDENCIAS DE AL MENOS 14 HORAS. DESPLIEGUE DE AL MENOS 2 DE LAS 3 CURVAS DE VENTILACIÓN DE FORMA SIMULTÁNEA: VOLUMEN-TIEMPO; FLUJO-TIEMPO; PRESIÓN-TIEMPO. ALARMAS: AUDIBLES Y VISUALES AMBAS PRIORIZADAS EN TRES NIVELES. PRESIÓN INSPIRATORIA ALTA Y BAJA. PEEP BAJO O DESCONEXIÓN DEL PACIENTE O FUGA. APNEA. VOLUMEN MINUTO Y/O CORRIENTE (ALTO Y BAJO). FRECUENCIA RESPIRATORIA ALTA. FIO2 ALTA Y BAJA. BAJA PRESIÓN O PÉRDIDA DEL SUMINISTRO DE GASES. FALLA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. BATERÍA BAJA. VENTILADOR INOPERANTE FALLA DEL VENTILADOR FALLA TÉCNICA O FALLA DE CICLO. SILENCIO DE ALARMA. PROGRAMACIÓN DE ALARMAS. CARACTERÍSTICAS GENERALES: MEZCLADOR DE AIRE-OXÍGENO INTERNO. MONITOREO DE FIO2 INTERNO. SENSOR DE FLUJO REUSABLE. HUMIDIFICADOR SERVOCONTROLADO PARA USO CON CALENTADOR DE RAMA INSPIRATORIA O DUAL; CON SENSOR DE TEMPERATURA SENCILLO O DUAL Y SOPORTE AL VENTILADOR. TODO EL SISTEMA EN IDIOMA ESPAÑOL CON SISTEMA DE COMPENSACIÓN DE FUGAS. PERILLA SELECTORA FÍSICA O EN PANTALLA TÁCTIL PARA EL AJUSTE DE LOS VALORES DE TODOS LOS PARÁMETROS DE CONTROL. INDICADOR DE BATERÍA DE RESPALDO EN USO. INDICADOR DE HORAS DE USO EN PANTALLA. REGULADORES DE PRESIÓN INTEGRADOS PARA EL SUMINISTRO DE GASES. DURACIÓN DE LA BATERÍA DE RESPALDO (EXTERNA Y/O INTERNA) DE 30 MINUTOS COMO MÍNIMO. CONTROLADO A TRAVÉS DE UN MICROPROCESADOR. ACCESORIOS INCLUIDOS. BRAZO SOPORTE PARA CIRCUITO PACIENTE. BASE RODABLE PARA EL EQUIPO CON SISTEMA DE FRENO EN AL MENOS DOS RUEDAS. MANGUERAS PARA SUMINISTRO DE GAS DE ACUERDO AL CÓDIGO AMERICANO DE COLORES: O2-VERDE AIRE - AMARILLO, Y CONFORME DE ACUERDO A CADA UNIDAD SOLICITANTE AL MOMENTO DE LICITAR. DOS CIRCUITOS DE PACIENTE PEDIÁTRICO / NEONATAL REUSABLES LIBRES DE LÁTEX (INCLUYE ADAPTADORES Y CONECTORES). O DIEZ CIRCUITOS DESECHABLES LIBRES DE LÁTEX. Y SI LA MARCA LO REQUIERE DOS CIRCUITOS DE ALTA FRECUENCIA REUSABLES LIBRES DE LÁTEX (INCLUYE ADAPTADORES Y CONECTORES). DOS SENSORES DE FLUJO REUSABLES PEDIÁTRICO / NEONATAL EN CASO DE QUE LA TECNOLOGÍA ASÍ LO REQUIERA. UN JUEGO DE PUNTAS NASALES DESECHABLES DE AL MENOS CINCO MEDIDAS DIFERENTES CON SISTEMA DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN. DOS CÁMARAS DE HUMIDIFICACIÓN REUSABLES O DIEZ CÁMARAS DESECHABLES NEONATALES.	531.941.1012	VENTILADOR-531.941.1012	1179	HOSPITAL GENERAL DE MAZATLÁN	SLIMB002254	MAZATLAN/MAZATLAN	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	531.375.0209	ESTETOSCOPIO 531.375.0209	1229	HOSPITAL GENERAL DE MAZATLÁN	SLIMB002254	MAZATLAN/MAZATLAN	30	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.375.0126	ESTETODOBLE-531.375.0126	1229	HOSPITAL GENERAL DE MAZATLÁN	SLIMB002254	MAZATLAN/MAZATLAN	50	40	10
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICION DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0369	ESFIGPEDESTAL-531.116.0369	1229	HOSPITAL GENERAL DE MAZATLÁN	SLIMB002254	MAZATLAN/MAZATLAN	30	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1188	ESTUCBASICO-531.295.1188	1229	HOSPITAL GENERAL DE MAZATLÁN	SLIMB002254	MAZATLAN/MAZATLAN	6	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO MERCURIAL PORTÁTIL. EQUIPO PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESION ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: MERCURIAL PORTÁTIL EN CAJA O BASE METÁLICA TUBO DE PLÁSTICO IRROMPIBLE ESCALA DE 0 A 300 MM HG CON GRADUACIÓN NUMÉRICA DE 10 MM HG Y RESOLUCIÓN DE 2 MM HG. SISTEMA DE INSUFLACIÓN QUE INCLUYA: BRAZALETE LAVABLE CON SISTEMA VELCRO PARA FIJACIÓN (ADULTO Y PEDIÁTRICO). BOLSA DE INSUFLACIÓN DE LÁTEX (ADULTO Y PEDIÁTRICO). PERILLA DE LÁTEX CON VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE AIRE CONECTOR CÓNICO TUBO O MANGUERA DE EXTENSIÓN DE 50 CM COMO MÍNIMO.	531.116.0328	ESFIGMERCU-531.116.0328	1229	HOSPITAL GENERAL DE MAZATLÁN	SLIMB001254	MAZATLAN/MAZATLAN	10	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0377	ESFIGPARED-531.116.0377	1279	CENTRO DE SALUD EL BATURY	SLIMB002271	ANGOSTURA/BATURY	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACION. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1162	ESTUCHOSPI 531.295.1162	1279	CENTRO DE SALUD EL BATURY	SLIMB002271	ANGOSTURA/BATURY	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSION ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	531.375.0209	ESTETOSCOPIO 531.375.0209	1150	UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS Y DE DIAGNOSTICO DE CANCER DE MAMA UNEME DEDICAM	SLIMB002341	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.375.0126	ESTETODOBLE-531.375.0126	1150	UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS Y DE DIAGNOSTICO DE CANCER DE MAMA UNEME DEDICAM	SLIMB002341	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	2	2	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICION DE LA PRESION ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0377	ESFIGPARED-531.116.0377	1150	UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS Y DE DIAGNOSTICO DE CANCER DE MAMA UNEME DEDICAM	SLIMB002341	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	531.375.0209	ESTETOSCOPIO 531.375.0209	1138	UNIDAD MÉDICA ESPECIALIZADA DE HEMODIALISIS LOS MOCHIS	SLIMB002435	AHOME/LOS MOCHIS	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.375.0126	ESTETODOBLE-531.375.0126	1160	HOSPITAL INTEGRAL SAN IGNACIO	SLIMB002464	SAN IGNACIO/SAN IGNACIO	10	10	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0369	ESFIGPEDESTAL-531.116.0369	1160	HOSPITAL INTEGRAL SAN IGNACIO	SLIMB002464	SAN IGNACIO/SAN IGNACIO	10	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0377	ESFIGPARED-531.116.0377	1160	HOSPITAL INTEGRAL SAN IGNACIO	SLIMB002464	SAN IGNACIO/SAN IGNACIO	5	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1162	ESTUCHOSPI-531.295.1162	1160	HOSPITAL INTEGRAL SAN IGNACIO	SLIMB002464	SAN IGNACIO/SAN IGNACIO	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1188	ESTUCBASICO-531.295.1188	1160	HOSPITAL INTEGRAL SAN IGNACIO	SLIMB002464	SAN IGNACIO/SAN IGNACIO	5	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	531.375.0209	ESTETOSCOPIO 531.375.0209	1226	HOSPITAL INTEGRAL VALLE DE SAN LORENZO	SLIMB002476	CULIACAN/PUEBLOS UNIDOS	15	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.375.0126	ESTETODOBLE-531.375.0126	1226	HOSPITAL INTEGRAL VALLE DE SAN LORENZO	SLIMB002476	CULIACAN/PUEBLOS UNIDOS	20	15	5
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICION DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0369	ESFIGPEDESTAL-531.116.0369	1226	HOSPITAL INTEGRAL VALLE DE SAN LORENZO	SLIMB002476	CULIACAN/PUEBLOS UNIDOS	6	NO APLICA	NO APLICA

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	CLAVE DEL CONPENDI	FICHA TÉCNICA	NO. DE FORMATO	NOMBRE DE LA UNIDAD	CLAVE CLUES	MUNICIPIO/LOCALIDAD	CANTIDAD	ADULTO	PEDIATRICO
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0377	ESFIGPARED-531.116.0377	1226	HOSPITAL INTEGRAL VALLE DE SAN LORENZO	SLIMB002476	CULIACAN/PUEBLOS UNIDOS	3	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1162	ESTUCHOSPI 531.295.1162	1226	HOSPITAL INTEGRAL VALLE DE SAN LORENZO	SLIMB002476	CULIACAN/PUEBLOS UNIDOS	9	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1188	ESTUCBASICO-531.295.1188	1226	HOSPITAL INTEGRAL VALLE DE SAN LORENZO	SLIMB002476	CULIACAN/PUEBLOS UNIDOS	9	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANOMETRO MERCURIAL PORTÁTIL. EQUIPO PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: MERCURIAL PORTÁTIL EN CAJA O BASE METÁLICA TUBO DE PLÁSTICO IRROMPIBLE ESCALA DE 0 A 300 MM HG CON GRADUACIÓN NUMÉRICA DE 10 MM HG Y RESOLUCIÓN DE 2 MM HG. SISTEMA DE INSUFLACIÓN QUE INCLUYA: BRAZALETE LAVABLE CON SISTEMA VELCRO PARA FIJACIÓN (ADULTO Y PEDIÁTRICO). BOLSA DE INSUFLACIÓN DE LÁTEX (ADULTO Y PEDIÁTRICO). PERILLA DE LÁTEX CON VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE AIRE CONECTOR CÓNICO TUBO O MANGUERA DE EXTENSIÓN DE 50 CM COMO MÍNIMO.	531.116.0328	ESFIGMERCU-531.116.0328	1226	HOSPITAL INTEGRAL VALLE DE SAN LORENZO	SLIMB002476	CULIACAN/PUEBLOS UNIDOS	14	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	531.375.0209	ESTETOSCOPIO 531.375.0209	1161	HOSPITAL GENERAL LA CRUZ	SLIMB002481	ELOTA/LA CRUZ	13	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICION DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0369	ESFIGPEDESTAL-531.116.0369	1161	HOSPITAL GENERAL LA CRUZ	SLIMB002481	ELOTA/LA CRUZ	14	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0377	ESFIGPARED-531.116.0377	1161	HOSPITAL GENERAL LA CRUZ	SLIMB002481	ELOTA/LA CRUZ	5	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1162	ESTUCHOSPI-531.295.1162	1161	HOSPITAL GENERAL LA CRUZ	SLIMB002481	ELOTA/LA CRUZ	4	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1188	ESTUCBASICO-531.295.1188	1161	HOSPITAL GENERAL LA CRUZ	SLIMB002481	ELOTA/LA CRUZ	6	NO APLICA	NO APLICA
VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIÁTRICO/NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL. EQUIPO ELECTROMECÁNICO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR DE SOPORTE DE VIDA PARA APOYO EN MODO DE VENTILACIÓN DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA Y CONVENCIONAL PARA PACIENTES NEONATOS Y PEDIÁTRICOS CON COMPROMISO DE LA FUNCIÓN RESPIRATORIA. PANTALLA INTERCONSTRUIDA: TIPO LCD LCD-TFT TFT O LED. A COLOR. SENSIBLE AL TACTO O TOUCH SCREEN. TAMAÑO DE 10.4" O MAYOR. CARACTERÍSTICAS DEL MODO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA: CONTROLES Y AJUSTES DE (VENTILACIÓN DE ALTA FRECUENCIA): PRESIÓN MEDIA EN LAS VÍAS AÉREAS QUE CUBRA EL RANGO DE 5 A 25 CMH2O O MBAR. FRECUENCIA RESPIRATORIA QUE CUBRA EL RANGO DE 5 A 15 HZ. FIO2 QUE CUBRA EL RANGO DE 21 A 100 %. AMPLITUD QUE CUBRA EL RANGO DE 5 A 80 (EN CMH2O O MBAR. O PORCENTAJE DE LA PRESIÓN MEDIA). MODOS VENTILATORIOS: HFV. HFV MÁS MODO CONVENCIONAL O VOLUMEN GARANTIZADO. PARÁMETROS MONITORIZADOS: PRESIÓN MEDIA EN LAS VÍAS AÉREAS (CMH2O O MBAR). FRECUENCIA RESPIRATORIA (HZ). FIO2 (%). AMPLITUD (CMH2O O MBAR). VOLUMEN MINUTO (L/MIN). VOLUMEN CORRIENTE (ML). DCO2 (ML2/S). ALARMAS: AUDIBLES Y VISUALES AMBAS PRIORIZADAS EN TRES NIVELES. PRESIÓN MEDIA (ALTA Y BAJA). FIO2 (ALTA Y BAJA). BAJA PRESIÓN DEL SUMINISTRO DE GASES. FALTA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. VENTILADOR INOPERANTE O FALLA DEL VENTILADOR. VOLUMEN MINUTO ALTO Y BAJO. CARACTERÍSTICAS DEL MODO CONVENCIONAL: CONTROLES Y AJUSTES DE (VENTILACIÓN CONVENCIONAL): PRESIÓN INSPIRATORIA QUE CUBRA EL RANGO DE 10 A 65 CMH2O O MBAR. FRECUENCIA RESPIRATORIA QUE CUBRA EL RANGO DE 20 A 150 RESPIRACIONES POR MINUTO. TIEMPO INSPIRATORIO QUE CUBRA EL RANGO DE 0.1 A 2 SEGUNDOS. FIO2 QUE CUBRA EL RANGO DE 21 A 100 %. VOLUMEN CORRIENTE QUE CUBRA EL RANGO DE 2 A 300 ML. PEEP/CPAP QUE CUBRA EL RANGO DE 0 A 20 CMH2O O BAR. PRESIÓN SOPORTE (PSV) PRESIÓN ASISTIDA Ø ASB (CMH2O O MBAR) O PORCENTAJE DEL FLUJO PICO QUE CUBRA EL RANGO DE 10 O MENOR. O 50% A 80 O MAYOR (EN CMH2O O MBAR. O PORCENTAJE DE LA PRESIÓN MEDIA). CON VOLUMEN GARANTIZADO OBJETIVO O PMVC (ML). RESPIRACIÓN MANUAL. BIAS FLOW FLUJO BASE O CONTINUO. MECANISMO DE DISPARO O TRIGGER POR FLUJO. SENSIBILIDAD ESPIRATORIA TERMINACIÓN DE LA FASE INSPIRATORIA O DE FINALIZACIÓN POR FLUJO. MODOS VENTILATORIOS: VENTILACIÓN ASISTO CONTROLADA PTV IPPV O SIPPV Y SIMV CONTROLADA. VENTILACIÓN MANDATORIA INTERMITENTE (SIMV) CON PRESIÓN SOPORTE. PRESIÓN SOPORTE (PSV) O PPESIÓN ASISTIDA Ø ASB. CPAP O ESPONTÁNEO CON LÍNEA DE BASE ELEVADA. VENTILACIÓN NO INVASIVA O CPAP NASAL. PARÁMETROS MONITORIZADOS: PRESIÓN INSPIRATORIA PICO O MÁXIMA. PRESIÓN MEDIA EN VÍAS AÉREAS. VOLUMEN CORRIENTE ESPIRADO. VOLUMEN MINUTO. PEEP. FRECUENCIA RESPIRATORIA. RELACIÓN I:E. TIEMPO INSPIRATORIO Y ESPIRATORIO. FIO2. CÁLCULO DE DISTENSIBILIDAD O COMPLIANCE. CÁLCULO DE LA RESISTENCIA. DESPLIEGUE DE AL MENOS DOS LAZOS O LOOPS. CAPACIDAD DE ALMACENAR EVENTOS RELACIONADOS CON LOS PARÁMETROS VENTILATORIOS SELECCIONADOS Y TENDENCIAS DE AL MENOS 24 HORAS. DESPLIEGUE DE AL MENOS 2 DE LAS 3 CURVAS DE VENTILACIÓN DE FORMA SIMULTÁNEA: VOLUMEN-TIEMPO; FLUJO-TIEMPO; PRESIÓN-TIEMPO. ALARMAS: AUDIBLES Y VISUALES AMBAS PRIORIZADAS EN TRES NIVELES. PRESIÓN INSPIRATORIA ALTA Y BAJA. PEEP BAJO O DESCONEXIÓN DEL PACIENTE O FUGA. APNEA. VOLUMEN MINUTO Y/O CORRIENTE (ALTO Y BAJO). FRECUENCIA RESPIRATORIA ALTA. FIO2 ALTA Y BAJA. BAJA PRESIÓN O PÉRDIDA DEL SUMINISTRO DE GASES. FALLA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. BATERÍA BAJA. VENTILADOR INOPERANTE FALLA DEL VENTILADOR. FALLA TÉCNICA O FALLA DE CICLO. SILENCIO DE ALARMA. PROGRAMACIÓN DE ALARMAS. CARACTERÍSTICAS GENERALES: MEZCLADOR DE AIRE-OXÍGENO INTERNO. MONITOREO DE FIO2 INTERNO. SENSOR DE FLUJO REUSABLE. HUMIDIFICADOR SERVOCONTROLADO PARA USO CON CALENTADOR DE RAMA INSPIRATORIA O DUAL; CON SENSOR DE TEMPERATURA SENCILLO O DUAL Y SOPORTE AL VENTILADOR. TODO EL SISTEMA EN IDIOMA ESPAÑOL. CON SISTEMA DE COMPENSACIÓN DE FUGAS. PERILLA SELECTORA FÍSICA O EN PANTALLA TÁCTIL PARA EL AJUSTE DE LOS VALORES DE TODOS LOS PARÁMETROS DE CONTROL. INDICADOR DE BATERÍA DE RESPALDO EN USO. INDICADOR DE HORAS DE USO EN PANTALLA. REGULADORES DE PRESIÓN INTEGRADOS PARA EL SUMINISTRO DE GASES. DURACIÓN DE LA BATERÍA DE RESPALDO (EXTERNA Y/O INTERNA) DE 30 MINUTOS COMO MÍNIMO. CONTROLADO A TRAVÉS DE UN MICROPROCESADOR. ACCESORIOS INCLUIDOS: BRAZO SOPORTE PARA CIRCUITO PACIENTE. BASE RODABLE PARA EL EQUIPO CON SISTEMA DE FRENO EN AL MENOS DOS RUEDAS. MANGUERAS PARA SUMINISTRO DE GAS DE ACUERDO AL CÓDIGO AMERICANO DE COLORES: O2-VERDE AIRE - AMARILLO. Y CONEXIONES DE ACUERDO A CADA UNIDAD SOLICITANTE AL MOMENTO DE LICITAR. DOS CIRCUITOS DE PACIENTE PEDIÁTRICO / NEONATAL REUSABLES LIBRES DE LÁTEX (INCLUYE ADAPTADORES Y CONECTORES). O DIEZ CIRCUITOS DESECHABLES LIBRES DE LÁTEX. Y SI LA MARCA LO REQUIERE DOS CIRCUITOS DE ALTA FRECUENCIA REUSABLES LIBRES DE LÁTEX (INCLUYE ADAPTADORES Y CONECTORES). DOS SENSORES DE FLUJO REUSABLES PEDIÁTRICO / NEONATAL EN CASO DE QUE LA TECNOLOGÍA ASÍ LO REQUIERA. UN JUEGO DE PUNTAS NASALES DESECHABLES DE AL MENOS CINCO MEDIDAS DIFERENTES CON SISTEMA DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN. DOS CÁMARAS DE HUMIDIFICACIÓN REUSABLES O DIEZ CÁMARAS DESECHABLES NEONATALES.	531.941.1012	VENTILADOR-531.941.1012	1178	HOSPITAL DE LA MUJER	SLIMB002492	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	1	NO APLICA	NO APLICA
CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL. EQUIPO ELECTROMÉDICO CON RUEDAS QUE PERMITE CONTROLAR MANUALMENTE Y POR SERVOCONTROL EL AMBIENTE TÉRMICO DEL PACIENTE EN ESTADO CRÍTICO EN UN MEDIO ABIERTO. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: ELEMENTO DE CALENTAMIENTO PARA PROPORCIONAR UNA TEMPERATURA NO MAYOR DE 39 °C TIPO RADIANTE; REGULADOR PARA ESTABILIZAR LA TEMPERATURA DEL PACIENTE. CONTROLES: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: TEMPERATURA MANUAL Y SERVOCONTROLADA. ALARMAS: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: ALARMA DE OPERACIÓN. CON ALARMA AUDIBLE Y VISIBLE PARA ALTA Y BAJA TEMPERATURA FALLA DE CORRIENTE ELÉCTRICA Y DE VERIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN DEL PACIENTE. MONITOREO DE PARÁMETROS: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA SELECCIONADA Y MONITORIZADA DE PIEL; TEMPERATURA SELECCIONADA Y MONITORIZADA DEL COLCHÓN DE GEL; CONTROL DE CONTE AUTOMÁTICO POR ALTA TEMPERATURA. DESPLIEGUE DE MENSAJES DE ALERTA EN ESPAÑOL O CON SIGNOS CONVENCIONALES EN EL PANEL DE CONTROL. LÁMPARA PARA FOTOTERAPIA: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: A LOS LADOS DEL RADIADOR DE LA CUNA CON CONTADOR DE HORAS PARA REGISTRO DE TIEMPO DE EXPOSICIÓN DEL PACIENTE Y DE VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA LONGITUD DE ONDA DENTRO DEL RANGO DE 400 A 550 NM VIDA ÚTIL DE 1000 HORAS COMO MÍNIMO. CALEFACCIÓN: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: CON ELEMENTO DE CALEFACCIÓN CON INDICADOR DE POTENCIA. ALTURA LIBRE DEL PISO AL ELEMENTO CALEFACTOR. CUNA: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: LIMITADA EN LOS CUATRO LADOS CON PANELES TRANSPARENTES ABATIBLES PARA TENER ACCESO COMPLETO AL NEONATO QUE PERMITA LA TOMA DE RADIOGRAFÍAS CON CHAROLA PARA CHASIS DE RAYOS X CON SISTEMA QUE PERMITA DAR POSICIÓN AL NEONATO EN TRENDELEMBURG Y CONTRA TRENDELEMBURG. UNIDAD DE TIPO MÓVIL CON RUEDAS Y FRENO EN AL MENOS DOS DE ELLAS CON SOPORTE DE ALTURA VARIABLE. BASE: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: CHAROLA PARA MONITOR PUERTO DE ENTRADA DE OXÍGENO PARA CILINDRO O TOMA MURAL CON SOPORTE PARA CILINDRO DE OXÍGENO FLUJÓMETRO Y REGULADOR. CON CAJONES. UNIDAD DE SUCCIÓN CON SOPORTE Y MANÓMETRO DE VACÍO INTEGRADO AL EQUIPO. SISTEMA DE HUMIDIFICACIÓN. PORTASUERO. MONITOR: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: INTEGRADO O INTERCONSTRUIDO. DESPLIEGUE DE CURVAS DE ECG Y PLETISMOGRAFÍA COMO MÍNIMO. CON ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES PARA ALTERACIONES EN: FRECUENCIA CARDIACA FRECUENCIA RESPIRATORIA Y OXIMETRÍA DE PULSO CON PANTALLA A COLOR DE TECNOLOGÍA LCD DE MATRIZ ACTIVA O TFT O TRC.	531.252.0033	CUNA-531.252.0033	1178	HOSPITAL DE LA MUJER	SLIMB002492	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	531.375.0209	ESTETOSCOPIO 531.375.0209	1166	HOSPITAL DE LA MUJER	SLIMB002493	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	50	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.375.0826	ESTETODOBLE-531.375.0126	1166	HOSPITAL DE LA MUJER	SLIMB002493	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	100	50	50
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0369	ESFIGPEDESTAL-531.116.0369	1166	HOSPITAL DE LA MUJER	SLIMB002493	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	50	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1188	ESTUCBASICO-531.295.1188	1166	HOSPITAL DE LA MUJER	SLIMB002493	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	10	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	531.375.0209	ESTETOSCOPIO 531.375.0109	1280	ANGOSTURA	SLIMB002510	ANGOSTURA/ANGOSTURA	8	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.375.0126	ESTETODOBLE-531.375.0126	1280	ANGOSTURA	SLIMB002510	ANGOSTURA/ANGOSTURA	8	8	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0369	ESFIGPEDESTAL-531.116.0369	1280	ANGOSTURA	SLIMB002510	ANGOSTURA/ANGOSTURA	1	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICION DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0377	ESFIGPARED-531.116.0377	1280	ANGOSTURA	SLIMB002510	ANGOSTURA/ANGOSTURA	9	NO APLICA	NO APLICA

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	CLAVE DEL COMPENDI	FICHA TECNICA	NO. DE FORMATO	NOMBRE DE LA UNIDAD	CLAVE CLUES	MUNICIPIO/LOCALIDAD	CANTIDAD	ADULTO	PEDIATRICO
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1188	ESTUCBASICO-531.295.1188	1280	ANGOSTURA	SLIMB002510	ANGOSTURA/ANGOSTURA	8	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1162	ESTUCHOSPI-531.295.1162	1280	ANGOSTURA	SLIMB002510	ANGOSTURA/ANGOSTURA	8	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.375.0126	ESTETODOBLE-531.375.0126	1135	UNIDAD MÉDICA DE ESPECIALIDAD EN SOBREPESO RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS	SLIMB002633	AHOME/LOS MOCHIS	1	1	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESION ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0369	ESFIGPEDESTAL-531.116.0369	1135	UNIDAD MÉDICA DE ESPECIALIDAD EN SOBREPESO RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS	SLIMB002633	AHOME/LOS MOCHIS	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1162	ESTUCHOSPI-531.295.1162	1135	UNIDAD MÉDICA DE ESPECIALIDAD EN SOBREPESO RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS	SLIMB002633	AHOME/LOS MOCHIS	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1188	ESTUCBASICO-531.295.1188	1135	UNIDAD MÉDICA DE ESPECIALIDAD EN SOBREPESO RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS	SLIMB002633	AHOME/LOS MOCHIS	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.375.0126	ESTETODOBLE-531.375.0126	1281	EJIDO EMILIANO ZAPATA	SLIMB002942	GUASAVE/LAS BRISAS (EMILIANO ZAPATA)	5	5	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0369	ESFIGPEDESTAL-531.116.0369	1281	EJIDO EMILIANO ZAPATA	SLIMB002942	GUASAVE/LAS BRISAS (EMILIANO ZAPATA)	2	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESION ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0377	ESFIGPARED-531.116.0377	1281	EJIDO EMILIANO ZAPATA	SLIMB002942	GUASAVE/LAS BRISAS (EMILIANO ZAPATA)	5	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1188	ESTUCBASICO-531.295.1188	1281	EJIDO EMILIANO ZAPATA	SLIMB002942	GUASAVE/LAS BRISAS (EMILIANO ZAPATA)	3	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1162	ESTUCHOSPI-531.295.1161	1281	EJIDO EMILIANO ZAPATA	SLIMB002942	GUASAVE/LAS BRISAS (EMILIANO ZAPATA)	3	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	531.375.0209	ESTETOSCOPIO-531.375.0209	1151	INSTITUTO SINALOENSE DE CANCEROLOGÍA	SLIMB002971	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	3	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.375.0126	ESTETODOBLE-531.375.0126	1151	INSTITUTO SINALOENSE DE CANCEROLOGÍA	SLIMB002971	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	3	3	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0369	ESFIGPEDESTAL-531.116.0369	1151	INSTITUTO SINALOENSE DE CANCEROLOGÍA	SLIMB002971	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	1	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0377	ESFIGPARED-531.116.0377	1151	INSTITUTO SINALOENSE DE CANCEROLOGÍA	SLIMB002971	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSION ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	531.375.0209	ESTETOSCOPIO-531.375.0209	1162	UNEME DE ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS (SORID)	SLIMB003000	ROSARIO/EL ROSARIO	3	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.375.0126	ESTETODOBLE-531.375.0126	1162	UNEME DE ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS (SORID)	SLIMB003000	ROSARIO/EL ROSARIO	2	1	1
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESION ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0369	ESFIGPEDESTAL-531.116.0369	1162	UNEME DE ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS (SORID)	SLIMB003000	ROSARIO/EL ROSARIO	2	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0377	ESFIGPARED-531.116.0377	1162	UNEME DE ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS (SORID)	SLIMB003000	ROSARIO/EL ROSARIO	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1188	ESTUCBASICO-531.295.1188	1162	UNEME DE ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS (SORID)	SLIMB003000	ROSARIO/EL ROSARIO	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSION ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	531.375.0209	ESTETOSCOPIO-531.375.0209	1163	HOSPITAL GENERAL ESCUINAPA	SLIMB003053	ESCUINAPA/ESCUINAPA DE HIDALGO	20	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.375.0126	ESTETODOBLE-531.375.0126	1163	HOSPITAL GENERAL ESCUINAPA	SLIMB003053	ESCUINAPA/ESCUINAPA DE HIDALGO	20	20	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0369	ESFIGPEDESTAL-531.116.0369	1163	HOSPITAL GENERAL ESCUINAPA	SLIMB003053	ESCUINAPA/ESCUINAPA DE HIDALGO	20	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0377	ESFIGPARED-531.116.0377	1163	HOSPITAL GENERAL ESCUINAPA	SLIMB003053	ESCUINAPA/ESCUINAPA DE HIDALGO	10	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1162	ESTUCHOSPI-531.295.1161	1163	HOSPITAL GENERAL ESCUINAPA	SLIMB003053	ESCUINAPA/ESCUINAPA DE HIDALGO	10	NO APLICA	NO APLICA

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	CLAVE DEL COMPENDI	FICHA TÉCNICA	NO. DE FORMATO	NOMBRE DE LA UNIDAD	CLAVE CLUES	MUNICIPIO/LOCALIDAD	CANTIDAD	ADULTO	PEDIATRICO
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FISICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON RATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1188	ESTUCBASICO-531.295.1888	1163	HOSPITAL GENERAL ESCUINAPA	SLIMB003053	ESCUINAPA/ESCUINAPA DE HIDALGO	10	NO APLICA	NO APLICA
UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO. EQUIPO FIJO ELECTROHIDRONEUMÁTICO DE TECNOLOGÍA AVANZADA CON FINES DE TRATAMIENTO Y DIAGNÓSTICO EN LA ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA INTEGRAL DEL PACIENTE. LÁMPARA ESTOMATOLÓGICA: INTEGRADA AL SILLÓN CABEZAL DE ALUMINIO ORIENTABLE A LA BOCA DEL PACIENTE CON VENTILACIÓN NATURAL CON UN HAZ DE LUZ FRÍA ENFOCABLE DE 50 A 100 CM DE DISTANCIA LIBRE DE SOMBRAS INTENSIDAD LUMINOSA GRADUABLE ILUMINACIÓN DENTRO DEL RANGO DE 10000 A 50000 LUXES CON TEMPERATURA DE CALOR ENTRE 3500 °K O MAYOR CON ENFRIAMIENTO POR FILTROS ÓPTICOS REFLECTOR DICROICO REDUCTORES DE CALOR (NO EXCEDER 6 ° LA TEMPERATURA AMBIENTE EN LA DISTANCIA FOCAL). MÓDULO ESTOMATOLÓGICO: INTEGRADO AL SILLÓN CON ALTURA AJUSTABLE EN CONJUNTO CON EL SILLÓN POSICIONABLE EN CUALQUIER PUNTO ALREDEDOR DE 270 ° COMO MÍNIMO. NEGATOSCOPIO INTEGRADO AL MÓDULO. CON DISPOSITIVOS INDIVIDUALES PARA ALIMENTAR Y CONTROLAR EL AIRE Y EL AGUA EN LAS PIEZAS DE MANO A TRAVÉS DE BLOQUE AUTOMÁTICO. BOTELLA DE AGUA PURIFICADA CON SISTEMA DE VÁLVULA PARA REGULAR EL AGUA DE ENFRIAMIENTO MANÓMETROS CON ESCALA DE 0 A 4 KG/CM2 REGULADORES DE PRESIÓN DE AIRE Y AGUA PARA LAS PIEZAS DE MANO Y JERINGA TRIPLE. DOS PIEZAS DE MANO DE ALTA VELOCIDAD CON: TURBINA Y MANDRIL DE ACERO INOXIDABLE MANGO DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO DE 2 VÍAS DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE TURBINA CON MANDRIL EJE Y BALEROS DE ACERO INOXIDABLE CON VELOCIDAD DE GIRO DE 350000 RPM O MAYOR HERRAMIENTA PARA CAMBIO DE FRESA. PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD CON MANGO DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO DE 2 VÍAS DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE GIRO DE 0 A 30000 +/- 10000 RPM MOTOR CON CAMBIADOR DE GIRO DE ACERO INOXIDABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE CONTRA ÁNGULO Y ADAPTADOR CONO RECTO CON MANDRIL DE ACERO INOXIDABLE PARA INSERTO DE FRESA Y HERRAMIENTA PARA CAMBIO EN CASO DE SER NECESARIO. JERINGA TRIPLE ESTOMATOLÓGICA PARA LAVAR Y SECAR CAMPOS CLÍNICOS BUCALES DE ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO CON DOS PUNTAS DESMONTABLES Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE CON DOS DUCTOS UNO PARA AGUA Y OTRO PARA AIRE OPERADO POR VÁLVULAS MECÁNICAS INDEPENDIENTES PARA LA SELECCIÓN DE TRABAJO SECO HÚMEDO O ROCÍO CON ALIMENTACIÓN DE AGUA Y AIRE CON VÁLVULA DE NO-RETRACCIÓN. UNIDAD ULTRASÓNICA DE PROFILAXIS PARA EFECTUAR DETARTRAJE INTEGRADO AL EQUIPO PIEZA DE MANO CON PUNTAS INTERCAMBIABLES CONTROL DE POTENCIA ELÉCTRICA DE 0 A 30 WATTS MÁXIMO CONTROL DE SALIDA DE AGUA REGULADA. SILLÓN ELECTROHIDRÁULICO O ELECTROMECÁNICO ESTOMATOLÓGICO ANATÓMICO: CAPACIDAD MÍNIMA DE LEVANTE DE 180 KG CON MOVIMIENTOS VERTICALES DE ASCENSO Y DESCENSO VARIABLE DESDE SU BASE SISTEMA DE MANDO ELÉCTRICO ACCIONADO CON CONTROL MANUAL Y/O PEDAL MOVIMIENTOS ELECTROMECÁNICOS DEL RESPALDO PARA LAS SIGUIENTES POSICIONES: DESDE POSICIÓN CERO HASTA TRENDELEMBURG POSICIÓN CERO AUTOMÁTICA. ASIENTO Y DESCANSA PIERNAS CORRIDO FORRADO CON MATERIAL PLÁSTICO LAVABLE. FUNDA DE PROTECCIÓN EN EL ÁREA DE LA PIECERA CON CODERAS O DESCANSA BRAZOS ABATIBLES CABEZAL CON ARTICULACIÓN PARA MOVIMIENTOS DE RECLINACIÓN ANTERIOR Y POSTERIOR. ESCUPIDERA FIJA INTEGRADA AL SOPORTE DEL SILLÓN O A LA UNIDAD DESPLAZABLE HORIZONTALMENTE Y AJUSTE VERTICAL CON RECIPIENTE DE PORCELANA O VIDRIO PORCELANIZADO O POLÍMERO RESISTENTE A RAYADURAS O ACERO ESMALTADO DESMONTABLE PARA FÁCIL LIMPIEZA SOPORTE PARA LLENADO DE VASO CON CONTROL DE LLENADO Y ENJUAGUE DE ESCUPIDERA TEMPORIZADO BASE CONECTADA AL SISTEMA DE DRENAJE. ASPIRADOR QUIRÚRGICO DE VACIADO RÁPIDO; CON SISTEMA SILENCIOSO; ACCIONADO CON AIRE CON TRAMPA PARA SÓLIDOS Y CON DESCARGA DIRECTA AL DRENAJE. EYECTOR DE SALIVA CON FILTRO PARA RETENCIÓN DE SÓLIDOS Y ADAPTADOR PARA CÁNULAS. DESECHABLES CON DESCARGA DIRECTA AL DRENAJE. DOS SILLAS UNA PARA ESTOMATÓLOGO Y UNA PARA ASISTENTE CON DESCANSA PIES AMBOS CON SISTEMA NEUMÁTICO PARA AJUSTE DE ALTURA CON RODAJAS TAPIZADOS DE PLÁSTICO O TELA RESISTENTE Y LAVABLE. CON SISTEMA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AIRE Y AGUA DE LA CAJA DE CONEXIONES AL MÓDULO DE TRABAJO DEBIDAMENTE PROTEGIDO QUE LE PERMITAN SU DESPLAZAMIENTO A UN RADIO DE ACCIÓN DE DOS METROS COMO MÍNIMO EN TORNO AL SILLÓN. CON SISTEMA DE PROTECCIÓN QUE IMPIDA EL REFLUJO DE LÍQUIDOS AL TERMINO DE LOS TRATAMIENTOS. CON MANGUERAS DE SILICÓN O POLIURETANO LISAS DE 2 VÍAS DE UN LARGO DE 180 A 200 CM.	531.291.0028	UNIDADESTOMA-531.291.0028	1220	HOSPITAL GENERAL EL DORADO	SLIMB003065	ELDORADO/ELDORADO	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	531.375.0209	ESTETOSCOPIO 531.375.0209	1164	HOSPITAL GENERAL EL DORADO	SLIMB003065	ELDORADO/ELDORADO	20	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.375.0126	ESTETODOBLE-531.375.0126	1164	HOSPITAL GENERAL EL DORADO	SLIMB003065	ELDORADO/ELDORADO	30	30	0
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0369	ESFIGPEDESTAL-531.116.0369	1164	HOSPITAL GENERAL EL DORADO	SLIMB003065	ELDORADO/ELDORADO	40	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0377	ESFIGPARED-531.116.0377	1164	HOSPITAL GENERAL EL DORADO	SLIMB003065	ELDORADO/ELDORADO	30	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FISICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1188	ESTUCBASICO-531.295.1888	1164	HOSPITAL GENERAL EL DORADO	SLIMB003065	ELDORADO/ELDORADO	15	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.375.0126	ESTETODOBLE-531.375.0126	1282	CENTRO DE SALUD CHOIX	SLIMB003140	CHOIX/CHOIX	5	5	0
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.116.0369	ESFIGPEDESTAL-531.116.0369	1282	CENTRO DE SALUD CHOIX	SLIMB003140	CHOIX/CHOIX	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FISICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	531.295.1188	ESTUCBASICO-531.295.1888	1282	CENTRO DE SALUD CHOIX	SLIMB003140	CHOIX/CHOIX	5	NO APLICA	NO APLICA
UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO. EQUIPO FIJO ELECTROHIDRONEUMÁTICO DE TECNOLOGÍA AVANZADA CON FINES DE TRATAMIENTO Y DIAGNÓSTICO EN LA ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA INTEGRAL DEL PACIENTE. LÁMPARA ESTOMATOLÓGICA: INTEGRADA AL SILLÓN CABEZAL DE ALUMINIO ORIENTABLE A LA BOCA DEL PACIENTE CON VENTILACIÓN NATURAL CON UN HAZ DE LUZ FRÍA ENFOCABLE DE 50 A 100 CM DE DISTANCIA LIBRE DE SOMBRAS INTENSIDAD LUMINOSA GRADUABLE ILUMINACIÓN DENTRO DEL RANGO DE 10000 A 50000 LUXES CON TEMPERATURA DE CALOR ENTRE 3500 °K O MAYOR CON ENFRIAMIENTO POR FILTROS ÓPTICOS REFLECTOR DICROICO REDUCTORES DE CALOR (NO EXCEDER 6 ° LA TEMPERATURA AMBIENTE EN LA DISTANCIA FOCAL). MÓDULO ESTOMATOLÓGICO: INTEGRADO AL SILLÓN CON ALTURA AJUSTABLE EN CONJUNTO CON EL SILLÓN POSICIONABLE EN CUALQUIER PUNTO ALREDEDOR DE 270 ° COMO MÍNIMO. NEGATOSCOPIO INTEGRADO AL MÓDULO. CON DISPOSITIVOS INDIVIDUALES PARA ALIMENTAR Y CONTROLAR EL AIRE Y EL AGUA EN LAS PIEZAS DE MANO A TRAVÉS DE BLOQUE AUTOMÁTICO. BOTELLA DE AGUA PURIFICADA CON SISTEMA DE VÁLVULA PARA REGULAR EL AGUA DE ENFRIAMIENTO MANÓMETROS CON ESCALA DE 0 A 4 KG/CM2 REGULADORES DE PRESIÓN DE AIRE Y AGUA PARA LAS PIEZAS DE MANO Y JERINGA TRIPLE. DOS PIEZAS DE MANO DE ALTA VELOCIDAD CON: TURBINA Y MANDRIL DE ACERO INOXIDABLE MANGO DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO DE 2 VÍAS DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE TURBINA CON MANDRIL EJE Y BALEROS DE ACERO INOXIDABLE CON VELOCIDAD DE GIRO DE 350000 RPM O MAYOR HERRAMIENTA PARA CAMBIO DE FRESA. PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD CON MANGO DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO DE 2 VÍAS DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE GIRO DE 0 A 30000 +/- 10000 RPM MOTOR CON CAMBIADOR DE GIRO DE ACERO INOXIDABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE CONTRA ÁNGULO Y ADAPTADOR CONO RECTO CON MANDRIL DE ACERO INOXIDABLE PARA INSERTO DE FRESA Y HERRAMIENTA PARA CAMBIO EN CASO DE SER NECESARIO. JERINGA TRIPLE ESTOMATOLÓGICA PARA LAVAR Y SECAR CAMPOS CLÍNICOS BUCALES DE ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO CON DOS PUNTAS DESMONTABLES Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE CON DOS DUCTOS UNO PARA AGUA Y OTRO PARA AIRE OPERADO POR VÁLVULAS MECÁNICAS INDEPENDIENTES PARA LA SELECCIÓN DE TRABAJO SECO HÚMEDO O ROCÍO CON ALIMENTACIÓN DE AGUA Y AIRE CON VÁLVULA DE NO-RETRACCIÓN. UNIDAD ULTRASÓNICA DE PROFILAXIS PARA EFECTUAR DETARTRAJE INTEGRADO AL EQUIPO PIEZA DE MANO CON PUNTAS INTERCAMBIABLES CONTROL DE POTENCIA ELÉCTRICA DE 0 A 30 WATTS MÁXIMO CONTROL DE SALIDA DE AGUA REGULADA. SILLÓN ELECTROHIDRÁULICO O ELECTROMECÁNICO ESTOMATOLÓGICO ANATÓMICO: CAPACIDAD MÍNIMA DE LEVANTE DE 180 KG CON MOVIMIENTOS VERTICALES DE ASCENSO Y DESCENSO VARIABLE DESDE SU BASE SISTEMA DE MANDO ELÉCTRICO ACCIONADO CON CONTROL MANUAL Y/O PEDAL MOVIMIENTOS ELECTROMECÁNICOS DEL RESPALDO PARA LAS SIGUIENTES POSICIONES: DESDE POSICIÓN CERO HASTA TRENDELEMBURG POSICIÓN CERO AUTOMÁTICA. ASIENTO Y DESCANSA PIERNAS CORRIDO FORRADO CON MATERIAL PLÁSTICO LAVABLE. FUNDA DE PROTECCIÓN EN EL ÁREA DE LA PIECERA CON CODERAS O DESCANSA BRAZOS ABATIBLES CABEZAL CON ARTICULACIÓN PARA MOVIMIENTOS DE RECLINACIÓN ANTERIOR Y POSTERIOR. ESCUPIDERA FIJA INTEGRADA AL SOPORTE DEL SILLÓN O A LA UNIDAD DESPLAZABLE HORIZONTALMENTE Y AJUSTE VERTICAL CON RECIPIENTE DE PORCELANA O VIDRIO PORCELANIZADO O POLÍMERO RESISTENTE A RAYADURAS O ACERO ESMALTADO DESMONTABLE PARA FÁCIL LIMPIEZA SOPORTE PARA LLENADO DE VASO CON CONTROL DE LLENADO Y ENJUAGUE DE ESCUPIDERA TEMPORIZADO BASE CONECTADA AL SISTEMA DE DRENAJE. ASPIRADOR QUIRÚRGICO DE VACIADO RÁPIDO; CON SISTEMA SILENCIOSO; ACCIONADO CON AIRE CON TRAMPA PARA SÓLIDOS Y CON DESCARGA DIRECTA AL DRENAJE. EYECTOR DE SALIVA CON FILTRO PARA RETENCIÓN DE SÓLIDOS Y ADAPTADOR PARA CÁNULAS. DESECHABLES CON DESCARGA DIRECTA AL DRENAJE. DOS SILLAS UNA PARA ESTOMATÓLOGO Y UNA PARA ASISTENTE CON DESCANSA PIES AMBOS CON SISTEMA NEUMÁTICO PARA AJUSTE DE ALTURA CON RODAJAS TAPIZADOS DE PLÁSTICO O TELA RESISTENTE Y LAVABLE. CON SISTEMA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AIRE Y AGUA DE LA CAJA DE CONEXIONES AL MÓDULO DE TRABAJO DEBIDAMENTE PROTEGIDO QUE LE PERMITAN SU DESPLAZAMIENTO A UN RADIO DE ACCIÓN DE DOS METROS COMO MÍNIMO EN TORNO AL SILLÓN. CON SISTEMA DE PROTECCIÓN QUE IMPIDA EL REFLUJO DE LÍQUIDOS AL TÉRMINO DE LOS TRATAMIENTOS. CON MANGUERAS DE SILICÓN O POLIURETANO LISAS DE 2 VÍAS DE UN LARGO DE 180 A 200 CM.	531.291.0028	UNIDADESTOMA-531.291.0018	1184	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DE NAVOLATO	SLIMB003222	NAVOLATO/NAVOLATO	3	NO APLICA	NO APLICA

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
SSS-LPN-021-2026
ANEXO V UBICACIONES Y DISTRIBUCIÓN
ADQUISICIÓN DE "EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO"

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	NO. DE FORMATO	NOMBRE DE LA UNIDAD	CLAVE CLUES	MUNICIPIO/LOCALIDAD	CANTIDAD	ADULTO	PEDIATRICO
ELECTROCARDIÓGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN. EQUIPO PORTÁTIL DE DIAGNÓSTICO NO INVASIVO DE LOS EVENTOS ELÉCTRICOS DEL CORAZÓN MULTICANAL. CON CAPACIDAD PARA OBTENER EN FORMA SIMULTÁNEA DOCE DERIVACIONES. CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN VÍA RS 232 A UNA COMPUTADORA PERSONAL. SELECTOR AUTOMÁTICO DE DERIVACIONES. CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA. CAPTURA DE DERIVACIONES. CON CAPACIDAD PARA OBTENER EL TRAZO DE UNA DERIVACIÓN EN UN CANAL CONTINUO. PANTALLA PARA VISUALIZACIÓN SIMULTÁNEA DE AL MENOS TRES CANALES. CAPACIDAD DE CONECTAR MONITOR PARA MEJOR VISUALIZACIÓN DEL TRAZO. TECLADO ALFANUMÉRICO. IMPRESIÓN DE 12 DERIVACIONES SIMULTÁNEAMENTE EN 3 O MÁS CANALES. PROGRAMAS DE APLICACIONES DIAGNÓSTICAS. CAPACIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO DE REGISTROS EN MEDIO MAGNÉTICO. SOFTWARE INTERNO PARA MANEJO DE BASE DE DATOS Y ARCHIVO ELECTROCARDIOGRÁFICO DE LOS PACIENTES. BATERÍA RECARGABLE INTEGRADA.	1291	HOSPITAL GENERAL DE CULIACÁN	SLIMB000014	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	2	NO APLICA	NO APLICA
UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA AVANZADA CON SELLADO O TERMOFUSION DE VASOS. EQUIPO CON GENERADOR QUE CREA UNA CORRIENTE DE ALTA FRECUENCIA A FIN DE GENERAR CALOR EN LOS TEJIDOS PARA CORTAR Y COAGULAR DURANTE LA CIRUGÍA INCLUYENDO SALIDAS DE ENERGÍA MONOPOLAR BIPOLAR Y SELLADO O TERMOFUSIÓN DE VASOS (BIPOLAR MODIFICADO). UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA CON SALIDA MONOPOLAR DE CORTE PURO CON POTENCIA DE SALIDA DE 300 WATTS O MAYOR; MEZCLA O BLEND CON POTENCIA MÍNIMA DE 200 WATTS; CON AL MENOS DOS MODOS DE COAGULACIÓN MONOPOLAR CON POTENCIA MÍNIMA DE 110 WATTS. SALIDA BIPOLAR: COAGULACIÓN CON POTENCIA DE SALIDA DE 70 WATTS O MAYOR Y CONTROL INDEPENDIENTE PARA SELECCIÓN DE POTENCIA EN MODO BIPOLAR. SALIDA PARA SELLADO O TERMOFUSIÓN DE VASOS (BIPOLAR MODIFICADO) CON SALIDA INDEPENDIENTE MEMORIA INTERNA PARA RECONOCIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS; FORMACIÓN DE SELLOS QUE SOPORTAN 400 MMHG O MÁS SIN DEPENDER DE TROMBOS; CAPACIDAD DE MEDIR LA IMPEDANCIA DE LOS TEJIDOS Y HACER UNA SELECCIÓN CONTINUA DEL NIVEL DE ENERGÍA DE SALIDA TRABULA PARA REGULAR EL AGUA DE ENFRIAMIENTO MANÓMETROS CON ESCALA DE 0 A 4 KG/CM2 REGULADORES DE PRESIÓN DE AIRE Y AGUA PARA LAS PIEZAS DE MANO Y JERINGA TRIPLE. DOS PIEZAS DE MANO DE ALTA VELOCIDAD CON: TURBINA Y MANDRIL DE ACERO INOXIDABLE MANGO DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO DE 2 VÍAS DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE TURBINA CON MANDRIL EJE Y BALEROS DE ACERO INOXIDABLE CON VELOCIDAD DE GIRO DE 350000 RPM O MAYOR HERRAMIENTA PARA CAMBIO DE FRESA. PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD CON MANGO DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO DE 2 VÍAS DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE GIRO DE 0 A 30000 +/- 10000 RPM MOTOR CON CAMBIADOR DE GIRO DE ACERO INOXIDABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE CONTRA ÁNGULO Y ADAPTADOR CONO RECTO CON MANDRIL DE ACERO INOXIDABLE PARA INSERTO DE FRESA Y HERRAMIENTA PARA CAMBIO EN CASO DE SER NECESARIO. JERINGA TRIPLE ESTOMATOLÓGICA PARA LAVAR Y SECAR CAMPOS CLÍNICOS BUCALES DE ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO CON DOS PUNTAS DESMONTABLES Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE CON DOS DUCTOS UNO PARA AGUA Y OTRO PARA AIRE OPERADO POR VÁLVULAS MECÁNICAS INDEPENDIENTES PARA LA SELECCIÓN DE TRABAJO SECO HÚMEDO O ROCÍO CON ALIMENTACIÓN DE AGUA Y AIRE CON	1291	HOSPITAL GENERAL DE CULIACÁN	SLIMB000014	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1165	HOSPITAL GENERAL DE CULIACÁN	SLIMB000014	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	40	38	2
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1165	HOSPITAL GENERAL DE CULIACÁN	SLIMB000014	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	38	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1165	HOSPITAL GENERAL DE CULIACÁN	SLIMB000014	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	3	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1165	HOSPITAL GENERAL DE CULIACÁN	SLIMB000014	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	15	NO APLICA	NO APLICA
INCUBADORA PARA RECIÉN NACIDO. EQUIPO ELECTROMÉDICO CON RUEDAS QUE PROPORCIONA CONDICIONES ÓPTIMAS DE TEMPERATURA HUMEDAD Y OXIGENACIÓN. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: CARRO CON SISTEMA DE FRENO EN AL MENOS DOS RUEDAS; SISTEMA DE AUTOPRUEBA INICIAL Y DURANTE EL FUNCIONAMIENTO. CON PUERTO RS232.CONTROLES: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: INTERVALO DE CONTROL DE TEMPERATURA DE: PIEL DE PACIENTE AIRE CON RESOLUCIÓN DE 0.2 °C O MENOR. SISTEMA DE HUMIDIFICACIÓN Y MEDICIÓN DE LA HUMEDAD RELATIVA. MONITOREO DE PARÁMETROS: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: DESPLIEGUE DIGITAL SIMULTÁNEO DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: TEMPERATURA DE AIRE AJUSTADA Y MONITORIZADA; TEMPERATURA DE PIEL DE PACIENTE AJUSTADA Y MONITORIZADA; HUMEDAD RELATIVA AJUSTADA Y MONITORIZADA; CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO AJUSTADA Y MONITORIZADA. INDICADOR DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO. MONITOREO CONTINUO DE LA TEMPERATURA CORPULA PARA REGULAR EL AGUA DE ENFRIAMIENTO MANÓMETROS CON ESCALA DE 0 A 4 KG/CM2 REGULADORES DE PRESIÓN DE AIRE Y AGUA PARA LAS PIEZAS DE MANO Y JERINGA TRIPLE. DOS PIEZAS DE MANO DE ALTA VELOCIDAD CON: TURBINA Y MANDRIL DE ACERO INOXIDABLE MANGO DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO DE 2 VÍAS DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE TURBINA CON MANDRIL EJE Y BALEROS DE ACERO INOXIDABLE CON VELOCIDAD DE GIRO DE 350000 RPM O MAYOR HERRAMIENTA PARA CAMBIO DE FRESA. PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD CON MANGO DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO DE 2 VÍAS DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE GIRO DE 0 A 30000 +/- 10000 RPM MOTOR CON CAMBIADOR DE GIRO DE ACERO INOXIDABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE CONTRA ÁNGULO Y ADAPTADOR CONO RECTO CON MANDRIL DE ACERO INOXIDABLE PARA INSERTO DE FRESA Y HERRAMIENTA PARA CAMBIO EN CASO DE SER NECESARIO. JERINGA TRIPLE ESTOMATOLÓGICA PARA LAVAR Y SECAR CAMPOS CLÍNICOS BUCALES DE ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO CON DOS PUNTAS DESMONTABLES Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE CON DOS DUCTOS UNO PARA AGUA Y OTRO PARA AIRE OPERADO POR VÁLVULAS MECÁNICAS INDEPENDIENTES PARA LA SELECCIÓN DE TRABAJO SECO HÚMEDO O ROCÍO CON ALIMENTACIÓN DE AGUA Y AIRE CON VÁLVULA DE NO-RETRACCIÓN. UNIDAD ULTRASÓNICA DE PROFILAXIS PARA EFECTUAR DETARTRAJE INTEGRADO AL EQUIPO PIEZA DE MANO CON PUNTAS INTERCAMBIABLES CONTROL DE POTENCIA ELÉCTRICA DE 0 A 30 WATTS MÁXIMO CONTROL DE SALIDA DE AGUA REGULADA. SILLÓN ELECTROHIDRÁULICO O ELECTROMECÁNICO ESTOMATOLÓGICO ANATÓMICO: CAPACIDAD MÍNIMA DE LEVANTE DE 180 KG CON MOVIMIENTOS VERTICALES D	1182	HOSPITAL GENERAL LOS MOCHIS	SLIMB000031	AHOME/LOS MOCHIS	1	NO APLICA	NO APLICA

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	NO. DE FORMATO	NOMBRE DE LA UNIDAD	CLAVE CLUES	MUNICIPIO/LOCALIDAD	CANTIDAD	ADULTO	PEDIATRICO
VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIÁTRICO/NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL. EQUIPO ELECTROMECÁNICO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR DE SOPORTE DE VIDA PARA APOYO EN MODO DE VENTILACIÓN DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA Y CONVENCIONAL PARA PACIENTES NEONATOS Y PEDIÁTRICOS CON COMPROMISO DE LA FUNCIÓN RESPIRATORIA. PANTALLA INTERCONSTRUIDA: TIPO LCD LCD-TFT TFT O LED. A COLOR. SENSIBLE AL TACTO O TOUCH SCREEN. TAMAÑO DE 10.4" O MAYOR. CARACTERÍSTICAS DEL MODO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA: CONTROLES Y AJUSTES DE (VENTILACIÓN DE ALTA FRECUENCIA): PRESIÓN MEDIA EN LAS VÍAS AÉREAS QUE CUBRA EL RANGO DE 5 A 25 CMH2O O MBAR. FRECUENCIA RESPIRATORIA QUE CUBRA EL RANGO DE 5 A 15 HZ. FIO2 QUE CUBRA EL RANGO DE 21 A 100 %. AMPLITUD QUE CUBRA EL RANGO DE 5 A 80 (EN CMH2O O MBAR. O PORCENTAJE DE LA PRESIÓN MEDIA). MODOS VENTILATORIOS: HFV. HFV MÁS MODO CONVENCIONAL O VOLUMEN GARANTIZADO. PARÁMETROS MONITORIZADOS: PRESIÓN MEDIA EN LAS VÍAS AÉREAS (CMH2O O MBAR). FRECUENCIA RESPIRATORIA (HZ). FIO2 (%). AMPLITUD (CMH2O ULA PARA REGULAR EL AGUA DE ENFRIAMIENTO MANÓMETROS CON ESCALA DE 0 A 4 KG/CM2 REGULADORES DE PRESIÓN DE AIRE Y AGUA PARA LAS PIEZAS DE MANO Y JERINGA TRIPLE. DOS PIEZAS DE MANO DE ALTA VELOCIDAD CON: TURBINA Y MANDRIL DE ACERO INOXIDABLE MANGO DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO DE 2 VÍAS DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE TURBINA CON MANDRIL EJE Y BALEROS DE ACERO INOXIDABLE CON VELOCIDAD DE GIRO DE 350000 RPM O MAYOR HERRAMIENTA PARA CAMBIO DE FRESA. PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD CON MANGO DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO DE 2 VÍAS DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE GIRO DE 0 A 30000 +/- 10000 RPM MOTOR CON CAMBIADOR DE GIRO DE ACERO INOXIDABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE CONTRA ÁNGULO Y ADAPTADOR CONO RECTO CON MANDRIL DE ACERO INOXIDABLE PARA INSERTO DE FRESA Y HERRAMIENTA PARA CAMBIO EN CASO DE SER NECESARIO. JERINGA TRIPLE ESTOMATOLÓGICA PARA LAVAR Y SECAR CAMPOS CLÍNICOS BUCALES DE ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO CON DOS PUNTAS DESMONTABLES Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE CON DOS DUCTOS UNO PARA AGUA Y OTRO PARA AIRE OPERADO POR VÁLVULAS MECÁNICAS INDEPENDIENTES PARA LA SELECCIÓN DE TRABAJO SECO HÚMEDO O ROCÍO CON ALIMENTACIÓN DE AGUA Y AIRE CON VÁLVULA DE NO-RETRACCIÓN. UNIDAD ULTRASÓNICA DE PROFILAXIS PARA EFECTUAR DETARTRAJE INTEGRADO AL EQUIPO PIEZA DE MANO CON PUNTAS INTERCAMBIABLES CONTROL DE POTENCIA ELÉCTRICA DE 0 A 30 WATTS MÁXIMO CONTROL DE SALIDA DE AGUA REGULADA. SILLÓN ELECTROHIDRÁULICO O ELECTROMECÁNICO ESTOMATOLÓGICO ANATÓMICO: CAPACIDAD MÍNIMA DE LEVANTE DE 180 KG CON MOVIMIENTOS VERTICALES DE ASCENSO Y DESCENSO VARIABLE DESDE SU BASE SISTEMA DE MANDO ELÉCTRICO ACCIONADO CON CONTROL MANUAL Y/O PEDAL MOVIMIENTOS ELECTROMECÁNICOS DEL RESPALDO PARA LAS SIGUIENTES POSICIONES: DESDE POSICIÓN CERO HASTA TRENDELEMBURG POSICIÓN CERO AUTOMÁTICA. ASIENTO Y DESCANSA PIERNAS CORRIDO FORRADO CON MATERIAL PLÁSTICO LAVABLE. FUNDA DE PROTECCIÓN EN EL ÁREA DE LA PIECERA CON CODERAS O DESCANSA BRAZOS ABATIBLES CABEZAL CON ARTICULACIÓN PARA MOVIMIENTOS DE RECLINACIÓN ANTERIOR Y POSTERIOR. ESCUPIDERA FIJA INTEGRADA AL SOPORTE DEL SILLÓN O A LA UNIDAD DESPLAZABLE HORIZONTALMENTE Y AJUSTE VERTICAL CON RECIPIENTE DE PORCELANA O VIDRIO PORCELANIZADO O POLÍMERO RESISTENTE A RAYADURAS O ACERO ESMALTADO DESMONTABLE PARA FÁCIL LIMPIEZA SOPORTE PARA LLENADO DE VASO CON CONTROL DE LLENADO Y ENJUAGUE DE ESCUPIDERA TEMPORIZADO BASE CONECTADA AL SISTEMA DE DRENAJE. ASPIRADOR QUIRÚRGICO DE VACIADO RÁPIDO; CON SISTEMA SILENCIOSO; ACCIONADO CON AIRE CON TRAMPA PARA SÓLIDOS Y CON DESCARGA DIRECTA AL DRENAJE. EYECTOR DE SALIVA CON FILTRO PARA RETENCIÓN DE SÓLIDOS Y ADAPTADOR PARA CÁNULAS. DESECHABLES CON DESCARGA DIRECTA AL DRENAJE. DOS SILLAS UNA PARA ESTOMATÓLOGO Y UNA PARA ASISTENTE CON DESCANSA PIES AMBOS CON SISTEMA NEUMÁTICO PARA AJUSTE DE ALTURA CON RODAJAS TAPIZADOS DE PLÁSTICO O TELA RESISTENTE Y LAVABLE. CON SISTEMA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AIRE Y AGUA DE LA CAJA DE CONEXIONES AL MÓDULO DE TRABAJO DEBIDAMENTE PROTEGIDO QUE LE PERMITAN SU DESPLAZAMIENTO A UN RADIO DE ACCIÓN DE DOS METROS COMO MÍNIMO EN TORNO AL SILLÓN. CON SISTEMA DE PROTECCIÓN QUE IMPIDA EL REFLUJO DE LÍQUIDOS AL TÉRMINO DE LOS TRATAMIENTOS. CON MANGUERAS DE SILICÓN O POLIURETANO LISAS DE 2 VÍAS DE UN LARGO DE 180 A 200 CM.O SOPORTE PARA CIRCUITO PACIENTE. BASE RODABLE PARA EL EQUIPO CON SISTEMA DE FRENO EN AL MENOS DOS RUEDAS. MANGUERAS PARA SUMINISTRO DE GAS DE ACUERDO AL CÓDIGO AMERICANO DE COLORES: O2- VERDE AIRE - AMARILLO. Y CONEXIONES DE ACUERDO A CADA UNIDAD SOLICITANTE AL MOMENTO DE LICITAR. DOS CIRCUITOS DE PACIENTE PEDIÁTRICO / NEONATAL REUSABLES LIBRES DE LÁTEX (INCLUYE ADAPTADORES Y CONECTORES). O DIEZ CIRCUITOS DESECHABLES LIBRES DE LÁTEX. Y SI LA MARCA LO REQUIERE DOS CIRCUITOS DE ALTA FRECUENCIA REUSABLES LIBRES DE LÁTEX (INCLUYE ADAPTADORES Y CONECTORES). DOS	1182	HOSPITAL GENERAL LOS MOCHIS	SLIMB000031	AHOME/LOS MOCHIS	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	1227	HOSPITAL GENERAL LOS MOCHIS	SLIMB000031	AHOME/LOS MOCHIS	50	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1227	HOSPITAL GENERAL LOS MOCHIS	SLIMB000031	AHOME/LOS MOCHIS	80	50	30
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1227	HOSPITAL GENERAL LOS MOCHIS	SLIMB000031	AHOME/LOS MOCHIS	30	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1227	HOSPITAL GENERAL LOS MOCHIS	SLIMB000031	AHOME/LOS MOCHIS	50	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1227	HOSPITAL GENERAL LOS MOCHIS	SLIMB000031	AHOME/LOS MOCHIS	25	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1227	HOSPITAL GENERAL LOS MOCHIS	SLIMB000031	AHOME/LOS MOCHIS	15	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO MERCURIAL PORTÁTIL. EQUIPO PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: MERCURIAL PORTÁTIL EN CAJA O BASE METÁLICA TUBO DE PLÁSTICO IRROMPIBLE ESCALA DE 0 A 300 MM HG CON GRADUACIÓN NUMÉRICA DE 10 MM HG Y RESOLUCIÓN DE 2 MM HG. SISTEMA DE INSUFLACIÓN QUE INCLUYA: BRAZALETE LAVABLE CON SISTEMA VELCRO PARA FIJACIÓN (ADULTO Y PEDIÁTRICO). BOLSA DE INSUFLACIÓN DE LÁTEX (ADULTO Y PEDIÁTRICO). PERILLA DE LÁTEX CON VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE AIRE CONECTOR CÓNICO TUBO O MANGUERA DE EXTENSIÓN DE 50 CM COMO MÍNIMO.	1227	HOSPITAL GENERAL LOS MOCHIS	SLIMB000031	AHOME/LOS MOCHIS	50	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	1230	BACHOMOBAMPO 1	SLIMB000055	AHOME/BACHOMOBAMPO NUMERO UNO	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1230	BACHOMOBAMPO 1	SLIMB000055	AHOME/BACHOMOBAMPO NUMERO UNO	1	1	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1230	BACHOMOBAMPO 1	SLIMB000055	AHOME/BACHOMOBAMPO NUMERO UNO	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1230	BACHOMOBAMPO 1	SLIMB000055	AHOME/BACHOMOBAMPO NUMERO UNO	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1230	BACHOMOBAMPO 1	SLIMB000055	AHOME/BACHOMOBAMPO NUMERO UNO	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	1231	LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA	SLIMB000096	AHOME/LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA	1	NO APLICA	NO APLICA

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	NO. DE FORMATO	NOMBRE DE LA UNIDAD	CLAVE CLUES	MUNICIPIO/LOCALIDAD	CANTIDAD	ADULTO	PEDIATRICO
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1231	LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA	SLIMB000096	AHOME/LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA	3	2	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1231	LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA	SLIMB000096	AHOME/LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA	3	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1231	LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA	SLIMB000096	AHOME/LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA	3	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	1232	MOCHIS (EJIDO MOCHIS)	SLIMB000113	AHOME/MOCHIS (EJIDO MOCHIS)	5	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1232	MOCHIS (EJIDO MOCHIS)	SLIMB000113	AHOME/MOCHIS (EJIDO MOCHIS)	5	5	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1232	MOCHIS (EJIDO MOCHIS)	SLIMB000113	AHOME/MOCHIS (EJIDO MOCHIS)	2	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1232	MOCHIS (EJIDO MOCHIS)	SLIMB000113	AHOME/MOCHIS (EJIDO MOCHIS)	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1232	MOCHIS (EJIDO MOCHIS)	SLIMB000113	AHOME/MOCHIS (EJIDO MOCHIS)	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1232	MOCHIS (EJIDO MOCHIS)	SLIMB000113	AHOME/MOCHIS (EJIDO MOCHIS)	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	1132	HOSPITAL INTEGRAL ANGOSTURA	SLIMB000195	ANGOSTURA/ANGOSTURA	15	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1132	HOSPITAL INTEGRAL ANGOSTURA	SLIMB000195	ANGOSTURA/ANGOSTURA	17	15	2
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1132	HOSPITAL INTEGRAL ANGOSTURA	SLIMB000195	ANGOSTURA/ANGOSTURA	6	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1132	HOSPITAL INTEGRAL ANGOSTURA	SLIMB000195	ANGOSTURA/ANGOSTURA	3	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1132	HOSPITAL INTEGRAL ANGOSTURA	SLIMB000195	ANGOSTURA/ANGOSTURA	5	NO APLICA	NO APLICA

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	NO. DE FORMATO	NOMBRE DE LA UNIDAD	CLAVE CLUES	MUNICIPIO/LOCALIDAD	CANTIDAD	ADULTO	PEDIATRICO
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1132	HOSPITAL INTEGRAL ANGOSTURA	SLIMB000195	ANGOSTURA/ANGOSTURA	5	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1233	LA REFORMA	SLIMB000236	ANGOSTURA/LA REFORMA	6	6	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1233	LA REFORMA	SLIMB000236	ANGOSTURA/LA REFORMA	2	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1233	LA REFORMA	SLIMB000236	ANGOSTURA/LA REFORMA	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1233	LA REFORMA	SLIMB000236	ANGOSTURA/LA REFORMA	3	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1233	LA REFORMA	SLIMB000236	ANGOSTURA/LA REFORMA	3	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	1136	HOSPITAL INTEGRAL BADIRAGUATO	SLIMB000241	BADIRAGUATO/BADIRAGUATO	10	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1136	HOSPITAL INTEGRAL BADIRAGUATO	SLIMB000241	BADIRAGUATO/BADIRAGUATO	15	15	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1136	HOSPITAL INTEGRAL BADIRAGUATO	SLIMB000241	BADIRAGUATO/BADIRAGUATO	15	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1136	HOSPITAL INTEGRAL BADIRAGUATO	SLIMB000241	BADIRAGUATO/BADIRAGUATO	7	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1136	HOSPITAL INTEGRAL BADIRAGUATO	SLIMB000241	BADIRAGUATO/BADIRAGUATO	7	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1136	HOSPITAL INTEGRAL BADIRAGUATO	SLIMB000241	BADIRAGUATO/BADIRAGUATO	5	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1234	SURUTATO	SLIMB000381	BADIRAGUATO/SURUTATO	1	1	0
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	1137	HOSPITAL INTEGRAL CONCORDIA	SLIMB000446	CONCORDIA/HEROICA CIUDAD CONCORDIA	10	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1137	HOSPITAL INTEGRAL CONCORDIA	SLIMB000446	CONCORDIA/HEROICA CIUDAD CONCORDIA	15	15	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1137	HOSPITAL INTEGRAL CONCORDIA	SLIMB000446	CONCORDIA/HEROICA CIUDAD CONCORDIA	15	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1137	HOSPITAL INTEGRAL CONCORDIA	SLIMB000446	CONCORDIA/HEROICA CIUDAD CONCORDIA	7	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1137	HOSPITAL INTEGRAL CONCORDIA	SLIMB000446	CONCORDIA/HEROICA CIUDAD CONCORDIA	7	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1137	HOSPITAL INTEGRAL CONCORDIA	SLIMB000446	CONCORDIA/HEROICA CIUDAD CONCORDIA	5	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	1235	CONCORDIA	SLIMB000451	CONCORDIA/HEROICA CIUDAD CONCORDIA		NO APLICA	NO APLICA

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	NO. DE FORMATO	NOMBRE DE LA UNIDAD	CLAVE CLUES	MUNICIPIO/LOCALIDAD	CANTIDAD	ADULTO	PEDIATRICO
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1235	CONCORDIA	SLIMB000451	CONCORDIA/HEROICA CIUDAD CONCORDIA	3	3	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1235	CONCORDIA	SLIMB000451	CONCORDIA/HEROICA CIUDAD CONCORDIA	3	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1235	CONCORDIA	SLIMB000451	CONCORDIA/HEROICA CIUDAD CONCORDIA	3	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1236	LA CONCEPCIÓN (LA BARRIGONA)	SLIMB000475	CONCORDIA/LA CONCEPCION (LA BARRIGONA)	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1236	LA CONCEPCIÓN (LA BARRIGONA)	SLIMB000475	CONCORDIA/LA CONCEPCION (LA BARRIGONA)	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1237	MESILLAS	SLIMB000480	CONCORDIA/MESILLAS	2	2	0
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1237	MESILLAS	SLIMB000480	CONCORDIA/MESILLAS	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	1138	HOSPITAL INTEGRAL COSALA	SLIMB000545	COSALA/COSALA	5	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1138	HOSPITAL INTEGRAL COSALA	SLIMB000545	COSALA/COSALA	7	5	2
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1138	HOSPITAL INTEGRAL COSALA	SLIMB000545	COSALA/COSALA	5	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1138	HOSPITAL INTEGRAL COSALA	SLIMB000545	COSALA/COSALA	5	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1138	HOSPITAL INTEGRAL COSALA	SLIMB000545	COSALA/COSALA	5	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1138	HOSPITAL INTEGRAL COSALA	SLIMB000545	COSALA/COSALA	3	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO MERCURIAL PORTÁTIL. EQUIPO PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: MERCURIAL PORTÁTIL EN CAJA O BASE METÁLICA TUBO DE PLÁSTICO IRROMPIBLE ESCALA DE 0 A 300 MM HG CON GRADUACIÓN NUMÉRICA DE 10 MM HG Y RESOLUCIÓN DE 2 MM HG. SISTEMA DE INSUFLACIÓN QUE INCLUYA: BRAZALETE LAVABLE CON SISTEMA VELCRO PARA FIJACIÓN (ADULTO Y PEDIÁTRICO). BOLSA DE INSUFLACIÓN DE LÁTEX (ADULTO Y PEDIÁTRICO). PERILLA DE LÁTEX CON VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE AIRE CONECTOR CÓNICO TUBO O MANGUERA DE EXTENSIÓN DE 50 CM COMO MÍNIMO.	1138	HOSPITAL INTEGRAL COSALA	SLIMB000545	COSALA/COSALA	2	NO APLICA	NO APLICA
UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO. EQUIPO FIJO ELECTROHIDRONEUMÁTICO DE TECNOLOGÍA AVANZADA CON FINES DE TRATAMIENTO Y DIAGNÓSTICO EN LA ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA INTEGRAL DEL PACIENTE. LÁMPARA ESTOMATOLÓGICA: INTEGRADA AL SILLÓN CABEZAL DE ALUMINIO ORIENTABLE A LA BOCA DEL PACIENTE CON VENTILACIÓN NATURAL CON UN HAZ DE LUZ FRÍA ENFOCABLE DE 50 A 100 CM DE DISTANCIA LIBRE DE SOMBRAS INTENSIDAD LUMINOSA GRADUABLE ILUMINACIÓN DENTRO DEL RANGO DE 10000 A 50000 LUXES CON TEMPERATURA DE CALOR ENTRE 3500 °K O MAYOR CON ENFRIAMIENTO POR FILTROS ÓPTICOS REFLECTOR DICROICO REDUCTORES DE CALOR (NO EXCEDER 6 ° LA TEMPERATURA AMBIENTE EN LA DISTANCIA FOCAL). MÓDULO ESTOMATOLÓGICO: INTEGRADO AL SILLÓN CON ALTURA AJUSTABLE EN CONJUNTO CON EL SILLÓN POSICIONABLE EN CUALQUIER PUNTO ALREDEDOR DE 270 ° COMO MÍNIMO. NEGATOSCOPIO INTEGRADO AL MÓDULO. CON DISPOSITIVOS INDIVIDUALES PARA ALIMENTAR Y CONTROLAR EL AIRE Y EL AGUA EN LAS PIEZAS DE MANO A TRAVÉS DE BLOQUE AUTOMÁTICO. BOTELLA DE AGUA PURIFICADA CON SISTEMA DE VÁLVULA PARA REGULAR EL AGUA DE ENFRIAMIENTO MANÓMETROS CON ESCALA DE 0 A 4 KG/CM2 REGULADORES DE PRESIÓN DE AIRE Y AGUA PARA LAS PIEZAS DE MANO Y JERINGA TRIPLE. DOS PIEZAS DE MANO DE ALTA VELOCIDAD CON: TURBINA Y MANDRIL DE ACERO INOXIDABLE MANGO DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO DE 2 VÍAS DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE TURBINA CON MANDRIL EJE Y BALEROS DE ACERO INOXIDABLE CON VELOCIDAD DE GIRO DE 50000 RPM O MAYOR HERRAMIENTA PARA CAMBIO DE FRESA. PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD CON MANGO DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO DE 2 VÍAS DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE GIRO DE 0 A 30000 +/- 10000 RPM MOTOR CON CAMBIADOR DE GIRO DE ACERO INOXIDABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE CONTRA ÁNGULO Y ADAPTADOR CONO RECTO CON MANDRIL DE ACERO INOXIDABLE PARA INSERTO DE FRESA Y HERRAMIENTA PARA CAMBIO EN CASO DE SER NECESARIO. JERINGA TRIPLE ESTOMATOLÓGICA PARA LAVAR Y SECAR CAMPOS CLÍNICOS BUCALES DE ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO CON DOS PUNTAS DESMONTABLES Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE CON DOS DUCTOS UNO PARA AGUA Y OTRO PARA AIRE OPERADO POR VÁLVULAS MECÁNICAS INDEPENDIENTES PARA LA SELECCIÓN DE TRABAJO SECO HÚMEDO O ROCÍO CON ALIMENTACIÓN DE AGUA Y AIRE CON VÁLVULA DE NO-RETRACCIÓN. UNIDAD ULTRASÓNICA DE PROFILAXIS PARA EFECTUAR DETARTRAJE INTEGRADO AL EQUIPO PIEZA DE MANO CON PUNTAS INTERCAMBIABLES CONTROL DE POTENCIA ELÉCTRICA DE 0 A 30 WATTS MÁXIMO CONTROL DE SALIDA DE AGUA REGULADA. SILLÓN ELECTROHIDRÁULICO O ELECTROMECÁNICO ESTOMATOLÓGICO ANATÓMICO: CAPACIDAD MÍNIMA DE LEVANTE DE 180 KG CON MOVIMIENTOS VERTICALES DE ASCENSO Y DESCENSO VARIABLE DESDE SU BASE SISTEMA DE MANDO ELÉCTRICO ACCIONADO CON CONTROL MANUAL Y/O PEDAL MOVIMIENTOS ELECTROMECÁNICOS DEL RESPALDO PARA LAS SIGUIENTES POSICIONES: DESDE POSICIÓN CERO HASTA TRENDELEMBURG POSICIÓN CERO AUTOMÁTICA. ASIENTO Y DESCANSA PIERNAS CORRIDO FORRADO CON MATERIAL PLÁSTICO LAVABLE. FUNDA DE PROTECCIÓN EN EL ÁREA DE LA PIECERA CON CODERAS O DESCANSA BRAZOS ABATIBLES CABEZAL CON ARTICULACIÓN PARA MOVIMIENTOS DE RECLINACIÓN ANTERIOR Y POSTERIOR. ESCUPIDERA FIJA INTEGRADA AL SOPORTE DEL SILLÓN O A LA UNIDAD DESPLAZABLE HORIZONTALMENTE Y AJUSTE VERTICAL CON RECIPIENTE DE PORCELANA O VIDRIO PORCELANIZADO O POLÍMERO RESISTENTE A RAYADURAS O ACERO ESMALTADO DESMONTABLE PARA FÁCIL LIMPIEZA SOPORTE PARA LLENADO DE VASO CON CONTROL DE LLENADO Y ENJUAGUE DE ESCUPIDERA TEMPORIZADO BASE CONECTADA AL SISTEMA DE DRENAJE. ASPIRADOR QUIRÚRGICO DE VACIADO RÁPIDO; CON SISTEMA SILENCIOSO; ACCIONADO CON AIRE CON TRAMPA PARA SÓLIDOS Y CON DESCARGA DIRECTA AL DRENAJE. EYECTOR DE SALIVA CON FILTRO PARA RETENCIÓN DE SÓLIDOS Y ADAPTADOR PARA CÁNULAS. DESECHABLES CON DESCARGA DIRECTA AL DRENAJE. DOS SILLAS UNA PARA ESTOMATÓLOGO Y UNA PARA ASISTENTE CON DESCANSA PIES AMBOS CON SISTEMA NEUMÁTICO PARA AJUSTE DE ALTURA CON RODAJAS TAPIZADOS DE PLÁSTICO O TELA RESISTENTE Y LAVABLE. CON SISTEMA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AIRE Y AGUA DE LA CAJA DE CONEXIONES AL MÓDULO DE TRABAJO DEBIDAMENTE PROTEGIDO QUE LE PERMITAN SU DESPLAZAMIENTO A UN RADIO DE ACCIÓN DE DOS METROS COMO MÍNIMO EN TORNO AL SILLÓN. CON SISTEMA DE PROTECCIÓN QUE IMPIDA EL REFLUJO DE LÍQUIDOS AL TÉRMINO DE LOS TRATAMIENTOS. CON MANGUERAS DE SILICÓN O POLIURETANO LISAS DE 2 VÍAS DE UN LARGO DE 180 A 200 CM.	1222	CENTRO DE HIGIENE ESCOLAR	SLIMB000591	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	1	NO APLICA	NO APLICA

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	NO. DE FORMATO	NOMBRE DE LA UNIDAD	CLAVE CLUES	MUNICIPIO/LOCALIDAD	CANTIDAD	ADULTO	PEDIATRICO
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	1224	CENTRO DE HIGIENE ESCOLAR	SLIMB000591	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	7	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1224	CENTRO DE HIGIENE ESCOLAR	SLIMB000591	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	10	8	2
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1224	CENTRO DE HIGIENE ESCOLAR	SLIMB000591	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	8	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1224	CENTRO DE HIGIENE ESCOLAR	SLIMB000591	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	5	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1224	CENTRO DE HIGIENE ESCOLAR	SLIMB000591	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1224	CENTRO DE HIGIENE ESCOLAR	SLIMB000591	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	4	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO MERCURIAL PORTÁTIL. EQUIPO PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: MERCURIAL PORTÁTIL EN CAJA O BASE METÁLICA TUBO DE PLÁSTICO IRROMPIBLE ESCALA DE 0 A 300 MM HG CON GRADUACIÓN NUMÉRICA DE 10 MM HG Y RESOLUCIÓN DE 2 MM HG. SISTEMA DE INSUFLACIÓN QUE INCLUYA: BRAZALETE LAVABLE CON SISTEMA VELCRO PARA FIJACIÓN (ADULTO Y PEDIÁTRICO). BOLSA DE INSUFLACIÓN DE LÁTEX (ADULTO Y PEDIÁTRICO). PERILLA DE LÁTEX CON VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE AIRE CONECTOR CÓNICO TUBO O MANGUERA DE EXTENSIÓN DE 50 CM COMO MÍNIMO.	1224	CENTRO DE HIGIENE ESCOLAR	SLIMB000591	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	4	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1148	CENTRO DERMATOLOGICO DE SINALOA	SLIMB000603	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	6	6	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1148	CENTRO DERMATOLOGICO DE SINALOA	SLIMB000603	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	6	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1148	CENTRO DERMATOLOGICO DE SINALOA	SLIMB000603	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	1139	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO	SLIMB000615	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	5	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1139	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO	SLIMB000615	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	5	5	2
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1139	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO	SLIMB000615	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	3	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1139	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO	SLIMB000615	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	5	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1139	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO	SLIMB000615	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	3	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1139	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO	SLIMB000615	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	3	NO APLICA	NO APLICA

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	NO. DE FORMATO	NOMBRE DE LA UNIDAD	CLAVE CLUES	MUNICIPIO/LOCALIDAD	CANTIDAD	ADULTO	PEDIATRICO
UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO. EQUIPO FIJO ELECTROHIDRONEUMÁTICO DE TECNOLOGÍA AVANZADA CON FINES DE TRATAMIENTO Y DIAGNÓSTICO EN LA ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA INTEGRAL DEL PACIENTE. LÁMPARA ESTOMATOLÓGICA: INTEGRADA AL SILLÓN CABEZAL DE ALUMINIO ORIENTABLE A LA BOCA DEL PACIENTE CON VENTILACIÓN NATURAL CON UN HAZ DE LUZ FRÍA ENFOCABLE DE 50 A 100 CM DE DISTANCIA LIBRE DE SOMBRAS INTENSIDAD LUMINOSA GRADUABLE ILUMINACIÓN DENTRO DEL RANGO DE 10000 A 50000 LUXES CON TEMPERATURA DE CALOR ENTRE 3500 °K O MAYOR CON ENFRIAMIENTO POR FILTROS ÓPTICOS REFLECTOR DICROICO REDUCTORES DE CALOR (NO EXCEDER 6 ° LA TEMPERATURA AMBIENTE EN LA DISTANCIA FOCAL). MÓDULO ESTOMATOLÓGICO: INTEGRADO AL SILLÓN CON ALTURA AJUSTABLE EN CONJUNTO CON EL SILLÓN POSICIONABLE EN CUALQUIER PUNTO ALREDEDOR DE 270 ° COMO MÍNIMO. NEGATOSCOPIO INTEGRADO AL MÓDULO. CON DISPOSITIVOS INDIVIDUALES PARA ALIMENTAR Y CONTROLAR EL AIRE Y EL AGUA EN LAS PIEZAS DE MANO A TRAVÉS DE BLOQUE AUTOMÁTICO. BOTELLA DE AGUA PURIFICADA CON SISTEMA DE VÁLVULA PARA REGULAR EL AGUA DE ENFRIAMIENTO MANÓMETROS CON ESCALA DE 0 A 4 KG/CM2 REGULADORES DE PRESIÓN DE AIRE Y AGUA PARA LAS PIEZAS DE MANO Y JERINGA TRIPLE. DOS PIEZAS DE MANO DE ALTA VELOCIDAD CON: TURBINA Y MANDRIL DE ACERO INOXIDABLE MANGO DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO DE 2 VÍAS DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE TURBINA CON MANDRIL EJE Y BALEROS DE ACERO INOXIDABLE CON VELOCIDAD DE GIRO DE 350000 RPM O MAYOR HERRAMIENTA PARA CAMBIO DE FRESA. PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD CON MANGO DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO DE 2 VÍAS DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE GIRO DE 0 A 30000 +/- 10000 RPM MOTOR CON CAMBIADOR DE GIRO DE ACERO INOXIDABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE CONTRA ÁNGULO Y ADAPTADOR CONO RECTO CON MANDRIL DE ACERO INOXIDABLE PARA INSERTO DE FRESA Y HERRAMIENTA PARA CAMBIO EN CASO DE SER NECESARIO. JERINGA TRIPLE ESTOMATOLÓGICA PARA LAVAR Y SECAR CAMPOS CLÍNICOS BUCALES DE ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO CON DOS PUNTAS DESMONTABLES Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE CON DOS DUCTOS UNO PARA AGUA Y OTRO PARA AIRE OPERADO POR VÁLVULAS MECÁNICAS INDEPENDIENTES PARA LA SELECCIÓN DE TRABAJO SECO HÚMEDO O ROCÍO CON ALIMENTACIÓN DE AGUA Y AIRE CON VÁLVULA DE NO-RETRACCIÓN. UNIDAD ULTRASÓNICA DE PROFILAXIS PARA EFECTUAR DETARTRAJE INTEGRADO AL EQUIPO PIEZA DE MANO CON PUNTAS INTERCAMBIABLES CONTROL DE POTENCIA ELÉCTRICA DE 0 A 30 WATTS MÁXIMO CONTROL DE SALIDA DE AGUA REGULADA. SILLÓN ELECTROHIDRÁULICO O ELECTROMECÁNICO ESTOMATOLÓGICO ANATÓMICO: CAPACIDAD MÍNIMA DE LEVANTE DE 180 KG CON MOVIMIENTOS VERTICALES DE ASCENSO Y DESCENSO VARIABLE DESDE SU BASE SISTEMA DE MANDO ELÉCTRICO ACCIONADO CON CONTROL MANUAL Y/O PEDAL MOVIMIENTOS ELECTROMECÁNICOS DEL RESPALDO PARA LAS SIGUIENTES POSICIONES: DESDE POSICIÓN CERO HASTA TRENDELEMBURG POSICIÓN CERO AUTOMÁTICA. ASIENTO Y DESCANSA PIERNAS CORRIDO FORRADO CON MATERIAL PLÁSTICO LAVABLE. FUNDA DE PROTECCIÓN EN EL ÁREA DE LA PIECERA CON CODERAS O DESCANSA BRAZOS ABATIBLES CABEZAL CON ARTICULACIÓN PARA MOVIMIENTOS DE RECLINACIÓN ANTERIOR Y POSTERIOR. ESCUPIDERA FIJA INTEGRADA AL SOPORTE DEL SILLÓN O A LA UNIDAD DESPLAZABLE HORIZONTALMENTE Y AJUSTE VERTICAL CON RECIPIENTE DE PORCELANA O VIDRIO PORCELANIZADO O POLÍMERO RESISTENTE A RAYADURAS O ACERO ESMALTADO DESMONTABLE PARA FÁCIL LIMPIEZA SOPORTE PARA LLENADO DE VASO CON CONTROL DE LLENADO Y ENJUAGUE DE ESCUPIDERA TEMPORIZADO BASE CONECTADA AL SISTEMA DE DRENAJE. ASPIRADOR QUIRÚRGICO DE VACIADO RÁPIDO; CON SISTEMA SILENCIOSO; ACCIONADO CON AIRE CON TRAMPA PARA SÓLIDOS Y CON DESCARGA DIRECTA AL DRENAJE. EYECTOR DE SALIVA CON FILTRO PARA RETENCIÓN DE SÓLIDOS Y ADAPTADOR PARA CÁNULAS. DESECHABLES CON DESCARGA DIRECTA AL DRENAJE. DOS SILLAS UNA PARA ESTOMATÓLOGO Y UNA PARA ASISTENTE CON DESCANSA PIES AMBOS CON SISTEMA NEUMÁTICO PARA AJUSTE DE ALTURA CON RODAJAS TAPIZADOS DE PLÁSTICO O TELA RESISTENTE Y LAVABLE. CON SISTEMA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AIRE Y AGUA DE LA CAJA DE CONEXIONES AL MÓDULO DE TRABAJO DEBIDAMENTE PROTEGIDO QUE LE PERMITAN SU DESPLAZAMIENTO A UN RADIO DE ACCIÓN DE DOS METROS COMO MÍNIMO EN TORNO AL SILLÓN. CON SISTEMA DE PROTECCIÓN QUE IMPIDA EL REFLUJO DE LÍQUIDOS AL TÉRMINO DE LOS TRATAMIENTOS. CON MANGUERAS DE SILICÓN O POLIURETANO LISAS DE 2 VÍAS DE UN LARGO DE 180 A 200 CM.	1183	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	SLIMB000673	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	6	NO APLICA	NO APLICA
RADIOVISIÓGRAFO DENTAL DIGITAL INTRAORAL. EQUIPO ELECTROMÉDICO DESTINADO A LA ADQUISICIÓN, VISUALIZACIÓN, ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE IMÁGENES RADIOGRÁFICAS DIGITALES INTRAORALES PARA APOYO AL DIAGNÓSTICO ODONTOLÓGICO, MEDIANTE SENSOR DIGITAL QUE CAPTA LOS FOTONES DE RAYOS X Y LOS CONVIERTE EN SEÑALES ELECTRÓNICAS PARA SU PROCESAMIENTO Y VISUALIZACIÓN EN UN EQUIPO DE CÓMPUTO. CON DETECTOR DE TECNOLOGÍA CMOS O SUPERIOR. TAMAÑO DE PÍXEL DE 14.8 MM O MENOR. RESOLUCIÓN TEÓRICA DE 33 LP/MM O MAYOR. PROFUNDIDAD DE IMAGEN DE 12 BITS O MAYOR. SENSOR INTRAORAL CON DISEÑO ERGONÓMICO, BORDES REDONDEADOS Y ESPESOR MÁXIMO DE 5 MM, QUE FACILITE SU POSICIONAMIENTO Y CONTRIBUYA A LA COMODIDAD DEL PACIENTE. ÁREA ACTIVA DE ACUERDO CON EL TAMAÑO DEL SENSOR OFERTADO. CON CONEXIÓN DIGITAL DIRECTA MEDIANTE USB 2.0, USB 3.0 O SUPERIOR, COMPATIBLE CON EQUIPO DE CÓMPUTO. CABLE DE CONEXIÓN DE LONGITUD MÍNIMA DE 2.5 METROS. CON SOFTWARE PARA ADQUISICIÓN, VISUALIZACIÓN Y PROCESAMIENTO DE IMÁGENES RADIOGRÁFICAS DENTALES, QUE PERMITULA PARA REGULAR EL AGUA DE ENFRIAMIENTO MANÓMETROS CON ESCALA DE 0 A 4 KG/CM2 REGULADORES DE PRESIÓN DE AIRE Y AGUA PARA LAS PIEZAS DE MANO Y JERINGA TRIPLE. DOS PIEZAS DE MANO DE ALTA VELOCIDAD CON: TURBINA Y MANDRIL DE ACERO INOXIDABLE MANGO DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO DE 2 VÍAS DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE TURBINA CON MANDRIL EJE Y BALEROS DE ACERO INOXIDABLE CON VELOCIDAD DE GIRO DE 350000 RPM O MAYOR HERRAMIENTA PARA CAMBIO DE FRESA. PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD CON MANGO DE ACERO INOXIDABLE O	1183	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	SLIMB000673	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	2	NO APLICA	NO APLICA
UNIDAD RADIOLÓGICA DENTAL. EQUIPO DE RAYOS "X" QUE SE EMPLEA PARA ESTUDIOS RADIOGRÁFICOS DE PADECIMIENTOS ESTOMATOLÓGICOS. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: CONTROL DE TIEMPO DE EXPOSICIÓN TRANSFORMADOR DE ALTA TENSIÓN. TUBO DE RAYOS "X" DE ÁNODO FIJO CON UN PUNTO FOCAL. MA Y KV SOPORTE PARA EL EQUIPO. LOCALIZADOR.	1183	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	SLIMB000673	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	6	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1238	CULIACÁN (AGUARUTO)	SLIMB000685	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	1	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1238	CULIACÁN (AGUARUTO)	SLIMB000685	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	4	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1238	CULIACÁN (AGUARUTO)	SLIMB000685	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	1	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1239	BAILA	SLIMB000714	CULIACAN/BAILA	1	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1239	BAILA	SLIMB000714	CULIACAN/BAILA	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	1240	JESÚS MARÍA	SLIMB000772	CULIACAN/JESUS MARIA	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1240	JESÚS MARÍA	SLIMB000772	CULIACAN/JESUS MARIA	1	1	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1240	JESÚS MARÍA	SLIMB000772	CULIACAN/JESUS MARIA	1	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1240	JESÚS MARÍA	SLIMB000772	CULIACAN/JESUS MARIA	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1240	JESÚS MARÍA	SLIMB000772	CULIACAN/JESUS MARIA	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1240	JESÚS MARÍA	SLIMB000772	CULIACAN/JESUS MARIA	2	NO APLICA	NO APLICA

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	NO. DE FORMATO	NOMBRE DE LA UNIDAD	CLAVE CLUES	MUNICIPIO/LOCALIDAD	CANTIDAD	ADULTO	PEDIATRICO
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1241	SAN LORENZO	SLIMB000813	CULIACAN/SAN LORENZO	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1241	SAN LORENZO	SLIMB000813	CULIACAN/SAN LORENZO	1	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1242	PUEBLOS UNIDOS	SLIMB000854	CULIACAN/PUEBLOS UNIDOS	2	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1242	PUEBLOS UNIDOS	SLIMB000854	CULIACAN/PUEBLOS UNIDOS	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1242	PUEBLOS UNIDOS	SLIMB000854	CULIACAN/PUEBLOS UNIDOS	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	1243	GUADALUPE VICTORIA (EL ATORON)	SLIMB000871	ELDORADO/GUADALUPE VICTORIA (EL ATORON)	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1243	GUADALUPE VICTORIA (EL ATORON)	SLIMB000871	ELDORADO/GUADALUPE VICTORIA (EL ATORON)	1	1	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1243	GUADALUPE VICTORIA (EL ATORON)	SLIMB000871	ELDORADO/GUADALUPE VICTORIA (EL ATORON)	1	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1243	GUADALUPE VICTORIA (EL ATORON)	SLIMB000871	ELDORADO/GUADALUPE VICTORIA (EL ATORON)	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1243	GUADALUPE VICTORIA (EL ATORON)	SLIMB000871	ELDORADO/GUADALUPE VICTORIA (EL ATORON)	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1243	GUADALUPE VICTORIA (EL ATORON)	SLIMB000871	ELDORADO/GUADALUPE VICTORIA (EL ATORON)	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	1225	HOSPITAL INTEGRAL CHOIX	SLIMB000895	CHOIX/CHOIX	12	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1225	HOSPITAL INTEGRAL CHOIX	SLIMB000895	CHOIX/CHOIX	21	12	6
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1225	HOSPITAL INTEGRAL CHOIX	SLIMB000895	CHOIX/CHOIX	10	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1225	HOSPITAL INTEGRAL CHOIX	SLIMB000895	CHOIX/CHOIX	3	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1225	HOSPITAL INTEGRAL CHOIX	SLIMB000895	CHOIX/CHOIX	5	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO MERCURIAL PORTÁTIL. EQUIPO PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: MERCURIAL PORTÁTIL EN CAJA O BASE METÁLICA TUBO DE PLÁSTICO IRROMPIBLE ESCALA DE 0 A 300 MM HG CON GRADUACIÓN NUMÉRICA DE 10 MM HG Y RESOLUCIÓN DE 2 MM HG. SISTEMA DE INSUFLACIÓN QUE INCLUYA: BRAZALETE LAVABLE CON SISTEMA VELCRO PARA FIJACIÓN (ADULTO Y PEDIÁTRICO). BOLSA DE INSUFLACIÓN DE LÁTEX (ADULTO Y PEDIÁTRICO). PERILLA DE LÁTEX CON VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE AIRE CONECTOR CÓNICO TUBO O MANGUERA DE EXTENSIÓN DE 50 CM COMO MÍNIMO.	1225	HOSPITAL INTEGRAL CHOIX	SLIMB000895	CHOIX/CHOIX	9	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	1244	SAN JAVIER	SLIMB000970	CHOIX/SAN JAVIER	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1244	SAN JAVIER	SLIMB000970	CHOIX/SAN JAVIER	2	2	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1244	SAN JAVIER	SLIMB000970	CHOIX/SAN JAVIER	2	NO APLICA	NO APLICA

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	NO. DE FORMATO	NOMBRE DE LA UNIDAD	CLAVE CLUES	MUNICIPIO/LOCALIDAD	CANTIDAD	ADULTO	PEDIATRICO
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1244	SAN JAVIER	SLIMB000970	CHOIX/SAN JAVIER	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1244	SAN JAVIER	SLIMB000970	CHOIX/SAN JAVIER	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1244	SAN JAVIER	SLIMB000970	CHOIX/SAN JAVIER	3	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	1245	YECORATO	SLIMB000994	CHOIX/YECORATO	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1245	YECORATO	SLIMB000994	CHOIX/YECORATO	1	1	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1245	YECORATO	SLIMB000994	CHOIX/YECORATO	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1245	YECORATO	SLIMB000994	CHOIX/YECORATO	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	1246	ESCUINAPA	SLIMB001040	ESCUINAPA/ESCUINAPA DE HIDALGO	6	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1246	ESCUINAPA	SLIMB001040	ESCUINAPA/ESCUINAPA DE HIDALGO	6	6	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1246	ESCUINAPA	SLIMB001040	ESCUINAPA/ESCUINAPA DE HIDALGO	6	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1246	ESCUINAPA	SLIMB001040	ESCUINAPA/ESCUINAPA DE HIDALGO	6	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	1247	LA CONCHA (LA CONCEPCIÓN)	SLIMB001052	ESCUINAPA/LA CONCHA (LA CONCEPCION)	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1247	LA CONCHA (LA CONCEPCIÓN)	SLIMB001052	ESCUINAPA/LA CONCHA (LA CONCEPCION)	1	1	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1247	LA CONCHA (LA CONCEPCIÓN)	SLIMB001052	ESCUINAPA/LA CONCHA (LA CONCEPCION)	1	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1247	LA CONCHA (LA CONCEPCIÓN)	SLIMB001052	ESCUINAPA/LA CONCHA (LA CONCEPCION)	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1247	LA CONCHA (LA CONCEPCIÓN)	SLIMB001052	ESCUINAPA/LA CONCHA (LA CONCEPCION)	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1247	LA CONCHA (LA CONCEPCIÓN)	SLIMB001052	ESCUINAPA/LA CONCHA (LA CONCEPCION)	1	NO APLICA	NO APLICA

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	NO. DE FORMATO	NOMBRE DE LA UNIDAD	CLAVE CLUES	MUNICIPIO/LOCALIDAD	CANTIDAD	ADULTO	PEDIATRICO
VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIÁTRICO/NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL. EQUIPO ELECTROMECÁNICO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR DE SOPORTE DE VIDA PARA APOYO EN MODO DE VENTILACIÓN DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA Y CONVENCIONAL PARA PACIENTES NEONATOS Y PEDIÁTRICOS CON COMPROMISO DE LA FUNCIÓN RESPIRATORIA. PANTALLA INTERCONSTRUIDA: TIPO LCD LCD-TFT TFT O LED. A COLOR. SENSIBLE AL TACTO O TOUCH SCREEN. TAMAÑO DE 10.4" O MAYOR. CARACTERÍSTICAS DEL MODO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA: CONTROLES Y AJUSTES DE (VENTILACIÓN DE ALTA FRECUENCIA): PRESIÓN MEDIA EN LAS VÍAS AÉREAS QUE CUBRA EL RANGO DE 5 A 25 CMH2O O MBAR. FRECUENCIA RESPIRATORIA QUE CUBRA EL RANGO DE 5 A 15 HZ. FIO2 QUE CUBRA EL RANGO DE 21 A 100 %. AMPLITUD QUE CUBRA EL RANGO DE 5 A 80 (EN CMH2O O MBAR. O PORCENTAJE DE LA PRESIÓN MEDIA). MODOS VENTILATORIOS: HFV. HFV MÁS MODO CONVENCIONAL O VOLUMEN GARANTIZADO. PARÁMETROS MONITORIZADOS: PRESIÓN MEDIA EN LAS VÍAS AÉREAS (CMH2O O MBAR). FRECUENCIA RESPIRATORIA (HZ). FIO2 (%). AMPLITUD (CMH2O ULA PARA REGULAR EL AGUA DE ENFRIAMIENTO MANÓMETROS CON ESCALA DE 0 A 4 KG/CM2 REGULADORES DE PRESIÓN DE AIRE Y AGUA PARA LAS PIEZAS DE MANO Y JERINGA TRIPLE. DOS PIEZAS DE MANO DE ALTA VELOCIDAD CON: TURBINA Y MANDRIL DE ACERO INOXIDABLE MANGO DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO DE 2 VÍAS DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE TURBINA CON MANDRIL EJE Y BALEROS DE ACERO INOXIDABLE CON VELOCIDAD DE GIRO DE 350000 RPM O MAYOR HERRAMIENTA PARA CAMBIO DE FRESA. PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD CON MANGO DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO DE 2 VÍAS DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE GIRO DE 0 A 30000 +/- 10000 RPM MOTOR CON CAMBIADOR DE GIRO DE ACERO INOXIDABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE CONTRA ÁNGULO Y ADAPTADOR CONO RECTO CON MANDRIL DE ACERO INOXIDABLE PARA INSERTO DE FRESA Y HERRAMIENTA PARA CAMBIO EN CASO DE SER NECESARIO. JERINGA TRIPLE ESTOMATOLÓGICA PARA LAVAR Y SECAR CAMPOS CLÍNICOS BUCALES DE ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO CON DOS PUNTAS DESMONTABLES Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE CON DOS DUCTOS UNO PARA AGUA Y OTRO PARA AIRE OPERADO POR VÁLVULAS MECÁNICAS INDEPENDIENTES PARA LA SELECCIÓN DE TRABAJO SECO HÚMEDO O ROCÍO CON ALIMENTACIÓN DE AGUA Y AIRE CON VÁLVULA DE NO-RETRACCIÓN. UNIDAD ULTRASÓNICA DE PROFILAXIS PARA EFECTUAR DETARTRAJE INTEGRADO AL EQUIPO PIEZA DE MANO CON PUNTAS INTERCAMBIABLES CONTROL DE POTENCIA ELÉCTRICA DE 0 A 30 WATTS MÁXIMO CONTROL DE SALIDA DE AGUA REGULADA. SILLÓN ELECTROHIDRÁULICO O ELECTROMECÁNICO ESTOMATOLÓGICO ANATÓMICO: CAPACIDAD MÍNIMA DE LEVANTE DE 180 KG CON MOVIMIENTOS VERTICALES DE ASCENSO Y DESCENSO VARIABLE DESDE SU BASE SISTEMA DE MANDO ELÉCTRICO ACCIONADO CON CONTROL MANUAL Y/O PEDAL MOVIMIENTOS ELECTROMECÁNICOS DEL RESPALDO PARA LAS SIGUIENTES POSICIONES: DESDE POSICIÓN CERO HASTA TRENDELEMBURG POSICIÓN CERO AUTOMÁTICA. ASIENTO Y DESCANSA PIERNAS CORRIDO FORRADO CON MATERIAL PLÁSTICO LAVABLE. FUNDA DE PROTECCIÓN EN EL ÁREA DE LA PIECERA CON CODERAS O DESCANSA BRAZOS ABATIBLES CABEZAL CON ARTICULACIÓN PARA MOVIMIENTOS DE RECLINACIÓN ANTERIOR Y POSTERIOR. ESCUPIDERA FIJA INTEGRADA AL SOPORTE DEL SILLÓN O A LA UNIDAD DESPLAZABLE HORIZONTALMENTE Y AJUSTE VERTICAL CON RECIPIENTE DE PORCELANA O VIDRIO PORCELANIZADO O POLÍMERO RESISTENTE A RAYADURAS O ACERO ESMALTADO DESMONTABLE PARA FÁCIL LIMPIEZA SOPORTE PARA LLENADO DE VASO CON CONTROL DE LLENADO Y ENJUAGUE DE ESCUPIDERA TEMPORIZADO BASE CONECTADA AL SISTEMA DE DRENAJE. ASPIRADOR QUIRÚRGICO DE VACIADO RÁPIDO; CON SISTEMA SILENCIOSO; ACCIONADO CON AIRE CON TRAMPA PARA SÓLIDOS Y CON DESCARGA DIRECTA AL DRENAJE. EYECTOR DE SALIVA CON FILTRO PARA RETENCIÓN DE SÓLIDOS Y ADAPTADOR PARA CÁNULAS. DESECHABLES CON DESCARGA DIRECTA AL DRENAJE. DOS SILLAS UNA PARA ESTOMATÓLOGO Y UNA PARA ASISTENTE CON DESCANSA PIES AMBOS CON SISTEMA NEUMÁTICO PARA AJUSTE DE ALTURA CON RODAJAS TAPIZADOS DE PLÁSTICO O TELA RESISTENTE Y LAVABLE. CON SISTEMA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AIRE Y AGUA DE LA CAJA DE CONEXIONES AL MÓDULO DE TRABAJO DEBIDAMENTE PROTEGIDO QUE LE PERMITAN SU DESPLAZAMIENTO A UN RADIO DE ACCIÓN DE DOS METROS COMO MÍNIMO EN TORNO AL SILLÓN. CON SISTEMA DE PROTECCIÓN QUE IMPIDA EL REFLUJO DE LÍQUIDOS AL TÉRMINO DE LOS TRATAMIENTOS. CON MANGUERAS DE SILICÓN O POLIURETANO USAS DE 2 VÍAS DE UN LARGO DE 180 A 200 CM.O SOPORTE PARA CIRCUITO PACIENTE. BASE RODABLE PARA EL EQUIPO CON SISTEMA DE FRENO EN AL MENOS DOS RUEDAS. MANGUERAS PARA SUMINISTRO DE GAS DE ACUERDO AL CÓDIGO AMERICANO DE COLORES: O2- VERDE AIRE - AMARILLO. Y CONEXIONES DE ACUERDO A CADA UNIDAD SOLICITANTE AL MOMENTO DE LICITAR. DOS CIRCUITOS DE PACIENTE PEDIÁTRICO / NEONATAL REUSABLES LIBRES DE LÁTEX (INCLUYE ADAPTADORES Y CONECTORES). O DIEZ CIRCUITOS DESECHABLES LIBRES DE LÁTEX. Y SI LA MARCA LO REQUIERE DOS CIRCUITOS DE ALTA FRECUENCIA REUSABLES LIBRES DE LÁTEX (INCLUYE ADAPTADORES Y CONECTORES). DOS	1181	HOSPITAL GENERAL GUASAVE	SLIMB001134	GUASAVE/GUASAVE	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	1149	HOSPITAL GENERAL GUASAVE	SLIMB001134	GUASAVE/GUASAVE	10	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1149	HOSPITAL GENERAL GUASAVE	SLIMB001134	GUASAVE/GUASAVE	5	5	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1149	HOSPITAL GENERAL GUASAVE	SLIMB001134	GUASAVE/GUASAVE	2	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1149	HOSPITAL GENERAL GUASAVE	SLIMB001134	GUASAVE/GUASAVE	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1149	HOSPITAL GENERAL GUASAVE	SLIMB001134	GUASAVE/GUASAVE	5	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1149	HOSPITAL GENERAL GUASAVE	SLIMB001134	GUASAVE/GUASAVE	5	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	1248	ADOLFO RUIZ CORTINES	SLIMB001146	GUASAVE/ADOLFO RUIZ CORTINES	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1248	ADOLFO RUIZ CORTINES	SLIMB001146	GUASAVE/ADOLFO RUIZ CORTINES	2	2	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1248	ADOLFO RUIZ CORTINES	SLIMB001146	GUASAVE/ADOLFO RUIZ CORTINES	3	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1248	ADOLFO RUIZ CORTINES	SLIMB001146	GUASAVE/ADOLFO RUIZ CORTINES	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1248	ADOLFO RUIZ CORTINES	SLIMB001146	GUASAVE/ADOLFO RUIZ CORTINES	3	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1248	ADOLFO RUIZ CORTINES	SLIMB001146	GUASAVE/ADOLFO RUIZ CORTINES	3	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	1249	BACHOCO	SLIMB001163	JUAN JOSE RIOS/BACHOCO	3	NO APLICA	NO APLICA

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	NO. DE FORMATO	NOMBRE DE LA UNIDAD	CLAVE CLUES	MUNICIPIO/LOCALIDAD	CANTIDAD	ADULTO	PEDIATRICO
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1249	BACHOCO	SLIMB001163	JUAN JOSE RIOS/BACHOCO	4	4	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1249	BACHOCO	SLIMB001163	JUAN JOSE RIOS/BACHOCO	3	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1249	BACHOCO	SLIMB001163	JUAN JOSE RIOS/BACHOCO	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1249	BACHOCO	SLIMB001163	JUAN JOSE RIOS/BACHOCO	2	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1250	BAMOA	SLIMB001175	GUASAVE/BAMOA	1	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1250	BAMOA	SLIMB001175	GUASAVE/BAMOA	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1250	BAMOA	SLIMB001175	GUASAVE/BAMOA	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1250	BAMOA	SLIMB001175	GUASAVE/BAMOA	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	1251	CALLEJONES DE TAMAZULA	SLIMB001204	GUASAVE/CALLEJONES DE TAMAZULA	3	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1251	CALLEJONES DE TAMAZULA	SLIMB001204	GUASAVE/CALLEJONES DE TAMAZULA	3	3	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1251	CALLEJONES DE TAMAZULA	SLIMB001204	GUASAVE/CALLEJONES DE TAMAZULA	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1251	CALLEJONES DE TAMAZULA	SLIMB001204	GUASAVE/CALLEJONES DE TAMAZULA	3	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	1252	EL CUBILETE (EL NUMERO UNO)	SLIMB001233	GUASAVE/EL CUBILETE (EL CUBILETE NUMERO UNO)	4	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1252	EL CUBILETE (EL NUMERO UNO)	SLIMB001233	GUASAVE/EL CUBILETE (EL CUBILETE NUMERO UNO)	4	4	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1252	EL CUBILETE (EL NUMERO UNO)	SLIMB001233	GUASAVE/EL CUBILETE (EL CUBILETE NUMERO UNO)	1	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1252	EL CUBILETE (EL NUMERO UNO)	SLIMB001233	GUASAVE/EL CUBILETE (EL CUBILETE NUMERO UNO)	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1252	EL CUBILETE (EL NUMERO UNO)	SLIMB001233	GUASAVE/EL CUBILETE (EL CUBILETE NUMERO UNO)	4	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1252	EL CUBILETE (EL NUMERO UNO)	SLIMB001233	GUASAVE/EL CUBILETE (EL CUBILETE NUMERO UNO)	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	1253	EL HUITUSSI	SLIMB001286	GUASAVE/EL HUITUSSI	3	NO APLICA	NO APLICA

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	NO. DE FORMATO	NOMBRE DE LA UNIDAD	CLAVE CLUES	MUNICIPIO/LOCALIDAD	CANTIDAD	ADULTO	PEDIATRICO
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1253	EL HUITUSSI	SLIMB001286	GUASAVE/EL HUITUSSI	2	2	0
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1253	EL HUITUSSI	SLIMB001286	GUASAVE/EL HUITUSSI	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	1255	HERCULANO DE LA ROCHA	SLIMB001390	GUASAVE/HERCULANO DE LA ROCHA	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1255	HERCULANO DE LA ROCHA	SLIMB001390	GUASAVE/HERCULANO DE LA ROCHA	3	3	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1255	HERCULANO DE LA ROCHA	SLIMB001390	GUASAVE/HERCULANO DE LA ROCHA	2	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1255	HERCULANO DE LA ROCHA	SLIMB001390	GUASAVE/HERCULANO DE LA ROCHA	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1255	HERCULANO DE LA ROCHA	SLIMB001390	GUASAVE/HERCULANO DE LA ROCHA	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1255	HERCULANO DE LA ROCHA	SLIMB001390	GUASAVE/HERCULANO DE LA ROCHA	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	1256	ISLA DE LA PIEDRA	SLIMB001402	MAZATLAN/MAZATLAN	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1256	ISLA DE LA PIEDRA	SLIMB001402	MAZATLAN/MAZATLAN	1	1	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1256	ISLA DE LA PIEDRA	SLIMB001402	MAZATLAN/MAZATLAN	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1256	ISLA DE LA PIEDRA	SLIMB001402	MAZATLAN/MAZATLAN	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1256	ISLA DE LA PIEDRA	SLIMB001402	MAZATLAN/MAZATLAN	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	1257	MAZATLAN (COL. 20 DE NOVIEMBRE)	SLIMB001414	MAZATLAN/MAZATLAN	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1257	MAZATLAN (COL. 20 DE NOVIEMBRE)	SLIMB001414	MAZATLAN/MAZATLAN	1	1	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1257	MAZATLAN (COL. 20 DE NOVIEMBRE)	SLIMB001414	MAZATLAN/MAZATLAN	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1257	MAZATLAN (COL. 20 DE NOVIEMBRE)	SLIMB001414	MAZATLAN/MAZATLAN	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	1258	MAZATLAN (COL. MONTUOSA)	SLIMB001426	MAZATLAN/MAZATLAN	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1258	MAZATLAN (COL. MONTUOSA)	SLIMB001426	MAZATLAN/MAZATLAN	2	2	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1258	MAZATLAN (COL. MONTUOSA)	SLIMB001426	MAZATLAN/MAZATLAN	2	NO APLICA	NO APLICA

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	NO. DE FORMATO	NOMBRE DE LA UNIDAD	CLAVE CLUES	MUNICIPIO/LOCALIDAD	CANTIDAD	ADULTO	PEDIATRICO
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1258	MAZATLAN (COL. MONTUOSA)	SLIMB001426	MAZATLAN/MAZATLAN	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1258	MAZATLAN (COL. MONTUOSA)	SLIMB001426	MAZATLAN/MAZATLAN	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1258	MAZATLAN (COL. MONTUOSA)	SLIMB001426	MAZATLAN/MAZATLAN	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	1259	MAZATLAN (COL. URIAS)	SLIMB001431	MAZATLAN/MAZATLAN	5	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1259	MAZATLAN (COL. URIAS)	SLIMB001431	MAZATLAN/MAZATLAN	5	5	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1259	MAZATLAN (COL. URIAS)	SLIMB001431	MAZATLAN/MAZATLAN	4	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1259	MAZATLAN (COL. URIAS)	SLIMB001431	MAZATLAN/MAZATLAN	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1259	MAZATLAN (COL. URIAS)	SLIMB001431	MAZATLAN/MAZATLAN	4	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1259	MAZATLAN (COL. URIAS)	SLIMB001431	MAZATLAN/MAZATLAN	3	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1260	LA NORIA DE SAN ANTONIO (LA NORIA)	SLIMB001472	MAZATLAN/LA NORIA DE SAN ANTONIO (LA NORIA)	2	2	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1260	LA NORIA DE SAN ANTONIO (LA NORIA)	SLIMB001472	MAZATLAN/LA NORIA DE SAN ANTONIO (LA NORIA)	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1260	LA NORIA DE SAN ANTONIO (LA NORIA)	SLIMB001472	MAZATLAN/LA NORIA DE SAN ANTONIO (LA NORIA)	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1269	EL RECODO	SLIMB001501	MAZATLAN/EL RECODO	1	1	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1269	EL RECODO	SLIMB001501	MAZATLAN/EL RECODO	1	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1269	EL RECODO	SLIMB001501	MAZATLAN/EL RECODO	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1269	EL RECODO	SLIMB001501	MAZATLAN/EL RECODO	1	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1270	SAN MARCOS	SLIMB001513	MAZATLAN/SAN MARCOS	1	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1270	SAN MARCOS	SLIMB001513	MAZATLAN/SAN MARCOS	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1270	SAN MARCOS	SLIMB001513	MAZATLAN/SAN MARCOS	1	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1152	HOSPITAL INTEGRAL MOCORITO	SLIMB001554	MOCORITO/MOCORITO	10	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1152	HOSPITAL INTEGRAL MOCORITO	SLIMB001554	MOCORITO/MOCORITO	10	NO APLICA	NO APLICA

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	NO. DE FORMATO	NOMBRE DE LA UNIDAD	CLAVE CLUES	MUNICIPIO/LOCALIDAD	CANTIDAD	ADULTO	PEDIATRICO
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1152	HOSPITAL INTEGRAL MOCORITO	SLIMB001554	MOCORITO/MOCORITO	10	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	1271	CERRO AGUDO	SLIMB001571	MOCORITO/CERRO AGUDO	4	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1271	CERRO AGUDO	SLIMB001571	MOCORITO/CERRO AGUDO	3	3	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1271	CERRO AGUDO	SLIMB001571	MOCORITO/CERRO AGUDO	2	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1271	CERRO AGUDO	SLIMB001571	MOCORITO/CERRO AGUDO	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1271	CERRO AGUDO	SLIMB001571	MOCORITO/CERRO AGUDO	3	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1271	CERRO AGUDO	SLIMB001571	MOCORITO/CERRO AGUDO	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	1153	HOSPITAL INTEGRAL DE EL ROSARIO	SLIMB001711	ROSARIO/EL ROSARIO	10	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1153	HOSPITAL INTEGRAL DE EL ROSARIO	SLIMB001711	ROSARIO/EL ROSARIO	8	8	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1153	HOSPITAL INTEGRAL DE EL ROSARIO	SLIMB001711	ROSARIO/EL ROSARIO	7	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1153	HOSPITAL INTEGRAL DE EL ROSARIO	SLIMB001711	ROSARIO/EL ROSARIO	10	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	1272	EJIDO EL TABLON NO 1(CRUCES CUATAS)	SLIMB001740	ROSARIO/EL EJIDO TABLON NUMERO UNO (LAS CRUCES CUATAS)	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1272	EJIDO EL TABLON NO 1(CRUCES CUATAS)	SLIMB001740	ROSARIO/EL EJIDO TABLON NUMERO UNO (LAS CRUCES CUATAS)	2	2	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1272	EJIDO EL TABLON NO 1(CRUCES CUATAS)	SLIMB001740	ROSARIO/EL EJIDO TABLON NUMERO UNO (LAS CRUCES CUATAS)	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1272	EJIDO EL TABLON NO 1(CRUCES CUATAS)	SLIMB001740	ROSARIO/EL EJIDO TABLON NUMERO UNO (LAS CRUCES CUATAS)	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	1273	AGUA VERDE	SLIMB001776	ROSARIO/AGUA VERDE	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1273	AGUA VERDE	SLIMB001776	ROSARIO/AGUA VERDE	2	2	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1273	AGUA VERDE	SLIMB001776	ROSARIO/AGUA VERDE	3	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1273	AGUA VERDE	SLIMB001776	ROSARIO/AGUA VERDE	3	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1273	AGUA VERDE	SLIMB001776	ROSARIO/AGUA VERDE	2	NO APLICA	NO APLICA

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	NO. DE FORMATO	NOMBRE DE LA UNIDAD	CLAVE CLUES	MUNICIPIO/LOCALIDAD	CANTIDAD	ADULTO	PEDIATRICO
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1273	AGUA VERDE	SLIMB001776	ROSARIO/AGUA VERDE	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	1274	EMILIO ALVAREZ IBARRA(GOLONDRINAS)	SLIMB001846	SALVADOR ALVARADO/EMILIO ALVAREZ IBARRA (LAS GOLONDRINAS)	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1274	EMILIO ALVAREZ IBARRA(GOLONDRINAS)	SLIMB001846	SALVADOR ALVARADO/EMILIO ALVAREZ IBARRA (LAS GOLONDRINAS)	2	2	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1274	EMILIO ALVAREZ IBARRA(GOLONDRINAS)	SLIMB001846	SALVADOR ALVARADO/EMILIO ALVAREZ IBARRA (LAS GOLONDRINAS)	4	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1274	EMILIO ALVAREZ IBARRA(GOLONDRINAS)	SLIMB001846	SALVADOR ALVARADO/EMILIO ALVAREZ IBARRA (LAS GOLONDRINAS)	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1274	EMILIO ALVAREZ IBARRA(GOLONDRINAS)	SLIMB001846	SALVADOR ALVARADO/EMILIO ALVAREZ IBARRA (LAS GOLONDRINAS)	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	1275	IXPALINO	SLIMB001904	SAN IGNACIO/IXPALINO	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1275	IXPALINO	SLIMB001904	SAN IGNACIO/IXPALINO	1	1	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1275	IXPALINO	SLIMB001904	SAN IGNACIO/IXPALINO	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	1276	PIAXTLA DE ABAJO	SLIMB001921	SAN IGNACIO/PIAXTLA DE ABAJO	1	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1276	PIAXTLA DE ABAJO	SLIMB001921	SAN IGNACIO/PIAXTLA DE ABAJO	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1276	PIAXTLA DE ABAJO	SLIMB001921	SAN IGNACIO/PIAXTLA DE ABAJO	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	1154	HOSPITAL INTEGRAL DE SINALOA DE LEYVA	SLIMB001950	SINALOA/SINALOA DE LEYVA	7	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1154	HOSPITAL INTEGRAL DE SINALOA DE LEYVA	SLIMB001950	SINALOA/SINALOA DE LEYVA	5	5	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1154	HOSPITAL INTEGRAL DE SINALOA DE LEYVA	SLIMB001950	SINALOA/SINALOA DE LEYVA	7	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1154	HOSPITAL INTEGRAL DE SINALOA DE LEYVA	SLIMB001950	SINALOA/SINALOA DE LEYVA	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1154	HOSPITAL INTEGRAL DE SINALOA DE LEYVA	SLIMB001950	SINALOA/SINALOA DE LEYVA	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	1277	LLANO GRANDE	SLIMB002056	SINALOA/LLANO GRANDE	3	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1277	LLANO GRANDE	SLIMB002056	SINALOA/LLANO GRANDE	1	1	0

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	NO. DE FORMATO	NOMBRE DE LA UNIDAD	CLAVE CLUES	MUNICIPIO/LOCALIDAD	CANTIDAD	ADULTO	PEDIATRICO
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1277	LLANO GRANDE	SLIMB002056	SINALOA/LLANO GRANDE	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1277	LLANO GRANDE	SLIMB002056	SINALOA/LLANO GRANDE	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1278	RECOVECO	SLIMB002155	MOCORITO/RECOVECO	3	3	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1278	RECOVECO	SLIMB002155	MOCORITO/RECOVECO	1	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1278	RECOVECO	SLIMB002155	MOCORITO/RECOVECO	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1278	RECOVECO	SLIMB002155	MOCORITO/RECOVECO	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1278	RECOVECO	SLIMB002155	MOCORITO/RECOVECO	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	1155	HOSPITAL INTEGRAL NAVOLATO	SLIMB002184	NAVOLATO/NAVOLATO	15	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1155	HOSPITAL INTEGRAL NAVOLATO	SLIMB002184	NAVOLATO/NAVOLATO	10	10	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1155	HOSPITAL INTEGRAL NAVOLATO	SLIMB002184	NAVOLATO/NAVOLATO	10	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1155	HOSPITAL INTEGRAL NAVOLATO	SLIMB002184	NAVOLATO/NAVOLATO	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1155	HOSPITAL INTEGRAL NAVOLATO	SLIMB002184	NAVOLATO/NAVOLATO	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1155	HOSPITAL INTEGRAL NAVOLATO	SLIMB002184	NAVOLATO/NAVOLATO	5	NO APLICA	NO APLICA
VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIÁTRICO/NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL. EQUIPO ELECTROMECÁNICO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR DE SOPORTE DE VIDA PARA APOYO EN MODO DE VENTILACIÓN DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA Y CONVENCIONAL PARA PACIENTES NEONATOS Y PEDIÁTRICOS CON COMPROMISO DE LA FUNCIÓN RESPIRATORIA. PANTALLA INTERCONSTRUIDA: TIPO LCD LCD-TFT TFT O LED. A COLOR. SENSIBLE AL TACTO O TOUCH SCREEN. TAMAÑO DE 10.4" O MAYOR. CARACTERÍSTICAS DEL MODO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA: CONTROLES Y AJUSTES DE (VENTILACIÓN DE ALTA FRECUENCIA): PRESIÓN MEDIA EN LAS VÍAS AÉREAS QUE CUBRA EL RANGO DE 5 A 25 CMH2O O MBAR. FRECUENCIA RESPIRATORIA QUE CUBRA EL RANGO DE 5 A 15 HZ. FIO2 QUE CUBRA EL RANGO DE 21 A 100 %. AMPLITUD QUE CUBRA EL RANGO DE 5 A 80 (EN CMH2O O MBAR, O PORCENTAJE DE LA PRESIÓN MEDIA). MODOS VENTILATORIOS: HFV. HFV MÁS MODO CONVENCIONAL O VOLUMEN GARANTIZADO. PARÁMETROS MONITORIZADOS: PRESIÓN MEDIA EN LAS VÍAS AÉREAS (CMH2O O MBAR). FRECUENCIA RESPIRATORIA (HZ). FIO2 (%). AMPLITUD (CMH2O ULA PARA REGULAR EL AGUA DE ENFRIAMIENTO MANÓMETROS CON ESCALA DE 0 A 4 KG/CM2 REGULADORES DE PRESIÓN DE AIRE Y AGUA PARA LAS PIEZAS DE MANO Y JERINGA TRIPLE. DOS PIEZAS DE MANO DE ALTA VELOCIDAD CON: TURBINA Y MANDRIL DE ACERO INOXIDABLE MANGO DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO DE 2 VÍAS DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE TURBINA CON MANDRIL EJE Y BALEROS DE ACERO INOXIDABLE CON VELOCIDAD DE GIRO DE 350000 RPM O MAYOR HERRAMIENTA PARA CAMBIO DE FRESA. PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD CON MANGO DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO DE 2 VÍAS DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE GIRO DE 0 A 30000 +/- 10000 RPM MOTOR CON CAMBIADOR DE GIRO DE ACERO INOXIDABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE CONTRA ÁNGULO Y ADAPTADOR CONO RECTO CON MANDRIL DE ACERO INOXIDABLE PARA INSERTO DE FRESA Y HERRAMIENTA PARA CAMBIO EN CASO DE SER NECESARIO. JERINGA TRIPLE ESTOMATOLÓGICA PARA LAVAR Y SECAR CAMPOS CLÍNICOS BUCALES DE ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO CON DOS PUNTAS DESMONTABLES Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE CON DOS DUCTOS UNO PARA AGUA Y OTRO PARA AIRE OPERADO POR VÁLVULAS MECÁNICAS INDEPENDIENTES PARA LA SELECCIÓN DE TRABAJO SECO HÚMEDO O ROCÍO CON ALIMENTACIÓN DE AGUA Y AIRE CON VÁLVULA DE NO-RETRACCIÓN. UNIDAD ULTRASÓNICA DE PROFILAXIS PARA EFECTUAR DETARTRAJE INTEGRADO AL EQUIPO PIEZA DE MANO CON PUNTAS INTERCAMBIABLES CONTROL DE POTENCIA ELÉCTRICA DE 0 A 30 WATTS MÁXIMO CONTROL DE SALIDA DE AGUA REGULADA. SILLÓN ELECTROHIDRÁULICO O ELECTROMECÁNICO ESTOMATOLÓGICO ANATÓMICO: CAPACIDAD MÍNIMA DE LEVANTE DE 180 KG CON MOVIMIENTOS VERTICALES DE ASCENSO Y DESCENSO VARIABLE DESDE SU BASE SISTEMA DE MANDO ELÉCTRICO ACCIONADO CON CONTROL MANUAL Y/O PEDAL MOVIMIENTOS ELECTROMECÁNICOS DEL RESPALDO PARA LAS SIGUIENTES POSICIONES: DESDE POSICIÓN CERO HASTA TRENDELEMBURG POSICIÓN CERO AUTOMÁTICA. ASIENTO Y DESCANSA PIERNAS CORRIDO FORRADO CON MATERIAL PLÁSTICO LAVABLE. FUNDA DE PROTECCIÓN EN EL ÁREA DE LA PIECERA CON CODERAS O DESCANSA BRAZOS ABATIBLES CABEZAL CON ARTICULACIÓN PARA MOVIMIENTOS DE RECLINACIÓN ANTERIOR Y POSTERIOR. ESCUPIDERA FIJA INTEGRADA AL SOPORTE DEL SILLÓN O A LA UNIDAD DESPLAZABLE HORIZONTALMENTE Y AJUSTE VERTICAL CON RECIPIENTE DE PORCELANA O VIDRIO PORCELANIZADO O POLÍMERO RESISTENTE A RAYADURAS O ACERO ESMALTADO DESMONTABLE PARA FÁCIL LIMPIEZA SOPORTE PARA LLENADO DE VASO CON CONTROL DE LLENADO Y ENJUAGUE DE ESCUPIDERA TEMPORIZADO BASE CONECTADA AL SISTEMA DE DRENAJE. ASPIRADOR QUIRÚRGICO DE VACIADO RÁPIDO; CON SISTEMA SILENCIOSO; ACCIONADO CON AIRE CON TRAMPA PARA SÓLIDOS Y CON DESCARGA DIRECTA AL DRENAJE. EYECTOR DE SALIVA CON FILTRO PARA RETENCIÓN DE SÓLIDOS Y ADAPTADOR PARA CÁNULAS. DESECHABLES CON DESCARGA DIRECTA AL DRENAJE. DOS SILLAS UNA PARA ESTOMATÓLOGO Y UNA PARA ASISTENTE CON DESCANSA PIES AMBOS CON SISTEMA NEUMÁTICO PARA AJUSTE DE ALTURA CON RODAJAS TAPIZADOS DE PLÁSTICO O TELA RESISTENTE Y LAVABLE. CON SISTEMA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AIRE Y AGUA DE LA CAJA DE CONEXIONES AL MÓDULO DE TRABAJO DEBIDAMENTE PROTEGIDO QUE LE PERMITAN SU DESPLAZAMIENTO A UN RADIO DE ACCIÓN DE DOS METROS COMO MÍNIMO EN TORNO AL SILLÓN. CON SISTEMA DE PROTECCIÓN QUE IMPIDA EL REFLUJO DE LÍQUIDOS AL TÉRMINO DE LOS TRATAMIENTOS. CON MANGUERAS DE SILICÓN O POLIURETANO LISAS DE 2 VÍAS DE UN LARGO DE 180 A 200 CM.O SOPORTE PARA CIRCUITO PACIENTE. BASE RODABLE PARA EL EQUIPO CON SISTEMA DE FRENO EN AL MENOS DOS RUEDAS. MANGUERAS PARA SUMINISTRO DE GAS DE ACUERDO AL CÓDIGO AMERICANO DE COLORES: 02- VERDE AIRE - AMARILLO. Y CONEXIONES DE ACUERDO A CADA UNIDAD SOLICITANTE AL MOMENTO DE LICITAR. DOS CIRCUITOS DE PACIENTE PEDIÁTRICO / NEONATAL REUSABLES LIBRES DE LÁTEX (INCLUYE ADAPTADORES Y CONECTORES). O DIEZ CIRCUITOS DESECHABLES LIBRES DE LÁTEX. Y SI LA MARCA LO REQUIERE DOS CIRCUITOS DE ALTA FRECUENCIA REUSABLES LIBRES DE LÁTEX (INCLUYE ADAPTADORES Y CONECTORES). DOS	1180	HOSPITAL PEDIÁTRICO DE SINALOA	SLIMB002230	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	1	NO APLICA	NO APLICA

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	NO. DE FORMATO	NOMBRE DE LA UNIDAD	CLAVE CLUES	MUNICIPIO/LOCALIDAD	CANTIDAD	ADULTO	PEDIATRICO
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	1228	HOSPITAL PEDIÁTRICO DE SINALOA	SLIMB002230	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	100	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1228	HOSPITAL PEDIÁTRICO DE SINALOA	SLIMB002230	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	50	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON LUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1228	HOSPITAL PEDIÁTRICO DE SINALOA	SLIMB002230	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	25	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1228	HOSPITAL PEDIÁTRICO DE SINALOA	SLIMB002230	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	50	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1228	HOSPITAL PEDIÁTRICO DE SINALOA	SLIMB002230	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	100	100	0
ESFIGMOMANÓMETRO MERCURIAL PORTÁTIL. EQUIPO PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: MERCURIAL PORTÁTIL EN CAJA O BASE METÁLICA TUBO DE PLÁSTICO IRROMPIBLE ESCALA DE 0 A 300 MM HG CON GRADUACIÓN NUMÉRICA DE 10 MM HG Y RESOLUCIÓN DE 2 MM HG. SISTEMA DE INSUFLACIÓN QUE INCLUYA: BRAZALETE LAVABLE CON SISTEMA VELCRO PARA FIJACIÓN (ADULTO Y PEDIÁTRICO). BOLSA DE INSUFLACIÓN DE LÁTEX (ADULTO Y PEDIÁTRICO). PERILLA DE LÁTEX CON VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE AIRE CONECTOR CÓNICO TUBO O MANGUERA DE EXTENSIÓN DE 50 CM COMO MÍNIMO.	1228	HOSPITAL PEDIÁTRICO DE SINALOA	SLIMB002230	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	100	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1159	HOSPITAL INTEGRAL VALLE DEL CARRIZO	SLIMB002242	AHOME/GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	5	5	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1159	HOSPITAL INTEGRAL VALLE DEL CARRIZO	SLIMB002242	AHOME/GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	5	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1159	HOSPITAL INTEGRAL VALLE DEL CARRIZO	SLIMB002242	AHOME/GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	5	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON LUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1159	HOSPITAL INTEGRAL VALLE DEL CARRIZO	SLIMB002242	AHOME/GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1159	HOSPITAL INTEGRAL VALLE DEL CARRIZO	SLIMB002242	AHOME/GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	5	NO APLICA	NO APLICA
INCUBADORA PARA RECIÉN NACIDO. EQUIPO ELECTROMÉDICO CON RUEDAS QUE PROPORCIONA CONDICIONES ÓPTIMAS DE TEMPERATURA HUMEDAD Y OXIGENACIÓN. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: CARRO CON SISTEMA DE FRENO EN AL MENOS DOS RUEDAS; SISTEMA DE AUTOPRUEBA INICIAL Y DURANTE EL FUNCIONAMIENTO. CON PUERTO RS232.CONTROLES: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: INTERVALO DE CONTROL DE TEMPERATURA DE: PIEL DE PACIENTE AIRE CON RESOLUCIÓN DE 0.2 °C O MENOR. SISTEMA DE HUMIDIFICACIÓN Y MEDICIÓN DE LA HUMEDAD RELATIVA. MONITOREO DE PARÁMETROS: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: DESPLIEGUE DIGITAL SIMULTÁNEO DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: TEMPERATURA DE AIRE AJUSTADA Y MONITORIZADA; TEMPERATURA DE PIEL DE PACIENTE AJUSTADA Y MONITORIZADA; HUMEDAD RELATIVA AJUSTADA Y MONITORIZADA; CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO AJUSTADA Y MONITORIZADA. INDICADOR DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO. MONITOREO CONTINUO DE LA TEMPERATURA CORPULA PARA REGULAR EL AGUA DE ENFRIAMIENTO MANÓMETROS CON ESCALA DE 0 A 4 KG/CM2 REGULADORES DE PRESIÓN DE AIRE Y AGUA PARA LAS PIEZAS DE MANO Y JERINGA TRIPLE. DOS PIEZAS DE MANO DE ALTA VELOCIDAD CON: TURBINA Y MANDRIL DE ACERO INOXIDABLE MANGO DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO DE 2 VÍAS DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE TURBINA CON MANDRIL EJE Y BALEROS DE ACERO INOXIDABLE CON VELOCIDAD DE GIRO DE 350000 RPM O MAYOR HERRAMIENTA PARA CAMBIO DE FRESA. PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD CON MANGO DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO DE 2 VÍAS DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE GIRO DE 0 A 30000 +/- 10000 RPM MOTOR CON CAMBIADOR DE GIRO DE ACERO INOXIDABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE CONTRA ÁNGULO Y ADAPTADOR CONO RECTO CON MANDRIL DE ACERO INOXIDABLE PARA INSERTO DE FRESA Y HERRAMIENTA PARA CAMBIO EN CASO DE SER NECESARIO. JERINGA TRIPLE ESTOMATOLÓGICA PARA LAVAR Y SECAR CAMPOS CLÍNICOS BUCALES DE ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO CON DOS PUNTAS DESMONTABLES Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE CON DOS DUCTOS UNO PARA AGUA Y OTRO PARA AIRE OPERADO POR VÁLVULAS MECÁNICAS INDEPENDIENTES PARA LA SELECCIÓN DE TRABAJO SECO HÚMEDO O ROCÍO CON ALIMENTACIÓN DE AGUA Y AIRE CON VÁLVULA DE NO-RETRACCIÓN. UNIDAD ULTRASÓNICA DE PROFILAXIS PARA EFECTUAR DETARTRAJE INTEGRADO AL EQUIPO PIEZA DE MANO CON PUNTAS INTERCAMBIABLES CONTROL DE POTENCIA ELÉCTRICA DE 0 A 30 WATTS MÁXIMO CONTROL DE SALIDA DE AGUA REGULADA. SILLÓN ELECTROHIDRÁULICO O ELECTROMECÁNICO ESTOMATOLÓGICO ANATÓMICO: CAPACIDAD MÍNIMA DE LEVANTE DE 180 KG CON MOVIMIENTOS VERTICALES O	1179	HOSPITAL GENERAL DE MAZATLÁN	SLIMB002254	MAZATLAN/MAZATLAN	1	NO APLICA	NO APLICA

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	NO. DE FORMATO	NOMBRE DE LA UNIDAD	CLAVE CLUES	MUNICIPIO/LOCALIDAD	CANTIDAD	ADULTO	PEDIATRICO
VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIÁTRICO/NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL. EQUIPO ELECTROMECÁNICO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR DE SOPORTE DE VIDA PARA APOYO EN MODO DE VENTILACIÓN DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA Y CONVENCIONAL PARA PACIENTES NEONATOS Y PEDIÁTRICOS CON COMPROMISO DE LA FUNCIÓN RESPIRATORIA. PANTALLA INTERCONSTRUIDA: TIPO LCD LCD-TFT TFT O LED. A COLOR. SENSIBLE AL TACTO O TOUCH SCREEN. TAMAÑO DE 10.4" O MAYOR. CARACTERÍSTICAS DEL MODO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA: CONTROLES Y AJUSTES DE (VENTILACIÓN DE ALTA FRECUENCIA): PRESIÓN MEDIA EN LAS VÍAS AÉREAS QUE CUBRA EL RANGO DE 5 A 25 CMH2O O MBAR. FRECUENCIA RESPIRATORIA QUE CUBRA EL RANGO DE 5 A 15 HZ. FIO2 QUE CUBRA EL RANGO DE 21 A 100 %. AMPLITUD QUE CUBRA EL RANGO DE 5 A 80 (EN CMH2O O MBAR. O PORCENTAJE DE LA PRESIÓN MEDIA). MODOS VENTILATORIOS: HFV. HFV MÁS MODO CONVENCIONAL O VOLUMEN GARANTIZADO. PARÁMETROS MONITORIZADOS: PRESIÓN MEDIA EN LAS VÍAS AÉREAS (CMH2O O MBAR). FRECUENCIA RESPIRATORIA (HZ). FIO2 (%). AMPLITUD (CMH2O ULA PARA REGULAR EL AGUA DE ENFRIAMIENTO MANÓMETROS CON ESCALA DE 0 A 4 KG/CM2 REGULADORES DE PRESIÓN DE AIRE Y AGUA PARA LAS PIEZAS DE MANO Y JERINGA TRIPLE. DOS PIEZAS DE MANO DE ALTA VELOCIDAD CON: TURBINA Y MANDRIL DE ACERO INOXIDABLE MANGO DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO DE 2 VÍAS DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE TURBINA CON MANDRIL EJE Y BALEROS DE ACERO INOXIDABLE CON VELOCIDAD DE GIRO DE 350000 RPM O MAYOR HERRAMIENTA PARA CAMBIO DE FRESA. PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD CON MANGO DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO DE 2 VÍAS DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE GIRO DE 0 A 30000 +/- 10000 RPM MOTOR CON CAMBIADOR DE GIRO DE ACERO INOXIDABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE CONTRA ÁNGULO Y ADAPTADOR CONO RECTO CON MANDRIL DE ACERO INOXIDABLE PARA INSERTO DE FRESA Y HERRAMIENTA PARA CAMBIO EN CASO DE SER NECESARIO. JERINGA TRIPLE ESTOMATOLÓGICA PARA LAVAR Y SECAR CAMPOS CLÍNICOS BUCALES DE ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO CON DOS PUNTAS DESMONTABLES Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE CON DOS DUCTOS UNO PARA AGUA Y OTRO PARA AIRE OPERADO POR VÁLVULAS MECÁNICAS INDEPENDIENTES PARA LA SELECCIÓN DE TRABAJO SECO HÚMEDO O ROCÍO CON ALIMENTACIÓN DE AGUA Y AIRE CON VÁLVULA DE NO-RETRACCIÓN. UNIDAD ULTRASÓNICA DE PROFILAXIS PARA EFECTUAR DETARTRAJE INTEGRADO AL EQUIPO PIEZA DE MANO CON PUNTAS INTERCAMBIABLES CONTROL DE POTENCIA ELÉCTRICA DE 0 A 30 WATTS MÁXIMO CONTROL DE SALIDA DE AGUA REGULADA. SILLÓN ELECTROHIDRÁULICO O ELECTROMECÁNICO ESTOMATOLÓGICO ANATÓMICO: CAPACIDAD MÍNIMA DE LEVANTE DE 180 KG CON MOVIMIENTOS VERTICALES DE ASCENSO Y DESCENSO VARIABLE DESDE SU BASE SISTEMA DE MANDO ELÉCTRICO ACCIONADO CON CONTROL MANUAL Y/O PEDAL MOVIMIENTOS ELECTROMECÁNICOS DEL RESPALDO PARA LAS SIGUIENTES POSICIONES: DESDE POSICIÓN CERO HASTA TRENDELEMBURG POSICIÓN CERO AUTOMÁTICA. ASIENTO Y DESCANSA PIERNAS CORRIDO FORRADO CON MATERIAL PLÁSTICO LAVABLE. FUNDA DE PROTECCIÓN EN EL ÁREA DE LA PIECERA CON CODERAS O DESCANSA BRAZOS ABATIBLES CABEZAL CON ARTICULACIÓN PARA MOVIMIENTOS DE RECLINACIÓN ANTERIOR Y POSTERIOR. ESCUPIDERA FIJA INTEGRADA AL SOPORTE DEL SILLÓN O A LA UNIDAD DESPLAZABLE HORIZONTALMENTE Y AJUSTE VERTICAL CON RECIPIENTE DE PORCELANA O VIDRIO PORCELANIZADO O POLÍMERO RESISTENTE A RAYADURAS O ACERO ESMALTADO DESMONTABLE PARA FÁCIL LIMPIEZA SOPORTE PARA LLENADO DE VASO CON CONTROL DE LLENADO Y ENJUAGUE DE ESCUPIDERA TEMPORIZADO BASE CONECTADA AL SISTEMA DE DRENAJE. ASPIRADOR QUIRÚRGICO DE VACIADO RÁPIDO; CON SISTEMA SILENCIOSO; ACCIONADO CON AIRE CON TRAMPA PARA SÓLIDOS Y CON DESCARGA DIRECTA AL DRENAJE. EYECTOR DE SALIVA CON FILTRO PARA RETENCIÓN DE SÓLIDOS Y ADAPTADOR PARA CÁNULAS. DESECHABLES CON DESCARGA DIRECTA AL DRENAJE. DOS SILLAS UNA PARA ESTOMATÓLOGO Y UNA PARA ASISTENTE CON DESCANSA PIES AMBOS CON SISTEMA NEUMÁTICO PARA AJUSTE DE ALTURA CON RODAJAS TAPIZADOS DE PLÁSTICO O TELA RESISTENTE Y LAVABLE. CON SISTEMA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AIRE Y AGUA DE LA CAJA DE CONEXIONES AL MÓDULO DE TRABAJO DEBIDAMENTE PROTEGIDO QUE LE PERMITAN SU DESPLAZAMIENTO A UN RADIO DE ACCIÓN DE DOS METROS COMO MÍNIMO EN TORNO AL SILLÓN. CON SISTEMA DE PROTECCIÓN QUE IMPIDA EL REFLUJO DE LÍQUIDOS AL TÉRMINO DE LOS TRATAMIENTOS. CON MANGUERAS DE SILICÓN O POLIURETANO LISAS DE 2 VÍAS DE UN LARGO DE 180 A 200 CM.O SOPORTE PARA CIRCUITO PACIENTE. BASE RODABLE PARA EL EQUIPO CON SISTEMA DE FRENO EN AL MENOS DOS RUEDAS. MANGUERAS PARA SUMINISTRO DE GAS DE ACUERDO AL CÓDIGO AMERICANO DE COLORES: O2- VERDE AIRE - AMARILLO. Y CONEXIONES DE ACUERDO A CADA UNIDAD SOLICITANTE AL MOMENTO DE LICITAR. DOS CIRCUITOS DE PACIENTE PEDIÁTRICO / NEONATAL REUSABLES LIBRES DE LÁTEX (INCLUYE ADAPTADORES Y CONECTORES). O DIEZ CIRCUITOS DESECHABLES LIBRES DE LÁTEX. Y SI LA MARCA LO REQUIERE DOS CIRCUITOS DE ALTA FRECUENCIA REUSABLES LIBRES DE LÁTEX (INCLUYE ADAPTADORES Y CONECTORES). DOS	1179	HOSPITAL GENERAL DE MAZATLÁN	SLIMB002254	MAZATLAN/MAZATLAN	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	1229	HOSPITAL GENERAL DE MAZATLÁN	SLIMB002254	MAZATLAN/MAZATLAN	30	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARÁ CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1229	HOSPITAL GENERAL DE MAZATLÁN	SLIMB002254	MAZATLAN/MAZATLAN	50	40	10
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1229	HOSPITAL GENERAL DE MAZATLÁN	SLIMB002254	MAZATLAN/MAZATLAN	30	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1229	HOSPITAL GENERAL DE MAZATLÁN	SLIMB002254	MAZATLAN/MAZATLAN	6	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO MERCURIAL PORTÁTIL. EQUIPO PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: MERCURIAL PORTÁTIL EN CAJA O BASE METÁLICA TUBO DE PLÁSTICO IRROMPIBLE ESCALA DE 0 A 300 MM HG CON GRADUACIÓN NUMÉRICA DE 10 MM HG Y RESOLUCIÓN DE 2 MM HG. SISTEMA DE INSUFLACIÓN QUE INCLUYA: BRAZALETE LAVABLE CON SISTEMA VELCRO PARA FIJACIÓN (ADULTO Y PEDIÁTRICO). BOLSA DE INSUFLACIÓN DE LÁTEX (ADULTO Y PEDIÁTRICO). PERILLA DE LÁTEX CON VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE AIRE CONECTOR CÓNICO TUBO O MANGUERA DE EXTENSIÓN DE 50 CM COMO MÍNIMO.	1229	HOSPITAL GENERAL DE MAZATLÁN	SLIMB002254	MAZATLAN/MAZATLAN	10	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1279	CENTRO DE SALUD EL BATURY	SLIMB002271	ANGOSTURA/BATURY	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1279	CENTRO DE SALUD EL BATURY	SLIMB002271	ANGOSTURA/BATURY	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	1150	UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS Y DE DIAGNOSTICO DE CANCER DE MAMA UNEME DEDICAM	SLIMB002341	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1150	UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS Y DE DIAGNOSTICO DE CANCER DE MAMA UNEME DEDICAM	SLIMB002341	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	2	2	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1150	UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS Y DE DIAGNOSTICO DE CANCER DE MAMA UNEME DEDICAM	SLIMB002341	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	1133	UNIDAD MÉDICA ESPECIALIZADA DE HEMODIALISIS LOS MOCHIS	SLIMB002435	AHOME/LOS MOCHIS	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1160	HOSPITAL INTEGRAL SAN IGNACIO	SLIMB002464	SAN IGNACIO/SAN IGNACIO	10	10	0

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	NO. DE FORMATO	NOMBRE DE LA UNIDAD	CLAVE CLUES	MUNICIPIO/LOCALIDAD	CANTIDAD	ADULTO	PEDIATRICO
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1160	HOSPITAL INTEGRAL SAN IGNACIO	SLIMB002464	SAN IGNACIO/SAN IGNACIO	10	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1160	HOSPITAL INTEGRAL SAN IGNACIO	SLIMB002464	SAN IGNACIO/SAN IGNACIO	5	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1160	HOSPITAL INTEGRAL SAN IGNACIO	SLIMB002464	SAN IGNACIO/SAN IGNACIO	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1160	HOSPITAL INTEGRAL SAN IGNACIO	SLIMB002464	SAN IGNACIO/SAN IGNACIO	5	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	1226	HOSPITAL INTEGRAL VALLE DE SAN LORENZO	SLIMB002476	CULIACAN/PUEBLOS UNIDOS	15	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1226	HOSPITAL INTEGRAL VALLE DE SAN LORENZO	SLIMB002476	CULIACAN/PUEBLOS UNIDOS	20	15	5
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1226	HOSPITAL INTEGRAL VALLE DE SAN LORENZO	SLIMB002476	CULIACAN/PUEBLOS UNIDOS	6	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1226	HOSPITAL INTEGRAL VALLE DE SAN LORENZO	SLIMB002476	CULIACAN/PUEBLOS UNIDOS	3	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1226	HOSPITAL INTEGRAL VALLE DE SAN LORENZO	SLIMB002476	CULIACAN/PUEBLOS UNIDOS	9	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1226	HOSPITAL INTEGRAL VALLE DE SAN LORENZO	SLIMB002476	CULIACAN/PUEBLOS UNIDOS	9	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO MERCURIAL PORTÁTIL. EQUIPO PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: MERCURIAL PORTÁTIL EN CAJA O BASE METÁLICA TUBO DE PLÁSTICO IRROMPIBLE ESCALA DE 0 A 300 MM HG CON GRADUACIÓN NUMÉRICA DE 10 MM HG Y RESOLUCIÓN DE 2 MM HG. SISTEMA DE INSUFLACIÓN QUE INCLUYA: BRAZALETE LAVABLE CON SISTEMA VELCRO PARA FIJACIÓN (ADULTO Y PEDIÁTRICO). BOLSA DE INSUFLACIÓN DE LÁTEX (ADULTO Y PEDIÁTRICO). PERILLA DE LÁTEX CON VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE AIRE CONECTOR CÓNICO TUBO O MANGUERA DE EXTENSIÓN DE 50 CM COMO MÍNIMO.	1226	HOSPITAL INTEGRAL VALLE DE SAN LORENZO	SLIMB002476	CULIACAN/PUEBLOS UNIDOS	14	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	1161	HOSPITAL GENERAL LA CRUZ	SLIMB002481	ELOTA/LA CRUZ	13	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1161	HOSPITAL GENERAL LA CRUZ	SLIMB002481	ELOTA/LA CRUZ	14	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1161	HOSPITAL GENERAL LA CRUZ	SLIMB002481	ELOTA/LA CRUZ	5	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1161	HOSPITAL GENERAL LA CRUZ	SLIMB002481	ELOTA/LA CRUZ	4	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1161	HOSPITAL GENERAL LA CRUZ	SLIMB002481	ELOTA/LA CRUZ	6	NO APLICA	NO APLICA

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	NO. DE FORMATO	NOMBRE DE LA UNIDAD	CLAVE CLUES	MUNICIPIO/LOCALIDAD	CANTIDAD	ADULTO	PEDIATRICO
VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIÁTRICO/NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL, EQUIPO ELECTROMECÁNICO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR DE SOPORTE DE VIDA PARA APOYO EN MODO DE VENTILACIÓN DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA Y CONVENCIONAL PARA PACIENTES NEONATOS Y PEDIÁTRICOS CON COMPROMISO DE LA FUNCIÓN RESPIRATORIA. PANTALLA INTERCONSTRUIDA: TIPO LCD CD-TFT TFT O LED. A COLOR. SENSIBLE AL TACTO O TOUCH SCREEN. TAMAÑO DE 10.4" O MAYOR. CARACTERÍSTICAS DEL MODO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA: CONTROLES Y AJUSTES DE (VENTILACIÓN DE ALTA RECUENCIA): PRESIÓN MEDIA EN LAS VÍAS AÉREAS QUE CUBRA EL RANGO DE 5 A 25 CMH2O O MBAR. FRECUENCIA RESPIRATORIA QUE CUBRA EL RANGO DE 5 A 15 HZ. FIO2 QUE CUBRA EL RANGO DE 21 A 100 %. AMPLITUD QUE CUBRA EL RANGO DE 5 A 80 (EN CMH2O O MBAR, O PORCENTAJE DE LA PRESIÓN MEDIA). MODOS VENTILATORIOS: HFV, HFV MÁS MODO CONVENCIONAL O VOLUMEN GARANTIZADO. PARÁMETROS MONITORIZADOS: PRESIÓN MEDIA EN LAS VÍAS AÉREAS (CMH2O O MBAR). FRECUENCIA RESPIRATORIA (HZ). FIO2 (%). AMPLITUD (CMH2O ULA PARA REGULAR EL AGUA DE ENFRIAMIENTO MANÓMETROS CON ESCALA DE 0 A 4 KG/CM2 REGULADORES DE PRESIÓN DE AIRE Y AGUA PARA LAS PIEZAS DE MANO Y JERINGA TRIPLE. DOS PIEZAS DE MANO DE ALTA VELOCIDAD CON: TURBINA Y MANDRIL DE ACERO INOXIDABLE MANGO DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO DE 2 VÍAS DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE TURBINA CON MANDRIL EJE Y BALEROS DE ACERO INOXIDABLE CON VELOCIDAD DE GIRO DE 350000 RPM O MAYOR HERRAMIENTA PARA CAMBIO DE FRESA. PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD CON MANGO DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO DE 2 VÍAS DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE GIRO DE 0 A 30000 +/- 10000 RPM MOTOR CON CAMBIADOR DE GIRO DE ACERO INOXIDABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE CONTRA ÁNGULO Y ADAPTADOR CONO RECTO CON MANDRIL DE ACERO INOXIDABLE PARA INSERTO DE FRESA Y HERRAMIENTA PARA CAMBIO EN CASO DE SER NECESARIO. JERINGA TRIPLE ESTOMATOLÓGICA PARA LAVAR Y SECAR CAMPOS CLÍNICOS BUCALES DE ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO CON DOS PUNTAS DESMONTABLES Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE CON DOS DUCTOS UNO PARA AGUA Y OTRO PARA AIRE OPERADO POR VÁLVULAS MECÁNICAS INDEPENDIENTES PARA LA SELECCIÓN DE TRABAJO SECO HÚMEDO O ROCÍO CON ALIMENTACIÓN DE AGUA Y AIRE CON VÁLVULA DE NO-RETRACCIÓN. UNIDAD ULTRASÓNICA DE PROFILAXIS PARA EFECTUAR DETARTRAJE INTEGRADO AL EQUIPO PIEZA DE MANO CON PUNTAS INTERCAMBIABLES CONTROL DE POTENCIA ELÉCTRICA DE 0 A 30 WATTS MÁXIMO CONTROL DE SALIDA DE AGUA REGULADA. SILLÓN ELECTROHIDRÁULICO O ELECTROMECÁNICO ESTOMATOLÓGICO ANATÓMICO: CAPACIDAD MÍNIMA DE LEVANTE DE 180 KG CON MOVIMIENTOS VERTICALES DE ASCENSO Y DESCENSO VARIABLE DESDE SU BASE SISTEMA DE MANDO ELÉCTRICO ACCIONADO CON CONTROL MANUAL Y/O PEDAL MOVIMIENTOS ELECTROMECÁNICOS DEL RESPALDO PARA LAS SIGUIENTES POSICIONES: DESDE POSICIÓN CERO HASTA TRENDELEMBURG POSICIÓN CERO AUTOMÁTICA. ASIENTO Y DESCANSA PIERNAS CORRIDO FORRADO CON MATERIAL PLÁSTICO LAVABLE. FUNDA DE PROTECCIÓN EN EL ÁREA DE LA PIECERA CON CODERAS O DESCANSA BRAZOS ABATIBLES CABEZAL CON ARTICULACIÓN PARA MOVIMIENTOS DE RECLINACIÓN ANTERIOR Y POSTERIOR. ESCUPIDERA FIJA INTEGRADA AL SOPORTE DEL SILLÓN O A LA UNIDAD DESPLAZABLE HORIZONTALMENTE Y AJUSTE VERTICAL CON RECIPIENTE DE PORCELANA O VIDRIO PORCELANIZADO O POLÍMERO RESISTENTE A RAYADURAS O ACERO ESMALTADO DESMONTABLE PARA FÁCIL LIMPIEZA SOPORTE PARA LLENADO DE VASO CON CONTROL DE LLENADO Y ENJUAGUE DE ESCUPIDERA TEMPORIZADO BASE CONECTADA AL SISTEMA DE DRENAJE. ASPIRADOR QUIRÚRGICO DE VACIADO RÁPIDO; CON SISTEMA SILENCIOSO; ACCIONADO CON AIRE CON TRAMPA PARA SÓLIDOS Y CON DESCARGA DIRECTA AL DRENAJE. EYECTOR DE SALIVA CON FILTRO PARA RETENCIÓN DE SÓLIDOS Y ADAPTADOR PARA CÁNULAS. DESECHABLES CON DESCARGA DIRECTA AL DRENAJE. DOS SILLAS UNA PARA ESTOMATÓLOGO Y UNA PARA ASISTENTE CON DESCANSA PIES AMBOS CON SISTEMA NEUMÁTICO PARA AJUSTE DE ALTURA CON RODAJAS TAPIZADOS DE PLÁSTICO O TELA RESISTENTE Y LAVABLE. CON SISTEMA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AIRE Y AGUA DE LA CAJA DE CONEXIONES AL MÓDULO DE TRABAJO DEBIDAMENTE PROTEGIDO QUE LE PERMITAN SU DESPLAZAMIENTO A UN RADIO DE ACCIÓN DE DOS METROS COMO MÍNIMO EN TORNO AL SILLÓN. CON SISTEMA DE PROTECCIÓN QUE IMPIDA EL REFLUJO DE LÍQUIDOS AL TÉRMINO DE LOS TRATAMIENTOS. CON MANGUERAS DE SILICÓN O POLIURETANO LISAS DE 2 VÍAS DE UN LARGO DE 180 A 200 CM.O SOPORTE PARA CIRCUITO PACIENTE. BASE RODABLE PARA EL EQUIPO CON SISTEMA DE FRENO EN AL MENOS DOS RUEDAS. MANGUERAS PARA SUMINISTRO DE GAS DE ACUERDO AL CÓDIGO AMERICANO DE COLORES: O2- VERDE AIRE - AMARILLO, Y CONEXIONES DE ACUERDO A CADA UNIDAD SOLICITANTE AL MOMENTO DE LICITAR. DOS CIRCUITOS DE PACIENTE PEDIÁTRICO / NEONATAL REUSABLES LIBRES DE LÁTEX (INCLUYE ADAPTADORES Y CONECTORES). O DIEZ CIRCUITOS DESECHABLES LIBRES DE LÁTEX. Y SI LA MARCA LO REQUIERE DOS CIRCUITOS DE ALTA FRECUENCIA REUSABLES LIBRES DE LÁTEX (INCLUYE ADAPTADORES Y CONECTORES). DOS	1178	HOSPITAL DE LA MUJER	SLIMB002493	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	1	NO APLICA	NO APLICA
CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL. EQUIPO ELECTROMÉDICO CON RUEDAS QUE PERMITE CONTROLAR MANUALMENTE Y POR SERVOCONTROL EL AMBIENTE TÉRMICO DEL PACIENTE EN ESTADO CRÍTICO EN UN MEDIO ABIERTO. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: ELEMENTO DE CALENTAMIENTO PARA PROPORCIONAR UNA TEMPERATURA NO MAYOR DE 39 °C TIPO RADIANTE; REGULADOR PARA ESTABILIZAR LA TEMPERATURA DEL PACIENTE. CONTROLES: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: TEMPERATURA MANUAL Y SERVOCONTROLADA. ALARMAS: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: ALARMA DE OPERACIÓN. CON ALARMA AUDIBLE Y VISIBLE PARA ALTA Y BAJA TEMPERATURA FALLA DE CORRIENTE ELÉCTRICA Y DE VERIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN DEL PACIENTE. MONITOREO DE PARÁMETROS: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA SELECCIONADA Y MONITORIZADA DE PIEL; TEMPERATURA SELECCIONADA Y MONITORIZADA DEL COLCHÓN DE GEL; CULA PARA REGULAR EL AGUA DE ENFRIAMIENTO MANÓMETROS CON ESCALA DE 0 A 4 KG/CM2 REGULADORES DE PRESIÓN DE AIRE Y AGUA PARÁ LAS PIEZAS DE MANO Y JERINGA TRIPLE. DOS PIEZAS DE MANO DE ALTA VELOCIDAD CON: TURBINA Y MANDRIL DE ACERO INOXIDABLE MANGO DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO DE 2 VÍAS DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE TURBINA CON MANDRIL EJE Y BALEROS DE ACERO INOXIDABLE CON VELOCIDAD DE GIRO DE 350000 RPM O MAYOR HERRAMIENTA PARA CAMBIO DE FRESA. PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD CON MANGO DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO DE 2 VÍAS DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE GIRO DE 0 A 30000 +/- 10000 RPM MOTOR CON CAMBIADOR DE GIRO DE ACERO INOXIDABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE CONTRA ÁNGULO Y ADAPTADOR CONO RECTO CON MANDRIL DE ACERO INOXIDABLE PARA INSERTO DE FRESA Y HERRAMIENTA PARA CAMBIO EN CASO DE SER NECESARIO. JERINGA TRIPLE ESTOMATOLÓGICA PARA LAVAR Y SECAR CAMPOS CLÍNICOS BUCALES DE ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO CON DOS PUNTAS DESMONTABLES Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE CON DOS DUCTOS UNO PARA AGUA Y OTRO PARA AIRE OPERADO POR VÁLVULAS MECÁNICAS INDEPENDIENTES PARA LA SELECCIÓN DE TRABAJO SECO HÚMEDO O ROCÍO CON ALIMENTACIÓN DE AGUA Y AIRE CON VÁLVULA DE NO-RETRACCIÓN. UNIDAD ULTRASÓNICA DE PROFILAXIS PARA EFECTUAR DETARTRAJE INTEGRADO AL EQUIPO PIEZA DE MANO CON PUNTAS INTERCAMBIABLES CONTROL DE POTENCIA ELÉCTRICA DE 0 A 30 WATTS MÁXIMO CONTROL DE SALIDA DE AGUA REGULADA. SILLÓN ELECTROHIDRÁULICO O ELECTROMECÁNICO ESTOMATOLÓGICO ANATÓMICO: CAPACIDAD MÍNIMA DE LEVANTE DE 180 KG CON MOVIMIENTOS VERTICALES DE ASCENSO Y DESCENSO VARIABLE DESDE SU BASE SISTEMA DE MANDO ELÉCTRICO ACCIONADO CON CONTROL MANUAL Y/O PEDAL MOVIMIENTOS ELECTROMECÁNICOS DEL RESPALDO PARA LAS SIGUIENTES POSICIONES: DESDE POSICIÓN CERO HASTA TR	1178	HOSPITAL DE LA MUJER	SLIMB002493	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	1166	HOSPITAL DE LA MUJER	SLIMB002493	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	50	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1166	HOSPITAL DE LA MUJER	SLIMB002493	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	100	50	50
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA, BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1166	HOSPITAL DE LA MUJER	SLIMB002493	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	50	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1166	HOSPITAL DE LA MUJER	SLIMB002493	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	10	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	1280	ANGOSTURA	SLIMB002510	ANGOSTURA/ANGOSTURA	8	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1280	ANGOSTURA	SLIMB002510	ANGOSTURA/ANGOSTURA	8	8	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA, BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1280	ANGOSTURA	SLIMB002510	ANGOSTURA/ANGOSTURA	8	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA, BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1280	ANGOSTURA	SLIMB002510	ANGOSTURA/ANGOSTURA	8	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1280	ANGOSTURA	SLIMB002510	ANGOSTURA/ANGOSTURA	8	NO APLICA	NO APLICA

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	NO. DE FORMATO	NOMBRE DE LA UNIDAD	CLAVE CLUES	MUNICIPIO/LOCALIDAD	CANTIDAD	ADULTO	PEDIATRICO
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1260	ANGOSTURA	SLIMB002510	ANGOSTURA/ANGOSTURA	8	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1135	UNIDAD MÉDICA DE ESPECIALIDAD EN SOBREPESO RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS	SLIMB002633	AHOME/LOS MOCHIS	2	2	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1135	UNIDAD MÉDICA DE ESPECIALIDAD EN SOBREPESO RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS	SLIMB002633	AHOME/LOS MOCHIS	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1135	UNIDAD MÉDICA DE ESPECIALIDAD EN SOBREPESO RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS	SLIMB002633	AHOME/LOS MOCHIS	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1135	UNIDAD MÉDICA DE ESPECIALIDAD EN SOBREPESO RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS	SLIMB002633	AHOME/LOS MOCHIS	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1281	EJIDO EMILIANO ZAPATA	SLIMB002942	GUASAVE/LAS BRISAS (EMILIANO ZAPATA)	5	5	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1281	EJIDO EMILIANO ZAPATA	SLIMB002942	GUASAVE/LAS BRISAS (EMILIANO ZAPATA)	2	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1281	EJIDO EMILIANO ZAPATA	SLIMB002942	GUASAVE/LAS BRISAS (EMILIANO ZAPATA)	5	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1281	EJIDO EMILIANO ZAPATA	SLIMB002942	GUASAVE/LAS BRISAS (EMILIANO ZAPATA)	3	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1281	EJIDO EMILIANO ZAPATA	SLIMB002942	GUASAVE/LAS BRISAS (EMILIANO ZAPATA)	3	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	1151	INSTITUTO SINALOENSE DE CANCEROLOGÍA	SLIMB002971	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	3	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1151	INSTITUTO SINALOENSE DE CANCEROLOGÍA	SLIMB002971	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	3	3	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1151	INSTITUTO SINALOENSE DE CANCEROLOGÍA	SLIMB002971	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	1	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1151	INSTITUTO SINALOENSE DE CANCEROLOGÍA	SLIMB002971	CULIACAN/CULIACAN ROSALES	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	1162	UNEME DE ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS (SORID)	SLIMB003000	ROSARIO/EL ROSARIO	3	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1162	UNEME DE ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS (SORID)	SLIMB003000	ROSARIO/EL ROSARIO	2	1	1
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1162	UNEME DE ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS (SORID)	SLIMB003000	ROSARIO/EL ROSARIO	2	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1162	UNEME DE ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS (SORID)	SLIMB003000	ROSARIO/EL ROSARIO	1	NO APLICA	NO APLICA

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	NO. DE FORMATO	NOMBRE DE LA UNIDAD	CLAVE CLUES	MUNICIPIO/LOCALIDAD	CANTIDAD	ADULTO	PEDIATRICO
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1162	UNEME DE ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS (SORID)	SLIMB003000	ROSARIO/EL ROSARIO	2	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	1163	HOSPITAL GENERAL ESCUINAPA	SLIMB003053	ESCUINAPA/ESCUINAPA DE HIDALGO	20	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1163	HOSPITAL GENERAL ESCUINAPA	SLIMB003053	ESCUINAPA/ESCUINAPA DE HIDALGO	20	20	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1163	HOSPITAL GENERAL ESCUINAPA	SLIMB003053	ESCUINAPA/ESCUINAPA DE HIDALGO	20	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1163	HOSPITAL GENERAL ESCUINAPA	SLIMB003053	ESCUINAPA/ESCUINAPA DE HIDALGO	30	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1163	HOSPITAL GENERAL ESCUINAPA	SLIMB003053	ESCUINAPA/ESCUINAPA DE HIDALGO	10	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1163	HOSPITAL GENERAL ESCUINAPA	SLIMB003053	ESCUINAPA/ESCUINAPA DE HIDALGO	10	NO APLICA	NO APLICA
UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO. EQUIPO FIJO ELECTROHIDRONEUMÁTICO DE TECNOLOGÍA AVANZADA CON FINES DE TRATAMIENTO Y DIAGNÓSTICO EN LA ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA INTEGRAL DEL PACIENTE. LÁMPARA ESTOMATOLÓGICA: INTEGRADA AL SILLÓN CABEZAL DE ALUMINIO ORIENTABLE A LA BOCA DEL PACIENTE CON VENTILACIÓN NATURAL CON UN HAZ DE LUZ FRÍA ENFOCABLE DE 50 A 100 CM DE DISTANCIA LIBRE DE SOMBRAS INTENSIDAD LUMINOSA GRADUABLE ILUMINACIÓN DENTRO DEL RANGO DE 10000 A 50000 LUXES CON TEMPERATURA DE CALOR ENTRE 3500 °K O MAYOR CON ENFRIAMIENTO POR FILTROS ÓPTICOS REFLECTOR DICROICO REDUCTORES DE CALOR (NO EXCEDER 6 ° LA TEMPERATURA AMBIENTE EN LA DISTANCIA FOCAL). MÓDULO ESTOMATOLÓGICO: INTEGRADO AL SILLÓN CON ALTURA AJUSTABLE EN CONJUNTO CON EL SILLÓN POSICIONABLE EN CUALQUIER PUNTO ALREDEDOR DE 270 ° COMO MÍNIMO. NEGATOSCOPIO INTEGRADO AL MÓDULO. CON DISPOSITIVOS INDIVIDUALES PARA ALIMENTAR Y CONTROLAR EL AIRE Y EL AGUA EN LAS PIEZAS DE MANO A TRAVÉS DE BLOQUE AUTOMÁTICO. BOTELLA DE AGUA PURIFICADA CON SISTEMA DE VÁLVULA PARA REGULAR EL AGUA DE ENFRIAMIENTO MANÓMETROS CON ESCALA DE 0 A 4 KG/CM2 REGULADORES DE PRESIÓN DE AIRE Y AGUA PARA LAS PIEZAS DE MANO Y JERINGA TRIPLE. DOS PIEZAS DE MANO DE ALTA VELOCIDAD CON: TURBINA Y MANDRIL DE ACERO INOXIDABLE MANGO DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO DE 2 VÍAS DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE TURBINA CON MANDRIL EJE Y BALEROS DE ACERO INOXIDABLE CON VELOCIDAD DE GIRO DE 350000 RPM O MAYOR HERRAMIENTA PARA CAMBIO DE FRESA. PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD CON MANGO DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO DE 2 VÍAS DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE GIRO DE 0 A 30000 +/- 10000 RPM MOTOR CON CAMBIADOR DE GIRO DE ACERO INOXIDABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE CONTRA ÁNGULO Y ADAPTADOR CONO RECTO CON MANDRIL DE ACERO INOXIDABLE PARA INSERTO DE FRESA Y HERRAMIENTA PARA CAMBIO EN CASO DE SER NECESARIO. JERINGA TRIPLE ESTOMATOLÓGICA PARA LAVAR Y SECAR CAMPOS CLÍNICOS BUCALES DE ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO CON DOS PUNTAS DESMONTABLES Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE CON DOS DUCTOS UNO PARA AGUA Y OTRO PARA AIRE OPERADO POR VÁLVULAS MECÁNICAS INDEPENDIENTES PARA LA SELECCIÓN DE TRABAJO SECO HÚMEDO O ROCÍO CON ALIMENTACIÓN DE AGUA Y AIRE CON VÁLVULA DE NO-RETRACCIÓN. UNIDAD ULTRASÓNICA DE PROFILAXIS PARA EFECTUAR DETARTRAJE INTEGRADO AL EQUIPO PIEZA DE MANO CON PUNTAS INTERCAMBIABLES CONTROL DE POTENCIA ELÉCTRICA DE 0 A 30 WATTS MÁXIMO CONTROL DE SALIDA DE AGUA REGULADA. SILLÓN ELECTROHIDRÁULICO O ELECTROMECÁNICO ESTOMATOLÓGICO ANATÓMICO: CAPACIDAD MÍNIMA DE LEVANTE DE 180 KG CON MOVIMIENTOS VERTICALES DE ASCENSO Y DESCENSO VARIABLE DESDE SU BASE SISTEMA DE MANDO ELÉCTRICO ACCIONADO CON CONTROL MANUAL Y/O PEDAL MOVIMIENTOS ELECTROMECÁNICOS DEL RESPALDO PARA LAS SIGUIENTES POSICIONES: DESDE POSICIÓN CERO HASTA TRENDELEMBURG POSICIÓN CERO AUTOMÁTICA. ASIENTO Y DESCANSA PIERNAS CORRIDO FORRADO CON MATERIAL PLÁSTICO LAVABLE. FUNDA DE PROTECCIÓN EN EL ÁREA DE LA PIECERA CON CODERAS O DESCANSA BRAZOS ABATIBLES CABEZAL CON ARTICULACIÓN PARA MOVIMIENTOS DE RECLINACIÓN ANTERIOR Y POSTERIOR. ESCUPIDERA FIJA INTEGRADA AL SOPORTE DEL SILLÓN O A LA UNIDAD DESPLAZABLE HORIZONTALMENTE Y AJUSTE VERTICAL CON RECIPIENTE DE PORCELANA O VIDRIO PORCELANIZADO O POLÍMERO RESISTENTE A RAYADURAS O ACERO ESMALTADO DESMONTABLE PARA FÁCIL LIMPIEZA SOPORTE PARA LLENADO DE VASO CON CONTROL DE LLENADO Y ENJUAGUE DE ESCUPIDERA TEMPORIZADO BASE CONECTADA AL SISTEMA DE DRENAJE. ASPIRADOR QUIRÚRGICO DE VACIADO RÁPIDO; CON SISTEMA SILENCIOSO; ACCIONADO CON AIRE CON TRAMPA PARA SÓLIDOS Y CON DESCARGA DIRECTA AL DRENAJE. EYECTOR DE SALIVA CON FILTRO PARA RETENCIÓN DE SÓLIDOS Y ADAPTADOR PARA CÁNULAS. DESECHABLES CON DESCARGA DIRECTA AL DRENAJE. DOS SILLAS UNA PARA ESTOMATÓLOGO Y UNA PARA ASISTENTE CON DESCANSA PIES AMBOS CON SISTEMA NEUMÁTICO PARA AJUSTE DE ALTURA CON RODAJAS TAPIZADOS DE PLÁSTICO O TELA RESISTENTE Y LAVABLE. CON SISTEMA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AIRE Y AGUA DE LA CAJA DE CONEXIONES AL MÓDULO DE TRABAJO DEBIDAMENTE PROTEGIDO QUE LE PERMITAN SU DESPLAZAMIENTO A UN RADIO DE ACCIÓN DE DOS METROS COMO MÍNIMO EN TORNO AL SILLÓN. CON SISTEMA DE PROTECCIÓN QUE IMPIDA EL REFLUJO DE LÍQUIDOS AL TÉRMINO DE LOS TRATAMIENTOS. CON MANGUERAS DE SILICÓN O POLIURETANO LISAS DE 2 VÍAS DE UN LARGO DE 180 A 200 CM.	1220	HOSPITAL GENERAL EL DORADO	SLIMB003065	ELDORADO/ELDORADO	1	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	1164	HOSPITAL GENERAL EL DORADO	SLIMB003065	ELDORADO/ELDORADO	20	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1164	HOSPITAL GENERAL EL DORADO	SLIMB003065	ELDORADO/ELDORADO	30	30	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1164	HOSPITAL GENERAL EL DORADO	SLIMB003065	ELDORADO/ELDORADO	40	NO APLICA	NO APLICA
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1164	HOSPITAL GENERAL EL DORADO	SLIMB003065	ELDORADO/ELDORADO	30	NO APLICA	NO APLICA
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1164	HOSPITAL GENERAL EL DORADO	SLIMB003065	ELDORADO/ELDORADO	15	NO APLICA	NO APLICA
ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1282	CENTRO DE SALUD CHOIX	SLIMB003140	CHOIX/CHOIX	5	5	0
ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1282	CENTRO DE SALUD CHOIX	SLIMB003140	CHOIX/CHOIX	2	NO APLICA	NO APLICA

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	NO. DE FORMATO	NOMBRE DE LA UNIDAD	CLAVE CLUES	MUNICIPIO/LOCALIDAD	CANTIDAD	ADULTO	PEDIATRICO
ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	1282	CENTRO DE SALUD CHOIX	SLIMB003140	CHOIX/CHOIX	5	NO APLICA	NO APLICA
UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO. EQUIPO FIJO ELECTROHIDRONEUMÁTICO DE TECNOLOGÍA AVANZADA CON FINES DE TRATAMIENTO Y DIAGNÓSTICO EN LA ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA INTEGRAL DEL PACIENTE. LÁMPARA ESTOMATOLÓGICA: INTEGRADA AL SILLÓN CABEZAL DE ALUMINIO ORIENTABLE A LA BOCA DEL PACIENTE CON VENTILACIÓN NATURAL CON UN HAZ DE LUZ FRÍA ENFOCABLE DE 50 A 100 CM DE DISTANCIA LIBRE DE SOMBRAS INTENSIDAD LUMINOSA GRADUABLE ILUMINACIÓN DENTRO DEL RANGO DE 10000 A 50000 LUXES CON TEMPERATURA DE CALOR ENTRE 3500 °K O MAYOR CON ENFRIAMIENTO POR FILTROS ÓPTICOS REFLECTOR DICROICO REDUCTORES DE CALOR (NO EXCEDER 6 ° LA TEMPERATURA AMBIENTE EN LA DISTANCIA FOCAL). MÓDULO ESTOMATOLÓGICO: INTEGRADO AL SILLÓN CON ALTURA AJUSTABLE EN CONJUNTO CON EL SILLÓN POSICIONABLE EN CUALQUIER PUNTO ALREDEDOR DE 270 ° COMO MÍNIMO. NEGATOSCOPIO INTEGRADO AL MÓDULO. CON DISPOSITIVOS INDIVIDUALES PARA ALIMENTAR Y CONTROLAR EL AIRE Y EL AGUA EN LAS PIEZAS DE MANO A TRAVÉS DE BLOQUE AUTOMÁTICO. BOTELLA DE AGUA PURIFICADA CON SISTEMA DE VÁLVULA PARA REGULAR EL AGUA DE ENFRIAMIENTO MANÓMETROS CON ESCALA DE 0 A 4 KG/CM2 REGULADORES DE PRESIÓN DE AIRE Y AGUA PARA LAS PIEZAS DE MANO Y JERINGA TRIPLE. DOS PIEZAS DE MANO DE ALTA VELOCIDAD CON: TURBINA Y MANDRIL DE ACERO INOXIDABLE MANGO DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO DE 2 VÍAS DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE TURBINA CON MANDRIL EJE Y BALEROS DE ACERO INOXIDABLE CON VELOCIDAD DE GIRO DE 350000 RPM O MAYOR HERRAMIENTA PARA CAMBIO DE FRESA. PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD CON MANGO DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO DE 2 VÍAS DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE GIRO DE 0 A 30000 +/- 10000 RPM MOTOR CON CAMBIADOR DE GIRO DE ACERO INOXIDABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE CONTRA ÁNGULO Y ADAPTADOR CONO RECTO CON MANDRIL DE ACERO INOXIDABLE PARA INSERTO DE FRESA Y HERRAMIENTA PARA CAMBIO EN CASO DE SER NECESARIO. JERINGA TRIPLE ESTOMATOLÓGICA PARA LAVAR Y SECAR CAMPOS CLÍNICOS BUCALES DE ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO CON DOS PUNTAS DESMONTABLES Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE CON DOS DUCTOS UNO PARA AGUA Y OTRO PARA AIRE OPERADO POR VÁLVULAS MECÁNICAS INDEPENDIENTES PARA LA SELECCIÓN DE TRABAJO SECO HÚMEDO O ROCÍO CON ALIMENTACIÓN DE AGUA Y AIRE CON VÁLVULA DE NO-RETRACCIÓN. UNIDAD ULTRASÓNICA DE PROFILAXIS PARA EFECTUAR DETARTRAJE INTEGRADO AL EQUIPO PIEZA DE MANO CON PUNTAS INTERCAMBIABLES CONTROL DE POTENCIA ELÉCTRICA DE 0 A 30 WATTS MÁXIMO CONTROL DE SALIDA DE AGUA REGULADA. SILLÓN ELECTROHIDRÁULICO O ELECTROMECÁNICO ESTOMATOLÓGICO ANATÓMICO: CAPACIDAD MÍNIMA DE LEVANTE DE 180 KG CON MOVIMIENTOS VERTICALES DE ASCENSO Y DESCENSO VARIABLE DESDE SU BASE SISTEMA DE MANDO ELÉCTRICO ACCIONADO CON CONTROL MANUAL Y/O PEDAL MOVIMIENTOS ELECTROMECÁNICOS DEL RESPALDO PARA LAS SIGUIENTES POSICIONES: DESDE POSICIÓN CERO HASTA TRENDELEMBURG POSICIÓN CERO AUTOMÁTICA. ASIENTO Y DESCANSA PIERNAS CORRIDO FORRADO CON MATERIAL PLÁSTICO LAVABLE. FUNDA DE PROTECCIÓN EN EL ÁREA DE LA PIECERA CON CODERAS O DESCANSA BRAZOS ABATIBLES CABEZAL CON ARTICULACIÓN PARA MOVIMIENTOS DE RECLINACIÓN ANTERIOR Y POSTERIOR. ESCUPIDERA FIJA INTEGRADA AL SOPORTE DEL SILLÓN O A LA UNIDAD DESPLAZABLE HORIZONTALMENTE Y AJUSTE VERTICAL CON RECIPIENTE DE PORCELANA O VIDRIO PORCELANIZADO O POLÍMERO RESISTENTE A RAYADURAS O ACERO ESMALTADO DESMONTABLE PARA FÁCIL LIMPIEZA SOPORTE PARA LLENADO DE VASO CON CONTROL DE LLENADO Y ENJUAGUE DE ESCUPIDERA TEMPORIZADO BASE CONECTADA AL SISTEMA DE DRENAJE. ASPIRADOR QUIRÚRGICO DE VACIADO RÁPIDO; CON SISTEMA SILENCIOSO; ACCIONADO CON AIRE CON TRAMPA PARA SÓLIDOS Y CON DESCARGA DIRECTA AL DRENAJE. EYECTOR DE SALIVA CON FILTRO PARA RETENCIÓN DE SÓLIDOS Y ADAPTADOR PARA CÁNULAS. DESECHABLES CON DESCARGA DIRECTA AL DRENAJE. DOS SILLAS UNA PARA ESTOMATÓLOGO Y UNA PARA ASISTENTE CON DESCANSA PIES AMBOS CON SISTEMA NEUMÁTICO PARA AJUSTE DE ALTURA CON RODAJAS TAPIZADOS DE PLÁSTICO O TELA RESISTENTE Y LAVABLE. CON SISTEMA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AIRE Y AGUA DE LA CAJA DE CONEXIONES AL MÓDULO DE TRABAJO DEBIDAMENTE PROTEGIDO QUE LE PERMITAN SU DESPLAZAMIENTO A UN RADIO DE ACCIÓN DE DOS METROS COMO MÍNIMO EN TORNO AL SILLÓN. CON SISTEMA DE PROTECCIÓN QUE IMPIDA EL REFLUJO DE LÍQUIDOS AL TÉRMINO DE LOS TRATAMIENTOS. CON MANGUERAS DE SILICÓN O POLIURETANO LISAS DE 2 VÍAS DE UN LARGO DE 180 A 200 CM.	1184	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DE NAVOLATO	SLIMB003222	NAVOLATO/NAVOLATO	3	NO APLICA	NO APLICA