SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa.
Dirección Administrativa.
Subdirección de Recursos Materiales

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. SSS-LPN-021-2026
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE "EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO"

Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 10:00 horas, del día 28 de octubre de 2026, en la sala de juntas de los Servicios de Salud de Sinaloa, ubicada en calle Cerro Montebello no. 150 oriente, colonia Montebello, se reunieron los Servidores Públicos y licitantes cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, para la adquisición de **"Equipo Médico y de Laboratorio"**; solicitados por la Dirección de Atención Médica, motivo de esta Licitación, de conformidad con los Artículos 42 y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa en adelante, (la Ley), y lo previsto en los numerales 3, fracción VI y 4 de la convocatoria a la Licitación.

El C. Eduardo Aguirre Medina, Director Administrativo, quien preside el Acto determina aperturar los sobres, haciendo constar lo siguiente:

Los sobres de las proposiciones presentadas se recibieron conforme a lo establecido en la Convocatoria, por los siguientes licitantes:

No.	Licitantes que presentaron sus proposiciones
1.-	Group Ige Salud, S. de R.L. de C.V.
2.-	Distribuidora Médica Artemisa, S.A. de C.V.
3.-	Instrumentación Médica, S.A. de C.V.
4.-	Prahmedic, S.A. de C.V.
5.-	Jesús Rodolfo Bajo Leyva
6.-	AR Biomedical Solutions, S.A. de C.V.
7.-	Gerardo Vega Valadez
8.-	NortechMedical, S.A. de C.V.
9.-	Consermed Life, S.A. de C.V.
10.-	Comercializadora Mrs Labs, S. de R.L. de C.V.
11.-	Compañía Comercial de Bienes y Servicios Cerme, S.A. de C.V.

En primer término y con fundamento en el Artículo 43 Fracciones I y III de la Ley que nos ocupa, se procedió a la apertura de los sobres con las proposiciones recibidas; haciéndose constar la documentación presentada, dándose lectura a los precios unitarios, sin I.V.A., de las proposiciones, así como al importe total de las mismas elaborándose los cuadros que detallan los requisitos exigidos en el procedimiento, bases, anexos y junta de aclaraciones utilizados para este procedimiento, mismos que pasan a formar parte integral de la presente Acta, de la forma siguiente: la Documentación Legal y de Identificación, Anexo A), Propuestas Técnicas, Anexo B) y Propuestas Económicas, Anexo C) y D).

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa.
Dirección Administrativa.
Subdirección de Recursos Materiales

Con fundamento en el Artículo 43 Fracción II de la Ley, las proposiciones se rubricaron por los C. Paúl López Benitez, Representante de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa y por la C. María José Corrales Osuna, Representante del Órgano Interno de Control y Evaluación, así como por la C. Carolina Rene García Flores, Representante de AR Biomedical Solutions, S.A. de C.V.

De conformidad con el Artículo 43 Fracción III de la Ley, las proposiciones se recibieron para su evaluación y con base en ellas, se emitirá el fallo correspondiente, el cual será dado a conocer en junta pública y en Compra net Sinaloa el día **05 de noviembre de 2026** a las **13:00 horas**, en la Sala de Juntas de los Servicios de Salud de Sinaloa, mismo que podrá ser diferido, siempre y cuando, el nuevo plazo no exceda de veinte días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente.

Se entrega en este Acto al área solicitante, archivos electrónicos de los licitantes participantes para la realización del dictamen correspondiente.

Para efectos de notificación, se hace constar que en este Acto se entrega una copia del Acta a los presentes, en términos del Artículo 47 de la Ley, y que se difundirá un ejemplar de la misma en la dirección electrónica: ***www.compranet.sinaloa.gob.mx*** .

Asimismo, se informa que a partir de esta fecha se fijará en el rotulón que se ha colocado en la Subdirección de Recursos Materiales, un ejemplar de la presente Acta o un aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles.

Después de dar lectura a la presente, se dio por terminado este evento, siendo las 12:30 horas, del día 28 de octubre del 2026

Esta Acta consta de 30 (Treinta) hojas, que contienen los cuadros con los requisitos exigidos en el procedimiento de licitación y los precios unitarios presentados por los licitantes, firmada para los efectos legales y de conformidad por los asistentes a este Acto, quienes reciben copia de la misma.

COMO OBSERVADOR

Nombre	**Firma**
C. Laura González de la Rocha.	

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa.
Dirección Administrativa.
Subdirección de Recursos Materiales

POR LOS LICITANTES

Nombre	Nombre, razón o denominación social	Firma
C. Luis Jesús Porras Hernández.	Representante de Group Ige Salud, S. de R.L. de C.V.	
C. Jorge Yovanny Reyes Sosa.	Representante de Distribuidora Médica Artemisa, S.A. de C.V.	
C. Liliana Ávila Cabrera.	Representante de Instrumentación Médica, S.A. de C.V.	Liliana A.C.
C. Daniela Guadalupe Rodelo.	Representante de Prahmedic, S.A. de C.V.	
C. Jesús Rodolfo Bajo Leyva.	Persona física con actividad empresarial.	Jesús Rodolfo Bajo L.
C. Carolina Rene García Flores.	Representante de Ar Biomedical Solutions, S.A. de C.V.	
C. José Carlos Ochoa Andrade	Representante de persona física Gerardo Vega Valadez.	
C. Osbeidy Madahi Acosta Berrelleza.	Representante de NortechMedical, S.A. de C.V.	
C. Alejandro Montaño Rivera.	Representante de Consermed Life, S.A. de C.V.	
C. Martha Cruz Hernández.	Representante de Comercializadora Mrs Labs, S. de R.L. de C.V.	
C. Joaquín Salvador Sánchez Martínez.	Representante de Compañía Comercial de Bienes y Servicios Cerme, S.A. de C.V.	

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa.
Dirección Administrativa.
Subdirección de Recursos Materiales

POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

Nombre	Representante	Firma
C. Eduardo Aguirre Medina.	Director Administrativo.	
C. Karla Gámez Gutiérrez.	Subdirectora de Recursos Materiales.	
C. María José Corrales Osuna.	Representante del Órgano Interno de Control y Evaluación.	
C. Guillermo Ochoa Meza.	Representante de la Dirección Jurídica y de Normatividad.	
C. Karla Osiris Soto Espinoza.	Jefe del Departamento de Recuperación de Equipo Médico.	

POR LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

C. Paul López Benitez.	Representante de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas.	

---------- **FIN DEL ACTA** ----------

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
SSS-LPN-021-2026

ANEXO A).- DOCUMENTACIÓN LEGAL Y DE IDENTIFICACIÓN

ADQUISICIÓN DE "EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO"

4.1. DOCUMENTACIÓN LEGAL Y DE IDENTIFICACIÓN	LICITANTES				
	GROUP IGE SALUD S. DE R.L. DE C.V.	DISTRIBUIDORA MEDICA ARTEMISA, S.A. DE C.V.	INSTRUMENTACIÓN MÉDICA S.A. DE C.V.	PRAHMEDIC S.A. DE C.V.	JESUS RODOLFO BAJO LEYVA
4.1.1. Copia simple del Acta Constitutiva de la empresa **subrayando** el nombre del administrador único o apoderado legal de la empresa. (Persona moral).	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega	No Aplica
4.1.2. Copia simple del poder legal de la persona que represente a la empresa participante. (Persona moral).	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega	No Aplica
4.1.3. Copia simple de Identificación oficial del representante legal o propietario de la empresa participante, y/o persona física o identificarse en el Acto. (Persona física y moral).	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
4.1.4. Carta poder simple expedida por el representante legal o propietario de la empresa a favor de la persona distinta a Él que asista al Acto. (Persona física y moral).	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega	No Aplica
4.1.5. Copia simple de Identificación Oficial de la persona que asista al Acto. (Persona física y moral).	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
4.1.6. Deberá presentar copia simple del acta de nacimiento (Persona Física).	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Entrega
4.1.7. Escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos establecidos por los Artículos 60 y 83 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa. (Persona física y moral).	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
4.1.8. Deberá presentar Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales. Para los efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación (CFF), toda vez que se celebrará una contratación por adquisición de bienes, arrendamientos y/o servicios con cargo total a fondos federales, cuyo monto excederá de $ 300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.), el licitante ganador deberá presentar documento vigente expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo o en su caso el convenio de pago correspondiente. El no entregarlo como parte de su propuesta, no será motivo de desechamiento de la proposición, sin embargo, si no se presenta previo a la firma del contrato, será impedimento para formalizar el mismo.	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
4.1.9. Deberá presentar constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos. **(INFONAVIT),** Con un plazo no mayor a 30 días.	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega	No Entrega
4.1.10. En cumplimiento al acuerdo **ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR** deberá presentar opinión de cumplimiento de obligaciones Fiscales en materia de seguridad social emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social. (Persona física y moral). Con un plazo no mayor a 15 días.	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega	No Entrega
4.1.11. Presentar formato de protesta de decir verdad de que el participante no tiene conflicto de intereses con los servidores públicos que intervienen en este procedimiento, así como que no tienen ningún parentesco de consanguineidad hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, ni sus socios, ni la sociedad de las que forme o haya formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración de este procedimiento de contratación, conforme a lo establecido por el artículo 60 fracciones I y II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa y en el Protocolo de Actuación de los Servidores Públicos, publicado el 10 de abril 2017 en su anexo Segundo secciones 2 y 3. (Persona física y moral).	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
4.1.12. Presentar declaración de integridad, en la que manifiesten que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la dependencia solicitante, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. (Persona física y moral).	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
4.1.13. Copia simple de la Constancia de Situación Fiscal del participante. (Persona física y moral). Con un plazo no mayor a 30 días.	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
4.1.14. Copia del comprobante de domicilio fiscal del licitante participante no mayor a tres meses. (Persona física y moral).	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
4.1.15. Acreditación de personalidad: Escrito original en el que su firmante manifieste bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica, mismo que deberá contener al menos: • **Del Licitante:** Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, así como, en su caso, de su apoderado o representante, la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios. • **Del representante legal del Licitante:** datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las propuestas. Para lo cual según corresponda deberán utilizar alguno de los siguientes formatos:	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
SSS-LPN-021-2026

ANEXO A).- DOCUMENTACIÓN LEGAL Y DE IDENTIFICACIÓN

ADQUISICIÓN DE "EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO"

4.1. DOCUMENTACIÓN LEGAL Y DE IDENTIFICACIÓN	LICITANTES					
	AR BIMEDICAL SOLUTION S.A DE C.V.	GERARDO VEGA VALADEZ	NORTECHMEDICAL, S.A. DE C.V.	CONSERMEDUFE S.A. DE C.V.	COMERCIALIZADORA MRS LABS S. DE R.L. DE C.V.	COMPAÑÍA COMERCAL DE BIENES Y SERVICIOS CERME S.A. DE C.V.
4.1.1. Copia simple del Acta Constitutiva de la empresa **subrayando** el nombre del administrador único o apoderado legal de la empresa. (Persona moral).	Entrega	No Aplica	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
4.1.2. Copia simple del poder legal de la persona que represente a la empresa participante. (Persona moral).	Entrega	No Aplica	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
4.1.3. Copia simple de Identificación oficial del representante legal o propietario de la empresa participante, y/o persona física o identificarse en el Acto. (Persona física y moral).	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
4.1.4. Carta poder simple expedida por el representante legal o propietario de la empresa a favor de la persona distinta a Él que asista al Acto. (Persona física y moral).	Entrega	Entrega	Entrega	No Aplica	No Aplica	No Aplica
4.1.5. Copia simple de Identificación Oficial de la persona que asista al Acto. (Persona física y moral).	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
4.1.6. Deberá presentar copia simple del acta de nacimiento (Persona Física).	No Aplica	Entrega	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
4.1.7. Escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos establecidos por los Artículos 60 y 83 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa. (Persona física y moral).	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
4.1.8. Deberá presentar Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales. Para los efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación (CFF), toda vez que se celebrará una contratación por adquisición de bienes, arrendamientos y/o servicios con cargo total a fondos federales, cuyo monto excederá de $ 300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.), el licitante ganador deberá presentar documento vigente expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo o en su caso el convenio de pago correspondiente. El no entregarlo como parte de su propuesta, no será motivo de desechamiento de la proposición, sin embargo, si no se presenta previo a la firma del contrato, será impedimento para formalizar el mismo.	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
4.1.9. Deberá presentar constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos. **(INFONAVIT),** Con un plazo no mayor a 30 días.	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
4.1.10. En cumplimiento al acuerdo **ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR** deberá presentar opinión de cumplimiento de obligaciones Fiscales en materia de seguridad social emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social. (Persona física y moral). Con un plazo no mayor a 15 días.	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
4.1.11. Presentar formato de protesta de decir verdad de que el participante no tiene conflicto de intereses con los servidores públicos que intervienen en este procedimiento, así como que no tienen ningún parentesco de consanguineidad hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, ni sus socios, ni la sociedad de las que forme o haya formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración de este procedimiento de contratación, conforme a lo establecido por el artículo 60 fracciones I y II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa y en el Protocolo de Actuación de los Servidores Públicos, publicado el 10 de abril 2017 en su anexo Segundo secciones 2 y 3. (Persona física y moral).	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
4.1.12. Presentar declaración de integridad, en la que manifiesten que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la dependencia solicitante, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. (Persona física y moral).	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
4.1.13. Copia simple de la Constancia de Situación Fiscal del participante. (Persona física y moral). Con un plazo no mayor a 30 días.	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
4.1.14. Copia del comprobante de domicilio fiscal del licitante participante no mayor a tres meses. (Persona física y moral).	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
4.1.15. Acreditación de personalidad: Escrito original en el que su firmante manifieste bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica, mismo que deberá contener al menos: • **Del Licitante:** Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, así como, en su caso, de su apoderado o representante, la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios. • **Del representante legal del Licitante:** datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las propuestas. Para lo cual según corresponda deberán utilizar alguno de los siguientes formatos:	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
SSS-LPN-021-2026

ANEXO B).- PROPUESTA TECNICA
ADQUISICIÓN DE "EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO"

4.2. PROPUESTA TÉCNICA	LICITANTES				
	GROUP IGE SALUD S. DE R.L. DE C.V.	DISTRIBUIDORA MEDICA ARTEMISA, S.A. DE C.V.	INSTRUMENTACIÓN MÉDICA S.A. DE C.V.	PRAHMEDIC S.A. DE C.V.	JESUS RODOLFO BAJO LEYVA
4.2.1. Descripción y especificaciones solicitada y contenida en el **Anexo I y Anexo I-A** de las presentes bases, para lo cual deberá requisitar **la totalidad de los campos contenidos en la ficha técnica, indicando de manera clara y precisa las características técnicas específicas de los bienes ofertados, señalando marca, modelo, fabricante, material, dimensiones, capacidades, compatibilidad, tipo de conexión, medidas, voltajes, presiones, características de operación o cualquier otro dato técnico aplicable, según corresponda a cada renglón, así como el número de página y el catálogo, ficha técnica y/o folleto en el que se haga referencia al cumplimiento de cada especificación,** en papel membretado de la empresa impreso al frente, en idioma español y firmada autógrafamente por el propietario o representante legal que tenga poder notarial para tal efecto, debiendo señalar marca, modelo y fabricante de la partida única de las especificaciones técnicas propuestas y los acuerdos que se hayan tomado en la junta de aclaraciones que forman parte integral de las bases. Nota: No se aceptarán expresiones genéricas tales como: "Si cumple", "Cumple", "Lo contiene", "Conforme a lo solicitado", "Apegado a bases" o cualquier otra similar que no permita identificar objetivamente las características técnicas ofertadas.	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
4.2.2. Presentar carta bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que los bienes ofertados en la presente licitación, cumplan con las normas mexicanas y a falta de estas las normas internacionales, y que dichos servicios se ajustarán a los requerimientos de los Servicios de Salud, previstos en la presente convocatoria.	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
4.2.3. Presentar carta de apoyo por parte del fabricante o distribuidor autorizado (en caso de distribuidor autorizado, deberá acompañar carta del fabricante donde se especifique que es distribuidor autorizado), dicha carta deberá presentarse en original y contener como mínimo la razón social de la empresa, números de teléfonos, correo electrónico, domicilio de la empresa, debiendo estar firmada por el propietario, representante legal. Las cartas presentadas deberán avalar el 100% de los renglones ofertados. Aquellos licitantes que no presenten dicha carta del fabricante o distribuidor autorizado, o la presenten firmada por ausencia o por poder, se encuentre alterada o con irregularidades o no este firmada por el propietario o representante legal, será motivo de **DESCALIFICACIÓN.**	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
4.2.4. Deberá presentar documento legible por ambos lados de los registros sanitarios expedidos por la Secretaría de Salud al laboratorio fabricante (se verificará su autenticidad), en caso de registros vencidos, se presentará primera prórroga, Segunda prórroga o prórrogas subsecuentes vigente (se verificará su vigencia), en el caso de los dispositivos médicos que así se hayan estipulado por su naturaleza como de bajo riesgo para efectos de obtención del Registro Sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren Registro Sanitario, se deberá presentar el listado publicado en el Diario Oficial de la Federación y mencionar a que renglón y clave se refieren.	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
4.2.5. Deberá presentar catálogos, fichas técnicas y/o folletos señalando expresamente el numeral, inciso o característica técnica específica a la que corresponda cada documento mediante subrayado, marcado, etiqueta, referencia cruzada o cualquier otro medio que permita identificar de forma objetiva el cumplimiento del requisito técnico solicitado en los **ANEXOS I-A FICHAS TÉCNICAS: EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO .** Si alguno(s) de estos folletos están redactados en un idioma diferente al español, deberá presentarse una traducción simple del (os) mismo(s) al español. Será causal de desechamiento que el licitante omita identificar en el catálogo, ficha técnica y/o folleto cualquiera de las especificaciones técnicas solicitadas en los **ANEXOS I-A FICHAS TÉCNICAS: EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.**, de conformidad con lo establecido en el presente numeral.	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
4.2.6. Deberá de presentar escrito de garantía de acuerdo al punto 9 de la presente convocatoria.	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
4.2.7. Toda la documentación proporcionada en la presente licitación (documentación legal, propuesta técnica, propuesta económica) deberá entregarla al 100% en medio magnético por **duplicado**, señalando el punto al que pertenece, debiendo coincidir la información en electrónico con lo presentado físicamente.	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
SSS-LPN-021-2026

ANEXO B).- PROPUESTA TECNICA
ADQUISICIÓN DE "EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO"

4.2. PROPUESTA TÉCNICA	LICITANTES					
	AR BIMEDICAL SOLUTION S.A DE C.V.	GERARDO VEGA VALADEZ	NORTECHMEDICAL, S.A. DE C.V.	CONSERMEDLIFE S.A. DE C.V.	COMERCIALIZADORA MRS LABS S. DE R.L. DE C.V.	COMPAÑÍA COMERCAL DE BIENES Y SERVICIOS CERME S.A. DE C.V.
4.2.1. Descripción y especificaciones solicitada y contenida en el Anexo I y Anexo I-A de las presentes bases, para lo cual deberá requisitar **la totalidad de los campos contenidos en la ficha técnica, indicando de manera clara y precisa las características técnicas específicas de los bienes ofertados, señalando marca, modelo, fabricante, material, dimensiones, capacidades, compatibilidad, tipo de conexión, medidas, voltajes, presiones, características de operación o cualquier otro dato técnico aplicable, según corresponda a cada renglón, así como el número de página y el catálogo, ficha técnica y/o folleto en el que se haga referencia al cumplimiento de cada especificación,** en papel membretado de la empresa impreso al frente, en idioma español y firmada autógrafamente por el propietario o representante legal que tenga poder notarial para tal efecto, debiendo señalar marca, modelo y fabricante de la partida única de las especificaciones técnicas propuestas y los acuerdos que se hayan tomado en la junta de aclaraciones que forman parte integral de las bases. **Nota:** No se aceptarán expresiones genéricas tales como: "Si cumple", "Cumple", "Lo contiene", "Conforme a lo solicitado", "Apegado a bases" o cualquier otra similar que no permita identificar objetivamente las características técnicas ofertadas.	Entrega	Entrega	Entrega Anexo I-A	Entrega	Entrega	Entrega
4.2.2. Presentar carta bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que los bienes ofertados en la presente licitación, cumplan con las normas mexicanas y a falta de estas las normas internacionales, y que dichos servicios se ajustarán a los requerimientos de los Servicios de Salud, previstos en la presente convocatoria.	Entrega	Entrega	No Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
4.2.3. Presentar carta de apoyo por parte del fabricante o distribuidor autorizado (en caso de distribuidor autorizado, deberá acompañar carta del fabricante donde se especifique que es distribuidor autorizado), dicha carta deberá presentarse en original y contener como mínimo la razón social de la empresa, números de teléfonos, correo electrónico, domicilio de la empresa, debiendo estar firmada por el propietario, representante legal. Las cartas presentadas deberán avalar el 100% de los renglones ofertados. Aquellos licitantes que no presenten dicha carta del fabricante o distribuidor autorizado, o la presenten firmada por ausencia o por poder, se encuentre alterada o con irregularidades o no este firmada por el propietario o representante legal, será motivo de **DESCALIFICACIÓN.**	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
4.2.4. Deberá presentar documento legible por ambos lados de los registros sanitarios expedidos por la Secretaría de Salud al laboratorio fabricante (se verificará su autenticidad), en caso de registros vencidos, se presentará primera prórroga, Segunda prórroga o prórrogas subsecuentes vigente (se verificará su vigencia), en el caso de los dispositivos médicos que así se hayan estipulado por su naturaleza como de bajo riesgo para efectos de obtención del Registro Sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren Registro Sanitario, se deberá presentar el listado publicado en el Diario Oficial de la Federación y mencionar a que renglón y clave se refieren.	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
4.2.5. Deberá presentar catálogos, fichas técnicas y/o folletos señalando expresamente el numeral, inciso o característica técnica específica a la que corresponda cada documento mediante subrayado, marcado, etiqueta, referencia cruzada o cualquier otro medio que permita identificar de forma objetiva el cumplimiento del requisito técnico solicitado en los **ANEXOS I-A FICHAS TÉCNICAS: EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO .** Si alguno(s) de estos folletos están redactados en un idioma diferente al español, deberá presentarse una traducción simple del (os) mismo(s) al español. Será causal de desechamiento que el licitante omita identificar en el catálogo, ficha técnica y/o folleto cualquiera de las especificaciones técnicas solicitadas en los **ANEXOS I-A FICHAS TÉCNICAS: EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.**, de conformidad con lo establecido en el presente numeral.	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
4.2.6. Deberá de presentar escrito de garantía de acuerdo al punto 9 de la presente convocatoria.	Entrega	Entrega	No Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
4.2.7. Toda la documentación proporcionada en la presente licitación (documentación legal, propuesta técnica, propuesta económica) deberá entregarla al 100% en medio magnético por duplicado, señalando el punto al que pertenece, debiendo coincidir la información en electrónico con lo presentado físicamente.	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL

SSS-LPN-021-2026

ANEXO C).- PROPUESTA ECONOMICA

ADQUISICIÓN DE "EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO"

4.3. PROPUESTAS ECONÓMICAS	LICITANTES				
	GROUP IGE SALUD S. DE R.L. DE C.V.	DISTRIBUIDORA MEDICA ARTEMISA, S.A. DE C.V.	INSTRUMENTACIÓN MÉDICA S.A. DE C.V.	PRAHMEDIC S.A. DE C.V.	JESUS RODOLFO BAJO LEYVA
4.3.1. Presentar escrito, donde manifieste que, de resultar ganador, se compromete a mantener el precio fijo ofertado durante la vigencia del contrato, firmado por el propietario o el representante legal de la empresa que tenga poder notarial para tal efecto.	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
4.3.2. Presentar oferta económica, que deberá ser mecanografiada o impresa, en papel membretado de la empresa participante, libres de tachaduras, enmendaduras, en idioma español, en moneda nacional y firmadas por el propietario o el representante legal de la empresa que tenga poder notarial para tal efecto, debiendo contener los datos señalados conforme a lo solicitado en el **Anexo II** de esta convocatoria a la Licitación.	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL

SSS-LPN-021-2026

ANEXO C).- PROPUESTA ECONOMICA

ADQUISICIÓN DE "EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO"

4.3. PROPUESTAS ECONÓMICAS	LICITANTES					
	AR BIMEDICAL SOLUTION S.A DE C.V.	GERARDO VEGA VALADEZ	NORTECHMEDICAL, S.A. DE C.V.	CONSERMEDLIFE S.A. DE C.V.	COMERCIALIZADORA MRS LABS S. DE R.L. DE C.V.	COMPAÑÍA COMERCAL DE BIENES Y SERVICIOS CERME S.A. DE C.V.
4.3.1. Presentar escrito, donde manifieste que, de resultar ganador, se compromete a mantener el precio fijo ofertado durante la vigencia del contrato, firmado por el propietario o el representante legal de la empresa que tenga poder notarial para tal efecto.	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
4.3.2. Presentar oferta económica, que deberá ser mecanografiada o impresa, en papel membretado de la empresa participante, libres de tachaduras, enmendaduras, en idioma español, en moneda nacional y firmadas por el propietario o el representante legal de la empresa que tenga poder notarial para tal efecto, debiendo contener los datos señalados conforme a lo solicitado en el **Anexo II** de esta convocatoria a la Licitación.	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
SSS-LPN-021-2026

ANEXO D DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL PROCEDIMIENTO SSS-LPN-021-2026

ADQUISICIÓN DE "EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO"

				LICITANTES					
				GROUP IGE SALUD S. DE R.L. DE C.V.		DISTRIBUIDORA MEDICA ARTEMISA, S.A. DE C.V.		INSTRUMENTACIÓN MÉDICA S.A. DE C.V.	
NO.	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1	ELECTROCARDIÓGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN. EQUIPO PORTÁTIL DE DIAGNÓSTICO NO INVASIVO DE LOS EVENTOS ELÉCTRICOS DEL CORAZÓN MULTICANAL. CON CAPACIDAD PARA OBTENER EN FORMA SIMULTÁNEA DOCE DERIVACIONES. CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN VÍA RS 232 A UNA COMPUTADORA PERSONAL. SELECTOR AUTOMÁTICO DE DERIVACIONES. CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA. CAPTURA DE DERIVACIONES. CON CAPACIDAD PARA OBTENER EL TRAZO DE UNA DERIVACIÓN EN UN CANAL CONTINUO. PANTALLA PARA VISUALIZACIÓN SIMULTÁNEA DE AL MENOS TRES CANALES. CAPACIDAD DE CONECTAR MONITOR PARA MEJOR VISUALIZACIÓN DEL TRAZO. TECLADO ALFANUMÉRICO. IMPRESIÓN DE 12 DERIVACIONES SIMULTÁNEAMENTE EN 3 O MÁS CANALES. PROGRAMAS DE APLICACIONES DIAGNÓSTICAS. CAPACIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO DE REGISTROS EN MEDIO MAGNÉTICO. SOFTWARE INTERNO PARA MANEJO DE BASE DE DATOS Y ARCHIVO ELECTROCARDIOGRÁFICO DE LOS PACIENTES. BATERÍA RECARGABLE INTEGRADA.	PIEZA	2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 43,162.40	$ 86,324.80
2	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA AVANZADA CON SELLADO O TERMOFUSION DE VASOS. EQUIPO CON GENERADOR QUE CREA UNA CORRIENTE DE ALTA FRECUENCIA A FIN DE GENERAR CALOR EN LOS TEJIDOS PARA CORTAR Y COAGULAR DURANTE LA CIRUGÍA INCLUYENDO SALIDAS DE ENERGÍA MONOPOLAR BIPOLAR Y SELLADO O TERMOFUSIÓN DE VASOS (BIPOLAR MODIFICADO). UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA CON SALIDA MONOPOLAR DE CORTE PURO CON POTENCIA DE SALIDA DE 300 WATTS O MAYOR; MEZCLA O BLEND CON POTENCIA MÍNIMA DE 200 WATTS; CON AL MENOS DOS MODOS DE COAGULACIÓN MONOPOLAR CON POTENCIA MÍNIMA DE 110 WATTS. SALIDA BIPOLAR: COAGULACIÓN CON POTENCIA DE SALIDA DE 70 WATTS O MAYOR Y CONTROL INDEPENDIENTE PARA SELECCIÓN DE POTENCIA EN MODO BIPOLAR. SALIDA PARA SELLADO O TERMOFUSIÓN DE VASOS (BIPOLAR MODIFICADO) CON SALIDA INDEPENDIENTE MEMORIA INTERNA PARA RECONOCIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS; FORMACIÓN DE SELLOS QUE SOPORTAN 400 MMHG O MÁS SIN DEPENDER DE TROMBOS; CAPACIDAD DE MEDIR LA IMPEDANCIA DE LOS TEJIDOS Y HACER UNA SELECCIÓN CONTINUA DEL NIVEL DE ENERGÍA DE SALIDA TRABAJA DE FORMA DINÁMICA; CAPACIDAD DE SELLADO DE VASOS DE HASTA 7 MM DE DIÁMETRO GENERANDO DAÑO TÉRMICO LATERAL MENOR DE 3 MM; ALARMA AUDIBLE DE FINALIZACIÓN DE SELLADO DE VASOS. PANTALLA LCD O TECNOLOGÍA SUPERIOR. DESPLIEGUE NUMÉRICO Y DE FUNCIONES EN PANTALLA DE: POTENCIA DE SALIDA MONOPOLAR POTENCIA DE SALIDA BIPOLAR INDICADOR DE ACTIVACIÓN DE SELLADO DE VASOS (BIPOLAR MODIFICADO) INDICADOR DEL MODO EN USO INDICADOR DE MONITORIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL CONTACTO DEL ELECTRODO DE RETORNO INDICADOR DE ERRORES. ACTIVACIÓN DE LA UNIDAD POR MEDIO DEL INSTRUMENTO Y/O PEDAL EN SALIDA MONOPOLAR POR MEDIO DEL INSTRUMENTO Y/O PEDAL EN SALIDA BIPOLAR POR MEDIO DEL INSTRUMENTO Y/O PEDAL EN SALIDA DE SELLADO DE VASOS (BIPOLAR MODIFICADO). INDICADORES AUDIBLES Y VISIBLES AL ACCIONAR CUALQUIERA DE LOS MODOS DEL EQUIPO. ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES DE: FALLA EN ALGUNO DE LOS MODOS FALSO CONTACTO DEL ELECTRODO DE RETORNO CON EL PACIENTE O QUE NO ESTÉ CONECTADO A LA UNIDAD INTERRUPCIÓN DEL CICLO DE SELLADO DE VASOS FALLAS DURANTE LA FORMACIÓN DEL SELLO DE LOS VASOS. PEDAL BIPOLAR. PEDAL MONOPOLAR. CARRO PARA SOPORTE Y TRASLADO DEL EQUIPO. PINZA BIPOLAR RECTA Y DE BAYONETA.	PIEZA	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,084,015.12	$ 1,084,015.12
3	VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIÁTRICO/NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL. EQUIPO ELECTROMECÁNICO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR DE SOPORTE DE VIDA PARA APOYO EN MODO DE VENTILACIÓN DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA Y CONVENCIONAL PARA PACIENTES NEONATOS Y PEDIÁTRICOS CON COMPROMISO DE LA FUNCIÓN RESPIRATORIA. PANTALLA INTERCONSTRUIDA: TIPO LCD LCD-TFT TFT O LED. A COLOR. SENSIBLE AL TACTO O TOUCH SCREEN. TAMAÑO DE 10.4' O MAYOR. CARACTERÍSTICAS DEL MODO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA: CONTROLES Y AJUSTES DE (VENTILACIÓN DE ALTA FRECUENCIA): PRESIÓN MEDIA EN LAS VÍAS AÉREAS QUE CUBRA EL RANGO DE 5 A 25 CMH2O O MBAR. FRECUENCIA RESPIRATORIA QUE CUBRA EL RANGO DE 5 A 15 HZ. FIO2 QUE CUBRA EL RANGO DE 21 A 100 %. AMPLITUD QUE CUBRA EL RANGO DE 5 A 80 (EN CMH2O O MBAR. O PORCENTAJE DE LA PRESIÓN MEDIA). MODOS VENTILATORIOS: HFV. HFV MÁS MODO CONVENCIONAL O VOLUMEN GARANTIZADO. PARÁMETROS MONITORIZADOS: PRESIÓN MEDIA EN LAS VÍAS AÉREAS (CMH2O O MBAR). FRECUENCIA RESPIRATORIA (HZ). FIO2 (%). AMPLITUD (CMH2O O MBAR). VOLUMEN MINUTO (L/MIN). VOLUMEN CORRIENTE (ML). DCO2 (ML2/S). ALARMAS: AUDIBLES Y VISUALES AMBAS PRIORIZADAS EN TRES NIVELES. PRESIÓN MEDIA (ALTA Y BAJA). FIO2 (ALTA Y BAJA). BAJA PRESIÓN DEL SUMINISTRO DE GASES. FALTA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. VENTILADOR INOPERANTE O FALLA DEL VENTILADOR. VOLUMEN MINUTO ALTO Y BAJO. CARACTERÍSTICAS DEL MODO CONVENCIONAL: CONTROLES Y AJUSTES DE (VENTILACIÓN CONVENCIONAL): PRESIÓN INSPIRATORIA QUE CUBRA EL RANGO DE 10 A 65 CMH2O O MBAR. FRECUENCIA RESPIRATORIA QUE CUBRA EL RANGO DE 20 A 150 RESPIRACIONES POR MINUTO. TIEMPO INSPIRATORIO QUE CUBRA EL RANGO DE 0.1 A 2 SEGUNDOS. FIO2 QUE CUBRA EL RANGO DE 21 A 100 %. VOLUMEN CORRIENTE QUE CUBRA EL RANGO DE 2 A 100 ML. PEEP/CPAP QUE CUBRA EL RANGO DE 0 A 20 CMH2O O RAR. PRESIÓN SOPORTE (PSV) PRESIÓN ASISTIDA O ASB (CMH2O O MBAR) O PORCENTAJE DEL FLUJO PICO QUE CUBRA EL RANGO DE 10 O MENOR. O 50% A 80 O MAYOR (EN CMH2O O MBAR. O PORCENTAJE DE LA PRESIÓN MEDIA). CON VOLUMEN GARANTIZADO OBJETIVO O PRVC (ML). RESPIRACIÓN MANUAL. BIAS FLOW FLUJO BASE O CONTINUO. MECANISMO DE DISPARO O TRIGGER POR FLUJO. SENSIBILIDAD ESPIRATORIA TERMINACIÓN DE LA FASE INSPIRATORIA O DE FINALIZACIÓN POR FLUJO. MODOS VENTILATORIOS: VENTILACIÓN ASISTO CONTROLADA PTV IPPV O SIPPV Y SIMV CONTROLADA. VENTILACIÓN MANDATORIA INTERMITENTE (SIMV) CON PRESIÓN SOPORTE. PRESIÓN SOPORTE (PSV) O PRESIÓN ASISTIDA O ASB. CPAP O ESPONTÁNEO CON LÍNEA DE BASE ELEVADA. VENTILACIÓN NO INVASIVA O CPAP NASAL. PARÁMETROS MONITORIZADOS: PRESIÓN INSPIRATORIA PICO O MÁXIMA. PRESIÓN MEDIA EN VÍAS AÉREAS. VOLUMEN CORRIENTE ESPIRADO. VOLUMEN MINUTO. PEEP. FRECUENCIA RESPIRATORIA. RELACIÓN I:E. TIEMPO INSPIRATORIO Y ESPIRATORIO.	PIEZA	5	$ -	$ -	$ 1,620,000.00	$ 8,100,000.00	$ 938,769.23	$ 4,693,846.15

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
SSS-LPN-021-2026

ANEXO D DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL PROCEDIMIENTO SSS-LPN-021-2026

ADQUISICIÓN DE "EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO"

				LICITANTES					
				GROUP IGE SALUD S. DE R.L. DE C.V.		DISTRIBUIDORA MEDICA ARTEMISA, S.A. DE C.V.		INSTRUMENTACIÓN MÉDICA S.A. DE C.V.	
NO.	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	FIO2. CÁLCULO DE DISTENSIBILIDAD O COMPLIANCE. CÁLCULO DE LA RESISTENCIA. DESPLIEGUE DE AL MENOS DOS LAZOS O LOOPS. CAPACIDAD DE ALMACENAR EVENTOS RELACIONADOS CON LOS PARÁMETROS VENTILATORIOS SELECCIONADOS Y TENDENCIAS DE AL MENOS 24 HORAS. DESPLIEGUE DE AL MENOS 2 DE LAS 3 CURVAS DE VENTILACIÓN DE FORMA SIMULTÁNEA: VOLUMEN-TIEMPO; FLUJO-TIEMPO; PRESIÓN-TIEMPO. ALARMAS: AUDIBLES Y VISUALES AMBAS PRIORIZADAS EN TRES NIVELES. PRESIÓN INSPIRATORIA ALTA Y BAJA. PEEP BAJO O DESCONEXIÓN DEL PACIENTE O FUGA. APNEA. VOLUMEN MINUTO Y/O CORRIENTE (ALTO Y BAJO). FRECUENCIA RESPIRATORIA ALTA. FIO2 ALTA Y BAJA. BAJA PRESIÓN O PÉRDIDA DEL SUMINISTRO DE GASES. FALLA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. BATERÍA BAJA. VENTILADOR INOPERANTE FALLA DEL VENTILADOR FALLA TÉCNICA O FALLA DE CICLO. SILENCIO DE ALARMA. PROGRAMACIÓN DE ALARMAS. CARACTERÍSTICAS GENERALES: MEZCLADOR DE AIRE-OXÍGENO INTERNO. MONITOREO DE FIO2 INTERNO. SENSOR DE FLUJO REUSABLE. HUMIDIFICADOR SERVOCONTROLADO PARA USO CON CALENTADOR DE RAMA INSPIRATORIA O DUAL; CON SENSOR DE TEMPERATURA SENCILLO O DUAL Y SOPORTE AL VENTILADOR. TODO EL SISTEMA EN IDIOMA ESPAÑOL. CON SISTEMA DE COMPENSACIÓN DE FUGAS. PERILLA SELECTORA FÍSICA O EN PANTALLA TÁCTIL PARA EL AJUSTE DE LOS VALORES DE TODOS LOS PARÁMETROS DE CONTROL. INDICADOR DE BATERÍA DE RESPALDO EN USO. INDICADOR DE HORAS DE USO EN PANTALLA. REGULADORES DE PRESIÓN INTEGRADOS PARA EL SUMINISTRO DE GASES. DURACIÓN DE LA BATERÍA DE RESPALDO (EXTERNA Y/O INTERNA) DE 30 MINUTOS COMO MÍNIMO. CONTROLADO A TRAVÉS DE UN MICROPROCESADOR. ACCESORIOS INCLUIDOS: BRAZO SOPORTE PARA CIRCUITO PACIENTE. BASE RODABLE PARA EL EQUIPO CON SISTEMA DE FRENO EN AL MENOS DOS RUEDAS. MANGUERAS PARA SUMINISTRO DE GAS DE ACUERDO AL CÓDIGO AMERICANO DE COLORES: O2- VERDE AIRE - AMARILLO. Y CONEXIONES DE ACUERDO A CADA UNIDAD SOLICITANTE AL MOMENTO DE LICITAR. DOS CIRCUITOS DE PACIENTE PEDIÁTRICO / NEONATAL REUSABLES LIBRES DE LÁTEX (INCLUYE ADAPTADORES Y CONECTORES). O DIEZ CIRCUITOS DESECHABLES LIBRES DE LÁTEX. Y SI LA MARCA LO REQUIERE DOS CIRCUITOS DE ALTA FRECUENCIA REUSABLES LIBRES DE LÁTEX (INCLUYE ADAPTADORES Y CONECTORES). DOS SENSORES DE FLUJO REUSABLES PEDIÁTRICO / NEONATAL EN CASO DE QUE LA TECNOLOGÍA ASÍ LO REQUIERA. UN JUEGO DE PUNTAS NASALES DESECHABLES DE AL MENOS CINCO MEDIDAS DIFERENTES CON SISTEMA DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN. DOS CÁMARAS DE HUMIDIFICACIÓN REUSABLES O DIEZ CÁMARAS DESECHABLES NEONATALES.								
4	INCUBADORA PARA RECIÉN NACIDO. EQUIPO ELECTROMÉDICO CON RUEDAS QUE PROPORCIONA CONDICIONES ÓPTIMAS DE TEMPERATURA HUMEDAD Y OXIGENACIÓN. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: CARRO CON SISTEMA DE FRENO EN AL MENOS DOS RUEDAS; SISTEMA DE AUTOPRUEBA INICIAL Y DURANTE EL FUNCIONAMIENTO. CON PUERTO RS232.CONTROLES: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: INTERVALO DE CONTROL DE TEMPERATURA DE: PIEL DE PACIENTE AIRE CON RESOLUCIÓN DE 0.2 °C O MENOR. SISTEMA DE HUMIDIFICACIÓN Y MEDICIÓN DE LA HUMEDAD RELATIVA. MONITOREO DE PARÁMETROS: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: DESPLIEGUE DIGITAL SIMULTÁNEO DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: TEMPERATURA DE AIRE AJUSTADA Y MONITORIZADA; TEMPERATURA DE PIEL DE PACIENTE AJUSTADA Y MONITORIZADA; HUMEDAD RELATIVA AJUSTADA Y MONITORIZADA; CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO AJUSTADA Y MONITORIZADA. INDICADOR DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO. MONITOREO CONTINUO DE LA TEMPERATURA CORPORAL; MONITOREO DE LA CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO. ALARMAS: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: .SISTEMA DE SEÑALES DE ALARMA INDICADOS EN TONOS O SECUENCIA DE TONOS; CON ALARMAS AUDIOVISUALES PARA: TEMPERATURA DEL AIRE TEMPERATURA DE PIEL DEL PACIENTE QUE SE ACTIVE SI LA DIFERENCIA DE LA TEMPERATURA AJUSTADA Y LA MONITORIZADA ES MAYOR A 0.5 ° C; FALTA DE AGUA Y FALLA EN EL CONTROL DE HUMEDAD; FALLA DEL MÓDULO DE CONTROL DE OXÍGENO. FALLA DEL SENSOR EN MODO DE CONTROL DE AIRE Y PIEL. FALTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA; FALLA DE VENTILADOR.GABINETE: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: DE ALTURA VARIABLE QUE SOPORTA UN CAPACETE CON CUBIERTA TRANSPARENTE QUE PERMITA EL USO DE FOTOTERAPIA CON FLUJO DE AIRE ANTEROPOSTERIOR COMO MÍNIMO CON CORTINA DE AIRE EN EL ACCESO FRONTAL CON SUJETADOR PARA FIJAR LA DOBLE PARED PARA EVITAR DESPLAZAMIENTO ACCIDENTAL DURANTE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO Y ATENCIÓN DEL PACIENTE. LA DOBLE PARED DEBE SER DESMONTABLE PARA SU LIMPIEZA. CON PORTILLOS DE ACCESO AL PACIENTE. CON ACCESOS PARA TUBOS. AL INTERIOR DEL CAPACETE PUERTA FRONTAL ABATIBLE CON SEGUROS PARA EVITAR CAÍDAS ACCIDENTALES. CON CAPACIDAD DE AISLAMIENTO ACÚSTICO. BASE PARA EL COLCHÓN CON AJUSTE DE INCLINACIÓN PARA PROPORCIONAR POSICIONES DE TRENDELEMBURG Y CONTRA-TRENDELEMBURG AL PACIENTE. SOPORTE PARA SOLUCIONES. FILTRO DE AIRE. CON AL MENOS 2 CAJONES. HUMIDIFICADOR: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: COMPARTIMENTO HUMIDIFICADOR DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE.	PIEZA	2	$ 1,690,000.00	$ 3,380,000.00	$ 1,570,000.00	$ 3,140,000.00	$ -	$ -

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
SSS-LPN-021-2026

ANEXO D DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL PROCEDIMIENTO SSS-LPN-021-2026

ADQUISICIÓN DE "EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO"

				LICITANTES					
				GROUP IGE SALUD S. DE R.L. DE C.V.		DISTRIBUIDORA MEDICA ARTEMISA, S.A. DE C.V.		INSTRUMENTACIÓN MÉDICA S.A. DE C.V.	
NO.	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
5	UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO. EQUIPO FIJO ELECTROHIDRONEUMÁTICO DE TECNOLOGÍA AVANZADA CON FINES DE TRATAMIENTO Y DIAGNÓSTICO EN LA ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA INTEGRAL DEL PACIENTE. LÁMPARA ESTOMATOLÓGICA: INTEGRADA AL SILLÓN CABEZAL DE ALUMINIO ORIENTABLE A LA BOCA DEL PACIENTE CON VENTILACIÓN NATURAL CON UN HAZ DE LUZ FRÍA ENFOCABLE DE 50 A 100 CM DE DISTANCIA LIBRE DE SOMBRAS INTENSIDAD LUMINOSA GRADUABLE ILUMINACIÓN DENTRO DEL RANGO DE 10000 A 50000 LUXES CON TEMPERATURA DE CALOR ENTRE 3500 °K O MAYOR CON ENFRIAMIENTO POR FILTROS ÓPTICOS REFLECTOR DICROICO REDUCTORES DE CALOR (NO EXCEDER 6 ° LA TEMPERATURA AMBIENTE EN LA DISTANCIA FOCAL). MÓDULO ESTOMATOLÓGICO: INTEGRADO AL SILLÓN CON ALTURA AJUSTABLE EN CONJUNTO CON EL SILLÓN POSICIONABLE EN CUALQUIER PUNTO ALREDEDOR DE 270 ° COMO MÍNIMO. NEGATOSCOPIO INTEGRADO AL MÓDULO. CON DISPOSITIVOS INDIVIDUALES PARA ALIMENTAR Y CONTROLAR EL AIRE Y EL AGUA EN LAS PIEZAS DE MANO A TRAVÉS DE BLOQUE AUTOMÁTICO. BOTELLA DE AGUA PURIFICADA CON SISTEMA DE VÁLVULA PARA REGULAR EL AGUA DE ENFRIAMIENTO. MANÓMETROS CON ESCALA DE 0 A 4 KG/CM2 REGULADORES DE PRESIÓN DE AIRE Y AGUA PARA LAS PIEZAS DE MANO Y JERINGA TRIPLE. DOS PIEZAS DE MANO DE ALTA VELOCIDAD CON: TURBINA Y MANDRIL DE ACERO INOXIDABLE MANGO DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO DE 2 VÍAS DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE TURBINA CON MANDRIL EJE Y BALEROS DE ACERO INOXIDABLE CON VELOCIDAD DE GIRO DE 350000 RPM O MAYOR HERRAMIENTA PARA CAMBIO DE FRESA. PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD CON MANGO DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO DE 2 VÍAS DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE GIRO DE 0 A 30000 +/- 10000 RPM MOTOR CON CAMBIADOR DE GIRO DE ACERO INOXIDABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE CONTRA ÁNGULO Y ADAPTADOR CONO RECTO CON MANDRIL DE ACERO INOXIDABLE PARA INSERTO DE FRESA Y HERRAMIENTA PARA CAMBIO EN CASO DE SER NECESARIO. JERINGA TRIPLE ESTOMATOLÓGICA PARA LAVAR Y SECAR CAMPOS CLÍNICOS BUCALES DE ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO CON DOS PUNTAS DESMONTABLES Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE CON DOS DUCTOS UNO PARA AGUA Y OTRO PARA AIRE OPERADO POR VÁLVULAS MECÁNICAS INDEPENDILNTES PARA LA SELECCIÓN DE TRABAJO SECO HÚMEDO O ROCÍO CON ALIMENTACIÓN DE AGUA Y AIRE CON VÁLVULA DE NO-RETRACCIÓN. UNIDAD ULTRASÓNICA DE PROFILAXIS PARA EFECTUAR DETARTRAJE INTEGRADO AL EQUIPO PIEZA DE MANO CON PUNTAS INTERCAMBIABLES CONTROL DE POTENCIA ELÉCTRICA DE 0 A 30 WATTS MÁXIMO CONTROL DE SALIDA DE AGUA REGULADA. SILLÓN ELECTROHIDRÁULICO O ELECTROMECÁNICO ESTOMATOLÓGICO ANATÓMICO: CAPACIDAD MÍNIMA DE LEVANTE DE 180 KG CON MOVIMIENTOS VERTICALES DE ASCENSO Y DESCENSO VARIABLE DESDE SU BASE SISTEMA DE MANDO ELÉCTRICO ACCIONADO CON CONTROL MANUAL Y/O PEDAL MOVIMIENTOS ELECTROMECÁNICOS DEL RESPALDO PARA LAS SIGUIENTES POSICIONES: DESDE POSICIÓN CERO HASTA TRENDELEMBURG POSICIÓN CERO AUTOMÁTICA ASIENTO Y DESCANSA PIERNAS CORRIDO FORRADO CON MATERIAL PLÁSTICO LAVABLE. FUNDA DE PROTECCIÓN EN EL ÁREA DE LA PIECERA CON CODERAS O DESCANSA BRAZOS ABATIBLES CABEZAL CON ARTICULACIÓN PARA MOVIMIENTOS DE RECLINACIÓN ANTERIOR Y POSTERIOR. ESCUPIDERA FIJA INTEGRADA AL SOPORTE DEL SILLÓN O A LA UNIDAD DESPLAZABLE HORIZONTALMENTE Y AJUSTE VERTICAL CON RECIPIENTE DE PORCELANA O VIDRIO PORCELANIZADO O POLÍMERO RESISTENTE A RAYADURAS O ACERO ESMALTADO DESMONTABLE PARA FÁCIL LIMPIEZA SOPORTE PARA LLENADO DE VASO CON CONTROL DE LLENADO Y ENJUAGUE DE ESCUPIDERA TEMPORIZADO BASE CONECTADA AL SISTEMA DE DRENAJE. ASPIRADOR QUIRÚRGICO DE VACIADO RÁPIDO; CON SISTEMA SILENCIOSO; ACCIONADO CON AIRE CON TRAMPA PARA SÓLIDOS Y CON DESCARGA DIRECTA AL DRENAJE. EYECTOR DE SALIVA CON FILTRO PARA RETENCIÓN DE SÓLIDOS Y ADAPTADOR PARA CÁNULAS. DESECHABLES CON DESCARGA DIRECTA AL DRENAJE. DOS SILLAS UNA PARA ESTOMATÓLOGO Y UNA PARA ASISTENTE CON DESCANSA PIES AMBOS CON SISTEMA NEUMÁTICO PARA AJUSTE DE ALTURA CON RODAJAS TAPIZADOS DE PLÁSTICO O TELA RESISTENTE Y LAVABLE. CON SISTEMA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AIRE Y AGUA DE LA CAJA DE CONEXIONES AL MÓDULO DE TRABAJO DEBIDAMENTE PROTEGIDO QUE LE PERMITAN SU DESPLAZAMIENTO A UN RADIO DE ACCIÓN DE DOS METROS COMO MÍNIMO EN TORNO AL SILLÓN. CON SISTEMA DE PROTECCIÓN QUE IMPIDA EL REFLUJO DE LÍQUIDOS AL TÉRMINO DE LOS TRATAMIENTOS. CON MANGUERAS DE SILICÓN O POLIURETANO LISAS DE 2 VÍAS DE UN LARGO DE 180 A 200 CM.	PIEZA	11	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
6	UNIDAD RADIOLÓGICA DENTAL. EQUIPO DE RAYOS "X" QUE SE EMPLEA PARA ESTUDIOS RADIOGRÁFICOS DE PADECIMIENTOS ESTOMATOLÓGICOS. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: CONTROL DE TIEMPO DE EXPOSICIÓN TRANSFORMADOR DE ALTA TENSIÓN. TUBO DE RAYOS "X" DE ÁNODO FIJO CON UN PUNTO FOCAL. MA Y KV SOPORTE PARA EL EQUIPO. LOCALIZADOR.	PIEZA	6	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
SSS-LPN-021-2026

ANEXO D DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL PROCEDIMIENTO SSS-LPN-021-2026

ADQUISICIÓN DE "EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO"

				LICITANTES					
				GROUP IGE SALUD S. DE R.L. DE C.V.		DISTRIBUIDORA MEDICA ARTEMISA, S.A. DE C.V.		INSTRUMENTACIÓN MÉDICA S.A. DE C.V.	
NO.	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
7	RADIOVISIÓGRAFO DENTAL DIGITAL INTRAORAL. EQUIPO ELECTROMÉDICO DESTINADO A LA ADQUISICIÓN, VISUALIZACIÓN, ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE IMÁGENES RADIOGRÁFICAS DIGITALES INTRAORALES PARA APOYO AL DIAGNÓSTICO ODONTOLÓGICO, MEDIANTE SENSOR DIGITAL QUE CAPTA LOS FOTONES DE RAYOS X Y LOS CONVIERTE EN SEÑALES ELECTRÓNICAS PARA SU PROCESAMIENTO Y VISUALIZACIÓN EN UN EQUIPO DE CÓMPUTO. CON DETECTOR DE TECNOLOGÍA CMOS O SUPERIOR. TAMAÑO DE PÍXEL DE 14.8 µM O MENOR. RESOLUCIÓN TEÓRICA DE 33 LP/MM O MAYOR. PROFUNDIDAD DE IMAGEN DE 12 BITS O MAYOR. SENSOR INTRAORAL CON DISEÑO ERGONÓMICO, BORDES REDONDEADOS Y ESPESOR MÁXIMO DE 5 MM, QUE FACILITE SU POSICIONAMIENTO Y CONTRIBUYA A LA COMODIDAD DEL PACIENTE. ÁREA ACTIVA DE ACUERDO CON EL TAMAÑO DEL SENSOR OFERTADO. CON CONEXIÓN DIGITAL DIRECTA MEDIANTE USB 2.0, USB 3.0 O SUPERIOR, COMPATIBLE CON EQUIPO DE CÓMPUTO. CABLE DE CONEXIÓN DE LONGITUD MÍNIMA DE 2.5 METROS. CON SOFTWARE PARA ADQUISICIÓN, VISUALIZACIÓN Y PROCESAMIENTO DE IMÁGENES RADIOGRÁFICAS DENTALES, QUE PERMITA COMO MÍNIMO AJUSTE DE BRILLO Y CONTRASTE, AMPLIACIÓN DE IMAGEN Y ALMACENAMIENTO DE ESTUDIOS. DEBERÁ INCLUIR LOS CONTROLADORES, LICENCIAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. COMPATIBLE CON EQUIPOS GENERADORES DE RAYOS X PARA USO DENTAL INTRAORAL. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A TRAVÉS DEL PUERTO USB O SISTEMA EQUIVALENTE. ACCESORIOS: POSICIONADORES O SOPORTES PARA SENSOR INTRAORAL; PROTECTORES O FUNDAS DESECHABLES PARA SENSOR; ACCESORIOS DE CONEXIÓN NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO. MANUAL DE USUARIO EN ESPAÑOL, IMPRESO O ELECTRÓNICO.	PIEZA	2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
8	ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	PIEZA	488	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
9	ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	PIEZA	683	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
10	ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	PIEZA	425	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
11	ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALTES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	PIEZA	285	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
12	ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	PIEZA	179	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
SSS-LPN-021-2026

ANEXO D DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL PROCEDIMIENTO SSS-LPN-021-2026

ADQUISICIÓN DE "EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO"

				LICITANTES					
				GROUP IGE SALUD S. DE R.L. DE C.V.		DISTRIBUIDORA MEDICA ARTEMISA, S.A. DE C.V.		INSTRUMENTACIÓN MÉDICA S.A. DE C.V.	
NO.	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
13	ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	PIEZA	291	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
14	ESFIGMOMANÓMETRO MERCURIAL PORTÁTIL. EQUIPO PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: MERCURIAL PORTÁTIL EN CAJA O BASE METÁLICA TUBO DE PLÁSTICO IRROMPIBLE ESCALA DE 0 A 300 MM HG CON GRADUACIÓN NUMÉRICA DE 10 MM HG Y RESOLUCIÓN DE 2 MM HG. SISTEMA DE INSUFLACIÓN QUE INCLUYA: BRAZALETE LAVABLE CON SISTEMA VELCRO PARA FIJACIÓN (ADULTO Y PEDIÁTRICO). BOLSA DE INSUFLACIÓN DE LÁTEX (ADULTO Y PEDIÁTRICO). PERILLA DE LÁTEX CON VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE AIRE CONECTOR CÓNICO TUBO O MANGUERA DE EXTENSIÓN DE 50 CM COMO MÍNIMO.	PIEZA	189	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
15	CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL. EQUIPO ELECTROMÉDICO CON RUEDAS QUE PERMITE CONTROLAR MANUALMENTE Y POR SERVOCONTROL EL AMBIENTE TÉRMICO DEL PACIENTE EN ESTADO CRÍTICO EN UN MEDIO ABIERTO. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: ELEMENTO DE CALENTAMIENTO PARA PROPORCIONAR UNA TEMPERATURA NO MAYOR DE 39 °C TIPO RADIANTE; REGULADOR PARA ESTABILIZAR LA TEMPERATURA DEL PACIENTE. CONTROLES: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: TEMPERATURA MANUAL Y SERVOCONTROLADA. ALARMAS: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: ALARMA DE OPERACIÓN. CON ALARMA AUDIBLE Y VISIBLE PARA ALTA Y BAJA TEMPERATURA FALLA DE CORRIENTE ELÉCTRICA Y DE VERIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN DEL PACIENTE. MONITOREO DE PARÁMETROS: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA SELECCIONADA Y MONITORIZADA DE PIEL; TEMPERATURA SELECCIONADA Y MONITORIZADA DEL COLCHÓN DE GEL; CONTROL DE CORTE AUTOMÁTICO POR ALTA TEMPERATURA. DESPLIEGUE DE MENSAJES DE ALERTA EN ESPAÑOL O CON SIGNOS CONVENCIONALES EN EL PANEL DE CONTROL. LÁMPARA PARA FOTOTERAPIA: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: A LOS LADOS DEL RADIADOR DE LA CUNA CON CONTADOR DE HORAS PARA REGISTRO DE TIEMPO DE EXPOSICIÓN DEL PACIENTE Y DE VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA LONGITUD DE ONDA DENTRO DEL RANGO DE 400 A 550 NM VIDA ÚTIL DE 1000 HORAS COMO MÍNIMO. CALEFACCIÓN: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: CON ELEMENTO DE CALEFACCIÓN CON INDICADOR DE POTENCIA. ALTURA LIBRE DEL PISO AL ELEMENTO CALEFACTOR. CUNA: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: LIMITADA EN LOS CUATRO LADOS CON PANELES TRANSPARENTES ABATIBLES PARA TENER ACCESO COMPLETO AL NEONATO QUE PERMITA LA TOMA DE RADIOGRAFÍAS CON CHAROLA PARA CHASIS DE RAYOS X CON SISTEMA QUE PERMITA DAR POSICIÓN AL NEONATO EN TRENDELEMBURG Y CONTRA TRENDELEMBURG. UNIDAD DE TIPO MÓVIL CON RUEDAS Y FRENO EN AL MENOS DOS DE ELLAS CON SOPORTE DE ALTURA VARIABLE. BASE: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: CHAROLA PARA MONITOR PUERTO DE ENTRADA DE OXÍGENO PARA CILINDRO O TOMA MURAL CON SOPORTE PARA CILINDRO DE OXÍGENO FLUJÓMETRO Y REGULADOR. CON CAJONES. UNIDAD DE SUCCIÓN CON SOPORTE Y MANÓMETRO DE VACÍO INTEGRADO AL EQUIPO. SISTEMA DE HUMIDIFICACIÓN. PORTASUERO. MONITOR: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: INTEGRADO O INTERCONSTRUIDO. DESPLIEGUE DE CURVAS DE ECG Y PLETISMOGRAFÍA COMO MÍNIMO. CON ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES PARA ALTERACIONES EN: FRECUENCIA CARDIACA FRECUENCIA RESPIRATORIA Y OXIMETRÍA DE PULSO CON PANTALLA A COLOR DE TECNOLOGÍA LCD DE MATRIZ ACTIVA O TFT O TRC.	PIEZA	2	$ 1,245,000.00	$ 2,490,000.00	$ 1,320,000.00	$ 2,640,000.00	$ -	$ -
				SUBTOTAL	$ 5,870,000.00	SUBTOTAL	$ 13,880,000.00	SUBTOTAL	$ 5,864,186.07
				IVA	$ 939,200.00	IVA	$ 2,220,800.00	IVA	$ 938,269.77
				TOTAL	$ 6,809,200.00	TOTAL	$ 16,100,800.00	TOTAL	$ 6,802,455.84

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
SSS-LPN-021-2026

ANEXO D DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL PROCEDIMIENTO SSS-LPN-021-2026

ADQUISICIÓN DE "EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO"

				LICITANTES						
				GROUP IGE SALUD	PRAHMEDIC S.A. DE C.V.		JESUS RODOLFO BAJO LEYVA		AR BIMEDICAL SOLUTION S.A DE C.V.	
NO.	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1	ELECTROCARDIÓGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN. EQUIPO PORTÁTIL DE DIAGNÓSTICO NO INVASIVO DE LOS EVENTOS ELÉCTRICOS DEL CORAZÓN MULTICANAL. CON CAPACIDAD PARA OBTENER EN FORMA SIMULTÁNEA DOCE DERIVACIONES. CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN VÍA RS 232 A UNA COMPUTADORA PERSONAL. SELECTOR AUTOMÁTICO DE DERIVACIONES. CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA. CAPTURA DE DERIVACIONES. CON CAPACIDAD PARA OBTENER EL TRAZO DE UNA DERIVACIÓN EN UN CANAL CONTINUO. PANTALLA PARA VISUALIZACIÓN SIMULTÁNEA DE AL MENOS TRES CANALES. CAPACIDAD DE CONECTAR MONITOR PARA MEJOR VISUALIZACIÓN DEL TRAZO. TECLADO ALFANUMÉRICO. IMPRESIÓN DE 12 DERIVACIONES SIMULTÁNEAMENTE EN 3 O MÁS CANALES. PROGRAMAS DE APLICACIONES DIAGNÓSTICAS. CAPACIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO DE REGISTROS EN MEDIO MAGNÉTICO. SOFTWARE INTERNO PARA MANEJO DE BASE DE DATOS Y ARCHIVO ELECTROCARDIOGRÁFICO DE LOS PACIENTES. BATERÍA RECARGABLE INTEGRADA.	PIEZA	2	$ -	$ -	$ -	$ 65,222.00	$ 130,444.00	$ 40,655.59	$ 81,311.18
2	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA AVANZADA CON SELLADO O TERMOFUSION DE VASOS. EQUIPO CON GENERADOR QUE CREA UNA CORRIENTE DE ALTA FRECUENCIA A FIN DE GENERAR CALOR EN LOS TEJIDOS PARA CORTAR Y COAGULAR DURANTE LA CIRUGÍA INCLUYENDO SALIDAS DE ENERGÍA MONOPOLAR BIPOLAR Y SELLADO O TERMOFUSIÓN DE VASOS (BIPOLAR MODIFICADO). UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA CON SALIDA MONOPOLAR DE CORTE PURO CON POTENCIA DE SALIDA DE 300 WATTS O MAYOR; MEZCLA O BLEND CON POTENCIA MÍNIMA DE 200 WATTS; CON AL MENOS DOS MODOS DE COAGULACIÓN MONOPOLAR CON POTENCIA MÍNIMA DE 110 WATTS. SALIDA BIPOLAR: COAGULACIÓN CON POTENCIA DE SALIDA DE 70 WATTS O MAYOR Y CONTROL INDEPENDIENTE PARA SELECCIÓN DE POTENCIA EN MODO BIPOLAR. SALIDA PARA SELLADO O TERMOFUSIÓN DE VASOS (BIPOLAR MODIFICADO) CON SALIDA INDEPENDIENTE MEMORIA INTERNA PARA RECONOCIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS; FORMACIÓN DE SELLOS QUE SOPORTAN 400 MMHG O MÁS SIN DEPENDER DE TROMBOS; CAPACIDAD DE MEDIR LA IMPEDANCIA DE LOS TEJIDOS Y HACER UNA SELECCIÓN CONTINUA DEL NIVEL DE ENERGÍA DE SALIDA TRABAJA DE FORMA DINÁMICA; CAPACIDAD DE SELLADO DE VASOS DE HASTA 7 MM DE DIÁMETRO GENERANDO DAÑO TÉRMICO LATERAL MENOR DE 3 MM; ALARMA AUDIBLE DE FINALIZACIÓN DE SELLADO DE VASOS. PANTALLA LCD O TECNOLOGÍA SUPERIOR. DESPLIEGUE NUMÉRICO Y DE FUNCIONES EN PANTALLA DE: POTENCIA DE SALIDA MONOPOLAR POTENCIA DE SALIDA BIPOLAR INDICADOR DE ACTIVACIÓN DE SELLADO DE VASOS (BIPOLAR MODIFICADO) INDICADOR DEL MODO EN USO INDICADOR DE MONITORIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL CONTACTO DEL ELECTRODO DE RETORNO INDICADOR DE ERRORES. ACTIVACIÓN DE LA UNIDAD POR MEDIO DEL INSTRUMENTO Y/O PEDAL EN SALIDA MONOPOLAR POR MEDIO DEL INSTRUMENTO Y/O PEDAL EN SALIDA BIPOLAR POR MEDIO DEL INSTRUMENTO Y/O PEDAL EN SALIDA DE SELLADO DE VASOS (BIPOLAR MODIFICADO). INDICADORES AUDIBLES Y VISIBLES AL ACCIONAR CUALQUIERA DE LOS MODOS DEL EQUIPO. ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES DE: FALLA EN ALGUNO DE LOS MODOS FALSO CONTACTO DEL ELECTRODO DE RETORNO CON EL PACIENTE O QUE NO ESTÉ CONECTADO A LA UNIDAD INTERRUPCIÓN DEL CICLO DE SELLADO DE VASOS FALLAS DURANTE LA FORMACIÓN DEL SELLO DE LOS VASOS. PEDAL BIPOLAR. PEDAL MONOPOLAR. CARRO PARA SOPORTE Y TRASLADO DEL EQUIPO. PINZA BIPOLAR RECTA Y DE BAYONETA.	PIEZA	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3	VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIÁTRICO/NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL. EQUIPO ELECTROMECÁNICO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR DE SOPORTE DE VIDA PARA APOYO EN MODO DE VENTILACIÓN DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA Y CONVENCIONAL PARA PACIENTES NEONATOS Y PEDIÁTRICOS CON COMPROMISO DE LA FUNCIÓN RESPIRATORIA. PANTALLA INTERCONSTRUIDA: TIPO LCD LCD-TFT TFT O LED. A COLOR. SENSIBLE AL TACTO O TOUCH SCREEN. TAMAÑO DE 10.4' O MAYOR. CARACTERÍSTICAS DEL MODO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA: CONTROLES Y AJUSTES DE (VENTILACIÓN DE ALTA FRECUENCIA): PRESIÓN MEDIA EN LAS VÍAS AÉREAS QUE CUBRA EL RANGO DE 5 A 25 CMH2O O MBAR. FRECUENCIA RESPIRATORIA QUE CUBRA EL RANGO DE 5 A 15 HZ. FIO2 QUE CUBRA EL RANGO DE 21 A 100 %. AMPLITUD QUE CUBRA EL RANGO DE 5 A 80 (EN CMH2O O MBAR. O PORCENTAJE DE LA PRESIÓN MEDIA). MODOS VENTILATORIOS: HFV. HFV MÁS MODO CONVENCIONAL O VOLUMEN GARANTIZADO. PARÁMETROS MONITORIZADOS: PRESIÓN MEDIA EN LAS VÍAS AÉREAS (CMH2O O MBAR). FRECUENCIA RESPIRATORIA (HZ). FIO2 (%). AMPLITUD (CMH2O O MBAR). VOLUMEN MINUTO (L/MIN). VOLUMEN CORRIENTE (ML). DCO2 (ML2/S). ALARMAS: AUDIBLES Y VISUALES AMBAS PRIORIZADAS EN TRES NIVELES. PRESIÓN MEDIA (ALTA Y BAJA). FIO2 (ALTA Y BAJA). BAJA PRESIÓN DEL SUMINISTRO DE GASES. FALTA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. VENTILADOR INOPERANTE O FALLA DEL VENTILADOR. VOLUMEN MINUTO ALTO Y BAJO. CARACTERÍSTICAS DEL MODO CONVENCIONAL: CONTROLES Y AJUSTES DE (VENTILACIÓN CONVENCIONAL): PRESIÓN INSPIRATORIA QUE CUBRA EL RANGO DE 10 A 65 CMH2O O MBAR. FRECUENCIA RESPIRATORIA QUE CUBRA EL RANGO DE 20 A 150 RESPIRACIONES POR MINUTO. TIEMPO INSPIRATORIO QUE CUBRA EL RANGO DE 0.1 A 2 SEGUNDOS. FIO2 QUE CUBRA EL RANGO DE 21 A 100 %. VOLUMEN CORRIENTE QUE CUBRA EL RANGO DE 2 A 100 ML. PEEP/CPAP QUE CUBRA EL RANGO DE 0 A 20 CMH2O O BAR. PRESIÓN SOPORTE (PSV) PRESIÓN ASISTIDA O ASB (CMH2O O MBAR) O PORCENTAJE DEL FLUJO PICO QUE CUBRA EL RANGO DE 10 O MENOR. O 50% A 80 O MAYOR (EN CMH2O O MBAR. O PORCENTAJE DE LA PRESIÓN MEDIA). CON VOLUMEN GARANTIZADO OBJETIVO O PRVC (ML). RESPIRACIÓN MANUAL. BIAS FLOW FLUJO BASE O CONTINUO. MECANISMO DE DISPARO O TRIGGER POR FLUJO. SENSIBILIDAD ESPIRATORIA TERMINACIÓN DE LA FASE INSPIRATORIA O DE FINALIZACIÓN POR FLUJO. MODOS VENTILATORIOS: VENTILACIÓN ASISTO CONTROLADA PTV IPPV O SIPPV Y SIMV CONTROLADA. VENTILACIÓN MANDATORIA INTERMITENTE (SIMV) CON PRESIÓN SOPORTE. PRESIÓN SOPORTE (PSV) O PRESIÓN ASISTIDA O ASB. CPAP O ESPONTÁNEO CON LÍNEA DE BASE ELEVADA. VENTILACIÓN NO INVASIVA O CPAP NASAL. PARÁMETROS MONITORIZADOS: PRESIÓN INSPIRATORIA PICO O MÁXIMA. PRESIÓN MEDIA EN VÍAS AÉREAS. VOLUMEN CORRIENTE ESPIRADO. VOLUMEN MINUTO. PEEP. FRECUENCIA RESPIRATORIA. RELACIÓN I:E. TIEMPO INSPIRATORIO Y ESPIRATORIO.	PIEZA	5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
SSS-LPN-021-2026

ANEXO D DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL PROCEDIMIENTO SSS-LPN-021-2026

ADQUISICIÓN DE "EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO"

				LICITANTES						
				GROUP IGE SALUD	PRAHMEDIC S.A. DE C.V.		JESUS RODOLFO BAJO LEYVA		AR BIMEDICAL SOLUTION S.A DE C.V.	
NO.	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	FIO2. CÁLCULO DE DISTENSIBILIDAD O COMPLIANCE. CÁLCULO DE LA RESISTENCIA. DESPLIEGUE DE AL MENOS DOS LAZOS O LOOPS. CAPACIDAD DE ALMACENAR EVENTOS RELACIONADOS CON LOS PARÁMETROS VENTILATORIOS SELECCIONADOS Y TENDENCIAS DE AL MENOS 24 HORAS. DESPLIEGUE DE AL MENOS 2 DE LAS 3 CURVAS DE VENTILACIÓN DE FORMA SIMULTÁNEA: VOLUMEN-TIEMPO; FLUJO-TIEMPO; PRESIÓN-TIEMPO. ALARMAS: AUDIBLES Y VISUALES AMBAS PRIORIZADAS EN TRES NIVELES. PRESIÓN INSPIRATORIA ALTA Y BAJA. PEEP BAJO O DESCONEXIÓN DEL PACIENTE O FUGA. APNEA. VOLUMEN MINUTO Y/O CORRIENTE (ALTO Y BAJO). FRECUENCIA RESPIRATORIA ALTA. FIO2 ALTA Y BAJA. BAJA PRESIÓN O PÉRDIDA DEL SUMINISTRO DE GASES. FALLA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. BATERÍA BAJA. VENTILADOR INOPERANTE FALLA DEL VENTILADOR FALLA TÉCNICA O FALLA DE CICLO. SILENCIO DE ALARMA. PROGRAMACIÓN DE ALARMAS. CARACTERÍSTICAS GENERALES: MEZCLADOR DE AIRE-OXÍGENO INTERNO. MONITOREO DE FIO2 INTERNO. SENSOR DE FLUJO REUSABLE. HUMIDIFICADOR SERVOCONTROLADO PARA USO CON CALENTADOR DE RAMA INSPIRATORIA O DUAL; CON SENSOR DE TEMPERATURA SENCILLO O DUAL Y SOPORTE AL VENTILADOR. TODO EL SISTEMA EN IDIOMA ESPAÑOL. CON SISTEMA DE COMPENSACIÓN DE FUGAS. PERILLA SELECTORA FÍSICA O EN PANTALLA TÁCTIL PARA EL AJUSTE DE LOS VALORES DE TODOS LOS PARÁMETROS DE CONTROL. INDICADOR DE BATERÍA DE RESPALDO EN USO. INDICADOR DE HORAS DE USO EN PANTALLA. REGULADORES DE PRESIÓN INTEGRADOS PARA EL SUMINISTRO DE GASES. DURACIÓN DE LA BATERÍA DE RESPALDO (EXTERNA Y/O INTERNA) DE 30 MINUTOS COMO MÍNIMO. CONTROLADO A TRAVÉS DE UN MICROPROCESADOR. ACCESORIOS INCLUIDOS: BRAZO SOPORTE PARA CIRCUITO PACIENTE. BASE RODABLE PARA EL EQUIPO CON SISTEMA DE FRENO EN AL MENOS DOS RUEDAS. MANGUERAS PARA SUMINISTRO DE GAS DE ACUERDO AL CÓDIGO AMERICANO DE COLORES: O2- VERDE AIRE - AMARILLO. Y CONEXIONES DE ACUERDO A CADA UNIDAD SOLICITANTE AL MOMENTO DE LICITAR. DOS CIRCUITOS DE PACIENTE PEDIÁTRICO / NEONATAL REUSABLES LIBRES DE LÁTEX (INCLUYE ADAPTADORES Y CONECTORES). O DIEZ CIRCUITOS DESECHABLES LIBRES DE LÁTEX. Y SI LA MARCA LO REQUIERE DOS CIRCUITOS DE ALTA FRECUENCIA REUSABLES LIBRES DE LÁTEX (INCLUYE ADAPTADORES Y CONECTORES). DOS SENSORES DE FLUJO REUSABLES PEDIÁTRICO / NEONATAL EN CASO DE QUE LA TECNOLOGÍA ASÍ LO REQUIERA. UN JUEGO DE PUNTAS NASALES DESECHABLES DE AL MENOS CINCO MEDIDAS DIFERENTES CON SISTEMA DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN. DOS CÁMARAS DE HUMIDIFICACIÓN REUSABLES O DIEZ CÁMARAS DESECHABLES NEONATALES.										
4	INCUBADORA PARA RECIÉN NACIDO. EQUIPO ELECTROMÉDICO CON RUEDAS QUE PROPORCIONA CONDICIONES ÓPTIMAS DE TEMPERATURA HUMEDAD Y OXIGENACIÓN. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: CARRO CON SISTEMA DE FRENO EN AL MENOS DOS RUEDAS; SISTEMA DE AUTOPRUEBA INICIAL Y DURANTE EL FUNCIONAMIENTO. CON PUERTO RS232.CONTROLES: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: INTERVALO DE CONTROL DE TEMPERATURA DE: PIEL DE PACIENTE AIRE CON RESOLUCIÓN DE 0.2 °C O MENOR. SISTEMA DE HUMIDIFICACIÓN Y MEDICIÓN DE LA HUMEDAD RELATIVA. MONITOREO DE PARÁMETROS: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: DESPLIEGUE DIGITAL SIMULTÁNEO DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: TEMPERATURA DE AIRE AJUSTADA Y MONITORIZADA; TEMPERATURA DE PIEL DE PACIENTE AJUSTADA Y MONITORIZADA; HUMEDAD RELATIVA AJUSTADA Y MONITORIZADA; CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO AJUSTADA Y MONITORIZADA. INDICADOR DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO. MONITOREO CONTINUO DE LA TEMPERATURA CORPORAL; MONITOREO DE LA CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO. ALARMAS: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: SISTEMA DE SEÑALES DE ALARMA INDICADOS EN TONOS O SECUENCIA DE TONOS; CON ALARMAS AUDIOVISUALES PARA: TEMPERATURA DEL AIRE TEMPERATURA DE PIEL DEL PACIENTE QUE SE ACTIVE SI LA DIFERENCIA DE LA TEMPERATURA AJUSTADA Y LA MONITORIZADA ES MAYOR A 0.5 ° C; FALTA DE AGUA Y FALLA EN EL CONTROL DE HUMEDAD; FALLA DEL MÓDULO DE CONTROL DE OXÍGENO. FALLA DEL SENSOR EN MODO DE CONTROL DE AIRE Y PIEL. FALTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA; FALLA DE VENTILADOR.GABINETE: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: DE ALTURA VARIABLE QUE SOPORTA UN CAPACETE CON CUBIERTA TRANSPARENTE QUE PERMITA EL USO DE FOTOTERAPIA CON FLUJO DE AIRE ANTEROPOSTERIOR COMO MÍNIMO CON CORTINA DE AIRE EN EL ACCESO FRONTAL CON SUJETADOR PARA FIJAR LA DOBLE PARED PARA EVITAR DESPLAZAMIENTO ACCIDENTAL DURANTE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO Y ATENCIÓN DEL PACIENTE. LA DOBLE PARED DEBE SER DESMONTABLE PARA SU LIMPIEZA. CON PORTILLOS DE ACCESO AL PACIENTE. CON ACCESOS PARA TUBOS. AL INTERIOR DEL CAPACETE PUERTA FRONTAL ABATIBLE CON SEGUROS PARA EVITAR CAÍDAS ACCIDENTALES. CON CAPACIDAD DE AISLAMIENTO ACÚSTICO. BASE PARA EL COLCHÓN CON AJUSTE DE INCLINACIÓN PARA PROPORCIONAR POSICIONES DE TRENDELEMBURG Y CONTRA-TRENDELEMBURG AL PACIENTE. SOPORTE PARA SOLUCIONES. FILTRO DE AIRE. CON AL MENOS 2 CAJONES. HUMIDIFICADOR: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: COMPARTIMENTO HUMIDIFICADOR DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE.	PIEZA	2	$ 1,690,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
SSS-LPN-021-2026

ANEXO D DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL PROCEDIMIENTO SSS-LPN-021-2026

ADQUISICIÓN DE "EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO"

				LICITANTES						
				GROUP IGE SALUD	PRAHMEDIC S.A. DE C.V.		JESUS RODOLFO BAJO LEYVA		AR BIMEDICAL SOLUTION S.A DE C.V.	
NO.	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
5	UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO. EQUIPO FIJO ELECTROHIDRONEUMÁTICO DE TECNOLOGÍA AVANZADA CON FINES DE TRATAMIENTO Y DIAGNÓSTICO EN LA ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA INTEGRAL DEL PACIENTE. LÁMPARA ESTOMATOLÓGICA: INTEGRADA AL SILLÓN CABEZAL DE ALUMINIO ORIENTABLE A LA BOCA DEL PACIENTE CON VENTILACIÓN NATURAL CON UN HAZ DE LUZ FRÍA ENFOCABLE DE 50 A 100 CM DE DISTANCIA LIBRE DE SOMBRAS INTENSIDAD LUMINOSA GRADUABLE ILUMINACIÓN DENTRO DEL RANGO DE 10000 A 50000 LUXES CON TEMPERATURA DE CALOR ENTRE 3500 °K O MAYOR CON ENFRIAMIENTO POR FILTROS ÓPTICOS REFLECTOR DICROICO REDUCTORES DE CALOR (NO EXCEDER 6 ° LA TEMPERATURA AMBIENTE EN LA DISTANCIA FOCAL). MÓDULO ESTOMATOLÓGICO: INTEGRADO AL SILLÓN CON ALTURA AJUSTABLE EN CONJUNTO CON EL SILLÓN POSICIONABLE EN CUALQUIER PUNTO ALREDEDOR DE 270 ° COMO MÍNIMO. NEGATOSCOPIO INTEGRADO AL MÓDULO. CON DISPOSITIVOS INDIVIDUALES PARA ALIMENTAR Y CONTROLAR EL AIRE Y EL AGUA EN LAS PIEZAS DE MANO A TRAVÉS DE BLOQUE AUTOMÁTICO. BOTELLA DE AGUA PURIFICADA CON SISTEMA DE VÁLVULA PARA REGULAR EL AGUA DE ENFRIAMIENTO MANÓMETROS CON ESCALA DE 0 A 4 KG/CM2 REGULADORES DE PRESIÓN DE AIRE Y AGUA PARA LAS PIEZAS DE MANO Y JERINGA TRIPLE. DOS PIEZAS DE MANO DE ALTA VELOCIDAD CON: TURBINA Y MANDRIL DE ACERO INOXIDABLE MANGO DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO DE 2 VÍAS DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE TURBINA CON MANDRIL EJE Y BALEROS DE ACERO INOXIDABLE CON VELOCIDAD DE GIRO DE 350000 RPM O MAYOR HERRAMIENTA PARA CAMBIO DE FRESA. PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD CON MANGO DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO DE 2 VÍAS DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE GIRO DE 0 A 30000 +/- 10000 RPM MOTOR CON CAMBIADOR DE GIRO DE ACERO INOXIDABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE CONTRA ÁNGULO Y ADAPTADOR CONO RECTO CON MANDRIL DE ACERO INOXIDABLE PARA INSERTO DE FRESA Y HERRAMIENTA PARA CAMBIO EN CASO DE SER NECESARIO. JERINGA TRIPLE ESTOMATOLÓGICA PARA LAVAR Y SECAR CAMPOS CLÍNICOS BUCALES DE ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO CON DOS PUNTAS DESMONTABLES Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE CON DOS DUCTOS UNO PARA AGUA Y OTRO PARA AIRE OPERADO POR VÁLVULAS MECÁNICAS INDEPENDIENTES PARA LA SELECCIÓN DE TRABAJO SECO HÚMEDO O ROCÍO CON ALIMENTACIÓN DE AGUA Y AIRE CON VÁLVULA DE NO-RETRACCIÓN. UNIDAD ULTRASÓNICA DE PROFILAXIS PARA EFECTUAR DETARTRAJE INTEGRADO AL EQUIPO PIEZA DE MANO CON PUNTAS INTERCAMBIABLES CONTROL DE POTENCIA ELÉCTRICA DE 0 A 30 WATTS MÁXIMO CONTROL DE SALIDA DE AGUA REGULADA. SILLÓN ELECTROHIDRÁULICO O ELECTROMECÁNICO ESTOMATOLÓGICO ANATÓMICO: CAPACIDAD MÍNIMA DE LEVANTE DE 180 KG CON MOVIMIENTOS VERTICALES DE ASCENSO Y DESCENSO VARIABLE DESDE SU BASE SISTEMA DE MANDO ELÉCTRICO ACCIONADO CON CONTROL MANUAL Y/O PEDAL MOVIMIENTOS ELECTROMECÁNICOS DEL RESPALDO PARA LAS SIGUIENTES POSICIONES: DESDE POSICIÓN CERO HASTA TRENDELEMBURG POSICIÓN CERO AUTOMÁTICA. ASIENTO Y DESCANSA PIERNAS CORRIDO FORRADO CON MATERIAL PLÁSTICO LAVABLE. FUNDA DE PROTECCIÓN EN EL ÁREA DE LA PILCERA CON CODERAS O DESCANSA BRAZOS ABATIBLES CABEZAL CON ARTICULACIÓN PARA MOVIMIENTOS DE RECLINACIÓN ANTERIOR Y POSTERIOR. ESCUPIDERA FIJA INTEGRADA AL SOPORTE DEL SILLÓN O A LA UNIDAD DESPLAZABLE HORIZONTALMENTE Y AJUSTE VERTICAL CON RECIPIENTE DE PORCELANA O VIDRIO PORCELANIZADO O POLÍMERO RESISTENTE A RAYADURAS O ACERO ESMALTADO DESMONTABLE PARA FÁCIL LIMPIEZA SOPORTE PARA LLENADO DE VASO CON CONTROL DE LLENADO Y ENJUAGUE DE ESCUPIDERA TEMPORIZADO BASE CONECTADA AL SISTEMA DE DRENAJE. ASPIRADOR QUIRÚRGICO DE VACIADO RÁPIDO; CON SISTEMA SILENCIOSO; ACCIONADO CON AIRE CON TRAMPA PARA SÓLIDOS Y CON DESCARGA DIRECTA AL DRENAJE. EYECTOR DE SALIVA CON FILTRO PARA RETENCIÓN DE SÓLIDOS Y ADAPTADOR PARA CÁNULAS. DESECHABLES CON DESCARGA DIRECTA AL DRENAJE. DOS SILLAS UNA PARA ESTOMATÓLOGO Y UNA PARA ASISTENTE CON DESCANSA PIES AMBOS CON SISTEMA NEUMÁTICO PARA AJUSTE DE ALTURA CON RODAJAS TAPIZADOS DE PLÁSTICO O TELA RESISTENTE Y LAVABLE. CON SISTEMA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AIRE Y AGUA DE LA CAJA DE CONEXIONES AL MÓDULO DE TRABAJO DEBIDAMENTE PROTEGIDO QUE LE PERMITAN SU DESPLAZAMIENTO A UN RADIO DE ACCIÓN DE DOS METROS COMO MÍNIMO EN TORNO AL SILLÓN. CON SISTEMA DE PROTECCIÓN QUE IMPIDA EL REFLUJO DE LÍQUIDOS AL TÉRMINO DE LOS TRATAMIENTOS. CON MANGUERAS DE SILICÓN O POLIURETANO LISAS DE 2 VÍAS DE UN LARGO DE 180 A 200 CM.	PIEZA	11	$ -	$ -	$ -	$ 126,888.00	$ 1,395,768.00	$ -	$ -
6	UNIDAD RADIOLÓGICA DENTAL. EQUIPO DE RAYOS "X" QUE SE EMPLEA PARA ESTUDIOS RADIOGRÁFICOS DE PADECIMIENTOS ESTOMATOLÓGICOS. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: CONTROL DE TIEMPO DE EXPOSICIÓN TRANSFORMADOR DE ALTA TENSIÓN. TUBO DE RAYOS "X" DE ÁNODO FIJO CON UN PUNTO FOCAL. MA Y KV SOPORTE PARA EL EQUIPO. LOCALIZADOR.	PIEZA	6	$ -	$ 120,000.00	$ 720,000.00	$ 116,250.00	$ 697,500.00	$ -	$ -

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
SSS-LPN-021-2026

ANEXO D DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL PROCEDIMIENTO SSS-LPN-021-2026

ADQUISICIÓN DE "EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO"

				LICITANTES						
				GROUP IGE SALUD	PRAHMEDIC S.A. DE C.V.		JESUS RODOLFO BAJO LEYVA		AR BIMEDICAL SOLUTION S.A DE C.V.	
NO.	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
7	RADIOVISIÓGRAFO DENTAL DIGITAL INTRAORAL. EQUIPO ELECTROMÉDICO DESTINADO A LA ADQUISICIÓN, VISUALIZACIÓN, ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE IMÁGENES RADIOGRÁFICAS DIGITALES INTRAORALES PARA APOYO AL DIAGNÓSTICO ODONTOLÓGICO, MEDIANTE SENSOR DIGITAL QUE CAPTA LOS FOTONES DE RAYOS X Y LOS CONVIERTE EN SEÑALES ELECTRÓNICAS PARA SU PROCESAMIENTO Y VISUALIZACIÓN EN UN EQUIPO DE CÓMPUTO. CON DETECTOR DE TECNOLOGÍA CMOS O SUPERIOR. TAMAÑO DE PÍXEL DE 14.8 µM O MENOR. RESOLUCIÓN TEÓRICA DE 32 LP/MM O MAYOR. PROFUNDIDAD DE IMAGEN DE 12 BITS O MAYOR. SENSOR INTRAORAL CON DISEÑO ERGONÓMICO, BORDES REDONDEADOS Y ESPESOR MÁXIMO DE 5 MM, QUE FACILITE SU POSICIONAMIENTO Y CONTRIBUYA A LA COMODIDAD DEL PACIENTE. ÁREA ACTIVA DE ACUERDO CON EL TAMAÑO DEL SENSOR OFERTADO. CON CONEXIÓN DIGITAL DIRECTA MEDIANTE USB 2.0, USB 3.0 O SUPERIOR, COMPATIBLE CON EQUIPO DE CÓMPUTO. CABLE DE CONEXIÓN DE LONGITUD MÍNIMA DE 2.5 METROS. CON SOFTWARE PARA ADQUISICIÓN, VISUALIZACIÓN Y PROCESAMIENTO DE IMÁGENES RADIOGRÁFICAS DENTALES, QUE PERMITA COMO MÍNIMO AJUSTE DE BRILLO Y CONTRASTE, AMPLIACIÓN DE IMAGEN Y ALMACENAMIENTO DE ESTUDIOS. DEBERÁ INCLUIR LOS CONTROLADORES, LICENCIAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. COMPATIBLE CON EQUIPOS GENERADORES DE RAYOS X PARA USO DENTAL INTRAORAL. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A TRAVÉS DEL PUERTO USB O SISTEMA EQUIVALENTE. ACCESORIOS: POSICIONADORES O SOPORTES PARA SENSOR INTRAORAL; PROTECTORES O FUNDAS DESECHABLES PARA SENSOR; ACCESORIOS DE CONEXIÓN NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO. MANUAL DE USUARIO EN ESPAÑOL IMPRESO O ELECTRÓNICO.	PIEZA	2	$ -	$ 110,000.00	$ 220,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -
8	ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	PIEZA	488	$ -	$ -	$ -	$ 1,920.00	$ 936,960.00	$ -	$ -
9	ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	PIEZA	683	$ -	$ -	$ -	$ 4,400.00	$ 3,005,200.00	$ -	$ -
10	ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	PIEZA	425	$ -	$ -	$ -	$ 16,800.00	$ 7,140,000.00	$ -	$ -
11	ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	PIEZA	285	$ -	$ -	$ -	$ 4,750.00	$ 1,353,750.00	$ -	$ -
12	ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	PIEZA	179	$ -	$ -	$ -	$ 17,550.00	$ 3,141,450.00	$ -	$ -

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
SSS-LPN-021-2026

ANEXO D DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL PROCEDIMIENTO SSS-LPN-021-2026

ADQUISICIÓN DE "EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO"

				LICITANTES							
				GROUP IGE SALUD	PRAHMEDIC S.A. DE C.V.		JESUS RODOLFO BAJO LEYVA		AR BIMEDICAL SOLUTION S.A DE C.V.	
NO.	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
13	ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	PIEZA	291	$ -	$ -	$ -	$ 9,720.00	$ 2,828,520.00	$ -	$ -
14	ESFIGMOMANÓMETRO MERCURIAL PORTÁTIL. EQUIPO PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: MERCURIAL PORTÁTIL EN CAJA O BASE METÁLICA TUBO DE PLÁSTICO IRROMPIBLE ESCALA DE 0 A 300 MM HG CON GRADUACIÓN NUMÉRICA DE 10 MM HG Y RESOLUCIÓN DE 2 MM HG. SISTEMA DE INSUFLACIÓN QUE INCLUYA: BRAZALETE LAVABLE CON SISTEMA VELCRO PARA FIJACIÓN (ADULTO Y PEDIÁTRICO). BOLSA DE INSUFLACIÓN DE LÁTEX (ADULTO Y PEDIÁTRICO). PERILLA DE LÁTEX CON VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE AIRE CONECTOR CÓNICO TUBO O MANGUERA DE EXTENSIÓN DE 50 CM COMO MÍNIMO.	PIEZA	189	$ -	$ -	$ -	$ 1,800.00	$ 340,200.00	$ -	$ -
15	CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL. EQUIPO ELECTROMÉDICO CON RUEDAS QUE PERMITE CONTROLAR MANUALMENTE Y POR SERVOCONTROL EL AMBIENTE TÉRMICO DEL PACIENTE EN ESTADO CRÍTICO EN UN MEDIO ABIERTO. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: ELEMENTO DE CALENTAMIENTO PARA PROPORCIONAR UNA TEMPERATURA NO MAYOR DE 39 °C TIPO RADIANTE; REGULADOR PARA ESTABILIZAR LA TEMPERATURA DEL PACIENTE. CONTROLES: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: TEMPERATURA MANUAL Y SERVOCONTROLADA. ALARMAS: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: ALARMA DE OPERACIÓN. CON ALARMA AUDIBLE Y VISIBLE PARA ALTA Y BAJA TEMPERATURA FALLA DE CORRIENTE ELÉCTRICA Y DE VERIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN DEL PACIENTE. MONITOREO DE PARÁMETROS: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA SELECCIONADA Y MONITORIZADA DE PIEL; TEMPERATURA SELECCIONADA Y MONITORIZADA DEL COLCHÓN DE GEL; CONTROL DE CORTE AUTOMÁTICO POR ALTA TEMPERATURA. DESPLIEGUE DE MENSAJES DE ALERTA EN ESPAÑOL O CON SIGNOS CONVENCIONALES EN EL PANEL DE CONTROL. LÁMPARA PARA FOTOTERAPIA: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: A LOS LADOS DEL RADIADOR DE LA CUNA CON CONTADOR DE HORAS PARA REGISTRO DE TIEMPO DE EXPOSICIÓN DEL PACIENTE Y DE VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA LONGITUD DE ONDA DENTRO DEL RANGO DE 400 A 550 NM VIDA ÚTIL DE 1000 HORAS COMO MÍNIMO. CALEFACCIÓN: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: CON ELEMENTO DE CALEFACCIÓN CON INDICADOR DE POTENCIA. ALTURA LIBRE DEL PISO AL ELEMENTO CALEFACTOR. CUNA: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: LIMITADA EN LOS CUATRO LADOS CON PANELES TRANSPARENTES ABATIBLES PARA TENER ACCESO COMPLETO AL NEONATO QUE PERMITA LA TOMA DE RADIOGRAFÍAS CON CHAROLA PARA CHASIS DE RAYOS X CON SISTEMA QUE PERMITA DAR POSICIÓN AL NEONATO EN TRENDELEMBURG Y CONTRA TRENDELEMBURG. UNIDAD DE TIPO MÓVIL CON RUEDAS Y FRENO EN AL MENOS DOS DE ELLAS CON SOPORTE DE ALTURA VARIABLE. BASE: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: CHAROLA PARA MONITOR PUERTO DE ENTRADA DE OXÍGENO PARA CILINDRO O TOMA MURAL CON SOPORTE PARA CILINDRO DE OXÍGENO FLUJÓMETRO Y REGULADOR. CON CAJONES. UNIDAD DE SUCCIÓN CON SOPORTE Y MANÓMETRO DE VACÍO INTEGRADO AL EQUIPO. SISTEMA DE HUMIDIFICACIÓN. PORTASUERO. MONITOR: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: INTEGRADO O INTERCONSTRUIDO. DESPLIEGUE DE CURVAS DE ECG Y PLETISMOGRAFÍA COMO MÍNIMO. CON ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES PARA ALTERACIONES EN: FRECUENCIA CARDIACA FRECUENCIA RESPIRATORIA Y OXIMETRÍA DE PULSO CON PANTALLA A COLOR DE TECNOLOGÍA LCD DE MATRIZ ACTIVA O TFT O TRC.	PIEZA	2	$ 1,245,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 466,673.05	$ 933,346.10
				SUBTOTAL	SUBTOTAL	$ 940,000.00	SUBTOTAL	$ 20,969,792.00	SUBTOTAL	$ 1,014,657.28
				IVA	IVA	$ 150,400.00	IVA	$ 3,355,166.72	IVA	$ 162,345.16
				TOTAL	TOTAL	$ 1,090,400.00	TOTAL	$ 24,324,958.72	TOTAL	$ 1,177,002.44

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
SSS-LPN-021-2026

ANEXO D DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL PROCEDIMIENTO SSS-LPN-021-2026

ADQUISICIÓN DE "EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO"

				LICITANTES							
				GROUP IGE SALUD	GERARDO VEGA VALADEZ		NORTECHMEDICAL, S.A. DE C.V.		CONSERMEDLIFE S.A. DE C.V.	
NO.	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1	ELECTROCARDIÓGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN. EQUIPO PORTÁTIL DE DIAGNÓSTICO NO INVASIVO DE LOS EVENTOS ELÉCTRICOS DEL CORAZÓN MULTICANAL CON CAPACIDAD PARA OBTENER EN FORMA SIMULTÁNEA DOCE DERIVACIONES. CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN VÍA RS 232 A UNA COMPUTADORA PERSONAL. SELECTOR AUTOMÁTICO DE DERIVACIONES. CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA. CAPTURA DE DERIVACIONES. CON CAPACIDAD PARA OBTENER EL TRAZO DE UNA DERIVACIÓN EN UN CANAL CONTINUO. PANTALLA PARA VISUALIZACIÓN SIMULTÁNEA DE AL MENOS TRES CANALES. CAPACIDAD DE CONECTAR MONITOR PARA MEJOR VISUALIZACIÓN DEL TRAZO. TECLADO ALFANUMÉRICO. IMPRESIÓN DE 12 DERIVACIONES SIMULTÁNEAMENTE EN 3 O MÁS CANALES. PROGRAMAS DE APLICACIONES DIAGNÓSTICAS. CAPACIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO DE REGISTROS EN MEDIO MAGNÉTICO. SOFTWARE INTERNO PARA MANEJO DE BASE DE DATOS Y ARCHIVO ELECTROCARDIOGRÁFICO DE LOS PACIENTES. BATERÍA RECARGABLE INTEGRADA.	PIEZA	2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA AVANZADA CON SELLADO O TERMOFUSION DE VASOS. EQUIPO CON GENERADOR QUE CREA UNA CORRIENTE DE ALTA FRECUENCIA A FIN DE GENERAR CALOR EN LOS TEJIDOS PARA CORTAR Y COAGULAR DURANTE LA CIRUGÍA INCLUYENDO SALIDAS DE ENERGÍA MONOPOLAR BIPOLAR Y SELLADO O TERMOFUSIÓN DE VASOS (BIPOLAR MODIFICADO). UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA CON SALIDA MONOPOLAR DE CORTE PURO CON POTENCIA DE SALIDA DE 300 WATTS O MAYOR; MEZCLA O BLEND CON POTENCIA MÍNIMA DE 200 WATTS; CON AL MENOS DOS MODOS DE COAGULACIÓN MONOPOLAR CON POTENCIA MÍNIMA DE 110 WATTS. SALIDA BIPOLAR: COAGULACIÓN CON POTENCIA DE SALIDA DE 70 WATTS O MAYOR Y CONTROL INDEPENDIENTE PARA SELECCIÓN DE POTENCIA EN MODO BIPOLAR. SALIDA PARA SELLADO O TERMOFUSIÓN DE VASOS (BIPOLAR MODIFICADO) CON SALIDA INDEPENDIENTE MEMORIA INTERNA PARA RECONOCIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS; FORMACIÓN DE SELLOS QUE SOPORTAN 400 MMHG O MÁS SIN DEPENDER DE TROMBOS; CAPACIDAD DE MEDIR LA IMPEDANCIA DE LOS TEJIDOS Y HACER UNA SELECCIÓN CONTINUA DEL NIVEL DE ENERGÍA DE SALIDA TRABAJA DE FORMA DINÁMICA; CAPACIDAD DE SELLADO DE VASOS DE HASTA 7 MM DE DIÁMETRO GENERANDO DAÑO TÉRMICO LATERAL MENOR DE 3 MM; ALARMA AUDIBLE DE FINALIZACIÓN DE SELLADO DE VASOS. PANTALLA LCD O TECNOLOGÍA SUPERIOR. DESPLIEGUE NUMÉRICO Y DE FUNCIONES EN PANTALLA DE: POTENCIA DE SALIDA MONOPOLAR POTENCIA DE SALIDA BIPOLAR INDICADOR DE ACTIVACIÓN DE SELLADO DE VASOS (BIPOLAR MODIFICADO) INDICADOR DEL MODO EN USO INDICADOR DE MONITORIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL CONTACTO DEL ELECTRODO DE RETORNO INDICADOR DE ERRORES. ACTIVACIÓN DE LA UNIDAD POR MEDIO DEL INSTRUMENTO Y/O PEDAL EN SALIDA MONOPOLAR POR MEDIO DEL INSTRUMENTO Y/O PEDAL EN SALIDA BIPOLAR POR MEDIO DEL INSTRUMENTO Y/O PEDAL EN SALIDA DE SELLADO DE VASOS (BIPOLAR MODIFICADO). INDICADORES AUDIBLES Y VISIBLES AL ACCIONAR CUALQUIERA DE LOS MODOS DEL EQUIPO. ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES DE: FALLA EN ALGUNO DE LOS MODOS FALSO CONTACTO DEL ELECTRODO DE RETORNO CON EL PACIENTE O QUE NO ESTÉ CONECTADO A LA UNIDAD INTERRUPCIÓN DEL CICLO DE SELLADO DE VASOS FALLAS DURANTE LA FORMACIÓN DEL SELLO DE LOS VASOS. PEDAL BIPOLAR. PEDAL MONOPOLAR. CARRO PARA SOPORTE Y TRASLADO DEL EQUIPO. PINZA BIPOLAR RECTA Y DE BAYONETA.	PIEZA	1	$ -	$ 592,888.00	$ 592,888.00	$ 790,171.96	$ 790,171.96	$ -	$ -
3	VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIÁTRICO/NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL. EQUIPO ELECTROMECÁNICO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR DE SOPORTE DE VIDA PARA APOYO EN MODO DE VENTILACIÓN DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA Y CONVENCIONAL PARA PACIENTES NEONATOS Y PEDIÁTRICOS CON COMPROMISO DE LA FUNCIÓN RESPIRATORIA. PANTALLA INTERCONSTRUIDA: TIPO LCD LCD-TFT TFT O LED. A COLOR. SENSIBLE AL TACTO O TOUCH SCREEN. TAMAÑO DE 10.4" O MAYOR. CARACTERÍSTICAS DEL MODO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA: CONTROLES Y AJUSTES DE (VENTILACIÓN DE ALTA FRECUENCIA): PRESIÓN MEDIA EN LAS VÍAS AÉREAS QUE CUBRA EL RANGO DE 5 A 25 CMH2O O MBAR. FRECUENCIA RESPIRATORIA QUE CUBRA EL RANGO DE 5 A 15 HZ. FIO2 QUE CUBRA EL RANGO DE 21 A 100 %. AMPLITUD QUE CUBRA EL RANGO DE 5 A 80 (EN CMH2O O MBAR. O PORCENTAJE DE LA PRESIÓN MEDIA). MODOS VENTILATORIOS: HFV. HFV MÁS MODO CONVENCIONAL O VOLUMEN GARANTIZADO. PARÁMETROS MONITORIZADOS: PRESIÓN MEDIA EN LAS VÍAS AÉREAS (CMH2O O MBAR). FRECUENCIA RESPIRATORIA (HZ). FIO2 (%). AMPLITUD (CMH2O O MBAR). VOLUMEN MINUTO (L/MIN). VOLUMEN CORRIENTE (ML). DCO2 (ML2/S). ALARMAS: AUDIBLES Y VISUALES AMBAS PRIORIZADAS EN TRES NIVELES. PRESIÓN MEDIA (ALTA Y BAJA). FIO2 (ALTA Y BAJA). BAJA PRESIÓN DEL SUMINISTRO DE GASES. FALTA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. VENTILADOR INOPERANTE O FALLA DEL VENTILADOR. VOLUMEN MINUTO ALTO Y BAJO. CARACTERÍSTICAS DEL MODO CONVENCIONAL: CONTROLES Y AJUSTES DE (VENTILACIÓN CONVENCIONAL): PRESIÓN INSPIRATORIA QUE CUBRA EL RANGO DE 10 A 65 CMH2O O MBAR. FRECUENCIA RESPIRATORIA QUE CUBRA EL RANGO DE 20 A 150 RESPIRACIONES POR MINUTO. TIEMPO INSPIRATORIO QUE CUBRA EL RANGO DE 0.1 A 2 SEGUNDOS. FIO2 QUE CUBRA EL RANGO DE 21 A 100 %. VOLUMEN CORRIENTE QUE CUBRA EL RANGO DE 2 A 100 ML. PEEP/CPAP QUE CUBRA EL RANGO DE 0 A 20 CMH2O O BAR. PRESIÓN SOPORTE (PSV) PRESIÓN ASISTIDA O ASB (CMH2O O MBAR) O PORCENTAJE DEL FLUJO PICO QUE CUBRA EL RANGO DE 10 O MENOR. O 50% A 80 O MAYOR (EN CMH2O O MBAR. O PORCENTAJE DE LA PRESIÓN MEDIA). CON VOLUMEN GARANTIZADO OBJETIVO O PRVC (ML). RESPIRACIÓN MANUAL. BIAS FLOW FLUJO BASE O CONTINUO. MECANISMO DE DISPARO O TRIGGER POR FLUJO. SENSIBILIDAD ESPIRATORIA TERMINACIÓN DE LA FASE INSPIRATORIA O DE FINALIZACIÓN POR FLUJO. MODOS VENTILATORIOS: VENTILACIÓN ASISTO CONTROLADA PTV IPPV O SIPPV Y SIMV CONTROLADA. VENTILACIÓN MANDATORIA INTERMITENTE (SIMV) CON PRESIÓN SOPORTE. PRESIÓN SOPORTE (PSV) O PRESIÓN ASISTIDA O ASB. CPAP O ESPONTÁNEO CON LÍNEA DE BASE ELEVADA. VENTILACIÓN NO INVASIVA O CPAP NASAL. PARÁMETROS MONITORIZADOS: PRESIÓN INSPIRATORIA PICO O MÁXIMA. PRESIÓN MEDIA EN VÍAS AÉREAS. VOLUMEN CORRIENTE ESPIRADO. VOLUMEN MINUTO. PEEP. FRECUENCIA RESPIRATORIA. RELACIÓN I:E. TIEMPO INSPIRATORIO Y ESPIRATORIO.	PIEZA	5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
SSS-LPN-021-2026

ANEXO D DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL PROCEDIMIENTO SSS-LPN-021-2026

ADQUISICIÓN DE "EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO"

					LICITANTES					
				GROUP IGE SALUD	GERARDO VEGA VALADEZ		NORTECHMEDICAL, S.A. DE C.V.		CONSERMEDLIFE S.A. DE C.V.	
NO.	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	FIO2. CÁLCULO DE DISTENSIBILIDAD O COMPLIANCE. CÁLCULO DE LA RESISTENCIA. DESPLIEGUE DE AL MENOS DOS LAZOS O LOOPS. CAPACIDAD DE ALMACENAR EVENTOS RELACIONADOS CON LOS PARÁMETROS VENTILATORIOS SELECCIONADOS Y TENDENCIAS DE AL MENOS 24 HORAS. DESPLIEGUE DE AL MENOS 2 DE LAS 3 CURVAS DE VENTILACIÓN DE FORMA SIMULTÁNEA: VOLUMEN-TIEMPO; FLUJO-TIEMPO; PRESIÓN-TIEMPO. ALARMAS: AUDIBLES Y VISUALES AMBAS PRIORIZADAS EN TRES NIVELES. PRESIÓN INSPIRATORIA ALTA Y BAJA. PEEP BAJO O DESCONEXIÓN DEL PACIENTE O FUGA. APNEA. VOLUMEN MINUTO Y/O CORRIENTE (ALTO Y BAJO). FRECUENCIA RESPIRATORIA ALTA. FIO2 ALTA Y BAJA. BAJA PRESIÓN O PÉRDIDA DEL SUMINISTRO DE GASES. FALLA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. BATERÍA BAJA. VENTILADOR INOPERANTE FALLA DEL VENTILADOR FALLA TÉCNICA O FALLA DE CICLO. SILENCIO DE ALARMA. PROGRAMACIÓN DE ALARMAS. CARACTERÍSTICAS GENERALES: MEZCLADOR DE AIRE-OXÍGENO INTERNO. MONITOREO DE FIO2 INTERNO. SENSOR DE FLUJO REUSABLE. HUMIDIFICADOR SERVOCONTROLADO PARA USO CON CALENTADOR DE RAMA INSPIRATORIA O DUAL; CON SENSOR DE TEMPERATURA SENCILLO O DUAL Y SOPORTE AL VENTILADOR. TODO EL SISTEMA EN IDIOMA ESPAÑOL. CON SISTEMA DE COMPENSACIÓN DE FUGAS. PERILLA SELECTORA FÍSICA O EN PANTALLA TÁCTIL PARA EL AJUSTE DE LOS VALORES DE TODOS LOS PARÁMETROS DE CONTROL. INDICADOR DE BATERÍA DE RESPALDO EN USO. INDICADOR DE HORAS DE USO EN PANTALLA. REGULADORES DE PRESIÓN INTEGRADOS PARA EL SUMINISTRO DE GASES. DURACIÓN DE LA BATERÍA DE RESPALDO (EXTERNA Y/O INTERNA) DE 30 MINUTOS COMO MÍNIMO. CONTROLADO A TRAVÉS DE UN MICROPROCESADOR. ACCESORIOS INCLUIDOS: BRAZO SOPORTE PARA CIRCUITO PACIENTE. BASE RODABLE PARA EL EQUIPO CON SISTEMA DE FRENO EN AL MENOS DOS RUEDAS. MANGUERAS PARA SUMINISTRO DE GAS DE ACUERDO AL CÓDIGO AMERICANO DE COLORES: O2- VERDE AIRE - AMARILLO. Y CONEXIONES DE ACUERDO A CADA UNIDAD SOLICITANTE AL MOMENTO DE LICITAR. DOS CIRCUITOS DE PACIENTE PEDIÁTRICO / NEONATAL REUSABLES LIBRES DE LÁTEX (INCLUYE ADAPTADORES Y CONECTORES). O DIEZ CIRCUITOS DESECHABLES LIBRES DE LÁTEX. Y SI LA MARCA LO REQUIERE DOS CIRCUITOS DE ALTA FRECUENCIA REUSABLES LIBRES DE LÁTEX (INCLUYE ADAPTADORES Y CONECTORES). DOS SENSORES DE FLUJO REUSABLES PEDIÁTRICO / NEONATAL EN CASO DE QUE LA TECNOLOGÍA ASÍ LO REQUIERA. UN JUEGO DE PUNTAS NASALES DESECHABLES DE AL MENOS CINCO MEDIDAS DIFERENTES CON SISTEMA DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN. DOS CÁMARAS DE HUMIDIFICACIÓN REUSABLES O DIEZ CÁMARAS DESECHABLES NEONATALES.									
4	INCUBADORA PARA RECIÉN NACIDO. EQUIPO ELECTROMÉDICO CON RUEDAS QUE PROPORCIONA CONDICIONES ÓPTIMAS DE TEMPERATURA HUMEDAD Y OXIGENACIÓN. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: CARRO CON SISTEMA DE FRENO EN AL MENOS DOS RUEDAS; SISTEMA DE AUTOPRUEBA INICIAL Y DURANTE EL FUNCIONAMIENTO. CON PUERTO RS232.CONTROLES: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: INTERVALO DE CONTROL DE TEMPERATURA DE: PIEL DE PACIENTE AIRE CON RESOLUCIÓN DE 0.2 °C O MENOR. SISTEMA DE HUMIDIFICACIÓN Y MEDICIÓN DE LA HUMEDAD RELATIVA. MONITOREO DE PARÁMETROS: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: DESPLIEGUE DIGITAL SIMULTÁNEO DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: TEMPERATURA DE AIRE AJUSTADA Y MONITORIZADA; TEMPERATURA DE PIEL DE PACIENTE AJUSTADA Y MONITORIZADA; HUMEDAD RELATIVA AJUSTADA Y MONITORIZADA; CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO AJUSTADA Y MONITORIZADA. INDICADOR DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO. MONITOREO CONTINUO DE LA TEMPERATURA CORPORAL; MONITOREO DE LA CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO. ALARMAS: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: SISTEMA DE SEÑALES DE ALARMA INDICADOS EN TONOS O SECUENCIA DE TONOS; CON ALARMAS AUDIOVISUALES PARA: TEMPERATURA DEL AIRE TEMPERATURA DE PIEL DEL PACIENTE QUE SE ACTIVE SI LA DIFERENCIA DE LA TEMPERATURA AJUSTADA Y LA MONITORIZADA ES MAYOR A 0.5 ° C; FALTA DE AGUA Y FALLA EN EL CONTROL DE HUMEDAD; FALLA DEL MÓDULO DE CONTROL DE OXÍGENO. FALLA DEL SENSOR EN MODO DE CONTROL DE AIRE Y PIEL. FALTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA; FALLA DE VENTILADOR.GABINETE: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: DE ALTURA VARIABLE QUE SOPORTA UN CAPACETE CON CUBIERTA TRANSPARENTE QUE PERMITA EL USO DE FOTOTERAPIA CON FLUJO DE AIRE ANTEROPOSTERIOR COMO MÍNIMO CON CORTINA DE AIRE EN EL ACCESO FRONTAL CON SUJETADOR PARA FUAR LA DOBLE PARED PARA EVITAR DESPLAZAMIENTO ACCIDENTAL DURANTE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO Y ATENCIÓN DEL PACIENTE. LA DOBLE PARED DEBE SER DESMONTABLE PARA SU LIMPIEZA. CON PORTILLOS DE ACCESO AL PACIENTE. CON ACCESOS PARA TUBOS. AL INTERIOR DEL CAPACETE PUERTA FRONTAL ABATIBLE CON SEGUROS PARA EVITAR CAÍDAS ACCIDENTALES. CON CAPACIDAD DE AISLAMIENTO ACÚSTICO. BASE PARA EL COLCHÓN CON AJUSTE DE INCLINACIÓN PARA PROPORCIONAR POSICIONES DE TRENDELEMBURG Y CONTRA-TRENDELEMBURG AL PACIENTE. SOPORTE PARA SOLUCIONES. FILTRO DE AIRE. CON AL MENOS 2 CAJONES. HUMIDIFICADOR: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: COMPARTIMENTO HUMIDIFICADOR DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE.	PIEZA	2	$ 1,690,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 616,185.36	$ 1,232,370.72

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
SSS-LPN-021-2026

ANEXO D DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL PROCEDIMIENTO SSS-LPN-021-2026

ADQUISICIÓN DE "EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO"

					LICITANTES					
				GROUP IGE SALUD	GERARDO VEGA VALADEZ		NORTECHMEDICAL, S.A. DE C.V.		CONSERMEDLIFE S.A. DE C.V.	
NO.	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
5	UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO. EQUIPO FUO ELECTROHIDRONEUMÁTICO DE TECNOLOGÍA AVANZADA CON FINES DE TRATAMIENTO Y DIAGNÓSTICO EN LA ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA INTEGRAL DEL PACIENTE. LÁMPARA ESTOMATOLÓGICA: INTEGRADA AL SILLÓN CABEZAL DE ALUMINIO ORIENTABLE A LA BOCA DEL PACIENTE CON VENTILACIÓN NATURAL CON UN HAZ DE LUZ FRÍA ENFOCABLE DE 50 A 100 CM DE DISTANCIA LIBRE DE SOMBRAS INTENSIDAD LUMINOSA GRADUABLE ILUMINACIÓN DENTRO DEL RANGO DE 10000 A 50000 LUXES CON TEMPERATURA DE CALOR ENTRE 3500 °K O MAYOR CON ENFRIAMIENTO POR FILTROS ÓPTICOS REFLECTOR DICROICO REDUCTORES DE CALOR (NO EXCEDER 6 ° LA TEMPERATURA AMBIENTE EN LA DISTANCIA FOCAL). MÓDULO ESTOMATOLÓGICO: INTEGRADO AL SILLÓN CON ALTURA AJUSTABLE EN CONJUNTO CON EL SILLÓN POSICIONABLE EN CUALQUIER PUNTO ALREDEDOR DE 270 ° COMO MÍNIMO. NEGATOSCOPIO INTEGRADO AL MÓDULO. CON DISPOSITIVOS INDIVIDUALES PARA ALIMENTAR Y CONTROLAR EL AIRE Y EL AGUA EN LAS PIEZAS DE MANO A TRAVÉS DE BLOQUE AUTOMÁTICO. BOTELLA DE AGUA PURIFICADA CON SISTEMA DE VÁLVULA PARA REGULAR EL AGUA DE ENFRIAMIENTO MANÓMETROS CON ESCALA DE 0 A 4 KG/CM2 REGULADORES DE PRESIÓN DE AIRE Y AGUA PARA LAS PIEZAS DE MANO Y JERINGA TRIPLE. DOS PIEZAS DE MANO DE ALTA VELOCIDAD CON: TURBINA Y MANDRIL DE ACERO INOXIDABLE MANGO DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO DE 2 VÍAS DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE TURBINA CON MANDRIL EJE Y BALEROS DE ACERO INOXIDABLE CON VELOCIDAD DE GIRO DE 350000 RPM O MAYOR HERRAMIENTA PARA CAMBIO DE FRESA. PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD CON MANGO DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO DE 2 VÍAS DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE GIRO DE 0 A 30000 +/- 10000 RPM MOTOR CON CAMBIADOR DE GIRO DE ACERO INOXIDABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE CONTRA ÁNGULO Y ADAPTADOR CONO RECTO CON MANDRIL DE ACERO INOXIDABLE PARA INSERTO DE FRESA Y HERRAMIENTA PARA CAMBIO EN CASO DE SER NECESARIO. JERINGA TRIPLE ESTOMATOLÓGICA PARA LAVAR Y SECAR CAMPOS CLÍNICOS BUCALES DE ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO CON DOS PUNTAS DESMONTABLES Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE CON DOS DUCTOS UNO PARA AGUA Y OTRO PARA AIRE OPERADO POR VÁLVULAS MECÁNICAS INDEPENDIENTES PARA LA SELECCIÓN DE TRABAJO SECO HÚMEDO O ROCÍO CON ALIMENTACIÓN DE AGUA Y AIRE CON VÁLVULA DE NO-RETRACCIÓN. UNIDAD ULTRASÓNICA DE PROFILAXIS PARA EFECTUAR DETARTRAJE INTEGRADO AL EQUIPO PIEZA DE MANO CON PUNTAS INTERCAMBIABLES CONTROL DE POTENCIA ELÉCTRICA DE 0 A 30 WATTS MÁXIMO CONTROL DE SALIDA DE AGUA REGULADA. SILLÓN ELECTROHIDRÁULICO O ELECTROMECÁNICO ESTOMATOLÓGICO ANATÓMICO: CAPACIDAD MÍNIMA DE LEVANTE DE 180 KG CON MOVIMIENTOS VERTICALES DE ASCENSO Y DESCENSO VARIABLE DESDE SU BASE SISTEMA DE MANDO ELÉCTRICO ACCIONADO CON CONTROL MANUAL Y/O PEDAL MOVIMIENTOS ELECTROMECÁNICOS DEL RESPALDO PARA LAS SIGUIENTES POSICIONES: DESDE POSICIÓN CERO HASTA TRENDELEMBURG POSICIÓN CERO AUTOMÁTICA. ASIENTO Y DESCANSA PIERNAS CORRIDO FORRADO CON MATERIAL PLÁSTICO LAVABLE. FUNDA DE PROTECCIÓN EN EL ÁREA DE LA PIECERA CON CODERAS O DESCANSA BRAZOS ABATIBLES CABEZAL CON ARTICULACIÓN PARA MOVIMIENTOS DE RECLINACIÓN ANTERIOR Y POSTERIOR. ESCUPIDERA FIJA INTEGRADA AL SOPORTE DEL SILLÓN O A LA UNIDAD DESPLAZABLE HORIZONTALMENTE Y AJUSTE VERTICAL CON RECIPIENTE DE PORCELANA O VIDRIO PORCELANIZADO O POLÍMERO RESISTENTE A RAYADURAS O ACERO ESMALTADO DESMONTABLE PARA FÁCIL LIMPIEZA SOPORTE PARA LLENADO DE VASO CON CONTROL DE LLENADO Y ENJUAGUE DE ESCUPIDERA TEMPORIZADO BASE CONECTADA AL SISTEMA DE DRENAJE. ASPIRADOR QUIRÚRGICO DE VACIADO RÁPIDO; CON SISTEMA SILENCIOSO; ACCIONADO CON AIRE CON TRAMPA PARA SÓLIDOS Y CON DESCARGA DIRECTA AL DRENAJE. EYECTOR DE SALIVA CON FILTRO PARA RETENCIÓN DE SÓLIDOS Y ADAPTADOR PARA CÁNULAS. DESECHABLES CON DESCARGA DIRECTA AL DRENAJE. DOS SILLAS UNA PARA ESTOMATÓLOGO Y UNA PARA ASISTENTE CON DESCANSA PIES AMBOS CON SISTEMA NEUMÁTICO PARA AJUSTE DE ALTURA CON RODAJAS TAPIZADOS DE PLÁSTICO O TELA RESISTENTE Y LAVABLE. CON SISTEMA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AIRE Y AGUA DE LA CAJA DE CONEXIONES AL MÓDULO DE TRABAJO DEBIDAMENTE PROTEGIDO QUE LE PERMITAN SU DESPLAZAMIENTO A UN RADIO DE ACCIÓN DE DOS METROS COMO MÍNIMO EN TORNO AL SILLÓN. CON SISTEMA DE PROTECCIÓN QUE IMPIDA EL REFLUJO DE LÍQUIDOS AL TÉRMINO DE LOS TRATAMIENTOS. CON MANGUERAS DE SILICÓN O POLIURETANO LISAS DE 2 VÍAS DE UN LARGO DE 180 A 200 CM.	PIEZA	11	$ -	$ 149,802.00	$ 1,647,822.00	$ -	$ -	$ -	$ -
6	UNIDAD RADIOLÓGICA DENTAL. EQUIPO DE RAYOS "X" QUE SE EMPLEA PARA ESTUDIOS RADIOGRÁFICOS DE PADECIMIENTOS ESTOMATOLÓGICOS. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: CONTROL DE TIEMPO DE EXPOSICIÓN TRANSFORMADOR DE ALTA TENSIÓN. TUBO DE RAYOS "X" DE ÁNODO FIJO CON UN PUNTO FOCAL. MA Y KV SOPORTE PARA EL EQUIPO. LOCALIZADOR.	PIEZA	6	$ -	$ 82,000.00	$ 492,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
SSS-LPN-021-2026

ANEXO D DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL PROCEDIMIENTO SSS-LPN-021-2026

ADQUISICIÓN DE "EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO"

					LICITANTES					
				GROUP IGE SALUD	GERARDO VEGA VALADEZ		NORTECHMEDICAL, S.A. DE C.V.		CONSERMEDUFE S.A. DE C.V.	
NO.	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
7	RADIOVISIÓGRAFO DENTAL DIGITAL INTRAORAL. EQUIPO ELECTROMÉDICO DESTINADO A LA ADQUISICIÓN, VISUALIZACIÓN, ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE IMÁGENES RADIOGRÁFICAS DIGITALES INTRAORALES PARA APOYO AL DIAGNÓSTICO ODONTOLÓGICO, MEDIANTE SENSOR DIGITAL QUE CAPTA LOS FOTONES DE RAYOS X Y LOS CONVIERTE EN SEÑALES ELECTRÓNICAS PARA SU PROCESAMIENTO Y VISUALIZACIÓN EN UN EQUIPO DE CÓMPUTO. CON DETECTOR DE TECNOLOGÍA CMOS O SUPERIOR. TAMAÑO DE PÍXEL DE 14.8 µM O MENOR. RESOLUCIÓN TEÓRICA DE 33 LP/MM O MAYOR. PROFUNDIDAD DE IMAGEN DE 12 BITS O MAYOR. SENSOR INTRAORAL CON DISEÑO ERGONÓMICO, BORDES REDONDEADOS Y ESPESOR MÁXIMO DE 5 MM, QUE FACILITE SU POSICIONAMIENTO Y CONTRIBUYA A LA COMODIDAD DEL PACIENTE. ÁREA ACTIVA DE ACUERDO CON EL TAMAÑO DEL SENSOR OFERTADO. CON CONEXIÓN DIGITAL DIRECTA MEDIANTE USB 2.0, USB 3.0 O SUPERIOR, COMPATIBLE CON EQUIPO DE CÓMPUTO. CABLE DE CONEXIÓN DE LONGITUD MÍNIMA DE 2.5 METROS. CON SOFTWARE PARA ADQUISICIÓN, VISUALIZACIÓN Y PROCESAMIENTO DE IMÁGENES RADIOGRÁFICAS DENTALES, QUE PERMITA COMO MÍNIMO AJUSTE DE BRILLO Y CONTRASTE, AMPLIACIÓN DE IMAGEN Y ALMACENAMIENTO DE ESTUDIOS. DEBERÁ INCLUIR LOS CONTROLADORES, LICENCIAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. COMPATIBLE CON EQUIPOS GENERADORES DE RAYOS X PARA USO DENTAL INTRAORAL. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A TRAVÉS DEL PUERTO USB O SISTEMA EQUIVALENTE. ACCESORIOS: POSICIONADORES O SOPORTES PARA SENSOR INTRAORAL; PROTECTORES O FUNDAS DESECHABLES PARA SENSOR; ACCESORIOS DE CONEXIÓN NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO. MANUAL DE USUARIO EN ESPAÑOL, IMPRESO O ELECTRÓNICO.	PIEZA	2	$ -	$ 111,111.00	$ 222,222.00	$ -	$ -	$ -	$ -
8	ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	PIEZA	488	$ -	$ 155.00	$ 75,640.00	$ -	$ -	$ -	$ -
9	ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS FOR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	PIEZA	683	$ -	$ 170.00	$ 116,110.00	$ -	$ -	$ -	$ -
10	ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	PIEZA	425	$ -	$ 1,990.00	$ 845,750.00	$ 1,625.87	$ 690,994.75	$ -	$ -
11	ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	PIEZA	285	$ -	$ -	$ -	$ 6,245.45	$ 1,779,953.25	$ -	$ -
12	ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	PIEZA	179	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
SSS-LPN-021-2026

ANEXO D DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL PROCEDIMIENTO SSS-LPN-021-2026

ADQUISICIÓN DE "EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO"

				LICITANTES							
				GROUP IGE SALUD	GERARDO VEGA VALADEZ		NORTECHMEDICAL, S.A. DE C.V.		CONSERMEDLIFE S.A. DE C.V.	
NO.	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
13	ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	PIEZA	291	$ -	$ 1,333.00	$ 387,903.00	$ 10,323.20	$ 3,004,051.20	$ -	$ -
14	ESFIGMOMANÓMETRO MERCURIAL PORTÁTIL. EQUIPO PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: MERCURIAL PORTÁTIL EN CAJA O BASE METÁLICA TUBO DE PLÁSTICO IRROMPIBLE ESCALA DE 0 A 300 MM HG CON GRADUACIÓN NUMÉRICA DE 10 MM HG Y RESOLUCIÓN DE 2 MM HG. SISTEMA DE INSUFLACIÓN QUE INCLUYA: BRAZALETE LAVABLE CON SISTEMA VELCRO PARA FIJACIÓN (ADULTO Y PEDIÁTRICO). BOLSA DE INSUFLACIÓN DE LÁTEX (ADULTO Y PEDIÁTRICO). PERILLA DE LÁTEX CON VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE AIRE CONECTOR CÓNICO TUBO O MANGUERA DE EXTENSIÓN DE 50 CM COMO MÍNIMO.	PIEZA	189	$ -	$ 1,235.00	$ 233,415.00	$ -	$ -	$ -	$ -
15	CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL. EQUIPO ELECTROMÉDICO CON RUEDAS QUE PERMITE CONTROLAR MANUALMENTE Y POR SERVOCONTROL EL AMBIENTE TÉRMICO DEL PACIENTE EN ESTADO CRÍTICO EN UN MEDIO ABIERTO. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: ELEMENTO DE CALENTAMIENTO PARA PROPORCIONAR UNA TEMPERATURA NO MAYOR DE 39 °C TIPO RADIANTE; REGULADOR PARA ESTABILIZAR LA TEMPERATURA DEL PACIENTE. CONTROLES: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: TEMPERATURA MANUAL Y SERVOCONTROLADA. ALARMAS: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: ALARMA DE OPERACIÓN. CON ALARMA AUDIBLE Y VISIBLE PARA ALTA Y BAJA TEMPERATURA FALLA DE CORRIENTE ELÉCTRICA Y DE VERIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN DEL PACIENTE. MONITOREO DE PARÁMETROS: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA SELECCIONADA Y MONITORIZADA DE PIEL; TEMPERATURA SELECCIONADA Y MONITORIZADA DEL COLCHÓN DE GEL; CONTROL DE CORTE AUTOMÁTICO POR ALTA TEMPERATURA. DESPLIEGUE DE MENSAJES DE ALERTA EN ESPAÑOL O CON SIGNOS CONVENCIONALES EN EL PANEL DE CONTROL. LÁMPARA PARA FOTOTERAPIA: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: A LOS LADOS DEL RADIADOR DE LA CUNA CON CONTADOR DE HORAS PARA REGISTRO DE TIEMPO DE EXPOSICIÓN DEL PACIENTE Y DE VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA LONGITUD DE ONDA DENTRO DEL RANGO DE 400 A 550 NM VIDA ÚTIL DE 1000 HORAS COMO MÍNIMO. CALEFACCIÓN: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: CON ELEMENTO DE CALEFACCIÓN CON INDICADOR DE POTENCIA. ALTURA LIBRE DEL PISO AL ELEMENTO CALEFACTOR. CUNA: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: LIMITADA EN LOS CUATRO LADOS CON PANELES TRANSPARENTES ABATIBLES PARA TENER ACCESO COMPLETO AL NEONATO QUE PERMITA LA TOMA DE RADIOGRAFÍAS CON CHAROLA PARA CHASIS DE RAYOS X CON SISTEMA QUE PERMITA DAR POSICIÓN AL NEONATO EN TRENDELEMBURG Y CONTRA TRENDELEMBURG. UNIDAD DE TIPO MÓVIL CON RUEDAS Y FRENO EN AL MENOS DOS DE ELLAS CON SOPORTE DE ALTURA VARIABLE. BASE: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: CHAROLA PARA MONITOR PUERTO DE ENTRADA DE OXÍGENO PARA CILINDRO O TOMA MURAL CON SOPORTE PARA CILINDRO DE OXÍGENO FLUJÓMETRO Y REGULADOR. CON CAJONES. UNIDAD DE SUCCIÓN CON SOPORTE Y MANÓMETRO DE VACÍO INTEGRADO AL EQUIPO. SISTEMA DE HUMIDIFICACIÓN. PORTASUERO. MONITOR: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: INTEGRADO O INTERCONSTRUIDO. DESPLIEGUE DE CURVAS DE ECG Y PLETISMOGRAFÍA COMO MÍNIMO. CON ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES PARA ALTERACIONES EN: FRECUENCIA CARDIACA FRECUENCIA RESPIRATORIA Y OXIMETRÍA DE PULSO CON PANTALLA A COLOR DE TECNOLOGÍA LCD DE MATRIZ ACTIVA O TFT O TRC.	PIEZA	2	$ 1,245,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 597,333.32	$ 1,194,666.64
				SUBTOTAL	SUBTOTAL	$ 4,613,750.00	SUBTOTAL	$ 6,265,171.16	SUBTOTAL	$ 2,427,037.36
				IVA	IVA	$ 738,200.00	IVA	$ 1,002,427.39	IVA	$ 388,325.98
				TOTAL	TOTAL	$ 5,351,950.00	TOTAL	$ 7,267,598.55	TOTAL	$ 2,815,363.34

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
SSS-LPN-021-2026

ANEXO D DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL PROCEDIMIENTO SSS-LPN-021-2026

ADQUISICIÓN DE "EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO"

				LICITANTES				
				GROUP IGE SALUD	COMERCIALIZADORA MRS LABS S. DE R.L. DE C.V.		COMPAÑÍA COMERCAL DE BIENES Y SERVICIOS CERME S.A. DE C.V.	
NO.	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1	ELECTROCARDIÓGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN. EQUIPO PORTÁTIL DE DIAGNÓSTICO NO INVASIVO DE LOS EVENTOS ELÉCTRICOS DEL CORAZÓN MULTICANAL. CON CAPACIDAD PARA OBTENER EN FORMA SIMULTÁNEA DOCE DERIVACIONES. CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN VÍA RS 232 A UNA COMPUTADORA PERSONAL. SELECTOR AUTOMÁTICO DE DERIVACIONES. CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA. CAPTURA DE DERIVACIONES. CON CAPACIDAD PARA OBTENER EL TRAZO DE UNA DERIVACIÓN EN UN CANAL CONTINUO. PANTALLA PARA VISUALIZACIÓN SIMULTÁNEA DE AL MENOS TRES CANALES. CAPACIDAD DE CONECTAR MONITOR PARA MEJOR VISUALIZACIÓN DEL TRAZO. TECLADO ALFANUMÉRICO. IMPRESIÓN DE 12 DERIVACIONES SIMULTÁNEAMENTE EN 3 O MÁS CANALES. PROGRAMAS DE APLICACIONES DIAGNÓSTICAS. CAPACIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO DE REGISTROS EN MEDIO MAGNÉTICO. SOFTWARE INTERNO PARA MANEJO DE BASE DE DATOS Y ARCHIVO ELECTROCARDIOGRÁFICO DE LOS PACIENTES. BATERÍA RECARGABLE INTEGRADA.	PIEZA	2	$ -	$ 50,729.49	$ 101,458.98	$ -	$ -
2	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA AVANZADA CON SELLADO O TERMOFUSION DE VASOS. EQUIPO CON GENERADOR QUE CREA UNA CORRIENTE DE ALTA FRECUENCIA A FIN DE GENERAR CALOR EN LOS TEJIDOS PARA CORTAR Y COAGULAR DURANTE LA CIRUGÍA INCLUYENDO SALIDAS DE ENERGÍA MONOPOLAR BIPOLAR Y SELLADO O TERMOFUSIÓN DE VASOS (BIPOLAR MODIFICADO). UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA CON SALIDA MONOPOLAR DE CORTE PURO CON POTENCIA DE SALIDA DE 300 WATTS O MAYOR; MEZCLA O BLEND CON POTENCIA MÍNIMA DE 200 WATTS; CON AL MENOS DOS MODOS DE COAGULACIÓN MONOPOLAR CON POTENCIA MÍNIMA DE 110 WATTS. SALIDA BIPOLAR: COAGULACIÓN CON POTENCIA DE SALIDA DE 70 WATTS O MAYOR Y CONTROL INDEPENDIENTE PARA SELECCIÓN DE POTENCIA EN MODO BIPOLAR. SALIDA PARA SELLADO O TERMOFUSIÓN DE VASOS (BIPOLAR MODIFICADO) CON SALIDA INDEPENDIENTE MEMORIA INTERNA PARA RECONOCIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS; FORMACIÓN DE SELLOS QUE SOPORTAN 400 MMHG O MÁS SIN DEPENDER DE TROMBOS; CAPACIDAD DE MEDIR LA IMPEDANCIA DE LOS TEJIDOS Y HACER UNA SELECCIÓN CONTINUA DEL NIVEL DE ENERGÍA DE SALIDA TRABAJA DE FORMA DINÁMICA; CAPACIDAD DE SELLADO DE VASOS DE HASTA 7 MM DE DIÁMETRO GENERANDO DAÑO TÉRMICO LATERAL MENOR DE 3 MM; ALARMA AUDIBLE DE FINALIZACIÓN DE SELLADO DE VASOS. PANTALLA LCD O TECNOLOGÍA SUPERIOR. DESPLIEGUE NUMÉRICO Y DE FUNCIONES EN PANTALLA DE: POTENCIA DE SALIDA MONOPOLAR POTENCIA DE SALIDA BIPOLAR INDICADOR DE ACTIVACIÓN DE SELLADO DE VASOS (BIPOLAR MODIFICADO) INDICADOR DEL MODO EN USO INDICADOR DE MONITORIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL CONTACTO DEL ELECTRODO DE RETORNO INDICADOR DE ERRORES. ACTIVACIÓN DE LA UNIDAD POR MEDIO DEL INSTRUMENTO Y/O PEDAL EN SALIDA MONOPOLAR POR MEDIO DEL INSTRUMENTO Y/O PEDAL EN SALIDA BIPOLAR POR MEDIO DEL INSTRUMENTO Y/O PEDAL EN SALIDA DE SELLADO DE VASOS (BIPOLAR MODIFICADO). INDICADORES AUDIBLES Y VISIBLES AL ACCIONAR CUALQUIERA DE LOS MODOS DEL EQUIPO. ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES DE: FALLA EN ALGUNO DE LOS MODOS FALSO CONTACTO DEL ELECTRODO DE RETORNO CON EL PACIENTE O QUE NO ESTÉ CONECTADO A LA UNIDAD INTERRUPCIÓN DEL CICLO DE SELLADO DE VASOS FALLAS DURANTE LA FORMACIÓN DEL SELLO DE LOS VASOS. PEDAL BIPOLAR. PEDAL MONOPOLAR. CARRO PARA SOPORTE Y TRASLADO DEL EQUIPO. PINZA BIPOLAR RECTA Y DE BAYONETA.	PIEZA	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3	VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIÁTRICO/NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL. EQUIPO ELECTROMECÁNICO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR DE SOPORTE DE VIDA PARA APOYO EN MODO DE VENTILACIÓN DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA Y CONVENCIONAL PARA PACIENTES NEONATOS Y PEDIÁTRICOS CON COMPROMISO DE LA FUNCIÓN RESPIRATORIA. PANTALLA INTERCONSTRUIDA: TIPO LCD LCD-TFT TFT O LED. A COLOR. SENSIBLE AL TACTO O TOUCH SCREEN. TAMAÑO DE 10.4" O MAYOR. CARACTERÍSTICAS DEL MODO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA: CONTROLES Y AJUSTES DE (VENTILACIÓN DE ALTA FRECUENCIA): PRESIÓN MEDIA EN LAS VÍAS AÉREAS QUE CUBRA EL RANGO DE 5 A 25 CMH2O O MBAR. FRECUENCIA RESPIRATORIA QUE CUBRA EL RANGO DE 5 A 15 HZ. FIO2 QUE CUBRA EL RANGO DE 21 A 100 %. AMPLITUD QUE CUBRA EL RANGO DE 5 A 80 (EN CMH2O O MBAR. O PORCENTAJE DE LA PRESIÓN MEDIA). MODOS VENTILATORIOS: HFV. HFV MÁS MODO CONVENCIONAL O VOLUMEN GARANTIZADO. PARÁMETROS MONITORIZADOS: PRESIÓN MEDIA EN LAS VÍAS AÉREAS (CMH2O O MBAR). FRECUENCIA RESPIRATORIA (HZ). FIO2 (%). AMPLITUD (CMH2O O MBAR). VOLUMEN MINUTO (L/MIN). VOLUMEN CORRIENTE (ML). DCO2 (ML2/S). ALARMAS: AUDIBLES Y VISUALES AMBAS PRIORIZADAS EN TRES NIVELES. PRESIÓN MEDIA (ALTA Y BAJA). FIO2 (ALTA Y BAJA). BAJA PRESIÓN DEL SUMINISTRO DE GASES. FALTA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. VENTILADOR INOPERANTE O FALLA DEL VENTILADOR. VOLUMEN MINUTO ALTO Y BAJO. CARACTERÍSTICAS DEL MODO CONVENCIONAL: CONTROLES Y AJUSTES DE (VENTILACIÓN CONVENCIONAL): PRESIÓN INSPIRATORIA QUE CUBRA EL RANGO DE 10 A 65 CMH2O O MBAR. FRECUENCIA RESPIRATORIA QUE CUBRA EL RANGO DE 20 A 150 RESPIRACIONES POR MINUTO. TIEMPO INSPIRATORIO QUE CUBRA EL RANGO DE 0.1 A 2 SEGUNDOS. FIO2 QUE CUBRA EL RANGO DE 21 A 100 %. VOLUMEN CORRIENTE QUE CUBRA EL RANGO DE 2 A 100 ML. PEEP/CPAP QUE CUBRA EL RANGO DE 0 A 20 CMH2O O BAR. PRESIÓN SOPORTE (PSV) PRESIÓN ASISTIDA O ASB (CMH2O O MBAR) O PORCENTAJE DEL FLUJO PICO QUE CUBRA EL RANGO DE 10 O MENOR. O 50% A 80 O MAYOR (EN CMH2O O MBAR. O PORCENTAJE DE LA PRESIÓN MEDIA). CON VOLUMEN GARANTIZADO OBJETIVO O PRVC (ML). RESPIRACIÓN MANUAL. BIAS FLOW FLUJO BASE O CONTINUO. MECANISMO DE DISPARO O TRIGGER POR FLUJO. SENSIBILIDAD ESPIRATORIA TERMINACIÓN DE LA FASE INSPIRATORIA O DE FINALIZACIÓN POR FLUJO. MODOS VENTILATORIOS: VENTILACIÓN ASISTO CONTROLADA PTV IPPV O SIPPV Y SIMV CONTROLADA. VENTILACIÓN MANDATORIA INTERMITENTE (SIMV) CON PRESIÓN SOPORTE. PRESIÓN SOPORTE (PSV) O PRESIÓN ASISTIDA O ASB. CPAP O ESPONTÁNEO CON LÍNEA DE BASE ELEVADA. VENTILACIÓN NO INVASIVA O CPAP NASAL. PARÁMETROS MONITORIZADOS: PRESIÓN INSPIRATORIA PICO O MÁXIMA. PRESIÓN MEDIA EN VÍAS AÉREAS. VOLUMEN CORRIENTE ESPIRADO. VOLUMEN MINUTO. PEEP. FRECUENCIA RESPIRATORIA. RELACIÓN I:E. TIEMPO INSPIRATORIO Y ESPIRATORIO.	PIEZA	5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
SSS-LPN-021-2026

ANEXO D DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL PROCEDIMIENTO SSS-LPN-021-2026

ADQUISICIÓN DE "EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO"

					LICITANTES			
				GROUP IGE SALUD	COMERCIALIZADORA MRS LABS S. DE R.L. DE C.V.		COMPAÑÍA COMERCAL DE BIENES Y SERVICIOS CERME S.A. DE C.V.	
NO.	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	FIO2. CÁLCULO DE DISTENSIBILIDAD O COMPLIANCE. CÁLCULO DE LA RESISTENCIA. DESPLIEGUE DE AL MENOS DOS LAZOS O LOOPS. CAPACIDAD DE ALMACENAR EVENTOS RELACIONADOS CON LOS PARÁMETROS VENTILATORIOS SELECCIONADOS Y TENDENCIAS DE AL MENOS 24 HORAS. DESPLIEGUE DE AL MENOS 2 DE LAS 3 CURVAS DE VENTILACIÓN DE FORMA SIMULTÁNEA: VOLUMEN-TIEMPO; FLUJO-TIEMPO; PRESIÓN-TIEMPO. ALARMAS: AUDIBLES Y VISUALES AMBAS PRIORIZADAS EN TRES NIVELES. PRESIÓN INSPIRATORIA ALTA Y BAJA. PEEP BAJO O DESCONEXIÓN DEL PACIENTE O FUGA. APNEA. VOLUMEN MINUTO Y/O CORRIENTE (ALTO Y BAJO). FRECUENCIA RESPIRATORIA ALTA. FIO2 ALTA Y BAJA. BAJA PRESIÓN O PÉRDIDA DEL SUMINISTRO DE GASES. FALLA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. BATERÍA BAJA. VENTILADOR INOPERANTE FALLA DEL VENTILADOR FALLA TÉCNICA O FALLA DE CICLO. SILENCIO DE ALARMA. PROGRAMACIÓN DE ALARMAS. CARACTERÍSTICAS GENERALES: MEZCLADOR DE AIRE-OXÍGENO INTERNO. MONITOREO DE FIO2 INTERNO. SENSOR DE FLUJO REUSABLE. HUMIDIFICADOR SERVOCONTROLADO PARA USO CON CALENTADOR DE RAMA INSPIRATORIA O DUAL; CON SENSOR DE TEMPERATURA SENCILLO O DUAL Y SOPORTE AL VENTILADOR. TODO EL SISTEMA EN IDIOMA ESPAÑOL. CON SISTEMA DE COMPENSACIÓN DE FUGAS. PERILLA SELECTORA FÍSICA O EN PANTALLA TÁCTIL PARA EL AJUSTE DE LOS VALORES DE TODOS LOS PARÁMETROS DE CONTROL. INDICADOR DE BATERÍA DE RESPALDO EN USO. INDICADOR DE HORAS DE USO EN PANTALLA. REGULADORES DE PRESIÓN INTEGRADOS PARA EL SUMINISTRO DE GASES. DURACIÓN DE LA BATERÍA DE RESPALDO (EXTERNA Y/O INTERNA) DE 30 MINUTOS COMO MÍNIMO. CONTROLADO A TRAVÉS DE UN MICROPROCESADOR. ACCESORIOS INCLUIDOS: BRAZO SOPORTE PARA CIRCUITO PACIENTE. BASE RODABLE PARA EL EQUIPO CON SISTEMA DE FRENO EN AL MENOS DOS RUEDAS. MANGUERAS PARA SUMINISTRO DE GAS DE ACUERDO AL CÓDIGO AMERICANO DE COLORES: O2- VERDE AIRE - AMARILLO. Y CONEXIONES DE ACUERDO A CADA UNIDAD SOLICITANTE AL MOMENTO DE LICITAR. DOS CIRCUITOS DE PACIENTE PEDIÁTRICO / NEONATAL REUSABLES LIBRES DE LÁTEX (INCLUYE ADAPTADORES Y CONECTORES). O DIEZ CIRCUITOS DESECHABLES LIBRES DE LÁTEX. Y SI LA MARCA LO REQUIERE DOS CIRCUITOS DE ALTA FRECUENCIA REUSABLES LIBRES DE LÁTEX (INCLUYE ADAPTADORES Y CONECTORES). DOS SENSORES DE FLUJO REUSABLES PEDIÁTRICO / NEONATAL EN CASO DE QUE LA TECNOLOGÍA ASÍ LO REQUIERA. UN JUEGO DE PUNTAS NASALES DESECHABLES DE AL MENOS CINCO MEDIDAS DIFERENTES CON SISTEMA DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN. DOS CÁMARAS DE HUMIDIFICACIÓN REUSABLES O DIEZ CÁMARAS DESECHABLES NEONATALES.							
4	INCUBADORA PARA RECIÉN NACIDO. EQUIPO ELECTROMÉDICO CON RUEDAS QUE PROPORCIONA CONDICIONES ÓPTIMAS DE TEMPERATURA HUMEDAD Y OXIGENACIÓN. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: CARRO CON SISTEMA DE FRENO EN AL MENOS DOS RUEDAS; SISTEMA DE AUTOPRUEBA INICIAL Y DURANTE EL FUNCIONAMIENTO. CON PUERTO RS232.CONTROLES: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: INTERVALO DE CONTROL DE TEMPERATURA DE: PIEL DE PACIENTE AIRE CON RESOLUCIÓN DE 0.2 °C O MENOR. SISTEMA DE HUMIDIFICACIÓN Y MEDICIÓN DE LA HUMEDAD RELATIVA. MONITOREO DE PARÁMETROS: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: DESPLIEGUE DIGITAL SIMULTÁNEO DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: TEMPERATURA DE AIRE AJUSTADA Y MONITORIZADA; TEMPERATURA DE PIEL DE PACIENTE AJUSTADA Y MONITORIZADA; HUMEDAD RELATIVA AJUSTADA Y MONITORIZADA; CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO AJUSTADA Y MONITORIZADA. INDICADOR DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO. MONITOREO CONTINUO DE LA TEMPERATURA CORPORAL; MONITOREO DE LA CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO. ALARMAS: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: SISTEMA DE SEÑALES DE ALARMA INDICADOS EN TONOS O SECUENCIA DE TONOS; CON ALARMAS AUDIOVISUALES PARA: TEMPERATURA DEL AIRE TEMPERATURA DE PIEL DEL PACIENTE QUE SE ACTIVE SI LA DIFERENCIA DE LA TEMPERATURA AJUSTADA Y LA MONITORIZADA ES MAYOR A 0.5 ° C; FALTA DE AGUA Y FALLA EN EL CONTROL DE HUMEDAD; FALLA DEL MÓDULO DE CONTROL DE OXÍGENO. FALLA DEL SENSOR EN MODO DE CONTROL DE AIRE Y PIEL. FALTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA; FALLA DE VENTILADOR.GABINETE: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: DE ALTURA VARIABLE QUE SOPORTA UN CAPACETE CON CUBIERTA TRANSPARENTE QUE PERMITA EL USO DE FOTOTERAPIA CON FLUJO DE AIRE ANTEROPOSTERIOR COMO MÍNIMO CON CORTINA DE AIRE EN EL ACCESO FRONTAL CON SUJETADOR PARA FIJAR LA DOBLE PARED PARA EVITAR DESPLAZAMIENTO ACCIDENTAL DURANTE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO Y ATENCIÓN DEL PACIENTE. LA DOBLE PARED DEBE SER DESMONTABLE PARA SU LIMPIEZA. CON PORTILLOS DE ACCESO AL PACIENTE. CON ACCESOS PARA TUBOS. AL INTERIOR DEL CAPACETE PUERTA FRONTAL ABATIBLE CON SEGUROS PARA EVITAR CAÍDAS ACCIDENTALES. CON CAPACIDAD DE AISLAMIENTO ACÚSTICO. BASE PARA EL COLCHÓN CON AJUSTE DE INCLINACIÓN PARA PROPORCIONAR POSICIONES DE TRENDELEMBURG Y CONTRA-TRENDELEMBURG AL PACIENTE. SOPORTE PARA SOLUCIONES. FILTRO DE AIRE. CON AL MENOS 2 CAJONES. HUMIDIFICADOR: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: COMPARTIMENTO HUMIDIFICADOR DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE.	PIEZA	2	$ 1,690,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
SSS-LPN-021-2026

ANEXO D DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL PROCEDIMIENTO SSS-LPN-021-2026

ADQUISICIÓN DE "EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO"

					LICITANTES			
				GROUP IGE SALUD	COMERCIALIZADORA MRS LABS S. DE R.L. DE C.V.		COMPAÑÍA COMERCAL DE BIENES Y SERVICIOS CERME S.A. DE C.V.	
NO.	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
5	UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO. EQUIPO FIJO ELECTROHIDRONEUMÁTICO DE TECNOLOGÍA AVANZADA CON FINES DE TRATAMIENTO Y DIAGNÓSTICO EN LA ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA INTEGRAL DEL PACIENTE. LÁMPARA ESTOMATOLÓGICA: INTEGRADA AL SILLÓN CABEZAL DE ALUMINIO ORIENTABLE A LA BOCA DEL PACIENTE CON VENTILACIÓN NATURAL CON UN HAZ DE LUZ FRÍA ENFOCABLE DE 50 A 100 CM DE DISTANCIA LIBRE DE SOMBRAS INTENSIDAD LUMINOSA GRADUABLE ILUMINACIÓN DENTRO DEL RANGO DE 10000 A 50000 LUXES CON TEMPERATURA DE CALOR ENTRE 3500 °K O MAYOR CON ENFRIAMIENTO POR FILTROS ÓPTICOS REFLECTOR DICROICO REDUCTORES DE CALOR (NO EXCEDER 6 ° LA TEMPERATURA AMBIENTE EN LA DISTANCIA FOCAL). MÓDULO ESTOMATOLÓGICO: INTEGRADO AL SILLÓN CON ALTURA AJUSTABLE EN CONJUNTO CON EL SILLÓN POSICIONABLE EN CUALQUIER PUNTO ALREDEDOR DE 270 ° COMO MÍNIMO. NEGATOSCOPIO INTEGRADO AL MÓDULO. CON DISPOSITIVOS INDIVIDUALES PARA ALIMENTAR Y CONTROLAR EL AIRE Y EL AGUA EN LAS PIEZAS DE MANO A TRAVÉS DE BLOQUE AUTOMÁTICO. BOTELLA DE AGUA PURIFICADA CON SISTEMA DE VÁLVULA PARA REGULAR EL AGUA DE ENFRIAMIENTO MANÓMETROS CON ESCALA DE 0 A 4 KG/CM2 REGULADORES DE PRESIÓN DE AIRE Y AGUA PARA LAS PIEZAS DE MANO Y JERINGA TRIPLE. DOS PIEZAS DE MANO DE ALTA VELOCIDAD CON: TURBINA Y MANDRIL DE ACERO INOXIDABLE MANGO DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO DE 2 VÍAS DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE TURBINA CON MANDRIL EJE Y BALEROS DE ACERO INOXIDABLE CON VELOCIDAD DE GIRO DE 350000 RPM O MAYOR HERRAMIENTA PARA CAMBIO DE FRESA. PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD CON MANGO DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO DE 2 VÍAS DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE GIRO DE 0 A 30000 +/- 10000 RPM MOTOR CON CAMBIADOR DE GIRO DE ACERO INOXIDABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE CONTRA ÁNGULO Y ADAPTADOR CONO RECTO CON MANDRIL DE ACERO INOXIDABLE PARA INSERTO DE FRESA Y HERRAMIENTA PARA CAMBIO EN CASO DE SER NECESARIO. JERINGA TRIPLE ESTOMATOLÓGICA PARA LAVAR Y SECAR CAMPOS CLÍNICOS BUCALES DE ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO CON DOS PUNTAS DESMONTABLES Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE CON DOS DUCTOS UNO PARA AGUA Y OTRO PARA AIRE OPERADO POR VÁLVULAS MECÁNICAS INDEPENDIENTES PARA LA SELECCIÓN DE TRABAJO SECO HÚMEDO O ROCÍO CON ALIMENTACIÓN DE AGUA Y AIRE CON VÁLVULA DE NO-RETRACCIÓN. UNIDAD ULTRASÓNICA DE PROFILAXIS PARA EFECTUAR DETARTRAJE INTEGRADO AL EQUIPO PIEZA DE MANO CON PUNTAS INTERCAMBIABLES CONTROL DE POTENCIA ELÉCTRICA DE 0 A 30 WATTS MÁXIMO CONTROL DE SALIDA DE AGUA REGULADA. SILLÓN ELECTROHIDRÁULICO O ELECTROMECÁNICO ESTOMATOLÓGICO ANATÓMICO: CAPACIDAD MÍNIMA DE LEVANTE DE 180 KG CON MOVIMIENTOS VERTICALES DE ASCENSO Y DESCENSO VARIABLE DESDE SU BASE SISTEMA DE MANDO ELÉCTRICO ACCIONADO CON CONTROL MANUAL Y/O PEDAL MOVIMIENTOS ELECTROMECÁNICOS DEL RESPALDO PARA LAS SIGUIENTES POSICIONES: DESDE POSICIÓN CERO HASTA TRENDELEMBURG POSICIÓN CERO AUTOMÁTICA. ASIENTO Y DESCANSA PIERNAS CORRIDO FORRADO CON MATERIAL PLÁSTICO LAVABLE. FUNDA DE PROTECCIÓN EN EL ÁREA DE LA PIECERA CON CODERAS O DESCANSA BRAZOS ABATIBLES CABEZAL CON ARTICULACIÓN PARA MOVIMIENTOS DE RECLINACIÓN ANTERIOR Y POSTERIOR. ESCUPIDERA FIJA INTEGRADA AL SOPORTE DEL SILLÓN O A LA UNIDAD DESPLAZABLE HORIZONTALMENTE Y AJUSTE VERTICAL CON RECIPIENTE DE PORCELANA O VIDRIO PORCELANIZADO O POLÍMERO RESISTENTE A RAYADURAS O ACERO ESMALTADO DESMONTABLE PARA FÁCIL LIMPIEZA SOPORTE PARA LLENADO DE VASO CON CONTROL DE LLENADO Y ENJUAGUE DE ESCUPIDERA TEMPORIZADO BASE CONECTADA AL SISTEMA DE DRENAJE. ASPIRADOR QUIRÚRGICO DE VACIADO RÁPIDO; CON SISTEMA SILENCIOSO; ACCIONADO CON AIRE CON TRAMPA PARA SÓLIDOS Y CON DESCARGA DIRECTA AL DRENAJE. EYECTOR DE SALIVA CON FILTRO PARA RETENCIÓN DE SÓLIDOS Y ADAPTADOR PARA CÁNULAS. DESECHABLES CON DESCARGA DIRECTA AL DRENAJE. DOS SILLAS UNA PARA ESTOMATÓLOGO Y UNA PARA ASISTENTE CON DESCANSA PIES AMBOS CON SISTEMA NEUMÁTICO PARA AJUSTE DE ALTURA CON RODAJAS TAPIZADOS DE PLÁSTICO O TELA RESISTENTE Y LAVABLE. CON SISTEMA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AIRE Y AGUA DE LA CAJA DE CONEXIONES AL MÓDULO DE TRABAJO DEBIDAMENTE PROTEGIDO QUE LE PERMITAN SU DESPLAZAMIENTO A UN RADIO DE ACCIÓN DE DOS METROS COMO MÍNIMO EN TORNO AL SILLÓN. CON SISTEMA DE PROTECCIÓN QUE IMPIDA EL REFLUJO DE LÍQUIDOS AL TÉRMINO DE LOS TRATAMIENTOS. CON MANGUERAS DE SILICÓN O POLIURETANO LISAS DE 2 VÍAS DE UN LARGO DE 180 A 200 CM.	PIEZA	11	$ -	$ 154,372.45	$ 1,698,096.95	$ 153,500.00	$ 1,688,500.00
6	UNIDAD RADIOLÓGICA DENTAL. EQUIPO DE RAYOS 'X' QUE SE EMPLEA PARA ESTUDIOS RADIOGRÁFICOS DE PADECIMIENTOS ESTOMATOLÓGICOS. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: CONTROL DE TIEMPO DE EXPOSICIÓN TRANSFORMADOR DE ALTA TENSIÓN. TUBO DE RAYOS 'X' DE ÁNODO FIJO CON UN PUNTO FOCAL. MA Y KV SOPORTE PARA EL EQUIPO. LOCALIZADOR.	PIEZA	6	$ -	$ 77,491.89	$ 464,951.34	$ 123,500.00	$ 741,000.00

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
SSS-LPN-021-2026

ANEXO D DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL PROCEDIMIENTO SSS-LPN-021-2026

ADQUISICIÓN DE "EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO"

				LICITANTES					
				GROUP IGE SALUD	COMERCIALIZADORA MRS LABS S. DE R.L. DE C.V.		COMPAÑÍA COMERCAL DE BIENES Y SERVICIOS CERME S.A. DE C.V.		
NO.	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
7	RADIOVISIÓGRAFO DENTAL DIGITAL INTRAORAL. EQUIPO ELECTROMÉDICO DESTINADO A LA ADQUISICIÓN, VISUALIZACIÓN, ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE IMÁGENES RADIOGRÁFICAS DIGITALES INTRAORALES PARA APOYO AL DIAGNÓSTICO ODONTOLÓGICO, MEDIANTE SENSOR DIGITAL QUE CAPTA LOS FOTONES DE RAYOS X Y LOS CONVIERTE EN SEÑALES ELECTRÓNICAS PARA SU PROCESAMIENTO Y VISUALIZACIÓN EN UN EQUIPO DE COMPUTO. CON DETECTOR DE TECNOLOGÍA CMOS O SUPERIOR. TAMAÑO DE PÍXEL DE 14.8 µM O MENOR. RESOLUCIÓN TEÓRICA DE 33 LP/MM O MAYOR. PROFUNDIDAD DE IMAGEN DE 12 BITS O MAYOR. SENSOR INTRAORAL CON DISEÑO ERGONÓMICO, BORDES REDONDEADOS Y ESPESOR MÁXIMO DE 5 MM, QUE FACILITE SU POSICIONAMIENTO Y CONTRIBUYA A LA COMODIDAD DEL PACIENTE. ÁREA ACTIVA DE ACUERDO CON EL TAMAÑO DEL SENSOR OFERTADO. CON CONEXIÓN DIGITAL DIRECTA MEDIANTE USB 2.0, USB 3.0 O SUPERIOR, COMPATIBLE CON EQUIPO DE CÓMPUTO. CABLE DE CONEXIÓN DE LONGITUD MÍNIMA DE 2.5 METROS. CON SOFTWARE PARA ADQUISICIÓN, VISUALIZACIÓN Y PROCESAMIENTO DE IMÁGENES RADIOGRÁFICAS DENTALES, QUE PERMITA COMO MÍNIMO AJUSTE DE BRILLO Y CONTRASTE, AMPLIACIÓN DE IMAGEN Y ALMACENAMIENTO DE ESTUDIOS. DEBERÁ INCLUIR LOS CONTROLADORES, LICENCIAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. COMPATIBLE CON EQUIPOS GENERADORES DE RAYOS X PARA USO DENTAL INTRAORAL. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A TRAVÉS DEL PUERTO USB O SISTEMA EQUIVALENTE. ACCESORIOS: POSICIONADORES O SOPORTES PARA SENSOR INTRAORAL; PROTECTORES O FUNDAS DESECHABLES PARA SENSOR; ACCESORIOS DE CONEXIÓN NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO. MANUAL DE USUARIO EN ESPAÑOL, IMPRESO O ELECTRÓNICO.	PIEZA	2	$ -	$ 100,605.39	$ 201,210.78	$ 120,000.00	$ 240,000.00
8	ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSIÓN ARTERIAL PERIFÉRICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CÁPSULA SENCILLA CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS ERGONÓMICO DISEÑADO PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICÓN O GOMA CON ROSCA METÁLICA LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE DE PVC LARGO DE 45 A 56 CM CÁPSULA PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO CON CONECTOR CÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO ANILLO CON ROSCA MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLÁSTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ.	PIEZA	488	$ -	$ 101.50	$ 49,532.00	$ -	$ -
9	ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN. CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA. MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	PIEZA	683	$ -	$ 117.81	$ 80,464.23	$ -	$ -
10	ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	PIEZA	425	$ -	$ 2,066.28	$ 878,169.00	$ -	$ -
11	ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED. AUXILIAR PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARÁTULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETES REUSABLES. PERILLA DE INSUFLACIÓN CON VÁLVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBOS. O MANGUERAS. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	PIEZA	285	$ -	$ 1,265.00	$ 360,525.00	$ -	$ -
12	ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RÍGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	PIEZA	179	$ -	$ 3,436.18	$ 615,076.22	$ -	$ -

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
SSS-LPN-021-2026

ANEXO D DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL PROCEDIMIENTO SSS-LPN-021-2026

ADQUISICIÓN DE "EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO"

				LICITANTES				
				GROUP IGE SALUD	COMERCIALIZADORA MRS LABS S. DE R.L. DE C.V.		COMPAÑÍA COMERCAL DE BIENES Y SERVICIOS CERME S.A. DE C.V.	
NO.	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
13	ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SÓLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	PIEZA	291	$ -	$ 2,475.04	$ 720,236.64	$ -	$ -
14	ESFIGMOMANÓMETRO MERCURIAL PORTÁTIL. EQUIPO PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL POR MÉTODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: MERCURIAL PORTÁTIL EN CAJA O BASE METÁLICA TUBO DE PLÁSTICO IRROMPIBLE ESCALA DE 0 A 300 MM HG CON GRADUACIÓN NUMÉRICA DE 10 MM HG Y RESOLUCIÓN DE 2 MM HG. SISTEMA DE INSUFLACIÓN QUE INCLUYA: BRAZALETE LAVABLE CON SISTEMA VELCRO PARA FIJACIÓN (ADULTO Y PEDIÁTRICO). BOLSA DE INSUFLACIÓN DE LÁTEX (ADULTO Y PEDIÁTRICO). PERILLA DE LÁTEX CON VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE AIRE CONECTOR CÓNICO TUBO O MANGUERA DE EXTENSIÓN DE 50 CM COMO MÍNIMO.	PIEZA	189	$ -	$ 1,225.66	$ 231,649.74	$ -	$ -
15	CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL. EQUIPO ELECTROMÉDICO CON RUEDAS QUE PERMITE CONTROLAR MANUALMENTE Y POR SERVOCONTROL EL AMBIENTE TÉRMICO DEL PACIENTE EN ESTADO CRÍTICO EN UN MEDIO ABIERTO. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: ELEMENTO DE CALENTAMIENTO PARA PROPORCIONAR UNA TEMPERATURA NO MAYOR DE 39 °C TIPO RADIANTE; REGULADOR PARA ESTABILIZAR LA TEMPERATURA DEL PACIENTE. CONTROLES: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: TEMPERATURA MANUAL Y SERVOCONTROLADA. ALARMAS: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: ALARMA DE OPERACIÓN. CON ALARMA AUDIBLE Y VISIBLE PARA ALTA Y BAJA TEMPERATURA FALLA DE CORRIENTE ELÉCTRICA Y DE VERIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN DEL PACIENTE. MONITOREO DE PARÁMETROS: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA SELECCIONADA Y MONITORIZADA DE PIEL; TEMPERATURA SELECCIONADA Y MONITORIZADA DEL COLCHÓN DE GEL; CONTROL DE CORTE AUTOMÁTICO POR ALTA TEMPERATURA. DESPLIEGUE DE MENSAJES DE ALERTA EN ESPAÑOL O CON SIGNOS CONVENCIONALES EN EL PANEL DE CONTROL. LÁMPARA PARA FOTOTERAPIA: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: A LOS LADOS DEL RADIADOR DE LA CUNA CON CONTADOR DE HORAS PARA REGISTRO DE TIEMPO DE EXPOSICIÓN DEL PACIENTE Y DE VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA LONGITUD DE ONDA DENTRO DEL RANGO DE 400 A 550 NM VIDA ÚTIL DE 1000 HORAS COMO MÍNIMO. CALEFACCIÓN: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: CON ELEMENTO DE CALEFACCIÓN CON INDICADOR DE POTENCIA. ALTURA LIBRE DEL PISO AL ELEMENTO CALEFACTOR. CUNA: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: LIMITADA EN LOS CUATRO LADOS CON PANELES TRANSPARENTES ABATIBLES PARA TENER ACCESO COMPLETO AL NEONATO QUE PERMITA LA TOMA DE RADIOGRAFÍAS CON CHAROLA PARA CHASIS DE RAYOS X CON SISTEMA QUE PERMITA DAR POSICIÓN AL NEONATO EN TRENDELEMBURG Y CONTRA TRENDELEMBURG. UNIDAD DE TIPO MÓVIL CON RUEDAS Y FRENO EN AL MENOS DOS DE ELLAS CON SOPORTE DE ALTURA VARIABLE. BASE: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: CHAROLA PARA MONITOR PUERTO DE ENTRADA DE OXÍGENO PARA CILINDRO O TOMA MURAL CON SOPORTE PARA CILINDRO DE OXÍGENO FLUJÓMETRO Y REGULADOR. CON CAJONES. UNIDAD DE SUCCIÓN CON SOPORTE Y MANÓMETRO DE VACÍO INTEGRADO AL EQUIPO. SISTEMA DE HUMIDIFICACIÓN. PORTASUERO. MONITOR: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: INTEGRADO O INTERCONSTRUIDO. DESPLIEGUE DE CURVAS DE ECG Y PLETISMOGRAFÍA COMO MÍNIMO. CON ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES PARA ALTERACIONES EN: FRECUENCIA CARDIACA FRECUENCIA RESPIRATORIA Y OXIMETRÍA DE PULSO CON PANTALLA A COLOR DE TECNOLOGÍA LCD DE MATRIZ ACTIVA O TFT O TRC.	PIEZA	2	$ 1,245,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -
				SUBTOTAL	SUBTOTAL	$ 5,401,370.88	SUBTOTAL	$ 2,669,500.00
				IVA	IVA	$ 864,219.34	IVA	$ 427,120.00
				TOTAL	TOTAL	$ 6,265,590.22	TOTAL	$ 3,096,620.00