



SERVICIOS DE SALUD
DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. SSS-LA-001-2017

“PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO DE DETERMINACION DE CARGA VIRAL Y LINFOCITOS CD4”

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES AL CONTENIDO DE LAS BASES

EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA, SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DÍA SIETE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, SE REUNEN EN LA SALA DE JUNTAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, UBICADA EN CALLE CERRO MONTEBELLO ORIENTE 150, MONTEBELLO LOS C. ING. ISMAEL CARREON RUELAS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO; DR. JAVIER ENRIQUE PEÑUELAS COTA, DIRECTOR DE ATENCION MÉDICA, ING. GILBERTO OSCAR CASILLAS BARAJAS, SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, LIC. LOURDES GONZALEZ MATA, REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA, LIC. PEDRO MIGUEL BURGOS VALLE, REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA Y DE NORMATIVIDAD, DR. JUAN MANUEL GARCIA DIAZ, REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD, QFB. SAÚL RODRIGUEZ COLLANTES, REPRESENTANTE DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE SINALOA, L.C.P. DEIDRA YAZMIN SAINZ LÓPEZ, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DEPENDIENTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, TODOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, CUYA PERSONALIDAD JURIDICA SE ACREDITA EN LOS ARTICULOS 28 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES PARA EL ESTADO DE SINALOA Y 63 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, POR LOS LICITANTES PARTICIPANTES, C. ESBENERY PEÑUELAS V., REPRESENTANTE DE LA EMPRESA ASPELAB, S.A. DE C.V., C. ZAIDA VANESSA GUTIERREZ R., REPRESENTANTE DE LA EMPRESA GAP, S.A. DE C.V., C. MARCO ANTONIO AMARILLAS, REPRESENTANTE DE LA EMPRESA DICIPA, S.A. DE C.V. Y C. JORGE SANCHEZ GONZALEZ, REPRESENTANTE DE LA EMPRESA PRO-TEST, S.A. DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES AL CONTENIDO DE LAS BASES, DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. SSS-LA-001-2017, REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DE “SERVICIO INTEGRAL PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE LABORATORIO CLÍNICO DE DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL Y LINFOCITOS CD4 EN EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE SINALOA.

SE INVITO A LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA Y A LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGIAS DE LA SALUD A TRAVES DE OFICIO NUMERO SSS/SDRM/525/2017 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2017, NO ASISTIENDO AL EVENTO.

EN USO DE LA PALABRA, EL ING. ISMAEL CARREÓN RUELAS, EN SU CALIDAD DE SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA Y FUNCIONARIO PÚBLICO AUTORIZADO PARA QUE PRESIDA EL EVENTO, TOMA NOTA DE LOS PARTICIPANTES AL EVENTO, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE Y MARGEN DE LA PRESENTE ACTA.

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA - LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO SSS-LA-001-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE “PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO DE DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL Y LINFOCITOS CD4”



SERVICIOS DE SALUD
DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. SSS-LA-001-2017

"PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO DE DETERMINACION DE CARGA VIRAL Y LINFOCITOS CD4"

ACTO SEGUIDO, SE PROCEDIÓ A DAR RESPUESTA A LAS PREGUNTAS RECIBIDAS DE LOS LICITANTES ASISTENTES AL PRESENTE EVENTO, DETALLÁNDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA:

1.- DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA GAP, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
B) PROPUESTAS TÉCNICAS, NUMERAL V. PÁGINA 10 1.- SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA ENTREGAR REGISTRO SANITARIO EMITIDO POR COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGO SANITARIO Y EN CASO DE QUE NO ESTÉ VIGENTE DICHO REGISTRO, PRESENTAR LA SOLICITUD DE PRÓRROGA. ¿SE ACEPTA?	AL MOMENTO DE PRESENTAR SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA DEBERA PRESENTAR SU REGISTRO SANITARIO VIGENTE
B) PROPUESTAS TÉCNICAS, NUMERAL V. PÁGINA 10 2.- SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI LA DOCUMENTACIÓN Y/O CATALOGO SE DEBERÁ PRESENTARSE EN MEDIO ELECTRÓNICO ES ÚNICAMENTE CUAND LA INFORMACIÓN VENGA EN IDIOMA INGLÉS. ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?	SE PUEDE PRESENTAR EN MEDIO ELECTRÓNICO, CON TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL A EFECTOS DE PODER REALIZAR SU ANALISIS POR LAS DIVERSAS AREAS QUE PARTICIPAN EN ESE PROCESO
B) PROPUESTAS TÉCNICAS, NUMERAL V. PÁGINA 10 3.- SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA REFERENCIAR CON HOJAS EN INSERTOS Y HOJAS DE MANUALES CON EL FIN DE EVITAR QUE SE PRESENTEN MANUALES EXTENSOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
B) PROPUESTAS TÉCNICAS, NUMERAL XII PÁGINA 12 4.- SE SOLICIA AMABLEMENTE SE ACLARE SI EL CALENDARIO DE CAPACITACIÓN DE LOS BIENES SE VA A PRESENTAR EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, O EN LA ENTREGA DE LA PROPUESTA. FAVOR DE ACLARAR.	DEBERA PRESENTAR CALENDARIO DENTRO DE SU PROPUESTA
ANEXO I TÉCNICO RENGLÓN 1 5.- SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA ENTREGAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DONDE NOS COMPROMETEMOS A CUMPLIR CON LOS PUNTOS QUE AQUÍ SE INDICAN, CUANDO ESTOS NO SEA POSIBLE REFERENCIARLOS EN UN CATÁLOGO, MANUAL O FICHA TÉCNICA. ¿SE ACEPTA?	DEBERA PRESENTAR CERTIFICACIÓN POR UN EXPERTO EN EL RAMO DE LA FUNCIONALIDAD DE INTERFACE DEL EQUIPO AL SALVAR Y EN CASO DE QUEDAR ADJUDICADO DEBERA DEMOSTRAR SU

Tobenery Fenvels
 [Handwritten marks and signatures]

[Handwritten marks and signatures]




SERVICIOS DE SALUD
DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. SSS-LA-001-2017
"PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO DE DETERMINACION DE CARGA VIRAL Y LINFOCITOS CD4"

	FUNCIONALIDAD
ANEXO I TÉCNICO RENGLÓN 1 6.- SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ACLARE SI EL TOTAL DE PRUEBAS (2,573) ES EN REFERENCIA A LA CANTIDAD OFERTADA, YA QUE ESTE NÚMERO NO SE CONSIDERA COMO PARTE DE UNA REFERENCIA TÉCNICA Y NO ES POSIBLE REFERENCIARLO. ¿SE ACEPTA?	LA CANTIDAD DE PRUEBAS REFERIDAS (REQUERIDAS) ES EL TOPE MÁXIMO DE PRUEBAS A REALIZAR PARA CUMPLIR CON EL CONVENIO 2017-2018 CON CENSIDA.
3.- PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN NUMERAL XX PAGINA 6 7.- SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA EL FOLIO DE MANERA INDIVIDUAL, SIENDO UN FOLIO PARA LA PROPUESTA TÉCNICA Y OTRO PARA LA PROPUESTA ECONÓMICA. ¿SE ACEPTA?	CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGREN LA PROPOSICIÓN Y AQUÉLLOS DISTINTOS A ÉSTA, DEBERÁN ESTAR FOLIADOS EN TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE LOS INTEGREN. AL EFECTO, SE DEBERÁN NUMERAR DE MANERA INDIVIDUAL LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA, ASÍ COMO EL RESTO DE LOS DOCUMENTOS QUE ENTREGUE EL LICITANTE
4.- ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. PÁGINA 7 8.- SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ACLARE SI COMO FIRMA EN LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS SE REFIERE A LOS DOCUMENTOS ELABORADOS POR EL LICITANTE EN HOJA MEMBRETADA. ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?	TODA LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y DE IDENTIFICACIÓN, ASÍ COMO LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, DEBERÁN SER FIRMADAS POR QUIEN LEGALMENTE TENGA FACULTADES PARA ASUMIR LAS OBLIGACIONES QUE DE ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN SE GENEREN EN HOJA MEMBRETADA.
PÁGINA 1 9.- SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ACLARE CUÁL SI EL PERIODO A EJERCER ESTE CONTRATO SERÁ A PARTIR DEL FALLO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. DE NO SER ASÍ, FAVOR DE ACLARAR.	LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO SERA A PARTIR DEL MOMENTO DEL FALLO HASTA EL DÍA 28 DE FEBRERO DEL 2018



SERVICIOS DE SALUD
DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES


LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. SSS-LA-001-2017

"PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO DE DETERMINACION DE CARGA VIRAL Y LINFOCITOS CD4"

<p>6.- PLAZOS DE ENTREGA 10.- SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, SE PERMITA INICIAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO A LOS 10 HÁBILES A PARTIR DE LA FECHA DEL FALLO- ¿SE ACEPTA?</p>	<p>A PARTIR DEL FALLO CONTARAN CON 7 DIAS NATURALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO</p>
<p>6.- PLAZO DE ENTREGA 11.- SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE CON EL FIN DE OTORGAR EL SERVICIO AL PACIENTE Y A LA INSTITUCIÓN, SE PERMITA LA SUBROGACIÓN DE LAS MUESTRAS MIENTRAS SE REALIZA LA INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA PLATAFORMA A INSTALAR. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO NO SEA MAS DE DIEZ DIAS HABILES DESPUES DEL FALLO Y QUE EL LABORATORIO AL CUAL SE SUBROGUEN ESTE RECONOCIDO POR EL INDRE</p>
<p>ANEXO I TÉCNICO RENGLÓN 1 12.- SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ACLARE A CUÁNTO TIEMPO CORRESPONDE LA CANTIDAD DE PRUEBAS OFERTADAS (2,573) SI ESTAS PRUEBAS CORRESPONDEN AL TIEMPO DE CONTRATACIÓN.</p>	<p>EL PERIODO A PROCESAR LA CANTIDAD DE 2,573 MUESTRAS SERÍA A PARTIR DEL MOMENTO DEL FALLO HASTA EL DÍA 28 DE FEBRERO DEL 2018</p>
<p>17. MODELO DE CONTRATO PÁGINA 17 13.- SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ANEXE EL MODELO DE CONTRATO YA QUE NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA PLATAFORMA DE PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE LICITACIÓN.</p>	<p>EL MODELO DE CONTRATO YA SE ENCUENTRA PUBLICADO EN EL PORTAL WWW.COMPRANET.SINALOA.GOB.MX</p>
<p>3.- PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN. NUMERAL XIV. PAGINA 6 14.- SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ACLARE O SE INDIQUE A QUE SE REFIERE EL ANEXO 5 DEL CONTRATO, YA QUE ESTE ANEXO NO ESTÁ PUBLICADO COMO PARTE DE LAS BASES.</p>	<p>POR ERROR SE INSERTO EN LAS BASES LO REFERENTE A DICHO ANEXO, YA QUE NO FORMA PARTE INTEGRAL DE LAS MISMAS</p>
<p>ANEXO I TÉCNICO RENGLÓN 1 15.- SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR KITS PARA LA CUANTIFICACIÓN ARN VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA TIPO I (HIV-1) CON CONTROL DE CONTAMINACIÓN POR ACARREO DE ADN SINTÉTICO O AMPLIACIONES DE CORRIDAS PREVIA CONTENIDOS EN EL MISMO KIT, LISTO PARA SU USO. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA AUNQUE NO ES LIMITANTE DEPENDIENDO LA PLATAFORMA OFERTADA</p>
<p>ANEXO I TÉCNICO RENGLÓN 1 16.- SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR KITS PARA CUANTIFICACIÓN ARN VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA TIPO I (HIV-1) ALMACENAJE DE REACTIVOS A TEMPERATURA AMBIENTE Y REFRIGERACIÓN 2 A</p>	<p>SE ACEPTA AUNQUE NO ES LIMITANTE DEPENDIENDO LA PLATAFORMA OFERTADA DADO QUE PUEDE SER EN CONDICIONES DE</p>

Esbereny Penzel

[Handwritten signatures and marks]



SERVICIOS DE SALUD
DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. SSS-LA-001-2017
"PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO DE DETERMINACION DE CARGA VIRAL Y LINFOCITOS CD4"

8C, HASTA SU FECHA DE CADUCIDAD. ¿SE ACEPTA?	REFRIGERACIÓN <input type="radio"/> CONGELACIÓN <input type="radio"/> SEGÚN CORRESPONDA.
ANEXO I TÉCNICO RENGLÓN 1 17.- SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR KITS PARA LA CUANTIFICACIÓN ARN VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA TIPO I (HIV-1) "DUAL TARGET" PARA INCREMENTAR LA CONFIABILIDAD Y MINIMIZAR A LOS EFECTOS CONTRA LAS MUTACIONES NATURALES DEL VIRUS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA AUNQUE NO ES LIMITANTE DEPENDIENDO LA PLATAFORMA OFERTADA
ANEXO I TÉCNICO RENGLÓN 1 18.- SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR KITS PARA LA CUANTIFICACIÓN ARN VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA TIPO I (HIV-1) CON UN "RANGO MINIMO DE DETECCIÓN (LOD/LOQ) 20 COPIAS/ ML. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA AUNQUE NO ES LIMITANTE DEPENDIENDO LA PLATAFORMA OFERTADA DADO QUE SE PUEDE ACEPTAR UNA PLATAFORMA CON UN "RANGO MÍNIMO DE DETECCIÓN (LOD/LOQ) 40 COPIAS/ ML
ANEXO I TÉCNICO RENGLÓN 1 19.- SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR KITS PARA LA CUANTIFICACIÓN ARN VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA TIPO I (HIV-1) CON UN #RANGO DINÁMICO 20 – 1.00X107 COPIAS/ M(¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA AUNQUE NO ES LIMITANTE DEPENDIENDO LA PLATAFORMA OFERTADA DADO QUE SE PUEDE ACEPTAR UNA PLATAFORMA CON UN #RANGO DINÁMICO 40 - 1.00X107 COPIAS/ ML
ANEXO I TÉCNICO RENGLÓN 1 20.- SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE NO REQUIERA CALIBRACIÓN ÓPTICA EN NINGUNO DE SUS COMPONENTES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA AUNQUE NO ES LIMITANTE DEPENDIENDO DE LA PLATAFORMA OFERTADA
ANEXO I TÉCNICO RENGLÓN 1 21.- SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR UN EQUIPO Y REACTIVO QUE SEA DE LA MISMA MARCA Y MISMO FABRICANTE EL EQUIPO DE PROCESAMIENTO Y EXTRACCIÓN DE LOS ÁCIDOS NUCLEICOS DE LA MUESTRA Y EL EQUIPO DE PCR EN TIEMPO REAL. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA AUNQUE NO ES LIMITANTE YA QUE SE PUEDE ACEPTAR UNA PLATAFORMA QUE CONTenga UN EQUIPO TERMOCICLADOR DE MARCA DIFERENTE AL PREPARADOR DE MUESTRAS, SIEMPRE Y CUANDO ESTE SEA COMPATIBLE Y PERMITA LA

Esbey Pervez

[Handwritten marks]

[Handwritten marks]



SERVICIOS DE SALUD
DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. SSS-LA-001-2017
"PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO DE DETERMINACION DE CARGA VIRAL Y LINFOCITOS CD4"

		OBTENCIÓN DE RESULTADOS CONFIABLES.	
ANEXO I TÉCNICO RENGLÓN 1			
22. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR UN EQUIPO TERMOCICLADOR PARA DETECCIÓN DE CARGA VIRAL CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:			
DESCRIPCIÓN	SISTEMA AUTOMÁTICO DE AMPLIFICACIÓN Y DETECCIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS QUE UTILIZA LA TECNOLOGÍA DE LAS 5'-NUCLEASA EN LABORATORIOS CLÍNICOS.		
CAPACIDAD ANALÍTICA	CAPACIDAD PARA PROCESAR SIMULTÁNEAMENTE 48 MUESTRAS Y HASTA DOS PRUEBAS DIFERENTES, UNA POR TERMOCICLADOR.		
VOLUMEN DE MUESTRA	70 A 100 µL.		
UTILITY CHANNEL	HASTA 10 MÉTODOS DISTINTOS DEFINIBLES POR EL USUARIO.		
TERMOCICLADORES	2 TERMOCICLADORES INDEPENDIENTES CON CAPACIDAD PARA 24 ENSAYOS CADA UNO.		
SOFTWARE	PROGRAMA AMPLILINK, BASADO EN WINDOWS Y CONECTABLE BIDIRECCIONALMENTE CON EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL LABORATORIO, PERMITE LA CONEXIÓN DE HASTA 3 TAQMAN 48		
ESTACIÓN DE TRABAJO	PC COMPATIBLE SOBRE MICROSOFT WINDOWS XP PROFESIONAL Y SOFTWARE AMPLILINK PARA EL CONTROL DEL ANALIZADOR COBAS TAQMAN 48		
INTERFAZ	RS232 O LAN CON PROTOCOLO ASTM		
INTERFAZ IMPRESORA	LPT INTERFASE EN UN PUERTO PARALELO Y LAN PARA IMPRESORA REMOTA.		
INTERVALO DE CONTROL DE TEMPERATURA	DESDE 40°C A 98°C, ±1°C		
FOTÓMETRO	CANAL	FILTRO DE EXCITACIÓN	FILTRO DE EMISION
	1	485 NM	520 NM
	2	540 NM	575 NM
	3	485 NM	645 NM
	4	485 NM	725 NM
DIMENSIONES	ANCHO: 450MM, FONDO: 750 MM, ALTO: 500MM, PESO: 55KG.		

Esbeneo Permita

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SERVICIOS DE SALUD
DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. SSS-LA-001-2017
"PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO DE DETERMINACION DE CARGA VIRAL Y LINFOCITOS CD4"

CONEXIÓN ELÉCTRICA	VOLTAJE: 110-240 VAC, FRECUENCIA: 50 Ó 60 HZ, CONSUMO: ANALIZADOR 600 VA PC 200 VA	
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMPERATURA AMBIENTE: 15 A 32°C, HUMEDAD RELATIVA: INFERIOR A 80% A 32°C, ALTITUD: INFERIOR A LOS 3,000METROS	
CERTIFICADOS ACCESORIOS OPCIONALES	CE, UL,IEC,CSA IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO Y NO-BREAK ¿SE ACEPTA?	
ANEXO I TÉCNICO RENGLÓN 1		SE ACEPTA AUNQUE NO ES LIMITANTE DEPENDIENDO LA PLATAFORMA OFERTADA
23. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR UN EQUIPO PARA LA EXTRACCIÓN AUTOMATIZADA DE ÁCIDOSNUCLEICOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:		
DESCRIPCIÓN	SISTEMA DE PREPARACIÓN DE MUESTRA INTEGRADO, DISEÑADO PARA PROCESAR MUESTRAS CLÍNICASDE FORMA SECUENCIAL EN FLUJO CONTINUO.	
RENDIMIENTO	HASTA 144 MUESTRAS DIARIAS, SEGÚN LAS COMBINACIONES ANALÍTICAS Y EL FLUJO DE TRABAJO DEL LABORATORIO.	
CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA	UN MÁXIMO DE 72 MUESTRAS CARGADAS A LA VEZ DISTRIBUIDAS EN TRES BANDEJAS DE 24 MUESTRAS	
MUESTRAS SUERO O PLASMA	EXTRAÍDOS CON ANTICOAGULANTE CORRESPONDIENTE AL TIPO DE ENSAYO A REALIZAR	
CONTROLES	ENSAYOS CUALITATIVOS: CONTROLES POSITIVOS Y NEGATIVOS PARA CADA SERIE ANALÍTICA, ADEMÁS DE CONTROLINTERNO (IC) PARA CADA MUESTRA.	
CONSUMIBLES PLÁSTICOS DESECHABLES	ENSAYOS CUANTITATIVOS: CONTROLES POSITIVOS BAJOS, POSITIVOS ALTOS Y NEGATIVOS PARA CADASERIE ANALÍTICA, ADEMÁS DE ESTÁNDAR DE CUANTIFICACIÓN (QS) PARA C/MUESTRA	
RADIACIÓN UV	UNIDAD DE PROCESO INDIVIDUAL QUE PERMITE ASEGURAR LA INTEGRIDAD Y LIMPIEZA DEL MATERIAL GENÉTICO OBTENIDO DOS LAMPARAS DE LUZ UV INTEGRADAS EN	

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA - LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO SSS-LA-001-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE "PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO DE DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL Y LINFOCITOS CD4"

Esbenery Petruelas

[Handwritten signatures and marks on the right margin]



SERVICIOS DE SALUD
DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. SSS-LA-001-2017
"PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO DE DETERMINACION DE CARGA VIRAL Y LINFOCITOS CD4"

INTERFAZ DE USUARIO	EL INSTRUMENTO PARA ASEGURAR QUE LA PLATAFORMA DE TRABAJO ESTÉ LIBRE DE CONTAMINACIÓN ORDENADOR CON EL PROGRAMA AMPLILINK INSTALADO	
INTERFAZ CON EL ORDENADOR CENTRAL	INTERFAZ RS232C BIDIRECCIONAL PARA LA CONEXIÓN CON EL ORDENADOR CENTRAL	
LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS	INTEGRADO EN EL SISTEMA PERMITIENDO LA INTRODUCCIÓN AUTOMÁTICA DEL CÓDIGO DE BARRAS DE LAS BANDEJAS DE REACTIVOS.	
DIMENSIONES	ANCHO: 1.650MM, PROFUNDO: 745MM, ALTO: 935MM, PESO: 310KG.	
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMPERATURA AMBIENTE: 15 A 32°C, HUMEDAD RELATIVA: INFERIOR A 80% A 32°C, ALTITUD: INFERIOR A LOS 3,000 METROS	
CERTIFICADOS	UL, CEI, FCC, JIS	
ACCESORIOS OPCIONALES	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO Y NO-BREAK	
ANEXO I TÉCNICO RENGLÓN 1		
24.- SE DEBE ENTENDER PARA LA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL DEL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA TIPO I (HIV-1) LA CONVOCANTE REQUIERE QUE LOS REACTIVOS E INSUMOS REQUERIDOS NO REQUIERAN DEL USO DE CALIBRADORES. ¿ES CORRECTO?	PUEDA REQUERIR O NO CALIBRADORES DEPENDIENDO DE LA PLATAFORMA OFERTADA	
ANEXO I TÉCNICO RENGLÓN 1		
25.- SE DEBE ENTENDER QUE LA CONVOCANTE REQUIERA QUE LA PRESENTACIÓN DE LOS REACTIVOS NO SEA MAYOR A 45 PRUEBAS POR KIT, CON LA FINALIDAD DE EVITAR MERMAS Y DESPERDICIOS, ¿ES CORRECTO?	LA PRESENTACIÓN DE LOS REACTIVOS ES DEPENDIENTE DE LA PLATAFORMA Y/O MARCAS COMERCIALES QUE SE OFERTEN EN LAS PROPUESTAS TÉCNICAS.	

SE INFORMA QUE SE RECIBIERON LAS PREGUNTAS DE LA EMPRESA **DICIPA, S.A. DE C.V.** LAS CUALES FUERON RECIBIDAS FUERA DEL TIEMPO MARCADO, LAS CUALES PASARAN A FORMAR PARTE DEL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE LICITACION. -----

LAS ACLARACIONES, ACUERDOS Y MODIFICACIONES TOMADAS EN LA PRESENTE REUNIÓN, PASAN A FORMAR PARTE INTEGRAL DE LAS BASES EMITIDAS PARA LA PRESENTE LICITACION.----



SERVICIOS DE SALUD
DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. SSS-LA-001-2017

“PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO DE DETERMINACION DE CARGA VIRAL Y LINFOCITOS CD4”

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS DOCE HORAS DEL MISMO DÍA DE INICIADO EL PRESENTE, FIRMANDO DE CONFORMIDAD AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, PREVIA LECTURA DE LA MISMA.-----

POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS:

ING. ISMAEL CARREÓN RUELAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
DR. JAVIER ENRIQUE PEÑUELAS COTA DIRECTOR DE ATENCIÓN MÉDICA	
ING. GILBERTO OSCAR CASILLAS BARAJAS SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS	
QFB. SAUL RODRIGUEZ COLLANTES REPRESENTANTE DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE SINALOA	
LIC. LOURDES GONZALEZ MATA REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA.	
LIC. PEDRO MIGUEL BURGOS VALLE REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA Y DE NORMATIVIDAD	
DR. JUAN MANUEL GÁRCIA DIAZ REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	
LCP. DEIDRA YAZMIN SAINZ LÓPEZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	

POR LOS LICITANTES:

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA - LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO SSS-LA-001-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE “PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO DE DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL Y LINFOCITOS CD4”



SERVICIOS DE SALUD
DE SINALOA

Servicios de Salud de Sinaloa
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. SSS-LA-001-2017
"PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO DE DETERMINACION DE CARGA VIRAL Y LINFOCITOS CD4"

C. ESBENERY PEÑUELAS V. REPRESENTANTE DE LA EMPRESA ASPELAB, S.A. DE C.V.	<i>Esbenery Peñuelas</i>
C. ZAIDA VANESSA GUTIERREZ R. REPRESENTANTE DE LA EMPRESA GAP, S.A. DE C.V.	<i>[Signature]</i>
C. MARCO ANTONIO AMARILLAS REPRESENTANTE DE LA EMPRESA DICIPA, S.A. DE C.V.	<i>[Signature]</i>
C. JORGE SANCHEZ GONZALEZ REPRESENTANTE DE LA EMPRESA PRO-TEST, S.A. DE C.V.	<i>[Signature]</i>