

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. SSS-LPN-017-2020

ADQUISICION DE: "MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO".

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES AL CONTENIDO DE LAS BASES

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 10:00 horas, del día 27 de Noviembre de 2020, en la sala de juntas de los Servicios de Salud de Sinaloa, ubicada en calle Cerro Montebello No. 150 oriente, colonia Montebello, se reunieron los Servidores Públicos y Licitante cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones para la adquisición de "**Mobiliario, Bienes informáticos y Equipo Médico y de Laboratorio**"; solicitada por la Dirección de Atención Médica; a la convocatoria de la Licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 40 y 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa (Ley), así como el numeral 2 de la convocatoria a la licitación.

Este Acto fue presidido por la L.C.P. Karla Gámez Gutiérrez, Directora Administrativa de los Servicios de Salud y asistido por el Dr. Israel Diarte Arellano, Representante de la Dirección de Atención Médica, quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el Artículo 41 de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta junta de aclaraciones, de forma presencial, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido a las 10:00 horas, del día 26 de Noviembre de 2020. Caso contrario, se les permitirá su asistencia como observadores sin poder formular preguntas.

A continuación, se dio inicio al evento señalando que se recibió en tiempo y forma, de conformidad al Artículo 41 de la Ley, la solicitud de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, de las siguientes empresas:

No	Nombre, razón o denominación social	Forma de presentación	No. de preguntas
1.-	Comercial de Especialidades Médicas, S.A. de C.V.	Presencial	22
2.-	GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V.	Presencial	5
3.-	Olympus América de México, S.A. de C.V.	Presencial	29

Acto seguido, se procedió a la lectura a las aclaraciones de los licitantes, presentadas en tiempo y forma, como se indica a continuación:

Solicitudes de aclaración efectuadas por:

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. SSS-LPN-017-2020

ADQUISICION DE: "MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO".

Nombre de la empresa: COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS S.A. DE C.V.

A) Preguntas administrativas:

1.- Solicitan en el punto 4, A.1 inciso X copia del comprobante de domicilio Pregunta: ¿De podrá integrar a la propuesta solamente la primera página del comprobante donde se describa toda la información de la empresa participante, o se tendrán que poner todas las hojas? ¿Favor de aclarar?

Respuesta: Se acepta integrar únicamente la primera hoja.

2.- Solicitan en el punto 4, Punto B inciso V. Carta de apoyo por parte del fabricante: Pregunta: Debido a los problemas de salud que imperan en el mundo debido al Covid-19 y a que en la fabricas de los bienes de importación no están trabajando mucho personal administrativo y a que dentro de los equipos que están requiriendo existen equipos que se componen de varios accesorios que son de diferentes marcas y que es probable que los participantes no sean los distribuidores directos o exclusivos del fabricante por lo anterior de la manera más atenta solicitamos a la convocante se acepte poder entregar carta del distribuidor primario ¿Favor de aclarar?

Respuesta: Deberá entregar carta de apoyo del fabricante o distribuidor autorizado de la marca de los bienes a ofertar, no de los componentes.

3.- Solicitan en el punto 4, Punto B inciso III. Para los renglones del 1 al 17 (Partida 53101) deberá de presentar documento escaneado legible por ambos lados de los Registros Sanitarios expedidos por la Secretaria de Salud al laboratorio fabricante. Pregunta: Dentro de los equipos que están requiriendo existen equipos que se componen de varios accesorios que son de diferentes marcas y que es probable que los participantes no sean los distribuidores directos del fabricante por lo anterior de la manera más atenta solicitamos a la convocante que se nos acepte el poder presentar el registro sanitario de la unidad principal ¿Favor de Aclarar?

Respuesta: Deberán entregar el registro sanitario del laboratorio fabricante, de los equipos a ofertar, no de los componentes.

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. SSS-LPN-017-2020

ADQUISICION DE: "MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO".

4.- Solicitan en el punto 4, Punto B inciso V. Carta de apoyo por parte del fabricante:
Pregunta: En caso de una respuesta negativa a la pregunta anterior de la manera mas atenta y para el Carro Rojo solicitamos a la convocante solamente integrar la carta de apoyo del Monitor-Desfibrilador se aceptaría ¿Favor de Aclarar?

Respuesta: Se requiere carta de apoyo del fabricante de todos los bienes a ofertar.

5.- Solicitan en el punto 4, Punto B inciso V. Archivo electrónico que contenga los puntos anteriormente citados. Separados en archivo punto por punto (dos copias) Pregunta: Entendemos que el archivo deberá de ser al menos dos CD donde se escaneen los puntos de la Propuesta Técnica 4.B incisos: I, II, III, IV, V Y VI

Respuesta: Es correcta su apreciación

6.- Anexo I y II Pregunta: Favor de acláranos si es correcto que solamente se deberán de considerar aquellos reglones que se ofertarán y los demás se deberán de eliminar del archivo ¿Favor de Aclarar?

Respuesta: Es correcta su apreciación


B) Preguntas Técnicas:

1.- Anexo I Renglón 3 Carro Rojo Pregunta: Entendemos que al no existir una descripción completa de este artículo el carro rojo que requieren deberá con un monitor desfibrilador semiautomático, con marcapasos y spo2. ¿Favor de aclarar?

Respuesta: Se requiere únicamente el carro rojo, sin equipamiento.

2.- Anexo I Renglón 3 Carro Rojo Pregunta: Entendemos que al no existir una descripción completa de este articulo el carro rojo que requieren deberá contar con un monitor desfibrilador semiautomático, con marcapasos, spo2 y pantalla de 5.6" o mayor según tecnología.

Respuesta: Negativo. Se requiere únicamente el carro rojo, sin equipamiento.

← 







PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. SSS-LPN-017-2020

ADQUISICION DE: "MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO".

3.- Anexo I Renglón 3 Carro Rojo Pregunta: Entendemos que al no existir una descripción completa de este articulo el carro rojo que requieren deberá contar con resucitadores reusables esterilizables, 1 adulto, 1 pediátrico y uno neonatal con sus respectivas mascarillas reusables, fabricados en silicón, bolsa de polisulfuro, válvula de seguridad, con válvula de no re-inhalación de baja resistencia espiratoria giratoria 360°, válvula de seguridad con límite de presión de 40 +/- 5 cm de H2O, con conexión para oxígeno suplementario ¿Favor de aclarar?

Respuesta: Negativo. Se requiere únicamente el carro rojo, sin equipamiento.

4.- Anexo I Renglón 3 Carro Rojo Pregunta: Entendemos que al no existir una descripción completa de este articulo el carro rojo que requieren deberá contar con laringoscopios de iluminación de halógeno o led según tecnología, con mangos reusables de fibra óptica recargable de 2,5 V y navajas MacIntosh nos. 1, 2, 3, y 4 y Miller 00, 0, 1, 2, 3, y 4. ¿favor de aclarar?

Respuesta: Negativo. Se requiere únicamente el carro rojo, sin equipamiento.

5.- Anexo I Renglón 3 Carro Rojo Pregunta: Entendemos que al no existir una descripción completa de este articulo el carro rojo que requieren deberá contar con Dimensiones: longitud entre 80 cm. y 100 cm. ancho entre 55 cm. y 65 cm. altura entre 85 cm. y 100 cm. Mas menos 10%. ¿Favor de Aclarar?

Respuesta: Se acepta, sin ser limitante para los demás participantes.

6.- En caso negativo a las preguntas anteriores favor de describir de forma clara y precisa las características técnicas que la convocante requiere. ¿Favor de aclarar?

Respuesta: Apegarse a la descripción de carro rojo o de reanimación cardiopulmonar de plástico/metálico sin equipamiento. Guía tecnología de Cenetec. No. 30

7.- Anexo I Renglón 10 En este renglón la convocante pide un Electrocardiógrafo C-3. Pregunta: La convocante no podría mencionar como sustenta y motiva de manera legal el estar solicitando un equipo en específico, limitando con esto la libre participación de la proveeduría. ¿Favor de Aclarar?

Respuesta: C-3 hace referencia a tres canales.

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. SSS-LPN-017-2020

ADQUISICION DE: "MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO".

8.- Anexo I Renglón 10 En este renglón la convocante pide un Electrocardiógrafo C-3 con Pantalla Touch Pregunta: Entendemos que la pantalla solicitada deberá de ser a color de al menos 7" o mayor según tecnología. ¿Favor de aclarar?

Respuesta: No se requiere con pantalla touch.

9.- Anexo I Renglón 10 En este renglón la convocante pide un Electrocardiógrafo C-3 deberá de contar con Sensibilidad: 2,5/5/10/20 mm/mv \pm 5%. ¿Favor de aclarar?

Respuesta: Las especificaciones son de acuerdo con cada fabricante.

10.- Anexo I Renglón 10 En este renglón la convocante pide un Electrocardiógrafo C-3 deberá de contar con Velocidad de grabación: 5/10/25/50 mm/s \pm 5%¿Favor de aclarar?

Respuesta: Las especificaciones son de acuerdo con cada fabricante.

11.- Anexo I Renglón 10 En este renglón la convocante pide un Electrocardiógrafo C-3 deberá de contar con Frecuencia de muestreo: de al menos 2000 Hz por canal. ¿Favor de aclarar?

Respuesta: Las especificaciones son de acuerdo con cada fabricante.

12.- Anexo I Renglón 10 En este renglón la convocante pide un Electrocardiógrafo C-3 deberá de contar con Rango De Frecuencia: 0,05 ÷ 150 HZ. ¿Favor de aclarar?

Respuesta: Las especificaciones son de acuerdo con cada fabricante.

13.- Anexo I Renglón 10 En este renglón la convocante pide un Electrocardiógrafo C-3 deberá de contar con Memoria de Hasta 1000 Pacientes O 1000 Exámenes. ¿Favor de aclarar?

Respuesta: Las especificaciones son de acuerdo con cada fabricante.

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. SSS-LPN-017-2020

ADQUISICION DE: "MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO".

14.- Anexo I Renglón 10 En este renglón la convocante pide un Electrocardiógrafo C-3 deberá de contar con Realización de hasta 130 exámenes automáticos en modo de funcionamiento con baterías. ¿Favor de Aclarar?

Respuesta: Las especificaciones son de acuerdo con cada fabricante.

15.- Anexo I Renglón 10 En este renglón la convocante pide un Electrocardiógrafo C-3 deberá de contar con al menos los siguientes formatos de impresión 3x4, 3x4+1R, 3x4+2R, 3x4+3R, 6x2, 6x2+1R, 6x2+2R, 6x2+3R, 12x1. ¿Favor de Aclarar?

Respuesta: Las especificaciones son de acuerdo con cada fabricante.

16.- Anexo I Renglón 10 En este renglón la convocante pide un Electrocardiógrafo C-3 deberá de contar Wi-Fi. ¿Favor de Aclarar?

Respuesta: Negativo.

Solicitudes de aclaración efectuadas por:

GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.

A) Preguntas administrativas:

1.- Pregunta

Punto 4 Inciso B, numeral II, En tendemos que los manuales, folletos y catálogos solo se entregaran de forma electrónica. Es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Deberá presentarse de manera impresa y de manera electrónica.

2.- Pregunta

BASES, 1. DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES.

Siendo una Licitación de carácter Nacional y buscando promover la libre participación a más ofertantes, se solicita amablemente a la convocante se pueda participar con equipo médico que esté bajo tratados con México ¿se acepta?

Respuesta: Se acepta su propuesta

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. SSS-LPN-017-2020

ADQUISICION DE: "MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO".

3.- Pregunta

BASES, 7. PLAZO DE ENTREGA

Se solicita amablemente a la convocante incrementar el tiempo de entrega a 30 días ¿se acepta?

Respuesta: Deberá entregar a más tardar el 30 de diciembre de 2020.

B) Preguntas Técnicas:

1. Anexo 53101, RENGLON 10. ELECTROCARDIOGRAFO.

Se solicita amablemente a la convocante la opción de ofertar equipo con teclado tipo QWERTY, para la selección de opciones de menú de la pantalla, esto con la finalidad de promover la libre participación a más ofertantes ¿se acepta?

Respuesta: De acuerdo con el fabricante.

2.- Anexo 53101, RENGLON 22. MONITOR DE SIGNOS VITALES.

Se solicita amablemente a la convocante puedan compartir mayor detalle de especificaciones técnicas del equipo para poder determinar modelo del equipo, con ello ¿debemos apegarnos a cuadro básico o alguna descripción técnica de un organismo público?

Respuesta: Monitor de signos vitales, Con base empotrable, Cedula de especificación técnica de Cenetec para monitor de signos vitales básicos. Clave cuadro básico 531.619,0403.

Solicitudes de aclaración efectuadas por:

Nombre de la empresa: OLYMPUS AMÉRICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

A) Preguntas administrativas:

1.- I. Procedimiento del Concurso. Carácter Nacional.

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. SSS-LPN-017-2020

ADQUISICION DE: "MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO".

Se solicita amablemente a la Convocante aclarar si los "bienes de importación" podrán ser adjudicados en el presente procedimiento.

Respuesta: Si, siempre y cuando provengan de países con los que México tenga tratado de libre comercio

2.- 4. Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

La documentación legal y de identificación, así como las propuestas técnicas y económicas de cada licitante, deberán ser firmadas por quien legalmente tenga facultades [...]

Se solicita a la Convocante que ÚNICAMENTE sean firmados autógrafamente por el representante legal los escritos y/o anexos donde se requiere la firma. ¿Se acepta nuestra solicitud?.

Respuesta: Se acepta su propuesta

3.- A) Documentación Legal y de Identificación.

A.1) Personas Morales.

I. Copia simple del Acta Constitutiva de la empresa subrayando el nombre del administrador único apoderado de la empresa.

Se solicita a la Convocante presentar copia simple del documento requerido, sin embargo, el nombre del representante legal se subrayaría en el poder legal de la persona que representa a la Compañía como se solicita en el punto II. de la Convocatoria. ¿Se acepta nuestra solicitud?.

Respuesta: Se acepta su propuesta, sin ser limitante para los demás participantes.

4.- A) Documentación Legal y de Identificación.

A.1) Personas Morales.

IV. Carta poder simple expedida por el representante legal o propietario de la empresa a favor de la persona distinta a Él que asista al acto.

Favor de aclarar si la carta se encontrará FUERA del sobre a fin de identificarse a la entrega y registro del acto de Presentación y Apertura.

Respuesta: Adentro o fuera del sobre a su elección

5.- A) Documentación Legal y de Identificación.

A.1) Personas Morales.

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. SSS-LPN-017-2020

ADQUISICION DE: "MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO".

XI. Presentar el formato donde el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, la estratificación de MIPYMES que le corresponde [...]

Se solicita amablemente a la Convocante presentar el anexo V con la leyenda no aplica Acompañado del Oficio de la Secretaría de Economía donde se señala la estratificación de mi representada. ¿Se acepta nuestra solicitud?

Respuesta: Se acepta su propuesta, en caso de que su empresa no sea micro, pequeña o mediana empresa.

6.- Todos los formatos, anexos y/o escritos libres.

Se solicita a la Convocante confirmar que todos los formatos, anexos y/ escritos libres estarán dirigidos de la siguiente manera:

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA.

AT'N.- C.P. Karla Gámez Gutiérrez
Directora Administrativa

Respuesta: Es correcta su apreciación

7.- Propuestas técnicas.

II. Los participantes deberán presentar folletos y/o catálogos [...]

¿Es correcto entender que los folletos y/o catálogos y/o manuales se presentarán ÚNICAMENTE en formato digital? S

Respuesta: Podrá presentarlos impresos y/o digitales, sin ser limitantes para los demás licitantes. CP

8.- Propuestas técnicas.

II. Los participantes deberán presentar folletos y/o catálogos [...]

En relación a la pregunta anterior de mi representada, favor de confirmar que podrán presentarse en un CD. L

Respuesta: Podrá presentarlos impresos y/o digitales, sin ser limitantes para los demás licitantes. L

9.- Propuestas técnicas.

II. Los participantes deberán presentar folletos y/o catálogos [...]

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. SSS-LPN-017-2020

ADQUISICION DE: "MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO".

¿Es correcto entender que debido a la naturaleza de los documentos presentados no es requerida la firma autógrafa del representante legal de mi representada en cada una de las hojas de los mismos?.

Respuesta: No. La firma se requiere únicamente en cada manifiesto y anexo que se esta solicitando.

10.- Propuestas técnicas.

III. Para los renglones del 1 al 17 (Partida 53101) deberá presentar documento escaneado legible por ambos lados de los registros sanitarios [...].

¿Es correcto entender que ÚNICAMENTE serán presentados escaneados los Registros Sanitarios?.

Respuesta: Deberá de presentarlos de manera impresa y de manera electrónica. Aclarando que se debe de presentar para los renglones del 1 al 47.

11.- Propuestas técnicas.

III. Para los renglones del 1 al 17 (Partida 53101) deberá presentar documento escaneado legible por ambos lados de los registros sanitarios [...].

En relación a la pregunta anterior de mi representada, favor de confirmar que podrán presentarse en un CD.

Respuesta: Deberá de presentarlos de manera impresa y de manera electrónica. Aclarando que se debe de presentar para los renglones del 1 al 47.

12.- Propuestas técnicas.

III. Para los renglones del 1 al 17 (Partida 53101) deberá presentar documento escaneado legible por ambos lados de los registros sanitarios [...].

¿Es correcto entender que debido a la naturaleza de los documentos presentados no es requerida la firma autógrafa del representante legal de mi representada en cada una de las hojas de los mismos?.

Respuesta: Deberá de presentarlos de manera impresa y de manera electrónica. Aclarando que se debe de presentar para los renglones del 1 al 47.

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. SSS-LPN-017-2020

ADQUISICION DE: "MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO".

13.- Propuestas técnicas.

III. Para los renglones del 1 al 17 (Partida 53101) deberá presentar documento escaneado legible por ambos lados de los registros sanitarios [...].

Se solicita a la Convocante que los registros sanitarios sean presentados por familia de un mismo renglón identificando debidamente el número de renglón al que pertenece, así como cada uno de los ítems y/o modelo dentro del mismo registro sanitario.

Respuesta: No se acepta, deberá de presentar los registros sanitarios por cada uno de los renglones ofertados. Aclarando que se debe de presentar para los renglones del 1 al 47.

14.- Propuestas técnicas.

V. Deberá de presentar carta de apoyo por parte del fabricante.

¿Es correcto entender que la carta que se presenta será la carta que expide de manera general el fabricante (estándar)?

Respuesta: No se acepta, deberá ser en específico para el proveedor participante.

15.- Propuestas técnicas.

V. Deberá de presentar carta de apoyo por parte del fabricante.

En caso de ser negativa la respuesta a la pregunta anterior de mi representada se aclara a la Convocante que en caso de requerir una carta personalizada a este evento, toda vez que Olympus América de México es filial, titular de los registros sanitarios y representante de fabricas en México, podamos expedir dicha carta firmando un representante legal distinto al que firma la propuesta y anexando la carta genérica de apoyo del fabricante. ¿Se acepta nuestra solicitud?

Respuesta: La carta debe ser personalizada y firmada por la persona que tenga representación legal de la empresa que la emita.

16.- Propuestas técnicas.

V. Deberá de presentar carta de apoyo por parte del fabricante.

¿Es correcto entender que la carta deberá presentarse en original para cotejo? o ¿Será suficiente con presentar copia simple?

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. SSS-LPN-017-2020

ADQUISICION DE: "MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO".

Respuesta: Se solicita en original para cotejo y copia simple para expediente.

17.- Propuestas técnicas.

VII. Archivo electrónico que contenga los puntos anteriormente citados, separados en archivo punto por punto dos copias.

Se solicita a la Convocante aclarar si deberá presentarse UNA o DOS copias de CADA documento, además de original en el caso de los escritos.

Respuesta: No es correcta su apreciación, se requieren dos medios magnéticos (cd, usb, etc) con los Archivos electrónicos que contenga los puntos anteriormente citados, separados en archivo punto por punto.

18.- Propuestas técnicas.

VII. Archivo electrónico que contenga los puntos anteriormente citados, separados en archivo punto por punto dos copias.

¿Es correcto entender que la información podrá presentarse en CD?.

Respuesta: Se requieren dos medios magnéticos (cd, usb, etc) con los archivos electrónicos que contenga los puntos anteriormente citados, separados en archivo punto por punto.

19.- Propuestas técnicas.

VII. Archivo electrónico que contenga los puntos anteriormente citados, separados en archivo punto por punto dos copias.

Se solicita a la Convocante aclarar si UNA o DOS copias aplican a los puntos I. Descripción, II. Folletos y III. Registro Sanitario ya que se contradice con la IMPRESIÓN DE INFORMACIÓN EXTENSA (volumen).

Respuesta: Se requieren dos medios magnéticos (cd, usb, etc) con los archivos electrónicos que contenga los puntos anteriormente citados, separados en archivo punto por punto.

20.- ANEXO I TÉCNICO EN EXCEL

¿Es correcto entender que el archivo en Excel deberá de presentarse en formato electrónico sin modificarlo, es decir, sin quitar renglones?.

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. SSS-LPN-017-2020

ADQUISICION DE: "MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO".

Respuesta: No, deberán contener los renglones con los que está participando.

21.- ANEXO I TÉCNICO EN EXCEL.

En relación a la pregunta anterior de mi representada se solicita presentar formato electrónico en CD. ¿Se acepta nuestra solicitud?.

Respuesta: No se acepta, tendrá que presentarlo de manera impresa y firmada por el representante legal y de manera electrónica.

22.- ANEXO I TÉCNICO EN EXCEL

¿Es correcto entender que para fines prácticos en la impresión y firma autógrafa del documento bastará con presentar en formato impreso solo las partidas de nuestro interés?.

Respuesta: Es correcto.

23.- Propuesta técnica y propuesta económica.

Es correcto entender que todos los documentos se colocarán en UN MISMO SOBRE CERRADO?.

Respuesta: Es correcto.

B) Preguntas Técnicas:

1.- Renglón 7. URETEROSCOPIO.

Se solicita amablemente a la Convocante nos permite ofertar URETEROSCOPIO SEMIRIGIDO 7° DIRECCIÓN VISUAL, ANGULO OCULAR 8, 6/9, 8 FR X 430 MM CANAL 6.4 FR. ¿Se acepta?

Respuesta: Deberá ofertar el Ureteroscopio del fabricante del que es distribuidor autorizado.

2.- Renglón 13. CISTOSCOPIO COMPLETO INCLUYE: FIBRA OPTICA, ADAPTADOR, CAMARA, FUENTE DE LUZ.

Se solicita amablemente a la Convocante aclarar si requieren un Cistoscopio flexible o Rígido.

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. SSS-LPN-017-2020

ADQUISICION DE: "MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO".

Respuesta: Se requiere cistoscopio rigido.

3.- Renglón 13. CISTOSCOPIO COMPLETO INCLUYE: FIBRA OPTICA, ADAPTADOR, CAMARA, FUENTE DE LUZ.

Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar cistoscopio flexible de fibra. ¿Se acepta?

Respuesta: No se acepta

4.- Renglón 13. CISTOSCOPIO COMPLETO INCLUYE: FIBRA OPTICA, ADAPTADOR, CAMARA, FUENTE DE LUZ.

Se solicita amablemente a la Convocante nos permita ofertar:

MONITOR DE 26" FULL HD
PROCESADOR DE VIDEO
FUENTE DE LUZ XENON 300W
CABEZAL DE CAMARA VISERA ELITE 3 CCD,HD
GUÍA DE LUZ
TELESCOPIO DE 4 MM, 12°,
ALTA DEFINICIÓN, AUTOCLAVABLE
PUENTE DE DOS CNALES PARA URETEROCISTOSCOPIO
VAINA DE CISTOSCOPIO, CON PICO, 19,8 FR.CON OBTURADOR ESTANDAR
VAINA DE CISTOSCOPIO, CON PICO, 21FR

En el entendido con el sistema de vídeo compatible con el equipo ofertado. ¿Se acepta?

Respuesta: Las características serán de acuerdo con cada fabricante. los mínimos se encuentran en las bases.

5.- Renglón 42. CISTOURETROSOCPIO MINIMO CON 2 CAMISAS 20 Y 22 FR.

Con el fin de no limitar la libre participación, se solicita amablemente a la Convocante nos permita ofertar camisas de 19.8 y 22 FR ¿Se acepta?

Respuesta: Se acepta, sin ser limitante para los demás participantes.

6.- Renglón 43. EQUIPO DE HISTEROSCOPIA CON ADITAMENTOS PARA TOMAR BIOPSIA (PROPIA O SUBROGADO).

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. SSS-LPN-017-2020

ADQUISICION DE: "MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO".

Se solicita amablemente a la convocante nos permite ofertar:

Histerocopio de 3MM,
Telescopio de 3MM,
Camisa de flujo continuo terapèutica de 5,5 MM,
canal de 5 FR,
Pinza de biòpsia semiflexible,
Pinza de agarre,

¿Se acepta?

Respuesta: Se acepta su propuesta, sin ser limitante para los demás participantes.

La convocante informa que se recibieron preguntas extemporáneas del proveedor Hru, S. de R.L. de C.V., que se integran al presente expediente.

De conformidad con el Artículo 40 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la convocatoria a la licitación.

En razón de dar cumplimiento a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del Artículo 41 de la Ley, en este Acto se da a conocer el calendario de los eventos subsecuentes de esta licitación, que a continuación se detalla:

EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones	04 de Diciembre 2020	10:00 hrs.	Sala de juntas de los Servicios de Salud de Sinaloa, ubicada en calle Cerro Montebello No. 150 oriente, colonia Montebello, Culiacán, Sinaloa

Para efectos de notificación, se hace constar que en este Acto se les entrega una copia de la presente Acta a los asistentes, en términos del Artículo 47 de la Ley, se difundirá un ejemplar de la misma en la dirección electrónica: <https://compranet.sinaloa.gob.mx>, para efectos de su notificación.

Asimismo, se informa que a partir de esta fecha se fijará en el rotulon que se ha colocado en la Subdirección de Recursos Materiales, un ejemplar de la presente Acta por un término no menor de cinco días hábiles.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunión, siendo las 13:30 horas, del día 27 de Noviembre de 2020.


PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. SSS-LPN-017-2020

ADQUISICION DE: "MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO".

Esta Acta consta de 17 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

POR LOS LICITANTES

C. José Luis Pérez Cervantes. Representante legal de Comercial de Especialidades Médicas, S.A. de C.V.



POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Nombre	Representante	Firma
L.C.P. Karla Gámez Gutiérrez	Directora Administrativa.	
Lic. Jesús Urbano Carrillo Barraza.	Subdirector de Recursos Materiales.	
Lic. Edgar Joel Castro Soto	Representante de la Dirección de Auditoría Interna	
C. Luis Ramón Lerma Burgueño.	Representante del Instituto Sinaloense de Cancerología.	
Dr. Israel Diarte Arellano.	Representante de la Atención Médica.	
C. Leticia Inzunza Lizárraga.	Representante de la Atención Médica.	



PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. SSS-LPN-017-2020

ADQUISICION DE: "MOBILIARIO, BIENES INFORMÁTICOS Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO".

POR LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

Arq. Rina Guadalupe Valenzuela
García.

Representante de la Secretaría
de Transparencia y Rendición de
Cuentas



----- FIN DEL ACTA -----

